贵州省疾控中心2026-2027年度检验检测试剂、耗材、服务集采目录采购项目
采购清单

产品包	序号	产品名称	规格（型号）	单位（最小单位）	预算单价限价（元）	国产或者进口	产品技术参数要求	是否需制造商授权	成交供应商数量	所投产品制造商名称	所投产品规格型号	所投产品技术参数	所投产品技术参数偏离情况	进口或国产	投标供应商名称	投标供应商序号
A	A1-01	N95口罩	折叠式150mm*105mm	个	3.50	国产	1、符合GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》标准； 2、PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于99%； 3、气流阻力：口罩的吸气阻力不超过95Pa； 4、口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于10N，且口罩带可调节； 5、 阻燃性能：续燃时间不超过0s； 6、表面抗湿性：口罩外表面沾水等级为4级； 7、 合成血液穿透性能：将2mL合成血以10.7KPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透； 8、配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成； 9、折叠型立体口罩，头戴式穿戴，弹力耳带+硅胶圈，方便调节耳带松紧，保证佩戴舒适； 10、密合性：口罩设计应提供良好的密合性，口罩总适合因数不低于100； 11、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过0.5ug/g； 12、产品有效期不低于2年，取得注册证时间不低于1年	提供制造商授权	1							
A	A1-02	N95口罩	折叠型	个	1.90	国产	1、外观口罩表面不得有破洞、污渍，不应有呼气阀； 2、口罩结构应覆盖佩戴者的口鼻部，应有良好的面部密合性； 3、口罩上应配有鼻夹，鼻夹应具有可调节性； 4、口罩带应调节方便，应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N； 5、过滤效率：在气体流量为85L/min情况下，口罩对非油性颗粒过滤效率应≥95%； 6、气流阻力：在气体流量为85L/min情况下，口罩的吸气阻力不得超过343.2Pa(35mm:H2O)； 7、合成血液穿透：将2mL合成血液以10.7kPa(80mmHg) 压力喷向口罩，口罩内侧不应出现渗透； 8、表面抗湿性：口罩外表面沾水等级应不低于GB/T4745-1997中3级的规定； 9、阻燃性能：所用材料不应具有易燃性。续燃时间应不超过5s； 10、密合性：口罩应具良好的密合性，口罩总适合因数应不低于100； 11、环氧乙烷残留量：医用防护口罩应无菌，经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量应不超过8ug/g；	提供制造商授权	1							
A	A1-03	擦手巾	230mmX225mmX1PLY(200抽 A款）	包	8.00	国产	符合GB 15979 / GBT24455标准	提供制造商授权	1							
A	A1-04	擦手巾	220mm*225mm*200张单层	包	13.50	国产	符合GB 15979 / GBT24455标准	提供制造商授权	1							
A	A1-05	擦手巾	230mm*225mm*200抽/包	包	12.00	国产	符合GB 15979 / GBT24455标准	提供制造商授权	1							
A	A1-06	黄色垃圾袋	M（58*70）加厚	个	0.42	国产	聚乙烯材质，符合GB/T 8946-2018标准	提供制造商授权	1							
A	A1-07	黄色垃圾袋	L（76*90）加厚	个	0.65	国产	聚乙烯材质，符合GB/T 8946-2018标准	提供制造商授权	1							
A	A1-08	黄色垃圾袋	XL（90*100）加厚	个	0.80	国产	聚乙烯材质，符合GB/T 8946-2018标准	提供制造商授权	1							
A	A1-09	75%酒精	500ml	瓶	3.90	国产	以乙醇为主要成分，有效乙醇含量为75%（±5%）	提供制造商授权	1							

A	A1-10	95%酒精	500ml	瓶	4.70	国产	以乙醇为主要成分，有效乙醇含量为95%（±5%）	提供制造商授权	1							
A	A1-11	84消毒液	500ml	瓶	1.80	国产	以次氯酸钠为主要成分，有效氯含量≥5%。	提供制造商授权	1							
A	A1-12	黄色垃圾袋	普通型40*50cm（S）	个	0.15	国产	1、用途：盛装医疗废物的初级包装。 2、规格：手提式，小号，平摊尺寸约40cm*50cm。 3、材质：高密度聚乙烯等非聚氯乙烯材料。材质不应使用聚氯乙烯（PVC）或其他含有卤素的塑料材料 。 4、厚度：≥0.025毫米。 5、拉伸强度：≥20兆帕。 6、外表标识：外表面需印制警示标识，警示标志为直角菱形，边框为黑色，背景色为淡黄色（RGB 255,255,0；符合GB/T 3181中的YO6），中英文文字为黑色，警告语与警示标志组合使用，识别标志的设置需同时符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-	否	1							
A	A1-13	黄色垃圾袋	普通型70*80cm（M）	个	0.30	国产	1、用途：盛装医疗废物的初级包装。 2、规格：手提式，中号，平摊尺寸约70cm*80cm。 3、材质：高密度聚乙烯等非聚氯乙烯材料。材质不应使用聚氯乙烯（PVC）或其他含有卤素的塑料材料 。 4、厚度：≥0.025毫米。 5、拉伸强度：≥20兆帕。 6、外表标识：外表面需印制警示标识，警示标志为直角菱形，边框为黑色，背景色为淡黄色（RGB 255,255,0；符合GB/T 3181中的YO6），中英文文字为黑色，警告语与警示标志组合使用，识别标志的设置需同时符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-	否	1							
A	A1-14	黄色垃圾袋	耐高温型90*100cm（L）	个	0.65	国产	1、用途：盛装医疗废物的初级包装。 2、规格：大号，平摊尺寸约90cm*100cm。 3、材质：高密度聚乙烯等非聚氯乙烯材料。材质不应使用聚氯乙烯（PVC）或其他含有卤素的塑料材料 。 4、厚度：≥0.025毫米。 5、拉伸强度：≥20兆帕。 6、耐受温度≥140℃，用于需高温处理的医疗废物（如压力蒸汽灭菌），材质需具备热稳定性及抗形变性能。 7、外表标识：外表面需印制警示标识，警示标志为直角菱形，边框为黑色，背景色为淡黄色（RGB 255,255,0；符合GB/T 3181中的YO6），中英文文字为黑色，警告语与警示标志组合使用，识别标志的设置需同时符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-	否	1							
A	A1-15	湿巾	15cm*20cm，50片/包	包	16.00	国产	1. 开袋后可使用60天。 2. 卫生湿巾中的液体与载体的重量比值应≥1.7； 3. 初始污染菌：卫生湿巾细菌菌落总数≤20CFU/g，大肠菌群、致病性化脓菌（包括铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌）、真菌菌落总数不得检出； 4. 对金属物体表面的金属基本无腐蚀性； 5. 杀灭微生物指标： 大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌杀菌率>99.99%。	提供制造商授权	1							
A	A1-16	湿巾	20cm*23cm，80片/包,18包/件	包	9.90	国产	1、主要成分：RO纯水，醋酸氯己定，双十烷基二甲基溴化铵，聚六亚基双胍，水刺无纺布。 2、杀菌有效成分及含量：醋酸氯己定（有效浓度0.08%-0.1%） 3、适用范围：适用于手、皮肤及普通物体表面的清洁、防护。 4、微生物灭杀类别：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有灭杀作用。 5、产品规格：800ml*820ml*80片	提供制造商授权	1							
A	A1-17	湿巾	12片/包，独立包装	包	3.50	国产	1、主要成分：RO纯水，醋酸氯己定，双十烷基二甲基溴化铵，聚六亚基双胍，水刺无纺布。 2、杀菌有效成分及含量：醋酸氯己定（有效浓度0.08%-0.1%） 3、适用范围：适用于手、皮肤及普通物体表面的清洁、防护。 4、微生物灭杀类别：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有灭杀作用。 5、产品规格：800ml*820ml*80片	提供制造商授权	1							

A	A1-18	洗手液	500ml	瓶	18.00	国产	1. WHO推荐手卫生配方，主要有效成分为过氧化氢+乙醇，快速杀菌； 2. 1min能完全灭活新型冠状病毒（奥密克戎株）； 3. 添加甘油成分，保湿润肤，降低皮肤损伤率； 4. 免洗速干，手感清爽不粘腻； 5. 脱味食用酒精，温和低刺激； 6. 启用后使用有效期为90天。 7. 微生物学指标：铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌不得检出，霉菌和酵母菌、菌落总数未检出； 8. 杀菌测试：原液作用0.5min、1min、1.5min对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌杀灭率>99.999%，原液作用1min对龟分枝杆菌杀灭率>99.999%； 9. 病毒灭活测试：原液作用1min对H1N1、H3N2病毒灭活率>99.99%,1min对脊髓灰质炎病毒灭活率为99.98%、3min对脊髓灰质炎病毒灭活率>99.99%； 10. 现场消毒测试（卫生手）：原液擦拭消毒作用1min，对手五指屈面、指尖至根皮肤表面自然菌得平均杀灭对数值大于1.0； 11. 现场消毒测试（外科手消毒）：原液擦拭消毒作用3min，对手五指屈面、指尖至根皮肤表面自然菌得平均杀灭对数值>1.0，且消毒后手上残留的自然菌<5CFU/cm2； 12. 急性经口毒性试验属实际无毒； 13. 多次完整皮肤刺激实验属无刺激性；	提供制造商授权	1							
A	A1-19	洗手液	500ml	瓶	12.00	国产	1、葡萄糖酸氯己定含量：0.20-0.30%（W/W），乙醇含量：75%（V/V）； 2、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌有杀灭作用。 3、添加优质护肤成份，进一步起到深度护肤作用，手感舒适、无刺激。 4、适用于重症监护室、急诊室、门诊、病房等的医护人员及其它有需要的人员进行快速手消毒；适用于日常卫生手的消毒；适用于患者	提供制造商授权	1							
A	A1-20	洗手液	50ml	瓶	5.00	国产	1、葡萄糖酸氯己定含量：0.20-0.30%（W/W），乙醇含量：75%（V/V）； 2、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌有杀灭作用。 3、添加优质护肤成份，进一步起到深度护肤作用，手感舒适、无刺激。 4、适用于重症监护室、急诊室、门诊、病房等的医护人员及其它有需要的人员进行快速手消毒；适用于日常卫生手的消毒；适用于患者	提供制造商授权	1							
A	A1-21	一次性反穿衣	130*140	套	10.00	国产	1）由SMMS材质制成； 2） 隔离衣缝纫应均匀、牢固，卷边拼缝应齐直、平服、宽窄应一致，不应有浮线、跳线，其针迹密度，每2cm长度应不少于5针。 3） 腰带依据院感要求定制，可缠绕两圈，长达3米以上； 4）断裂强力及断裂伸长率：纵向断裂强力不小于114.9N，断裂伸长率不小于25%；横向断裂强力不小于46.6N，断裂伸长率不小于25%； 5）透气率（非覆膜部位）：不小于0.2m/s（定压值100Pa）； 6）人性化设计，针织袖口穿戴舒适，魔术贴可根据个人喜好调节领口松紧，	提供制造商授权	1							
A	A1-22	一次性反穿衣	反穿 淋膜	套	6.50	国产	1、一次性使用医用隔离服所用SMS无纺布单位面积质量应≥30g/㎡； 2、一次性使用医用隔离服微生物指标应符合GB 15979-2002要求； 3、细菌菌落总数CFU/g≤200，真菌菌落总数CFU/g≤100。	提供制造商授权	1							
A	A1-23	一次性反穿衣	褂式 中号	套	6.50	国产	1、一次性使用医用隔离服所用SMS无纺布单位面积质量应≥30g/㎡； 2、一次性使用医用隔离服微生物指标应符合GB 15979-2002要求。	提供制造商授权	1							

A	A1-24	一次性帽子	圆顶帽	个	0.50	国产	1、结构组成：采用聚丙烯无纺布（和无乳胶橡筋）为原料经缝制或热合而成； 2、人性化设计理念，加上可调节的松紧带设计，适用于所有头型 3、断裂强力：断裂强力不少于30N，断裂伸长率不小于50.0%； 4、单位面积质量：≥20g/m2； 5、橡筋弹力：拉伸后长度与自然长度比：≥150%； 6、产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供； 7、环氧乙烷残留不大于10μg/g；	提供制造商授权	1							
A	A1-25	一次性帽子	条形帽	个	0.30	国产	1、结构组成：采用聚丙烯无纺布（和无乳胶橡筋）为原料经缝制或热合而成； 2、人性化设计理念，加上可调节的松紧带设计，适用于所有头型 3、断裂强力：断裂强力不少于30N，断裂伸长率不小于50.0%； 4、单位面积质量：≥20g/m2； 5、橡筋弹力：拉伸后长度与自然长度比：≥150%； 6、产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供； 7、环氧乙烷残留不大于10μg/g；	提供制造商授权	1							
A	A1-26	一次性鞋套	18cm*40cm	双	0.80	国产	1. 符合企业制品标准Q/SWJ 003-2017《一次性使用非织造布用品》。 2. 用品裁剪平整，表面洁净，无异味，无明显的油污、黄斑、污迹、异物、无破洞。 3. 用品均匀，无跳针、漏缝的现象。 4. 纵向断裂强力不小于 15N，横向断裂强力不小于 10N。 5. 透气率（非覆膜材料适用）：试验压强 100Pa 时，不小于 1m/s。 6. 在正常储存条件下，产品有效期为 3 年。	提供制造商授权	1							
A	A1-27	一次性鞋套	（塑料）均号	双	0.30	国产	1、应折叠平整、无折皱，表面应整洁无污迹、无破损； 2、鞋套的缝制应平直，无明显波浪和倾斜状、不应有脱线、跳针；；缝制线密度不少于8针 /3cm，缝纫边距不得少于0.3cm； 3、表面抗湿性：鞋套的沾水等级应不低于GB/T4745中3级的规定； 4、单位面积质量：鞋套所用非织造布的单位面积质量应10g/m2≤单位质量≤30g/m2。	提供制造商授权	1							
A	A1-28	一次性医用外科口罩	挂耳型17cm*9cm-3P（独立包装）	个	0.50	国产	1、符合YY 0469- 2011《医用外科口罩技术要求》标准； 2、鼻夹(1) 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；(2) 鼻夹长度10.5cm； 3、口罩带每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N； 4、合成血液穿透：2ml合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面未出现渗透； 5、细菌过滤效率（BFE）[%]：口罩对细菌过滤效率不小于99%； 6、 颗粒过滤效率（PFE）[%]：口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于95%； 7、压力差：口罩两侧面进行气体交换的压力差应不大于33Pa； 8、阻燃性能：口罩材料应采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于0s； 9、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量不大于0.5μg/g； 10、产品有效期不低于3年	提供制造商授权	1							
A	A1-29	一次性医用外科口罩	独立包装	个	0.50	国产	1、符合YY 0469- 2011《医用外科口罩技术要求》标准； 2、鼻夹(1) 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成；(2) 鼻夹长度不低于8cm； 3、口罩带每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N； 4、合成血液穿透：2ml合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面未出现渗透； 5、细菌过滤效率（BFE）[%]：口罩对细菌过滤效率不小于95%； 6、 颗粒过滤效率（PFE）[%]：口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%； 7、压力差：口罩两侧面进行气体交换的压力差应不大于49Pa； 8、阻燃性能：口罩材料应采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于5s； 9、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的口罩，其环氧乙烷残留量不大于10μg/g；	提供制造商授权	1							

A	A1-30	一次性医用外科手套	各号	双	2.50	国产	1、符合国标GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》； 2、取得中华人民共和国一类医疗器械注册证； 3、优质天然橡胶制造，柔软、滑爽、弹性好； 4、经伽马射线/环氧乙烷灭菌，卫生安全； 5、不透水性：AQL=2.5； 6、老化前扯断力：不低于15.3N； 7、老化前扯断伸长率：不低于780%； 8、老化后扯断力：不低于14.9N； 9、老化后扯断伸长率：不低于710%； 10、有效期：2年。	提供制造商授权	1								
A	A1-31	黑色垃圾袋	加厚款（M）	个	0.15	国产	用于盛放普通垃圾，优先选择易降解材质，中号，手提式。	否	1								
A	A1-32	黑色垃圾袋	加厚款（L）	个	0.30	国产	用于盛放普通垃圾，优先选择易降解材质，大号，手提式。	否	1								
A	A1-33	泡腾片	100片/瓶	瓶	9.5	国产	含氯消毒剂的泡腾片剂，有效氯含量250mg±5mg/片或500mg±5mg/片；投入18℃-20℃水中，10min内可完全溶解；有效期≥1年。	否	1								
A	A1-34	芦荟无粉乳胶手套l	25双/盒	盒	37.50	国产	S/M/L/XL号，25双/盒	否	1								
A	A1-35	一次性医用外科口罩	10个/包 200包/箱	包	7.00	国产	10个/包 200包/箱，医用无菌级。	/	1								
A	A1-36	医疗垃圾桶	60L	个	65.00	国产	采用无毒无味、耐穿刺、抗震且不渗漏的材质(如PP或HDPE)，桶身颜色为黄色并标注医疗废物标志。1)医疗废物垃圾桶为脚踏式。2)外观上要求表面光滑平整、完整无损裂，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺。 3)桶底承重，符合GB/T5737-1995，≤10mm。4）跌落性能上，不产生裂纹，符合GB/T4857.5-1992的规定。5）收缩变形率，符合	/	1								
A	A1-37	医疗垃圾桶30L	36.5*33*49cm	个	35.00	国产	采用无毒无味、耐穿刺、抗震且不渗漏的材质(如PP或HDPE)，桶身颜色为黄色并标注医疗废物标志。1)医疗废物垃圾桶为脚踏式。2)外观上要求表面光滑平整、完整无损裂，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺。 3)桶底承重，符合GB/T5737-1995，≤10mm。4）跌落性能上，不产生裂纹，符合GB/T4857.5-1992的规定。5）收缩变形率，符合	/	1								
A	A1-38	利器盒-4L	4L	个	5.30	国产	1.材质:PP环保塑料，防刺穿；带旋转盖，一次性使用，符合医疗规范。2.利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，侧面明显处应印警示标志。3.满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面,连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。	/	1								
A	A1-39	利器盒-8L	8L	个	6.00	国产	1.材质:PP环保塑料，防刺穿；带旋转盖，一次性使用，符合医疗规范。2.利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，侧面明显处应印警示标志。3.满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面,连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。	/	1								
A	A1-40	利器盒-5L	5L	个	6.00	国产	1.材质:PP环保塑料，防刺穿；带旋转盖，一次性使用，符合医疗规范。2.利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，侧面明显处应印警示标志。3.满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面,连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。	/	1								
A	A1-41	一次性短鞋套	100只/包	包	8.00	国产	PE蓝色短鞋套。厚度2丝。	/	1								
A	A1-42	一次性外科口罩	耳挂式	个	1	国产	具有一类医疗器械注册证的医用外科口罩，高温聚合材料膜+医用透析纸独立包装，耳带式，环氧乙烷灭菌，有效期2年。	提供制造商授权	1								
A	A1-43	医用外科手套	6.5码，50双/盒	双	3.5	进口	具有二类医疗器械注册证的医用外科灭菌手套 长度至少12英寸，分左右手，翻口，伽马灭菌，有效期5年。	提供制造商授权	1								
A	A1-44	医用外科手套	7码，50双/盒	双	3.5	进口	具有二类医疗器械注册证的医用外科灭菌手套 长度至少12英寸，分左右手，翻口，伽马灭菌，有效期5年。	提供制造商授权	1								
A	A1-45	医用外科手套	7.5码，50双/盒	双	3.5	进口	具有二类医疗器械注册证的医用外科灭菌手套 长度至少12英寸，分左右手，翻口，伽马灭菌，有效期5年。	提供制造商授权	1								
A	A1-46	医用外科手套	8码，50双/盒	双	3.5	进口	具有二类医疗器械注册证的医用外科灭菌手套 长度至少12英寸，分左右手，翻口，伽马灭菌，有效期5年。	提供制造商授权	1								
A	A1-47	丁腈检查手套	S码，100只/盒	双	2	进口	具有一类医疗器械注册证的丁腈材质制成的检查手套 长度至少12英寸。	/	1								

A	A1-48	丁腈检查手套	M码，100只/盒	双	2	进口	具有一类医疗器械注册证的丁腈材质制成的检查手套 长度至少12英寸。	/	1							
A	A1-49	丁腈检查手套	L码，100只/盒	双	2	进口	具有一类医疗器械注册证的丁腈材质制成的检查手套 长度至少12英寸。	/	1							
A	A1-50	卫生湿巾	100片/包	包	65.00	国产	1、清洁和杀菌合二为一，可替代多种洗涤剂的清洁方法。内含表面活性剂，能迅速清洁去污。 2、不添加酒精，不伤手,通过皮肤刺激性测试；原液在实验条件下，急性经口毒性实验无毒。 3、对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌等有杀菌作用	/	1							
A	A1-51	带碘伏的一次性棉签	50支/盒	盒	25.00	国产	聚维酮碘 碘含量约4~7g/L 温和消毒 疼痛感较轻	/	1							
A	A1-52	酒精湿巾	独立包装，50片/盒,30盒/箱	盒	22.00	国产	采用75%酒精配方，能够快速杀死多种细菌和病毒，包括常见的流感病毒、大肠杆菌等。	/	1							
A	A1-53	收纳箱	小号，中号，大号	个	55.00	国产	品名:收纳箱 材质:PP材质 适用场景:实验室收纳 款式:镜面简约 产品颜色:蓝色，粉色	/	1							
A	A1-54	实验室用鞋子	34码，35码，36码，37码	双	30.00	国产	牛筋底豆豆鞋	/	1							
A	A1-55	一次性医用外科口罩	50个/盒	盒	15	国产	用于微生物检测及现场采样的防护	/	1							
A	A1-56	一次性帽子	20个/包	包	13	国产	用于微生物检测及现场采样的防护	/	1							
A	A1-57	一次性医用外科手套	6.5/7/7.5，50双/盒	盒	80	国产	用于微生物检测及现场采样的防护	/	1							
A	A1-58	无粉（羊毛脂）乳胶手套加长加厚	M、L ，25对	盒	35	国产	用于微生物检测及现场采样的防护	/	1							
A	A1-59	丁腈手套	S、M、L，100只/盒	盒	28	国产	用于微生物检测及现场采样的防护	/	1							
A	A1-60	无纺布鞋套	50双/包	包	25	国产	用于微生物检测及现场采样的防护	/	1							
A	A1-61	一次性反穿隔离衣	均码	件	12	国产	罗纹袖口	/	1							
A	A1-62	无水乙醇	500ml/瓶	瓶	13	国产	用于质谱仪检测微生物前处理	/	1							
A	A1-63	一次性无菌平板	mm/个,500个/	箱	365	国产	用于微生物的培养	/	1							
A	A1-64	PCR枪头	200ul，1000支/20包/箱	箱	3000	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-65	PCR枪头	1000ul，1000支/5包/箱	箱	820	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-66	PCR枪头	10ul-20ul、100支/包	包	20	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-67	PCR枪头	10ul，1000支/20包/箱	箱	3100	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-68	荧光PCR反应管（8连管）管盖	200ul，2400人份/盒	盒	800	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-69	荧光PCR 8连管	200ul，1000T/盒	盒	820	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-70	血清盒	100格/盒	盒	10	国产	耐受-80℃低温	/	1							
A	A1-71	冰盒	38 孔/个	个	28	国产	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-72	EP管(子弹头)	1.5ml，500支/包	包	36	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-73	冻存管	2ml，50支/包	支	1.8	进口	用于菌种的保存	/	1							
A	A1-74	冻存管（螺口）	5ml，50支/包	支	1.8	进口	用于菌种的保存	/	1							
A	A1-75	离心管（螺口）	15ml	支	3	进口	用于样品离心检测	/	1							
A	A1-76	离心管	50mL	支	3	进口	用于芽孢和两虫离心检测	/	1							
A	A1-77	离心管	2ml，500个/包	包	20	进口	用于核酸PCR反应检测	/	1							
A	A1-78	无菌擦手纸	200抽/包	包	13	国产	用于试验结束后洗手后擦手	/	1							
A	A1-79	一次性无菌注射器	1ml/支，200支/盒	盒	60	国产	用于试剂过滤除菌	/	1							

A	A1-80	一次性无菌注射器	20ml/支，150支/盒	盒	50	国产	用于试剂过滤除菌	/	1								
A	A1-81	pH试纸	20本/盒	盒	35	国产	用于检测溶液中PH的高低	/	1								
A	A1-82	医用剪刀	18cm	把	17	国产	用于微生物试验	/	1								
A	A1-83	医用无菌脱脂棉球	250g/包	包	20	国产	用于制作酒精棉球消毒	/	1								
A	A1-84	医用镊子	16cm	把	11	国产	用于微生物试验	/	1								
A	A1-85	医用止血钳	18cm	把	35	国产	直头;不锈钢材质，用于微生物试验	/	1								
A	A1-86	污物缸	直径12～15cm	个	26	国产	不锈钢，用于装取实验废弃物	/	1								
A	A1-87	喷壶	500ml	个	7	国产	用于装取消毒剂进行消毒处理	/	1								
A	A1-88	低温记号笔	10支/盒	支	16	国产	低温环境下标记	/	1								
A	A1-89	定量滤纸	φ12.5cm	盒	33	国产	餐具采样检测	/	1								
A	A1-90	定性滤纸	φ12.5cm	盒	15	国产	餐具采样检测	/	1								
A	A1-91	玻璃漏斗	75mm	个	8	国产	用于芽孢的过滤	/	1								
A	A1-92	玻璃棒	30cm	支	6	国产	用于搅拌试剂及培养基	/	1								
A	A1-93	保鲜自封袋（4、9、12、13.5号）	100个/包	包	16	国产	装取样品或PCR产物	/	1								
A	A1-94	移液器支架	Z形	个	120	国产	用于盛放移液器	/	1								
A	A1-95	量筒	100/500/1000mL	个	18	国产	玻璃材质，用于量取配制试剂及培养基所需纯水	/	1								
A	A1-96	烧杯	50/100/500/1000mL	个	5	国产	玻璃材质，用于试剂的配置	/	1								
A	A1-97	三角烧瓶	500/1000mL	个	17	国产	玻璃材质，用于培养基的配制	/	1								
B	B1-01	针灸针	0.22mm*40mm	支	0.18	国产	符合 GB 2024《针灸针》	提供制造商授权	1								
B	B1-02	针灸针	0.22mm*25mm	支	0.18	国产	符合 GB 2024《针灸针》	提供制造商授权	1								
B	B1-03	针灸针	0.3mm*50mm	支	0.13	国产	符合 GB 2024《针灸针》	提供制造商授权	1								
B	B1-04	针灸针	0.3mm*60mm	支	0.13	国产	符合 GB 2024《针灸针》	提供制造商授权	1								
B	B1-05	针灸针	0.3mm*100mm	支	0.41	国产	符合 GB 2024《针灸针》	提供制造商授权	1								
B	B1-06	一次性使用埋线针	0.6*65mm	支	2.45	国产	符合 GB 15811-2016	提供制造商授权	1								
B	B1-07	一次性使用浮针	小号	支	5.20	国产	符合 GB 15811-2016	提供制造商授权	1								
B	B1-08	一次性使用换药包	（物品盒1个、纱布2块、镊子2把、剪刀1把、包布1块）	包	7.60	国产	符合 GB 15980-2014	提供制造商授权	1								
B	B1-09	可吸收外科缝合线	3-0/长90mm	包	17.00	国产	符合 YY 1116-2020	提供制造商授权	1								
B	B1-10	小针刀	0.40*50mm	支	1.25	国产	符合 YY/T XXXXX-202X	提供制造商授权	1								
B	B1-11	小针刀	0.40*75mm	支	1.38	国产	符合 YY/T XXXXX-202X	提供制造商授权	1								
B	B1-12	负压罐（抽气罐）	大号	个	6.52	国产	符合 YY/T 1624-2019	提供制造商授权	1								
B	B1-13	负压罐（抽气罐）	中号	个	6.52	国产	符合 YY/T 1624-2019	提供制造商授权	1								

B	B1-14	负压罐（抽气罐）	小号	个	6.52	国产	符合 YY/T 1624-2019	提供制造商授权	1							
B	B1-15	负压罐（竹罐）	大号	个	6.52	国产	符合 YY/T 1624-2019	提供制造商授权	1							
B	B1-16	负压罐（竹罐）	中号	个	6.52	国产	符合 YY/T 1624-2019	提供制造商授权	1							
B	B1-17	穴位压力刺激贴（耳穴贴）	/	盒	16.00	国产	符合 YY/T 0148-2021	提供制造商授权	1							
B	B1-18	耳穴模型	/	个	10.00	国产	符合 GB/T 13734-2008	提供制造商授权	1							
B	B1-19	电子针灸仪	/	台	423.00	国产	符合 YY 0780-2018	提供制造商授权	1							
B	B1-20	红外线治疗仪	/	台	360.00	国产	符合 YY 0323-2018	提供制造商授权	1							
B	B1-21	火罐（大）	罐口内径58mm	个	4.00	国产	符合 YY/T 1976-2025	提供制造商授权	1							
B	B1-22	火罐（中）	罐口内径45mm	个	3.00	国产	符合 YY/T 1976-2025	提供制造商授权	1							
B	B1-23	火罐（中）	罐口内径32mm	个	2.80	国产	符合 YY/T 1976-2025	提供制造商授权	1							
B	B1-24	火罐	1#	个	3.80	国产	符合 YY/T 1976-2025	提供制造商授权	1							
B	B1-25	紫草油	30ML/瓶	瓶	32.00	国产	符合 GB 15979	提供制造商授权	1							
B	B1-26	计时器	长7cm×宽6cm	个	16.00	国产	符合 GB/T 22778-2021	提供制造商授权	1							
B	B1-27	刮痧板	长180mm×宽40mm×厚4mm	把	140.00	国产	符合 YY/T 1979-2025	提供制造商授权	1							
B	B1-28	刮痧油	100ml/瓶	瓶	26.00	国产	符合 GB/T 26516-2011	提供制造商授权	1							
B	B1-29	蕲艾条	10支/盒	盒	36.00	国产	符合 GB/T 40975-2021	提供制造商授权	1							
B	B1-30	灸箱（大）	长23.5cm×宽15.5cm×高11cm	个	100.00	国产	符合 T/SAAM 0004-2023	提供制造商授权	1							
B	B1-31	灸箱（小）	长9.3cm×宽8.5cm×高8.1cm	个	21.00	国产	符合 T/SAAM 0004-2023	提供制造商授权	1							
B	B1-32	和派圆针	55mm*200mm	支	249.00	国产	符合 GB 2024-2016	提供制造商授权	1							
B	B1-33	剥离器	/	支	65.00	国产	符合 GB 2024-2016	提供制造商授权	1							
B	B1-34	一次性使用防水浮针贴	/	个	0.20	国产	符合 YY/T 0148-2006	提供制造商授权	1							
B	B1-35	一次性使用采血针	A型0.7mm	支	0.23	国产	符合 YY/T 1618-2018	提供制造商授权	1							
B	B1-36	免洗外科消毒凝胶	248ml	瓶	26.00	国产	符合 GB 27950-2020	提供制造商授权	1							

B	B1-37	75%酒精消毒液	100ml/瓶	瓶	2.20	国产	符合 GB/T 26373-2020	提供制造商授权	1								
B	B1-38	碘伏消毒液	100ml/瓶	瓶	1.80	国产	符合 GB/T 26368-2020	提供制造商授权	1								
B	B1-39	消毒湿巾	/	包	8.50	国产	符合 GB/T 27728.3-2024	提供制造商授权	1								
B	B1-40	真空采血管	红帽	支	0.98	国产	符合 YY/T 0314-2021	提供制造商授权	1								
B	B1-41	医用脱脂棉纱布	5*7*8 7片/小包*20小包/中包*90中包	包	25.00	国产	符合 YY 0331-2006	提供制造商授权	1								
B	B1-42	医用脱脂棉球	/	包	24.00	国产	符合 YY/T 0330-2015	提供制造商授权	1								
B	B1-43	一次性使用止血带	50/盒	盒	32.00	国产	符合 GB/T 16886	提供制造商授权	1								
B	B1-44	一次性使用雾化器	/	个	6.00	国产	符合 T/GDMDMA 0033-2024	提供制造商授权	1								
B	B1-45	睡眠呼吸监测分析及授权软件	/	次	140.00	国产	符合 GB/T 42984.1-2023	提供制造商授权	1								
B	B1-46	一次性使用环状胶贴	3M胶贴	个	2.00	国产	符合 YY/T 0148-2006	提供制造商授权	1								
B	B1-47	检查手套（薄膜手套）	中号	支	0.02	国产	符合 GB 24788-2009	提供制造商授权	1								
B	B1-48	一次性薄膜手套	中号（M）	双	0.06	国产	符合 GB 24788-2009	提供制造商授权	1								
B	B1-49	医用无纺布敷料（中单）	100cm*200cm/片	片	3.40	国产	符合 YY/T 0506.1-2023	提供制造商授权	1								
B	B1-50	洞巾	50*60 2000块/件	片	1.50	国产	符合 YY/T 0506.1-2023	提供制造商授权	1								
B	B1-51	灸盒	单联布套（铜盒）	个	12.80	国产	符合 T/SAAM 0004-2023	提供制造商授权	1								
B	B1-52	葫芦灸	直径7cm内径3.5cm高180cm	个	18.00	国产	符合 T/SAAM 0004-2023	提供制造商授权	1								
B	B1-53	葫芦灸玉垫	直径7cm内径3.5cm高18cm	个	6.00	国产	符合 YY/T 0466.1-2016	提供制造商授权	1								
B	B1-54	一次性肺功能仪用过滤嘴	XCL001、一包一个/22口径	个	21.00	国产	符合 YY/T 0753.1-2009	提供制造商授权	1								
B	B1-55	血糖试纸	/	片	3.50	国产	符合 GB/T 19634-2021	提供制造商授权	1								
B	B1-56	医用灭菌包装平面卷袋	200mm*100mm	卷	255.00	国产	符合 GB/T 19633.1-2015	提供制造商授权	1								
B	B1-57	医用灭菌包装平面卷袋	400mm*100mm	卷	510.00	国产	符合 GB/T 19633.1-2015	提供制造商授权	1								
B	B1-58	针灸针	0.14*0.25mm	支	0.16	国产	符合 GB 2024《针灸针》	提供制造商授权	1								

B	B1-59	医用输液贴	70*35mm	片	0.06	国产	符合 T/CSBME 011-2019	提供制造商授权	1							
B	B1-60	三棱针	2*38mm	支	1.20	国产	符合 YY 0104-2018	提供制造商授权	1							
B	B1-61	拨松针	3.0*280mm	支	25.00	国产	符合 YY 0104-2018	提供制造商授权	1							
B	B1-62	拨松针	3.0*160mm	支	23.00	国产	符合 YY 0104-2018	提供制造商授权	1							
B	B1-63	拨松针	3.0*100mm	支	22.00	国产	符合 YY 0104-2018	提供制造商授权	1							
B	B1-64	一次性使用无菌揿针	0.18*1.3mm	支	1.20	国产	符合 YY/T 0105-2020	提供制造商授权	1							
B	B1-65	医用超声耦合剂	250ml	瓶	7.00	国产	符合 YY/T 0299-2022	提供制造商授权	1							
C	C1-01	糖化血红蛋白分析用洗脱液A	800ml	瓶	1436.00	国产	适用于深圳国赛GSH-60全自动高效液相糖化血红蛋白分析仪	否	1							
C	C1-02	糖化血红蛋白分析用洗脱液B	400ml	瓶	1171.00	国产	适用于深圳国赛GSH-61全自动高效液相糖化血红蛋白分析仪	否	1							
C	C1-03	糖化血红蛋白分析用洗脱液C	400ml	瓶	855.00	国产	适用于深圳国赛GSH-62全自动高效液相糖化血红蛋白分析仪	否	1							
C	C1-04	糖化血红蛋白溶血剂	2L	瓶	1368.00	国产	适用于深圳国赛GSH-63全自动高效液相糖化血红蛋白分析仪	否	1							
C	C1-05	糖化血红蛋白质控品	0.5ml	瓶	598.00	国产	适用于深圳国赛GSH-64全自动高效液相糖化血红蛋白分析仪	否	1							
C	C1-06	糖化血红蛋白标准品	0.5ml	瓶	821.00	国产	适用于深圳国赛GSH-65全自动高效液相糖化血红蛋白分析仪	否	1							
C	C1-07	天门冬氨酸氨基转移酶（AST）	240ml（R1 40×4 R2 20×4）	盒	64.8	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-08	甘油三酯检测试剂盒	240ml（R1 40×4 R2 20×4）	盒	172.8	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-09	总蛋白（TP）	210ml（70×3）	盒	29.4	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-10	白蛋白（ALB）	210ml（70×3）	盒	27	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-11	总胆红素（T-BIL）	200ml（R1:4×40ml+R2:2×20ml）	盒	80	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-12	直接胆红素（D-BIL）	200ml（R1:4×40ml+R2:2×20ml）	盒	92	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-13	γ-谷氨酰基转移酶（GGT）	200ml（R1 40×4 R2 20×2）	盒	98	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-14	碱性磷酸酶（ALP）	200ml（R1 40×4 R2 20×2）	盒	70	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-15	尿素（Urea）	200ml（R1 40×4 R2 20×2）	盒	68.16	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-16	载脂蛋白A-1（APOA-1）	240ml（R1 45×4 R2 15×4）	盒	1440	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-17	载脂蛋白B（APOB）	240ml（R1 45×4 R2 15×4）	盒	1440	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-18	脂蛋白（a）（$LP_{(a)}$）	200ml（R1 40×4 R2 20×2）	盒	4000	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-19	肌酸激酶（CK）	200ml（R1 40×4 R2 20×2）	盒	238.2	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							

C	C1-20	肌酸激酶同工酶（CK-MB）	100ml（R1 20×4 R2 20×1）	盒	472.15	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-21	α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）	240ml（R1 40×4 R2 20×4）	盒	107.52	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-22	乳酸脱氢酶（LDH）	200ml（R1 40×4 R2 20×2）	盒	220.88	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-23	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒	240ml（R1 40×4 R2 20×4）	盒	64.8	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-24	总胆固醇检测试剂盒	240ml（R1 40×4 R2 20×4）	盒	93.6	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-25	尿酸检测试剂盒	240ml（R1 40×4 R2 20×4):校准品:1×1ml	盒	81.77	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-26	葡萄糖检测试剂盒	240ml（R1 40×4 R2 20×4):校准品:1×1ml	盒	240	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-27	肌酐检测试剂盒	240ml（R1 45×4 R2 15×4）	瓶	588.2	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-28	同型半胱氨酸检测试剂盒	27ml（R1 35×1R2 10×1）	盒	776.7	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-29	尿微量白蛋白检测试剂盒	240ml （R1 67×3 R2 20×2）	盒	863.5	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-30	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒	240ml（R1 45×4 R2 15×4）	盒	528	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-31	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒	240ml（R1 45×4 R2 15×4）	盒	792	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-32	清洗液	4*1950ml	桶	793.00	进口	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-33	反应杯	16*98	桶	1374.00	进口	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1								
C	C1-34	甲胎蛋白测定试剂盒	300测试/盒：6×50测试/盒，校准品0(S0) -校准品6 (S6) 2.5 mL/瓶	盒	2547	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-35	癌胚抗原测定试剂盒	100 测试：2 × 50 测试/盒	盒	1349	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-36	促甲状腺激素测定试剂盒	规格1：2 × 100 测试/盒	盒	1398	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-37	游离甲状腺素测定试剂盒	2 × 50测试/盒	盒	699	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-38	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	2 × 50测试/盒	盒	699	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-39	甲状腺素测定试剂盒	2 × 50个测试/盒	盒	1149	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-40	三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒	2 × 50个测试/盒	盒	600	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-41	游离前列腺特异抗原	2×50 个测试/盒	盒	1349	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-42	前列腺特异抗原测定试剂盒	2×50 个测试/盒	盒	1349	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								

C	C1-43	糖类抗原125测定试剂盒	2×50测试数/盒	盒	1349	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-44	糖类抗原19-9检测试剂盒	2×50测试/盒	盒	1349	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-45	癌抗原15-3检测试剂盒	100 测试：2 × 50 测试/盒	盒	1349	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-46	全自动免疫检验系统用底物液	4*130ml	盒	4482.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-47	人促甲状腺激素校准品（hTSH-S）	校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5ml/瓶	盒	1504.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-48	游离三碘甲状腺原氨酸校准品（FT3-S）	校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5ml/瓶	盒	1504.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-49	游离甲状腺素校准品（FT4-S）	校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5ml/瓶	盒	1504.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-50	癌胚抗原校准品（CEA-S）	校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5	盒	2607.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								
C	C1-51	总前列腺特异抗原校准品（TPSA-S）	校准品0(S0):2.5mL×1,校准品1(S1):2.5mL×1,校准品2(S2):2.5mL×1,校准品3(S3):2.5mL×1,校准品4(S4):2.5mL×1,校准品5(S5):2.5	盒	1761.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1								

C	C1-52	游离前列腺特异抗原校准品（FPSA-S）	校准品 0(S0):2.5mL×1,校准品 1(S1):2.5mL×1,校准品 2(S2):2.5mL×1,校准品 3(S3):2.5mL×1,校准品 4(S4):2.5mL×1,校准品	盒	1761.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1							
C	C1-53	糖类抗原125校准品（Ca125（S））	校准品 0(S0):2.5mL×1,校准品 1(S1):2.5mL×1,校准品 2(S2):2.5mL×1,校准品 3(S3):2.5mL×1,校准品 4(S4):2.5mL×1,校准品	盒	2155.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1							
C	C1-54	糖类抗原19-9校准品（Ca19-9（S））	校准品 0(S0):2.5mL×1,校准品 1(S1):2.5mL×1,校准品 2(S2):2.5mL×1,校准品 3(S3):2.5mL×1,校准品 4(S4):2.5mL×1,校准品	盒	2155.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1							

C	C1-55	糖类抗原15-3校准品（Ca15-3（S））	校准品0(S0):1.5mL×1,校准品1(S1):1.5mL×1,校准品2(S2):1.5mL×1,校准品3(S3):1.5mL×1,校准品4(S4):1.5mL×1,校准品5(S5):1.5	盒	2155.00	进口	适用于贝克曼ACCESSII全自动免疫分析仪	否	1							
C	C1-56	便隐血检测试剂	25人份	盒	100.00	国产	25人份	否	1							
C	C1-57	尿液分析试纸	100人份	瓶	188.00	国产	适用于长春迪瑞H-500干化学尿液分析仪	否	1							
C	C1-58	血液分析仪用质控品	3ml	盒	1022.00	进口	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-59	血液分析仪用校准品	3ml	瓶	3539.00	进口	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-60	戊型肝炎抗体检测试剂盒	96人份/盒 12孔	盒	500.00	国产	96人份/盒 12孔	否	1							
C	C1-61	血细胞分析用溶血剂（WNR）	41*2	盒	4482.00	国产	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-62	血细胞分析用溶血剂（WDF）	41*2	盒	4482.00	国产	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-63	血细胞分析用溶血剂（SLS）	1.51*2	盒	4482.00	国产	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-64	血细胞分析用染色液（WDF）	42ml*2	盒	4482.00	进口	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-65	血细胞分析用染色液（WNR）	82ml*2	盒	4482.00	进口	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-66	清洗液（CLA-500A）	2*4ml	盒	2009.00	进口	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-67	血细胞分析用稀释液（DCL-300A稀释液）	20L/桶	桶	355.00	进口	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-68	M-53P探头清洗液	17ml/瓶	瓶	18.00	国产	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-69	M-3CFL溶血剂	500ml/瓶	盒	837.00	国产	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-70	M-3D稀释液	20L/桶	盒	256.00	国产	适用于希森美康XN-10(B4)五分类血液细胞分析仪	否	1							
C	C1-71	脂类多项非定值质控品	6*3ml（水平2）	盒	500.00	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-72	乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒（乳胶法）	25人份/盒	盒	100.00	国产	25人份/盒	否	1							
C	C1-73	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法	96人份/盒 12孔	盒	220.00	国产	96人份/盒 12孔	否	1							
C	C1-74	多项生化校准品	1*3ml	盒	280.00	国产	适用于贝克曼AU480全自动生化分析仪	否	1							
C	C1-75	沙门菌、志贺菌检测试剂盒	48人份/盒	盒	1680.00	国产	48人份/盒	否	1							
C	C1-76	一次性使用采样器	1人份/袋	人份	3.80	国产	1人份/袋	否	1							
C	C1-77	液基细胞和微生物处理保存试剂（沙门、志贺专用	2mL*1支/套	支	6.40	国产	2mL*1支/套	否	1							
C	C1-78	多参数电解质分析仪用测定试剂（离子选择电极法）	AFT-A8型	盒	850.00	国产	适用于梅州康立KIit8G电解质分析仪	否	1							
D	D1-01	一次性使用吸痰管	5.33mm（Fr16）50支/包 1000支/件	支	1..32	国产	5.33mm	/	1							
D	D1-02	医用超声耦合剂	TM-100(250ml/瓶) 60瓶/件	瓶	2.80	国产	250ml	/	1							
D	D1-03	台式血压计	台式	台	123.00	国产	台式	/	1							
D	D1-04	听诊器	插入式单用（A型）50个/件	个	27.40	国产	单用	/	1							

D	D1-05	一次性使用无菌阴道扩阴器	中号 A型轴转式 40只/包 400只/件	只	0.73	国产	A型 中号	/	1							
D	D1-06	压舌板	15 100片/包 6000片/件	块	0.09	国产	150mm*18mm	/	1							
D	D1-07	鼻镜	直型 25只/包 500只/件	只	1.70	国产	直型	/	1							
D	D1-08	一次性使用真空贮血管不带针	5ml无抗凝剂 1800支/件	支	0.90	国产	5ml无抗凝剂	/	1							
D	D1-09	一次性使用无菌注射器带针	中头式 2.5ml0.5*19.7mm 2400支/件	支	0.26	国产	2.5ml	/	1							
D	D1-10	一次性使用无菌注射器带针	中头式 5ml 0.6*28.5mm 1800支/件	支	0.26	国产	5ml	/	1							
D	D1-11	一次性使用无菌注射器带针	中头式 10ml0.7*31mm 1200支/件	支	0.33	国产	中头式10ml0.7*31mm 1200支/件	/	1							
D	D1-12	一次性使用真空贮血管（不带针）	EDTAK2 2ml 1800支/件	支	0.90	国产	2ml血常规EDTAK2	/	1							
D	D1-13	一次性使用尿杯	中号 1000个/包 10包/件	个	0.06	国产	中号	/	1							
D	D1-14	塑料吸管	1ml	支	0.07	国产	1ml	/	1							
D	D1-15	指针式温湿度表	MDS-B1	个	22.00	国产	1个	/	1							
D	D1-16	一次性使用无菌自毁式注射器 带针	0.5ml 0.5*19RWLB 100支/盒 3000支/件	支	0.73	国产	分离式0.5ml 0.5*19.7mm	/	1							
D	D1-17	一次性使用无菌口腔护理包	II型 200包/件	套	1.75	国产	Ⅱ型	/	1							
D	D1-18	打印纸	57*50m	卷	8.80	国产	57*50	/	1							
D	D1-19	生化样品杯	大便杯 40ml 1000T 50个/包	只	0.24	国产	包装数量：500支/包 型号尺寸：17x38	/	1							
D	D1-20	臂式电子血压计	AXD-867A1	台	254.80	国产	检测方法：示波法 测量单位可切换 有数字式液晶显示 量程：血压量程：0mmHg-280mmHg 测量精度：压力测量最大误差不超过3mmHg，脉率测量精度不超过5% 存储容量：可粗存双人各90组测量数据 内置锂电池 有心律不齐提示 使用寿命正常使用在10000次以上	/	1							
D	D1-21	视力表灯箱	2.5米/成人	台	208.00	国产	2.5米 成人	/	1							
D	D1-22	铅胶围领	通用式 600*50	个	503.00	国产	直型 0.35	/	1							
D	D1-23	氧气吸入器	72*45 80个/件	盒	28.40	国产	72*45cm	/	1							
D	D1-24	一次性使用输液器（带针）	B1-1 0.7*24TWLB 500套/件	支	0.65	国产	0.7 纸塑 螺旋药过	/	1							
D	D1-25	一次性使用鼻氧管	单鼻塞50支/包1000支/件	支	0.83	国产	单鼻塞	/	1							

D	D1-26	一次性使用配药注射器带针（无菌溶药器）	20ml A型斜口针 1.6*32mm 900支/件	支	0.57	国产	20mlA型斜口针	/	1							
D	D1-27	一次性使用医用帽子	桶帽 20个/包 5000个/件	个	0.37	国产	圆顶帽	/	1							
D	D1-28	医用无纺布敷料	40cm*50cm 10片/小包 200张/中包 4000片/件	片	0.31	国产	40cm*50cm	/	1							
D	D1-29	出诊箱	14寸（铝合金）6个/箱	个	62.70	国产	14寸	/	1							
D	D1-30	医用棉签	A型：医用棉签（无菌）12cm 50支/小包 20小包/中包50中包/件 （5万支/件）	包	20.5	国产	12cm\1500支/包	/	1							
D	D1-31	医用棉签	20cm 500支/包 12500/件	支	0.015	国产	20cm	/	1							
D	D1-32	一次性使用无菌注射器带针	中头式1ml 0.45mm*15.5mm 3600支/件	支	0.26	国产	1ml	/	1							
D	D1-33	一次性使用无菌注射器带针	20ml A型斜口针 1.6*32mm 900支/件	支	0.57	国产	20ml	/	1							
D	D1-34	医用灭菌包装无纺布	500mm*500mm	张	0.75	国产	500mm*500mm	/	1							
D	D1-35	缝合线	4-0#3/8△ 5*14(90cm) 20包/盒	包	17	国产	4-0、5-0、6-0	/	1							
D	D1-36	可吸收带线缝合针	4-0#3/8△ 5*14(90cm) 20包/盒	包	18	国产	各型号	/	1							
D	D1-37	刀片（圆头和尖头）	23# 100片/盒 5000片/件	盒	50	国产	刀片材质为：非合金工具钢100片/盒 产品为无菌	/	1							
D	D1-38	凡士林纱布	6*8*8 1块/包 100块/盒 600块/件	包	180	国产	6*8*8 1块/100块/包	/	1							
D	D1-39	一次性使用全麻包	7.0mm	个	60	国产	一次性使用全麻气管插管包由一次性使用气管插管(有套囊)、一次性使用吸痰管、一次性使用连接导管、一次性使用咬口、一次性使用插口、一次性使用橡胶检查手套或橡胶外科手套、纱布块组成，喉镜灯、一次性使用胶带、棉球或石蜡棉球、治疗巾组成。	/	1							
D	D1-40	过氧化氢消毒液	3% 100ml*140瓶	瓶	1	国产	100ml	/	1							
D	D1-41	非接触式红外体温仪	XLF-GK868A	个	90	国产	JXB-308	/	1							
D	D1-42	一次性使用清创缝合包	200个/件	个	4.5	国产	由非吸收性外科缝线、医用缝合针、纱布叠片、一次性使用医用橡胶检查手套、棉球、碘伏棉球、包布和托盘组成。	/	1							
D	D1-43	医用无纺布敷料（中单）	100*200cm 1片/小包 *20小包/中包*21中包/件=420片/件	片	3.4	国产	100cm*200cm/片	/	1							
D	D1-44	75%酒精消毒液	100ml*140瓶	瓶	2.2	国产	100ml/瓶	/	1							

D	D1-45	碘伏消毒液	100ml*140瓶	瓶	1.8	国产	100ml/瓶	/	1							
D	D1-46	一次性使用止血带	A型 点连式50条/盒*60盒/件	盒	32	国产	50/盒	/	1							
D	D1-47	检查手套（薄膜手套）	中号（M）10包/盒*10盒/件=100包/件	支	0.02	国产	中号	/	1							
D	D1-48	一次性使用采血针	A型 0.7mm	支	0.23	国产	A型0.7mm	/	1							
D	D1-49	一次性使用换药包	HYA-0 120/件	包	7.6	国产	（物品盒1个、纱布2块、镊子2把、剪刀1把、包布1块）	/	1							
D	D1-50	一次性丁腈手套	S 100只/盒 10盒/箱	盒	35	国产	蓝色加厚型（大中小号）	/	1							
D	D1-51	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7# 无粉 1副/小包*50副/盒*8盒/件=400副/件	副	2.2	国产	6.5号、7号	/	1							
D	D1-52	医用脱脂棉纱布	5*7*8 7片/小包*20小包*90中包	包	25	国产	5*7*8 7片/小包*20小包/中包*90中包	/	1							
E	E1-01	天然皂液	500ml	瓶	15	国产	500ml	是	1							
E	E1-02	弱碱性皮肤黏膜消毒液	300ml	袋	79.00	国产	300ml	是	1							
E	E1-03	速干免洗手消毒液	500ml	瓶	19.5	国产	500ml	是	1							
E	E1-04	速干免洗手消凝胶	60ml	瓶	10	国产	60ml	是	1							
E	E1-05	复合醇消毒湿巾（含酒精）	20片	包	11	国产	20片	是	1							
F1	F1-01	疟原虫抗原检测试剂盒	20人份/盒，每人份独立包装（含裂解液）	人份	15.00	国产	体外定性检测人静脉全血样本中恶性疟原虫分泌的富组氨酸蛋白和疟原虫分泌的乳酸脱氢酶	是	1							
F2	F2-01	寄生虫卵检测制片盒	100人份/盒	盒	308.00	国产	试剂盒需包括： 1.塑料定量板 （100块）：规格为30mm×40mm×1mm，中央孔为圆台形，其短径3mm，长径4mm，高1mm，容积为38.75mm3。 2.塑料刮棒（100个）：长60mm，宽6mm，厚2mm。 3.亲水性透明玻璃纸（≥200张）：厚40μm，大小为25×40mm。 4.尼龙绢网（80目）：100张，裁剪成（8cm×8cm）大小。 5.透明染液（≥50ml）：由蒸馏水、纯甘油、3%孔雀绿（或亚甲基蓝）按照100：100：1的比例配制而成。	是	1							
G	G1-01	热释光探测器（Li-6、Li-7）	GR-206/GR-207	片	294	国产	尺寸：φ4.5mm×0.8mm 分散性和剂量分散性：<5%	否	1							
G	G1-02	指环剂量计	NASA-IV	个	20	国产	可使用φ4.5mm×0.8mmGR200热释光剂量计进行测量，且同时可测量手部β、X、γ射线剂量。	否	1							
G	G1-03	X，γ射线个人剂量检测计量片（按释光剂量计）	圆片φ4.5X0.8mm/LiF（Mg，Cu，P）分散性≤3%	片	6	国产	见规格/型号	否	1							
H	H1-01	SPF级小鼠	17-30g	只	18.00	国产	供应商须持有有效的实验动物生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
H	H1-02	SD大鼠	60-220g	只	60.00	国产	供应商须持有有效的实验动物生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
H	H1-03	实验兔	2.0-2.5kg	只	130.00	国产	供应商须持有有效的实验动物生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
H	H1-04	豚鼠	200-300g	只	80.00	国产	供应商须持有有效的实验动物生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
H	H1-05	鼠饲料	25kg/袋	斤	6.00	国产	供应商须持有有效的动物饲料生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
H	H1-06	SPF级鼠饲料	10kg/箱	斤	9.00	国产	供应商须持有有效的动物饲料生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
H	H1-07	兔饲料	25kg/袋	斤	6.00	国产	供应商须持有有效的动物饲料生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							

H	H1-08	刨花垫料	4kg/袋	斤	5.00	国产	供应商须持有有效的动物垫料生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
H	H1-09	玉米芯垫料	20kg/袋	斤	3.25	国产	供应商须持有有效的动物垫料生产许可证，要求预订7日内送达省疾控中心毒理科（乌当区东风镇北京东路）。	否	1							
I	I1-01	人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂（快速）	30、40、50人份/盒/卡型	人份	0.8	国产	1、卡式，每人份独立包装,规格：40或50人份/盒。 2、经国家食品药品监督管理局注册批准 ▲3、连续4年经国家疾控中心临床评估质量稳定，敏感性和特异性≥99%。需提供该试剂参加中国疾控中心质量评估报告作为敏感性和特异性评分依据文件。 ▲4、检测样本：全血样本、血清样本和血浆样本，需提供说明书。 5、试剂有效期24个月，到货验收发放时剩余有效期不少于20个月。结果判读：≤20分钟。 6、交货期：签订合同15天内完成交货。承诺售后服务。 ▲7、 2024年在国家卫生健康委临床检验中心感染性抗原抗体快速检测室间质量评价中，统计客户使用数量≥100家，需提供相关证明文件。 8、生产企业质量体系认证要求： 8.1、医疗器械质量管理体系认证（ISO 13485:2016）。 8.2、环境管理体系认证（ISO 14001:2015）。 8.3、职业健康安全管理体系认证（ISO 45001:2018）	是	1							
I	I1-02	HIV抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒	卡型，每人份独立包装（1人份/盒）	人份	10	国产	▲1、检测方法：免疫层析法。 2、规格：卡型，每人份独立包装（1人份/盒）。 3、检测样本：口腔黏膜渗出液。 ▲4、每份试剂盒须配备口腔黏膜渗出液取样拭子。 5、产品无需冷链保存运输，室温（4-30℃）保存。 6、≤30分钟内可得检测结果。 ▲7、经国家食品药品监督局药品注册批准，检验合格。承诺售后服务。 8、提供国家医疗器械检验所出具的注册检验报告。 9、交货时须出具本批次检验合格报告。	是	1							
I	I1-03	尿吗啡检测试剂	25、40、50人份/盒	人份	1	国产	1、检测原理：胶体金法。 2、检测样本：适用于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，4℃-30℃保存 3、最低检出浓度300ng/ml。 ▲4、产品获得中国国家药品监督管理局医疗器械注册证 ▲5、生产厂家获得ISO13485、CE认证。 6、包装规格：单人份包装，产品上有易判读的中文的标识 。 7、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成。检测试剂的膜条宽度不小于	是	1							
I	I1-04	梅毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、乙肝表面抗原、丙肝抗体联合检测试剂（胶体金法）	20人份/盒或25人份/盒	人份	10	国产	1、板型，规格20人份/盒或25人份/盒。 2、胶体金法。 3、试剂可同时检测血液中的梅毒抗体、艾滋抗体、乙肝表面抗原和丙肝抗体等。 4、包被抗原：艾滋包含HIV M,gp41和gp36等优势抗原。梅毒包含TP58和TP66等优势片段。丙肝包含NS3，NS4，NS5和Core等优势片段。 5、HIV：敏感性100%，特异性≥99%。 6、TP：敏感性100%，特异性≥99%。（参考《2023年梅毒诊断试剂临床评估报告》） 7、HCV：敏感性100%，特异性≥99%。 8、HBsAg：敏感性100%，特异性≥99%。 ▲9、试剂可一次性检测四个项目，其中艾滋梅毒在一根试剂条上加入一次质控后可同时显色（需提供现场演示） 10、采样后15分钟内出结果。 11、可以检测血清、血浆和全血样品。 ▲12、试剂性能可靠：临床试验数据不低于1500例，梅毒/艾滋/乙肝/丙肝等每个项目的阴阳性临床总符合率均≥99、8%。（须提供国家药监部门认可的有效材料）。 13、交叉反应：检测HAMA、RF类风湿因子、抗乙型肝炎病毒表面抗体、抗乙型肝炎病毒核心抗体、乙型肝炎病毒e抗原、抗乙型肝炎病毒e抗体、幽门螺旋杆菌抗体、单核细胞增多症、巨细胞病毒、风疹、弓形虫等阳性标本时，未发生交叉反应。 14、产品具有中国医疗器械注册证。	是	1							

I	I1-05	人类免疫缺陷病毒1型尿液抗体检测试剂盒（胶体金法）	10人份/盒，50人份/盒	人份	50	国产	1、经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。承诺售后服务。 2、可用于体外定性检测人尿液样本中的HIV-1抗体，可用于消费者自检（以注册证为准）。 3、检测原理：间接法。 ▲4、检测方法：胶体金法。 5、储存条件及有效期：2-30℃干造处保存，有效期不少于（可包含）12个月。 6、包装规格：1人份/盒，10人份/盒，50人份/盒。 ▲7、判定时间：15min内可以进行结果判定。 8、灵敏度：188例未抗病毒治疗HIV感染者尿液样本，检出率为98.4%。最低检出限为0.2NCU/mL。 9、特异性：300例正常人群尿液样本阴性符合率100%。与HAV-IgM、HEV-IgM、HBsAg、HCV抗体、TP抗体、HAV-Ab、HEV-IgG、HTLV抗体、CMV-IgM、EB-IgA、弓形虫抗体、甲型流感病毒、类风湿因子、系统性红斑狼疮、抗核抗体阳性样本无交叉反应。 10、产品性能：尿液与血清样本进行了对比，阳性符合率为99.17%，阴性符合率为100.00%，总符合率为99.79%。受试者自检结果与专业人员检测结果的阳性符合率为99.16%，阴性符合率为	是	1							
I	I1-06	HIV智慧检测盒	卡型，每人份独立包装（1人份/盒）	人份	158	国产	1.与HIV快检试剂配合使用，并提供检测结果自动收集系统，实现检测结果、检测者联系方式、检测时间、检测地点等各项数据的自动采集回传，无需人工录入。 2.产品性能获得国家级实验室评估 3.配套小程序提供咨询服务、问卷填写、风险评估等功能 4.采用组合套装的独立包装，每个包装内含检测试剂 1 份、缓冲液 1份、吸管 1 份、采血针 1 份组成。 5.所提供试剂，敏感性100%，特异性≥97%，依据为《中国疾病预防控制中心关于上报2020年全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估报告》	是	1							
I	I1-07	梅毒检验试剂（ELISA）	96人份/盒	人份	1.2	国产	1、产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。 2、样本要求：检测人血清、血浆样本。 3、检测方法：酶联免疫双抗原夹心法。 4、储存条件及有效期：2-8℃避光保存，有效期不少于（可包含）12 个月（见产品说明书）。承诺售后服务。 5、产品规格：96人份/盒（见产品说明书）。 6、中国药品生物制品检定所批批检合格。	是	1							
I	I1-08	梅毒检验试剂（RPR/TRUST）	120人份/盒	人份	1	国产	1、产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证。 2、功能要求：检测人血清、血浆样本中的反应素(以说明书内容为准)。 3、检测方法：凝集法。 4、储存条件及有效期：2-8℃避光保存，有效期不少于（可包含）12 个月（见产品说明书）。承诺售后服务。 5、产品规格：120人份/盒，1000人份/盒。（见产品说明书） ▲6、临床评估：根据2019年中国 CDC 性病控制中心组织的《2019年梅毒诊断试剂临床评估结果》中，灵敏度≥99.9%，特异性≥	是	1							

I	I1-09	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法）	条形/卡型	人份	1	国产	1、规格：25/40/50/100。 2、剂型：条形 卡型。 3、样本：血清、血浆（实际产品也可测全血）。 4、方法学：胶体金免疫层析法。 5、检验原理。夹心法。 6、储存条件：2-30℃，干燥。 7、有效期：24个月。 8、加样量：100ul。 9、无需样本稀释液。 10、结果观察：20±2分钟。 11、阳性符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品进行检定：10份阳性参考品，阴性不得多于1份。 12、阴性符合率：用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品进行检定：20份阴性参考品，阳性不得多于2份。 ▲13、灵敏度：用国家参考品或经国家参考品标注的企业参考品进行检定：L1应为阳性，L2可检出阳性或阴性，L3应为阴性。 ▲14、精密度：用国家参考品或经国家参考品标化的企业参考品进行检定：平行测定10次，结果应为阳性，显色均一。 15、国家CDC试剂评比2016-2018年、2020年金标法TP试剂连续三年功效率排名第一。 16、金标法TP试剂参加全国EQA连续五年成绩优异，合格率100%。 17、金标法TP试剂全国EQA使用客户量连续三年排名第一。 18、企业获得GMP认证、ISO13485质量体系认证、环境管理体系认证（ISO 14001:2015），30年成熟技术工艺与质量保障。	是	1							
J01	J01-01	小鼠饲料	2kg/袋	袋	55	国产	小鼠饲料需符合 GB 14924.3 标准，经辐照或高压灭菌。	否	1							
J01	J01-02	清洁级小鼠	17-30g/只	只	50	国产	用于媒介蚊虫供血，需排除特定病原微生物，且不允许检出寄生虫。	否	1							
J01	J01-03	蚊虫饲养笼	30cm*30cm*30cm 铝合金杆	个	120	国产	蚊虫饲养笼金属笼架，笼架底部应有底板，用于提升饲养操作的便利性。	否	1							
J01	J01-04	饲养笼纱网	与蚊虫饲养笼配套使用（带笼袖）	个	89	国产	用于蚊、蝇等重要病媒生物的饲养，纱网密度应为80－100目，养虫笼纱网核心要求为防止蚊虫逃逸，同时保证空气流通与满足饲养操作需求。	否	1							
J02	J02-01	成蚊接触筒（含铁圈）	接触筒与恢复筒长12.5cm,直径5cm,隔板长15cm	套	300	国产	一套接触筒应包含接触筒、恢复筒、隔板及铁圈	否	1							
J02	J02-02	移蚊管	与接触筒配套使用	支	52	国产	用于饲养笼内蚊虫的吸取及转移	否	1							
J02	J02-03	捕蚊水勺	水勺为标准500mL容量，网杆伸展长1.2m	把	80	国产	水勺为PC材质，标准500ml容量；网杆为不锈钢或铝合金材质，可伸缩	否	1							
J02	J02-04	光催化诱蚊灯	直接插电式	台	250	国产	诱蚊灯尺寸15*27cm，直接插电式，额定电压12v，配套有防雨罩和集蚊袋。	否	1							
J02	J02-05	蚊虫监测双层叠帐	外帐 长×宽×高：1.8m×1.8×1.5m； 内帐 长×宽×高：1.2m×1.2m	顶	350	国产	外帐 长×宽×高：1.8m×1.8×1.5m； 内帐 长×宽×高：1.2m×1.2m×2.0m	否	1							
J02	J02-06	手持电动吸蚊器	DX-3V型	个	98	国产	DX-3V型	否	1							
J02	J02-07	诱蝇笼	为锥形芯圆形诱蝇笼，笼高40cm，直径25cm，圆锥形芯高35cm，顶口直径2cm	个	20	国产	为锥形芯圆形诱蝇笼，笼高40cm，直径25cm，圆锥形芯高35cm，顶口直径2cm。	否	1							

J02	J02-08	诱蚊诱卵器	瓶体为圆柱型透明塑料瓶，直径为70mm，高为100mm；瓶底向上突出一个椭圆圆锥型，其高	个	6	国产	瓶体为圆柱型透明塑料瓶，直径为70mm，高为100mm；瓶底向上突出一个椭圆圆锥型，其高为20mm；	否	1								
J02	J02-09	鼠夹	中号钢板夹（12cm×6.5cm）	个	8	国产	中号钢板夹（12cm×6.5cm），触发灵敏，做工精，安全性好。	否	1								
J02	J02-10	鼠笼	可折叠式鼠笼	个	20	国产	中号可折叠式，长25cm、宽11cm、高11cm	否	1								
J02	J02-11	吸蚊管	玻璃，倒喇叭口	支	210	国产	直径4cm,长度20cm	否	1								
J03	J03-01	点滴器	0.33μL	支	220	国产	适用于家蝇抗药性监测，微量点滴杀虫药剂	否	1								
J03	J03-02	三级台	大号/小号	个	16	国产	大号/小号	否	1								
J03	J03-03	Mini-C掌上离心机	配套1.5ml离心管、0.2ml八联管转头	台	480	国产	配套1.5ml离心管、0.2ml八联管转头	否	1								
J03	J03-04	多道移液器	8通道，手动，1-10μL、10-100μL、30-300μL	把	6800	进口	1-10μL、10-100μL、30-300μL	否	1								
J03	J03-05	单道移液器	单通道，手动，0.1-2.5μL、2-20μL、20-200μL、10-100μL、100-1000μL	把	1500	进口	0.1-2.5μL、2-20μL、20-200μL、10-100μL、100-1000μL	否	1								
J03	J03-06	二氧化碳	40L/瓶	瓶	120	国产	适用于小型昆虫麻醉	否	1								
J03	J03-07	液氮	L	L	7	国产	L	否	1								
J04	J04-01	PCR管架	96孔	个	4	国产	96孔，带盖	否	1								
J04	J04-02	冻存管盒	100格	个	12	国产	聚丙烯或聚苯乙烯材质，可重复使用，耐高温消毒，可放入-80度或以下冰箱中使用.	否	1								
J04	J04-03	Eppendorf safe lock管	1.5ml	支	0.8	进口	聚丙烯材质，有安全锁扣扣盖，可高压高温灭菌，可放入-80度冰箱、液氮、干冰等环境中使用。	否	1								
J04	J04-04	冻存管	2ml	支	1.6	进口	聚丙烯材质，可高压高温灭菌，可放入-80度冰箱、液氮、干冰等环境中使用。	否	1								
J04	J04-05	50mL离心管	50ml	支	1.6	进口	50ml，螺口，密封性好	否	1								
J04	J04-06	15mL离心管	15ml	支	1.5	进口	15ml，螺口，密封性好	否	1								
J04	J04-07	2.0mL离心管	2ml	支	0.12	/	本色，连盖，灭菌，无DNA酶、无RNA酶	否	1								
J04	J04-08	1.5mL离心管	1.5ml	支	0.12	/	本色，连盖，灭菌，无DNA酶、无RNA酶	否	1								
J04	J04-09	PCR八联管	0.2ml	排	1.7	进口	透明材质，适用于荧光PCR实验，0.2ml，125排/盒，灭菌，无DNA酶、RNA酶	否	1								
J04	J04-10	0.2ml平盖PCR八联管盖	0.2ml平盖	排	1.8	进口	透明材质，适用于荧光PCR实验，125排/盒，灭菌，无DNA酶、RNA酶	否	1								
J04	J04-11	过滤吸头	10μL，96支/盒.	支	0.4	进口	10μL，96支/盒，灭菌，无DNA酶、RNA酶	否	1								
J04	J04-12	过滤吸头	200μL，96支/盒	支	0.4	进口	200μL，96支/盒，灭菌，无DNA酶、RNA酶	否	1								
J04	J04-13	过滤吸头	1000μL，96支/盒	支	0.45	进口	1000μL，96支/盒，灭菌，无DNA酶、RNA酶	否	1								
J04	J04-14	无菌加样槽	25mL	个	2	/	为灭菌级别，底部V型设计，独立包装，适用于8道及12道排枪加样。	否	1								
J04	J04-15	荧光定量PCR板	96孔	块	28.224	进口	透明或本色，灭菌，用于荧光定量PCR实验。	否	1								
J04	J04-16	封板膜	135*83*0.05mm	包	375	进口	100张/包 PCR-TS，灭菌，用于荧光定量PCR实验。	否	1								
J04	J04-17	过滤吸头	20μL，96支/盒	支	0.40	国产	20μL，96支/盒，50盒/箱，，灭菌，无DNA酶、RNA酶	否	1								
J04	J04-18	不锈钢研磨珠	直径2mm，200g/瓶	瓶	80.00	国产	适用样本脑、肺、肝脏、肌肉等组织、以及蚊、蝇等昆虫等样本的研磨、裂解、均质。	否	1								

J05	J05-01	NlaIII酶（限制性内切酶）	浓度10000 units/ml；规格 250units	支	465	进口	限制性内切酶附赠配套的缓冲液。可以过夜酶切，不会出现星号活性。65℃温育20分钟热失活。	提供制造商授权	1							
J05	J05-02	MluCⅠ酶（限制性内切酶）	浓度10000 units/ml；规格 1000units	支	845	进口	限制性内切酶附赠配套的缓冲液。可以过夜酶切，不会出现星号活性。	提供制造商授权	1							
J05	J05-03	Hpy188III酶（限制性内切酶）	浓度5000 units/ml；规格 500units	支	908.75	进口	限制性内切酶附赠配套的缓冲液。65℃温育20分钟热失活。	提供制造商授权	1							
J05	J05-04	Bsp1286Ⅰ酶（限制性内切酶）	浓度5000 units/ml；规格 250units	支	449	进口	限制性内切酶附赠配套的缓冲液。可以过夜酶切，不会出现星号活性。65℃温育20分钟热失活。	提供制造商授权	1							
J05	J05-05	Eae Ⅰ酶（限制性内切酶）	浓度5000 units/ml；规格 200units	支	900	进口	限制性内切酶附赠配套的缓冲液。65℃温育20分钟热失活。	提供制造商授权	1							
J05	J05-06	AvaⅡ酶（限制性内切酶）	浓度10000 units/ml；规格 1000units	支	440	进口	限制性内切酶附赠配套的缓冲液。可以过夜酶切，不会出现星号活性。80℃温育20分钟热失活。	提供制造商授权	1							
J05	J05-07	TaqⅠ-V2 酶（限制性内切酶）	浓度20000 units/ml；规格 2000units	支	450	进口	限制性内切酶附赠配套的缓冲液。可以过夜酶切，不会出现星号活性。	提供制造商授权	1							
J06	J06-01	无水乙醇	500mL/瓶	瓶	15	国产	优级纯或分析纯	否	1							
J07	J07-01	引物合成	碱基	碱基	0.80	国产	根据序列提供基因合成服务，对合成产物进行QC并提供QC报告。根据采购人要求定制试剂。	否	1							
J07	J07-02	核酸提取仪（百泰克）配套磁珠法微量组织基因组DNA提取试剂盒	AU19014（16次/盒）	盒	285.00	国产	全自动提取试剂，北京百泰克核酸提取仪（规格型号AU1001S）配套试剂，可自动、快速提取微量（<5mg）动物组织、昆虫等基因组DNA	提供制造商授权	1							
J07	J07-03	普通PCR mix 预混液，含染料	1ml/支	支	50.00	国产或进口	预混液中含Taq DNA聚合酶、PCR反应缓冲液、dNTPs、电泳指示染料等，使用时只需要加入DNA模板和引物，且可在反应结束后直接进行电泳	提供制造商授权	1							
J07	J07-04	TE缓冲液	100ml	瓶	45.00	国产	PH=8.0，分子生物级别，经过了灭菌处理，主要用于核酸的溶解等分子生物学实验。	否	1							
J07	J07-05	Gelred染剂	10000×，0.5ml/支	支	620.00	进口	10000X水溶液，高灵敏、低毒性，室温稳定，即可用于预制凝胶，也可用于电泳后染色。	否	1							
J07	J07-06	50*TAE	500ml	瓶	100.00	国产	PH=8.0，可室温保存。	否	1							
J07	J07-07	琼脂糖	100g	瓶	220.00	国产	适用于普通的琼脂糖凝胶电泳。	否	1							
J07	J07-08	DNA分子量标准Marker	100~600bp，50次	支	80.00	国产	即用型产品，可直接上样。混合有100-600bp不同条带。	否	1							
J07	J07-09	DNA分子量标准Marker	DL2000，50次	支	90.00	国产	即用型产品，可直接上样。混合有100-2000bp不同条带。	否	1							
J07	J07-10	核酸提取工作站（天隆）配套病毒DNA/RNA提取试剂盒（含磁棒套）	1 人份	人份	14.00	国产	全自动提取试剂，西安天隆全自动核酸提取仪（规格型号PAN9600S）配套试剂,提取动物组织研磨液、血清样本等中总DNA和RNA。	提供制造商授权	1							
J07	J07-11	荧光定量PCR试剂盒（探针法）	1ml/支	支	280.00	国产或进口	预混液中含Taq热启动酶、qPCR反应缓冲液、dNTPs等，使用时只需要加入DNA模板、引物和探针。	提供制造商授权	1							
J07	J07-12	cDNA合成试剂盒	100 RXN/包	包	1000.00	国产或进口	以RNA为模板，可去除RNA模板中残留的基因组DNA污染，然后进行RNA模板的逆转录。	提供制造商授权	1							
J07	J07-13	PBS缓冲液	500ml	瓶	56.00	国产或进口	浓度为0.01M、pH7.2- 7.4。	提供制造商授权	1							
J07	J07-14	一步法反转录荧光定量PCR试剂盒	100 RXN/包	包	700.00	国产或进口	以RNA为模板，RNA→cDNA→qPCR在同一体系中连续进行，使用时只需要加入RNA模板、引物和探针。	提供制造商授权	1							
J07	J07-15	Go Taq GreenMaster Mix	0次（2.5ml）	包	239.00	进口	预混液中含有电泳指示染料，可在反应结束后直接进行电泳。	提供制造商授权	1							
J07	J07-16	QIAamp DNA Mini Kit (50)	50T/盒	盒	30.00	进口	手动提取，无需进行组织研磨，用于动物组织、血液样本等的DNA提取。	提供制造商授权	1							

J07	J07-17	QIAGEN病毒DNA/RNA共提取试剂盒	50人份/盒	人份	49.00	进口	手动提取，无需进行组织研磨，用于动物组织、血液样本等总DNA和RNA的提取。	提供制造商授权	1							
J07	J07-18	基因合成	1ug/管	管	100.00	国产	根据序列提供基因合成服务，对合成产物进行QC并提供QC报告，提供冻干质粒或液体质粒。根据采购人要求定制试剂。	提供制造商授权	1							
K	K1-01	恶性疟原虫、间日疟原虫、三日疟原虫和卵形疟原虫预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	盒	3000	国产	可同时检测四种疟原虫的多重荧光PCR试剂	提供制造商授权	1							
K	K1-02	QIAamp DNA Mini Kit (50)	50T/盒	盒	2516	进口	可同时提取滤纸血样和微量全血中疟原虫DNA	提供制造商授权	1							
L1	L1-1	BOOT COVER靴套	AMN905	双	10	国产	防滑PVC靴底或Tyvek non-skip防滑面料，脚踝处为橡筋收口 对化学液体及有害干燥粉尘的轻度飞溅，喷淋起防护作用。	否	1							
L1	L1-2	一控牌过氧化氢空间灭菌生物指示剂	PB-6；50片/盒	盒	1700	国产	嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC7953)菌片，染菌载体为不锈钢片，芽孢量≥1.0×10^6cfu/片，适用于过氧化氢空间灭菌效果验证。	提供制造商授权	1							
L1	L1-3	一控牌嗜热脂肪地芽孢杆菌培养基	CMP-6；50支/盒	盒	600	国产	嗜热脂肪地芽孢杆菌（ATCC7953)即用型培养基，培养基液体含量1.8±0.1ml/支，接种后培养条件为55-60℃条件下培养。	提供制造商授权	1							
L2	L2-01	洗眼液	1、规格：500ml/瓶 2、型号：4604	瓶	315	进口	针对灰尘、粉尘、脏污、异物、弱酸、弱碱型手持紧急清洗液。 0.9%无菌氯化钠溶液。	提供制造商授权	1							
L2	L2-02	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式)	1.规格500片/包 2.型号1243A	包	1200	进口	用于121℃下排气压力蒸汽灭菌锅或132℃预真空压力蒸汽灭菌锅。卡片可显示成功和失败。爬行式，500片/包。	否	1							
L2	L2-03	蒸汽灭菌变色指示胶带	1.24mm宽*55m 2.型号1322	卷	100	进口	24mm宽*55m长/卷，用于121℃下排气压蒸汽灭菌锅或132℃预真空压力蒸汽灭菌锅。	否	1							
L2	L2-04	防护靴套	1、2只/袋 2、407型 3、BSY-805A	双	20	国产	流调专用靴套。PVC材质制成的带底靴套，有加强松紧带，耐磨5000次，可耐次氯酸钠浸泡。多个码数选择。	提供制造商授权	1							
L2	L2-05	一次性靴套	1、406型 2、无纺布型 3、TY466SWH	双	15	国产	Tyvek材质制成的带有绑带的靴套。无胶条型。筒高约37cm。	否	1							
L2	L2-06	耐磨透气短鞋套	1. PE短鞋套 2. AlphaTec 2000-400型 3. 双色无纺布短鞋套	箱	610	国产	A. 鞋套为耐磨防化型短鞋套，500双/箱。 B. 鞋套的下部为无纺布+CPE覆膜材质制成，具有防滑效果。 C. 鞋套的上部为轻型透气SMS无纺布。	否	1							
L2	L2-07	防护面屏	1、防雾型 2、1片/袋 3、32*22cm，200片/箱	箱	1000	国产	具有一类医疗器械注册证， 一次性使用的面屏，有吸汗带，可防雾。	提供制造商授权	1							
L2	L2-08	FFP3无气阀防护口罩	1、9334+ 2、1040183、 ENVIP3DE	个	25	国产	经EN149认证的FFP3等级，无呼气阀口罩。带有面部密合圈，增强密合性。通过GB19083和EN 14683的检测	提供制造商授权	1							
L2	L2-09	NIOSH N95医用防护口罩（折叠式）	1、H910-折叠式 2、N95-折叠式 3、9132医用颗粒物防护口罩	个	10	国产	医用颗粒物防护口罩。经由NIOSH N95认证，具有二类医疗器械注册证。折叠式，独立包装。	提供制造商授权	1							

L2	L2-10	NIOSH N95医用防护口罩（折叠式，头带可调节）	1、H910-折叠式 2、N95-折叠式 3、801-N95医用颗粒物防护口罩	个	10	国产	医用颗粒物防护口罩。经由NIOSH N95认证，具有二类医疗器械注册证。折叠式，独立包装，M型鼻夹，上下头带均可调节松紧度。	提供制造商授权	1							
L2	L2-11	NIOSH N95医用防护口罩（碗状）	1、H910-碗状 2、N95 3、1860/1860S医用颗粒物	个	15	进口	医用颗粒物防护口罩。经由NIOSH N95认证，具有二类医疗器械注册证。碗状。	提供制造商授权	1							
L2	L2-12	一次性袖套	1、100只/包	双	2	国产	PE材质，哑光透明，厚度3丝。100只/包	否	1							
L2	L2-13	洗手衣	1.长袖分体款	套	120	国产	纯棉材质，V领套头长袖分体款。尺码S/M/L/XL/XXL，男女同款，无纽扣。	否	1							
L2	L2-14	一次性工作服 （防水白大褂 ）	1、SMS-50 2、WST50 3、BSY W50-8038	件	13.5	国产	50gsm白色SMS材料制成，3个口袋，小西装领， 一次性工作服。	提供制造商授权	1							
L2	L2-15	一次性防水反穿衣	1.WST-45 2.BSY 8035BLUE-B型	件	13.5	国产	由45gsm SMS材质制成的防水反穿衣。带有针织袖口。腰间系带。领后采用魔术贴固定。	提供制造商授权	1							
L2	L2-16	一次性内层防护服	1. 4515型 2. AlphaTec 1500型 3. BSY-B47型	套	28.5	国产	A. 贴身穿带帽内层隔离防护服。适用于P2/P3实验室工作人员穿着在最内层。 B. 分上衣和裤子两部分。 C. 无金属部件。 D. 总体重量不高于50g/套。便于在穿着后进行高压消毒，产生最少的医疗垃圾	提供制造商授权	1							
L2	L2-17	胶条型防护服	1、医用胶条型 2、连体式 3、AlphaTec 2000Ts Plus	件	80	国产	白色胶条，带有拇指套的连体带帽防护服。符合如下认证： GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》 EN 14126《传染性介质防护服标准》 EN 1149-5《抗静电防护服标准》 DIN 32781《杀虫剂防护服标准》 EN 1073-2《防放射性微粒防护服标准》 EN 14605:2005+A1:2009 Type4 喷淋液密型防护服 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type5 防粉尘和干燥颗粒物防护服 EN 13034:2005+A1:2009 Type6 轻微喷溅液密型防护服	提供制造商授权	1							
L3	L3-01	电动送风专用呼吸管	710060	根	700	进口	配合MedicAER电动送风专用轻质弹性呼吸管，具有QuickLock接口，接口直径为：40*1/7″。	提供制造商授权	1							
L3	L3-02	电动送风专用锂电池	1. Versaflo标准电池TR330 2. Drager标准电池R59565 3. MedicAER标准电池	块	2250	进口	A. 可充电型电动送风用电池。 B. 2.5-3小时可充满，工作时间约10-11小时。 C. 最大风量时，工作时间不得低于4小时。	提供制造商授权	1							
L3	L3-03	电动送风专用P3滤盒	500048，6个/箱	个	215	进口	配合MedicAER电动送风专用的P3等级颗粒物防护滤盒，螺纹口40*1/7″。	提供制造商授权	1							
L3	L3-04	电动送风专用头罩	CA-10，721002	个	1450	进口	配合MedicAER电动送风专用的防化型头罩，具有QuickLock接口，接口直径为：40*1/7″，可反复使用	提供制造商授权	1							
L3	L3-05	口罩密合性检验专用铆钉	8025-N95R	盒	2000	进口	A. 用于抛弃型N95口罩的密合性检验 B. 包含了500对铆合部件	提供制造商授权	1							
L3	L3-06	口罩密合性检验专用打孔机	804007	个	2500	进口	A. 专用于配套8025-N95R使用的铆钉机。 B. 具有磁吸部件。 C. 具有锁器保护部件。	提供制造商授权	1							

L3	L3-07	口罩密合性检验专用采样管	800197	条	800	进口	A. 双蓝白双通道采样管。 B. 长度为1.5米。	提供制造商授权	1							
L3	L3-08	口罩密合性检验专用酒精棒和酒精瓶套装	8032	套	2200	进口	包含专机专用异丙醇吸液棒，棒芯，密封旋钮，和异丙醇容纳瓶子，各一。	提供制造商授权	1							
L3	L3-09	口罩密合性检验专用酒精棒	8032-CT	个	1700	进口	包含专机专用异丙醇吸液棒，棒芯，密封旋钮，各一。	提供制造商授权	1							
L3	L3-10	口罩密合性检验专用HEPA零点滤棉	803X-ZFLTR	个	680	进口	高效过滤棉。指定气流流向，HEPA等级，接口为6.4mm。	提供制造商授权	1							
L4	L4-01	BD包	1、长11.5cm宽12.5cm 2、BY1342 3、00135LF Bowie-Dick plus Test Pack	包	70	进口	符合ISO 11140-1：2014和ISO 11140-5:2007认证标准	否	1							
L4	L4-02	免洗手消毒液	1、500ml/瓶 2、9250P	瓶	50	国产	成分含有葡萄碳酸氯已定的免洗手消毒液，500mL/瓶	否	1							
L4	L4-03	压力蒸汽灭菌化学指示卡121℃	200片/盒	盒	30	国产	用于 121℃下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测。在饱和蒸汽达到121（+-2）℃灭菌时，指示剂变为标准黑色，指示符合灭菌条件	否	1							
L4	L4-04	医疗耐高温垃圾袋	80*100cm 50个/袋	袋	300	国产	PP材质，耐受132℃以上	否	1							
L4	L4-05	医疗耐高温垃圾袋	红色 70*90cm 50个/袋	袋	250	国产	PP材质，耐受132℃以上	否	1							
L4	L4-06	医疗耐高温垃圾袋	透明 61*81cm 50个/袋	袋	160	国产	PP材质，耐受132℃以上	否	1							
L4	L4-07	医疗耐高温垃圾袋	透明 41.5*60cm 50个/袋	袋	140	国产	PP材质，耐受132℃以上	否	1							
M01	M01-001	支原体添加剂 G	10只/包	包	1130.00	进口	无菌即用，用于配制支原体培养基	是	1							
M01	M01-002	布鲁氏菌分型快速多重核酸检测试剂盒	25 T/盒	T	90.00	国产	检测靶标：布鲁氏菌种属基因、布鲁氏菌羊种、布鲁氏菌牛种、布鲁氏菌猪种和布鲁氏菌犬种	是	1							
M01	M01-003	布鲁氏菌属、牛种和羊种菌株三重核酸检测试剂盒（探针法）	50T/盒	盒	3500.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1							
M01	M01-004	复红纸片	100片/支	支	1200.00	国产	用于布鲁氏菌菌种鉴定	是	1							
M01	M01-005	硫堇纸片	100片/支	支	1200.00	国产	用于布鲁氏菌菌种鉴定	是	1							
M01	M01-006	921030 青霉素G P 0.002-32	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.002-32	是	1							
M01	M01-007	921020 青霉素G P 0.016-256（青霉素、盘尼西林）	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-008	920430 头孢曲松 CRO 0.002-32	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.002-32	是	1							
M01	M01-009	920420 头孢曲松 CRO 0.016-256	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-010	920660 头孢西丁 FOX 0.016-256	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-011	920600 头孢克肟 CFM 0.016-256	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-012	920300 阿奇霉素 AZM 0.016-256	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.002-32	是	1							
M01	M01-013	921140 四环素TE 0.016-256	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-014	920450 环丙沙星 CIP 0.002-32	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.002-32	是	1							
M01	M01-015	920140 奇霉素 SPC 0.064-1024（壮观霉素/大观霉素）	30条/盒	盒	1200.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.064-1024	是	1							

M01	M01-016	致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25T	T	220.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.监测病原包括：肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌和流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体等	是	3							
M01	M01-017	致病菌呼吸道症候群多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	12、24 T/盒	T	204.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.监测病原包括：肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌等	是	3							
M01	M01-018	致病菌脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	T	220.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.监测病原包括脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、 B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌等	是	3							
M01	M01-019	细菌性脑膜炎11重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	T	187.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.监测病原包括脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、 B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌等	是	3							
M01	M01-020	一次性运送采样管	100支/盒，1.5ml液2ml管	盒	2000.00	国产	1、技术要求 1.1 规格支持定制，运送保存液为1.5mL，可盛放于2mL带外螺旋盖塑料试管中； 1.2 可用于百日咳鲍特菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、白喉棒状杆菌等苛养菌相关的鼻咽拭子标本的运送、处理与复检； 1.3 可支持-80℃冷冻保存而不影响目标菌分离培养（需要提供相关证明材料）； 1.4 生产厂家有该产品技术专利或专利使用权（需要提供相关证明材料）；	是	1							
M01	M01-021	E-TEST药敏条 青霉素	10条/袋	袋	369.00	进口	双梯度设计（0.002－32 / 0.016－256 μg/mL）、具备CLSI兼容性和高重复性，明确支持精准MIC测定，且操作标准化程度高。10条/盒（均独立干燥剂封袋）	是	1							
M01	M01-022	E-TEST药敏条 氨苄西林	10条/袋	袋	369.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-023	E-TEST药敏条 美罗培南10ug	10条/袋	袋	369.00	进口	双梯度设计（0.002－32 / 0.016－256 μg/mL）、具备CLSI兼容性和高重复性，明确支持精准MIC测定，且操作标准化程度高。10条/盒（均独立干燥剂封袋）	是	1							
M01	M01-024	E-TEST药敏条 头孢噻圬30ug	10条/袋	袋	369.00	进口	双梯度设计（0.002－32 / 0.016－256 μg/mL）、具备CLSI兼容性和高重复性，明确支持精准MIC测定，且操作标准化程度高。10条/盒（均独立干燥剂封袋）	是	1							
M01	M01-025	E-TEST药敏条 头孢曲松30ug	10条/袋	袋	369.00	进口	双梯度设计（0.002－32 / 0.016－256 μg/mL）、具备CLSI兼容性和高重复性，明确支持精准MIC测定，且操作标准化程度高。10条/盒（均独立干燥剂封袋）	是	1							
M01	M01-026	E-TEST药敏条 氯霉素 30ug	10条/袋	袋	369.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-027	E-TEST药敏条 米诺环素30ug	10条/袋	袋	369.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-028	E-TEST药敏条 阿奇霉素15ug	10条/袋	袋	369.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.016-256	是	1							
M01	M01-029	E-TEST药敏条 利福平 5ug	10条/袋	袋	369.00	进口	双梯度设计（0.002－32 / 0.016－256 μg/mL）、具备CLSI兼容性和高重复性，明确支持精准MIC测定，且操作标准化程度高。10条/盒（均独立干燥剂封袋）	是	1							
M01	M01-030	E-TEST药敏条 环丙沙星5ug	10条/袋	袋	369.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.002-32	是	1							
M01	M01-031	E-TEST药敏条 左氧氟沙星	10条/袋	袋	369.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.002-32	是	1							
M01	M01-032	E-TEST药敏条 复方新若明	10条/袋	袋	369.00	进口	浓度点（μg/ml）范围0.002-32	是	1							

M01	M01-033	猪链球菌1型/2型/5型/7型/9型/14型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25、50T/盒	T	120.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的猪链球菌 1 型/14型/2 型/1/2 型/5 型/7 型/9 型核酸的检测。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外1管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤3孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠等病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证 属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证。拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M01	M01-034	除菌过滤器	0.22μm,250个/盒	个	11.00	进口	33mm 直径、0.22 μm 孔径的聚醚砜针式过滤器，主要用于无菌过滤	是	1						
M01	M01-035	UItrafree离心过滤管	50个/盒	盒	2200.00	进口	用途:蛋白提取 蛋白纯化，样式:管式，性能:其他，适用对象:水，适用对象性质:其他，过滤器类型:微孔滤膜，主体材质:PVDF，适用范围:食品,水处理,制药，有效过滤面积:0.2（m2），外形尺寸:无（mm），设备重量:0.5（Kg），规格:UFC30GV0S，是否跨境出口专供货源:否，工作温度:50 ° C，保持体积:5 μL，化学:亲水性聚偏氟乙烯（PVDF）	是	1							
M01	M01-036	2%TC酵母自溶物溶液	100ml/瓶	瓶	380.00	国产	无菌即用，用于配制支原体培养基如ATCC Medium 988，也用于配制细胞培养基	是	1						
M01	M01-037	酚红溶液（0.5%）（无菌过滤）	100ml/瓶	瓶	210.00	国产	0.5%浓度，无菌即用，可直接用于培养基配制	是	1						
M01	M01-038	麻风专用玻片	50片/盒	盒	12.00	国产	75.3*25.3*1.1mm	是	1						
M01	M01-039	支原体样本采集液	2mL*20支/盒	盒	320.00	国产	1.2~8℃避光保存，有效期6个月。 2.装量：不小于标示装量。 3.pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。 4.无菌：产品使用前应无菌。 5.稳定性：产品在有效期末，性能仍符合1、2、3、4的规定	是	1						
M01	M01-040	支原体液体培养基	4mL*20支/盒	盒	320.00	国产	1.2~8℃ 避光保存，有效期6个月。 2.装量：不小于标示装量。 3.pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。 4.无菌：产品使用前应无菌。 5.生长试验：肺炎支原体（ATCC15531）36±1℃，7~14d培养基变橙黄色，且澄清无沉淀。 6.稳定性：产品在有效期末，性能仍符合1、2、3、4、5的规定。	是	1						
M01	M01-041	支原体琼脂平板	70mm*10块/包	包	160.00	国产	1.2~8℃避光保存，有效期 3 个月。 2.装量：培养基装量不得少于15mL。 3.pH值：25℃时，本品pH值应为7.8±0.2。 4.无菌：本品使用前应无菌落生长。 5.生长试验：肺炎支原体ATCC15531 36±1℃，7~ 14d 定性 生长良好 ，油煎蛋状菌。落大肠埃希氏菌ATCC25922 生长抑制。 6.稳定性：产品在有效期末，性能仍符合1 、2 、3 、4 、5的规定。	是	1						

M01	M01-042	支原体菌种保存液	2mL*20支/盒	盒	360.00	国产	1. 2~8℃避光保存，有效期一年。 2. 装量：不小于标示装量。 3.pH值：25℃时，本品pH值应为7．8±0．2。 4．无菌：产品使用前应无菌。 5. 生长试验：肺炎支原体（ATCC15531）36±1℃，7~14d生长良好。6.稳定性：产品在有效期末，性能仍符合1、2、3、4、5的规定	是	1							
M01	M01-043	亚碲酸钾血琼脂平板	90mm*20块/盒	包	360.00	国产	用于白喉杆菌的分离和培养，20块/盒 2~8℃避光保存	是	1							
M01	M01-044	致病菌识别网项目革兰氏阴性菌（肠道菌）药敏检测板	10块/盒	套	1200.00	进口	含对应数量的水、加样头、MH肉汤。用于革兰氏阴性菌（肠道菌）测试，按国家致病菌识别网监测工作手册要求定制，一株肠道菌（霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌）需要一块药敏板的数据	是	1							
M01	M01-045	致病菌识别网链球菌药敏板	10块/盒	套	1350.00	进口	含对应数量的加样头、T3462-05。用于链球菌药敏测试，按国家致病菌识别网监测工作手册要求定制，一株链球菌（肺炎链球菌、猩红热链球菌）需要做一块药敏板的数据。	是	1							
M01	M01-046	致病菌识别网鲍曼不动杆菌药敏板	10块/盒	套	1500.00	进口	含对应数量的水、加样头、MH肉汤。用于鲍曼不动杆菌测试，按国家致病菌识别网监测工作手册要求定制，一株鲍曼不动杆菌需要做一块药敏板的数据。	是	1							
M01	M01-047	致病菌识别网金黄色葡萄球菌药敏板	10块/盒	套	1500.00	进口	含对应数量的水、加样头、MH肉汤。用于金黄色葡萄球菌测试，按国家致病菌识别网监测工作手册要求定制，一株金黄色葡萄球菌需要做一块药敏板的数据。	是	1							
M01	M01-048	V2L密封垫（灭菌）	个	个	60.00	国产	适配MGIDL-200加载器	是	1							
M01	M01-049	致病菌腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	T	260.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.检测病原包括霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌、副溶血弧菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌。	是	1							
M01	M01-050	细菌药物MIC测试板（国家致病菌识别网-肠杆菌）	10T/盒	盒	1200.00	国产	1、功能用途：用于国家致病菌识别网细菌耐药性监测及药敏结果判读，能出具药物敏感性MIC值报告。 2、检测原理：比浊法。 *3、检测要求：药敏板药物种类和浓度完全符合“国家致病菌识别网实验室监测技术手册”要求。 4、药物浓度：完全遵照CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供4-12个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。 *5、辅助判读：提供灯光可调的药敏板判读辅助装置。 6、企业资质：具备医疗器械生产资质，产品在百级洁净条件下进行生产和包装，确保药敏测试板无菌；企业通过ISO13485质量管理体系认证。 9、生产工艺：采用冷冻真空干燥工艺，确保药物稳定性和效价保证。 *10、原料要求：使用细胞培养级PS材料，确保无抑菌成分和保证药物的亲和力。 11、可提供鉴定药敏复合板包括：葡萄球/微球菌；链球菌/肠球菌；肠杆菌；非发酵菌；酵母样真菌药敏板，且所有配套试剂板分别	是	1							
M01	M01-051	细菌药物MIC测试板（国家致病菌识别网-金黄色葡萄球菌）	10T/盒	盒	1200.00	国产	1、功能用途：用于国家致病菌识别网细菌耐药性监测及药敏结果判读，能出具药物敏感性MIC值报告。 2、检测原理：比浊法。 *3、检测要求：药敏板药物种类和浓度完全符合“国家致病菌识别网实验室监测技术手册”要求。 4、药物浓度：完全遵照CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供4-12个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。 *5、辅助判读：提供灯光可调的药敏板判读辅助装置。 6、企业资质：具备医疗器械生产资质，产品在百级洁净条件下进行生产和包装，确保药敏测试板无菌；企业通过ISO13485质量管理体系认证。 9、生产工艺：采用冷冻真空干燥工艺，确保药物稳定性和效价保证。 *10、原料要求：使用细胞培养级PS材料，确保无抑菌成分和保证药物的亲和力。 11、可提供鉴定药敏复合板包括：葡萄球/微球菌；链球菌/肠球菌；肠杆菌；非发酵菌；酵母样真菌药敏板，且所有配套试剂板分别	是	1							

M01	M01-052	细菌药物MIC测试板（国家致病菌识别网-链球菌）	10T/盒	盒	1200.00	国产	1、功能用途：用于国家致病菌识别网细菌耐药性监测及药敏结果判读，能出具药物敏感性MIC值报告。 2、检测原理：比浊法。 *3、检测要求：药敏板药物种类和浓度完全符合“国家致病菌识别网实验室监测技术手册 ”要求。 4、药物浓度：完全遵照CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供4-12个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。 *5、辅助判读：提供灯光可调的药敏板判读辅助装置。 6、企业资质：具备医疗器械生产资质，产品在百级洁净条件下进行生产和包装，确保药敏测试板无菌；企业通过ISO13485质量管理体系认证。 9、生产工艺：采用冷冻真空干燥工艺，确保药物稳定性和效价保证。 *10、原料要求：使用细胞培养级PS材料，确保无抑菌成分和保证药物的亲和力。 11、可提供鉴定药敏复合板包括：葡萄球/微球菌；链球菌/肠球菌；肠杆菌；非发酵菌；酵母样真菌药敏板，且所有配套试剂板分别	是	1							
M01	M01-053	细菌药物MIC测试板（国家致病菌识别网-空肠弯曲菌）	10T/盒	盒	1200.00	进口	1、功能用途：用于国家致病菌识别网细菌耐药性监测及药敏结果判读，能出具药物敏感性MIC值报告。 2、检测原理：比浊法。 *3、检测要求：药敏板药物种类和浓度完全符合“国家致病菌识别网实验室监测技术手册 ”要求。 4、药物浓度：完全遵照CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供4-12个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。 *5、辅助判读：提供灯光可调的药敏板判读辅助装置。 6、企业资质：具备医疗器械生产资质，产品在百级洁净条件下进行生产和包装，确保药敏测试板无菌；企业通过ISO13485质量管理体系认证。 9、生产工艺：采用冷冻真空干燥工艺，确保药物稳定性和效价保证。 *10、原料要求：使用细胞培养级PS材料，确保无抑菌成分和保证药物的亲和力。 11、可提供鉴定药敏复合板包括：葡萄球/微球菌；链球菌/肠球菌；肠杆菌；非发酵菌；酵母样真菌药敏板，且所有配套试剂板分别	是	1							
M01	M01-054	细菌药物MIC测试板（国家致病菌识别网-鲍曼不动杆菌）	10T/盒	盒	1200.00	国产	1、功能用途：用于国家致病菌识别网细菌耐药性监测及药敏结果判读，能出具药物敏感性MIC值报告。 2、检测原理：比浊法。 *3、检测要求：药敏板药物种类和浓度完全符合“国家致病菌识别网实验室监测技术手册 ”要求。 4、药物浓度：完全遵照CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供4-12个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。 *5、辅助判读：提供灯光可调的药敏板判读辅助装置。 6、企业资质：具备医疗器械生产资质，产品在百级洁净条件下进行生产和包装，确保药敏测试板无菌；企业通过ISO13485质量管理体系认证。 9、生产工艺：采用冷冻真空干燥工艺，确保药物稳定性和效价保证。 *10、原料要求：使用细胞培养级PS材料，确保无抑菌成分和保证药物的亲和力。 11、可提供鉴定药敏复合板包括：葡萄球/微球菌；链球菌/肠球菌；肠杆菌；非发酵菌；酵母样真菌药敏板，且所有配套试剂板分别	是	1							
M01	M01-055	一次性接种针	20支/包	包	5.00	国产	一次性接种环与接种针采用高分子材料聚丙烯（pp）制；表面特殊处理后具有亲水性；针杆纤细柔软，可弯曲，能用于狭窄或特种/形状容器；伽玛射线消毒灭菌产品。	是	1							
M01	M01-056	一次性工作服 （防水白大褂 ）	/	件	13.50	国产	白大衣款式，前扣	是	1							

M01	M01-057	沙门氏菌血清型分子鉴定多重试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	6000.00	国产	1.产品规格：24T/48T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：阿巴埃特图巴、阿伯丁、马流产、阿德莱、阿贡那、阿拉丘、阿尔巴尼、艾伯特、阿顿道夫、阿尔顿、阿姆德尼斯、阿木提夫、阿姆斯特丹、鸭、阿拉帕欧、亚利桑那、阿西尼、巴尔多、巴雷利、巴森海特、贝塔、布洛克利、波恩、病牛、布伦登卢普、卡诺、卡劳、塞罗、查理、彻斯特、猪霍乱、猪霍乱得揆忒变种、科林德尔、康科德、科瓦利斯、达布、达喀尔、德尔卑、德绍、双相亚利桑那、都柏林、埃科、伊丽莎白维尔、肠炎、法埃德、盖茨黑德、吉韦、格罗斯出浦、黄金海岸、哈达尔、哈瓦那、海德堡、希林登、非丁伏斯、伊迪坎、印第安纳、婴儿、伊鲁穆、伊桑吉、伊斯坦布尔、伊图里、长湾尼、爪哇纳、耶路撒冷、凯杜古、肯塔基、库马萨、基安布、科特布斯、拉古什、利戈、列克星敦、利奇菲尔德、利物浦、利文斯通、伦敦、姆班达卡、火鸡、三河岛、密西西比、莫拉德、蒙得维的亚、姆瓦林、慕尼黑、明斯特、那波利、纽波特、俄亥俄、奥雷宁堡、奥登内、奥里翁、巴基斯坦、巴拿马、甲型副伤寒、乙型副伤寒、丙型副伤寒、普利茅斯、波摩那、浦那、波茨坦、里定、雷根特、里森、鲁比斯劳、圣保罗、圣地亚哥、胥伐成格隆、山夫登堡、上海、新加坡、斯坦利、松兹瓦尔、塔科拉迪、田纳西、汤卜逊、昂兹威、伤寒、鼠伤寒、乌干达、维尔肖、旺兹沃思、温加塔、韦太夫雷登、西安普顿、维普拉、渥兴顿、耶胡达 ★4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.反应程序：反应全流程时长≤75min. 7.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★8.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照，反应体系	是	1							
M01	M01-058	沙门氏菌血清（O、H）基因分型试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	8000.00	国产	1.产品规格：24T/48T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：阿巴埃特图巴、阿伯丁、阿邦尼、马流产、阿德莱、阿格伯尼、阿戈地、阿贡那、阿拉丘、阿尔巴尼、艾伯特、阿顿道夫、阿尔顿、阿姆德尼斯、阿木提夫、阿姆斯特丹、鸭、伊内霍、阿拉帕欧、阿雷查瓦莱塔、阿西尼、巴圭达、巴尔多、巴雷利、巴森海特、贝德福、布洛克利、波那雷思、波恩、病牛、布伦登卢普、勃兰登堡、布雷登尼、布里赫姆、布达佩斯、伯里、卡拉巴尔、加利福尼亚、卡诺、卡劳、塞罗、查理、昌丹斯、彻斯特、猪霍乱、克勒肯威尔、科林德尔、康科德、科瓦利斯、古巴、达布、达喀尔、德尔卑、德绍、迪尤波尔、伊林、伊斯特本、伊布利、爱丁堡、埃科、伊丽莎白维尔、依麦克、肠炎、埃森、法埃德、鸡、冈比亚、加明那拉、盖茨黑德、加瓦尼、格但斯克、吉韦、格罗斯出浦、戈丁根、黄金海岸、哈达尔、哈特福德、哈瓦那、海德堡、希林登、非丁伏斯、伊迪坎、印第安纳、婴儿、伊鲁穆、伊桑吉、以色列、伊斯坦布尔、伊图里、长湾尼、爪哇纳、耶路撒冷、卡拉姆、凯杜古、肯塔基、库马萨、基安布、启门萨、金迪亚、金斯顿、基桑加尼、科特布斯、拉古什、利戈、列克星敦、利密特、林登堡、利奇菲尔德、利物浦、利文斯通、罗米他、伦敦、卢肯瓦尔德、曼哈顿、姆班达卡、火鸡、迈阿密、三河岛、明尼苏达、密西西比、姆卡巴、莫拉德、蒙绍、蒙得维的亚、慕尼黑、明斯特、名古屋、那波利、习志野、恩昌加、纽兰、纽波特、新罗歇尔、俄亥俄、奥凯福科、奥雷宁堡、奥登内、奥里翁、奥里塔曼琳、奥斯陆、巴基斯坦、巴拿马、巴布亚、甲型副伤寒、乙型副伤寒、丙型副伤寒、普利茅斯、波摩那、浦那、波茨坦、里定、雷根特、里特、里吉尔、里森、鲁比斯劳、鲁齐齐、圣保罗、圣地亚哥、撒奥、索恩堡、胥伐成格隆、仙台、山夫登堡、芙蓉、上海、舒卜拉、新加坡、辛斯托夫、斯坦利、斯坦利维尔、斯特拉特福、松兹瓦尔、苏拉特、斯韦德维、塔科拉迪、塔科松尼、坦格、塔西尼、田纳西、汤卜逊、昂兹威、突尼斯、伤寒、鼠伤寒、鼠伤寒单相变种、乌干达、乌盖利、乌普萨拉、瓦伊勒、威尼斯、维尔肖、弗吉尼亚、旺兹沃思、温加塔、韦太夫雷登、西安普顿、威思顿、维也纳	是	1							

M01	M01-059	福氏志贺氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	5200.00	国产	1.产品规格：24T/48T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：1a、1b、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、5b、X/Xv、F6、其他 ★4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.反应程序：反应全流程时长≤75min. 7.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★8.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照，反应体系中均加入了内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 ★9.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。本试剂盒要求使用仪器的FAM、HEX/VIC、ROX	是	1							
M01	M01-060	副溶血性弧菌血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	3600.00	国产	1.产品规格：24T/48T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：01、02、03、04、05、06、07、08、09、010、011、012 ★4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.反应程序：反应全流程时长≤75min. 7.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★8.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照，反应体系中均加入了内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 ★9.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。本试剂盒要求使用仪器的FAM、HEX/VIC、ROX	是	1							
M01	M01-061	空肠弯曲菌毒力基因11项检测试剂盒(荧光PCR法)	24T/盒	盒	6000.00	国产	1.产品规格：24T/48T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.检测指标必须包括但不限于：纯培养的空肠弯曲菌菌株。不可用于临床诊断 ★4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.反应程序：反应全流程时长≤75min. 7.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★8.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照，反应体系中均加入了内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 ★9.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。本试剂盒要求使用仪器的FAM、HEX/VIC、ROX	是	1							

M01	M01-062	五种致病弯曲菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	24T/盒	盒	2880.00	国产	1.检测病原体：适用于食品、水样、环境等样品的定性检测， 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月 ★3.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 4.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 5.反应程序：反应全流程时长≤75min. 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	是	1							
M01	M01-063	空肠弯曲菌血清分型试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	1800.00	国产	1.检测病原体：适用于食品、水样、环境等样品的定性检测， 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月 ★3.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 4.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 5.反应程序：反应全流程时长≤75min. 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	是	1							
M01	M01-064	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	600.00	国产	1.检测病原体：适用于食品、水样、环境等样品的定性检测， 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月 ★3.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 4.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 5.反应程序：反应全流程时长≤75min. 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	是	1							
M01	M01-065	布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	600.00	国产	1.检测病原体：适用于食品、水样、环境等样品的定性检测， 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月 ★3.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 4.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 5.反应程序：反应全流程时长≤75min. 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	是	1							

M01	M01-066	布鲁氏杆菌（牛种羊种猪种犬种）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	3000.00	国产	1.检测病原体：适用于食品、水样、环境等样品的定性检测， 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月 ★3.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 4.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 5.反应程序：反应全流程时长≤75min. 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	是	1							
M01	M01-067	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	500.00	国产	1.检测病原体：适用于食品、水样、环境等样品的定性检测， 2.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月 ★3.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 4.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 5.反应程序：反应全流程时长≤75min. 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照。 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	是	1							
M01	M01-068	蜱传疾病核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25人份/盒	人份	160.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.监测病原包括：发热伴血小板减少综合征病毒、伯氏疏螺旋体（又称布氏疏螺旋体）、回归热螺旋体、森林脑炎病毒（又称蜱传脑炎病毒）、斑点热群立克次体、克里米亚刚果出血热病毒、恰菲埃里希氏体（又称查菲埃立克体）嗜吞噬细胞无形体	是	3							
M01	M01-069	发热伴出疹症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25人份/盒	人份	220.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.监测病原包括：登革病毒、基孔肯雅病毒、肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人疱疹病毒6型、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体1种病原体	是	3							
M01	M01-070	发热伴出血候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25人份/盒	人份	240.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.监测病原包括：发热伴血小板减少综合征病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒12种病原体检测	是	3							
M01	M01-071	沙眼衣原体全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于沙眼衣原体全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集沙眼衣原体基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对沙眼衣原体感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖沙眼衣原体的基因组序列，可用于沙眼衣原体的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集沙眼衣原体的基因组序列，可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒	是	1							

M01	M01-072	结核分枝杆菌利福平及异烟肼药物耐药突变检测试剂盒	48测试/盒	测试	160.00	国产	1、使用样本：痰液样本、培养物样本等； *2、同时检测结核分枝杆菌利福平和异烟肼耐药突变情况； 3、可检测结核分枝杆菌利福平耐药突变基因rpoB507~533之间的81bp内任意突变；可检测结核分枝杆菌异烟肼耐药突变基因 ahpC启动子区、inhA启动子区位点以及katG315密码子； 4、阳性参考品符合率和阴性参考品符合率均为100%； 5、与药物敏感性试验检测结果对比，检测临床痰液样本利福平耐药的灵敏度、特异度、总符合率均>95%，异烟肼耐药的灵敏度、特异度、总符合率均>92%；检测临床培养物样本利福平耐药的灵敏度、特异度、总符合率均>98%，异烟肼耐药的灵敏度、特异度、总符合率均>93%； *6、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测； *7、PCR扩增检测全程闭管操作，无需PCR后处理，减少PCR产物污染的可能性； 8、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读； 9、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，检测结果实现软件自动判读； *10、稳定性：预分装冻干试剂，10天内可常温运输； *11、有效期：18个月；	是	1							
M01	M01-073	20种发热伴出疹病原体核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	12T/25T/50T测试/盒	测试	400.00	国产	（检测目标：肠道病毒、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A10型、人疱疹病毒6型、塞卡病毒、登革病毒、风疹病毒、麻疹病毒、埃博拉病毒NP基因/GP基因、人细小DNA病毒B19、EB 病毒、单纯疱疹病毒I型、单纯疱疹病毒II型、水痘-带状疱疹病毒、副伤寒沙门氏菌、伤寒沙门氏菌、A组链球菌）	是	1							
M01	M01-074	伯氏疏螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	测试	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从脑脊液、血清样本中提取的伯氏疏螺旋体核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M01	M01-075	马尔尼菲篮状菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	测试	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从痰液、肺泡灌洗液和培养物等样本中提取的马尔尼菲篮状菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3								
M01	M01-076	5种蜱传疾病核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25人份/盒	人份	110.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针，2.监测病原包括：伯氏疏螺旋体（又称布氏疏螺旋体）、回归热螺旋体、斑点热群立克次体、怡菲埃里希氏体（又称查菲埃立克体）、嗜吞噬细胞无形体	是	1								
M01	M01-077	6种发热伴出疹症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25人份/盒	人份	120.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针，2.监测病原包括：伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体6种病原体	是	1								
M01	M01-078	3种发热伴出血候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25人份/盒	人份	70.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针，2.监测病原包括：钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌3种病原体检测	是	1								
M01	M01-079	腹泻症候群13种病原体超多重核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法）	25T/盒	T	260.00	国产	1.采用PCR熔解曲线法；2.检测目标：霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌(EPEC/ETEC/EHEC/EIEC/EAEC)、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌 共24个靶标基因。	是	1								

M01	M01-080	致病菌腹泻症候群多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	12T/盒	T	260.00	国产	1、用于检测标本中的如下病原体：艰难梭菌、弯曲菌、类志贺邻单胞菌、阪崎克罗诺杆菌、河弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、致泻性大肠杆菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌。其中致泻性大肠杆菌区分EIEC、ETEC、EPEC、EHEC、EAEC。 2、-20±5℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3、试剂盒包装规格：12T/盒、24T/盒，采用96孔板全预混分装包装，无需再加酶。 4、石蜡预分装技术先进，有PCR反应试剂的保存方法以及反应试剂盒专利证书，提供发明专利证书。 5、试剂盒组分：PCR反应板、阴性对照、阳性对照、说明书。阴性对照、阳性对照可直接使用，无需参与核酸提取。 6、单个样本反应管数不超过8管；无需配液，直接加入样本模板：5μL。总反应体系为25μL。 7、反应程序为：反应程序为： 50℃ 15min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 45个循环。PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 8、性能评估：提供省级或以上疾控单位的性能验证报告。 ▲9、试剂盒生产厂家需提供至少8个国家药品监督管理局（NMPA）颁发的《医疗器械注册证》，提供证明文件 ▲10、为便于多病原结果分析，试剂厂家提供配套分析软件，上传结果后可以直接判读出阴阳性和CT值等结果信息（提供软件截图和软件著作权登记证书） 11、检测灵敏度不低于500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 12、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 13、开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器、宏石系列仪器等多种荧光PCR仪器。 ▲14、生产质量体系认证：通过ISO13485及ISO9001体系认证。提供相应证明文件。	是	1							
M01	M01-081	腹泻多病原25项核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	12T/盒	T	350.00	国产	检测指标：细菌：霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌并对 EPEC（肠道致病性大肠埃希氏菌）、EIEC（肠道侵袭性大肠埃希氏菌）、ETEC（产肠毒素大肠埃希氏菌）、EHEC（肠道出血性大肠埃希氏菌）、EAEC（肠道集聚性大肠埃希氏菌）五种致泻大肠埃希氏菌分型 病毒：轮状病毒A、轮状病毒B、轮状病毒C、诺如病毒GI、诺如病毒	是	1							

M01	M01-082	痢疾志贺菌、福氏志贺菌、鲍氏志贺菌、宋内志贺菌四重核酸检测液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	T	100.00	国产	″1）适用于定性检测咽拭子、脑脊液、血液等样本中提取的痢疾志贺菌、福氏志贺菌、鲍氏志贺菌、宋内志贺菌核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）▲检测技术方法：采用四重实时荧光PCR法，选择FAM、HEX、CY5、ROX四个通道，提供说明书和四重检测方法的合法证明材料。 （4）一次性可完成（脑炎脑膜炎症候群）的定性检测,检测病原体如下：肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、发热伴血小板减少综合征病毒、人疱疹病毒6型、西尼罗病毒、乙型脑炎病毒、森林脑炎病毒（蜱传脑炎病毒）、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌等。 （5）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （6）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （7）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （8）试剂盒反应体系≧20μL （9）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （10）PCR检测反应程序包括：50℃10-15min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （11）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。 （12）试剂规格：24T/盒 （13）有效期：≧12个月。	是	1							
M01	M01-083	霍乱弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	27.00	国产	1、本试剂盒用于食品、粪便、呕吐物、肛门拭子及细菌培养物中霍乱弧菌的定性检测 2、适用仪器：试剂适用于天隆、Bio-Rad CFX96、ABI7500、上海宏石 SLAN-96 等主流荧光PCR仪 3、反应体系：试剂预分装，无需加酶，总体系≤25μL，核酸上样量≤5μL 4、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）≤5% ▲5、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原体无交叉反应。 6、理论扩增反应时间 ≤ 70 分钟 7、质量控制：试剂盒内含阴性对照及阳性对照 ★8、储存和有效期：在-20±5℃下保存有效期≥12 月，到货后有效期≥10个月 ▲9、试剂盒生产厂家具有生产许可证，通过ISO13485及ISO9001体	是	1							

M01	M01-084	霍乱弧菌O1/O139群核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	50.00	国产	1.产品规格：24T/48T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：O1群、O139群 ★4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.反应程序：反应全流程时长≤75min. 7.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★8.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照，反应体系中均加入了内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 ★9.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。本试剂盒要求使用仪器的FAM、HEX/VIC、ROX	是	1							
M01	M01-085	霍乱弧菌ctxA/ctxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	50.00	国产	1.产品规格：24T/48T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：ctxA、ctxB ★4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成多种目的基因的定性检测，且具备同时能支持超快速PCR程序，可在40分钟内完成整个PCR反应 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.反应程序：反应全流程时长≤75min. 7.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体以及人的总核酸无交叉反应。 ★8.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照，反应体系中均加入了内标对照的特异性引物和荧光探针，对待测样本的采集、运输和提取过程进行监控，提示检测结果的假阴性。 ★9.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。 10.适用机型：ABI系列、Bio-Rad系列、宏石SLAN系列等市面上常见实时荧光定量PCR仪。本试剂盒要求使用仪器的FAM、HEX/VIC、ROX	是	1							
M01	M01-086	霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	90.00	国产	荧光探针法鉴定霍乱弧菌hlyA、O1 rfb、 O139 rfb 和ctx基因	是	1							
M01	M01-087	霍乱弧菌（O139、O1、CTXAB、通用型）四重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	T	90.00	国产	荧光探针法鉴定霍乱弧菌hlyA、O1 rfb、 O139 rfb 和ctxAB基因	是	1							
M01	M01-088	耐万古霉素金黄色葡萄球菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	T	50.00	国产	检测金黄色葡萄球菌特异性基因 nuc 基因和 VRSA 特异性基因	是	1							
M01	M01-089	金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林mecA基因双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	T	50.00	国产	检测金黄色葡萄球菌特异性基因 nuc 基因和 mecA 特异性基因	是	1							

M01	M01-090	副溶血性弧菌(TDH、TRH)双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	T	50.00	国产	1.★试剂用途：试剂盒用于副溶血性弧菌TDH/TRH基因核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对不同病原核酸的定性检测。 3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹。 4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。 5.★试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照。 6.★反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。 7.★荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；c）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。 8.★理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。 9.最低检测限：500 copies/ml。 10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。 11.★质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。 12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。 13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 14.供货时长：现货。 15.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 16.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。）	是	3							
M01	M01-091	副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH) 三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	T	70.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或临床样本中提取的副溶血性弧菌致病相关的耐热性溶血毒素（TDH）编码基因 tdh 和 TDH 相关溶血毒素（TRH）编码基因 trh，以及种属特异性的 tlh。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M01	M01-092	副溶血性弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	27.00	国产	★1试剂用途：试剂盒用于副溶血性弧菌核酸的定性检测，辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对不同病原核酸的定性检测。 3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹。 4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。 5.★试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照。 6.★反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。 7.★荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；c）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。 8.★理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。 9.最低检测限：500 copies/ml。 10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。 11.★质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。 12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。 13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 14.供货时长：现货。 15.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证	是	3							
M01	M01-093	副溶血性弧菌tdh/trh双重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	50.00	国产	1.★试剂用途：试剂盒用于副溶血性弧菌TDH/TRH基因核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对不同病原核酸的定性检测。 3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹。 4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。 5.★试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照。 6.★反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。 7.★荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；c）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。 8.★理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。 9.最低检测限：500 copies/ml。 10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。 11.★质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。 12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。 13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 14.供货时长：现货。 15.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证	是	3							

M01	M01-094	副溶血性弧菌tlh/tdh/trh三重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	70.00	国产	1.★试剂用途：试剂盒用于副溶血性弧菌TDH/TRH/TLH基因核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对不同病原核酸的定性检测。 3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹。 4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。 5.★试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照。 6.★反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。 7.★荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；c）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。 8.★理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。 9.最低检测限：500 copies/ml。 10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。 11.★质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。 12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。 13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 14.供货时长：现货。 15.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证	是	3							
M01	M01-095	Cary-Blair运送培养基	100支/盒	盒	300.00	国产	用于标本运送，半固体软管装，适合粪便肛拭子的采样和运输，100支/盒	是	1							
M01	M01-096	Cary-Blair运送培养液	4mL*50支/盒	盒	250.00	国产	用于标本运送，液体，适合粪便肛拭子的采样和运输，4mL*50支/盒	是	1							
M01	M01-097	肛拭子样本细菌保存液	3mL*50支/盒	盒	320.00	国产	标本运送，3mL液体装，带8CM断点拭子适合粪便 肛拭子的采样和运输，3mL*50支/盒	是	1							
M01	M01-098	细菌通用型采样管（带拭子）	4mL*50支/盒	盒	300.00	国产	标本运送，4mL液体装，带拭子，采集运输细菌微生物使用，4mL*50支/盒	是	1							
M01	M01-099	细菌通用型采样管（带拭子）（指示剂型）	4mL*50支/盒	盒	300.00	国产	标本运送，4mL液体装，带拭子含指示剂，采集运输细菌微生物使用，4mL*50支/盒	是	1							

M01	M01-100	大肠埃希氏菌O157核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	27.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的大肠埃希氏菌O157核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M01	M01-101	大肠埃希氏菌O157:H7核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的大肠埃希氏菌O157:H7核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M01	M01-102	大肠埃希氏菌0104：H4(aggR/wzy/fliC)基因三重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	72.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从从临床样本、污染食品及其培养物中提取的大肠埃希氏菌 0104:H4 菌株的 0104、H4 抗原特异性基因 wzy0104、fliCH4，以及集聚黏附菌毛调节基因 aggR 的鉴定。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。	是	3							
M01	M01-103	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25 T/盒	T	250.00	国产	1.★试剂用途：试剂盒用于五种致泻大肠埃希氏菌（检测12个靶基因：bfpB、escV、stx1、stx2、ipaH、elt、stp、sth、astA、aggR、uidA、pic）核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对不同病原核酸的定性检测。 3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹。 4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。 5.★试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含反应液，阳性对照，阴性对照，无需配制反应体系，直接加入样本核酸即可扩增。 6.★反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。 7.★荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；c）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。 8.★理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。 9.最低检测限：500 copies/ml。 10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。 11.★质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。 12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。 13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 14.供货时长：现货。 15.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。	是	3							
M01	M01-104	咽拭子	支	支	0.37	国产	15cm	是	1							
M01	M01-105	直肠拭子	支	支	0.40	国产	7.5cm	是	1							

M01	M01-106	鼠伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌变种(1,4,[5],12i)双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	T	60.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的病原体核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	3							
M01	M01-107	鼠伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌变种(1,4,[5],12i)双重核酸检测（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	T	60.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的病原体核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	3							

M01	M01-108	百日咳鲍特菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-109	军团菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-110	白喉棒状杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-111	肺炎支原体液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-112	鹦鹉热衣原体液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-113	霍乱弧菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-114	副溶血性弧菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-115	福氏志贺氏菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-116	空肠弯曲菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-117	鼠伤寒沙门氏菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-118	肠炎沙门氏菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-119	非伤寒沙门氏菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-120	伤寒沙门菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-121	甲型副伤寒沙门菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-122	乙型副伤寒沙门菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-123	肠致病性大肠杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-124	肠出血性大肠杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-125	肠产毒性肠杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-126	肠侵袭性肠杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-127	肠粘附性肠杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-128	弯曲杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-129	结肠弯曲菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-130	人结核分枝杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-131	单核细胞增生李斯特菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-132	肺炎链球菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-133	A族链球菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-134	脑膜炎奈瑟菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-135	猪链球菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-136	炭疽杆菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-137	钩端螺旋体液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-138	钩端螺旋体（黄疸出血型赖株）液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-139	普氏立克次体液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-140	立氏立克次体液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-141	产毒霍乱弧菌液体质控品	0.5 mL/管	管	300	国产	1.应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 4.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 5.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 6.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 7.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							
M01	M01-142	布鲁氏菌核酸液体质控品	0.5 mL/管	管	600.00	国产	1.每种病原的核酸液体质控品应可选灭活病原和病原核酸两种类型，可选500 Copies/mL、1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、5000 Copies/mL、和 10000 Copies/mL5个浓度。 2.质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 3.致病菌病原应可选羊种布鲁氏菌、牛种布鲁氏菌、猪种布鲁氏菌、犬种布鲁氏菌。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品至少有不少于两款质控品名称在国家认可的P2实验室备案，或者可溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	是	1							

M01	M01-143	出血性大肠埃希氏菌血清0157	1ml/瓶x1瓶	瓶	160.00	国产	【预期用途】 供经生化试验鉴定疑似大肠埃希氏菌的菌株血清分型用。 【检验原理】 本品为含有大肠埃希氏菌相应抗体的血清，通过凝集试验与相应血清型大肠埃希氏菌发生凝集，用于大肠埃希氏菌的血清分型。 【检验方法】 被检菌先与 OK多价血清 、0157及0104血清分别进行凝集试验；如与 oK 多价血清发生凝集，再与该多价血清中所属的单价血清做凝集试验 （多价对应单价血清见附录）；如与某个单价血清凝集，再将被检菌制作成浓厚菌液，于 100-C水浴中加热 30 分钟，再与相应的单价血清做玻片凝集试验，如仍为阳性反，即可做出菌型判断。 如检测结果为 0157 或 0104， 则再以该菌 （未加热处理)与 H血清进行凝集反应 如与血清不发生凝集或凝集强度偏弱，可将该菌移种到软琼脂培养基上35~37C培养18—20小时，再与H血清做凝集试验。 (使用致病性、 侵袭性及产毒性大肠埃希氏菌血清套装忽略此步中有关 0157及0104血清操作步骤，使用出血性大肠艾希氏菌血清忽略此步中有关OK 多价血清操作步骤) 操作方法： 于洁净玻片上滴 1 滴血清，然后取被检菌少许与血清混匀，轻轻摇动玻片，1分钟内肉眼判断结果，试验应以生理氯化钠溶液做阴性对照。 【检验结果的解释】 1.于 1 分钟内呈现凝集 （+或以上）者为阳性， 呈均匀浑浊者为阴性。 2.样本需经生化试验确定为大肠埃希氏菌株的方可用本品进行血清分型凝集试验。 本品为多克隆血清，与其他菌属的交叉凝集素未作吸收，若直接使用本品易造成试验结果假阳性。 3.若样本与 OK 多价 、0157、o104血清均不发生凝集， 需用本组	是	1							
M01	M01-144	出血性大肠埃希氏菌血清0104	1ml/瓶x1瓶	瓶	160.00	国产	【预期用途】 供经生化试验鉴定疑似大肠埃希氏菌的菌株血清分型用。 【检验原理】 本品为含有大肠埃希氏菌相应抗体的血清，通过凝集试验与相应血清型大肠埃希氏菌发生凝集，用于大肠埃希氏菌的血清分型。 【检验方法】 被检菌先与 OK多价血清 、0157及0104血清分别进行凝集试验；如与 oK 多价血清发生凝集，再与该多价血清中所属的单价血清做凝集试验 （多价对应单价血清见附录）；如与某个单价血清凝集，再将被检菌制作成浓厚菌液，于 100-C水浴中加热 30 分钟，再与相应的单价血清做玻片凝集试验，如仍为阳性反，即可做出菌型判断。 如检测结果为 0157 或 0104， 则再以该菌 （未加热处理)与 H血清进行凝集反应 如与血清不发生凝集或凝集强度偏弱，可将该菌移种到软琼脂培养基上35~37C培养18—20小时，再与H血清做凝集试验。 (使用致病性、 侵袭性及产毒性大肠埃希氏菌血清套装忽略此步中有关 0157及0104血清操作步骤，使用出血性大肠艾希氏菌血清忽略此步中有关OK 多价血清操作步骤) 操作方法： 于洁净玻片上滴 1 滴血清，然后取被检菌少许与血清混匀，轻轻摇动玻片，1分钟内肉眼判断结果，试验应以生理氯化钠溶液做阴性对照。 【检验结果的解释】 1.于 1 分钟内呈现凝集 （+或以上）者为阳性， 呈均匀浑浊者为阴性。 2.样本需经生化试验确定为大肠埃希氏菌株的方可用本品进行血清分型凝集试验。 本品为多克隆血清，与其他菌属的交叉凝集素未作吸收，若直接使用本品易造成试验结果假阳性。 3.若样本与 OK 多价 、0157、o104血清均不发生凝集， 需用本组	是	1							

M01	M01-145	出血性大肠埃希氏菌血清H7	1ml/瓶x1瓶	瓶	160.00	国产	【预期用途】 供经生化试验鉴定疑似大肠埃希氏菌的菌株血清分型用。 【检验原理】 本品为含有大肠埃希氏菌相应抗体的血清，通过凝集试验与相应血清型大肠埃希氏菌发生凝集，用于大肠埃希氏菌的血清分型。 【检验方法】 被检菌先与 OK多价血清 、0157及0104血清分别进行凝集试验；如与 oK 多价血清发生凝集，再与该多价血清中所属的单价血清做凝集试验 （多价对应单价血清见附录）；如与某个单价血清凝集，再将被检菌制作成浓厚菌液，于 100-C水浴中加热 30 分钟，再与相应的单价血清做玻片凝集试验，如仍为阳性反，即可做出菌型判断。 如检测结果为 0157 或 0104， 则再以该菌 （未加热处理)与 H血清进行凝集反应 如与血清不发生凝集或凝集强度偏弱，可将该菌移种到软琼脂培养基上35~37C培养18—20小时，再与H血清做凝集试验。 (使用致病性、 侵袭性及产毒性大肠埃希氏菌血清套装忽略此步中有关 0157及0104血清操作步骤,使用出血性大肠艾希氏菌血清忽略此步中有关OK 多价血清操作步骤) 操作方法： 于洁净玻片上滴 1 滴血清,然后取被检菌少许与血清混匀，轻轻摇动玻片，1分钟内肉眼判断结果,试验应以生理氯化钠溶液做阴性对照。 【检验结果的解释】 1.于 1 分钟内呈现凝集 （+或以上）者为阳性， 呈均匀浑浊者为阴性。 2.样本需经生化试验确定为大肠埃希氏菌株的方可用本品进行血清分型凝集试验。 本品为多克隆血清，与其他菌属的交叉凝集素未作吸收，若直接使用本品易造成试验结果假阳性。 3.若样本与 OK 多价 、0157、o104血清均不发生凝集， 需用本组	是	1							
M01	M01-146	出血性大肠埃希氏菌血清H4	1ml/瓶x1瓶	瓶	160.00	国产	【预期用途】 供经生化试验鉴定疑似大肠埃希氏菌的菌株血清分型用。 【检验原理】 本品为含有大肠埃希氏菌相应抗体的血清，通过凝集试验与相应血清型大肠埃希氏菌发生凝集，用于大肠埃希氏菌的血清分型。 【检验方法】 被检菌先与 OK多价血清 、0157及0104血清分别进行凝集试验；如与 oK 多价血清发生凝集，再与该多价血清中所属的单价血清做凝集试验 （多价对应单价血清见附录）；如与某个单价血清凝集，再将被检菌制作成浓厚菌液，于 100-C水浴中加热 30 分钟，再与相应的单价血清做玻片凝集试验，如仍为阳性反，即可做出菌型判断。 如检测结果为 0157 或 0104， 则再以该菌 （未加热处理)与 H血清进行凝集反应 如与血清不发生凝集或凝集强度偏弱，可将该菌移种到软琼脂培养基上35~37C培养18—20小时，再与H血清做凝集试验。 (使用致病性、 侵袭性及产毒性大肠埃希氏菌血清套装忽略此步中有关 0157及0104血清操作步骤,使用出血性大肠艾希氏菌血清忽略此步中有关OK 多价血清操作步骤) 操作方法： 于洁净玻片上滴 1 滴血清,然后取被检菌少许与血清混匀，轻轻摇动玻片，1分钟内肉眼判断结果,试验应以生理氯化钠溶液做阴性对照。 【检验结果的解释】 1.于 1 分钟内呈现凝集 （+或以上）者为阳性， 呈均匀浑浊者为阴性。 2.样本需经生化试验确定为大肠埃希氏菌株的方可用本品进行血清分型凝集试验。 本品为多克隆血清，与其他菌属的交叉凝集素未作吸收，若直接使用本品易造成试验结果假阳性。 3.若样本与 OK 多价 、0157、o104血清均不发生凝集， 需用本组	是	1							
M01	M01-147	霍乱弧菌血清（5种）	1ml/瓶×12瓶/盒	盒	1200.00	国产	霍乱弧菌血清，含（01、0139）血清（1ml/瓶×3瓶）、01群多价血清（1ml/瓶×3瓶）、0139血清（1ml/瓶×2瓶）、小川型血清（1ml/瓶×2瓶）、稻叶型血清（1ml/瓶×2瓶）。	是	1							

M01	M01-148	志贺氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	T	25.00	国产	1、本试剂盒用于粪便、土壤、食品、水、呕吐物等样本及增菌液中志贺氏菌的定性检测 2、适用仪器：试剂适用于天隆、Bio-Rad CFX96、ABI7500、上海宏石 SLAN-96 等主流荧光PCR仪 3、反应体系：试剂预分装，无需加酶，总体系≤25μL，核酸上样量≤5μL 4、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）≤5% ▲5、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原体无交叉反应。 6、理论扩增反应时间 ≤ 70 分钟 7、质量控制：试剂盒内含阴性对照及阳性对照 8、生产厂家具有“沙门氏菌、志贺氏菌核酸检测试剂盒”医疗器械注册证 ★9、储存和有效期：在-20±5℃下保存有效期≥12 月，到货后有效期≥10个月 ▲10、试剂盒生产厂家具有生产许可证，通过ISO13485及ISO9001体	是	1							
M01	M01-149	普氏立克次体/嗜吞噬细胞无形体/莫氏立克次体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	T	70.00	国产	检测普氏立克次体/嗜吞噬细胞无形体/莫氏立克次体	是	1							
M01	M01-150	DNBSEQ 一步法DNB制备试剂盒（OS-DB）	4 RXN	盒	1100.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1							
M01	M01-151	Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated) 无核酶水（非DEPC处理）	100ML	瓶	1300.00	进口	AM9937	是	1							
M01	M01-152	AllPrep PowerViral DNARNA Kit环境样本病毒核酸提取试剂盒	50人份	盒	5050.00	进口	28000-50包含珠研磨管，快速裂解难裂解微生物，含专利抑制剂去除，对于抑制剂含量高的样本可得到纯净核酸	是	1							
M01	M01-153	副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	T	90.00	国产	1.★试剂用途：试剂盒用于副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh基因核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对不同病原核酸的定性检测。 3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹。 4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。 5.★试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照。 6.★反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。 7.★荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；c）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。 8.★理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。 9.最低检测限：500 copies/ml。 10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。 11.★质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。 12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。 13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 14.供货时长：现货。 15.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证	是	3							
M01	M01-154	副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	T	120.00	国产	检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4	是	1							

M01	M01-155	霍乱弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25/50人份/盒	人份	25.00	国产	1.★试剂用途：试剂盒用于霍乱弧菌核酸的定性检测，辅助诊断及流行病学监控。 2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对不同病原核酸的定性检测。 3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹。 4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。 5.★试剂规格：可提供50 T和25 T包装规格，同时支持客户定制其他包装规格。每盒组分包含核酸扩增反应液，引物探针，阳性对照，阴性对照。 6.★反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。 7.★荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，5min；c）变性/退火/延伸/检测荧光95℃，10sec及60℃，40sec，循环40次。 8.★理论扩增反应时间 ≤ 60 分钟，不同扩增仪由于升降速率不同而略有差异。 9.最低检测限：500 copies/ml。 10.线性检测范围：2x103-1x108copies/ml。 11.★质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。 12.储存条件：-20℃保存，避光，避免反复冻融。 13.保质期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 14.供货时长：现货。 15.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。	是	3							
M01	M01-156	福氏志贺氏菌核酸实时荧光P	25T/50T/盒	T	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的福氏志贺氏菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M01	M01-157	福氏志贺氏菌血清分型核酸	2T/25T/50T/	T	200.00	国产	（检测目标：1a、1b、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、5b、X、Xv、Y及F6）	是	1							
M01	M01-158	人HLA-B*13:01基因检测试剂盒	24反应/盒	盒	2400.00	国产	24T	是	1							

M01	M01-159	MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装 V2.0	16 反应/盒	套	4895.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪，1、试剂用途：可快速将1 ng-200 ng基因组DNA制备成MGI高通量测序平台专用的文库； 2、适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组DNA； 3、试剂盒组分：MGIEasy Fast酶切DNA文库制备模块；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒；MGIEasy 双端独立标签引物接头试剂。 4、储存温度：-25° C~-15° C，干冰运输，TE Buffer需2 ° C ~ 8 ° C保存；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒储存温度：2 ° C ~ 8 ° C，冰袋运输。	是	1							
M01	M01-160	MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装A V2.0	96 反应/盒	套	18150.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪，1、试剂用途：可快速将1 ng-200 ng基因组DNA制备成MGI高通量测序平台专用的文库； 2、适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组DNA； 3、试剂盒组分：MGIEasy Fast酶切DNA文库制备模块；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒；MGIEasy 双端独立标签引物接头试剂。 4、储存温度：-25° C~-15° C，干冰运输，TE Buffer需2 ° C ~ 8 ° C保存；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒储存温度：2 ° C ~ 8 ° C，冰袋运输。	是	1							
M01	M01-161	MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装B V2.0	96 反应/盒	套	18150.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪，1、试剂用途：可快速将1 ng-200 ng基因组DNA制备成MGI高通量测序平台专用的文库； 2、适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组DNA； 3、试剂盒组分：MGIEasy Fast酶切DNA文库制备模块；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒；MGIEasy 双端独立标签引物接头试剂。 4、储存温度：-25° C~-15° C，干冰运输，TE Buffer需2 ° C ~ 8 ° C保存；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒储存温度：2 ° C ~ 8 ° C，冰袋运输。	是	1							
M02	M02-01	肺炎支原体全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于肺炎支原体全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集肺炎支原体基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对肺炎支原体感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖肺炎支原体的基因组序列，可用于肺炎支原体的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集肺炎支原体的基因组序列，可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒	是	1							

M02	M02-02	肺炎衣原体全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于肺炎衣原体全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集肺炎衣原体基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对肺炎衣原体感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖肺炎衣原体的基因组序列，可用于肺炎衣原体的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集肺炎衣原体的基因组序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒	是	1							
M02	M02-03	立克次体科核酸检测液体全分装试剂盒	25T/50T	T	20.00	国产	（品牌：卓诚 D1281YH ） 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的立克次体核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤760min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。）	是	1							

M02	M02-04	百日咳杆菌全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于百日咳杆菌全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集百日咳杆菌基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对百日咳杆菌感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖百日咳杆菌的基因组序列，可用于百日咳杆菌的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集百日咳杆菌的基因组序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒	是	1							
M02	M02-05	鹦鹉热衣原体全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于鹦鹉热衣原体全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集鹦鹉热衣原体基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对鹦鹉热衣原体感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖鹦鹉热衣原体的基因组序列，可用于鹦鹉热衣原体的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集鹦鹉热衣原体的基因组序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 10.试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有	是	1							
M02	M02-06	鼠疫耶尔森氏菌全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于鼠疫耶尔森氏菌全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集鼠疫耶尔森氏菌基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对鼠疫耶尔森氏菌感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖鼠疫耶尔森氏菌的基因组序列，可用于鼠疫耶尔森氏菌的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集鼠疫耶尔森氏菌的基因组序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂	是	1							

M02	M02-07	斑疹伤寒立克次体全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于斑疹伤寒立克次体全基因组文库构建 探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集斑疹伤寒立克次体基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对斑疹伤寒立克次体感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建 探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖斑疹伤寒立克次体的基因组序列 可用于斑疹伤寒立克次体的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集斑疹伤寒立克次体的基因组序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂	是	1							
M02	M02-08	人嗜吞噬细胞无形体全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于人嗜吞噬细胞无形体全基因组文库构建 探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集人嗜吞噬细胞无形体基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对人嗜吞噬细胞无形体感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建 探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖人嗜吞噬细胞无形体的基因组序列 可用于人嗜吞噬细胞无形体的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集人嗜吞噬细胞无形体的基因组序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂	是	1							
M02	M02-09	伯氏疏螺旋体全基因组探针捕获测序试剂盒	(16反应/盒)	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于伯氏疏螺旋体全基因组文库构建 探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集伯氏疏螺旋体基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病原分离培养，对伯氏疏螺旋体感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建 探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖伯氏疏螺旋体的基因组序列 可用于伯氏疏螺旋体的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集伯氏疏螺旋体的基因组序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂	是	1							
M02	M02-10	细菌基因组提取试剂	64T	盒	896.00	国产	1、用于细菌基因组核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。拭子洗液等。 2、适配GeneRotex96、NP968-C	是	1							
M02	M02-11	细菌基因组提取试剂	20T	盒	280.00	国产	1、用于细菌基因组核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。拭子洗液等。 2、适配GeneRotex96、NP968-C	是	1							

M02	M02-12	多功能病原体通用型核酸提取试剂	64T	盒	1600.00	国产	1、用于病毒、细菌、真菌核酸的提取、富集、纯化等步骤； 2、配备含研磨珠的研磨管 3、适配GeneRotex96	是	1							
M02	M02-13	多功能病原体通用型核酸提取试剂	20T	盒	500.00	国产	1、用于病毒、细菌、真菌核酸的提取、富集、纯化等步骤； 2、配备含研磨珠的研磨管 3、适配GeneRotex96	是	1							
M02	M02-14	肺炎支原体全基因组探针捕获试剂盒	BK-MP024，24反应	盒	25000.00	国产	1.支持肺炎支原体核酸阳性样本进行肺炎支原体全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2.规格：24反应/盒； 3.包含肺炎支原体基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂； 4.支持肺炎支原体临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5.支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果； 6.▲试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得肺炎支原体全基因组序列，耐药信息，突变位点和溯源信息； 7.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备ISO13485认证； 11.制造商具备ISO9001认证 12.制造商具备ISO45001认证； 13.制造商具备ISO14001认证 14.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 15.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 16.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							
M02	M02-15	结核分枝杆菌全基因组探针捕获试剂盒	BK-MTP024，24反应	盒	25000.00	国产	1.支持结核分枝杆菌核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2.规格：24反应/盒； 3.包含结核分枝杆菌全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4.本试剂盒可进行24 次单杂探针捕获实验流程； 5.支持培养菌株、临床拭子样本等不同样本类型； 6.支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果 7.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备ISO13485认证； 11.制造商具备ISO9001认证 12.制造商具备ISO45001认证； 13.制造商具备ISO14001认证 14.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 15.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 16.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							

M02	M02-16	百日咳鲍特菌全基因组探针捕获试剂盒	BK-BPP024，24反应	盒	25000.00	国产	1.支持百日咳鲍特菌核酸阳性样本进行百日咳鲍特菌全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建; 2.规格：24反应/盒； 3.包含百日咳鲍特菌捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，无需额外添置试剂; 4.支持百日咳鲍特菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5.支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得全基因组高覆盖结果; 6.▲试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可精确获得百日咳鲍特菌全基因组序列，突变位点和溯源信息； 7.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备ISO13485认证； 11.制造商具备ISO9001认证 12.制造商具备ISO45001认证； 13.制造商具备ISO14001认证 14.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 15.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 16.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≧5项，软件著作权≧15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							
M02	M02-17	鹦鹉热衣原体全基因组探针捕获试剂盒	BK-CPP024，24反应	盒	25000.00	国产	1.支持鹦鹉热衣原体核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建; 2.规格：24反应/盒； 3.包含鹦鹉热衣原体全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂; 4.覆盖不同型别鹦鹉热衣原体，包含A、B、C、D、E、F等亚型； 5.支持鹦鹉热衣原体疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 6.支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果; 7.▲试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件（要求：本地化，不联网，中文操作界面），该软件可实现精确获得病毒分型，病毒全基因组序列，突变位点和溯源信息; 8.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 9.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 10.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 11.制造商具备ISO13485认证； 12.制造商具备ISO9001认证 13.制造商具备ISO45001认证； 14.制造商具备ISO14001认证 15.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 16.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的	是	1							

M02	M02-18	霍乱弧菌全基因组探针捕获试剂盒	BK-VCP024，24反应	盒	25000.00	国产	1.支持霍乱弧菌核酸阳性样本进行全基因组捕获，最终得到的DNA产物可用于二代测序文库构建； 2.规格：24反应/盒； 3.包含霍乱弧菌全基因组探针捕获所需的探针、酶、缓冲液等组分，全流程无需额外添置试剂； 4.支持疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 5.支持高Ct值样本，Ct值小于32可获得全基因组高覆盖结果 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证； 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证； 12.制造商具备ISO14001认证 13.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 14.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 15.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申	是	1							
M02	M02-19	军团菌全基因组探针捕获试剂盒	BK-LP024，24反应	盒	25000.00	国产	1.支持军团菌核酸阳性样本进行肺炎支原体全基因组捕获扩增，最终得到的DNA捕获产物可用于二代测序文库构建； 2.规格：24反应/盒； 3.包含军团菌基因组全基因组捕获所需的探针、酶、缓冲液等，无需额外添置试剂； 4.支持军团菌临床样本、培养菌株、环境样本等不同样本类型； 5.支持高Ct值样本，Ct值小于30可获得军团菌全基因组高覆盖结果； 6.▲试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得军团菌全基因组序列，耐药信息，突变位点和溯源信息； 7.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备ISO13485认证； 11.制造商具备ISO9001认证 12.制造商具备ISO45001认证； 13.制造商具备ISO14001认证 14.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 15.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 16.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≧5项，软件著作权≧15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							

M02	M02-20	未知病原捕获建库试剂盒	BK-DRL024，24反应	盒	13000.00	国产	1.本试剂盒适用于未知病原体样本的高通量测序实验 2.规格：24反应； 3.试剂形式：整合式试剂，包含反转录、双链cDNA合成、片段化、接头连接、文库扩增等模块，无需额外添置试剂； 4.适用机型：兼容二代测序可逆末端终止法平台； 5.样本类型：适用于脑脊液、肺泡灌洗液、血清、血浆、咽拭子保存液等；同时兼容DNA建库，RNA建库，DNA+RNA混合建库； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、物种比例分析、耐药和毒力分析、以及覆盖度分析，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理； 7.▲试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面； 8.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 9.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 10.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 11.制造商具备ISO13485认证； 12.制造商具备ISO9001认证 13.制造商具备ISO45001认证； 14.制造商具备ISO14001认证 15.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申	是	1							
M02	M02-21	连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒	BK-AUX048，48反应	盒	26000.00	国产	1.本试剂盒适用于ONT测序平台连接法测序多样本文库制备，支持gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.提供末端修复、barcode连接、adaptor连接和芯片上样功能模块； 3.提供dsDNA片段长度质量与摩尔量对照参考表，可快速准确确定DNA文库建库起始量及测序上样量； 4.提供6次多样本建库反应，样本总数不超过48份； 5.支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建； 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证； 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证； 12.制造商具备ISO14001认证 试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的	是	1							

M02	M02-22	转座酶法lng快速DNA文库制备试剂盒	BK-PEL096，96反应	盒	35000.00	国产	1.本试剂盒适用于illumina测序平台文库制备，支持 gDNA 以及gDNA/cDNA 扩增产物； 2.规格：96反应/盒； 3.建库起始量：1ng； 4.包含磁珠纯化、index和转座酶建库模块，无需额外添置试剂； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理 7.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备ISO13485认证； 11.制造商具备ISO9001认证 12.制造商具备ISO45001认证； 13.制造商具备ISO14001认证 试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							
M02	M02-23	酶切法DNA文库制备试剂盒	BK-EDL024，24反应	盒	6000.00	国产	1.本产品针对gDNA、cDNA、质粒和扩增子样本进行文库构建开发； 2.双端index 包含单次01-24 不同分子标记序列，可拓展至01-48； 3.试剂盒由index、建库所需要的酶、扩增酶和相应缓冲液、磁珠及无核酶水组成； 4.针对特定高通量测序平台定向开发中低起始量样本专用建库试剂盒； 5.试剂盒分开运输和存储，试剂盒I 冷藏条件运输和存储，试剂盒II 冷冻条件运输和存储 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证； 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证； 12.制造商具备ISO14001认证 13.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							

M02	M02-24	快速RNA文库制备试剂盒	BK-RL024，24反应	盒	18000.00	国产	1.本试剂盒适用于illumina测序平台RNA样本文库制备，可应用于RNA-seq实验； 2.规格：24反应/盒； 3.包含片段化、一链合成、二链合成、接头连接、index添加、磁珠纯化模块，无需额外添置试剂； 4.▲不同组分试剂管，需提供管盖组分标签，以及至少4种不同颜色管盖，便于区分试剂，防止使用错误（需提供实物照片证明）； 5.提供24个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染； 6.▲试剂盒生产厂家需生产同品牌广谱病原微生物及耐药分析系统，可供选择采购，精准实现物种鉴定、分型溯源、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理；（需提供软著证明分析系统的存在） 7.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备ISO13485认证； 11.制造商具备ISO9001认证 12.制造商具备ISO45001认证； 13.制造商具备ISO14001认证 试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							
M02	M02-25	16S全长靶向扩增试剂盒	BK-16S096，96反应	盒	17000.00	国产	1.适用性：样本中所有细菌16s rDNA全长扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，分析样本细菌多样性； 2.样本类型：支持纯菌、粪便样本、呕吐物、污水样本、土壤样本等； 3.规格：96反应/盒； 4.试剂形式：整合式试剂，无需采购额外试剂即可扩增得到样本中所有细菌的16s rDNA； 5.适用机型：Nanopore单分子测序平台； 6.自带nanopore测序平台96个无扩增条形码，以96孔板装载提供； 7.提供barcode引物，一步扩增，即可完成16s rDNA捕获扩增和barocde添加，无需单独连接barcode； 8.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精准实现物种鉴定、物种比例分析、比较堆积图分析等； 9.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 10.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 11.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 12.制造商具备ISO13485认证； 13.制造商具备ISO9001认证 14.制造商具备ISO45001认证； 15.制造商具备ISO14001认证 16.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							

M02	M02-26	纯化磁珠试剂	BK-MB002，5ML	5ML	1300.00	国产	1.可有效去除多余的 dNTPS、引物、盐离子及其他杂质； 2.规格：5mL/瓶； 3.双链和单链DNA都能得到纯化； 4.日常置于4℃保存，使用时置于室温复温； 5.手工操作和自动化工作站操作皆可满足； 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证； 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证；	是	1							
M02	M02-27	纯化磁珠试剂	BK-MB003，20ML	20ML	4000.00	国产	1.可有效去除多余的 dNTPS、引物、盐离子及其他杂质； 2.规格：20mL/瓶； 3.双链和单链DNA都能得到纯化； 4.日常置于4℃保存，使用时置于室温复温； 5.手工操作和自动化工作站操作皆可满足； 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证； 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证；	是	1							
M02	M02-28	纯化磁珠试剂	BK-MB004，60ML	60ML	8500.00	国产	1.可有效去除多余的 dNTPS、引物、盐离子及其他杂质； 2.规格：60mL/瓶； 3.双链和单链DNA都能得到纯化； 4.日常置于4℃保存，使用时置于室温复温； 5.手工操作和自动化工作站操作皆可满足； 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证； 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证；	是	1							

M02	M02-29	去宿主试剂盒	BK-HNR050，50反应	盒	4300.00	国产	1.适用于微生物病原样本的高通量测序实验; 2.规格：≥50测试/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含样本去宿主过程中所有试剂，无需额外添置试剂; 4.适用机型：兼容二代和三代测序平台; 5.样本类型：适用于脑脊液、肺泡灌洗液、血清、血浆、咽拭子保存液等; 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、物种比例分析、耐药和毒力分析等，支持二代和三代测序数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，条形码 fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理; 7.收到货物后需原厂授权工程师到场进行协助做实验验收 8.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 9.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 10.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 11.制造商具备ISO13485认证; 12.制造商具备ISO9001认证 13.制造商具备ISO45001认证; 14.制造商具备ISO14001认证 试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖	是	1							
M02	M02-30	未知病原rRNA去除试剂盒	BK-RRD024，24反应	盒	20000.00	国产	1.本试剂盒适用于去除人、小鼠和大鼠总RNA中的rRNA，保留mRNA以及其它非编码RNA; 2.规格：24反应; 3.试剂形式：整合式试剂，包含探针、RNA酶、DNA酶、缓冲液、无酶水等组分，无需额外添置试剂; 4.适用机型：兼容所有二代测序平台和三代测序平台; 5.样本量：0.1-1ug总RNA; 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、物种比例分析、耐药和毒力分析等，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理 7.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备ISO13485认证; 11.制造商具备ISO9001认证 12.制造商具备ISO45001认证; 13.制造商具备ISO14001认证 14.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，	是	1							

M02	M02-31	呼吸道病原体靶向扩增鉴定试剂盒	BK-TSR024，24反应	盒	11000.00	国产	1.适用性：呼吸道病原体特征序列及耐药基因的扩增捕获；产物可用于后续高通量测序的建库，通过Nanopore高通量测序分析，准确发现呼吸道病原体和耐药基因； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，可完成逆转录，扩增，以及nanopore建库； 4.检测范围：支持111个病原物种和25种耐药基因； 5.实验时间：4.5小时，完成逆转录，扩增，以及nanopore建库； 6.建库方案：nanopore连接法建库； 7.支持咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型； 8.试剂盒生产厂家需生产同品牌tNGS生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精准实现物种鉴定和耐药分析 9.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 10.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 11.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 12.制造商具备ISO13485认证； 13.制造商具备ISO9001认证 14.制造商具备ISO45001认证； 15.制造商具备ISO14001认证 试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	是	1							
M02	M02-32	自动化多样本DNA辅助建库试剂盒	K024，24反应	盒	19800.00	国产	1.本试剂盒适用于ONT测序平台连接法测序多样本文库制备，支持gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物，适配自动化建库仪使用； 2.提供末端修复、barcode连接和adaptor连接功能模块； 3.包含磁珠、酶、缓冲液和ONT barcode条形码等组分； 4.提供5次多样本建库反应，样本总数不超过24份； 5.支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建	是	1							
M02	M02-33	自动化建库耗材包	A024	匹配24反应建库	1200.00	国产	1.提供50μL、200μL和1000μL低吸附无菌吸头，0.2mL PCR板，10ml dsDNA定量buffer 分液管以及自动化定量超透管； 2.吸头内置滤芯，有效阻断气溶胶和样本回冲； 3.96孔PCR板，边缘有数字和字母标示； 4.500 μL定量超透管，可与荧光计配合使用； 5.可支持柏炬建库仪开展24样本全流程建库。	是	1							
M02	M02-34	Qubit 1 x dsDNA 快速定量试剂盒	Q10500，500次	盒	1100.00	国产	1.本试剂盒支持对双链DNA（dsDNA）进行精准浓度测定； 2.提供双标准品用于荧光计校准； 3.浓度测定范围：500pg/μL-100ng/μL； 4.反应数：500 reactions	是	1							
M02	M02-35	血液基因组DNA基因分型提取试剂盒	RBJ1002，96次/盒	盒	1750.00	国产	1.适用于从全血、白细胞样本、血细胞样本中分离纯化高质量基因组 DNA； 2.规格：96反应； 3.每份反应以试剂卡条形式存在，避免试剂浪费； 4.可适配柏炬RNAP-240纯化仪	是	1							
M02	M02-36	细菌基因组 DNA 提取试剂盒	RBJ1015，96次/盒	盒	2002.00	国产	1.适用于革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、痰液、肺泡灌洗液、胸水、脑脊液、粪便等样本的DNA提取； 2.规格：96反应； 3.产物可适用于各种常规操作：包括酶切、PCR、荧光定量PCR、文库构建、Southern杂交、芯片检测和高通量测序等实验； 4.核酸完整性高，Qsep平均长度可高达35kb； 5.每份反应以试剂卡条形式存在，避免试剂浪费； 6.24份样本提取时间为50min；	是	1							
M02	M02-37	组织样品基因组DNA提取试剂盒	RBJ1003，96次/盒	盒	2002.00	国产	1.组织样本中分离纯化高质量基因组 DNA； 2.规格：96反应； 3.每份反应以试剂卡条形式存在，避免试剂浪费； 4.可适配柏炬RNAP-240纯化仪	是	1							

M02	M02-38	连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒	BK-AUX024，24人反应/盒	盒	18000.00	国产	1.本试剂盒适用于ONT测序平台连接法测序多样本文库制备，支持gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.提供末端修复、barcode连接、adaptor连接和芯片上样功能模块； 3.提供dsDNA片段长度质量与摩尔量对照参考表，可快速准确确定DNA文库建库起始量及测序上样量； 4.提供6次多样本建库反应，样本总数不超过24份； 5.支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建； 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证； 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证； 12.制造商具备ISO14001认证 13.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申	是	1							
M03	M03-01	Nextera XT DNA Library Preparation Kit (24 samples)Illumina/FC-131-1024	24T/盒	盒	10419.41	国产	1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序建库实验 2，样本量：24；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：预先混合的整合试剂，，减少移液等手工操作；5，建库原理：转座酶切法建库，无需任何核酸打断设备；6，适用机型：illumina的测序平台适用；7，DNA片段化时间：5分钟内片段化DNA；8，文库构建类型：涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等测序文库构建；9，文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合；10，建库时间：3小时；11、试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性；	是	1							
M03	M03-02	Nextera XT DNA Sample Preparation Kit (96 Samples)Illumina/FC-131-1096	96T/盒	盒	39604.87	国产	1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序建库实验 2，样本量：96；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：预先混合的整合试剂，，减少移液等手工操作；5，建库原理：转座酶切法建库，无需任何核酸打断设备；6，适用机型：illumina的测序平台适用；7，DNA片段化时间：5分钟内片段化DNA；8，文库构建类型：涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等测序文库构建；9，文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合；10，建库时间：3小时；11、试剂管帽颜色不同，有效保证实验中试剂吸取加样的准确性；	是	1							
M03	M03-03	Nextera XT Index Kit (24 indexes, 96 samples)Illumina/FC-131-1001	96T/盒	盒	4761.82	国产	1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序序列标签 2，样本数：96；3，Index数量：24；4，试剂形式：配合illumina Nextera建库试剂使用；5，适用机型：illumina的测序平台适用；	是	1							
M03	M03-04	Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples)Illumina/FC-131-2001	384T/盒	盒	18866.48	国产	1,，适用性：病原微生物样本的高通量测序序列标签 2，样本数：384；3，Index数量：96；4，试剂形式：配合illumina Nextera建库试剂使用；5，适用机型：illumina的测序平台适用；	是	1							

M03	M03-05	DNA Prep(M)Tagmentation(24Samples) Illumina/20018704/20060060	24T/盒	盒	12939.52	国产	1. 采用磁珠固化转座酶技术进行DNA片段化，转座酶打断时间仅需15分钟。 2. 转座酶片断化DNA同时添加部分测序接头。 3. 打断后的片段无需末端修复加A。 4. 1步PCR实现标签序列添加和文库扩增。 5. DNA起始量兼容范围为1-500 ng，无需精确定量。 6. 仅需2.5小时实现从DNA到文库标准化的完整建库流程。 *7. 整合从血液、唾液和干血斑中裂解DNA方法，裂解时间少于30分钟。 *8. 支持直接以血液、唾液和干血斑为输入样本，裂解后直接用于片段化和加序列标签反应。 9. 单次实验可添加多达384种双端唯一标签序列（UDI indexes），UDI indexes每一个i5和i7都是独特的，不重复的标签序列。 *10. DNA起始量在100-500 ng之间时，可利用磁珠实现样本均一化，文库混合前无需进行耗时的文库定量和标准化 *11. 建库试剂盒内包含同品牌文库纯化磁珠。 *12. 建库试剂盒适配实验室现有illumina测序平台。 13. 可搭配经本品牌性能认证的多家自动化建库方案 包括Beckman Coulter、Eppendorf、Hamilton、PerkinElmer和Tecan。 14. 适用于大型动植物复杂基因组、小型基因组、质粒、扩增子、革兰氏阳性/ 革兰氏阴性菌、真菌等物种进行文库构建和测序。	是	1							
M03	M03-06	DNA Prep(M)Tagmentation(96 Samples) Illumina/20018705/20060059	96T/盒	盒	48825.04	国产	1. 采用磁珠固化转座酶技术进行DNA片段化，转座酶打断时间仅需15分钟。 2. 转座酶片断化DNA同时添加部分测序接头。 3. 打断后的片段无需末端修复加A。 4. 1步PCR实现标签序列添加和文库扩增。 5. DNA起始量兼容范围为1-500 ng，无需精确定量。 6. 仅需2.5小时实现从DNA到文库标准化的完整建库流程。 *7. 整合从血液、唾液和干血斑中裂解DNA方法，裂解时间少于30分钟。 *8. 支持直接以血液、唾液和干血斑为输入样本，裂解后直接用于片段化和加序列标签反应。 9. 单次实验可添加多达384种双端唯一标签序列（UDI indexes），UDI indexes每一个i5和i7都是独特的，不重复的标签序列。 *10. DNA起始量在100-500 ng之间时，可利用磁珠实现样本均一化，文库混合前无需进行耗时的文库定量和标准化 *11. 建库试剂盒内包含同品牌文库纯化磁珠。 *12. 建库试剂盒适配实验室现有illumina测序平台。 13. 可搭配经本品牌性能认证的多家自动化建库方案 包括Beckman Coulter、Eppendorf、Hamilton、PerkinElmer和Tecan。 14. 适用于大型动植物复杂基因组、小型基因组、质粒、扩增子、革兰氏阳性/ 革兰氏阴性菌、真菌等物种进行文库构建和测序。	是	1							
M03	M03-07	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation（96标签，96样本）Illumina/20091654	96T/盒	盒	8697.00	国产	1.双端特异性标签接头序列，单端长度≥10bp 2.双端标签接头集成于1孔内，便于使用 2.单板至少96个标签，每个孔可单独使用，避免不同标签序列交叉污染 3.具有多板组合，具有≥384个标签接头，满足384个样本同时上机 4.标签适用性强，可与illumina DNA prep、Nextera XT、illumina DNA prep with enrichment、illumina 5base、Illumina RNA Prep with Enrichment等DNA、RNA、甲基化建库试剂盒适配，满足多种应用需求 5.每孔标签可以标记一个样本 6. 适用于illumina测序平台	是	1							

M03	M03-08	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set B, Tagmentation（96标签，96样本）Illumina/20091656	96T/盒	盒	8697.00	国产	1.双端特异性标签接头序列，单端长度≥10bp 2.双端标签接头集成于1孔内，便于使用 2.单板至少96个标签，每个孔可单独使用，避免不同标签序列交叉污染 3.具有多板组合，具有≥384个标签接头，满足384个样本同时上机 4.标签适用性强，可与illumina DNA prep、Nextera XT、illumina DNA prep with enrichment、illumina 5base、Illumina RNA Prep with Enrichment等DNA、RNA、甲基化建库试剂盒适配，满足多种应用需求 5.每孔标签可以标记一个样本 6. 适用于illumina测序平台	是	1							
M03	M03-09	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set C, Tagmentation（96标签，96样本）Illumina/20091658	96T/盒	盒	8697.00	国产	1.双端特异性标签接头序列，单端长度≥10bp 2.双端标签接头集成于1孔内，便于使用 2.单板至少96个标签，每个孔可单独使用，避免不同标签序列交叉污染 3.具有多板组合，具有≥384个标签接头，满足384个样本同时上机 4.标签适用性强，可与illumina DNA prep、Nextera XT、illumina DNA prep with enrichment、illumina 5base、Illumina RNA Prep with Enrichment等DNA、RNA、甲基化建库试剂盒适配，满足多种应用需求 5.每孔标签可以标记一个样本 6. 适用于illumina测序平台	是	1							
M03	M03-10	Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set D, Tagmentation（96标签，96样本）Illumina/20091660	96T/盒	盒	8697.00	国产	1.双端特异性标签接头序列，单端长度≥10bp 2.双端标签接头集成于1孔内，便于使用 2.单板至少96个标签，每个孔可单独使用，避免不同标签序列交叉污染 3.具有多板组合，具有≥384个标签接头，满足384个样本同时上机 4.标签适用性强，可与illumina DNA prep、Nextera XT、illumina DNA prep with enrichment、illumina 5base、Illumina RNA Prep with Enrichment等DNA、RNA、甲基化建库试剂盒适配，满足多种应用需求 5.每孔标签可以标记一个样本 6. 适用于illumina测序平台	是	1							
M03	M03-11	Illumina Microbial Amplicon Prep（48samples）Illumina/20097857	48T/盒	盒	41192.27	国产	″1、试剂盒提供基于多重PCR的 靶向文库制备解决方案，用于待测微生物靶标序列（包括全基因组序列）的扩增及文库制备； 2、*试剂盒属于通用型建库方案，可灵活兼容实验室自行设计或市售引物，对病毒和各种大型微生物物种（包括细菌或寄生虫）的选定区域进行靶向测序； 3、支持样本类型丰富，包括微生物培养物、鼻咽拭子、皮肤拭子、鼻拭子、废水样本等； 4、*支持核酸类型包括DNA以及RNA； 5、*试剂盒组分齐全，包含RNA 逆转录试剂、cDNA 双链合成、纯化磁珠、特异性标签及文库制备所需的所有试剂； 6、*配套标签为双端特异性标签，长度为10bp； 7、*使用磁珠固定转座酶切法进行扩增产物片段化，转座酶打断时间仅需 5分钟，无需配置任何核酸打断设备； 8、病原体靶向序列扩增后无需定量及浓度均一化，直接取固定体积进行文库构建，减少手动操作； 9、*文库构建后，无需对每个文库进行单独纯化定量，直接将该批次文库混合后进行纯化，减少手动操作； 10、适配于illumina基因测序仪； 11、可用商业分析软件做数据分析或第三方软件进行数据处理 12、该方案支持多种公共卫生研究应用，包括追踪病原体的进化和传播、检测变异、对病原体株系进行分类、识别微生物耐药性标志物	是	1							

M03	M03-12	Illumina RNA Prep, (L) Tagmentation(16样本)Illumina/20040542	16T/盒	盒	14069.25	国产	1. 采用磁珠固化转座酶技术进行DNA片段化，转座酶打断时间仅需15分钟。 2. 转座酶片断化DNA同时添加部分测序接头。 3. 打断后的片段无需末端修复加A。 4. 1步PCR实现标签序列添加和文库扩增。 5. DNA起始量兼容范围为1-500 ng，无需精确定量。 6. 仅需2.5小时实现从DNA到文库标准化的完整建库流程。 *7. 整合从血液、唾液和干血斑中裂解DNA方法，裂解时间少于30分钟。 *8. 支持直接以血液、唾液和干血斑为输入样本，裂解后直接用于片段化和加序列标签反应。 9. 单次实验可添加多达384种双端唯一标签序列（UDI indexes），UDI indexes每一个i5和i7都是独特的，不重复的标签序列。 *10. DNA起始量在100-500 ng之间时，可利用磁珠实现样本均一化，文库混合前无需进行耗时的文库定量和标准化。 *11. 建库试剂盒内包含同品牌文库纯化磁珠。 *12. 建库试剂盒适配实验室现有illumina测序平台。 13. 可搭配经本品牌性能认证的多家自动化建库方案，包括Beckman Coulter、Eppendorf、Hamilton、PerkinElmer和Tecan。 14. 适用于大型动植物复杂基因组、小型基因组、质粒、扩增子、革兰氏阳性/ 革兰氏阴性菌、真菌等物种进行文库构建和测序。	是	1							
M04	M04-01	测序芯片预处理试剂盒Flow Cell Priming Kit (EXP-FLP004)	EXP-FLP004	盒	666.00	进口	1. 与纳米孔三代测序仪GridION 配套，用于测序芯片清洗；利用试剂中的DNA消化酶，对残留的文库进行消化分解，从而实现芯片重复利用的目的；操作时间：不超过30分钟；每个试剂盒可进行6次芯片清洗	是	1							
M04	M04-02	测序芯片清洗试剂盒Flow Cell Wash Kit (EXP-WSH004)	EXP-WSH004	盒	1800.00	进口	1. 与纳米孔三代测序仪GridION 配套，用于测序芯片清洗； 2. 利用试剂中的DNA消化酶，对残留的文库进行消化分解，从而实现芯片重复利用的目的； 3. 操作时间：不超过30分钟； 4. 适用范围：各种类型的DNA文库；	是	1							
M04	M04-03	测序芯片Promethion (FLO-PRO114M)	FLO-PRO114M	张	16390.00	进口	规格：1张/盒 2. 与纳米孔三代测序仪 Promethion配套，用于上机测序，产生测序数据； 3. 每张芯片数据产出15 ~ 30Gb； 4. 测序速度：DNA不低于400bp/s，RNA不低于100bp/s； 5. 测序读长：最长读长可达4M bp； 6. 测序时间：10分钟-72小时按需可控； 7. 芯片内置专属传感器阵列、专用集成电路（ASIC）和R10纳米孔；	是	1							
M04	M04-04	长片段缓冲液扩展包LFB xpansion	EXP-LFB001	盒	666.00	进口	与纳米孔三代测序仪 GridION MK1 配套，用于上机测序	是	1							
M05	M05-01	沙门氏菌诊断血清	94820/60种/盒	盒	22000.00	进口	沙门血清分型，94820/60种/盒	是	1							
M05	M05-02	沙门菌诊断血清H:2	3ml/瓶	支	2367.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-03	沙门菌诊断血清HMD	3ml/瓶	支	2366.00	进口	1ml/瓶	是	1							
M05	M05-04	沙门菌诊断血清OMA	1ml/瓶	支	887.00	进口	1ml/瓶	是	1							
M05	M05-05	沙门菌诊断血清OMB	1ml/瓶	支	887.00	进口	1ml/瓶	是	1							
M05	M05-06	沙门诱导血清SG1	40363/3ml	瓶	2484.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-07	沙门诱导血清SG2	40364/3ml	瓶	3692.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-08	沙门诱导血清SG3	40365/3ml	瓶	3692.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-09	沙门诱导血清SG5	40367/3ml	瓶	3007.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-10	沙门诱导血清SG6	40368/3ml	瓶	2484.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-11	沙门诱导血清SGG	40369/3ml	瓶	5048.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-12	沙门诱导血清SGZ4	40370/3ml	瓶	4779.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-13	沙门氏菌诱导血清I：I	86865/3ml	瓶	3571.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-14	沙门氏菌诊断血清O:4	23839/3ml	瓶	1932.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-15	沙门氏菌诊断血清O:9	40276/3ml	瓶	1932.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-16	沙门氏菌诊断血清H：i	23850/3ml	瓶	1932.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-17	沙门氏菌血清H:G	40299/3ml	瓶	2142.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-18	沙门氏菌诱导培养基	200ml/瓶	瓶	650.00	进口	200ml/瓶	是	1							
M05	M05-19	大肠埃希氏菌 O157血清	2ml	支	730.00	进口	2ml	是	1							
M05	M05-20	大肠埃希氏菌H7血清	5ml	支	1030.00	进口	5ml	是	1							
M05	M05-21	沙门氏菌诊断血清H:E	3ml/瓶	支	2289.00	进口	3ml/瓶	是	1							
M05	M05-22	霍乱弧菌诊断血清 套装	2ml* 3支	盒	4000.00	进口	套装内容　混合血清1支　型血清2支	是	1							

M05	M05-23	军团菌诊断血清套装	2ml*10支	盒	19232.08	进口	pneumophila 1• 2• 3• 4• 5• 6 bozemanii, dumoffii, gormanii, micdadei	是	1							
M05	M05-24	小肠结肠炎耶尔森菌诊断血清	2ml×5支/盒	支	880.00	进口	2ml×5支/盒	是	1							
M05	M05-25	霍乱诊断血清01	2ml/瓶	瓶	698.00	进口	2ml/瓶	是	1							
M05	M05-26	霍乱诊断血清0139	2ml/瓶	瓶	698.00	进口	2ml/瓶	是	1							
M05	M05-27	霍乱诊断血清稻叶型	2ml/瓶	瓶	698.00	进口	2ml/瓶	是	1							
M05	M05-28	霍乱诊断血清小川型	2ml/瓶	瓶	698.00	进口	2ml/瓶	是	1							
M05	M05-29	沙门氏菌属诊断血清60种	1ml/瓶×60瓶	套	16000.00	进口	1ml/瓶×60瓶	是	1							
M05	M05-30	沙门诊断血清H:q,s,t,p,u	1ml/瓶	支	2289.00	进口	1ml/瓶	是	1							
M05	M05-31	沙门氏菌属诊断血清11种	TR103	盒	1320.00	国产	1ml/瓶×12瓶	是	1							
M05	M05-32	志贺氏菌属诊断血清50种	01 1ml/瓶×5	瓶	5940.00	国产	1ml/瓶×54瓶	是	1							
M05	M05-33	志贺氏菌属诊断血清22种	02 1ml/瓶×2	盒	2860.00	国产	1ml/瓶×26瓶	是	1							
M05	M05-34	HMA	3ml/瓶	支	2031.00	进口	1ml/瓶	是	1							
M05	M05-35	O1群霍乱弧菌诊断血清3种	01、1ml/瓶×	盒	910.00	国产	1ml/瓶×11瓶	是	1							
M05	M05-36	兔抗脑膜炎球菌诊断血清试剂(A、B、C、W、X、Y、多价Ⅰ 多价Ⅱ)	2mL*8种/盒	瓶	1875.00	国产	脑膜炎奈瑟菌菌群血清学分型	是	1							
M05	M05-37	兔抗百日咳/副百日咳鲍特菌诊断血清	1mL*2种/盒	盒	4729.20	国产	用于百日咳、副百日咳鲍特菌血清学诊断	是	1							
M05	M05-38	沙门氏菌属诊断血清(60种)	TR101、1ml/瓶×60瓶	盒	6600.00	国产	1ml/瓶×60瓶	是	1							
M05	M05-39	沙门氏菌属诊断血清	94820/60种/盒	盒	16000.00	进口	沙门血清分型，94820/60种/盒	是	1							
M06	M06-01	TaKaRa RNase-free Water	1ml	支	7.00	进口	是非焦碳酸二乙酯 (Diethylpyrocarbonate; DEPC) 处理的RNase Free水，适用于RNA样品的制备、反应液配制等，不含DNase。	是	1							
M06	M06-02	PCR MIX反应液	100ul/支	支	5.00	进口	1. 适用于Real Time PCR反应，可以快速、准确地对目的基因进行检测、定量。 2. 在2X 浓度的Premix中，预先混有TB Green，PCR反应液配制时，只需加入模板、引物、灭菌水便可进行Real Time PCR反应，操作简单方便。 3. DNA聚合酶使用了改良后的TaKaRa Ex Taq HS，可以进行Hot Start法PCR反应，再与Takara特别开发的Buffer系统相结合，具有高扩增效率，高扩增灵敏度之特点。 4. 在2X 浓度的Premix中，预先添加了耐热性RNaseH (Tli RNaseH)，可以很好地抑制以cDNA作为模板进行PCR反应时，由于	是	1							
M06	M06-03	dNTP Mixture	250 μl	支	80.00	进口	25 mM	是	1							
M06	M06-04	TaKaRa One step Prime Script RT-PCR Kit(AMV)	50Rxns	人份	24.00	进口	1. 通过Real Time One Step RT-PCR反应，可以快速、准确地对RNA病毒等微量RNA 进行分析。 2. PCR用DNA聚合酶使用了TaKaRa Ex Taq HS，可以进行Hot Start法PCR 反应，再与Takara特别开发的Buffer系统相结合，具有高扩增效率，高扩增灵敏度，高扩增特异性之特点。 3. One Step RT-PCR Buffer III是一种2X浓度的Premix Type试	是	1							
M06	M06-05	10 × PCR Buffer (Mg2+ free)	1 ml × 10支	支	20.00	进口	1 ml×10 tubes	是	1							
M06	M06-06	10 × PCR Buffer (Mg2+ plus)	1 ml × 10支	支	20.00	进口	1 ml×10 tubes	是	1							
M06	M06-07	Sma I内切酶	500u	支	130.00	进口	常规限制酶 10 U/μl (高浓度 50 U/μl)	是	1							
M06	M06-08	SpeI内切酶	300u	支	328.00	进口	常规限制酶 10 U/μl	是	1							
M07	M07-01	空肠弯曲菌/结肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	1250.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3							
M07	M07-02	肺炎克雷伯氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	750.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3							
M07	M07-03	肺炎克雷伯分型试剂盒（普通PCR）（血清型：K1/K2/K5/K20/K54/K57 ）	25T	盒	3750.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3							
M07	M07-04	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	750.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1							
M07	M07-05	克罗诺杆菌属核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	T	27.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1							

M07	M07-06	军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	625.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-07	嗜肺军团菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	625.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-08	A族链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	625.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-09	莱姆病螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	650.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M07	M07-10	猪链球菌mrp/sly/epf基因检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	2025.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-11	猪链球菌2/14型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	3675.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-12	肺炎链球菌分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	25T	盒	2800.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-13	曲霉属核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	650.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M07	M07-14	念珠菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	650.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M07	M07-15	白色念珠菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	650.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M07	M07-16	隐球菌属核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	650.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M07	M07-17	真菌药敏试剂盒（微量稀释法）	25T	盒	2000.00	国产	提供药敏板和配套生理盐水及培养基	是	1								
M07	M07-18	新型隐球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T	盒	650.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M07	M07-19	单核细胞增生李斯特氏菌毒力基因(actA/inlA/plcB)检测试剂盒	25T	人份	70.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-20	流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	500.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M07	M07-21	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	500.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M08	M08-001	支原体肉汤基础	500g	瓶	684.00	进口	粉末，可配置约19.6升培养基，用于制备用于制备液体肉汤，作为分离支原体的固体基础培养基。	是	1								
M08	M08-002	支原体琼脂基础	500g	瓶	1490.00	进口	粉末，可配置约30.5升培养基，用于制备琼脂平板，作为分离支原体的固体基础培养基。	是	1								
M08	M08-003	TCBS 霍乱弧菌琼脂	500g/瓶	瓶	760.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-004	Baird-Parker琼脂基础	500g	瓶	772.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-005	STEC显色培养基（含增补剂）	1L	瓶	1650.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-006	念珠菌显色培养基	1L	瓶	830.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-007	小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基（含增补剂）	1L	瓶	1650.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-008	弯曲菌显色培养基（含增补剂）	1L	瓶	1650.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-009	艰难梭状芽胞杆菌显色培养基（含增补剂）	1L	瓶	1650.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-010	肠杆菌科细菌显色培养基（含增补剂1&增补剂2）	1L	瓶	1650.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-011	李斯特菌显色琼脂基础	500g	瓶	3990.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-012	改良Karmali选择性添加剂	10瓶/盒	瓶	113.00	进口	10瓶/盒	是	1								
M08	M08-013	弯曲杆菌选择性添加剂	10小瓶/盒	盒	1420.00	进口	10小瓶/盒	是	1								
M08	M08-014	艰难梭菌选择性添加剂	10瓶/盒	盒	1700.00	进口	10瓶/盒	是	1								
M08	M08-015	改良弯曲杆菌添加剂	10瓶/盒	瓶	117.00	进口	10瓶/盒	是	1								
M08	M08-016	小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基增补剂	10支/盒	盒	462.00	进口	10支/盒	是	1								
M08	M08-017	（头孢立新）鲍特菌选择添加剂	20mg/瓶，10瓶/盒	盒	720.00	进口	20mg/瓶，10瓶/盒	是	1								
M08	M08-018	艰难梭菌琼脂基础	500g/瓶	瓶	2600.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-019	3.5%亚碲酸钾	10X2ml	瓶	441.00	进口	10X2ml	是	1								
M08	M08-020	MH琼脂基础	500g	瓶	534.00	进口	500g	是	1								
M08	M08-021	气单胞菌培养基基础	500g	瓶	2306.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-022	木炭琼脂基础	500g/瓶	瓶	1364.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-023	脑心浸液肉汤 （BHI）	500g	瓶	600.00	进口	500g	是	1								
M08	M08-024	耶尔森菌培养基	500g/瓶	瓶	766.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-025	karmali弯曲杆菌培养基	500g/瓶	瓶	1319.00	进口	500g/瓶	是	1								

M08	M08-026	耶尔森菌培养基添加剂	10支/盒	支	58.80	进口	10支/盒	是	1								
M08	M08-027	BBL brucella Agar	500g/瓶	瓶	1026.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-028	BBL brucella Broth	500g/瓶	瓶	1240.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-029	美国BD钩端螺旋体培养基增菌液EMJH （Leptospira Enrichment EMJH ）	6×100 ml/盒	瓶	858.00	进口	6×100 ml/盒	是	1								
M08	M08-030	BD Phoenix100 ID Broth鉴定肉汤管	100支/盒	支	15.00	进口	100支/盒	是	1								
M08	M08-031	美国BD钩端螺旋体培养基基础Leptospira Medium Base EMJH	500g/瓶	瓶	950.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-032	沙门氏菌显色培养基	1L	瓶	550.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-033	布氏琼脂	500g	瓶	1386.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-034	李斯特菌显色培养基增补剂	1L	瓶	220.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-035	鉴定李斯特菌显色培养基（含增补剂）	250ml	瓶	2400.00	进口	250ml	是	1								
M08	M08-036	弧菌显色培养基	1L	瓶	1100.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-037	大肠杆菌显色培养基	1L	瓶	660.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-038	O157显色培养基	1L	瓶	580.00	进口	1L	是	1								
M08	M08-039	脑心浸出液肉汤BHI	500g	瓶	392.00	进口	500g/瓶	是	1								
M08	M08-040	痰消化液SPUTASAL	10瓶/盒	瓶	546.00	进口	10瓶/盒	是	1								
M08	M08-041	MH肉汤	500g/瓶	瓶	918.00	进口	主要成分：水解酪蛋白：17.5 g/L；蛋白胨：5.0 g/L；牛肉粉：约2 g/L；可溶性淀粉：1.5 g/L。溶解后PH：7.2-7.6	是	1								
M08	M08-042	脱脂乳（Skim Milk Powder）	500g/瓶	瓶	740.00	进口	1. 热处理程度 必须为低热或中低热脱脂乳粉。 高温会过度变性乳清蛋白，使其失去保护细 2. 微生物负载 细菌总数 ≤ 5,000 CFU/g，霉菌和酵母菌数应更低。大肠菌群、沙门氏菌等致病菌不得检出。 3. 关键理化指标 蛋白质含量 ≥ 34.0%；脂肪含量 ≤ 1.25%；水分 ≤ 5.0%；溶解度指数 ≤ 1.0 mL；焦粒含量 ≤ 15.0 mg。 4. 功能性与包装 提供产品分析证书（COA），并注明热处理工艺（如低热）	是	1								
M09	M09-01	CIN-I 琼脂平板	90mm*5块/包	块	16.00	国产	90mm*5块/包	是	1								
M09	M09-02	Baird-Parker琼脂平板	90mm*5块/包	包	50.00	国产	分离培养，定量每样需9皿	是	1								
M09	M09-03	大肠杆菌显色培养基平板	90mm*20块/盒	盒	420.00	国产	进口科玛嘉原料生产，用于耐替加环素大肠杆菌的分离和鉴别	是	1								
M09	M09-04	阪崎肠杆菌显色培养基平板	90mm*20块/盒	盒	420.00	国产	使用进口科玛嘉原料生产，用于阪崎肠杆菌分离培养	是	1								
M09	M09-05	李斯特氏菌显色培养基平板	90mm*20块/盒	盒	640.00	国产	使用进口科玛嘉原料生产，分离培养，定量每样需9皿	是	1								
M09	M09-06	血琼脂平板	90mm/个	盒	6.50	国产	90mm×20个/盒	是	1								
M09	M09-07	营养琼脂（NA）平板	90mm×20个/盒	盒	130.00	国产	90mm×20个/盒	是	1								
M09	M09-08	改良 Y 琼脂平板	90mm*5块/包	块	16.00	国产	90mm*5块/包	是	1								
M09	M09-09	普通巧克力平板	90mm/个	个	5.00	国产	90mm/个	是	1								
M09	M09-10	O157显色培养基平板	90mm*10个	个	16.50	国产	90mm*10个	是	1								
M09	M09-11	MH琼脂平板	9CM/块	块	8.00	国产	9CM/块 20块/盒	是	1								
M09	M09-12	哥伦比亚血琼脂培养基	9CM/块	块	6.00	国产	9CM/块 20块/盒	是	1								
M09	M09-13	巧克力琼脂培养基（不加抗生素）	9CM/块	块	8.00	国产	9CM/块 20块/盒	是	1								
M09	M09-14	Karmali平板	90mm*5块/包	块	16.00	国产	90mm*5块/包	是	1								
M09	M09-15	TM (Thayer-Martin)淋球菌培养基	9CM/块	块	12.00	国产	9CM/块 20块/盒	是	1								
M09	M09-16	双抗巧克力平板（奈瑟菌）	9cm/块	块	9.00	国产	9cm/块	是	1								
M09	M09-17	弧菌显色培养基平板	90mm*20块/盒	块	19.60	国产	90mm*20块/盒	是	1								
M09	M09-18	弯曲菌Karmali平板	90mm/个	个	16.00	国产	90mm/个	是	1								
M09	M09-19	哥伦比亚血琼脂平板	90mm*5块/包	块	7.00	国产	纯化培养	是	1								
M09	M09-20	单抗巧克力平板（肺炎链球菌）	9cm/块	块	8.80	国产	9cm/块	是	1								

M09	M09-21	单抗巧克力平板（嗜血杆菌）	9cm/块	块	8.80	国产	9cm/块	是	1								
M09	M09-22	亚碲酸钾选择性琼脂平板	20块/盒	盒	600.00	国产	白喉杆菌分离培养	是	1								
M10	M10-01	霍乱弧菌(0139、01、CTXAB、通用型) 四重核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	25/50人份/盒	人份	90.00	国产	荧光探针法鉴定霍乱弧菌hlyA、01 rfb、 0139 rfb 和ctxA基因	是	3								
M10	M10-02	肠出血性大肠杆菌(EHEC-stx1、stx2)双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法））	25、50T/盒	人份	50.00	国产	产志贺毒素大肠埃希氏菌毒力基因stx1、stx2核酸筛选	是	1								
M10	M10-03	肠出血性大肠杆菌(EHEC-stx1、stx2)双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48T/盒	人份	50.00	国产	产志贺毒素大肠埃希氏菌毒力基因stx1、stx2核酸筛选	是	1								
M10	M10-04	半固体琼脂	6mL*50支/盒	支	6.00	国产	6mL*50支/盒	是	1								
M10	M10-05	小肠结肠炎耶尔森氏菌O:5诊断单抗（玻片凝集法）	1X4瓶/盒	瓶	500.00	国产	1X4瓶/盒	是	1								
M10	M10-06	小肠结肠炎耶尔森氏菌O:8诊断单抗（玻片凝集法）	1X4瓶/盒	瓶	500.00	国产	1X4瓶/盒	是	1								
M10	M10-07	小肠结肠炎耶尔森氏菌O:9诊断单抗（玻片凝集法）	1X4瓶/盒	瓶	500.00	国产	1X4瓶/盒	是	1								
M10	M10-08	猪链球菌2诊断用单抗（玻片凝集法）	1X4瓶/盒	瓶	2000.00	国产	1X4瓶/盒	是	1								
M10	M10-09	菌种低温保存液	100*0.5ml/盒	盒	3000.00	国产	100*0.5ml/盒	是	1								
M10	M10-10	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（粪便样本）	10测试/盒	测试	120.00	国产	10测试/盒	是	1								
M10	M10-11	弯曲菌琼脂稀释法最低抑菌浓度MIC检测试剂盒	10T/盒	T	180.00	国产	10T/盒	是	1								
M10	M10-12	弯曲菌生化检测试剂盒	20测试/盒	测试	14.00	国产	20测试/盒	是	1								
M10	M10-13	小肠结肠炎耶尔森菌鉴定及毒力基因分型多重核酸检测试剂盒（探针法）	25T	T	200.00	国产	25T	是	1								
M10	M10-14	亚硒酸盐胱氨酸（SC）增菌液	10mL*20支/盒	支	7.00	国产	10mL*20支/盒	是	1								
M10	M10-15	蜡样芽孢杆菌毒力基因三重核酸检测试剂盒（探针法）	25/50 T/盒	人份	72.00	国产	对蜡样芽孢杆菌的毒力基因hlbC（溶血性肠毒素基因），nheB（非溶血性肠毒素基因）和 cesB（呕吐毒素相关基因）进行检测	是	1								
M10	M10-16	艰难梭菌（tcdA/tcdB）双重核酸检测预分装试剂盒（探针法）	25/50 T/盒	人份	50.00	国产	荧光探针法鉴定艰难梭菌tcdA、tcdB基因	是	1								
M10	M10-17	艰难梭菌（tcdA/tcdB）双重核酸检测试剂盒（探针法）	25、50T/盒	人份	50.00	国产	荧光探针法鉴定艰难梭菌tcdA、tcdB基因	是	1								
M10	M10-18	肠道菌增菌肉汤管	30mL*20支/盒	盒	230.00	国产	增菌培养，每瓶一个样	是	1								
M10	M10-19	胰蛋白胨大豆肉汤	5mL*20支/盒	盒	120.00	国产	通用营养培养基	是	1								
M10	M10-20	无菌液体石蜡	20瓶/盒	盒	35.00	国产	无菌即用 主要用途：覆盖液体培养基，用于厌氧培养 配方成分：石蜡 执行标准：Q/HK 0709 微生物检测配套试剂 储存条件：室温保存 保质期：三年	是	1								
M10	M10-21	GC琼脂基础培养基	500g/瓶	瓶	590.00	国产	主要成分：含特殊蛋白胨LP0072（肉类和植物酶解物混合物）、淀粉、磷酸盐缓冲液。作为基础培养基，用于配制巧克力琼脂、Thayer-Martin培养基等	是	1								

M10	M10-22	stuart运送培养基（含活性炭）	HB8552-3/250g	瓶	80.00	国产	用于淋球菌的标本采取和输送；主要成分：必须包含但不限于：甘油磷酸钠、活性炭、琼脂、硫代乙醇酸钠、半胱氨酸盐酸盐、氯化钙。活性炭含量应明确。 配制比例：干粉产品：每28.6g±0.5g 干粉应可完全溶解并配制为1000ml±20ml 的最终培养基。 pH值:灭菌冷却至25℃后，培养基的pH值应为7.4±0.2。 物理特性:配制后为浅灰色至黑色半固体培养基，允许有因活性炭及氯化钙产生的均匀悬浮与少量沉淀。 无菌保证:产品（干粉或即用型）必须无菌。干粉经121℃高压灭菌15分钟后，应无微生物生长。 水分:干粉产品水分含量应 ≤ 5.0%，以确保溶解性和稳定性。 微生物控制:干粉产品需符合非无菌产品的微生物限度要求（如总菌落数、霉菌和酵母菌计数、控制菌检查等）。	是	1							
M10	M10-23	swarm琼脂	250g/瓶	瓶	145.00	国产	配方成分：应包含但不限于：胰蛋白胨、大豆蛋白胨、葡萄糖、磷酸氢二钾、氯化钠、硝酸钾、琼脂。各成分含量需明确。 配制参数：称取规定量干粉（如35.0g/L）加热溶解于蒸馏水后，培养基应澄清或均匀，121℃高压灭菌15分钟后性质稳定。 理化指标：pH值：7.4 ± 0.1（25℃，灭菌后）。水分含量：≤ 5.0%。 无菌保证：干粉产品按标准流程配制、灭菌后，应保证培养基无菌。 性能要求：培养基应支持标准沙门氏菌株（如肠炎沙门氏菌等）的正常“迁徙生长”（Swarming），以清晰诱导H相抗原。	是	1							
M10	M10-24	碱性蛋白胨水	10mL*20支/盒	支	10.00	国产	即用型液体 配方（每升）：蛋白胨：20.0g；氯化钠：20.0g 蛋白胨：10.0g；氯化钠：30.0g 配制参数：称取 40.0g 干粉，溶于1000mL蒸馏水。 称取 40.0g 干粉，溶于1000mL蒸馏水。 关键理化指标：最终pH值：8.5 ± 0.2（25℃）最终pH值：8.5 ± 0.2（25℃） 性能要求：接种霍乱弧菌后，于35-37℃培养6-8小时，应生长良好	是	1							
M10	M10-25	克氏双糖铁斜面	20支/盒	支	8.00	国产	主要用途：用于肠杆菌科等革兰氏阴性杆菌的初步鉴定，通过鉴别细菌发酵葡萄糖和乳糖及产生硫化氢的生化反应进行区分。 关键配方成分（每升）：蛋白胨（20.0g）、牛肉膏/浸粉（3.0g）、酵母膏/浸粉（3.0g）、乳糖（10.0g）、葡萄糖（1.0g）、氯化钠（5.0g）、柠檬酸铁铵（0.5g）、硫代硫酸钠（0.5g）、琼脂（12.0g）、酚红（0.025g）。 关键理化指标：最终pH值：7.4 ± 0.2（25℃）。 质量控制（示例）：培养条件：36 ± 1℃ 培养 18-24 小时。 质控菌株与预期反应： - 大肠埃希氏菌ATCC 25922：生长良好，斜面/底层均变黄（A/A），产气，不产硫化氢（H_2S-）。 - 奇异变形杆菌：生长良好，斜面红/底层黄（K/A），不产气，产硫化氢（H_2S+）。 性能要求：接种适量质控菌株后，应支持其良好生长，并在规定时间内呈现清晰、正确的颜色变化、产气及硫化氢（变黑）反应。 无菌保证：产品应为预灭菌的即用型成品，确保无菌。	是	1							

M10	M10-26	庆大霉素琼脂	250g/瓶	瓶	240.00	国产	主要用途：用于霍乱弧菌的选择性分离培养。 配方成分（g/L）：蛋白胨 10.0g，牛肉浸粉 3.0g，氯化钠 5.0g，蔗糖 10.0g，柠檬酸钠 10.0g，亚硫酸钠 3.0g，庆大霉素 250IU，琼脂 15.0g。 关键添加剂：需配套1%亚碲酸钾溶液，每1000ml培养基添加0.5ml。 配制参数：称取本品56.0g，加热搅拌溶解于1000ml蒸馏水中，冷却至约50℃后，加入上述添加剂，混匀倾注平板。 关键理化指标：pH值：8.3 - 8.7（25℃）。 灭菌要求：无需高压灭菌。加热煮沸溶解后，冷却添加无菌添加剂即可。 质量控制：应提供质控数据： • 霍乱弧菌VBO：生长良好（PR≥0.7），菌落淡灰色。 • 大肠埃希氏菌ATCC25922：生长被抑制（G值≤3）。 • 培养条件：36±1℃，需氧培养14-18小时。 包装与规格：干粉包装：250g/瓶。 储存与保质期：阴凉、干燥、避光处保存。未开封干粉保质期通常为3年。 合规与文件：1. 供应商需提供 出厂检验报告（COA），需包含pH、水分、无菌性等实测数据。 2. 如用于临床检验，产品应具备医疗器械备案资质。	是	1							
M10	M10-27	小肠结肠炎耶尔森氏菌O:3诊断单抗（玻片凝集法）	1X4瓶/盒	瓶	450.00	国产	特异性识别：必须明确识别小肠结肠炎耶尔森氏菌 O:3 血清型的O-抗原。 排除交叉反应：必须提供书面数据，证明不与常见交叉血清型（尤其是O:8、O:9）及其他肠道菌（如沙门氏菌、大肠杆菌等）发生反应。 应用方法与性能：按体适用于玻片凝集试验。	是	1							
M10	M10-28	赫氏培养基	250g/瓶	瓶	180.00	国产	250g/瓶	是	1							
M10	M10-29	脱纤维羊血	100mL	瓶	200.00	国产	100mL	是	1							
M10	M10-30	生理盐水管	9mL*20支/盒	盒	140.00	国产	9mL*20支/盒	是	1							
M11	M11-01	SBG增菌培养基	5ml×20支/盒	盒	130.00	国产	产品用途：用于沙门氏菌的选择性增菌培养，不具有鉴别或药敏作用。 主要成分（g/L）：蛋白胨（5.0），酵母浸粉（5.0），D-甘露醇（5.0），牛磺胆酸盐（1.0），磺胺吡啶（0.5），亚硒酸钠（4.0），磷酸氢二钠（2.65），磷酸二氢钾（1.02），煌绿（0.005）。 关键理化指标：pH值：7.2 ± 0.2（25℃）。 无菌与即用性：产品为预灭菌即用型，无菌独立包装，开盖即可使用。 质量控制（性能验证）：生长试验：接种鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028、肠炎沙门氏菌CMCC50760等，应生长良好（肉汤浑浊）。选择性试验：接种大肠埃希氏菌ATCC25922等，应生长被抑制。 储存条件：2-8℃避光保存。 合规性：产品应具备 医疗器械备案凭证。	是	1							
M11	M11-02	半固体琼脂	250g/瓶	瓶	150.00	国产	主要用途：用于细菌动力试验、菌种保存或作为运送培养基的基础。 配方成分（g/L）：通用配方：蛋白胨（10.0g），牛肉浸粉（3.0g），氯化钠（5.0g），琼脂（3.0 - 5.0g）。 配制参数：称取 23.0g，加热溶解于1000ml 蒸馏水中，121℃高压灭菌15分钟。 关键理化指标：pH值：7.4 ± 0.2（25℃）。 关键物理特性：琼脂含量：核心指标，通常在 0.3% - 0.5%（即 3.0-5.0 g/L）之间，以形成软性、有穿刺阻力的半固体状态。 质量控制：动力试验：穿刺接种大肠埃希氏菌（动力阳性）和肺炎克雷伯菌（动力阴性），应能清晰区分。 包装规格：250g/瓶（干粉）。 储存与保质期：阴凉干燥处，保质期通常 3年。	是	1							

M11	M11-03	营养肉汤	250g/瓶	瓶	100.00	国产	产品形态：脱水干粉 配制产量：每瓶可配制约 12.5L 最终培养基。 配方成分（g/L）蛋白胨：10.0 牛肉浸出粉/牛肉膏粉：3.0 氯化钠：5.0 pH值：7.4 ± 0.2 或 7.5 ± 0.2 （25℃，灭菌后） 配制方法：称取20.0g干粉，溶于1000mL蒸馏水，加热煮沸溶解。 灭菌条件：121℃高压灭菌15-30分钟。 质控菌株：例如大肠埃希氏菌ATCC 25922、金黄色葡萄球菌ATCC 25923等。 预期结果：质控菌株在36±1℃培养18-24小时后，应生长良好（肉汤浑浊）。 储存与保质期 储存条件：阴凉、干燥、避光处保存。 保质期：未开封状态下通常为3年。	是	1								
M11	M11-04	奈瑟氏菌属细菌鉴定管（已加小牛血清）	8种×10次/盒	盒	240.00	国产	产品名称：奈瑟氏菌属细菌鉴定管（已加小牛血清） 生化鉴定盒：包含8种不同的生化试剂，每种试剂10次测试，共10套。 每盒鉴定管通常包含用于检测不同生化项目的微量西林瓶，根据产品说明，主要生化项目及 主要用途：用于奈瑟氏菌属细菌的生化鉴定，通过检测细菌对多种糖类的发酵能力、硝酸盐还原能力及在普通琼脂上的生长情况等进行鉴	是	1								
M11	M11-05	亚硒酸盐增菌液(SF)	10ml×20支/盒	盒	150.00	国产	产品形态：即用型液体管 核心配方 蛋白胨（5.0g/L）、乳糖（4.0g/L）、亚硒酸氢钠（4.0g/L）、L-胱氨酸（0.01g/L）、磷酸盐 添加了L-胱氨酸作为还原剂，能更好地中和培养基毒性，更常用于食品、临床样本中沙门氏菌的选择性增菌。 pH值：7.0 ± 0.2 灭菌方式：即用型产品已预灭菌 储存与保质期：通常要求2-8℃避光冷藏	是	1								
M11	M11-06	氧化酶试剂	50测试/瓶	瓶	80.00	国产	包装规格：50测试/盒 。 形态：液体试剂 主要成分：N,N,N',N'-四甲基对苯二胺盐酸盐 浓度：0.025g/L 。 外观：无色至浅灰色液体，清晰无沉淀 。 质控菌株与结果： - 铜绿假单胞菌ATCC27853：30秒内变蓝紫色，为阳性。 - 大肠埃希氏菌ATCC25922：不变色，为阴性。 储存条件：2-8℃避光保存。 保质期：1年。	是	1								
M11	M11-07	麦康凯琼脂	250g	瓶	133.00	国产	主要用途：用于分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌（如大肠埃希氏菌），并抑制革兰氏阳性菌的生长。 配方成分（每升）：蛋白胨/明胶胰酶水解物 17.0g 胨 3.0g 牛胆盐/脱氧胆酸钠 1.5-5.0g氯化钠 5.0g 琼脂 13.5-15.0g 乳糖 10.0g 中性红 0.025-0.03g 结晶紫 0.001g H值：7.1 ± 0.2 或 7.2 ± 0.2 (25℃)。 配制方法：称取本品 50.0g（以货号022143P1为例）或 55.0g（以货号022140为例），加入1000mL蒸馏水，加热搅拌至完全溶解，121℃高压灭菌15分钟后倾注平板。 质量控制：质控菌株：大肠埃希氏菌（应生长良好，菌落呈粉红色）、鼠伤寒沙门氏菌/乙型副伤寒沙门氏菌（应生长，菌落为无色）、金黄色葡萄球菌（生长应完全被抑制）。 执行标准：企业标准 Q/HKSJ 03，符合中国药典（ChP）、欧洲药典	是	1								
M11	M11-08	0.85%生理盐水	9ml/支×20	盒	110.00	国产	无菌即用型，配方成分（每升）：氯化钠：8.5g 纯化水/蒸馏水：1000mL 浓度：0.85% (w/v)。 pH值：维持中性渗透压（通常6.5-7.5，具体以产品说明为准）。 质量控制：生长率试验：用于样品稀释时，按GB4789.2-2022等标准，对大肠埃希氏菌ATCC25922、金黄色葡萄球菌ATCC6538等标准菌株，稀释前后菌落数变化不应超过±50%。 主要用途：用于微生物检测中的样品稀释、菌悬液制备等。	是	1								

M11	M11-09	改良克氏双糖铁培养基	250g/瓶	瓶	300.00	国产	主要用途：专用于 小肠结肠炎耶尔森氏菌 的鉴定的初步鉴定，可发酵糖类：山梨醇 (20.0g/L) 和 葡萄糖 (1.0g/L)及产生硫化氢的生化反应进行区分。 关键配方成分（每升）：蛋白胨 (20.0g)、牛肉膏/浸粉 (3.0g)、酵母膏/浸粉 (3.0g)、乳糖 (10.0g)、葡萄糖 (1.0g)、氯化钠 (5.0g)、柠檬酸铁铵 (0.5g)、硫代硫酸钠 (0.5g)、琼脂 (12.0g)、酚红 (0.025g)。 关键理化指标：最终pH值：7.4 ± 0.2 (25℃)。 质量控制（示例）：培养条件：36 ± 1℃ 培养 18-24 小时。 质控菌株与预期反应： - 大肠埃希氏菌ATCC 25922：生长良好，斜面/底层均变黄 (A/A)，产气，不产硫化氢 (H_2S-)。 - 奇异变形杆菌：生长良好，斜面红/底层黄 (K/A)，不产气，产硫化氢 (H_2S+)。 性能要求：接种适量质控菌株后，应支持其良好生长，并在规定时间内呈现清晰、正确的颜色变化、产气及硫化氢（变黑）反应。	是	1							
M11	M11-10	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）	250g/瓶	瓶	300.00	国产	主要用途：用于沙门氏菌的选择性增菌培养（依据GB 4789.4等标准）。 配方成分（每升）：蛋白胨 5.0g 乳糖 4.0g亚硒酸氢钠 4.0g（关键抑制剂）磷酸氢二钠 10.0gL-胱氨酸 0.01g（关键还原剂）。 关键理化指标：最终pH值：7.0 ± 0.2（25℃）。 质量控制：生长率：鼠伤寒沙门氏菌ATCC14028应生长良好（肉汤浑浊）。 选择性：大肠埃希氏菌ATCC25922、粪肠球菌ATCC29212等非目标菌生长应被显著抑制。 储存与保质期 储存：2-8℃，避光、干燥处保存。 保质期：未开封产品 3年。 执行标准 企业标准 Q/HKSJ 03。	是	1							
M11	M11-11	HE琼脂培养基	250g/瓶	瓶	245.00	国产	配方成分（每升）营养与碳源：蛋白胨 12.0g，牛肉膏粉 3.0g 可发酵糖类：乳糖 12.0g，蔗糖 12.0g，水杨素 2.0g 抑制剂：胆盐 20.0g，去氧胆酸钠 2.0g 硫化氢指示系统：硫代硫酸钠 6.8g，柠檬酸铁铵 0.8g pH指示剂：溴麝香草酚兰 0.064g，酸性复红 0.1g 其他：氯化钠 5.0g，琼脂 15.0g 最终pH值：7.5 ± 0.2。 质量控制 质控菌株与结果： • 生长率：鼠伤寒沙门氏菌（ATCC14028）应生长，PR≥0.5，菌落呈绿-蓝色有黑心；福氏志贺氏菌应生长，PR≥0.5，菌落呈绿-蓝色。 • 选择性：大肠埃希氏菌（ATCC25922）应受抑制，G值<5，菌落呈橙黄-橙红色有胆酸沉淀；粪肠球菌（ATCC29212）应基本不生长，G值≤1。 储存与保质期 储存条件：避光、干燥处保存。 保质期：未开封产品保质期通常为 3年。 执行标准 企业标准 Q/HKSJ 02-2011，首参考食品安全国家标准 GB	是	1							

M11	M11-12	弧菌显色培养基	90mm*10个	个	18.40	国产	包装规格：即用型 90mm 平皿 ×20 个 / 盒 核心用途：用于食品、水样等样本中弧菌的分离培养与初步显色鉴定，重点识别副溶血性弧菌 配方特性：含蛋白胨、酵母膏粉、10.0g/L 氯化钠（适配弧菌嗜盐性）、混合显色剂、特异性抑菌剂；最终 pH 9.0±0.2，适配弧菌碱性生长环境 物理指标：即用型平板为淡黄色均一质地，无杂质、无裂纹、无霉斑，凝固性良好；干粉型为淡黄色粉末，无结块 培养参数：需氧培养，培养温度 36±1℃，培养时间 18-24h，平板倒置培养 性能指标 显色特异性：副溶血性弧菌呈品红色菌落，霍乱弧菌 / 创伤弧菌呈绿 - 蓝绿色菌落，非目标弧菌多被抑制或呈无色 生长性能：质控菌株副溶血性弧菌 ATCC17802 生长率≥0.9，菌落清晰、大小均匀 选择性：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等非弧菌杂菌抑制率≥90% 保存要求：干粉型密封置于阴凉干燥处（2-8℃最佳）；即用型平板 2-8℃避光保存，严禁冻结 有效期：即用型平板≥6 个月（均为未开封、符合保存条件下） 质量控制：出厂经无菌性、pH、显色特异性、生长率全项检测，附产品质量检测报告，适配国标弧菌检测方法要求	是	1							
M11	M11-13	碱性蛋白胨增菌培养基	250g/瓶	瓶	119.00	国产	配方成分（每升）：蛋白胨 20.0g氯化钠 20.0g最终 pH 8.5±0.2 物理指标：淡黄色粉末，无结块、无杂质，流动性良好 制备与灭菌：称取 40g/L，加热溶解后 121℃高压灭菌；碱性蛋白胨水灭菌 15min，3% 氯化钠碱性蛋白胨水灭菌 10min 培养参数：需氧培养，36±1℃，增菌 6-8h，观察 18-24h 性能指标 生长性能：对应质控菌株（霍乱弧菌 / 副溶血性弧菌 ATCC17802）生长率≥0.9，增菌后肉汤均匀浑浊 选择性：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等非弧菌杂菌抑制率≥90% 保存要求：密封置于阴凉干燥处，2-8℃最佳，防潮防晒 有效期：未开封且符合保存条件下，有效期≥3 年 质量控制：出厂经无菌性、pH、生长率、选择性全项检测，附质量检测报告，适配国标弧菌增菌方法	是	1							
M11	M11-14	卡布运送培养基	250g/瓶	瓶	150.00	国产	配方成分（每升）：硫乙醇酸钠 1.5g、磷酸氢二钠 1.1g、氯化钠 5.0g、琼脂 5.0g、氯化钙 0.09g；最终 pH 8.4±0.2，提供还原环境与适宜渗透压。 物理指标：干粉为淡黄色粉末，无结块、无杂质，流动性好；即用型为淡黄色半固体，质地均匀，无杂质、无裂纹，凝固良好。 制备与灭菌（干粉型）：称取 12.7g/L，加热溶解后 121℃高压灭菌 15min，分装备用。 运送与保存性能：维持样品中目标菌活性，常温下可稳定保存与运送，适合现场采样后转运至实验室检测。 保存要求：干粉密封阴凉干燥（2-8℃更佳）；即用型 2-8℃避光保存，严禁冻结。 有效期：干粉≥3 年，即用型≥6 个月（未开封、符合保存条件）。 质量控制：出厂经无菌性、pH、目标菌存活稳定性检测，附检测报告，适配国标样品采集与运送规范	是	1							
M11	M11-15	亚碲酸钾（庆大霉素琼脂配套试剂）	2.5mg/支*10	盒	40.00	国产	用途：每支添加于2500ml亚碲酸盐肉汤培养基基础或4.5ml添加于100ml的亚碲酸钾血琼脂基础或取1ml此溶液添加于1000mL四号琼脂或取0.5ml添加于1000ml庆大霉素琼脂中或每支添加于250mlV-J琼脂培养基。 保存条件及保质期：2-8℃；保质期一年。 亚碲酸钾的作用：亚碲酸钾可抑制绝大部分的革兰氏阴性细菌，而大肠埃希氏菌O157菌、变形杆菌、霍乱弧菌对其耐受性强。在革兰氏阳性细菌中，葡萄球菌和白喉杆菌对其耐受性强，其他革兰氏阳性细	是	1							
M11	M11-16	营养琼脂	250g/瓶	瓶	144.00	国产	干粉	是	1							

M12	M12-01	人布鲁氏菌荧光偏振测定法（FPA）抗体检测试剂	200T/盒	T	145.00	国产	核心用途：定性检测人血清样本中布鲁氏菌抗体，用于布鲁氏菌病辅助诊断、流行病学调查与免疫效果评价 检测原理：基于荧光偏振技术，样本中抗体与 FITC 标记布鲁氏菌特异性抗原结合后，分子质量增大、自旋速率降低，荧光偏振值（mP）升高，通过△mP 值判定结果 组分： FITC 标记布鲁氏菌抗原，无色透明液体，无沉淀，4℃避光保存；5× 样品稀释液，含 Tris、NaCl、EDTA、表面活性剂，pH 7.2±0.2，提供稳定反应环境；阳性对照血清，已知高滴度布鲁氏菌抗体阳性血清，2-8℃保存；阴性对照血清，无布鲁氏菌抗体阴性血清，2-8℃保存 灵敏度：对布鲁氏菌抗体阳性样本检出率≥95%，可检测 IgG、IgM 等抗体类型。 特异性：与梅毒、结核、伤寒等血清无交叉反应，特异性≥98%。 精密度：批内与批间 CV≤10%，阴性对照 FP 值均＜170mP，阳性对照 FP 值≥200mP。 判定标准：△mP = 样品 FP 值－阴性对照平均 FP 值；△mP≥20mP 为阳性，＜20mP 为阴性。 试验成立条件：阴性对照△mP 绝对值均＜10mP，阳性对照 FP 值≥200mP，否则试验无效。 样品要求：人血清样本，无溶血、无乳糜、无细菌污染，2-8℃短期保存，-20℃长期保存。 仪器适配：荧光偏振仪（激发光 485nm，发射光 535nm），支持 96 孔板检测。 操作条件：室温（20-25℃）平衡 15-30 分钟，加样后室温反应 15 分钟检测。 制备与灭菌：成品试剂无需额外制备，组分经无菌处理，无外源污染。 保存与有效期：2-8℃避光保存，严禁冻结；未开封有效期 12 个月。 质量控制：出厂经无菌性、灵敏度、特异性、精密度检测，附合格报	是	1							
M13	M13-01	炭疽杆菌IgG抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒	96孔/盒	人份	21.00	国产	检测炭疽杆菌IgG抗体	是	1						
M13	M13-02	炭疽杆菌IgM抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒	96孔/盒	人份	21.00	国产	检测炭疽杆菌IgM抗体	是	1						
M13	M13-03	布病冻干阳性血清	10*1ml/盒	盒	4000.00	国产	包装规格：1ml / 支，10 支 / 盒（标准规格） 核心用途：用于布病虎红平板凝集试验、试管凝集试验等血清学检测的阳性对照，适用于人 / 动物布病抗体检测的质量控制与结果判定 适用标准：符合 GB/T 18646-2018《动物布鲁氏菌病诊断技术》、WS 269-2019《布鲁氏菌病诊断标准》等国标要求 原材料与制备：采用灭活布鲁氏菌菌液免疫健康绵羊 / 兔，采血分离血清，经灭活、冻干制备；冻干后为黄白色疏松团块，复溶后迅速溶解，无沉淀、无浑浊。 效价标准：凝集效价≥1:100（试管凝集），与布病虎红平板抗原反应呈强阳性（+++~++++），符合国家标准品效价要求。 复溶要求：每支加 1ml 灭菌生理盐水 / 稀释液，充分摇匀后快速溶解，复溶后血清澄清透明。 保存条件：2-8℃避光密封保存，严禁反复冻融；冻干状态下 8℃以下可延长保存期。 有效期：未开封且符合保存条件下，有效期≥18 个月；复溶后 2-8℃保存，48 小时内使用完毕。 质量控制：出厂经无菌性、效价、特异性检测，附合格检测报告；与阴性血清无交叉反应，特异性≥99%。 安全性：经严格灭活处理，无活菌污染，生物安全等级符合实验室安	是	1							

M13	M13-04	布病冻干阴性血清	10*1mL/盒	盒	3400.00	国产	检测布鲁氏菌阴性对照血清，保质期5年 包装规格：1ml / 支，10 支 / 盒（标准规格） 核心用途：用于布病虎红平板凝集试验、试管凝集试验等人 / 动物布病抗体检测的阴性对照，适配检测的质量控制与结果判定 适用标准：符合 GB/T 18646-2018《动物布鲁氏菌病诊断技术》、WS 269-2019《布鲁氏菌病诊断标准》等国标要求 原材料与制备：采用 SPF 级健康绵羊 / 兔，采血分离血清，经灭活、冻干制备；冻干后为黄白色疏松团块，无杂质，复溶后迅速溶解，无沉淀、无浑浊。 特异性标准：无布鲁氏菌抗体，与布病虎红平板抗原、试管凝集抗原均无凝集反应（-），与阳性血清无交叉反应，特异性≥99%。 复溶要求：每支加 1ml 灭菌生理盐水 / 稀释液，充分摇匀后快速溶解，复溶后血清澄清透明。 保存条件：2-8℃避光密封保存，严禁反复冻融；冻干状态下 8℃以下可延长保存期。 有效期：未开封且符合保存条件下，有效期≥18 个月；复溶后 2-8℃保存，48 小时内使用完毕。 安全性：经严格灭活处理，无活菌污染，生物安全等级符合实验室安全规范。 质量控制：出厂经无菌性、特异性、效价检测，附合格检测报告，适	是	1							
M13	M13-05	布鲁氏菌“R”型阳性血清	10*1mL/盒	盒	6000.00	国产	产品用途：用于定性检测布鲁氏菌的抗原，与粗糙型布鲁氏菌凝集用于布鲁氏菌病血清学检测（如试管凝集试验、虎红平板凝集试验等）的阳性对照、质量控制、方法学验证及实验室间比对，可特异性识别布鲁氏菌粗糙型（R型）抗原，区分S型与R型菌株感染/免疫反应 核心技术指标 血清型别：严格为布鲁氏菌R型阳性血清，不含S型特异性抗体，与布鲁氏菌S型抗原无交叉凝集反应（或凝集滴度≤1:20，符合国家/行业质控标准） 抗体效价：试管凝集试验（SAT）：与布鲁氏菌R型标准抗原反应，凝集效价≥1:1280（或按招标要求≥1:640/1:2560，可明确指定），效价稳定性符合批间差≤1个稀释度 虎红平板凝集试验（RBPT）：与布鲁氏菌R型虎红抗原反应，3分钟内出现肉眼可见的明显凝集（+++及以上），无假阳性、无延迟凝集 特异性：与布鲁氏菌R型标准株（如B. canis、B. ovis等R型代表株）抗原呈强阳性反应 与布鲁氏菌S型标准株（如B. abortus、B. melitensis、B. suis等S型代表株）抗原无凝集反应或仅呈微弱反应（滴度≤1:20） 与其他常见致病菌（如大肠杆菌、沙门氏菌、耶尔森菌O:9等）抗原无交叉凝集反应 纯度与性状：外观：澄清、淡黄色透明液体，无沉淀、无浑浊、无溶血、无异物 蛋白含量：符合血清质控标准，无杂蛋白污染 无菌性：经无菌检验，无细菌、真菌、支原体污染 溯源性与质控：采用国家/行业标准布鲁氏菌R型抗原免疫制备，可溯源至中国兽医药品监察所或国际布鲁氏菌标准血清（如WHO标准血清） 每批次均附完整检验报告，含效价、特异性、无菌性、稳定性等检测数据 批间差：同一厂家不同批次产品，效价波动≤1个稀释度，特异性一致	是	1							

M13	M13-06	双相血培养瓶（布鲁氏菌专用）	20瓶/箱	箱	700.00	国产	产品用途为专用于临床及实验室布鲁氏菌的分离培养 增菌检测，适用于血液、体液等样本中布鲁氏菌的快速培养与鉴定 可实现液相增菌与固相培养一体化，提高布鲁氏菌检出率 瓶体为无菌医用级透明材质，耐低温、耐震荡，密封塞采用防漏、防污染设计，无脱落、无渗漏风险 液相培养基为布鲁氏菌专用增菌培养基 配方适配布鲁氏菌生长特性，无选择性抑制作用，可促进布鲁氏菌快速增殖，对布鲁氏菌标准株无毒性 固相培养基为布鲁氏菌专用固体培养基 表面平整、无裂痕、无杂菌污染，与液相培养基成分匹配，可实现菌液自动转种，无需人工划线 双相体系协同性良好，液相增菌后菌体能自然扩散至固相培养基形成典型菌落，菌落形态清晰易辨识，无过度生长或抑制现象 培养性能为对布鲁氏菌标准株（包括羊种、牛种、猪种、犬种等）的检出率≥99%，最低检出限符合国家 / 行业布鲁氏菌检测标准，增菌培养时间符合行业规范，较常规培养无明显延长 特异性良好，对样本中常见杂菌（大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌等）具有适度抑制作用，不影响布鲁氏菌生长，无杂菌过度增殖干扰布鲁氏菌分离的情况 无菌性为经严格无菌检验，瓶内培养基、瓶体及密封系统无细菌、真菌、支原体等微生物污染 pH 值为培养基 pH 值稳定在布鲁氏菌最适生长范围，批间 pH 值波动≤0.2，有效期内 pH 值无显著变化 营养稳定性为有效期内培养基营养成分无降解，可保证布鲁氏菌持续生长，固相培养基无干裂、液化现象 保存条件为 2~8℃避光冷藏保存，严禁冷冻、高温及阳光直射，有效期自生产之日起≥12 个月，有效期内各项性能指标符合要求	是	1							
M13	M13-07	布病试管凝集抗原（粗糙型）	12mL/瓶	瓶	600.00	国产	检测犬种布鲁氏菌，每瓶可以60次试管凝集实验，保质期2年 产品用途：用于布鲁氏菌病血清学检测（如试管凝集试验、虎红平板凝集试验等）的阳性对照、质量控制、方法学验证及实验室间比对，可特异性识别布鲁氏菌粗糙型（R型）抗原，区分S型与R型菌株感染/免疫反应 二、核心技术指标 血清型别：严格为布鲁氏菌R型阳性血清，不含S型特异性抗体，与布鲁氏菌S型抗原无交叉凝集反应（或凝集滴度≤1:20，符合国家/行业质控标准） 抗体效价：试管凝集试验（SAT）：与布鲁氏菌R型标准抗原反应，凝集效价≥1:1280（或按招标要求≥1:640/1:2560，可明确指定），效价稳定性符合批间差≤1个稀释度 抗体效价：虎红平板凝集试验（RBPT）：与布鲁氏菌R型虎红抗原反应，3分钟内出现肉眼可见的明显凝集（+++及以上），无假阳性、无延迟凝集 特异性：与布鲁氏菌R型标准株（如B. canis、B. ovis等R型代表株）抗原呈强阳性反应 特异性：与布鲁氏菌S型标准株（如B. abortus、B. melitensis、B. suis等S型代表株）抗原无凝集反应或仅呈微弱反应（滴度≤1:20） 特异性：与其他常见致病菌（如大肠杆菌、沙门氏菌、耶尔森菌O:9等）抗原无交叉凝集反应 纯度与性状-外观：澄清、淡黄色透明液体，无沉淀、无浑浊、无溶血、无异物 纯度与性状-蛋白含量：符合血清质控标准，无杂蛋白污染 纯度与性状-无菌性：经无菌检验，无细菌、真菌、支原体污染 溯源性与质控：采用国家/行业标准布鲁氏菌R型抗原免疫制备，可溯源至中国兽医药品监察所或国际布鲁氏菌标准血清（如WHO标准血清） 溯源性与质控：每批次均附完整检验报告，含效价、特异性、无菌性、稳定性等检测数据	是	1							

M13	M13-08	炭疽杆菌(pagA基因、cap基因、rpoB基因)三重核酸检测试剂盒（探针法）	24、48人份/盒	人份	80.00	国产	1、-20±5℃冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 2、试剂盒包装规格：24T/盒、48T/盒。 3、试剂盒组成：预分装八联管（含PCR反应所需成分）、阴性对照、阳性对照、DNA提取液、说明书。 4、阴性对照、阳性对照可直接使用，无需参与核酸提5、操作简便，反应试剂已用八联管分装，加入模板后离心可以直接上机,有分装保存技术专利证书。 6、反应程序为： 50℃ 2min；95℃ 3min；95℃ 5sec，55℃ 30sec（单点采集荧光） 40个循环。PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。 7、所有DNA试剂盒反应程序要求一致可以同时在同一台PCR仪器上进行检测。 8、检测灵敏度不低于500 copies/mL。 9、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%。 10、开放性机型，适用于ABI系列仪器、Roche系列仪器等市面上99%的荧光PCR仪器。 11、细菌类荧光PCR产品有至少8家检测单位的应用证明。 12、沙门志贺双重试剂、伤寒甲型副伤寒试剂获得国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。 13、质量体系认证：通过ISO13485及ISO9001体系认证。可提供相应证明文件。	是	3							
M13	M13-09	炭疽杆菌抗原快速检测试剂（胶体金法）	10人份/盒	盒	1300.00	国产	• 产品用途：采用双抗体夹心胶体金免疫层析技术，体外定性检测人血清 / 血浆 / 全血、环境样本（土壤 / 水 / 污染物）、纯培养物中的炭疽杆菌特异性抗原，用于炭疽感染快速筛查、环境生物威胁监测、实验室疑似菌株快速鉴定，适配疾控应急、临床检验科、生物安全实验室等场景，无需大型仪器，现场快速出结果。 • 规格与组分：常用规格10 人份 / 盒（可定制 20T/50T）；完整组分含：胶体金检测卡（硝酸纤维素膜包被特异性捕获抗体 + 质控抗体）、样本稀释液、一次性滴管、说明书、质控品（阳性对照 + 阴性对照）；检测卡为独立铝箔袋密封，防潮避光。 • 核心性能指标： • 检测原理：双抗体夹心，胶体金标记抗炭疽杆菌特异性抗体，膜上固定捕获抗体与质控抗体，层析后形成可见红色条带。 • 检测下限：≤0.01mg/mL（或≤10^4 CFU/mL），对炭疽芽孢 / 繁殖体均有良好识别，与蜡样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌等近缘菌无交叉反应，特异性≥99%。 • 灵敏度：临床样本阳性符合率≥95%，环境样本阳性符合率≥90%；阴性符合率≥99%。 • 精密度：批内 / 批间 CV≤8%，条带显色均一，无假带 / 弱带干扰。 • 抗干扰：耐受血清中血红蛋白、脂血、黄疸，环境样本中泥沙、腐殖质、常见消毒剂残留（低浓度），不影响结果判读。 • 检测时长：加样后5-15 分钟判读，15 分钟后结果无效，无需孵育 / 离心 / 加热。 • 操作要求： • 样本处理：血清 / 血浆直接取 20μL；全血按 1:20 用稀释液混匀；环境样本取上清液 100μL；纯培养物挑取菌落制成菌悬液取 50μL。 • 操作步骤：撕开检测卡铝箔袋，平放桌面；用滴管吸取待测液，滴加 3-4 滴（约 100-150μL）于加样孔；静置 5-15 分钟观察结果。 • 结果判读：阳性（C 线 + T 线均显红色）；阴性（仅 C 线显红	是	1							

M13	M13-10	炭疽杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法）	10人份/盒	盒	1300.00	国产	产品用途：采用间接法胶体金免疫层析技术，体外定性检测人 / 哺乳动物（牛 / 羊 / 猪 / 马等）血清中抗炭疽杆菌荚膜特异性抗体，用于炭疽感染回顾性诊断、流行病学调查、疫苗免疫效果评估（区分自然感染与疫苗免疫，荚膜抗体为感染特异性标志），适配临床、疾控、兽医检测等场景。 规格与组分：常用规格10 人份 / 盒（可定制 20T/50T）；完整组分含：胶体金检测卡（硝酸纤维素膜包被炭疽荚膜抗原 + 质控抗原）、样本稀释液、一次性滴管、说明书、阳性质控（抗荚膜抗体阳性血清）、阴性质控（正常血清）。 核心性能指标： 检测原理：间接法，膜上固定炭疽荚膜抗原，胶体金标记 SPA（金黄色葡萄球菌蛋白 A），捕获样本中抗荚膜抗体，形成红色条带；感染后最早 3 天可检出，7 天后检出率显著升高。 特异性：与鼠疫、布鲁氏菌、土拉弗朗西斯菌等生物战剂 / 人畜共患病原体抗体无交叉反应，与其他芽孢杆菌抗体无交叉，特异性≥99%。 灵敏度：感染后血清阳性符合率≥96%，阴性符合率≥99%；可区分自然感染与无荚膜疫苗免疫（疫苗不产生荚膜抗体）。 精密度：批内 / 批间 CV≤8%，条带显色稳定，无非特异性条带。 抗干扰：耐受血清中溶血、脂血、黄疸、抗凝剂（EDTA / 肝素），不影响结果判读。 检测时长：加样后5-15 分钟判读，15 分钟后结果无效。 操作要求： 样本处理：人 / 动物血清 20μL，用稀释液按 1:20 稀释（20μL 血清 + 400μL 稀释液），混匀备用；血浆可替代血清，全血需分离血清后检测。 操作步骤：撕开检测卡铝箔袋，平放；滴加 3-4 滴（约 100-150μL）稀释后样本于加样孔；静置 5-15 分钟观察结果。 结果判读：阳性（C 线 + T 线均显红色）；阴性（仅 C 线显红色）；无效（C 线不显色，重测）。 储存与运输：	是	1							
M13	M13-11	布鲁氏菌Bk2噬菌体	10*1ml/盒	盒	6000.00	国产	一、产品用途 采用布鲁氏菌 Bk2 噬菌体（光滑型布氏菌特异性裂解噬菌体），用于布鲁氏菌属菌株的分型鉴定、菌种确认与流行病学溯源，适配疾控中心、兽医检测机构、生物安全实验室、科研院所等，可对分离培养的布鲁氏菌进行快速分型，区分光滑型牛种 / 猪种 / 羊种布鲁氏菌，为布病疫情监测、菌株溯源提供关键依据。 二、规格与组分 1. 常用规格：1mL / 管 ×10 管 / 盒（可定制 5mL / 管、20 管 / 盒等）； 2. 核心组分：Bk2 噬菌体悬液（无菌 SM 缓冲液体系）、阳性对照（标准光滑型布鲁氏菌菌株）、阴性对照（非布鲁氏菌对照菌株）、操作说明书、批次质检报告； 3. 包装：噬菌体悬液采用无菌冻存管密封，-20℃避光保存；外包装标注产品名称、规格、批号、生产日期、有效期、储存条件、生产厂家（青岛中创）。 三、核心性能指标 1. 噬菌体特性： o 宿主特异性：特异性裂解光滑型牛种、猪种布鲁氏菌，对粗糙型布鲁氏菌、非布鲁氏菌（大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、芽孢杆菌等）无裂解作用，分型特异性≥99%； o 效价（PFU/mL）：≥1×10⁹ PFU/mL，裂解活性稳定，噬斑清晰、大小均一（直径 1-3mm）； o 纯度：无菌、无核酸酶、无内毒素（内毒素≤0.01 EU/μL），无杂菌污染； o 稳定性：-20℃冻存效价下降≤10%/6 个月，反复冻融≤3 次不影响裂解活性。 2. 分型性能： o 分型准确性：与国际标准分型方法（噬菌体分型 + 生化鉴定）符合率≥99%； o 操作时长：菌液接种后18-24h观察噬斑结果，无需特殊仪器，普通培养箱即可完成；	是	1							

M13	M13-12	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（探针法）	50T/盒或48T/盒预分装	T	25.00	国产	一、产品用途 采用TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向鼠疫杆菌（鼠疫耶尔森菌）特异性核酸靶标，体外定性检测人全血 / 血清、啮齿动物脏器、媒介蚤、环境样本（土壤 / 气溶胶浓缩液）中的鼠疫杆菌核酸，用于鼠疫疑似病例快速确诊、疫源地监测、疫情溯源与应急处置，适配疾控中心、BSL-2/3 实验室、口岸检疫、兽医检测等场景，为甲类传染病鼠疫的早发现、早处置提供分子诊断依据。 二、规格与组分 常用规格：25T / 盒、48T / 盒、50T / 盒（可定制 100T / 盒）； 核心组分：2×PCR 预混液（含 Taq 酶、dNTP、Mg^{2+}、缓冲体系）、鼠疫杆菌特异性引物 - 探针混合液（单 / 双荧光通道）、阳性质控品（鼠疫杆菌重组质粒 / 灭活核酸）、阴性质控品（无关核酸 / TE 缓冲液）、内参质控品（人 / 动物管家基因，防样本抑制与提取失败）、说明书、批次质检报告； 包装：试剂采用无菌冻存管 / 八连管分装，-20℃避光密封；外包装清晰标注产品名称、规格、批号、生产日期、有效期、储存条件、生产厂家（青岛中创汇科生物科技有限公司）。 三、核心性能指标 检测原理：TaqMan 探针荧光定量 PCR，靶向鼠疫杆菌特异性基因（单靶标或 caf1/3a 双靶标），特异性强、灵敏度高，可实现快速定性检测； 特异性：与假结核耶尔森菌、小肠结肠炎耶尔森菌、大肠杆菌、沙门氏菌、布鲁氏菌、炭疽杆菌等近缘 / 常见病原体无交叉反应，特异性≥99.5%； 灵敏度：检测下限≤100 拷贝 / 反应（≤10 CFU / 反应），部分批次可达 500 copies/mL，对低载量样本、腐败样本（经核酸纯化）仍可稳定检出； 精密度：批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异小，荧光信号稳定，无非特异性扩增与引物二聚体干扰； 抗干扰：耐受样本中血红蛋白、脂血、黄疸、抗凝剂（EDTA / 肝素	是	1							
M13	M13-13	鼠疫杆菌（caf1、3a）双重核酸检测试剂盒（探针法）	50T/盒或48T/盒预分装	人份	50.00	国产	一、产品用途 采用双重荧光探针法 PCR 技术，靶向鼠疫杆菌（鼠疫耶尔森菌）**caf1（F1 荚膜抗原基因）与3a（染色体保守靶标基因）** 双靶标，体外定性检测人全血 / 血清、啮齿动物脏器、媒介蚤、环境样本（土壤 / 气溶胶浓缩液）中的鼠疫杆菌核酸，用于鼠疫疑似病例快速确诊、疫源地监测、疫情溯源与应急处置，适配疾控中心、BSL-2/3 实验室、口岸检疫、兽医检测等场景，为甲类传染病鼠疫的早发现、早处置提供分子诊断依据。 二、规格与组分 常用规格：48T / 盒、50T / 盒（可定制 24T/100T）； 核心组分：2×PCR 预混液（含 Taq 酶、dNTP、Mg^{2+}、缓冲体系）、caf1-3a 双重引物 - 探针混合液（FAM/HEX 双荧光通道）、阳性质控品（鼠疫杆菌重组质粒 / 灭活核酸，含双靶标）、阴性质控品（无关核酸 / TE 缓冲液）、内参质控品（人 / 动物管家基因，防样本抑制与提取失败）、说明书、批次质检报告； 包装：试剂采用无菌冻存管 / 八连管分装，-20℃避光密封；外包装清晰标注产品名称、规格、批号、生产日期、有效期、储存条件、生产厂家（青岛中创汇科生物科技有限公司）。 三、核心性能指标 检测原理：双靶标 TaqMan 探针荧光定量 PCR，caf1（FAM 通道）为鼠疫特异性毒力基因，3a（HEX 通道）为种属保守基因，双靶标同时阳性方可判定为鼠疫杆菌核酸阳性，避免单靶标假阳性； 特异性：与假结核耶尔森菌、小肠结肠炎耶尔森菌、大肠杆菌、沙门氏菌、布鲁氏菌、炭疽杆菌等近缘 / 常见病原体无交叉反应，特异性≥99.5%； 灵敏度：检测下限≤100 拷贝 / 反应（≤10 CFU / 反应），对低载量样本、腐败样本（经核酸纯化）仍可稳定检出； 精密度：批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异小，荧光信号稳定，无非特异性扩增与引物二聚体干扰； 抗干扰：耐受样本中血红蛋白、脂血、黄疸、抗凝剂（EDTA / 肝素 / 枸橼酸钠）、常见抑制剂（腐殖质、土壤杂质、乙醇残留），内	是	1							

M13	M13-14	人布鲁氏菌IgG抗体酶联免疫分析(ELISA)试剂盒	96T / 盒	盒	1750.00	国产	一、产品用途 采用间接 ELISA 法，体外定性 / 半定量检测人血清 / 血浆中布鲁氏菌特异性 IgG 抗体，用于布鲁氏菌病的辅助诊断、流行病学筛查、疫情监测、回顾性诊断及治疗效果评估，适配疾控中心、医院检验科、BSL-2 实验室、口岸检疫、兽医与人畜共患病监测等场景，为布鲁氏菌病（乙类传染病）的早发现、早干预提供血清学诊断依据。 二、规格与组分 常用规格：96T / 盒（可定制 48T / 盒）； 核心组分： 预包被布鲁氏菌重组抗原 96 孔酶标板（1 块，可拆条）； 样本稀释液、HRP 标记抗人 IgG 酶结合物、洗涤液（20× 浓缩液）、显色液（TMB）、终止液（2M H_2SO_4）； 阳性质控品（布鲁氏菌 IgG 阳性血清）、阴性质控品（健康人阴性血清）、临界值质控品（可选）； 说明书、批次质检报告、封板膜。 包装：试剂采用无菌试剂瓶 / 冻存管分装，2-8℃避光密封；外包装清晰标注产品名称、规格、批号、生产日期、有效期、储存条件、生产厂家（青岛中创汇科生物科技有限公司）。 三、核心性能指标 检测原理：间接 ELISA，固相包被布鲁氏菌特异性抗原，捕获样本中 IgG 抗体，经酶标二抗结合、TMB 显色，450nm（参考波长 620-630nm）测定 OD 值，定性 / 半定量判定结果； 特异性：与结核分枝杆菌、伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌、炭疽杆菌等常见病原体无交叉反应，特异性≥99%； 灵敏度：检测下限≤10 mIU/mL（或对应国际标准品可检出），对低滴度样本、恢复期样本仍可稳定检出； 精密度：批内 CV≤8%，批间 CV≤10%，OD 值变异小，背景低，无非特异性显色； 抗干扰：耐受样本中溶血（Hb≤5g/L）、脂血（TG≤20mmol/L）、黄疸（TBIL≤342μmol/L）、常见抗凝剂（EDTA / 肝素 / 枸橼酸钠），内源性干扰物影响小；	是	1								
M13	M13-15	布氏琼脂平板	90mm*5块/包	包	30.00	国产	产品用途：专为布鲁氏菌属菌株（牛种、羊种、猪种等）研发的选择性固体培养基，用于临床样本、动物样本、环境样本中布鲁氏菌的分离、纯化、培养及菌落形态鉴定，同时可用于布鲁氏菌的传代培养与活菌计数，适配疾控中心、BSL-2 实验室、兽医检测机构、人畜共患病监测实验室等场景，满足布鲁氏菌病疫情监测与菌株溯源的培养需求。 规格参数：平板直径为 90mm 标准规格，培养基填充量 20±2mL / 块，厚度均匀无薄边；包装规格为 5 块 / 包、10 块 / 包（真空独立密封包装），可根据需求定制 40mm 小规格平板、20 块 / 包等规格；每包附产品批次信息卡，标注生产批号、生产日期、有效期、质控结果。 配方与理化特性：培养基含蛋白胨、酵母提取物、牛肉浸粉、淀粉、氯化钠、琼脂等核心成分，蛋白胨与酵母提取物提供氮源、维生素及生长因子，淀粉兼具能源供给与解毒作用，氯化钠维持渗透压平衡，琼脂为优质凝固剂；培养基 pH 值稳定在 6.8±0.2（25℃），无酸碱偏差；成品为乳白色半透明固体，质地均匀、凝固性好，无结块、无浑浊、无沉淀及肉眼可见杂质。 核心性能指标：营养成分充足，对布鲁氏菌属菌株生长支持率≥99%，培养后菌落形态典型（圆形、光滑、湿润、无色半透明、边缘整齐），便于菌落鉴定；无选择性抑制作用，不影响布鲁氏菌的正常生长繁殖，培养 18-24h 可长出清晰可见菌落，48h 菌落大小均匀，无过度蔓延；纯度达标，无杂菌污染，无菌检验结果为阴性，无真菌、细菌等外源微生物污染；稳定性良好，2-8℃保存条件下，培养基无脱水、干裂、收缩、液化现象，菌落生长效果无衰减。 生产与质控要求：采用无菌化车间全自动灌装、灭菌、成型，全程百级洁净度控制，经 121℃高压蒸汽灭菌处理，灭菌彻底无死角；每批次产品均进行无菌性、促生长能力、pH 值、外观形态等质控检测，同时用布鲁氏菌标准菌株（ATCC 标准株）进行适用性验证，附完整批次质检报告，确保产品质量均一；平板表面干燥光滑、无气泡、无划痕、无霉点，边缘无破损、无漏液，密封无漏气。 操作要求：使用前将平板从 2-8℃环境取出，平衡至室温（20-	是	1								

M13	M13-16	布鲁氏菌Tb噬菌体	10*1ml/盒	盒	5800.00	国产	产品用途：专为布鲁氏菌属菌株分型鉴定研发的特异性裂解噬菌体靶向裂解粗糙型布鲁氏菌菌株，可与 Bk2 等布鲁氏菌分型噬菌体联合使用，实现布鲁氏菌属光滑型 / 粗糙型菌株的精准分型鉴定，同时可用于布鲁氏菌疑似菌株的菌种确认、疫源地分离菌株的流行病学溯源，适配疾控中心、BSL-2 实验室、兽医检测机构、人畜共患病监测实验室等场景，满足布鲁氏菌病疫情监测与菌株分型的实验需求。 规格与组分：核心为布鲁氏菌 Tb 噬菌体悬液，标准规格 1mL / 管，每盒 10 管装，可根据需求定制 5mL / 管、20 管 / 盒等规格；配套提供阳性对照（标准粗糙型布鲁氏菌菌株悬液）、阴性对照（非布鲁氏菌标准菌株悬液）、SM 缓冲液（噬菌体稀释与保存用）、中英文操作说明书及批次完整质检报告；噬菌体悬液采用无菌冻存管密封包装，配套试剂独立分装，外包装为防压避光材质。 噬菌体核心生物学特性：宿主特异性强，仅特异性裂解粗糙型布鲁氏菌菌株，对光滑型布鲁氏菌（牛种、羊种、猪种等）、大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、炭疽杆菌、鼠疫杆菌等常见病原体及近缘菌无裂解作用，分型特异性≥99%；噬菌体效价稳定，初始效价≥1×10^9 PFU/mL，效价检测以噬斑形成单位为判定标准；噬斑形态清晰、大小均一，直径 1-3mm，无融合斑、杂斑；纯度达标，经无菌检测、核酸酶检测、内毒素检测均为合格，无杂菌污染、无核酸酶残留，内毒素含量≤0.01 EU/μL，无外源污染物影响噬菌体裂解活性。 核心性能指标：分型准确性高，与国际标准布鲁氏菌噬菌体分型方法符合率≥99%，可精准区分粗糙型与光滑型布鲁氏菌；裂解活性稳定，在 37℃、pH6.5-8.0 的常规实验条件下，裂解活性无显著衰减，耐受布鲁氏菌培养常用培养基（布氏琼脂、布氏肉汤）成分，不影响噬斑形成；精密度良好，批内、批间噬斑形成效果一致性高，效价变异系数 CV≤8%；检测操作周期短，待测菌液接种后，37℃培养 18-24h 即可观察噬斑结果，无需特殊仪器，常规微生物培养箱即可完成实验。 操作要求：待测样本为纯培养的布鲁氏菌分离株，需新鲜培养 18-24h 并将菌液浓度调至 0.5 麦氏浊度，确保菌液活性；实验前将噬	是	1							
M13	M13-17	布鲁氏菌单项特异血清“A”	10*1ml/盒	盒	5800.00	国产	产品用途：为布鲁氏菌分型鉴定专用诊断血清，含抗布鲁氏菌 A 抗原特异性抗体，用于体外玻片凝集试验、试管凝集试验，对布鲁氏菌属菌株进行血清型精准分型鉴定，可区分牛种、羊种、猪种等布鲁氏菌不同血清型，同时可用于疑似布鲁氏菌菌株的菌种确认、疫源地分离菌株的流行病学溯源，适配疾控中心、BSL-2 实验室、兽医检测机构、人畜共患病监测实验室等场景，满足布鲁氏菌病疫情监测与菌株分型的诊断需求。 规格与组分：标准规格 1mL / 管，每盒 5 管 / 10 管装，可根据需求定制 2mL / 管、20 管 / 盒等规格；核心组分为布鲁氏菌 A 抗原特异免疫血清，配套提供使用说明书、批次质检报告，含效价、特异性、无菌性等关键质控指标检测结果；血清采用无菌冻存管密封包装，管体标注清晰的产品名称、规格、批号、效价等信息，外包装为防压、避光、防潮材质。 核心性能指标：抗体特异性强，仅与布鲁氏菌 A 抗原发生特异性凝集反应，与非布鲁氏菌（大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、炭疽杆菌、鼠疫杆菌等）、布鲁氏菌非 A 抗原菌株无交叉凝集，特异性≥99%；凝集效价稳定，玻片凝集试验效价≥1:160，试管凝集试验效价≥1:640，效价检测符合布鲁氏菌诊断血清国家质控标准；批内、批间效价变异系数 CV≤5%；凝集反应效果良好，与阳性菌株反应时，可快速形成肉眼可见、大小均一的凝集块，凝集边界清晰，无絮状沉淀、无假凝集现象，反应时间≤2min（玻片凝集）；无菌性达标，经严格无菌检测，无细菌、真菌等外源微生物污染，无支原体、衣原体残留；理化稳定性良好，在规定储存条件下，抗体活性无显著衰减，无浑浊、沉淀、絮状物等变质现象。 理化与生物学特性：血清为澄清透明液体，无溶血、无脂血、无肉眼可见杂质；pH 值稳定在 7.2±0.2（25℃），适配常规凝集试验的理化环境；含适量防腐剂与稳定剂，无叠氮钠等对后续实验有干扰的成分，不影响菌株活性与后续培养鉴定；抗体耐热性良好，短期室温放置（≤25℃，4h 内）抗体活性无衰减，适配现场快速检测操作。 操作要求：适配玻片凝集、试管凝集两种常规试验方法，操作前将血清从低温环境取出，平衡至室温（20-25℃）后使用，可按实验需求	是	1							

M13	M13-18	布鲁氏菌单项特异血清“M”	10*1ml/盒	盒	5800.00	国产	产品用途：为布鲁氏菌分型鉴定专用诊断血清，含抗布鲁氏菌 M 抗原特异性抗体，用于体外玻片凝集试验、试管凝集试验，对布鲁氏菌属菌株进行血清型精准分型鉴定，可区分牛种、羊种、猪种等布鲁氏菌不同血清型，与布鲁氏菌单项特异血清 “A” 联合使用可实现布鲁氏菌血清型的精准判定，同时可用于疑似布鲁氏菌菌株的菌种确认、疫源地分离菌株的流行病学溯源，适配疾控中心、BSL-2 实验室、兽医检测机构、人畜共患病监测实验室等场景，满足布鲁氏菌病疫情监测与菌株分型的诊断需求。 规格与组分：标准规格 1mL / 管，每盒 5 管 / 10 管装，可根据需求定制 2mL / 管、20 管 / 盒等规格；核心组分为布鲁氏菌 M 抗原特异免疫血清，配套提供使用说明书、批次质检报告，含效价、特异性、无菌性等关键质控指标检测结果；血清采用无菌冻存管密封包装，管体标注清晰的产品名称、规格、批号、效价等信息，外包装为防压、避光、防潮材质。 核心性能指标：抗体特异性强，仅与布鲁氏菌 M 抗原发生特异性凝集反应，与非布鲁氏菌（大肠杆菌、沙门氏菌、葡萄球菌、炭疽杆菌、鼠疫杆菌等）、布鲁氏菌非 M 抗原菌株无交叉凝集，特异性≥99%；凝集效价稳定，玻片凝集试验效价≥1:160，试管凝集试验效价≥1:640，效价检测符合布鲁氏菌诊断血清国家质控标准；批内、批间效价变异系数 CV≤5%；凝集反应效果良好，与阳性菌株反应时，可快速形成肉眼可见、大小均一的凝集块，凝集边界清晰，无絮状沉淀、无假凝集现象，反应时间≤2min（玻片凝集）；无菌性达标，经严格无菌检测，无细菌、真菌等外源微生物污染，无支原体、衣原体残留；理化稳定性良好，在规定储存条件下，抗体活性无显著衰减，无浑浊、沉淀、絮状物等变质现象。 理化与生物学特性：血清为澄清透明液体，无溶血、无脂血、无肉眼可见杂质；pH 值稳定在 7.2±0.2（25℃），适配常规凝集试验的理化环境；含适量防腐剂与稳定剂，无叠氮钠等对后续实验有干扰的成分，不影响菌株活性与后续培养鉴定；抗体耐热性良好，短期室温放置（≤25℃，4h 内）抗体活性无衰减，适配现场快速检测操作。 操作要求：适配玻片凝集、试管凝集两种常规试验方法，可与布鲁氏	是	1							
M13	M13-19	布病虎红平板凝集抗原（光滑型）	12mL/瓶	瓶	600.00	国产	检测牛羊猪种布鲁氏菌，每瓶可以做400次虎红平板凝集实验，保质期2年 • 产品用途：采用布鲁氏菌光滑型标准菌株制备的虎红平板凝集专用抗原，用于体外虎红平板凝集试验，定性检测人、动物血清 / 血浆中的布鲁氏菌光滑型抗体，适用于布鲁氏菌病的大规模流行病学筛查、疑似病例初筛、畜禽布病检疫及疫情监测，适配疾控中心、医院检验科、BSL-2 实验室、兽医检测机构、口岸检疫等场景，为布病早筛提供快速、便捷的血清学检测依据，可与后续确证试验配套使用。 • 规格与组分：标准规格 1mL / 管、5mL / 管，每盒 5 管 / 10 管装，可根据需求定制 2mL / 管、20 管 / 盒等规格；核心组分为布鲁氏菌光滑型虎红平板凝集抗原悬液、含虎红染色剂及专用稳定剂，配套提供中英文操作说明书、批次质检报告，含凝集效价、特异性、无菌性等关键质控指标检测结果；抗原采用无菌冻存管密封包装，管体清晰标注产品名称、规格、型别、生产批号、效价等信息，外包装为防压、避光、防潮材质。 • 核心性能指标：抗原特异性强，仅与布鲁氏菌光滑型抗体发生特异性凝集反应，与结核分枝杆菌、伤寒沙门氏菌、大肠杆菌等常见病原体抗体无交叉凝集，特异性≥99%；凝集效价稳定，与布病阳性标准血清的凝集效价≥1:160，批内、批间效价变异系数 CV≤5%，符合布病虎红平板凝集抗原国家质控标准；凝集反应快速，室温条件下与阳性血清反应≤2 分钟即可形成肉眼可见的红色凝集块，凝集边界清晰、无絮状沉淀、无假凝集现象，阴性血清反应后呈均匀红色悬液，结果易判读；灵敏度良好，可检出低滴度布病光滑型抗体，阳性检出符合率≥98%，无漏检情况；无菌性达标，经严格无菌检测，无细菌、真菌等外源微生物污染，无支原体、衣原体残留。 • 理化与生物学特性：抗原为均匀的红色混悬液，无分层、无沉淀、无凝块、无肉眼可见杂质，虎红染色均匀，久置后轻摇即可恢复均一状态；pH 值稳定在 6.2±0.2（25℃），适配常规虎红平板凝集试验的理化环境；含专用稳定剂与防腐剂，无叠氮钠等对实验有干扰的成分，不影响凝集反应效果，且能有效保持抗原活性；室温短期放	是	1							

M13	M13-20	布病虎红平板凝集抗原（粗糙型）	12mL/瓶	瓶	600.00	国产	• 检测犬种布鲁氏菌，每瓶可以做400次虎红平板凝集实验，保质期2年 产品用途：采用布鲁氏菌粗糙型标准菌株制备的虎红平板凝集专用抗原，用于体外虎红平板凝集试验，定性检测人、动物血清 / 血浆中的布鲁氏菌粗糙型抗体，适用于布鲁氏菌粗糙型菌株感染的诊断、流行病学筛查、疫源地粗糙型菌株感染监测及布病菌株分型辅助检测与光滑型虎红平板凝集抗原联合使用，可实现布鲁氏菌光滑型 / 粗糙型抗体的区分检测，适配疾控中心、BSL-2 实验室、兽医检测机构、人畜共患病监测实验室等场景，为布病精准诊断与菌株溯源提供血清学依据。 • 规格与组分：标准规格 1mL / 管、5mL / 管，每盒 5 管 / 10 管装，可根据需求定制 2mL / 管、20 管 / 盒等规格；核心组分为布鲁氏菌粗糙型虎红平板凝集抗原悬液 含虎红染色剂及专用稳定剂，配套提供中英文操作说明书、批次质检报告，含凝集效价、特异性、无菌性等关键质控指标检测结果；抗原采用无菌冻存管密封包装，管体清晰标注产品名称、规格、型别、生产批号、效价等信息，外包装为防压、避光、防潮材质。 • 核心性能指标：抗原特异性强，仅与布鲁氏菌粗糙型抗体发生特异性凝集反应，与布鲁氏菌光滑型抗体、其他常见病原体抗体无交叉凝集，特异性≥99%；凝集效价稳定，与布病粗糙型阳性标准血清的凝集效价≥1:160，批内、批间效价变异系数 CV≤5%，符合布病虎红平板凝集抗原国家质控标准；凝集反应快速，室温条件下与阳性血清反应≤2 分钟即可形成肉眼可见的红色凝集块 凝集边界清晰、无絮状沉淀、无假凝集现象，阴性血清反应后呈均匀红色悬液 结果易判读；灵敏度良好，可检出低滴度布病粗糙型抗体，阳性检出符合率≥98%，无漏检情况；无菌性达标，经严格无菌检测，无细菌、真菌等外源微生物污染，无支原体、衣原体残留。 • 理化与生物学特性：抗原为均匀的红色混悬液，无分层、无沉淀、无凝块、无肉眼可见杂质，虎红染色均匀，久置后轻摇即可恢复均一状态；pH 值稳定在 6.2±0.2（25℃），适配常规虎红平板凝集试验的理化环境；含专用稳定剂与防腐剂，无叠氮钠等对实验有干扰	是	1								
M13	M13-21	布鲁氏菌选择性琼脂平板	90mm*5块/包	包	220.00	国产	产品用途：专为布鲁氏菌属菌株分离、纯化与培养研发的选择性固体培养基，添加特异性抑菌成分，可有效抑制临床、动物、环境样本中的杂菌生长，仅支持布鲁氏菌（光滑型 / 粗糙型）的正常生长繁殖，适用于含菌量低、杂菌污染严重样本中布鲁氏菌的分离筛查 菌落纯化及形态鉴定，适配疾控中心、BSL-2 实验室、兽医检测机构、人畜共患病监测实验室等场景，满足布病疫源地监测、菌株溯源的专属培养需求。 规格参数：平板采用 90mm 标准直径规格，培养基填充量 20±2mL / 块，厚度均匀无薄边、无缺角；包装规格为 5 块 / 包、10 块 / 包，均采用真空独立密封包装，可根据实验需求定制 40mm 小规格平板、20 块 / 包等规格；每包附批次信息卡，清晰标注生产批号、生产日期、有效期、抑菌效果及促生长能力质控结果。 配方与理化特性：基础配方含蛋白胨、牛肉浸粉、酵母提取物、淀粉、氯化钠、优质琼脂等成分，为布鲁氏菌提供充足氮源、维生素、生长因子及稳定的渗透压环境，淀粉兼具能源供给与解毒作用；精准添加特异性抑菌剂组合，抑菌成分无布鲁氏菌抑制作用，仅针对革兰氏阳性菌、杂菌性革兰氏阴性菌、真菌等常见污染菌发挥抑菌效果；培养基成品 pH 值稳定在 6.8±0.2（25℃），无酸碱偏差；外观为乳白色半透明固体，质地均匀、凝固性好，无结块、无浑浊、无沉淀及肉眼可见杂质，表面干燥光滑、无气泡、无划痕。 核心性能指标：促生长能力优异，对布鲁氏菌属各菌种（牛种、羊种、猪种，光滑型 / 粗糙型）生长支持率≥99%，培养 18-24h 可长出典型菌落，48h 菌落大小均匀、形态清晰，无过度蔓延，菌落呈圆形、光滑 / 粗糙、湿润、无色半透明状，便于形态鉴定；抑菌效果显著，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、沙门氏菌、霉菌、酵母菌等常见污染菌的抑制率≥99%，可有效减少杂菌竞争，实现低载量布鲁氏菌的高效分离；无菌性达标，经严格无菌检测，无细菌、真菌等外源微生物污染，无支原体、衣原体残留；稳定性良好，2-8℃储存条件下，培养基无脱水、干裂、收缩、液化、抑菌成分失效等现象，布鲁氏菌培养效果无衰减。 生产与质控要求：生产全程在百级洁净度无菌化车间完成，采用全自	是	1								

M13	M13-22	布病试管凝集抗原（光滑型）	12mL/瓶	瓶	500.00	国产	检测牛羊猪种布鲁氏菌，每瓶可以60次试管凝集实验，保质期2年 • 产品用途：采用布鲁氏菌光滑型标准菌株制备的试管凝集专用抗原，用于体外试管凝集试验，定性及半定量检测人、动物血清 / 血浆中的布鲁氏菌光滑型特异性抗体，适用于布鲁氏菌病的临床辅助诊断、疫情监测、畜禽布病检疫确证及流行病学调查，亦可用于布病患者治疗效果的血清学动态监测，适配疾控中心、医院检验科、BSL-2实验室、兽医检测机构、口岸检疫等场景，为布病精准诊断提供标准化血清学检测依据。 • 规格与组分：标准规格 1mL / 管、5mL / 管，每盒 5 管 / 10 管装，可根据实验需求定制 2mL / 管、20 管 / 盒等规格；核心组分为布鲁氏菌光滑型试管凝集抗原悬液，含专用稳定剂与抑菌剂，配套提供中英文操作说明书、批次完整质检报告，报告包含凝集效价、特异性、无菌性、稳定性等关键质控指标检测结果；抗原采用无菌冻存管密封包装，管体清晰标注产品名称、规格、型别、生产批号、凝集效价等信息，外包装为防压、避光、防潮材质，有效保护抗原活性。 • 核心性能指标：抗原特异性极强，仅与布鲁氏菌光滑型抗体发生特异性凝集反应，与结核分枝杆菌、伤寒沙门氏菌、大肠杆菌、葡萄球菌等常见病原体抗体无交叉凝集，与布鲁氏菌粗糙型抗体无交叉反应，特异性≥99%；凝集效价稳定达标，与布病光滑型阳性标准血清的试管凝集效价≥1:1280，批内、批间效价变异系数 CV≤5%，完全符合布病试管凝集抗原国家质控标准；凝集反应效果良好，与阳性血清反应后可形成清晰、均匀的凝集块，凝集层次分明，无絮状沉淀、无假凝集现象，阴性血清反应后呈均匀浑浊状态，结果易判读；检测灵敏度高，可精准检出低滴度布鲁氏菌光滑型抗体，阳性检出符合率≥98.5%，无漏检情况；无菌性检测合格，经严格的无菌培养检测，无细菌、真菌等外源微生物污染，无支原体、衣原体残留，确保实验无外源污染干扰。 • 理化与生物学特性：抗原为均匀的乳白色混悬液，无分层、无沉淀、无凝块、无肉眼可见杂质，久置后轻摇即可快速恢复均一状态，不影响使用效果；pH 值稳定在 6.4±0.2（25℃），适配试管凝集	是	1							
M13	M13-23	抗人免疫球蛋白血清（Coomb`s）	10*0.5mL/盒	盒	5205.00	国产	用于检测布鲁氏菌不完全抗体。	是	1							
M14	M14-01	无菌液体石蜡	100ml/瓶	瓶	166.60	进口	100ml/瓶，无菌即用 主要用途：覆盖液体培养基，用于厌氧培养 配方成分：石蜡 执行标准：Q/HK 0709 微生物检测配套试剂 储存条件：室温保存 保质期：三年	是	1							
M14	M14-02	API 20NE鉴定试条（非发酵菌鉴定）	25条/盒	条	90.00	进口	产品用途：专用于非发酵革兰氏阴性杆菌的生化鉴定，可完成对临床常见非发酵 G - 杆菌的精准分型与鉴定，满足微生物实验室常规检测需求。 组成规格：每盒含配套试条、反应试剂、比色卡、操作说明书，试条为一次性使用，单条含 20 个独立反应孔，预装冻干生化底物，规格为≥25 条 / 盒。 性能指标：可鉴定≥30 种常见非发酵 G - 杆菌，鉴定符合率≥98%（与标准菌株比对）；反应孵育时间≤48h，35-37℃恒温孵育即可，无需特殊培养条件；底物稳定性良好，在规定储存条件下有效期≥18 个月。 操作要求：试条为自含式设计，加样便捷，无需额外配制大量基础培养基；可配合半自动 / 全自动微生物鉴定仪使用，也可人工判读，判读结果清晰，无交叉反应。	是	1							
M14	M14-03	API 20A	20条/盒	条	140.00	进口	产品用途：用于临床厌氧菌的生化鉴定，涵盖革兰氏阳性、革兰氏阴性厌氧菌，适配微生物实验室厌氧菌常规检测场景。 组成规格：每盒含一次性使用鉴定试条、配套显色试剂、厌氧培养辅助试剂、判读标准手册，试条含 20 个预装冻干底物的反应孔，规格为≥25 条 / 盒。 性能指标：可鉴定≥40 种临床常见厌氧菌，鉴定准确率≥97%；需在严格厌氧环境（厌氧罐 / 厌氧工作站）中 35-37℃孵育，孵育时间≤48h；底物无漏液、吸潮现象，反应结果显色明显，易判读。 适配性：可与常规厌氧培养设备匹配，人工判读即可完成鉴定，也可兼容同品牌微生物鉴定分析系统，实现结果数字化记录。	是	1							

M14	M14-04	API 20E 肠杆菌科G-杆菌鉴定试剂盒	25条/盒	条	120.00	进口	产品用途：专用于肠杆菌科革兰氏阴性杆菌的生化鉴定，可对临床分离的肠杆菌科菌株进行快速、精准的菌种鉴定，满足临床微生物检测、流行病学调查等需求。 组成规格：试剂盒含一次性鉴定试条、配套生化反应试剂、阳性对照菌株（可选）、比色卡、操作流程手册，试条为 20 孔设计，预装冻干型特异性底物，规格为≥25 条 / 盒，试剂为即用型，无需提前配制。 性能指标：可鉴定≥50 种肠杆菌科常见 G - 杆菌，鉴定符合率≥99%（参照 CLSI 标准）；35-37℃恒温孵育，孵育时间 18-24h 即可完成反应；无假阳性、假阴性现象，不同菌株间无交叉反应。 操作特性：试条加样口设计合理，避免加样时交叉污染；人工判读操作简便，也可适配同品牌全自动 / 半自动微生物鉴定仪，支持数据导出与 LIS 系统对接。 储存运输：2-8℃避光冷藏储存，运输过程保持 2-8℃冷链，避免高温、暴晒，产品有效期≥18 个月，开封后试剂在规定条件下可稳定使用≥30 天。 质量认证：具备国家药品监督管理局医疗器械注册证，符合 ISO 9001、ISO 13485 质量管理体系标准，提供厂家出具的批次检测报	是	1							
M14	M14-05	API 20NE非发酵G-杆菌鉴定试剂盒	10测试 / 盒	条	180.00	进口	产品用途：针对非发酵革兰氏阴性杆菌的专用鉴定试剂盒，适用于临床分离的铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等常见非发酵 G - 杆菌的菌种鉴定，满足临床微生物实验室检测需求。 组成规格：试剂盒含一次性 20 孔鉴定试条、冻干生化底物、配套显色剂、增菌液、判读比色卡、操作说明书，试条为独立包装，规格≥25 条 / 盒，配套试剂为定量即用型，无需稀释。 性能指标：可鉴定≥35 种临床常见非发酵 G - 杆菌，鉴定准确率≥98%；35-37℃孵育，孵育时间 24-48h，部分菌株可实现 24h 快速鉴定；反应结果显色清晰，无背景干扰，判读阈值明确。 适配性：支持人工肉眼判读和同品牌微生物鉴定分析系统自动判读；自动判读可生成标准化鉴定报告，支持数据存储与追溯；试条可与常规微生物培养皿、恒温培养箱匹配使用，无需专用设备。 储存要求：2-8℃冷藏保存，避光、防潮，冷链运输，未开封产品有效期≥18 个月，配套试剂开封后 2-8℃保存可稳定使用≥45 天。 质量要求：产品无菌检验、灵敏度检验、特异性检验均符合国家标准；提供产品注册证明文件、厂家质量保证书及每批次的检验合格报告。	是	1							
M14	M14-06	API Staph葡萄球菌和微球菌鉴定试剂盒	25测试 / 盒	条	130.00	进口	产品用途：专用于葡萄球菌属和微球菌属菌株的生化鉴定，可区分金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌及微球菌等，适配临床微生物实验室、食品微生物检测等场景。 组成规格：试剂盒含一次性鉴定试条、预装冻干特异性底物、配套反应试剂、凝固酶检测辅助试剂、判读标准卡、操作手册，试条含≥20 个反应孔，规格为≥25 条 / 盒，试剂为独立分装，即用型。 性能指标：可鉴定≥25 种葡萄球菌和≥5 种微球菌，鉴定符合率≥98%；35-37℃孵育，孵育时间≤24h，可实现快速鉴定；能准确区分凝固酶阳性 / 阴性葡萄球菌，特异性≥99%。 操作特点：试条设计贴合微生物操作规范，加样后无渗漏；人工判读步骤简单，结果判定标准清晰，也可兼容同品牌半自动鉴定仪，降低人工误差。 。	是	1							

M14	M14-07	API CAMPY 弯曲菌鉴定试剂条	12测试 / 盒	条	320.00	进口	产品用途：用于临床弯曲菌属菌株的生化鉴定，涵盖空肠弯曲菌、结肠弯曲菌等常见致病性弯曲菌，满足临床肠道病原菌检测、微生物分型鉴定需求。 组成规格：每盒含一次性弯曲菌专用鉴定试条、冻干生化底物、配套显色试剂、微需氧培养辅助试剂、判读比色卡、操作说明书，试条为一次性使用，含≥10 个反应孔，规格≥25 条 / 盒。 性能指标：可鉴定≥8 种临床常见弯曲菌，鉴定准确率≥97%；需在微需氧环境（5% O2、10% CO2、85% N2）35-37℃孵育，孵育时间≤48h；反应结果特异性强，无杂菌干扰，显色明显易判读。 适配性：可与常规微需氧培养设备（微需氧罐、微需氧培养箱）匹配使用，纯人工操作即可完成鉴定，无需专用仪器，适合各级实验室使用。 储存条件：2-8℃冷藏避光保存，冷链运输，未开封产品有效期≥18 个月，配套试剂开封后需在规定时间内使用完毕，不可反复冻融。 质量标准：产品经无菌、灵敏度、特异性检测合格，符合临床微生物检测试剂	是	1							
M14	M14-08	API加样滴管	400支/箱（独立包装）	支	3.00	进口	产品用途：专为 API 系列鉴定试条 / 试剂盒配套设计，用于微生物鉴定检测过程中菌液、试剂等样本的精准加样操作，适配 API 20NE、API 20A、API 20E、API Staph、API CAMPY 及 ATB Rapid ID 32 A 等全系列 API 鉴定产品，满足临床微生物实验室标准化加样需求。 规格参数：为一次性使用无菌加样滴管，适配 API 试条反应孔尺寸，吸液端为细口设计，加样精准无滴漏；满足 API 系列产品加样量要求；滴管管身刻度清晰、耐磨，无模糊、脱落现象，便于目视核对加样量。 材质要求：采用医用级聚丙烯（PP）材质制成，材质无异味、无毒性，化学稳定性强，不与菌液、生化试剂、显色剂等发生反应，无溶出物污染样本；管身韧性良好，不易弯折、破损，吸液端柔软贴合试条加样口，避免刮擦试条造成底物脱落。 无菌与包装：产品经环氧乙烷（EO）灭菌处理，无菌保证水平（SAL）≤10^{-6}，无细菌、真菌等微生物污染；单支独立密封包装，外包装为防菌、防潮材质，每盒规格≥1000 支，包装上标注清晰的产品名称、规格、灭菌日期、有效期、生产批号、生产厂家等信息。 操作特性：滴管吸液、排液顺畅，无回吸、挂液现象，加样时液体可精准滴入试条反应孔中心，不沾壁、不溢孔，避免交叉污染；管身设计符合人体工学，握持舒适，操作便捷，适配实验室常规移液操作流程，无需额外培训。 储存与有效期：常温（15-25℃）干燥、避光、通风处储存，避免高温、潮湿、暴晒及重压；运输过程无特殊温度要求，防止外包装破损即可；未开封产品自生产之日起有效期≥24 个月，供货时剩余保质期≥18 个月，开封后尽快使用，避免无菌环境失效。 适配性：为 API 系列产品原厂配套耗材，与各型号 API 鉴定试条加样口完美匹配，无规格不符、加样困难等问题，也可兼容同类型微生物鉴定试条常规加样操作。 质量标准：产品符合国家医疗器械耗材相关标准、ISO 13485 医疗器械质量管理体系标准及医用一次性无菌耗材生产规范；厂家提供产品灭菌检测报告、无菌检验报告、批次质量合格证明，进口产品需提	是	1							

M14	M14-09	微需氧袋	20片/袋	片	24.00	进口	产品用途：专为梅里埃 API CAMPY 弯曲菌鉴定试剂条及其他微需氧菌（如弯曲菌属、螺杆菌属等）培养配套，用于快速构建稳定微需氧培养环境（O_2 5%±1%、CO_2 10%±1%、N_2 85%±2%），无需专用培养箱 / 厌氧罐，适配临床微生物实验室、疾控中心等微需氧菌分离、鉴定与药敏试验前培养，满足弯曲菌等苛养微需氧菌标准化培养需求。 规格参数：一次性使用产气袋，单袋适配标准 2.5L/3.5L 密封培养罐（或对应规格密封培养袋）；每盒规格≥10 袋，配套专用氧气指示剂（≥10 支 / 盒），指示剂可实时监测袋内氧浓度变化，变色阈值清晰（有氧呈蓝色 / 紫色，微需氧 / 无氧呈粉红色 / 无色）；产气袋为独立密封包装，无漏粉、破损，指示剂为独立无菌包装，避免污染。 性能指标：产气启动后 30 分钟内达到目标微需氧气体浓度，稳定维持≥72 小时（满足弯曲菌常规培养周期）；产气均匀，无局部浓度差异，无有害副产物释放，不抑制菌株生长；与梅里埃 API CAMPY 等鉴定试剂条兼容，不干扰生化反应与显色判读；对弯曲菌等目标菌株生长支持率≥99%（与标准微需氧培养箱比对），无假阴性、无杂菌污染风险。 操作要求：操作极简，无需加水、无需通电、无需专业培训；将产气袋与培养物、氧气指示剂一同放入密封培养罐 / 袋，密封后即可启动产气；产气过程无明火、无高压、无有毒气体释放，符合实验室生物安全规范；适配常规密封培养罐 / 袋，无需额外购置专用设备。 材质与安全：产气袋采用食品级 / 医用级复合膜材质，气密性强，耐穿刺、耐挤压，无气体泄漏；产气组分安全无毒，符合医用耗材安全标准；氧气指示剂采用无毒显色剂，无腐蚀性、无挥发性，不污染培养物与环境。 储存与有效期：储存条件为常温（15-25℃）干燥、避光、通风处，避免高温（＞30℃）、潮湿、暴晒及冷冻（＜0℃）；运输过程无特殊冷链要求，防止外包装破损、袋体挤压即可；未开封产品自生产之日起有效期≥24 个月，供货时剩余保质期≥18 个月；开封后立即使用，产气袋不可二次储存，指示剂开封后按说明书储存并在有效期	是	1							
M14	M14-10	Qubit 1X dsDNA HS Assay Kit	100assay	盒	1200.00	进口	产品用途：专为赛默飞世尔 Qubit 系列荧光定量仪配套设计，采用高灵敏度（HS）荧光比色法对双链 DNA（dsDNA）进行精准定量检测，适用于微量、痕量 dsDNA 样本定量，适配分子生物学实验室、基因检测实验室、科研院所等场景，满足二代测序（NGS）、PCR、克隆、文库构建、核酸纯化质控等实验对 dsDNA 准确定量的需求，可有效区分 dsDNA 与 ssDNA、RNA，无非特异性结合干扰。 组成规格：试剂盒为即用型 1X 配方，无需提前稀释配制，含 Qubit 1X dsDNA HS 检测试剂、dsDNA 标准品（2 个梯度，含高浓度、低浓度标准品，均为预制即用型）、操作说明书；检测试剂为避光瓶装，标准品为独立分装冻干粉 / 即用型液体，试剂盒规格为≥100 次反应 / 盒、≥200 次反应 / 盒可选，满足不同实验通量需求，试剂与标准品均为无菌无酶（DNase/RNase-free、protease-free）处理。 性能指标 检测范围：对 dsDNA 的定量检测线性范围为10 pg/μL - 100 ng/μL，低至 10 pg/μL 的痕量样本可实现精准定量，检测下限≤10 pg/μL，定量结果与样本体积无显著关联（适配 1-20 μL 样本加样量）。 准确性与精密度：定量结果准确度≥95%，批内变异系数（CV）≤5%，批间变异系数（CV）≤8%；与紫外分光光度法相比，可排除蛋白、RNA、游离核苷酸、去污剂等杂质干扰，定量结果更精准。 特异性：仅与双链 DNA 特异性结合，对 ssDNA、RNA 的交叉反应率≤1%，对蛋白、酚类、乙醇、Tris、EDTA 等常见实验试剂无响应，无背景荧光干扰。 反应特性：室温（20-25℃）孵育即可完成反应，孵育时间≤2 分钟，无需恒温设备，孵育后可直接上 Qubit 荧光定量仪检测，检测耗时≤10 秒 / 样本。 操作要求：试剂盒为 1X 即用型，无繁琐配制步骤，加样后简单混匀即可孵育，操作流程适配常规分子生物学实验规范；样本需求量少，仅需 1-20 μL 即可完成检测，有效节省珍贵样本；检测试剂荧光稳定性良好，孵育后 30 分钟内荧光信号无显著衰减，可批量	是	1							

M14	M14-11	Qubit™ 检测管	500个/箱	盒	1263.00	进口	• 产品用途：为赛默飞世尔 Qubit 系列荧光定量仪原厂配套耗材，专用于 Qubit™ ssDNA、dsDNA、RNA 等各类核酸检测试剂盒的荧光定量检测，适配样本与检测试剂的孵育、上样检测全流程，满足分子生物学实验室核酸微量定量的无菌、无酶操作需求。 • 规格参数：为一次性使用荧光检测专用管，适配 Qubit 系列仪器检测卡槽尺寸，管身规格为 0.5mL 微量离心管设计；每包≥100 支、每盒≥500 支可选，单支独立包装 / 整包无菌包装可选；管身带清晰刻度标识，加样体积可视，适配 10-200 μL 加样量需求，加样误差≤±1μL。 • 材质要求：采用高透光度医用级聚丙烯（PP）材质制成，光学透光性优异，无荧光背景干扰，不吸收检测荧光信号，保证定量结果精准性；材质化学稳定性强，不与核酸检测试剂、荧光染料发生反应，无溶出物污染样本；经无菌无酶（DNase/RNase-free、protease-free）处理，无 DNA、RNA、蛋白酶残留及内毒素污染。 • 结构设计：管身韧性良好，不易弯折、破损，管盖为防漏卡扣式设计，旋紧后密封性能优异，孵育过程无漏液、挥发现象；管口为光滑圆口设计，适配常规移液枪头，加样顺畅无挂液、无滴漏，避免样本浪费；管底为平底 / 圆底设计，完美贴合 Qubit 仪器检测卡槽，无晃动、卡滞现象，保证检测过程稳定性。 • 无菌与包装：经环氧乙烷（EO）灭菌处理，无菌保证水平（SAL）≤10^{-6}，无细菌、真菌等微生物污染；包装为防菌、防潮、避光材质，独立包装产品单支密封，整包产品为真空无菌密封，外包装标注清晰的产品名称、规格、灭菌日期、生产批号、有效期、生产厂家等信息。 • 操作特性：管身设计符合人体工学，握持、旋盖便捷，适配实验室常规移液、孵育操作流程；无需额外处理，开封后可直接使用，检测完成后可按常规生物耗材处理，无特殊回收要求。 • 储存与有效期：常温（15-25℃）干燥、避光、通风处储存，避免高温、潮湿、暴晒、重压及有机溶剂接触；运输过程无特殊温度要求，防止外包装破损即可；未开封产品自生产之日起有效期≥24 个月，供货时剩余保质期≥18 个月；开封后尽快使用，避免无菌无酶	是	1							
M14	M14-12	Qubit™ ssDNA 检测试剂盒	1 kit	盒	1377.00	进口	产品用途：为赛默飞世尔 Qubit 系列荧光定量仪原厂配套试剂，采用荧光比色法实现对单链 DNA（ssDNA）的特异性精准定量，可有效区分 ssDNA 与 dsDNA、RNA，排除蛋白、游离核苷酸、去污剂等杂质干扰，适配分子生物学实验室、基因检测实验室、科研院所等场景，满足核酸纯化质控、单链探针制备、体外转录、噬菌体展示等实验对 ssDNA 样本的定量需求。 组成规格：试剂盒为即用型配方，无需提前稀释配制，含 Qubit™ ssDNA 检测试剂、ssDNA 梯度标准品（至少 2 个浓度梯度，预制即用型，无额外配制步骤）、中英文操作说明书；所有组分均经无菌无酶（DNase/RNase-free、protease-free）处理，无内毒素污染；试剂盒规格为≥100 次反应 / 盒、≥200 次反应 / 盒可选，检测试剂为避光防漏瓶装，标准品为独立分装，满足不同实验通量需求。 性能指标：定量检测线性范围适配微量 ssDNA 样本检测，检测下限≤100 pg/μL，定量上限≥1 μg/μL；定量结果准确度≥95%，批内变异系数（CV）≤5%，批间变异系数（CV）≤8%；仅与单链 DNA 特异性结合，对 dsDNA、RNA 的交叉反应率≤1%，无背景荧光干扰；室温（20-25℃）孵育即可完成反应，孵育时间≤2 分钟，孵育后荧光信号 30 分钟内无显著衰减，可批量处理样本后统一检测。 操作要求：样本需求量少，仅需 1-20 μL 即可完成定量检测，有效节省珍贵实验样本；操作流程简单，加样混匀后直接孵育，无需恒温设备，孵育后可直接上 Qubit 系列仪器检测，单样本检测耗时≤10 秒，适配常规分子生物学实验操作规范。 适配性：原厂配套适配 Qubit 2.0、Qubit 3.0、Qubit 4.0、Qubit Flex 等全系列 Qubit 荧光定量仪，可直接调用仪器内置专属检测程序，无需手动设置参数；支持仪器数据自动记录、导出，可对接实验室数据管理系统（LIMS），同时兼容赛默飞同品牌荧光定量检测平台。 储存与运输：检测试剂需 2-8℃避光冷藏储存，标准品按说明书要求 2-8℃冷藏或 - 20℃冷冻储存，严禁反复冻融；全程冷链运输，保持 2-8℃运输温度，避免剧烈震荡、挤压及强光照射；未开封产品在规定储存条件下有效期≥12 个月，供货时剩余保质期≥8 个	是	1							

M14	M14-13	麦氏比浊管	（含0.5、1、2、3、4、5等不同浓度管）	支	157.20	进口	（含0.5、1、2、3、4、5等不同浓度管）	是	1							
M15	M15-01	DNA染色液4s green	100ul	支	92.00	国产	100ul	是	1							
M16	M16-01	霍乱弧菌01/0139群核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	50.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							
M16	M16-02	钩端螺旋体核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	25.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							

M16	M16-03	沙眼衣原体/淋病奈瑟球菌/解脲脲原体核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	90.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	1							
M16	M16-04	耐药铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	25.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							

M16	M16-05	伯氏疏螺旋体核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	25.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							
M16	M16-06	立克次体通用型核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	27.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							

M16	M16-07	鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	25.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							
M16	M16-08	嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	25.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							

M16	M16-09	土拉弗朗西斯菌核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	30.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							
M16	M16-10	恙虫病东方体核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	30.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	3							

M16	M16-11	沙眼衣原体核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	30.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	1							
M16	M16-12	淋病奈瑟球菌核酸检测试剂盒	25/50人份/盒	人份	25.00	国产	1)样品种类：血液、尿液、脑脊液、鼠肝、脾、肾组织、粪便、呕吐物、鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、培养物、肛拭、食品、水、鼻炎抽取物、呼吸道抽取物、肺组织活检样本等样品。 2)适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3)检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对病原体设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现病原体的检测。 4)主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 5)反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 6)反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”），整个反应时间在70分钟内完成。 7)结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8)最低检测限：500copies/mL。 9)特异性：对病原体各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10)公司资质：拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 11)质量控制：通过ISO13485认证；提供质量检测合格报告。 12)保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，有效期12个月。 3、适用领域 广泛适用于疾控系统、第三方医学检验中心、分子生物学实验等常规	是	1							

M17	M17-01	QIAamp DNA Mini Kit(250)	50T/盒	T	40.00	进口	• 产品用途：采用硅胶膜离心柱纯化技术，实现各类样本中基因组 DNA 的快速、高效提取与纯化，提取的 DNA 纯度高、完整性好，无蛋白、RNA、酚类、去污剂等杂质污染，满足 PCR、实时荧光定量 PCR、二代测序（NGS）、基因分型、Southern 印迹、酶切反应等分子生物学实验需求，适配临床检验实验室、基因检测实验室、科研院所等场景。 • 组成规格：试剂盒为 250 次提取规格，含 QIAamp 硅胶膜离心柱、2mL 收集管、裂解缓冲液、结合缓冲液、洗涤缓冲液（1&2）、洗脱缓冲液、蛋白酶 K（预制即用型）、RNase A（可选配，无酶污染型）、中英文操作说明书；所有缓冲液为预制即用型配方，无需额外稀释配制，离心柱与收集管为一次性无菌设计，蛋白酶 K 与 RNase A 独立密封避光包装，各组分足量配套，满足 250 次完整提取操作，无额外耗材补充需求。 • 核心性能指标 • 提取效率：对不同样本的 DNA 提取回收率≥90%，全血样本（200μL）可提取 DNA 量≥5μg，组织样本（25mg）可提取 DNA 量≥3μg，提取效率稳定，批间差异小。 • 产物纯度：提取的 DNA OD260/OD280 比值在 1.7-1.9 之间，OD260/OD230 比值≥1.8，无蛋白、多糖、酚类等抑制剂残留，可直接用于各类酶促反应与核酸检测，无需额外纯化。 • 操作效率：单样本全程提取耗时≤30 分钟，可批量处理样本，无需酚 / 氯仿抽提、乙醇沉淀等繁琐步骤，无有毒有机溶剂使用，实验操作更安全。 • 样本适配性：支持微量样本（低至 10μL 全血、5mg 组织）与常规样本提取，样本处理量灵活，裂解缓冲液可高效裂解各类细胞与组织，无裂解不充分现象。 • 操作要求：操作流程简单，仅需离心、加样、洗涤、洗脱四个核心步骤，适配常规台式离心机（转速≥13000×g），无需专用提取设备；离心柱为防漏设计，加样与洗涤过程无液体渗漏、挂壁现象，洗脱液可精准收集，无样本浪费；蛋白酶 K 裂解反应室温 / 56℃均可进行，无需长时间恒温孵育，降低实验操作难度。	是	1							
M17	M17-02	QIAamp DNA Blood Mini kit DNA提取试剂盒	50人份/盒	人份	40.00	进口	产品用途：专为血液样本（新鲜全血、冻存全血、抗凝全血，适配 EDTA、枸橼酸钠、肝素等常见抗凝剂处理样本）设计，采用硅胶膜离心柱纯化技术，实现血液中白细胞基因组 DNA 的高效、特异性提取与纯化，提取的 DNA 无血红蛋白、抗凝剂、蛋白、RNA 等杂质干扰，完整性好、纯度高，可直接用于 PCR、实时荧光定量 PCR、NGS 文库构建、基因检测、亲子鉴定、HLA 分型等实验，适配临床血液检验实验室、基因检测机构、司法鉴定实验室、科研院所等场景。 组成规格：试剂盒含 QIAamp 血液专用硅胶膜离心柱、2mL 无菌收集管、血液专用裂解缓冲液（含红细胞裂解液、白细胞裂解液）、结合缓冲液、洗涤缓冲液（1&2）、洗脱缓冲液、预制即用型蛋白酶 K、RNase A（标配，无酶污染）、中英文操作说明书；试剂盒规格为 50 次 / 盒；所有缓冲液为即用型，无需额外配制，蛋白酶 K 与 RNase A 独立避光密封包装，离心柱与收集管为一次性无菌无酶设计。 核心性能指标 提取效率：适配 200μL 常规抗凝全血样本，单次提取可获得5-10μg 高纯度基因组 DNA，提取回收率≥90%；支持 50-500μL 血液样本灵活上样，提取效率无显著差异，微量血样（50μL）提取 DNA 量≥1μg，满足珍贵样本检测需求。 产物纯度：提取的 DNA OD260/OD280 比值稳定在 1.7-1.9，OD260/OD230 比值≥1.8，无血红蛋白、肝素、EDTA 等 PCR 抑制剂残留，无需额外纯化即可直接用于各类酶促反应与核酸检测，无扩增抑制现象。 抗干扰能力：可有效去除血液中血红蛋白、胆红素、脂类等干扰物质，对高脂血、溶血、黄疸血样仍保持稳定的提取效率与纯度，无提取失败或产物污染情况。 操作效率：单样本全程提取耗时≤25 分钟，无需酚 / 氯仿抽提、乙醇沉淀，可批量处理样本，实验流程简化，降低人工操作成本。 操作要求：针对血液样本优化操作流程，先通过红细胞裂解液特异性去除红细胞，再裂解白细胞释放 DNA，步骤简洁，无需专业高技能人员；仅需常规台式高速离心机（≥13000×g），无需专用提取设	是	1							

M17	M17-03	100bp DNA Ladder	50次/支	支	125.00	国产	产品用途：专为琼脂糖凝胶电泳 DNA 片段大小鉴定与定量分析设计，作为分子生物学实验中的标准分子量参照物，适配 PCR 产物、酶切产物、核酸片段纯化产物等各类双链 DNA 片段的大小判定、浓度估算，满足基因克隆、核酸检测、分子诊断、科研实验等场景的凝胶电泳分析需求，适配各级分子生物学实验室、基因检测实验室、科研院所常规及高通量电泳实验。 产品规格：为预制型 DNA 分子量标准，含10 条清晰可辨的 DNA 条带，片段大小依次为 100bp、200bp、300bp、400bp、500bp、600bp、700bp、800bp、900bp、1000bp，其中 500bp 条带为高亮度参考条带，便于快速目视定位与条带比对；试剂盒规格为 50 次上样量 / 管，无需额外稀释，直接上样即可，满足不同实验通量需求。 组成特性：为即用型预制液，已添加 loading buffer（上样缓冲液）和荧光染料，染料为高灵敏度核酸染色剂，无毒性、无致突变性，染色效果稳定；无需单独添加上样缓冲液和电泳染色剂，上样后直接进行琼脂糖凝胶电泳，电泳结束后可直接在紫外凝胶成像系统下观察，简化实验操作步骤；产品为无菌无酶（DNase/RNase-free）处理，无核酸酶污染，避免 DNA 片段降解。 核心性能指标 条带特性：各条带分子量精准，与理论值偏差≤±2%，条带边缘清晰、无拖尾、无弥散，条带间分离度良好，无重叠现象；500bp 高亮度条带信号强度显著高于其他条带，作为内参可快速判定片段大小，减少比对误差。 定量特性：各条带 DNA 含量均一（除 500bp 参考条带外），可通过条带亮度对比，对样本中 DNA 片段进行半定量分析，定量估算偏差≤±10%，满足常规实验半定量需求。 稳定性：在常规电泳条件下（1×TAE/TBE 缓冲液，1%-2% 琼脂糖凝胶，电压 5-10V/cm），条带迁移率稳定，不同电泳设备、不同琼脂糖浓度下条带分离效果一致，无条带偏移、变形。 上样兼容性：适配 1%-2% 浓度琼脂糖凝胶电泳，兼容 1×TAE、1×TBE 等常规电泳缓冲液，与各类琼脂糖凝胶耗材匹配，无特异性要求。	是	1							
M17	M17-04	6×Loading Buffer	5 ×1ml	包	30.00	国产	产品用途：专为核酸琼脂糖凝胶电泳实验配套设计，作为 DNA/RNA 样本上样缓冲液，兼具样本浓缩、电泳示踪、染色辅助功能，适配 PCR 产物、酶切产物、核酸提取产物、DNA Ladder 等各类核酸样本的凝胶电泳上样操作，满足分子生物学实验室基因克隆、核酸检测、分子诊断、科研实验等常规及高通量电泳需求，兼容各类琼脂糖凝胶与常规电泳缓冲液。 产品规格：为 6 倍浓缩型即用型缓冲液，无需额外稀释配制，直接与核酸样本按体积比 1:5 混合即可使用；产品为无菌无酶（DNase/RNase-free、protease-free）处理，无核酸酶污染，避免样本中 DNA/RNA 降解。 组成特性：含高浓度蔗糖类密度增强剂、两种不同迁移率的示踪染料（溴酚蓝、二甲苯青 FF）、EDTA 螯合剂及稳定剂，无毒性、无致突变性荧光辅助成分；密度增强剂可将核酸样本浓缩至凝胶加样孔底部，避免样本扩散，提高上样准确性；双示踪染料可实时监测电泳进程，无需额外添加其他示踪试剂；EDTA 可螯合金属离子，抑制核酸酶活性，有效保护核酸样本完整性。 核心性能指标 浓缩效果：与核酸样本混合后可快速实现样本浓缩，无样本漂浮、扩散现象，上样后条带聚焦性好，无拖尾、弥散，加样孔无残留。 示踪特性：溴酚蓝在 1% 琼脂糖凝胶中迁移率与约 300bp 双链 DNA 相当，二甲苯青 FF 与约 4000bp 双链 DNA 相当，两种染料迁移界限清晰，可精准指示电泳进程，避免核酸条带跑出凝胶，染料无褪色、扩散过快现象，电泳全程示踪稳定。 兼容性：适配 0.8%-2% 浓度琼脂糖凝胶电泳，兼容 1×TAE、1×TBE 等常规电泳缓冲液，与天根生化及其他品牌 DNA Ladder、核酸样本、核酸染色剂无相互作用，不干扰核酸条带的观察与定量分析。 保护性能：EDTA 螯合能力强，可有效抑制样本中残留核酸酶活性，室温下混合样本后可稳定保存≥4h，4℃下可稳定保存≥24h，避免核酸样本在电泳前降解，满足批量样本处理需求。 理化稳定性：在规定储存条件下，缓冲液无分层、浑浊、变色现象，	是	1							

M17	M17-05	溶菌酶	1ml/支	支	34.00	国产	产品用途：为分子生物学实验专用溶菌酶，通过水解细菌细胞壁的肽聚糖骨架实现革兰氏阳性菌高效裂解，适配细菌基因组 DNA/RNA 提取、质粒提取、细菌蛋白提取等实验，可配合裂解缓冲液使用，适用于大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌等常见菌株的破壁处理，满足临床微生物检测、基因克隆、科研实验等场景的细菌样本前处理需求，适配各级分子生物学实验室、微生物实验室常规操作。 产品规格：液体型溶菌酶，单管规格为1mL / 管，为即用型预制液，无需额外稀释、配制；产品经无菌无酶（DNase/RNase-free、protease-free）处理，无核酸酶、蛋白酶残留。 核心性能指标 酶活效价：酶活性≥20000 U/mL（以溶壁微球菌为底物，标准条件下测定），酶活稳定，批间差异≤5%，可快速实现细菌细胞壁裂解，25-37℃孵育 10-30 分钟即可完成常规细菌样本破壁。 裂解效率：对革兰氏阳性菌裂解率≥99%，可有效配合后续离心、纯化步骤释放胞内核酸 / 蛋白，与天根生化各类核酸提取试剂盒搭配使用时，不影响后续提取效率与产物纯度。 特异性：仅作用于细菌细胞壁肽聚糖，对真核细胞无裂解作用，对 DNA/RNA、蛋白质无降解、修饰作用，不影响后续酶促反应（PCR、酶切、反转录等）与蛋白检测结果。 理化特性：pH 适用范围 6.0-8.0，最适 pH 6.5-7.5；温度适用范围 20-40℃，最适温度 37℃，在常规实验条件下酶活保持稳定，与 Tris-HCl、EDTA 等常见缓冲液兼容，无沉淀、失活现象。 组成与特性：为高纯度溶菌酶液体制剂，已添加专用酶稳定剂、防腐剂，无甘油、叠氮钠等对后续实验有干扰的成分；制剂为澄清透明液体，无浑浊、沉淀、絮状物，易与各类裂解缓冲液混匀，无分层现象；无菌处理，无细菌、真菌等微生物污染，避免样本交叉污染。 操作要求：操作简便，直接按实验比例加入细菌样本悬液 / 裂解体系中即可，推荐添加量为 1%-5%（v/v），无需额外调整体系 pH、温度（常规实验条件即可）；孵育过程无需震荡，静置孵育即可实现高效裂解，适配常规离心管、培养管等容器，与移液设备匹配性好，加样无挂液、滴漏。	是	1							
M18	M18-01	脑膜炎奈瑟氏菌核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）[通用型]	50人份/盒	盒	1500.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现脑膜炎奈瑟氏菌通用型的定性检测。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为包含脑膜炎奈瑟氏菌通用型检测靶序列重组质粒（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含括脑脊液、抗凝全血、瘀点瘀斑、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	是	1							
M18	M18-02	脑膜炎奈瑟氏菌A群、B群、C群核酸三重检测试剂盒（实时荧光PCR法）	50人份/盒	盒	3700.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现脑膜炎奈瑟氏菌A群、B群和C群核酸的定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为包含脑膜炎奈瑟氏菌A群、B群、C群的检检测靶序列重组质粒（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含括脑脊液、抗凝全血、瘀点瘀斑、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	是	1							

M19	M19-01	金黄色葡萄球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	″1、本试剂盒用于样本痰、尿液、粪便等样本及增菌液中金黄色葡萄球菌的定性检测 2、适用仪器：试剂适用于天隆、Bio-Rad CFX96、ABI7500、Roche480、上海宏石 SLAN-96 等主流荧光PCR仪 ★3、反应体系：试剂预分装，无需加酶，总体系≤25μL，核酸上样量≤5μL 4、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）≤5% ▲5、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原体无交叉反应。 6、理论扩增反应时间 ≤ 70 分钟 7、质量控制：试剂盒内含阴性对照及阳性对照 8、储存和有效期：在-20±5℃下保存有效期≥12 月，到货后有效期≥10个月 ▲9、试剂盒生产厂家具有生产许可证，通过ISO13485及ISO9001体系认证″	是	1							
M19	M19-02	百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	90.00	国产	• 产品用途：采用预分装荧光 PCR（TaqMan 探针法）技术，定性检测人鼻咽拭子、咽拭子样本中百日咳鲍特菌、副百日咳鲍特菌、霍氏鲍特菌核酸，适用于百日咳及相关鲍特菌感染的临床辅助诊断，流行病学监测与实验室筛查工作，适配各级医疗机构临床检验科、疾控中心、第三方医学检验所等检测机构，可兼容实验室常规核酸提取后上机检测的标准流程。 • 产品规格与预分装特性：试剂盒提供 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒两种规格可选，为全预分装反应体系设计，反应液、引物探针、酶、缓冲液等所有 PCR 反应相关组分均已提前分装至 PCR 反应管 / 板中，无需实验人员手动配制反应混合液，仅需加入核酸模板即可直接上机检测。试剂盒完整包含预分装 PCR 反应管 / 板、阳性对照、阴性对照、内标对照、操作说明书，其中阳性对照为含三种靶标假病毒 / 质粒的混合液，阴性对照为无菌无酶水，内标对照为人源管家基因，可全程监控样本采集、核酸提取、PCR 扩增全流程的抑制情况，每盒均配套内质控、阴性质控、阳性质控三重质控组分，全程规避假阴性、假阳性结果，保障检测结果的可靠性。 • 核心检测性能指标：检测靶标基因选取各菌株保守特异性片段，其中百日咳鲍特菌靶向ptxP/bp485基因、副百日咳鲍特菌靶向IS1001基因、霍氏鲍特菌靶向IS481/hlyA基因；采用三重独立荧光通道设计，各通道荧光信号互不干扰，适配多通道荧光 PCR 仪使用；检测下限（LOD）单靶标≤500 copies/mL，或≤10 copies / 反应，三重靶标同时检测时灵敏度无下降；检测特异性优异，与肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、支原体、衣原体、军团菌、结核分枝杆菌等常见呼吸道病原体无交叉反应，可与支气管鲍特菌等其他鲍特菌明确区分；检测符合率高，阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；精密度良好，批内、批间变异系数（CV）均≤5%，Ct 值变异≤0.5；抗干扰能力强，可耐受痰液、鼻咽分泌物中血红蛋白、黏液、抗凝剂等常见抑制剂，确保内标正常扩增；扩增效率高，标准 PCR 程序全程耗时≤60 分钟，含预变性及 40 个扩增循环，适配快速荧光 PCR 仪的快速程序耗时≤40 分钟。 • 引物探针与反应体系特性：配套三重靶标特异性 TaqMan 探针，	是	3							

M19	M19-03	肺炎链球菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向肺炎链球菌种属保守特异性基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、全血等临床样本中的肺炎链球菌核酸，适用于肺炎链球菌所致社区获得性肺炎、医院获得性肺炎、中耳炎、侵袭性肺炎链球菌病的临床辅助诊断、呼吸道感染病原体筛查及疫情监测，适配各级医疗机构临床检验科、呼吸科实验室、疾控中心、第三方医学检验所等场景，为呼吸道感染精准诊疗提供快速分子诊断依据，支持批量检测与应急快速检测。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，可定制 24 人份 / 盒；为全预分装反应体系，PCR 反应液、特异性引物探针、Taq 酶、UNG 酶、dNTP、缓冲体系等均预分装至 PCR 反应管 / 8 联管，仅需加入核酸模板即可上机，减少人为误差。配套阳性质控品（肺炎链球菌重组质粒 / 灭活核酸）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品，三重质控全程监控样本采集、提取、扩增全流程，规避假阴性、假阳性。 核心性能指标：靶向肺炎链球菌保守基因片段，无种内变异漏检；单一荧光通道，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应）；特异性≥99.5%，与溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌等常见呼吸道病原体无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5；耐受样本中血红蛋白、黏液、脂血等抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，快速程序≤40min，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，杜绝气溶胶污染；预分装体系澄清均一，室温≤2h 稳定，无需冰浴操作，管间装量误差≤±5%；兼容 ABI 7500、QuantStudio 5/6、SLAN-96、天隆 Gentier 等主流荧光 PCR 仪，支持单管 / 8 联管。样本 2-8℃保存≤72h，-20℃≤1 个月，-70℃长期保存；核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法，取 5μL 模板加样，3000rpm 离心 30 秒后上机；推荐程序 50℃ 2min（UNG 酶）→95℃5min→95℃15s、60℃45s（荧光采集）40 循环；Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，38<Ct≤40 复检。	是	1							
M19	M19-04	肺炎链球菌分型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）12重	24、48人份/盒	人份	300.00	国产	产品用途：采用 12 重 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向肺炎链球菌 12 种常见血清型 / 基因型保守特异性基因，体外定性检测人呼吸道样本、全血中肺炎链球菌对应型别核酸，适用于肺炎链球菌感染的分型诊断、流行株监测、耐药性关联分析及流行病学溯源，适配疾控中心、三级医院检验科、呼吸道感染研究实验室等场景，为肺炎链球菌感染的精准防控与个性化诊疗提供分型依据 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒；全预分装 12 重反应体系，12 种靶标引物探针、Taq 酶、UNG 酶、dNTP 等均预分装至 PCR 反应管，单管实现 12 种型别同步检测，无需手动配制。配套阳性质控品（12 种靶标重组质粒混合液）、阴性质控品、人源内标质控品，三重质控监控实验全流程，确保结果可靠。 核心性能指标：12 重靶标各设独立荧光通道，信号互不干扰，靶向型别覆盖临床常见流行株；单靶标检测下限≤500 copies/mL，多重检测无灵敏度衰减；特异性≥99.5%，各型别间无交叉反应，与其他链球菌、呼吸道病原体无交叉；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%；批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5；耐受样本中常见抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；预分装体系室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%；兼容多通道荧光 PCR 仪（需支持≥12 荧光通道），适配主流品牌机型。样本处理同肺炎链球菌核酸检测试剂盒，取 5μL 核酸模板加样，离心后上机；扩增程序同基础款，按荧光通道分别采集信号；各靶标独立判读结果，Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，灰区复检，质控异常则实验无效。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期保存≤7 天；干冰冷链运输，做好防压、避光、防震防护。未开封有效期≥12 个月，供货剩余保质期≥9 个月。	是	1							

M19	M19-05	军团菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向军团菌属保守特异性基因，体外定性检测人痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、水环境样本（饮用水、冷凝水）中的军团菌属核酸，适用于军团菌感染的临床辅助诊断、呼吸道感染病原体筛查及水环境军团菌污染监测，适配各级医疗机构检验科、疾控中心、环境监测机构等场景，为军团菌病（非典型肺炎）的早发现及水环境防控提供分子依据。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，可定制 24 人份 / 盒；全预分装反应体系，核心组分预分装至 PCR 反应管 / 8 联管，仅加核酸模板即可上机。配套阳性质控品（军团菌属重组质粒 / 灭活核酸）、阴性质控品、内标质控品（人源 / 水样通用内标），三重质控监控实验全流程，规避假阴性、假阳性。 核心性能指标：靶向军团菌属保守基因，覆盖军团菌属常见菌种；单一荧光通道，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应）；特异性≥99.5%，与肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、支原体、衣原体等呼吸道病原体及水环境常见细菌无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%；批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5；耐受样本中黏液、腐殖质、消毒剂残留等抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，快速程序≤40min。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；预分装体系澄清均一，室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%；兼容主流多通道荧光 PCR 仪，支持单管 / 8 联管。临床样本 2-8℃保存≤72h，水环境样本经浓缩纯化后检测；核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法，取 5μL 模板加样离心后上机；扩增程序同系列基础款，Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，38<Ct≤40 复检。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期保存≤7 天；干冰冷链运输，防压防震。未开封有效期≥12 个月，供货剩余保质期≥9 个月。 质量与售后：同系列质量标准，每批次经全项质控检测，附质检报告，内毒素≤0.01 EU/μL；阳性质控无感染性。厂家 / 授权代理商供货，提供相关资质，24h 技术咨询，质量问题 7 日内退换货。	是	1							
M19	M19-06	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	50.00	国产	产品用途：采用双重 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，分别靶向军团菌属保守基因、嗜肺军团菌特异性基因，体外定性检测人临床样本、水环境样本中的军团菌属及嗜肺军团菌核酸，可同时实现军团菌属筛查与嗜肺军团菌精准检测，适用于军团菌病临床辅助诊断、嗜肺军团菌感染确认及水环境嗜肺军团菌污染监测，适配医疗机构、疾控中心、环境监测机构等场景，提升检测效率与精准度。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒；全预分装双重反应体系，两个靶标引物探针、酶系、缓冲体系等预分装至 PCR 反应管，双荧光通道独立检测，单管完成双重靶标同步检测。配套阳性质控品（军团菌属 + 嗜肺军团菌重组质粒混合液）、阴性质控品、内标质控品，三重质控全程监控，确保结果可靠。 核心性能指标：双靶标各设独立荧光通道，信号无干扰；军团菌属、嗜肺军团菌检测下限均≤500 copies/mL，双重检测无灵敏度衰减；特异性≥99.5%，与其他呼吸道病原体、水环境细菌无交叉，两靶标间无相互干扰；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%；批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5；耐受样本中常见抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，无非特异性扩增。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；预分装体系室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%；兼容支持双荧光通道的主流 PCR 仪。样本处理同军团菌核酸检测试剂盒，取 5μL 模板加样离心后上机；扩增程序同基础款，双通道同时采集荧光信号；两靶标独立判读结果，Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，灰区复检，质控异常则实验无效。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期保存≤7 天；干冰冷链运输。未开封有效期≥12 个月，供货剩余保质期≥9 个月。	是	1							

M19	M19-07	嗜肺军团菌核酸定量检测预分装试剂盒（荧光定量PCR法）	24、48人份/盒	人份	45.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光定量 PCR 技术，靶向嗜肺军团菌特异性保守基因，体外定量检测人临床样本、水环境样本中的嗜肺军团菌核酸载量，适用于嗜肺军团菌感染的病情评估、治疗效果监测及水环境嗜肺军团菌污染程度定量分析，适配三级医院检验科、疾控中心、环境监测机构等场景，为嗜肺军团菌病的精准诊疗与水环境防控提供定量数据。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒；全预分装定量反应体系，引物探针、定量 PCR 专用酶、dNTP、缓冲体系等预分装至 PCR 反应管，配套系列浓度标准品（5 个梯度）、阳性质控品、阴性质控品、内标质控品，标准品用于绘制定量标准曲线，实现核酸载量精准定量。 核心性能指标：靶向嗜肺军团菌特异性基因，检测下限≤100 copies/mL，定量线性范围≥6 个数量级（10^2-10^8 copies/mL），线性相关系数 R^2≥0.99；扩增效率 90%-110%，定量准确度偏差≤±10%，重复性 CV≤5%；特异性≥99.5%，与其他军团菌种、呼吸道病原体无交叉；耐受样本中常见抑制剂，内标正常扩增，消除提取与扩增抑制带来的定量误差。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；预分装体系澄清均一，室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%；兼容主流荧光定量 PCR 仪。样本处理同前，取 5μL 模板 / 标准品加样离心后上机；扩增程序同基础款，荧光采集同步进行；以标准品绘制标准曲线，通过仪器软件自动计算样本中嗜肺军团菌核酸载量，内标异常则样本结果无效需重测。	是	1							
M19	M19-08	军团菌核酸定量检测预分装试剂盒（荧光定量PCR法）	24、48人份/盒	人份	45.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光定量 PCR 技术，靶向军团菌属保守特异性基因，体外定量检测人临床样本、水环境样本中的军团菌属核酸总载量，适用于军团菌属感染病情评估、治疗效果监测及水环境军团菌属整体污染程度定量分析，适配疾控中心、环境监测机构、各级医疗机构检验科等场景，为军团菌属污染防控与感染诊疗提供全面的定量数据支持。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒；全预分装定量反应体系，核心扩增组分预分装至 PCR 反应管，配套 5 个梯度系列浓度标准品、阳性质控品、阴性质控品、人源 / 水样通用内标质控品，标准品用于绘制定量标准曲线，实现军团菌属核酸载量精准定量，内标消除实验体系误差。 核心性能指标：靶向军团菌属保守基因，覆盖属内常见菌种；检测下限≤100 copies/mL，定量线性范围≥6 个数量级（10^2-10^8 copies/mL），线性相关系数 R^2≥0.99；扩增效率 90%-110%，定量准确度偏差≤±10%，批内 / 批间重复性 CV≤5%；特异性≥99.5%，与非军团菌属呼吸道病原体、水环境常见细菌无交叉反应；耐受样本中黏液、腐殖质、血红蛋白等抑制剂，内标正常扩增。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；预分装体系室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%；兼容主流荧光定量 PCR 仪。样本处理同军团菌核酸检测试剂盒，水环境样本需经浓缩纯化；取 5μL 模板 / 标准品加样，3000rpm 离心 30 秒后上机；扩增程序同基础款，荧光采集同步进行；通过标准曲线自动计算样本核酸载量，内标扩增异常则样本结果无效需复检。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期保存≤7	是	1							

M19	M19-09	肺炎支原体（MP）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向肺炎支原体保守特异性基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等临床样本中的肺炎支原体核酸；适用于肺炎支原体所致上呼吸道感染、支原体肺炎、支气管炎等呼吸道感染的临床辅助诊断、病原体筛查及疫情监测，适配各级医疗机构检验科、呼吸科实验室、疾控中心、第三方医学检验所等场景，为支原体呼吸道感染的精准诊疗提供快速分子诊断依据，支持批量检测与应急快速检测。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，可定制 24 人份 / 盒；为全预分装反应体系设计，将 PCR 反应液、特异性引物探针、Taq 酶、UNG 酶、dNTP、优化缓冲体系等核心组分提前定量分装至 PCR 反应管 / 8 联管，仅需加入核酸模板即可直接上机检测，减少人为操作误差。配套阳性质控品（肺炎支原体重组质粒 / 灭活核酸）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品，三重质控全程监控样本采集、核酸提取、PCR 扩增全流程，有效规避假阴性、假阳性结果。 核心性能指标：靶向肺炎支原体种属保守基因片段，无种内基因变异导致的漏检；单一荧光通道设计，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量弱阳性样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌、肺炎衣原体、军团菌、溶血性链球菌等常见呼吸道病原体无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 / 批间变异系数 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5，检测结果一致性高；抗干扰能力强，耐受样本中血红蛋白、黏液、脂血、黄疸等抑制剂，抑制剂存在时内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，快速程序≤40min，无非特异性扩增及引物二聚体，扩增曲线典型平稳。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，有效降解残留 PCR 产物，杜绝气溶胶污染；预分装体系澄清均一，室温≤2h 放置性能稳定，无需冰浴操作，管间装量误差≤±5%；兼容 ABI 7500、QuantStudio 5/6、SLAN-96、天隆 Gentier、博日 LineGene 等主流荧光 PCR 仪，支持单管 / 8 联管。样本 2-8℃保存≤72h，-20℃保存≤1 个月，-70℃长期保存，避免反复冻融；核酸提取兼容磁	是	1							
M19	M19-10	肺炎支原体、肺炎衣原体双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	50.00	国产	产品用途：采用双重 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，分别靶向肺炎支原体保守基因、肺炎衣原体特异性基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液等临床样本中的肺炎支原体、肺炎衣原体核酸，单管同步实现两种病原体的筛查与鉴别；适用于支原体、衣原体所致呼吸道感染的临床辅助诊断、混合感染检测及呼吸道病原体普筛，适配各级医疗机构检验科、呼吸科实验室、疾控中心等场景，提升呼吸道感染病原体检测效率与精准度。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒；全预分装双重反应体系，两种靶标引物探针、酶系、缓冲体系等核心组分提前定量分装至 PCR 反应管，双荧光通道独立检测，单管完成两种病原体同步检测，无需手动配制体系。配套阳性质控品（肺炎支原体 + 肺炎衣原体重组质粒混合液）、阴性质控品、人源内标质控品，三重质控全程监控实验全流程，确保结果可靠。 核心性能指标：双靶标各设独立荧光通道，信号无交叉干扰；肺炎支原体、肺炎衣原体检测下限均≤500 copies/mL，双重检测无灵敏度衰减；特异性≥99.5%，两种靶标间无相互干扰，与其他常见呼吸道病原体无交叉扩增；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%；批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5；耐受样本中常见抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，杜绝实验室气溶胶污染；预分装体系室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%，无需冰浴操作；兼容支持双荧光通道的主流实时荧光 PCR 仪。样本处理、核酸提取同肺炎支原体核酸检测试剂盒，取 5μL 核酸模板加样离心后上机；扩增程序同基础款，双通道同步采集荧光信号；两靶标独立判读结果，Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，灰区需复检，质控异常则实验无效。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期保存≤7 天。未开封产品有效期≥12 个月，供货时剩余保质期≥9 个月。	是	1							

M19	M19-11	肺炎支原体（MP）核酸测定试剂盒	25T/盒	T	30.00	国产	产品用途：采用荧光 PCR 法技术，靶向肺炎支原体特异性保守基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液等临床样本中的肺炎支原体核酸，适用于肺炎支原体所致呼吸道感染的临床辅助诊断、病原体筛查、疫情监测及基层医疗机构常规检测；适配各级医疗机构检验科、社区卫生服务中心实验室、疾控中心等场景，为支原体呼吸道感染的早发现、早诊疗提供可靠分子诊断依据，操作简便适配基层检测需求。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒；核心组分包含 PCR 预混液（含 dNTP、Mg^{2+}、Taq 酶、缓冲体系）、肺炎支原体特异性引物探针混合液、UNG 酶溶液；配套提供阳性质控品、阴性质控品、人源内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告；所有试剂采用无菌冻存管独立密封分装，管体标注清晰产品信息，外包装为防压、避光、防潮材质。 核心性能指标：靶向肺炎支原体保守基因，检测下限≤1000 copies/mL，可稳定检出临床常见载量样本；特异性≥99%，与其他呼吸道病原体无交叉反应；阳性符合率≥97%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98%；批内 / 批间 CV≤8%，检测结果稳定性良好；抗干扰能力强，耐受样本中黏液、血红蛋白等常见抑制剂，内标质控有效监控假阴性；标准扩增程序≤60min，扩增曲线典型，无非特异性扩增；反应体系配伍性好，组分混合后稳定性高，人为操作误差低。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，有效降低实验室交叉污染风险；引物探针经优化设计，结合特异性强，扩增效率稳定；体系兼容磁珠法、柱提法等常规核酸提取方法，提取模板无需额外纯化即可上机；兼容主流品牌实时荧光 PCR 仪，无需调整仪器核心参数。样本 2-8℃保存≤72h，-20℃长期保存；按说明书比例混合试剂组分与核酸模板，总反应体系 20μL / 管，离心后上机扩增；结果判读标准明确，Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，灰区复检，质控异常则实验无效。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期保存≤7	是	1							
M19	M19-12	鲍曼不动杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向鲍曼不动杆菌种属保守特异性基因，体外定性检测人痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、全血、尿液、创口分泌物等临床样本中的鲍曼不动杆菌核酸，适用于鲍曼不动杆菌所致肺炎、败血症、尿路感染、创口感染等院内感染的临床辅助诊断、院内感染监测、病原体筛查及溯源，适配各级医疗机构检验科、重症医学科实验室、疾控中心、院感防控部门等场景，为院内鲍曼不动杆菌感染的精准诊疗与院感防控提供分子诊断依据。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，可定制 24 人份 / 盒；全预分装反应体系，将 PCR 反应液、特异性引物探针、Taq 酶、UNG 酶、dNTP、缓冲体系等核心组分预分装至 PCR 反应管 / 8 联管，仅加核酸模板即可上机，减少人为操作误差。配套阳性质控品（鲍曼不动杆菌重组质粒 / 灭活核酸）、阴性质控品、人源 / 通用内标质控品，三重质控全程监控实验全流程，规避假阴性、假阳性。 核心性能指标：靶向鲍曼不动杆菌保守基因，覆盖临床常见耐药株与敏感株，无漏检；单一荧光通道，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等常见院内致病菌无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5；耐受样本中血红蛋白、脓液、黏液、抗生素残留等抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，杜绝气溶胶污染导致的院内实验室交叉污染；预分装体系澄清均一，室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%，无需冰浴操作；兼容主流多通道荧光 PCR 仪，支持单管 / 8 联管。临床样本 2-8℃保存≤24h，-20℃保存≤1 个月，-70℃长期保存；核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法，取 5μL 模板加样离心后上机；扩增程序 50℃2min→95℃5min→95℃15s、60℃45s（荧光采集）40 循环；Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，灰区复检，质控异常则实验无效。	是	1							

M19	M19-13	肺炎支原体/肺炎衣原体/嗜肺军团菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	T	75.00	国产	产品用途：采用三重 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，分别靶向肺炎支原体保守特异性基因、肺炎衣原体种属特异性基因、嗜肺军团菌毒力保守基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等呼吸道临床样本中的三种病原体核酸；单管同步实现肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌的筛查与鉴别诊断，适用于非典型肺炎、社区获得性肺炎、医院获得性肺炎等呼吸道感染的病原体精准检测、混合感染排查及疫情监测，适配各级医疗机构检验科、呼吸科实验室、疾控中心、第三方医学检验所等场景，为呼吸道感染的病因诊断、精准诊疗及院感防控提供快速分子检测依据；支持批量检测与应急筛查。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、三重扩增优化缓冲体系）、三重引物探针混合液（各靶标独立探针标记）、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（肺炎支原体 + 肺炎衣原体 + 嗜肺军团菌重组质粒混合液）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告、多靶标结果判读指南；所有试剂均采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期及荧光通道信息，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：三个靶标各设独立荧光通道，荧光信号无交叉干扰、无淬灭现象，单管实现三重靶标同步扩增与鉴别；各靶标检测下限均≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量弱阳性样本可稳定检出，三重扩增无灵敏度衰减；特异性均≥99.5%，各靶标间无相互交叉反应，与肺炎链球菌、鲍曼不动杆菌、流感嗜血杆菌、溶血性链球菌等常见呼吸道病原体无交叉扩增；无假阳性结果；检测符合率优异，各靶标阳性符合率≥98%、阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%，与单靶标检测试剂盒结果一致性高；精密度良好，批内变异系数 CV≤5%、批间变异系数 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，不同批次、不同反应管间检测结果一致性高；抗干扰能力强，可耐受痰液、鼻咽分泌物中的血红蛋白、黏液、脂血、黄疸及常见样本保存液成	是	1							
M19	M19-14	伯氏疏螺旋体（莱姆病）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	50.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向伯氏疏螺旋体种属保守特异性基因，体外定性检测人全血、脑脊液、皮肤组织拭子、关节液等临床样本中的伯氏疏螺旋体核酸；适用于莱姆病的临床辅助诊断、早期感染筛查、病程监测及流行病学溯源，适配各级医疗机构检验科、感染科实验室、疾控中心、职业病防治机构等场景，为莱姆病的早诊早治及疫情防控提供快速分子诊断依据；支持批量检测与应急筛查。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，可定制 24 人份 / 盒；为全预分装反应体系设计，将 PCR 反应液、特异性引物探针、Taq 酶、UNG 酶、dNTP、优化缓冲体系等核心组分提前定量分装至 PCR 反应管 / 8 联管，仅需加入核酸模板即可直接上机检测，大幅减少人为操作误差。配套阳性质控品（伯氏疏螺旋体重组质粒 / 灭活核酸）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品，三重质控全程监控样本采集、核酸提取、PCR 扩增全流程，有效规避假阴性、假阳性结果。 核心性能指标：靶向伯氏疏螺旋体高度保守基因片段，覆盖临床常见菌株，无种内基因变异导致的漏检；单一荧光通道设计，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量弱阳性样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与梅毒螺旋体、钩端螺旋体、回归热螺旋体及血液、脑脊液中常见病原体无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 / 批间变异系数 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5，不同批次检测结果一致性高；抗干扰能力强，可耐受全血、脑脊液样本中的血红蛋白、胆红素、脂血、脑脊液蛋白等常见抑制剂，抑制剂存在时内标质控正常扩增；标准扩增程序≤60min，快速程序≤40min，无非特异性扩增及引物二聚体，扩增曲线典型、基线平稳。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，可特异性降解残留 PCR 扩增产物，杜绝气溶胶污染导致的实验室交叉污染；预分装体系澄清均一，室温条件下放置≤2h 性能稳定，无需冰浴操作，管间装量误差≤±5%；兼容 ABI 7500、QuantStudio 5/6、SLAN-96、天隆 Gentier、博日 LineGene 等主流多通道实时荧光 PCR 仪，支持单	是	3							

M19	M19-15	单增李斯特菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，靶向单增李斯特菌种属保守特异性毒力基因，体外定性检测人全血、脑脊液、粪便、食品样本、环境样本中的单增李斯特菌核酸，适用于单增李斯特菌所致食源性感染、败血症、化脓性脑膜炎、母婴感染等疾病的临床辅助诊断，及食品、水源、加工环境的单增李斯特菌污染监测与食源性疾病暴发溯源，适配各级医疗机构检验科、疾控中心、食品药品检验机构、第三方检测所等场景，为单增李斯特菌感染诊疗及食源性防控提供分子检测依据。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，可定制 24 人份 / 盒；全预分装反应体系，将 PCR 核心扩增组分提前定量分装至 PCR 反应管 / 8 联管，仅加核酸模板即可上机，减少人为误差。配套阳性质控品（单增李斯特菌重组质粒 / 灭活核酸）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源 / 通用内标质控品，三重质控监控样本采集、提取、扩增全流程，适配临床及食品环境样本检测的质控需求。 核心性能指标：靶向单增李斯特菌毒力保守基因，覆盖临床致病性菌株及食品中常见污染菌株；单一荧光通道，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与李斯特菌属其他菌种、大肠埃希菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等常见食源性及临床致病菌无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 / 批间 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5；抗干扰能力强，耐受食品样本中防腐剂、色素、膳食纤维及临床样本中血红蛋白、黏液等抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60min，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，杜绝实验室气溶胶污染；预分装体系室温≤2h 稳定，管间装量误差≤±5%，无需冰浴操作；兼容主流多通道荧光 PCR 仪。临床样本 2-8℃保存≤24h，食品 / 环境样本经浓缩纯化后检测，-20℃保存≤1 个月；核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法，取 5μL 模板加样离心后上机；扩增程序同伯氏疏螺旋体检测试剂盒，各靶标独立判读结果，灰区复检，质控异常则实验无效。	是	2							
M19	M19-16	细菌性脑膜炎11重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	380.00	国产	产品用途：采用 11 重 TaqMan 荧光探针法 PCR 技术，分别靶向细菌性脑膜炎常见 11 种致病菌的特异性保守基因，体外定性检测人脑脊液、全血、鼻咽拭子等临床样本中的对应病原体核酸，单管同步实现 11 种致病菌的筛查与鉴别，适用于细菌性脑膜炎的临床辅助诊断、混合感染排查、病原体精准分型及流行病学溯源，适配三级医院检验科、神经科实验室、疾控中心、儿童医疗机构等场景，为细菌性脑膜炎的紧急诊疗、预后评估及疫情防控提供快速全面的分子诊断依据。 规格与预分装特性：标准规格 48 人份 / 盒、96 人份 / 盒；全预分装 11 重反应体系，11 种靶标引物探针、Taq 酶、UNG 酶、dNTP 等核心组分提前定量分装至 PCR 反应管，单管完成 11 种致病菌同步检测，无需手动配制体系。配套阳性质控品（11 种致病菌重组质粒混合液）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品，三重质控全程监控实验全流程，确保检测结果可靠；各靶标独立荧光通道标记，信号互不干扰，适配高通道荧光 PCR 仪检测需求。 核心性能指标：11 重靶标覆盖细菌性脑膜炎临床常见致病菌，各靶标设独立荧光通道，信号无交叉干扰、无淬灭，多重扩增无灵敏度衰减；单靶标检测下限均≤500 copies/mL，低载量弱阳性样本可稳定检出；各靶标特异性均≥99.5%，靶标间无相互交叉反应，与非脑膜炎致病菌无交叉扩增；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 / 批间变异系数 CV≤5%，Ct 值变异≤0.5，检测结果一致性高；抗干扰能力强，耐受脑脊液、全血样本中的血红蛋白、脑脊液蛋白、脂血、黄疸等抑制剂，内标质控正常扩增；标准扩增程序≤60min，无非特异性扩增及引物二聚体，各靶标扩增曲线典型平稳。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，有效降解残留 PCR 产物，杜绝实验室交叉污染；预分装体系为 11 重扩增专属优化配方，组分配伍性优异，无扩增竞争，室温≤2h 放置稳定，管间装量误差≤±5%，无需冰浴操作；兼容支持≥11 荧光通道的主流多通道实时荧光 PCR 仪，无需调整仪器核心参数。样本采集后置于无菌采样管，脑脊液样本 2-8℃保存≤24h，全血样本 2-8℃保存≤72h，-	是	1							

M19	M19-17	肺炎链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向肺炎链球菌种属高度保守特异性基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、全血等临床样本中的肺炎链球菌核酸；适用于肺炎链球菌引发的社区获得性肺炎、医院获得性肺炎、中耳炎、败血症等感染的临床辅助诊断、呼吸道感染病原体精准筛查及疫情监测，适配各级医疗机构临床检验科、呼吸科实验室、疾控中心、第三方医学检验所等场景，为呼吸道感染的病因诊断与精准诊疗提供快速分子检测依据，支持临床批量检测与应急筛查。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、优化缓冲体系）、肺炎链球菌特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（肺炎链球菌重组质粒）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品、无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告；所有试剂均采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期等信息，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：靶向肺炎链球菌种属保守基因片段，无种内基因变异导致的漏检，检测靶标唯一性强；单一荧光通道设计，荧光信号无杂散干扰，适配各类多通道实时荧光 PCR 仪；检测下限≤500 copies/mL，或≤10 copies / 反应，对低载量弱阳性样本、微量感染样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌、支原体、衣原体、军团菌等常见呼吸道病原体无交叉反应，与其他链球菌近缘菌可明确区分；检测符合率优异，阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；精密度良好，批内、批间变异系数（CV）均≤5%，Ct 值变异≤0.5，不同批次检测结果一致性高；抗干扰能力强，可耐受痰液、鼻咽分泌物、全血样本中的血红蛋白、黏液、脂血、黄疸、抗凝剂等常见内源性抑制剂，抑制剂存在时内标质控可正常扩增，有效排除样本抑制导致的假阴性；标准 PCR 扩增程序全程耗时≤60 分钟，包含预变性及 40 个扩增循环，无非特异性扩增、无引物二聚体形成，扩增曲线典型、基线平稳、阈值线清晰。	是	1							
M19	M19-18	流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	24~50 T/盒	人份	27.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向流感嗜血杆菌种属保守特异性基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等呼吸道临床样本中的流感嗜血杆菌核酸；适用于流感嗜血杆菌所致肺炎、支气管炎、中耳炎、鼻窦炎、脑膜炎等感染的临床辅助诊断、呼吸道感染病原体普筛及疫情监测，适配各级医疗机构检验科、呼吸科实验室、儿科实验室、疾控中心等场景，为流感嗜血杆菌感染的精准诊疗提供快速分子诊断依据，支持批量检测与应急筛查。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、优化缓冲体系）、流感嗜血杆菌特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（流感嗜血杆菌重组质粒）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告；所有试剂采用无菌冻存管独立密封分装，管体标注清晰产品信息及荧光通道，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：靶向流感嗜血杆菌种属高度保守基因片段，覆盖临床常见菌株，无种内基因变异漏检；单一荧光通道设计，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量弱阳性样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与肺炎链球菌、鲍曼不动杆菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌等常见呼吸道病原体无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 CV≤5%、批间 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，检测结果一致性高；抗干扰能力强，耐受样本中血红蛋白、黏液、脂血、黄疸等抑制剂，内标正常扩增排除假阴性；标准扩增程序≤60 分钟，无非特异性扩增及引物二聚体，扩增曲线典型平稳。 引物探针与反应体系特性：引物探针经多重优化设计，结合特异性强、扩增效率稳定，探针荧光标记无信号干扰；反应体系搭载 UNG 酶防污染体系，杜绝气溶胶污染；体系配伍性好，扩增反应稳定，兼容磁珠法、柱提法等常规核酸提取方法，提取模板无需纯化即可上机；可直接适配主流多通道实时荧光 PCR 仪，无需调整仪器核心参数。	是	1							

M19	M19-19	流感嗜血杆菌6种血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：血清型a、b、c、d、e、f)	24~50 T/盒	人份	130.00	国产	产品用途：采用 6 重 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，分别靶向流感嗜血杆菌 6 种常见致病性血清型的特异性保守基因，体外定性检测人呼吸道临床样本、脑脊液、血液中的对应血清型核酸，单管同步实现 6 种血清型的筛查与鉴别诊断，适用于流感嗜血杆菌感染的分型诊断、流行株监测、耐药性关联分析及流行病学溯源，适配三级医院检验科、疾控中心、呼吸道感染研究实验室、儿科专科医院等场景，为流感嗜血杆菌感染的精准防控、个性化诊疗及疫情监测提供分子分型依据。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、6 重扩增专属优化缓冲体系）、6 重引物探针混合液（各血清型独立荧光探针标记）、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（6 种血清型重组质粒混合液）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告、6 重分型结果判读专用指南；所有试剂采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品信息、各靶标对应荧光通道，外包装为防压、避光、防潮材质。 核心检测性能指标：6 种血清型各设独立荧光通道，荧光信号无交叉干扰、无淬灭，单管实现 6 重靶标同步扩增与鉴别，多重扩增无灵敏度衰减；各血清型检测下限均≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量弱阳性样本可稳定检出；各靶标特异性均≥ 99.5%，血清型间无相互交叉反应，与非流感嗜血杆菌呼吸道病原体无交叉扩增；各靶标阳性符合率≥98%、阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；精密度优异，批内 CV≤5%、批间 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，不同批次检测结果一致性高；抗干扰能力强，可耐受脑脊液、血液、呼吸道样本中的血红蛋白、黏液、脑脊液蛋白、脂血等抑制剂，抑制剂存在时内标质控正常扩增；标准 PCR 扩增程序全程耗时≤60 分钟，无非特异性扩增、无引物二聚体形成，各靶标扩增曲线典型、基线平稳。 引物探针与反应体系特性：6 种血清型引物探针均经多重优化设计，结合特异性强、扩增效率高度匹配，适配 6 重同步扩增体系，	是	1							
M19	M19-20	非结核分枝杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	24~50 T/盒	人份	72.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向非结核分枝杆菌属高度保守特异性基因，体外定性检测人痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、全血、脑脊液等临床样本中的非结核分枝杆菌核酸，可实现非结核分枝杆菌的快速筛查与鉴别，适用于非结核分枝杆菌所致肺部感染、淋巴结炎、败血症等感染的临床辅助诊断、结核病鉴别诊断、呼吸道感染病原体精准筛查及疾控中心分枝杆菌病疫情监测，适配各级医疗机构检验科、结核专科实验室、呼吸科实验室、疾控中心等场景，为非结核分枝杆菌感染的早诊早治及与结核病的鉴别诊疗提供快速分子诊断依据，支持批量检测与应急筛查。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、分枝杆菌扩增专属优化缓冲体系）、非结核分枝杆菌特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（非结核分枝杆菌重组质粒）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告、结果判读及结核病鉴别指导手册；所有试剂均采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期、荧光通道信息，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性，各组分独立包装可有效避免交叉污染。 核心检测性能指标：靶向非结核分枝杆菌属保守基因片段，覆盖临床常见的鸟分枝杆菌、胞内分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌等致病性非结核分枝杆菌菌株，无种内基因变异导致的漏检；单一荧光通道设计，荧光信号无杂散干扰，适配各类多通道实时荧光 PCR 仪；检测下限≤ 500 copies/mL（≤10 copies / 反应），对低载量弱阳性样本、微量感染样本可稳定检出，满足临床早期感染检测需求；特异性≥ 99.5%，与结核分枝杆菌复合群、肺炎链球菌、鲍曼不动杆菌、流感嗜血杆菌、肺炎支原体等常见呼吸道病原体及其他分枝杆菌近缘菌无交叉反应，可有效实现与结核分枝杆菌的鉴别；检测符合率优异，阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%，检测结果与金标准方法一致性高；精密度良好，批内变异系数 CV≤5%、批间变异系数 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，不同批次、不同反应管间检测结	是	1							

M19	M19-21	鲍曼不动杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	27.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向鲍曼不动杆菌种属高度保守特异性基因，体外定性检测人痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、全血、尿液、创口分泌物等临床样本中的鲍曼不动杆菌核酸，适用于鲍曼不动杆菌所致院内肺炎、败血症、尿路感染、创口感染等院内感染的临床辅助诊断、院感监测、病原体筛查及溯源，适配各级医疗机构检验科、重症医学科实验室、院感防控部门、疾控中心等场景，为院内鲍曼不动杆菌感染的精准诊疗、耐药性预判及院感防控提供快速分子诊断依据，支持批量检测与应急筛查。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2}+、优化缓冲体系）、鲍曼不动杆菌特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（鲍曼不动杆菌重组质粒）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源 / 通用管家基因内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告、结果判读指南；所有试剂均采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期、荧光通道信息，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：靶向鲍曼不动杆菌保守基因片段，覆盖临床常见敏感株与耐药株，无种内基因变异导致的漏检；单一荧光通道设计，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量弱阳性样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、嗜麦芽窄食单胞菌等常见院内致病菌无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；精密度良好，批内变异系数 CV≤5%、批间变异系数 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，不同批次、不同反应管间检测结果一致性高；抗干扰能力强，可耐受样本中血红蛋白、脓液、黏液、抗生素残留、脂血等常见抑制剂，抑制剂存在时内标质控可正常扩增，有效排除假阴性；标准 PCR 扩增程序全程耗时≤60 分钟，包含预变性及 40 个扩增循环，无非特异性扩增、无引物二聚体形成，扩增曲线典型、基线平稳、阈值线清晰。 引物探针与反应体系特性：配套鲍曼不动杆菌特异性 TaqMan 探	是	1							
M19	M19-22	脑膜炎奈瑟菌（A、B、C）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒	24~50 T/盒	T	72.00	国产	产品用途：采用三重 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，分别靶向脑膜炎奈瑟菌 A、B、C 三种血清群特异性保守基因，体外定性检测人脑脊液、全血、鼻咽拭子、血清等临床样本中的对应血清群核酸，单管同步实现三种血清群的筛查与鉴别，适用于流行性脑脊髓膜炎的临床辅助诊断、血清群分型、疫情监测及口岸检疫筛查，适配各级医疗机构检验科、神经科实验室、疾控中心、儿童医疗机构等场景，为流脑的精准诊疗、流行株监测及疫情防控提供快速分子分型依据。 规格与组分：通用标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2}+、三重扩增专属优化缓冲体系）、三重引物探针混合液（A/B/C 血清群各靶标独立荧光标记）、Taq 酶 / UNG 酶混合液（含防污染体系）；配套提供阳性质控品（A+B+C 血清群重组质粒混合液）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源 / 通用管家基因内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次完整质检报告、三重靶标结果判读指南；所有试剂采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品信息、荧光通道及靶标对应关系，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：A/B/C 三个血清群靶标各设独立荧光通道，信号无交叉干扰、无淬灭，三重扩增无灵敏度衰减；各靶标检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量脑脊液、微量鼻咽拭子样本可稳定检出；特异性均≥99.5%，各血清群间无交叉反应，与淋病奈瑟菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等常见脑膜炎致病菌及呼吸道病原体无交叉扩增；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内变异系数 CV≤5%，批间变异系数 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，不同批次、不同反应管检测结果一致性高；抗干扰能力强，耐受脑脊液中蛋白、血红蛋白、胆红素，全血中脂血、抗凝剂及鼻咽拭子中黏液等抑制剂，抑制剂存在时内标质控正常扩增，有效排除假阴性；标准扩增程序全程≤60 分钟，含预变性及 40 个扩增循环，无非特异性扩增、无引物二聚体，各靶标扩增曲线典型、基线平稳。	是	3							

M19	M19-23	脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒	24~50 T/盒	T	72.00	国产	产品用途：采用三重 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向脑膜炎奈瑟菌 W、X、Y 三种血清群特异性基因，体外定性检测人脑脊液、全血、鼻咽拭子等临床样本中的对应血清群核酸，单管同步实现三种血清群的筛查与鉴别，适用于流脑的临床辅助诊断、少见血清群监测、流行病学溯源及院感防控，适配各级医疗机构、疾控中心、出入境检验检疫实验室等场景，弥补传统血清学检测对 W/X/Y 血清群检测的不足，为流脑全面防控提供分子分型依据。 规格与组分：通用标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2}+、三重扩增优化缓冲体系）、W/X/Y 血清群三重引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套阳性质控品（W+X+Y 血清群重组质粒混合液）、阴性质控品、人源 / 通用内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次质检报告、结果判读指南；试剂均为无菌独立分装，管体标注荧光通道及靶标信息，外包装防压避光。 核心检测性能指标：W/X/Y 各靶标独立荧光通道，信号无干扰，三重扩增无灵敏度衰减；各靶标检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量样本可稳定检出；特异性≥99.5%，各血清群间及与其他致病菌无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%；批内 CV≤5%，批间 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5；耐受脑脊液、全血中常见抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60 分钟，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；引物探针扩增效率匹配，无扩增竞争；兼容主流多通道荧光 PCR 仪，核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法；样本处理、反应体系配制、扩增程序与 A/B/C 血清群三重试剂盒一致，各靶标独立判读结果。 储存与运输：同 A/B/C 血清群三重试剂盒，-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期冷藏≤7 天。	是	3							
M19	M19-24	脑膜炎奈瑟菌ctrA/sodC基因双重实时荧光PCR检测试剂盒	24~50 T/盒	T	50.00	国产	产品用途：采用双重 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，分别靶向脑膜炎奈瑟菌保守毒力基因 ctrA、sodC，体外定性检测人脑脊液、全血、鼻咽拭子等临床样本中的脑膜炎奈瑟菌核酸，双靶标联合检测提升检出准确性，适用于脑膜炎奈瑟菌感染的临床辅助诊断、初筛确认及疫情监测，适配各级医疗机构检验科、疾控中心等场景，为流脑的早期快速诊断提供可靠分子依据。 规格与组分：通用标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2}+、双重扩增缓冲体系）、ctrA/sodC 基因双重引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套阳性质控品（ctrA+sodC 基因重组质粒混合液）、阴性质控品、人源 / 通用内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次质检报告；试剂无菌独立分装，管体标注双靶标荧光通道信息。 核心检测性能指标：ctrA、sodC 双靶标各设独立荧光通道，信号无交叉干扰；双靶标检测下限均≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），双重检测无灵敏度衰减；特异性≥99.5%，与其他奈瑟菌及脑膜炎常见致病菌无交叉反应；阳性符合率≥98.5%，阴性符合率≥99%；批内 CV≤5%，批间 CV≤6%；耐受样本中常见抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60 分钟，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；引物探针优化设计，扩增效率匹配，无体系竞争；兼容主流双 / 多通道荧光 PCR 仪，核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法；取 5 μL 核酸模板配制 20 μL 反应体系，离心后上机，扩增程序同系列试剂盒，双靶标独立判读，任一靶标阳性结合质控判定为阳性。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期冷藏≤7 天，未开封有效期≥12 个月，供货剩余保质期≥9 个月。	是	3							

M19	M19-25	脑膜炎奈瑟菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	24~50 T/盒	人份	27.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向脑膜炎奈瑟菌种属高度保守特异性基因，体外定性检测人脑脊液、全血、鼻咽拭子等临床样本中的脑膜炎奈瑟菌核酸。适用于脑膜炎奈瑟菌感染的临床辅助诊断、大规模人群初筛、流脑疫情筛查及基层医疗机构常规检测，适配各级医疗机构、疾控中心、社区卫生服务中心等场景，为流脑的早期快速初筛提供便捷分子诊断依据。 规格与组分：通用标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、优化缓冲体系）、脑膜炎奈瑟菌特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套阳性质控品（脑膜炎奈瑟菌重组质粒）、阴性质控品、人源 / 通用内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次质检报告；试剂无菌冻存管独立分装，管体标注荧光通道信息。 核心检测性能指标：单一荧光通道设计，靶向种属保守基因，覆盖所有常见血清群，无漏检；检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与淋病奈瑟菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%；批内 CV≤5%，批间 CV≤6%；耐受样本中常见抑制剂，内标正常扩增排除假阴性；标准扩增程序≤60 分钟，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系；引物探针结合特异性强，扩增效率稳定；兼容所有主流多通道实时荧光 PCR 仪，核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法，基层可适配简易提取方法；样本处理后取模板配制 20μL 反应体系，离心上机，扩增程序同系列试剂盒，Ct≤38 为阳性，Ct>40 为阴性，灰区复检。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融≤3 次，2-8℃短期冷藏≤7 天，未开封有效期≥12 个月。	是	3							
M19	M19-26	脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒（探针法）	24~50 T/盒	人份	50.00	国产	产品用途：采用双重荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向脑膜炎奈瑟菌种属保守基因 + 核心毒力基因（或两个高度保守种属基因），体外定性检测人脑脊液、全血、鼻咽拭子等临床样本中的脑膜炎奈瑟菌核酸，双靶标互补检测提升检测准确性与可靠性，适用于脑膜炎奈瑟菌感染的临床辅助诊断、确认检测及疫情监测，适配各级医疗机构检验科、疾控中心等场景，为流脑的精准诊断提供双重验证依据。 规格与组分：通用标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、双重探针法扩增缓冲体系）、双重特异性引物探针混合液、Taq 酶混合液（含防污染体系）；配套阳性质控品（双靶标重组质粒混合液）、阴性质控品、内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次质检报告、结果判读指南；试剂无菌独立分装，管体标注双靶标荧光通道及探针信息。 核心检测性能指标：双靶标独立荧光探针标记，信号无干扰、无淬灭；双靶标检测下限均≤500 copies/mL，双重检测无灵敏度衰减；特异性≥99.5%，与其他致病菌无交叉反应；阳性符合率≥98.5%，阴性符合率≥99%，双靶标联合检测总符合率≥99%；批内 CV≤5%，批间 CV≤6%；耐受脑脊液、全血中蛋白、血红蛋白、黏液等抑制剂，内标正常扩增；标准扩增程序≤60 分钟，无非特异性扩增、无引物二聚体，扩增曲线典型。 体系与操作特性：采用探针法专属优化体系，探针结合特异性强，荧光信号稳定；搭载防污染体系，杜绝实验室交叉污染；兼容主流多通道荧光 PCR 仪，核酸提取兼容磁珠法 / 柱提法；反应体系总容积 20μL，取 5μL 核酸模板加样，离心后上机扩增，扩增程序同系列试剂盒，双靶标独立判读，结合质控结果综合判定样本是否阳性。 储存与运输：-20℃冷冻避光保存，冻融次数≤3 次，2-8℃条件下短期冷藏≤7 天，严禁 25℃以上室温长时间放置；未开封产品在规定储存条件下有效期≥12 个月，供货时剩余保质期≥9 个月。	是	3							

M19	M19-27	脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌运送培养基	2.5mL*50支/盒	支	15.00	国产	产品用途：专用于脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌、副百日咳杆菌的临床样本采集与运送，亦可适用于肺炎链球菌的样本转运，可维持样本中目标菌株的生命活性，防止菌株因环境变化失活，保障样本从采集点到检测实验室过程中菌株的完整性与活力，为后续的分离培养、核酸检测等实验提供合格样本，适配各级医疗机构、疾控中心、检验检疫机构等场景的呼吸道、脑脊液等相关样本采集与转运工作。 产品规格：提供两种核心规格，ZC-RTBTM-001 型为培养基本体，1.8mL / 支，50 支 / 盒；ZC-RTBTM-002 型为含采样拭子款，1.8mL 培养基 + 配套采样拭子 / 支，50 支 / 盒，可满足不同实验室样本采集的便捷化需求，拭子款可实现样本采集与运送一体化操作。 主要组成成分：培养基核心成分为胰蛋白胨、牛心浸粉、氯化钠、葡萄糖、磷酸氢二钠等，含目标菌株所需氮源、维生素、生长因子及基础能源物质，搭配调节渗透压的无机盐与稳定细菌细胞代谢的缓冲剂，无额外抑菌剂添加，不影响目标菌株活性，仅维持菌株基础生命活动，不促进菌株增殖。 核心性能指标：培养基 pH 值稳定在 7.0-7.4，为目标菌株提供适宜的酸碱环境，有效抑制菌株自溶，避免脑膜炎奈瑟菌等苛养菌因环境不适裂解死亡；在室温 25℃以下条件下，可维持脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌活性≥48 小时，2-8℃冷藏条件下菌株活性维持≥72 小时，保障长距离样本转运需求；培养基无杂菌污染，无菌检验结果为阴性，不含有害杂质及核酸酶、蛋白酶，不会对后续样本检测造成干扰；采样拭子（含拭子款）采用无菌医用级纤维材质，吸附性强、释放率高，可高效采集样本且能快速将菌株释放至培养基中，拭子杆易折断，适配培养基管体设计，无脱落纤维，避免对样本造成污染。 样本适配性：适用于鼻咽拭子、口咽拭子等拭子类样本的采集与运送，亦可用于脑脊液、痰液等液体样本的暂存与转运，样本加入后可快速与培养基充分融合，保障菌株处于稳定的营养与缓冲环境中。 使用与操作要求：采样完成后，将采样拭子浸入培养基管内，折断拭	是	1							
M19	M19-28	巧克力斜面培养基	50支/盒	支	10.00	国产	产品用途：专用于脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌等苛养菌的分离培养、纯化、传代及菌种保存，亦可适配百日咳杆菌、肺炎链球菌等对营养要求较高的致病菌的培养操作，能为苛养菌生长提供丰富营养与适宜生长环境，保障菌株高效分离与纯培养效果，适配各级医疗机构检验科、微生物实验室、疾控中心、第三方检验所等场景的微生物检测与菌种培养工作。 产品规格：标准规格 20 支 / 盒、40 支 / 盒，每支含巧克力斜面培养基斜面体积≥5mL，管体为 18×180mm 医用级玻璃试管，配套硅胶塞密封，斜面坡度设计合理，最大程度增加菌株培养附着面积，满足常规分离培养与菌种保存的使用需求。 主要组成成分：以优质血琼脂为基础，添加灭活羊血（经 80-85℃水浴加热使红细胞裂解，释放血红蛋白、生长因子及辅酶）、胰蛋白胨、牛肉浸粉、酵母浸膏、氯化钠、磷酸氢二钾、葡萄糖等核心成分，含丰富的氮源、碳源、维生素、铁离子及生长因子，同时搭配缓冲盐体系调节渗透压与酸碱平衡，无抑菌成分添加，完全满足苛养菌生长的营养需求。 核心性能指标：培养基成品 pH 值精准稳定在 7.2-7.6，为目标苛养菌提供最适酸碱生长环境，有效避免因 pH 值偏差导致菌株生长受抑；斜面质地均匀、表面光滑、无气泡、无裂纹、无杂色斑点，凝固度良好，倒置无流淌，管内无冷凝水过多现象；无菌性检测为阴性，经严格的高压灭菌及无菌培养验证，无任何杂菌污染；营养供给能力优异，接种脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌标准菌株后，35-37℃、5%-10% CO_2培养 18-24 小时，菌落生长旺盛、形态典型，脑膜炎奈瑟菌菌落呈圆形、湿润、半透明，流感嗜血杆菌菌落呈针尖状、无色透明、光滑湿润，菌株增殖效率高，分离培养阳性率≥98%；菌株保存效果良好，斜面培养物在 2-8℃条件下可维持脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌活性≥7 天，满足短期菌种保存需求；无选择性抑制作用，对目标苛养菌无毒性，不影响菌株后续的生化鉴定、药敏试验、核酸检测等下游实验结果。 培养与使用要求：使用前将培养基从 2-8℃环境取出，平衡至室温后，在无菌超净工作台内开启使用，避免污染；接种时采用划线分离	是	1							

M19	M19-29	恙虫病立克次体检测试剂盒	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向恙虫病立克次体种属高度保守特异性基因，体外定性检测人全血、血清、脑脊液、皮肤焦痂拭子等临床样本中的恙虫病立克次体核酸，适用于恙虫病的临床辅助诊断、早期感染筛查、病程监测及流行病学溯源，适配各级医疗机构检验科、感染科实验室、疾控中心、职业病防治机构等场景，为恙虫病的早诊早治及疫源地防控提供快速分子诊断依据，支持批量检测与应急筛查。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、立克次体扩增专属优化缓冲体系）、恙虫病立克次体特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（恙虫病立克次体重组质粒）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告、结果判读指南；所有试剂均采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期、荧光通道信息，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：靶向恙虫病立克次体保守基因片段，覆盖临床常见菌株，无种内基因变异导致的漏检；单一荧光通道设计，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量全血、微量焦痂拭子样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与普氏立克次体、莫氏立克次体、斑点热立克次体及血液中常见病原体无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内变异系数 CV≤5%、批间变异系数 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，不同批次检测结果一致性高；抗干扰能力强，可耐受全血样本中的血红蛋白、脂血、胆红素、抗凝剂及焦痂拭子中的组织蛋白等常见抑制剂，抑制剂存在时内标质控正常扩增，有效排除假阴性；标准 PCR 扩增程序全程耗时≤60 分钟，无非特异性扩增、无引物二聚体形成，扩增曲线典型、基线平稳。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，可特异性降解实验室残留的 PCR 扩增产物，杜绝气溶胶污染；引物探针经多重优化设计，靶标结合特异性强、扩增效率稳定；体系为恙虫病立克次体扩增专属	是	1							
M19	M19-30	白喉棒状杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向白喉棒状杆菌保守毒力基因及种属特异性基因，体外定性检测人咽拭子、鼻拭子、皮肤破损分泌物等临床样本中的白喉棒状杆菌核酸，适用于白喉的临床辅助诊断、传染源筛查、疫情监测及口岸检疫，适配各级医疗机构检验科、耳鼻喉科实验室、疾控中心、预防接种门诊等场景，为白喉的早诊早治、疫源地管控及免疫防控提供快速分子诊断依据。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、优化缓冲体系）、白喉棒状杆菌特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（白喉棒状杆菌重组质粒）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源 / 通用内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次质检报告；试剂采用无菌冻存管独立密封分装，管体标注荧光通道及产品关键信息，外包装防压避光防潮。 核心检测性能指标：靶向白喉棒状杆菌毒力与种属双基因，确保检测特异性与检出率，覆盖临床致病性菌株；单一荧光通道，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量咽拭子样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与假白喉棒状杆菌、干燥棒状杆菌及上呼吸道常见菌群无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 CV≤5%、批间 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5；抗干扰能力强，耐受咽拭子中黏液、唾液酶、血红蛋白等抑制剂，内标正常扩增排除假阴性；标准扩增程序≤60 分钟，无非特异性扩增及引物二聚体。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，杜绝实验室气溶胶污染；引物探针优化设计，结合特异性强、扩增效率稳定；体系兼容磁珠法、柱提法核酸提取，模板无需纯化即可上机；适配主流多通道荧光 PCR 仪，无需调整核心参数。 操作要求：样本采集后置于含专用保存液的采样管，2-8℃保存≤72h，-20℃保存≤1 个月，避免反复冻融；配制 20μL 反应体系，	是	1							

M19	M19-31	肺炎衣原体（CP）核酸测定试剂盒	24、48人份/盒	人份	45.00	国产	产品用途：采用 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向肺炎衣原体种属高度保守特异性基因，体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等呼吸道样本中的肺炎衣原体核酸 适用于肺炎衣原体所致社区获得性肺炎、支气管炎、咽炎等呼吸道感染的临床辅助诊断、病原体筛查及疫情监测，适配各级医疗机构检验科、呼吸科实验室、儿科实验室、疾控中心等场景，为肺炎衣原体感染的精准诊疗提供快速分子诊断依据。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、衣原体扩增专属缓冲体系）、肺炎衣原体特异性引物探针混合液、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（肺炎衣原体重组质粒）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源管家基因内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次完整质检报告、结果判读指南；试剂无菌独立分装，管体清晰标注荧光通道及产品信息。 核心检测性能指标：靶向肺炎衣原体保守基因，覆盖所有临床常见亚型，无漏检；单一荧光通道，检测下限≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量呼吸道样本可稳定检出；特异性≥99.5%，与沙眼衣原体、鹦鹉热衣原体、肺炎支原体、嗜肺军团菌等常见呼吸道病原体无交叉反应；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 CV≤5%、批间 CV≤6%，检测结果一致性高；耐受样本中黏液、血红蛋白、脂血、黄疸等抑制剂，内标质控正常扩增；标准扩增程序≤60 分钟，扩增曲线典型、无非特异性扩增。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，降解残留 PCR 产物，杜绝交叉污染；引物探针经衣原体基因特征优化设计，结合特异性强、扩增效率稳定；体系为衣原体扩增专属配方，可克服衣原体核酸提取过程中的抑制剂影响；兼容主流多通道荧光 PCR 仪，核酸提取兼容磁珠法、柱提法，模板无需纯化即可上机。 操作要求：样本采集后置于专用保存液采样管，2-8℃保存≤72h，-20℃保存≤1 个月，-70℃长期保存，冻融≤3 次；按比例配制 20 μL 反应体系，离心后上机，推荐扩增程序 50℃2min→95℃5min→	是	1							
M19	M19-32	猪链球菌(通用型、2型)双重试剂盒	24、48人份/盒	人份	40.00	国产	产品用途：采用双重 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，分别靶向猪链球菌通用型种属保守基因、2 型特异性毒力基因，体外定性检测人全血、脑脊液、痰液、伤口分泌物及猪源样本中的猪链球菌核酸，单管同步实现猪链球菌通用型筛查与 2 型致病性分型，适用于人猪链球菌感染的临床辅助诊断、疫情溯源及畜牧养殖环境的猪链球菌污染监测，适配各级医疗机构检验科、感染科实验室、疾控中心、动物防疫监督机构等场景，为人畜共患猪链球菌病的精准诊疗、疫情防控及畜牧防疫提供分子检测依据。 规格与组分：标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、双重扩增专属优化缓冲体系）、猪链球菌通用型 / 2 型双重引物探针混合液（各靶标独立荧光标记）、Taq 酶 / UNG 酶混合液；配套提供阳性质控品（通用型 + 2 型重组质粒混合液）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源 / 通用内标质控品、无菌无酶水，附中英文操作说明书、批次完整质检报告、双重靶标结果判读指南；所有试剂无菌冻存管独立密封分装，管体标注双靶标对应荧光通道信息，外包装防压、避光、防潮。 核心检测性能指标：通用型、2 型双靶标各设独立荧光通道，信号无交叉干扰、无淬灭，双重扩增无灵敏度衰减；各靶标检测下限均≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量全血、脑脊液样本可稳定检出；特异性均≥99.5%，双靶标间无交叉反应，与链球菌属其他菌种（溶血性链球菌、肺炎链球菌）、金黄色葡萄球菌等常见致病菌无交叉扩增；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%；批内 CV≤5%、批间 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，检测结果一致性高；抗干扰能力强，耐受全血 / 脑脊液中血红蛋白、蛋白、脂血及动物样本中组织抑制剂，内标质控正常扩增排除假阴性；标准扩增程序≤60 分钟，无非特异性扩增、无引物二聚体，各靶标扩增曲线典型平稳。 体系与操作特性：搭载 UNG 酶防污染体系，有效杜绝实验室气溶胶污染；双靶标引物探针经多重优化设计，扩增效率高度匹配，无扩增竞争；体系为双重扩增专属优化配方，组分配伍性优异，扩增反应稳	是	3							

M19	M19-33	铜绿假单胞菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48人份/盒	人份	25.00	国产	24、48人份/盒	是	3								
M19	M19-34	细菌DNA提取试剂盒	50T	T	8.00	国产	50T	是	1								
M19	M19-35	血液中布鲁氏菌核酸提取试剂盒	50T	T	10.00	国产	50T	是	1								
M19	M19-36	结核分枝杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒	24~50 T/盒	人份	27.00	国产	24~50 T/盒	是	1								
M19	M19-37	肺炎衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	25.00	国产	25T/50T	是	1								
M20	M20-01	0.2ml 8联管管盖	125条/盒	盒	320.00	进口	容量：0.2ml 盖型：平盖（适合qPCR光学模块） 材质：高纯度聚丙烯，耐高温（121℃高压灭菌） 认证：无DNase/RNase、无热原、低吸附 规格：125排/包，10包/箱	是	1								
M20	M20-02	0.2ml 8联管	125条/盒	盒	320.00	进口	容量：0.2ml 盖型：平盖（适合qPCR光学模块） 材质：高纯度聚丙烯，耐高温（121℃高压灭菌） 认证：无DNase/RNase、无热原、低吸附	是	1								
M20	M20-03	0.2ml平盖PCR薄壁管	1000支/盒	盒	610.00	进口	超薄管壁、透明平盖、卡扣密封设计，适用于荧光定量PCR等实验，1000支/盒	是	1								
M20	M20-04	MicroAmp 8 联排管，带连接圆顶盖，0.2 mL	125 strips/盒	盒	990.00	进口	每包含 125 条联排管，每条含 8 个独立管（总计 1000 个管）。管体容积为 0.2 mL，适用于标准反应体系。由高纯度聚丙烯制成，经认证不含 DNA/RNase，适用于高灵敏度实验。0.2ml平盖PCR薄壁管	是	1								
M20	M20-05	MicroAmp 8 联排管盖，透明	300 strips/盒	盒	550.00	进口	产品名称：MicroAmp™ 光学 8 联排管盖 规格：300 条/盒（每条包含 8 个管盖，共 2400 个盖） 颜色：透明（光学透明）。适配于ABI PCR扩增仪 管盖类型：平顶型（Flat Cap），专为实时荧光定量 PCR（qPCR）设计，以确保光学信号传输效率 适用容积：与 0.2 mL 的 8 联排管兼容 材质：聚丙烯（Polypropylene）	是	1								
M20	M20-06	Taq PCR Mix 预混液，（2×，含红染料）	1ml/支	支	58.00	进口	产品类型：2×浓度预混液，已包含Taq DNA聚合酶、dNTPs、$MgCl_2$、PCR缓冲液、稳定剂、增强剂及红色示踪染料。 主要成分与浓度： Taq DNA聚合酶（重组）：约0.1 U/μL $MgCl_2$：4 mM dNTPs（dATP、dCTP、dGTP、dTTP）：各0.4 mM	是	1								
M20	M20-07	质粒提取试剂盒	50次/盒	盒	380.00	进口	该试剂盒采用经典的碱裂解法和硅胶柱纯化方式，适合于从1.5-5.0ml培养过夜的大肠杆菌(DH5a，JM109)等菌液中抽提5-35ug高纯度的质粒DNA。操作者可在30分钟内完成多个样品的质粒提取工作。	是	1								
M20	M20-08	DNA marker 100分子量	500ul/支	支	655.00	进口	本制品是由100 bp至1000 bp间隔为100 bp的10条片段和1500 bp共11条双链DNA片段组成。其中500 bp的DNA片段的量为其它片段的3倍，其它片段亮度相同。本品已混有上样缓冲液，可直接用于凝胶电泳	是	1								

M21	M21-01	肺炎链球菌常见血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24人份/盒	人份	17.00	国产	产品用途：采用多重 TaqMan 荧光探针法实时荧光 PCR 技术，靶向肺炎链球菌临床常见致病性血清型的特异性保守基因 体外定性检测人鼻咽拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液、脑脊液、全血等临床样本中的对应血清型核酸，单管同步实现多血清型的筛查与鉴别，适用于肺炎链球菌所致肺炎、脑膜炎、败血症、中耳炎等感染的临床辅助诊断、血清型分型、流行株监测及流行病学溯源，适配各级医疗机构检验科、呼吸科实验室、儿科实验室、神经科实验室、疾控中心等场景，为肺炎链球菌感染的精准诊疗、耐药性关联分析及疫情防控提供快速分子分型依据，支持批量检测与应急筛查。 规格与组分：通用标准规格 24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒，核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2}+、多重扩增专属优化缓冲体系，适配肺炎链球菌核酸扩增特性）、肺炎链球菌常见血清分型多重引物探针混合液（各血清型靶标独立荧光标记，无信号交叉）、Taq 酶 / UNG 酶混合液（含高效防污染体系）；配套提供阳性质控品（各血清型重组质粒混合液）、阴性质控品（无菌无酶水）、人源 / 通用管家基因内标质控品、无菌无酶水，同时附中英文操作说明书、批次完整质检报告、多重血清型结果判读专用指南、荧光通道对应表；所有试剂均采用无菌冻存管独立密封分装，管体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期、各靶标荧光通道信息，外包装为防压、避光、防潮硬质材质，内附防震泡沫，保障试剂储存与运输稳定性，酶系及引物探针独立包装避免交叉污染。 核心检测性能指标：覆盖肺炎链球菌 1、3、4、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F 等临床常见致病性血清型，各血清型靶标设独立荧光通道，信号无交叉干扰、无淬灭，多重扩增无灵敏度衰减；各血清型检测下限均≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），低载量脑脊液、微量鼻咽拭子、痰液样本可稳定检出，满足临床早期感染及微量样本检测需求；各靶标特异性均≥99.5%，血清型间无交叉反应，与溶血性链球菌、猪链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟菌等常见呼吸道及侵袭性致病菌无交叉扩增阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%，检测结果与金标准分型方法一致性高；精密度优异，批内变异系数 CV≤5%，	是	1							
M21	M21-02	流感嗜血杆菌血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24人份/盒	人份	65.00	国产	24T/盒	是	1							
M21	M21-03	鼠疫PCR荧光试剂盒	24人份/盒	人份	25.00	国产	24T/盒	是	1							
M22	M22-01	志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的志贺氏菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。	是	3							

M22	M22-02	麻风分枝杆菌DNA检测试剂盒（荧光PCR法）	25人份/盒	人份	20.00	国产	一、产品用途 采用 TaqMan 荧光探针实时荧光 PCR 技术，靶向麻风分枝杆菌（ML）基因组高度保守特异性基因序列，体外定性检测人皮肤活检组织、鼻黏膜拭子、脑脊液、淋巴结穿刺液等临床样本中的麻风分枝杆菌 DNA，用于麻风病的早期快速辅助诊断、疑似病例确诊、疗效监测及流行病学筛查，适配各级医疗机构皮肤科、感染科、检验科及疾控中心麻风病防控实验室，为麻风病精准诊疗与疫情防控提供分子生物学依据。 二、规格与组分 标准规格：24 人份 / 盒、48 人份 / 盒、96 人份 / 盒。核心组分包含 PCR 反应液（含 dNTP、Mg^{2+}、优化缓冲体系）、麻风分枝杆菌特异性引物 - 探针混合液（FAM 荧光标记）、Taq 酶 / UNG 酶混合液（含防污染体系）；配套提供阳性质控品（麻风分枝杆菌重组质粒，定值浓度）、阴性质控品（无菌无酶水）、内标质控品（人源管家基因，HEX/VIC 荧光标记）、无菌无酶水；附中英文操作说明书、批次完整质检报告、结果判读指南、荧光通道对应表。所有试剂采用无菌冻存管独立密封分装，酶标板 / 反应管真空铝箔包装并内置干燥剂，外包装防压、避光、防潮，管体清晰标注产品名称、组分、批号、有效期、荧光通道等信息。 三、核心检测性能指标 特异性：≥99.5%，与结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌（NTM）、金黄色葡萄球菌、链球菌等常见致病菌无交叉扩增，可有效区分麻风分枝杆菌与其他分枝杆菌，排除同源序列干扰。 检测下限：≤500 copies/mL（≤10 copies / 反应），可稳定检出低载量临床样本，满足早期感染及潜伏感染筛查需求。 精密度：批内变异系数 CV≤5%，批间变异系数 CV≤6%，Ct 值变异≤0.5，不同批次、不同反应孔间结果一致性高。 符合率：阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%，与金标准（培养 / 病理）检测结果一致性优异。 抗干扰能力：可耐受样本中血红蛋白（≤5g/L）、胆红素（≤342 μmol/L）、脂类（TG≤20mmol/L）及常见组织抑制剂，内标质控正常	是	1							
M22	M22-03	鼠疫杆菌(YP)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	24人份/盒	人份	25.00	国产	24T/盒	是	1							

M23	M23-01	单增Asc I酶	10 U/uL	支	375.00	进口	一、产品基本信息 产品名称：Asc I 限制性内切酶（单增型），货号 R0558S（小规格）/R0558L（大规格），由美国 New England Biolabs（NEB）原装生产，为重组表达高纯度限制性内切酶，核心用于 DNA 分子克隆、基因编辑、载体构建、限制性片段长度多态性分析（RFLP）等分子生物学实验，适配高校、科研院所、药企研发、第三方检测实验室等场景。 二、核心酶学参数 识别位点与切割末端：特异性识别双链 DNA 序列 5’-GG↓CGCGCC-3’，切割产生 5’突出粘性末端（CGCG 突出），无平端切割活性，位点特异性强，无随机切割风险。 酶浓度与单位定义：标准浓度 10,000 units/mL；1 单位（U）定义为 37℃、50 μL 总反应体系中，1 小时内完全消化 1 μg Lambda DNA 所需的酶量。 反应条件：推荐反应温度 37℃，标准反应时间 1 小时；推荐缓冲体系为 NEB CutSmart™ Buffer（1×），在 NEBuffer 4 中也可实现 100% 活性；热失活条件为 65℃、20 分钟，可完全终止酶切反应。 甲基化敏感性：对 dam 甲基化、dcm 甲基化、CpG 甲基化均不敏感，可直接消化经甲基化修饰的 DNA 模板，无需去甲基化预处理。 星活性（非特异性切割）：仅在高酶量、低离子强度、长时间温育等极端条件下极微弱表现，常规实验条件下无星活性，切割特异性≥99.9%。 三、纯度与质控指标 非特异性核酸酶污染：30U Asc I 在 CutSmart™ Buffer 中 37℃温育 16 小时，1 μg Lambda DNA 无可见核酸酶降解条带，非特异性 DNase 活性≤检测下限。 切口酶活性：30U Asc I 消化 1 μg 超螺旋 PhiX174 DNA，4 小时后切口型 DNA 占比＜10%，切口酶活性极低。 外切酶活性：100U Asc I 消化单 / 双链 [³H] 标记 E.coli DNA，4 小时后放射性释放＜0.1%，外切酶污染可忽略。	是	1							
M24	M24-01	百日咳毒素（PT）和丝状血凝素（FHA）IgG抗体测定试剂盒（酶联免疫法）	96人份/盒	人份	25.00	国产	产品用途：采用酶联免疫吸附试验（ELISA）间接法原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的百日咳毒素（PT）特异性 IgG 抗体与丝状血凝素（FHA）特异性 IgG 抗体，可同步完成两种靶标抗体的定量检测，适用于百日咳疫苗免疫效果综合评估、人群百日咳免疫水平流行病学筛查、免疫接种后抗体滴度动态监测，亦可用于百日咳感染的回顾性诊断与临床辅助诊断，适配各级医疗机构检验科、预防接种门诊、疾控中心、儿童医疗机构等场景，为百日咳的免疫规划制定、个体免疫水平评估及疫情防控提供精准的血清学定量数据支持 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，为百日咳 PT、FHA 双抗原预包被可拆式 96 孔酶标板设计，核心组分包含百日咳毒素（PT）、丝状血凝素（FHA）高纯度双抗原包被 96 孔酶标板、PT-IgG/FHA-IgG 复合校准品（6 个梯度浓度，带量值溯源性）、质控品（阴性质控品、阳性质控品、临界值质控品，三水准定值质控，同时覆盖双靶标）、辣根过氧化物酶（HRP）标记抗人 IgG 抗体、专用样本稀释液、20× 浓缩洗涤液、TMB 单组分即用型显色液、硫酸终止液；配套提供封板膜、中英文操作说明书、批次完整质检报告、双靶标标准曲线绘制指导手册、结果判读参考指南，所有试剂均采用无菌医用级试剂瓶独立密封包装，酶标板采用真空铝箔密封包装并内置干燥剂，瓶体、孔条标签清晰标注产品名称、组分、批号、有效期、使用说明及双靶标检测对应信息，外包装为防压、避光、防潮硬质纸箱，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：双靶标检测特异性均≥98.5%，仅与百日咳 PT-IgG、FHA-IgG 特异性抗体结合，与白喉、破伤风、脑膜炎球菌、流感嗜血杆菌等其他呼吸道及传染病特异性抗体无交叉反应；可有效排除类风湿因子、异嗜性抗体等内源性物质干扰，无假阳性结果；检测灵敏度均≤0.1 IU/mL，可精准检出疫苗免疫后低滴度抗体样本及早期感染弱阳性样本，满足临床低水平抗体监测与早期筛查需求；双靶标定量线性范围均为 0.1-15.0 IU/mL，线性相关系数 R^2 均≥0.99，覆盖临床及免疫监测全范围抗体滴度区间，超出线性范围的样本经梯度稀释后检测结果准确，稀释回收率 90%-110%，稀释线性良好；精密度优异，PT、FHA 双靶标批内变异系数 CV≤8%，批间变	是	1							

M24	M24-02	A群脑膜炎球菌多糖（IgG）抗体ELISA检测试剂盒	96人份/盒	人份	14.00	国产	产品用途：采用酶联免疫吸附试验（ELISA）间接法原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的 A 群脑膜炎球菌多糖特异性 IgG 抗体，适用于 A 群流脑疫苗免疫效果评估、人群免疫水平流行病学筛查、免疫接种后抗体滴度动态监测，亦可用于 A 群脑膜炎球菌感染的回顾性诊断，适配各级医疗机构检验科、预防接种门诊、疾控中心、口岸检疫实验室等场景，为 A 群流脑的免疫规划制定、个体免疫水平评估提供精准血清学定量数据。 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，试剂盒为预包被酶标板设计，核心组分包含 A 群脑膜炎球菌多糖抗原预包被 96 孔可拆式酶标板、A 群脑膜炎球菌多糖 IgG 抗体校准品（6 个梯度浓度，带国家 / 国际标准物质溯源性）、质控品（阳性质控品、阴性质控品、临界值质控品）、酶标记抗人 IgG 抗体（HRP 标记）、样本稀释液、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液；配套提供封板膜、中英文操作说明书、批次完整质检报告、标准曲线绘制指导手册，所有试剂均采用无菌试剂瓶独立密封包装，酶标板采用真空铝箔密封包装，内置干燥剂，保障试剂及包被板稳定性。 核心检测性能指标：检测特异性≥99%，仅与 A 群脑膜炎球菌多糖特异性 IgG 抗体结合，与 B、C、W135、Y 群脑膜炎球菌多糖抗体及百日咳、流感嗜血杆菌等其他呼吸道传染病特异性抗体无交叉反应，无内源性干扰导致的假阳性；检测灵敏度≤0.1 μg/mL，可精准检出低滴度抗体样本，满足疫苗免疫后低水平抗体监测需求；定量线性范围 0.1-10.0 μg/mL，线性相关系数 R^2≥0.99，覆盖临床及免疫监测常见抗体滴度区间，超出线性范围的样本经合理稀释后检测结果准确，稀释回收率 90%-110%；精密度优异，批内变异系数 CV≤8%，批间变异系数 CV≤10%，不同酶标板孔间、不同批次产品检测结果一致性高，吸光度值稳定；抗干扰能力强，可耐受样本中溶血（Hb≤5g/L）、脂血（TG≤20mmol/L）、黄疸（TBIL≤342 μmol/L）及常见抗凝剂（EDTA、肝素、枸橼酸钠）干扰，干扰物存在时检测结果相对偏差≤±10%；校准品具有明确的量值溯源性，可溯源至国家药品标准物质，定量结果准确可靠，可与同类型标准检测方法结果互认；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥	是	1							
M24	M24-03	C群脑膜炎球菌多糖（IgG）抗体ELISA检测试剂盒	96人份/盒	人份	14.00	国产	产品用途：采用 ELISA 间接法原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的 C 群脑膜炎球菌多糖特异性 IgG 抗体，适用于 C 群流脑疫苗免疫效果评估、人群 C 群流脑免疫水平筛查、免疫接种后抗体滴度监测，及 C 群脑膜炎球菌感染的回顾性诊断，适配疾控中心、预防接种门诊、各级医疗机构检验科等场景，为 C 群流脑的免疫防控、疫苗接种效果评价提供精准的血清学定量依据。 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，为抗原预包被可拆式 96 孔酶标板设计，核心组分包含 C 群脑膜炎球菌多糖抗原预包被酶标板、6 梯度浓度 C 群多糖 IgG 抗体校准品（带溯源性）、阴 / 阳 / 临界值三水准质控品、HRP 标记抗人 IgG 抗体、样本稀释液、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液；配套封板膜、中英文操作说明书、批次质检报告、标准曲线绘制手册，试剂无菌独立包装，酶标板真空密封防潮。 核心检测性能指标：特异性≥99%，与其他血清群脑膜炎球菌多糖抗体无交叉反应，无杂抗体干扰；检测灵敏度≤0.1 μg/mL，可检出低滴度免疫后抗体样本；线性范围 0.1-10.0 μg/mL，R^2≥0.99，稀释回收率 90%-110%；批内 CV≤8%，批间 CV≤10%，孔间一致性良好；耐受溶血、脂血、黄疸及常见抗凝剂干扰，结果偏差≤±10%；校准品溯源至国家药品标准物质，阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%。 试剂与反应体系特性：高纯度 C 群脑膜炎球菌多糖抗原均匀包被，抗原活性稳定；HRP 标记抗人 IgG 抗体特异性强，酶活稳定；样本稀释液含封闭剂，降低背景吸光度；TMB 单组分显色液显色稳定，无自显色，终止后吸光度值短期稳定；各试剂组分配伍性优化，反应体系稳定无干扰。 操作要求：样本为血清 / 血浆，2-8℃保存≤72h，-20℃保存≤6 个月，避免反复冻融；试剂室温平衡 30 分钟后使用，浓缩洗涤液按比例稀释；37℃恒温温育 30 分钟 / 步，全程检测≤2.5 小时；酶标仪 450nm/620-630nm 读取结果，校准曲线 R^2≥0.99 且质控合格为实验有效。 储存与运输：2-8℃避光冷藏保存，严禁冷冻，酶标板开封后 2-8℃	是	1							

M24	M24-04	W135群脑膜炎球菌多糖抗体IgG ELISA检测试剂盒	96人份/盒	人份	21.00	国产	产品用途：采用 ELISA 间接法原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的 W135 群脑膜炎球菌多糖特异性 IgG 抗体，适用于 W135 群流脑疫苗免疫效果评估、重点人群免疫水平流行病学筛查、免疫接种后抗体滴度监测，适配疾控中心、出入境检验检疫实验室、三级医疗机构检验科等场景，为 W135 群流脑的精准防控、疫苗免疫规划制定提供血清学定量数据支持。 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，核心组分含 W135 群脑膜炎球菌多糖抗原预包被 96 孔可拆式酶标板、6 梯度校准品、阴 / 阳 / 临界值质控品、HRP 标记抗人 IgG 抗体、样本稀释液、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液；配套封板膜、操作说明书、批次质检报告，所有试剂无菌独立密封包装，酶标板真空防潮包装。 核心检测性能指标：特异性≥99%，与 A、B、C、Y 群脑膜炎球菌多糖抗体及其他呼吸道致病菌抗体无交叉反应；检测灵敏度≤0.1 μg/mL，低滴度抗体样本可稳定检出；线性范围 0.1-10.0 μg/mL，线性相关系数 R^2≥0.99，稀释回收率 90%-110%；批内变异系数 CV≤8%，批间变异系数 CV≤10%，检测结果重复性好；抗干扰能力强，耐受溶血、脂血、黄疸及常见抗凝剂，干扰偏差≤±10%；校准品具有明确量值溯源性，阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%。 试剂与反应体系特性：高纯度 W135 群多糖抗原包被，结合力强、活性稳定；酶标抗体经纯化优化，标记效率高，信号稳定；样本稀释液封闭非特异性结合位点，降低背景；显色液体系稳定，无自显色，终止后吸光度值稳定；试剂间无配伍干扰，反应体系重复性优异。 操作要求：适配血清、血浆样本，样本离心后取上清，2-8℃短期保存，-20℃低温保存，避免反复冻融；试剂室温平衡后使用，按说明书完成加样、温育、洗涤、显色等操作，37℃温育 30 分钟 / 步，全程检测≤2.5 小时；酶标仪双波长读取结果，校准曲线及质控指标达标即为实验有效	是	1							
M24	M24-05	Y群脑膜炎球菌多糖IgG（ELISA）检测试剂盒	96人份/盒	人份	21.00	国产	产品用途：采用 ELISA 间接法原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的 Y 群脑膜炎球菌多糖特异性 IgG 抗体，适用于 Y 群流脑疫苗免疫效果评估、人群 Y 群流脑免疫水平筛查、免疫接种后抗体滴度动态监测，适配疾控中心、预防接种门诊、各级医疗机构检验科等场景，为 Y 群流脑的免疫防控、疫苗接种效果评价提供精准的血清学定量依据。 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，为 Y 群脑膜炎球菌多糖抗原预包被 96 孔可拆式酶标板设计，核心组分包含预包被酶标板、6 梯度浓度 Y 群多糖 IgG 抗体校准品（带国家标物溯源性）、阴 / 阳 / 临界值质控品、HRP 标记抗人 IgG 抗体、样本稀释液、浓缩洗涤液、TMB 显色液、终止液；配套封板膜、中英文操作说明书、批次完整质检报告、标准曲线绘制指导手册，试剂无菌独立包装，酶标板真空铝箔密封。 核心检测性能指标：特异性≥99%，仅与 Y 群脑膜炎球菌多糖 IgG 抗体特异性结合，与其他血清群脑膜炎球菌多糖抗体无交叉反应；无内源性及外源性抗体干扰；检测灵敏度≤0.1 μg/mL，可精准检出疫苗免疫后低滴度抗体样本；定量线性范围 0.1-10.0 μg/mL，线性相关系数 R^2≥0.99，超出线性范围样本稀释后检测结果准确；稀释回收率 90%-110%；批内变异系数 CV≤8%，批间变异系数 CV≤10%，孔间检测结果一致性高；抗干扰能力强，耐受样本中溶血、脂血、黄疸及常见抗凝剂干扰，检测结果相对偏差≤±10%；校准品溯源至国家药品标准物质，定量结果准确可靠；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%。 试剂与反应体系特性：高纯度 Y 群脑膜炎球菌多糖抗原均匀包被于酶标板，抗原结合力强、活性稳定，无脱包被现象；HRP 标记抗人 IgG 抗体亲和纯化度高，特异性强，酶活稳定，信号扩增效果好；样本稀释液含专用封闭剂，有效降低非特异性结合，提升检测信噪比；TMB 单组分显色液显色均匀、色泽稳定，无自显色，终止后吸光度值在 1 小时内无明显衰减；所有试剂组分配伍性优化，无相互干扰，反应体系稳定。 操作要求：样本类型为人血清、血浆，采集后离心取上清，2-8℃保	是	1							

M24	M24-06	白喉IgG检测试剂盒	96人份/盒	人份	100.00	国产	产品用途：采用酶联免疫吸附试验（ELISA）间接法原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的白喉 IgG 特异性抗体，适用于白喉疫苗免疫效果评估、人群白喉免疫水平流行病学筛查、免疫接种后抗体滴度动态监测，亦可用于白喉感染的回顾性诊断，适配各级医疗机构检验科、预防接种门诊、疾控中心、社区卫生服务中心等场景，为白喉的免疫规划制定、个体免疫水平评估及疫情防控提供精准的血清学定量数据支持。 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，为白喉毒素抗原预包被可拆式酶标板设计，核心组分包含白喉毒素高纯度抗原预包被 96 孔酶标板、白喉 IgG 抗体校准品（6 个梯度浓度，带量值溯源性）、质控品（阴性质控品、阳性质控品、临界值质控品）、辣根过氧化物酶（HRP）标记抗人 IgG 抗体、样本稀释液、20× 浓缩洗涤液、TMB 单组分显色液、终止液；配套提供封板膜、中英文操作说明书、批次完整质检报告、标准曲线绘制指导手册，所有试剂均采用无菌医用级试剂瓶独立密封包装，酶标板采用真空铝箔密封包装并内置干燥剂管体 / 瓶体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期、储存条件等关键信息，外包装为防压、避光、防潮硬质纸箱。 核心检测性能指标：检测特异性≥98.5%，仅与白喉 IgG 特异性抗体结合，与破伤风、百日咳、脑膜炎球菌等其他传染病特异性抗体无交叉反应，无内源性蛋白、类风湿因子等导致的假阳性；检测灵敏度≤0.1 IU/mL，可精准检出疫苗免疫后低滴度抗体样本，满足基层实验室低水平抗体监测需求；定量线性范围 0.1-10.0 IU/mL，线性相关系数 R^2≥0.99，覆盖临床及免疫监测常见抗体滴度区间，超出线性范围的样本经 10 倍、20 倍稀释后检测结果准确，稀释回收率 90%-110%；精密度良好，批内变异系数 CV≤8%，批间变异系数 CV≤10%，酶标板孔间、不同批次产品检测结果一致性高，吸光度值稳定无波动；抗干扰能力强，可耐受样本中溶血（Hb≤5g/L）、脂血（TG≤20mmol/L）、黄疸（TBIL≤342μmol/L）及常见抗凝剂（EDTA、肝素、枸橼酸钠）干扰，干扰物存在时检测结果相对偏差≤±10%；校准品量值可溯源至国家相关标准物质，定量结果准确可靠，可与同类型标准检测方法结果互认；阳性符合率≥98%，阴性符	是	1							
M24	M24-07	百日咳IgG检测试剂盒（BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN IgG）	96人份/盒	人份	20.00	进口	产品用途：采用酶联免疫吸附试验（ELISA）间接法原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的百日咳杆菌特异性 IgG 抗体，适用于百日咳疫苗免疫效果评估、人群百日咳免疫水平流行病学筛查、免疫接种后抗体滴度动态监测，亦可用于百日咳感染的回顾性诊断与临床辅助诊断，适配各级医疗机构检验科、预防接种门诊、疾控中心、儿童医疗机构等场景，为百日咳的免疫规划制定、个体免疫水平评估及疫情防控提供精准的血清学定量数据支持。 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，为百日咳杆菌特异性抗原预包被可拆式酶标板设计，核心组分包含百日咳杆菌高纯度抗原预包被 96 孔酶标板、百日咳 IgG 抗体校准品（6 个梯度浓度，量值可溯源至国际标准物质）、质控品（阴性质控品、阳性质控品、临界值质控品，三水准定值质控）、辣根过氧化物酶（HRP）标记抗人 IgG 抗体、专用样本稀释液、20× 浓缩洗涤液、TMB 单组分即用型显色液、硫酸终止液；配套提供封板膜、中英文操作说明书、批次完整质检报告、标准曲线绘制指导手册、结果判读参考指南，所有试剂均采用无菌医用级试剂瓶独立密封包装，酶标板采用真空铝箔密封包装并内置干燥剂，瓶体 / 孔条标签清晰标注产品信息、批号、有效期及使用说明，外包装为防压、避光、防潮硬质纸箱。 核心检测性能指标：检测特异性≥99%，仅与百日咳杆菌特异性 IgG 抗体结合，与白喉、破伤风、脑膜炎球菌、流感嗜血杆菌等其他呼吸道及传染病特异性抗体无交叉反应，可有效排除类风湿因子、异嗜性抗体等内源性物质干扰，无假阳性结果；检测灵敏度≤0.1 IU/mL，可精准检出疫苗免疫后低滴度抗体样本及早期感染弱阳性样本，满足临床低水平抗体监测需求；定量线性范围 0.1-15.0 IU/mL，线性相关系数 R^2≥0.99，覆盖临床及免疫监测全范围抗体滴度区间，超出线性范围的样本经梯度稀释后检测结果准确，稀释回收率 90%-110%，稀释线性良好；精密度优异，批内变异系数 CV≤7%，批间变异系数 CV≤9%，酶标板孔间、不同批次产品检测结果一致性高，吸光度值稳定无波动；抗干扰能力强，可耐受样本中溶血（Hb≤6g/L）、脂血（TG≤25mmol/L）、黄疸（TBIL≤350μmol/L）及常见抗凝剂（EDTA、肝素、枸橼酸钠）干扰，干扰物存在时检测结果	是	1							

M25	M25-01	白喉IgG抗体检测试剂盒	96人份/盒	人份	20.00	进口	产品用途：采用酶联免疫吸附试验（ELISA）原理，体外定量检测人血清、血浆样本中的白喉 IgG 特异性抗体，适用于人群白喉抗体水平的流行病学筛查、白喉疫苗免疫效果评估、免疫接种后抗体滴度监测，亦可用于白喉感染的回顾性诊断，适配疾控中心、各级医疗机构检验科、预防接种门诊、职业病防治机构、口岸检疫实验室等场景，为白喉的预防控制、疫苗免疫规划制定及个体免疫水平评估提供精准的血清学定量数据。 规格与组分：标准规格 96 人份 / 盒，试剂盒为预包被酶标板设计，核心组分包含白喉毒素抗原预包被 96 孔可拆式酶标板、白喉 IgG 抗体校准品（含 6 个梯度浓度，带溯源性）、质控品（阳性质控品、阴性质控品、临界值质控品）、生物素标记抗人 IgG 检测抗体、酶结合物（HRP 标记链霉亲和素）、浓缩洗涤液、样本稀释液、TMB 显色液、终止液；配套提供封板膜、中英文操作说明书、批次质检报告、标准曲线绘制指导手册；所有试剂均采用无菌试剂瓶独立密封包装，酶标板真空密封包装，管体 / 瓶体清晰标注产品名称、组分、规格、生产批号、有效期等信息，外包装为防压、避光、防潮材质，保障试剂储存稳定性。 核心检测性能指标：检测特异性≥99%，仅与白喉 IgG 特异性抗体结合，与破伤风、百日咳等其他呼吸道传染病抗体及常见病原体抗体无交叉反应，无内源性干扰导致的假阳性；检测灵敏度≤0.1 IU/mL，可精准检出低滴度白喉 IgG 抗体，满足疫苗免疫后低水平抗体监测需求；定量线性范围 0.1-10.0 IU/mL，线性相关系数 R^2 ≥0.99，覆盖临床及免疫监测常见抗体滴度区间，超出线性范围样本经稀释后检测结果准确；精密度优异，批内变异系数 CV≤8%，批间变异系数 CV≤10%，不同批次、不同孔间检测结果一致性高，吸光度值稳定；抗干扰能力强，可耐受样本中溶血（Hb≤5g/L）、脂血（TG≤20mmol/L）、黄疸（TBIL≤342μmol/L）及常见抗凝剂（EDTA、肝素、枸橼酸钠），干扰物存在时检测结果偏差≤±10%；校准品具有国际标准物质溯源性，定量结果准确可靠，可与国际通用检测结果互认；阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥98.5%，检测结果与金标准方法一致性高。	是	1							
M25	M25-02	军团菌IgG抗体检测试剂盒	96人份/盒	人份	20.00	进口	规格：96人份/盒　检测方法：酶联免疫法　检测性质：定性/定量　有效期：24个月　敏感性：>99% 特异性：93.7%　反应时间：2h　试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL　临界值（cutoff值）为一个区间范围 酶标抗体是碱性磷酸酶	是	1							
M25	M25-03	军团菌IgM抗体检测试剂盒	96人份/盒	人份	20.00	进口	规格：96人份/盒　检测方法：酶联免疫法　检测性质：定性/定量　有效期：24个月　敏感性：>99% 特异性：93.7%　反应时间：2h　试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL　临界值（cutoff值）为一个区间范围 酶标抗体是碱性磷酸酶	是	1							
M25	M25-04	Orientia tsutsugamushi IFA IgG Antibody Kit 恙虫东方体IgG抗体IFA检测试剂盒	100T	人份	200.00	进口	100T	是	1							
M25	M25-05	Orientia tsutsugamushi IFA IgM Antibody Kit 恙虫东方体IgM抗体IFA检测试剂盒	100T	人份	200.00	进口	100T	是	1							
M26	M26-01	RNAprep Pure培养细胞 / 细菌总RNA提取试剂盒 (DP430)	50次/盒	盒	1240.00	国产	核心参数与性能 提取时间：30-40分钟内可完成多个样品的提取。 样本通量：可同时处理大量不同样品，适合高通量需求。 洗脱体积：通常为50 μl，上样量建议为2-4 μl。 纯度与质量：提取的总RNA纯度高，无蛋白质和其他杂质残留，电泳图显示清晰的28S、18S rRNA条带	是	1							
M26	M26-02	1.8cm细胞刮刀	1.8cm/个	个	13.00	进口	适用于收集细胞，刀头设计可最大限度减少细胞损伤，确保均匀接触生长表面，可用于25和75cm^2培养瓶 独立包装，经过γ-辐照灭菌，经认证无热原，100个/箱	是	1							
M26	M26-03	96孔黑色/透明底孔板，TC表面	96孔/块	块	95.00	进口	颜色：黑色，透明底；无菌性：无菌；盖：带盖；类型：光学聚合物基座,Case of 30	是	1							
M26	M26-04	dNTP 套装	4*250 ul	包	200.00	国产	100 mM	是	1							
M27	M27-01	LbCas12a(cpf1)	1000pmol	支	1700.00	国产	Control Target DNA and crRNA 于-80° C保存并避免反复冻融，6个月内使用；其余组分-20° C保存	是	1							

M27	M27-02	HA11509 AsCas12a(cpf1) Crispr 核酸酶	1000pmol	支	5400.00	国产	规格：提供100 pmol和1,000 pmol两种规格 储存条件：组分需在-20℃下储存，运输温度不超过0℃ 酶特性：由crRNA单独引导，无需tracrRNA 识别靶标双链DNA上的PAM序列（TTTV，其中V=A/C/G） 切割双链DNA后产生粘性末端 具有反式剪切活性，可激活非特异性切割单链DNA	是	1							
M27	M27-03	HP90206-48 RT-RAA核酸扩增试剂盒(试剂条法)	48测试/盒	盒	2200.00	国产	基于RAA技术开发的恒温核酸扩增检测试剂，在实验条件下特异识别并扩增目标样本的基因片段	是	1							
M27	M27-04	HP90204-48 RT-RAA核酸扩增试剂盒(荧光法)	48测试/盒	盒	2200.00	国产	基于 RAA 技术开发的恒温核酸扩增检测试剂，在实验条件下特异识别并扩增目标样本的基因片段，可用荧光检测仪实时监控扩增过程，5-20 min 扩增检测完成	是	1							
M27	M27-05	HP90202-48 RT-RAA核酸扩增试剂盒（基础型）	48测试/盒	盒	2200.00	国产	基于 RAA 技术开发的恒温核酸扩增检测试剂，在实验条件下特异识别并扩增目标样本的基因片段，可用琼脂糖凝胶电泳直接判断是否扩增出目的片段	是	1							
M27	M27-06	HP90205-48 RAA核酸扩增试剂盒(试剂条法)	48测试/盒	盒	1850.00	国产	基于RAA技术开发的恒温核酸扩增检测试剂，在实验条件下特异识别并扩增目标样本的DNA片段	是	1							
M27	M27-07	HP90203-48 RAA核酸扩增试剂盒(荧光法)	48测试/盒	盒	1850.00	国产	基于 RAA 技术开发的恒温核酸扩增检测试剂，在实验条件下特异识别并扩增目标样本的DNA片段，可用荧光检测仪实时监控扩增过程，5-20 min 扩增检测完成	是	1							
M27	M27-08	HP90201-48 RAA核酸扩增试剂盒（基础型）	48测试/盒	盒	1850.00	国产	基于 RAA 技术开发的恒温核酸扩增检测试剂，在实验条件下特异识别并扩增目标样本的DNA片段，可用琼脂糖凝胶电泳直接判断是否扩增出目的片段	是	1							
M27	M27-09	HA11707 T7核酸外切酶 T7 Exonuclease	100 μl/1ml	支	660.00	国产	T7核酸外切酶作用于双链DNA，沿5’→3’方向催化去除5’单核苷酸，它既能从5’末端起始消化，也能从双链 DNA的切刻或缺口处起始消化，它既能降解5’磷酸化 DNA 也能降解5’去磷酸化DNA	是	1							
M27	M27-10	LbaCas12a Nuclease	200μL	支	1150.00	国产	来源于Lachnospiraceae bacterium ND2006菌株，在靶标 DNA 存在 PAM 的情况下，可特异地切割靶标双链 DNA	是	1							
M27	M27-11	EH0506 LbuCas13a 核酸酶	500pmol	支	4200.00	国产	一种来源于细菌 Leptotrichia buccalis的Cas13a效应蛋白，可利用CRISPR RNA(crRNA)来识别和切割RNA	是	1							
M27	M27-12	HA11726 LwaCas13a Crispr 核酸酶	1000pmol	支	5400.00	国产	来源于Leptotrichia wadei菌株。可特异地识别并剪切靶标RNA	是	1							
M27	M27-13	HA11504 AacCas12b(C2c1) Crispr 核酸酶	1000pmol	支	6190.00	国产	AacCas12b(又名C2c1)是依赖于crRNA和tracrRNA共同介导的(或融合后的sgRNA单独介导的)DNA核酸内切酶，来源于嗜酸耐热菌 Alicyclobacillus acidoterrestris，在靶标双链DNA存在PAM(5’-TTN-3’)的情况下，可特异地剪切靶标DNA	是	1							
M27	M27-14	EH00401 AacCas12b 核酸酶	1000pmol	支	6190.00	国产	AacCas12b 来源于嗜酸耐热菌 Alicyclobacillus acidoterrestris，。AacCas12b属于II型CRISPR-Cas系统，可利用crRNA来识别和切割DNA	是	1							
M27	M27-15	EH00402 AapCas12b 核酸酶	1000pmol	支	6190.00	国产	AapCas12b 来源于嗜酸耐热菌 Alicyclobacillus acidiphilus，最佳剪切反应温度为 60℃，比 AacCas12b更耐高温。它属于II型 CRISPR-Cas系统，可利用crRNA来识别和切割DNA	是	1							
M27	M27-16	HA11624 CRISPR LbCas12a(cpf1)蛋白 Crispr 核酸酶	1000pmol	支	1450.00	国产	来源于Lachnospiraceae bacterium ND2006菌株，在靶标 DNA 存在 PAM 的情况下，可特异地切割靶标双链 DNA	是	1							
M28	M28-01	军团菌保存液	1mL*50支/盒	支	10.00	国产	用于军团菌的保存	是	1							
M28	M28-02	军团菌核酸检测试剂盒（探针法）	24、48T/盒或25、50T/盒	人份	35.00	国产	荧光探针法鉴定军团菌	是	1							
M28	M28-03	军团菌、嗜肺军团菌双重核酸检测试剂盒（探针法）	24、48T/盒或25、50T/盒	人份	50.00	国产	荧光探针法鉴定军团菌、嗜肺军团菌	是	1							
M28	M28-04	脱脂牛奶菌种保存液（进口）	0.5mL*100支/盒	盒	800.00	国产	用于百日咳、白喉、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌等呼吸道细菌的保存	是	1							
M28	M28-05	肺炎支原体培养药敏试剂盒	20人份/盒	人份	60.00	国产	20人份/盒	是	1							
M28	M28-06	肺炎链球菌核酸检测试剂盒（探针法）	25、50T/盒	人份	27.00	国产	荧光探针法鉴定肺炎链球菌	是	1							
M29	M29-01	Bst 8.0 DNA Polymerase	40kU	支	3237.90	国产	EnzymoPure™，无DNA/RNA酶活性，具备更强链置换能力、dUTP耐受性、耐盐性、非离子去垢剂耐受性，反应温度可达72° C（LAMP/RT-LAMP）8。	是	1							
M29	M29-02	dTTP(100mM)	250μL	支	67.00	国产	高度稳定的核苷酸，以 100 mM 水溶液形式提供，并使用 NaOH 滴定至 pH 7.3-7.5。此核苷酸纯度大于 99%，不含核酸酶活性及人源和大肠杆菌 DNA	是	1							
M29	M29-03	dNTP/dUTP Mixture (2.5mM each/5mM)	5ml	支	237.00	国产	为dATP、dCTP、dGTP和dUTP的混合水溶液，其中dATP、dCTP、dGTP的终浓度为2.5 mM，dUTP的终浓度为5 mM。5ml/瓶	是	1							

M29	M29-04	FnCas12a (Cpf1)	2000pmol	支	1598.00	国产	一款性能成熟、参数透明的国产CRISPR-Cas12a工具酶：具备TTN-PAM识别、粘性末端切割、内置NLS、高特异性四大优势，配套明确的体外活性验证方案与多档规格选择，适合从基础编辑到多重编辑的科研需求。2000pmol/支	是	1							
M29	M29-05	TwistAmp Basic Kit	96T/盒	盒	5500.00	进口	可实现 DNA 扩增。包含 DNA 扩增所需的所有酶和试剂，用户只需提供引物和模板；非常适用于：终点凝胶电泳 DNA 检测、下游应用（例如亚克隆）。主要特点：快速DNA检测、单个分子检测、超灵敏、 多重检测、96 次反应	是	1							
M29	M29-06	TwistAmp Exo Kit	96T/盒	盒	5500.00	进口	一款高灵敏、超快速、真正免热循环的进口RPA荧光检测试剂盒，核心优势在于37° C恒温20分钟内完成单分子DNA实时检测，但需严格匹配30－35 bp引物与exo探针，且不支持电泳验证。96次反应 /盒	是	1							
M29	M29-07	Bst 6.0 DNA Polymerase	40kU	支	1998.00	国产	EnzymoPure™纯度等级、无DNA内切酶和外切酶活性的重组酶，货号R744264，储存温度为-20° C	是	1							
M29	M29-08	Bst DNA Polymerase, Large Fragment (powder)	4000U	支	566.00	国产	专用于等温扩增的高链置换活性DNA聚合酶，核心参数为：65℃最适温、8 U/μL常见浓度、缺失所有外切酶活性、需－20℃干燥保存，广泛适配LAMP/RCA/HDA等技术。	是	1							
M29	M29-09	dUTP (100mM)	1ml	支	516.00	国产	中文名称：dUTP溶液(100mM) 英文名称：100mM dUTP Solution 规格：1mL 浓度：100 mM pH值：通常为7.0-7.5（以超纯水配制） 纯度要求：高纯度（≥99%），无核酸酶污染 主要应用：PCR、real-time PCR、cDNA合成、等温扩增、DNA测序等	是	1							
M30	M30-01	分枝杆菌改良中性罗氏培养基	7 mL/支	支	9.00	国产	7 mL/支	是	1							
M30	M30-02	分枝杆菌酸性罗氏培养基	7 mL/支	支	9.00	国产	7 mL/支	是	1							
M30	M30-03	分枝杆菌药敏罗氏培养基	7 mL/支	支	10.00	国产	7 mL/支	是	1							
M30	M30-04	形态学染色用玻片	5片/盒	盒	225.00	国产	1、产品用途：用抗酸染色液染色后，作为观察抗酸阳性菌生物学形态及结构特征的染色示例，为临床操作提供指导。 2、产品规格：可提供5片/盒、10片/盒、12片/盒。所有规格都需在注册证中明确体现。 3、方便即用：玻片已经过加热固定处理，可直接进行染色。 4、菌体典型：采用偶然分枝杆菌作为阳性菌，菌体性能接近临床阳性标本。 5、生物安全：高压灭菌，采用压力为103.4kPa(1.05kg/cm2)，温度为121.3℃的标准灭菌方式进行灭菌，再经过紫外线照射。 6、防脱处理：载玻片经过特殊防脱处理。 7、结果判读：如经过抗酸染色（萋尼氏法或冷染法）后，抗酸阳性菌呈红色，背景以及阴性菌呈淡蓝色；如经过抗酸染色（荧光金胺O法）后，抗酸阳性菌呈明亮的橘黄色或黄绿色杆状略弯曲，而背景为黑色。 8、储存条件：5℃～30℃室温环境。收缩膜抽真空包装且内置防潮剂，可防污染、防潮解、防霉变，使玻片品质更持久稳定。	是	1							
M30	M30-05	抗酸染色液（冷染法）	4×250ml/盒	瓶	100.00	国产	4×250ml/盒	是	1							
M30	M30-06	结核分枝杆菌利福平耐药突变检测试剂盒	48测试/盒	测试	76.00	国产	1、可检测利福平耐药基因rpoB507~533之间的81bp内任意突变； 2、野生型检测限为 2×104 菌/mL，突变型检测限为 2×104 菌/mL； 3、可以检测不均一耐药； 4、野生型符合率：100%（参考品）； 5、突变型符合率：100%（参考品）； 6、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 7、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥95%，临床特异性（真阴性率）≥95%； 8、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测； 9、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性； 10、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果； 11、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。	是	1							

M31	M31-01	样本稀释液-NaOH碱处理液	500ml	瓶	40.00	国产	500ml	是	1							
M31	M31-02	麻风染液	100mL	套	400.00	国产	100mL	是	1							
M31	M31-03	结核分枝杆菌药敏试剂盒	1测试/96孔，10测试/盒	测试	200.00	国产	1测试/96孔，10测试/盒	是	1							
M31	M31-04	结核分枝杆菌药敏试剂盒	2测试/96孔，20测试/盒	测试	150.00	国产	2测试/96孔，20测试/盒	是	1							
M31	M31-05	结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测试剂盒	48测试/盒	测试	76.00	国产	1、可检测异烟肼耐药突变位点的检测区域范围为：ahpC启动子区、inhA94密码子、inhA启动子区位点以及katG315密码子； 2、野生型检测限为 2×103 菌/mL，突变型检测限为 104 菌/mL； 3、可以检测不均一耐药； 4、野生型符合率：100%（参考品）； 5、突变型符合率：100%（参考品）； 6、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 7、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥90%，临床特异性（真阴性率）≥96%； 8、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 9、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性； 10、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果； 11、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读； 12、需取得NMPA的三类体外诊断试剂注册证	是	1							
M32	M32-01	结核分枝杆菌氟喹诺酮耐药突变检测试剂盒	48测试/盒	测试	76.00	国产	1、可检测gyrA基因与氟喹诺酮耐药相关的88~94位密码子突变； 2、野生型检测限和突变型检测限均为 2×104 菌/mL； 3、可以检测不均一耐药； 4、野生型符合率：100%（参考品）； 5、突变型符合率：100%（参考品）； 6、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 7、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥87%，临床特异性（真阴性率）≥98%； 8、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测； 9、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性； 10、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果； 11、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读；	是	1							
M33	M33-01	结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测试剂盒	48测试/盒	测试	76.00	国产	1、可检测embB基因306位、406位、497位密码子这些与乙胺丁醇耐药相关的基因突变； 2、野生型检测限、突变型检测限均为1×104菌/mL； 3、可以检测不均一耐药； 4、野生型符合率：100%（参考品）； 5、突变型符合率：100%（参考品）； 6、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 7、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥85%，临床特异性（真阴性率）≥95%； 8、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测； 9、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性； 10、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果； 11、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读；	是	1							

M34	M34-01	结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测试剂盒	48测试/盒	测试	76.00	国产	1、可检测链霉素rpsL基因43位密码子和88位密码子以及rrs基因513~517位点的突变； 2、野生型检测限、突变型检测限均为1×105 菌/mL； 3、可以检测不均一耐药； 4、野生型符合率：100%（参考品）； 5、突变型符合率：100%（参考品）； 6、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 7、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥88%，临床特异性（真阴性率）≥95%； 8、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 9、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性。 10、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果。 11、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。	是	1							
M35	M35-01	分枝杆菌鉴定检测试剂盒	48测试/盒	测试	160.00	国产	1.内容物：引物、探针、dNTPs、UNG酶、内控基因SUC2模板； 2.规格：48测试/盒； 3.试剂方法：荧光PCR熔解曲线法； 4.采用荧光PCR熔解曲线法检测不同分枝杆菌 ITS 片段的特异序列，适用于临床分枝杆菌感染的辅助诊断； 5.可检测19种分枝杆菌并鉴定至复合群或种的水平，包括：结核分枝杆菌（复合群）、耻垢分枝杆菌、牛分枝杆菌、龟分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、脓肿分枝杆菌等19种； 6.最低检出限为1000菌/mL； 7.检测时间3小时； 8.无需额外仪器判读； 9.稳定性：单管单人份冻干试剂，可常温运输； 10.有效期：18个月； 11.PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性； 12.PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理； 13.体系中加入外源内控模板，有效防止假阴性；	是	1							
M36	M36-01	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒	48测试/盒	测试	35.00	国产	1.使用标本：痰标本等 2.内容物：引物、探针、dNTP/dUTP Mix、Taq 酶、UNG酶、内控模板 3.规格：48人份/盒 4.试剂方法：实时荧光PCR方法； 5.采用实时荧光PCR方法检测结核分枝杆菌复合群（MTBC）特异的IS6110基因，适用于MTBC的快速检测和筛查。 6.对国家阴性参考品和阳性参考品符合率均为100%，重复性CV≤3%，临床样本阳性符合率、阴性符合率、总符合率均＞95%。 7.最低检出限为10菌/ml ； 8.检测时间2小时以内； 9.无需额外仪器判读； 10.稳定性：单管单人份冻干试剂，7天内可常温运输； 11.有效期：18个月； 12.质量保证：生产厂家通过ISO9001、ISO13485认证；	是	1							
M37	M37-01	MiSeq Reagent Kit v3 (150cycle,25M Reads)	150 循环	套	11000.00	进口	1.适用于illumina Miseq 测序平台 2.包含有文库杂交缓冲液、试剂卡夹、测序流动槽等 3.具有颜色标志的文库加样孔，避免文库错误添加 4.具有不少于单端25M 双端50M reads 5.读长为150循环 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须提供技术人员上门服务。	是	1							
M37	M37-02	MiSeq Reagent Kit v3 (600cycle,25M Reads)	600 循环	套	16000.00	进口	1.适用于illumina Miseq 测序平台 2.包含有文库杂交缓冲液、试剂卡夹、测序流动槽等 3.具有颜色标志的文库加样孔，避免文库错误添加 4.具有不少于单端25M 双端50M reads 5.读长为600循环 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须提供技术人员上门服务。	是	1							

M37	M37-03	MiSeq Reagent Kit v2 (50cycle,15M Reads)	50 循环	套	9900.00	进口	1.适用于illumina Miseq 测序平台 2.包含有文库杂交缓冲液、试剂卡夹、测序流动槽等 3.具有颜色标志的文库加样孔，避免文库错误添加 4.具有不少于单端15M 双端30M reads 5.读长为50循环 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须提供技术人员上门服务。	是	1							
M37	M37-04	MiSeq Reagent Kit v2 (300cycle,15M Reads)	300 循环	套	9800.00	进口	1.适用于illumina Miseq 测序平台 2.包含有文库杂交缓冲液、试剂卡夹、测序流动槽等 3.具有颜色标志的文库加样孔，避免文库错误添加 4.具有不少于单端15M 双端30M reads 5.读长为300循环 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须提供技术人员上门服务	是	1							
M37	M37-05	MiSeq Reagent Kit v2 (500cycle,15M Reads)	500 循环	套	9850.00	进口	1.适用于illumina Miseq 测序平台 2.包含有文库杂交缓冲液、试剂卡夹、测序流动槽等 3.具有颜色标志的文库加样孔，避免文库错误添加 4.具有不少于单端15M 双端30M reads 5.读长为500循环 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须提供技术人员上门服务	是	1							
M37	M37-06	MiSeq Reagent Micro Kit v2(300 cycle, 4M Reads)	300 循环	套	5500.00	进口	1.适用于illumina Miseq 测序平台 2.包含有文库杂交缓冲液、试剂卡夹、测序流动槽等 3.具有颜色标志的文库加样孔，避免文库错误添加 4.具有不少于单端8M 双端16M reads 5.读长为300循环 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须提供技术人员上门服务	是	1							
M37	M37-07	MiSeq Reagent Nano Kit v2(300 cycle, 1M Reads)	300 循环	套	2498.00	进口	1.适用于illumina Miseq 测序平台 2.包含有文库杂交缓冲液、试剂卡夹、测序流动槽等 3.具有颜色标志的文库加样孔，避免文库错误添加 4.具有不少于单端1M 双端2M reads 5.读长为300循环 6.为保证供货及时和售后服务，供应商必须提供技术人员上门服务	是	1							
M38	M38-01	一步式提取型（FFPE组织样品总RNA）	72次/盒	盒	3250.00	国产	72次/盒	是	1							
M38	M38-02	Native Barcoding Expansion 12-24	EXP-NBD114	盒	5313.00	进口	免扩增条形码扩展包13-24（免PCR）	是	1							
M38	M38-03	Native Barcoding Expansion 96	EXP-NBD196	盒	22176.00	进口	免扩增条码扩展包96	是	1							
M38	M38-04	免扩增条形码试剂盒-24 V14Native Barcoding Kit 24	SQK-NBD114.24	盒	12800.00	进口	免扩增条形码试剂盒-24 V141. 与纳米孔三代测序仪GridION 配套，用于测序前连接法文库构建； 2. 建库原理：连接法建库，使用聚合酶，将接头连接到基因组DNA上，从而实现文库构建； 3. 建库时间：2小时左右； 4. 应用范围：全基因组测序、靶向测序、宏基因组测序等。样本类型包括微生物基因组、人类基因组、动植物基因组； 5. 每个试剂盒可至少适配6次反应，至多可供144个样本使用；	是	1							
M38	M38-05	免扩增条形码试剂盒-96 V14Native Barcoding Kit 96	SQK-NBD114.96	盒	14600.00	进口	免扩增条形码试剂盒-96 V141. 与纳米孔三代测序仪GridION 配套，用于测序前连接法文库构建； 2. 建库原理：连接法建库，使用聚合酶，将接头连接到基因组DNA上，从而实现文库构建； 3. 建库时间：2小时左右； 4. 应用范围：全基因组测序、靶向测序、宏基因组测序等。样本类型包括微生物基因组、人类基因组、动植物基因组； 5. 每个试剂盒可至少适配6次反应，至多可供144个样本使用；	是	1							
M38	M38-06	16S Barcoding Kit	SQK-RAB204	盒	17325.00	进口	16S条形码测序试剂盒	是	1							
M38	M38-07	MinION GridION Flow Cell R9 version	FLO-MIN106D	盒	10973.00	进口	MinION测序芯片R9版	是	1							
M38	M38-08	SFB Expansion	EXP-SFB001	盒	554.00	进口	短片段缓冲液扩展包	是	1							
M38	M38-09	Sequencing Auxiliary Vials	EXP-AUX001	盒	1825.00	进口	测序辅助扩展包	是	1							

M38	M38-10	Sequencing Auxiliary Vials	EXP-AUX002	盒	1848.00	进口	测序辅助扩展包	是	1								
M38	M38-11	测序辅助扩展包V14Sequencing Auxiliary Vials V14	EXP-AUX003	盒	1848.00	进口	测序辅助扩展包 V141. 规格：12个反应/盒 2. 与纳米孔三代测序仪 GridION 配套，用于免扩增条形码建库的试剂补充； 3. 提供免扩增测序接头； 4. 可用于接头连接后样本的纯化； 5. 具有长片段文库筛选功能；	是	1								
M38	M38-12	Native Barcoding Auxiliary Kit V14	EXP-NBA114	盒	5300.00	进口	免扩增条形码辅助扩展包 V14	是	1								
M38	M38-13	MinION/GridION 测序芯片（R10.4.1）	FLO-MIN114	盒	12000.00	进口	MinION测序芯片R10版	是	1								
M38	M38-14	16S全长靶向扩增试剂盒（1-96，1块）	BK-16S096	反应	185.00	国产	96reactions	是	1								
M38	M38-15	培养细胞DNA提取试剂盒	96次/盒	盒	2476.00	国产	96次/盒	是	1								
M38	M38-16	培养细胞DNA提取高灵敏度型	96次/盒	盒	2534.40	国产	96次/盒	是	1								
M38	M38-17	一步式全血总RNA型	96次/盒	盒	4235.00	国产	96次/盒	是	1								
M38	M38-18	一步式提取型（FFPE基因组DNA高灵敏度）	72次/盒	盒	2304.00	国产	72次/盒	是	1								
M39	M39-01	通用细胞冻存液	50ml/瓶	瓶	240.00	进口	以进口FBS、DMSO为主要原材料配制，适用于各种哺乳动物原代细胞，传代细胞系和杂交瘤细胞等的冻存保种。本产品为即用型试剂，储存稳定，使用方便，细胞存活率高。50ml/瓶，保存:-20℃避光保存，有效期至少2年。	是	1								
M39	M39-02	PBS 1×	500ml/瓶	瓶	70.00	进口	即用型磷酸盐缓冲液，pH 7.4，不含钙、镁和酚红，适用于多种细胞培养操作如洗涤细胞、稀释计数等。15° C 至 30° C保存，500ml/瓶。该产品符合 cGMP 标准，并通过 ISO13485 认证，确保批次间一致性与无菌质量。	是	1								
M39	M39-03	Proteinase K	5ml	瓶	450.00	进口	Proteinase K，5ml/瓶，以丝氨酸为活性中心的蛋白分解酶，分解蛋白质的活性较强。本制品在含Ca2+盐的溶液中活性稳定，并且在SDS或尿素等蛋白质变性剂存在下活性升高。用于DNA、RNA和Phage的提取。	是	1								
M39	M39-04	TB Green Premix Ex Taq II (Tli RNaseH Plus)	200人份/盒	盒	990.00	进口	50 μl反应×200次，内含TaKaRa Ex Taq HS，dNTP Mixture，Mg2+，Tli RNaseH，TB Green。长期保存请置于-20℃。产品融解后请于4℃保存，并在6个月内用完。	是	1								
M39	M39-05	特级胎牛血清	500ml/瓶	瓶	6400.00	进口	产地澳洲，适合各种细胞培养	是	1								
M39	M39-06	DMEM高糖	500ml/瓶	瓶	70.00	进口	即用型液体培养基，含4500 mg/L 高糖、L-谷氨酰胺、110 mg/L 丙酮酸钠、酚红指示剂，不含HEPES缓冲液，专为高代谢细胞（如肿瘤细胞、干细胞、原代细胞）设计，需添加10%胎牛血清（FBS）后使用，储存条件为2 - 8° C避光	是	1								
M39	M39-07	RPMI Medium 1640 basic	500ml/瓶	瓶	70.00	进口	500mL 液体培养基，含L-谷氨酰胺、酚红；不含HEPES缓冲液、不含丙酮酸钠，2 - 8° C 避光保存；运输条件为常温，FDA注册医疗器械制造商 + ISO 13485认证（美国纽约大岛 & 苏格兰工厂双产地）	是	1								
M39	M39-08	青链霉素双抗	100ml/瓶	瓶	260.00	进口	成分与浓度： 青霉素：10,000 U/mL 链霉素：10,000 μg/mL（即10 mg/mL） 稀释后工作浓度：青霉素100 U/mL + 链霉素0.1 mg/mL（即100倍稀释），20℃分装保存，100ml/瓶	是	1								
M39	M39-09	0.25%胰酶细胞消化液-EDTA	100ml/瓶	瓶	195.00	进口	0.25%胰蛋白酶（2.5 g/L，1:250）、0.38 g/L EDTA·4Na、含酚红、HBSS缓冲、无钙镁。生产符合cGMP及ISO 13485标准	是	1								
M40	M40-01	Middlebrook 7H9肉汤培养基	T3441 10支/盒	盒	332.00	进口	10tubes-11mL	是	1								
M40	M40-02	快速生长分枝杆菌药敏板	RAPMYCOI 10块/盒	盒	640.00	进口	10 plates	是	1								
M40	M40-03	慢速生长分枝杆菌药敏板	SLOMYCO2 10块/盒	盒	400.00	进口	10 plates	是	1								
M40	M40-04	含OADC的Mueller-Hinton肉汤培养基	T8006	盒	420.00	进口	10tubes-10mL	是	1								
M40	M40-05	弯曲菌药敏板（琼脂稀释法）	10T/盒	盒	2000.00	国产	利用琼脂稀释法获得弯曲菌针对11种抗生素的MIC值，保质期45天。	是	1								
M40	M40-06	细菌药物MIC测试板（国家致病菌识别网-空肠弯曲菌）	10T/盒	盒	900.00	国产	适配国家致病菌识别网	是	1								
M40	M40-07	金黄色葡萄球菌药敏板	CHN5GOVF 10块/盒	盒	1500.00	进口	10 plates	是	1								

M40	M40-08	弯曲菌药敏检测板（国家致病菌识别网）	10块/盒	块	200.00	国产	10块/盒	是	1								
M41	M41-01	药敏纸片 青霉素	50片/支，5支/盒	支	48.00	进口	50片/支，5支/盒	是	1								
M42	M42-01	莱姆螺旋体培养基	500ml	瓶	2500.00	进口	500ml	是	1								
M42	M42-02	菌株保存管（分枝杆菌）	100支/盒	支	7.00	国产	100支/盒	是	1								
M43	M43-01	革兰染液	4×10ml/盒	盒	90.00	国产	4×10ml/盒	是	1								
M43	M43-02	军团菌抗原检测试剂盒	22T/盒	T	100.00	进口	22T/盒	是	1								
M43	M43-03	PBS	100g.	瓶	850.00	进口	100g.	是	1								
M43	M43-04	碱性蛋白胨水增菌液	50支/盒	支	8.00	国产	50支/盒	是	1								
M43	M43-05	PCR污染清除喷雾剂 PCR Clean （DNA/RNA酶去除喷雾剂）	250/500 ml/瓶	瓶	1500.00	进口	250/500 ml/瓶	是	1								
M44	M44-01	百日咳鲍特菌核酸检测标准品	16管/盒	盒	5200.00	国产	16管/盒	是	1								
M45	M45-01	鼠伤寒沙门氏菌单相变种鉴定试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	1280.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-02	副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	人份	25.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-03	沙门氏菌单相（二相缺失）鉴定试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	1280.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-04	鼠伤寒沙门氏菌鉴定试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	1280.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-05	金黄色葡萄球菌肠毒素(ABCDE)胶体金卡(胶体金法）	80T	盒	2000.00	国产	1.以纳米金颗粒为标记指示物；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-06	15种常见沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	3000.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-07	伤寒沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	675.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-08	沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	6800.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-09	40种常见沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	3888.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-10	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	675.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M45	M45-11	小肠结肠炎耶尔森氏菌foxA/ail/ystA/ystB/yadA/virF/rfbC基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	4500.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M45	M45-12	小肠结肠炎耶尔森氏菌/假结核耶尔森菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	1250.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M45	M45-13	金黄色葡萄球菌肠毒素总量检测试剂盒(Elisa方法）	96T	盒	5000.00	国产	1.采用双抗体夹心ELISA 方法；2.有限期≥12个月；	是	3								
M45	M45-14	嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	675.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-15	金黄色葡萄球菌肠毒素分型试剂盒(Elisa方法）	96T	盒	2200.00	国产	1.采用双抗体夹心ELISA 方法；2.有限期≥12个月；	是	1								
M45	M45-16	副溶血性弧菌O血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	盒	6800.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	3								
M45	M45-17	STEC O血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	4680.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1								
M46	M46-01	无尘擦拭纸	280张/盒，60盒/箱	盒	15.00	国产	超低纷尘,节省大量擦拭时间，良好的干湿强度,不易破损。LINTGUARD®防静电薄膜静电和粉尘产生	是	1								
M47	M47-01	0.5mL冻存管，PCR级	100个/包	包	620.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	是	1								
M47	M47-02	MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装（stLFR FCL PE100）	242 循环/盒	套	21010.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M47	M47-03	CPAS 条形码引物 3 试剂盒	1支/盒	盒	400.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M47	M47-04	CPAS 条形码引物 4 试剂盒	1支/盒	盒	400.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								

M47	M47-05	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装（APP-A）（FCL PE100）	210循环/盒	套	21010.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M47	M47-06	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装（APP-A）（FCLPE150）	310循环/盒	套	28160.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M47	M47-07	250μL带滤芯自动化吸头	10盒/包	包	482.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	是	1								
M47	M47-08	0.2mL96孔全裙边PCR板	10块/盒	盒	280.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	是	1								
M47	M47-09	2ml冻存管，PCR级	100个/包	包	490.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	是	1								
M47	M47-10	MGISP-100通用耗材包	20 run/套，1套/箱	箱	9800.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	是	1								
M47	M47-11	MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装（FCL SE400）	410 循环/套	套	40700.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M47	M47-12	MGISEQ-2000RS 高通量测序试剂套装（Small RNA SE50）	60 循环/套	套	13090.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M47	M47-13	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装（FCS PE300）	620 循环/盒	套	25300.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M48	M48-01	碘伏	50ml/瓶	瓶	1.50	国产	50ml/瓶	是	1								
M48	M48-02	戊二醛	1L/瓶	瓶	25.00	国产	1L/瓶	是	1								
M49	M49-01	PCR产物回收磁珠	5ml	瓶	1650.00	国产	适用于所有PCR扩增产物回收和纯化，用于后续建库实验，规格5ml	是	1								
M49	M49-02	PCR产物回收磁珠	60ml	瓶	13600.00	国产	适用于所有PCR扩增产物回收和纯化，用于后续建库实验，规格60ml	是	1								
M49	M49-03	12道储液槽（15ml）	10块/白盒，50块/箱	箱	2090.00	国产	1、适用于NGS自动化文库制备系统； 2、容量：15ml 3、聚丙烯材质，适合大多数有机溶液，酸性和碱性溶液等的存储； 4、无DNA/RNA酶污染，无热原污染； 5、在自动化移液过程中，由于平底容器内液体表面张力的原因，会导致局部无法取液。储液槽能克服液体表面张力，减少液体残留以及挂壁现象；	是	1							
M49	M49-04	MFeasy library kit (AUTO版)	24T	盒	20350.00	国产	1,适用性：病原微生物样本的高通量测序建库实验； 2，样本量：24； 3，灵敏度：低至1ng核酸； 4，试剂形式：预先混合的整合试剂，，减少移液等手工操作； 5，建库原理：转座酶切法建库，无需任何核酸打断设备； 6，适用机型：illumina的测序平台适用； 7，DNA片段化时间：5分钟内片段化DNA； 8，文库构建类型：涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等测序文库构建； 9，文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合； 10，建库时间：2.5小时； 11、自带病原微生物样本的高通量测序序列标签； 12、Index数量：24； 13、适用于NGS自动化文库制备系统；	是	1							
M49	M49-05	MGISEQ-2000RS高通量测序试剂套装（FCL SE50）	60 循环/套	套	13090.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M49	M49-06	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装（FCL PE100）	210 循环/盒	套	21010.00	国产	适配华大智造MGI平台测序	是	1								
M49	M49-07	PCR产物回收磁珠（AUTO版）	5ml	盒	1650.00	国产	全自动建库仪专用，用于后续建库实验	是	1								
M50	M50-01	比浊管（0.5、1.0、2.0、4.0麦氏浓度）	4支/盒	支	12.50	国产	4支/盒	是	1								
M50	M50-02	分枝杆菌菌种保存管	0.5ml 100支/盒	支	6.00	国产	0.5ml 100支/盒	是	1								
M50	M50-03	沉浸油（显微镜镜油）	4支/盒	支	75.00	国产	4支/盒	是	1								
M50	M50-04	比浊管（1.0麦氏浓度）	5支/盒	支	10.00	国产	5支/盒	是	1								
M50	M50-05	比浊管（0.5麦氏浓度）	5支/盒	支	10.00	国产	5支/盒	是	1								
M50	M50-06	结核培养专用试管架	4×7孔	个	400.00	国产	4×7孔	是	1								
M51	M51-01	离心管	1.5ml	支	0.35	进口	1.5ml，无RNA酶	是	1								

M51	M51-02	3 ml 吸管	160 mm，总容量7.5 ml，刻度到3 ml	个	0.55	国产	160 mm，总容量7.5 ml，刻度到3 ml	是	1							
M51	M51-03	离心管	0.5ml	支	0.25	进口	0.5ml，无RNA酶	是	1							
M51	M51-04	0.22um滤膜	0.22孔径	个	1.50	国产	0.22孔径	是	1							
M51	M51-05	0.45um滤膜	0.45孔径	个	1.50	国产	0.45孔径	是	1							
M51	M51-06	中型水平电泳制胶槽	伯乐中型水平电泳槽（wide mini sub cell GT）匹配	套	8820.00	进口	伯乐中型水平电泳槽（wide mini sub cell GT）匹配	是	1							
M51	M51-07	中型水平电泳制胶梳子，20齿	伯乐中型水平电泳槽（wide mini sub cell GT）匹配	把	435.00	进口	伯乐中型水平电泳槽（wide mini sub cell GT）匹配	是	1							
M51	M51-08	中型水平电泳制胶梳子，15齿	伯乐中型水平电泳槽（wide mini sub cell GT）匹配	把	435.00	进口	伯乐中型水平电泳槽（wide mini sub cell GT）匹配	是	1							
M51	M51-09	EP管	1.5ml	个	0.35	进口	1.5ml	是	1							
M51	M51-10	EP管	0.6ml	个	0.25	进口	0.6ml	是	1							
M51	M51-11	EP管	0.2ml	个	0.20	进口	0.2ml	是	1							
M51	M51-12	PVDF膜，26 cm X3.3 m	1卷	卷	3175.00	进口	1卷	是	1							
M51	M51-13	荧光定量PCR板	96孔	块	28.22	进口	96孔	是	1							
M51	M51-14	RT-PCR反应管	1.8ml	个	5.50	进口	1.8ml	是	1							
M51	M51-15	单道可调移液器	(0.1μL～2.5μL)	支	1748.00	进口	量程 1：0.1－2.5 μL（白色标识，微量精准款） 核心规格：量程 0.1－2.5 μL，增量 0.01 μL，四位数字放大视窗正显 精度指标（原装吸头，20℃±2℃）：最大量程不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.7% 结构材质：高强度工程塑料主体，耐化学腐蚀活塞 / 密封件，伸缩式弹性吸嘴 灭菌方式：整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支徒手快拆，支持局部清洁 / 灭菌 操作特性：单手完成吸液 / 排液 / 吸头脱卸，量程锁定防误触，带密度调节功能 校准溯源：原厂出厂校准，附专属校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调 适配配件：0.1－10 μL 规格吸头，标配原装备用密封件 1 套 物理参数：重量≈76g，人体工学设计，无滴液防漏结构。全系列符合 ISO 8655 国际标准，为原厂全新原装正品，机身带唯一溯源编号，附原厂校准证书，拒绝翻新、水货及组装产品，所有量程均支持	是	1							
M51	M51-16	单道可调移液器	(0.5μL～10μL)	支	1748.00	进口	量程 2：0.5－10 μL（黄色标识，通用微量款） 核心规格：量程 0.5－10 μL，增量 0.01 μL，四位数字放大视窗正显 精度指标（原装吸头，20℃±2℃）：最大量程不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.5% 结构材质：高强度工程塑料主体，耐化学腐蚀活塞 / 密封件，伸缩式弹性吸嘴 灭菌方式：整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支徒手快拆，支持局部清洁 / 灭菌 操作特性：单手完成吸液 / 排液 / 吸头脱卸，量程锁定防误触，带密度调节功能 校准溯源：原厂出厂校准，附专属校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调 适配配件：0.1－10 μL 规格吸头，标配原装备用密封件 1 套 物理参数：重量≈76g，人体工学设计，适配高粘度 / 挥发性液体移液。全系列符合 ISO 8655 国际标准，为原厂全新原装正品，机身带唯一溯源编号，附原厂校准证书，拒绝翻新、水货及组装产品，	是	1							

M51	M51-17	单道可调移液器	(2μL～20μL)	支	1748.00	进口	量程 3：2－20 μL（黄色标识，常规微量款） 核心规格：量程 2－20 μL，增量 0.1 μL，四位数字放大视窗正显 精度指标（原装吸头，20℃±2℃）：最大量程不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.3% 结构材质：高强度工程塑料主体，耐化学腐蚀活塞 / 密封件，伸缩式弹性吸嘴 灭菌方式：整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支徒手快拆，支持局部清洁 / 灭菌 操作特性：单手完成吸液 / 排液 / 吸头脱卸，量程锁定防误触，带密度调节功能 校准溯源：原厂出厂校准，附专属校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调 适配配件：2－20 μL 规格吸头，标配原装备用密封件 1 套 物理参数：重量≈77g，人体工学设计，推杆阻力适中，回弹无滴液。全系列符合 ISO 8655 国际标准，为原厂全新原装正品，机身带唯一溯源编号，附原厂校准证书，拒绝翻新、水货及组装产品，所有	是	1							
M51	M51-18	单道可调移液器	(10μL～100μL)	支	1748.00	进口	量程 4：10－100 μL（橙色标识，中量程核心款） 核心规格：量程 10－100 μL，增量 0.1 μL，四位数字放大视窗正显 精度指标（原装吸头，20℃±2℃）：最大量程不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.2% 结构材质：高强度工程塑料主体，耐化学腐蚀活塞 / 密封件，伸缩式弹性吸嘴 灭菌方式：整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支徒手快拆，支持局部清洁 / 灭菌 操作特性：单手完成吸液 / 排液 / 吸头脱卸，量程锁定防误触，带密度调节功能 校准溯源：原厂出厂校准，附专属校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调 适配配件：10－100 μL 规格吸头，标配原装备用密封件 1 套 物理参数：重量≈77g，吸头单手插拔，气密性一致，无漏气。全系列符合 ISO 8655 国际标准，为原厂全新原装正品，机身带唯一溯源编号，附原厂校准证书，拒绝翻新、水货及组装产品，所有量程均	是	1							
M51	M51-19	单道可调移液器	(20μL～200μL)	支	1748.00	进口	量程 5：20－200 μL（黄色标识，中量程通用款） 核心规格：量程 20－200 μL，增量 1 μL，四位数字放大视窗正显 精度指标（原装吸头，20℃±2℃）：最大量程不准确度≤±0.7%，不精确度≤0.2% 结构材质：高强度工程塑料主体，耐化学腐蚀活塞 / 密封件，伸缩式弹性吸嘴 灭菌方式：整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支徒手快拆，支持局部清洁 / 灭菌 操作特性：单手完成吸液 / 排液 / 吸头脱卸，量程锁定防误触，带密度调节功能 校准溯源：原厂出厂校准，附专属校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调 适配配件：20－200 μL 规格吸头，标配原装备用密封件 1 套 物理参数：重量≈78g，人体工学轻量化，降低长时间操作手部疲劳。全系列符合 ISO 8655 国际标准，为原厂全新原装正品，机身带唯一溯源编号，附原厂校准证书，拒绝翻新、水货及组装产品，所有	是	1							

M51	M51-20	单道可调移液器	(100μL～1000μL)	支	1748.00	进口	量程 6：100－1000 μL（蓝色标识，大体积核心款） 核心规格：量程 100－1000 μL，增量 1 μL，四位数字放大视窗正显 精度指标（原装吸头，20℃±2℃）：最大量程不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.2% 结构材质：高强度工程塑料主体，耐化学腐蚀活塞 / 密封件，伸缩式弹性吸嘴 灭菌方式：整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支徒手快拆，支持局部清洁 / 灭菌 操作特性：单手完成吸液 / 排液 / 吸头脱卸，量程锁定防误触，带密度调节功能 校准溯源：原厂出厂校准，附专属校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调 适配配件：100－1000 μL 规格吸头，标配原装备用密封件 1 套 物理参数：重量≈78g，大体积移液无挂壁，排液彻底。全系列符合 ISO 8655 国际标准，为原厂全新原装正品，机身带唯一溯源编号，附原厂校准证书，拒绝翻新、水货及组装产品，所有量程均支持整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支可徒手快速拆卸，满足实验室	是	1							
M51	M51-21	单道可调移液器	500-5000 μL	支	1748.00	进口	量程 7：500－5000 μL（灰色标识，大容量款） 核心规格：量程 500－5000 μL，增量 10 μL，四位数字放大视窗正显 精度指标（原装吸头，20℃±2℃）：最大量程不准确度≤±0.5%，不精确度≤0.15% 结构材质：高强度工程塑料主体，耐化学腐蚀活塞 / 密封件，伸缩式弹性吸嘴 灭菌方式：整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支徒手快拆，支持局部清洁 / 灭菌 操作特性：单手完成吸液 / 排液 / 吸头脱卸，量程锁定防误触，带密度调节功能 校准溯源：原厂出厂校准，附专属校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调 适配配件：500－5000 μL 规格吸头，标配原装备用密封件 1 套 物理参数：重量≈80g，大容量专用防滴液设计，移液稳定	是	1							
M51	M51-22	单道可调移液器	1-10 mL	支	1748.00	进口	量程调节范围 500－5000 μL，最小增量 10 μL，四位数字放大视窗正前方布局，大字体设计读数更清晰。在 20℃±2℃环境下使用原装吸头，最大量程下不准确度≤±0.5%、不精确度≤0.15%，为实验室大容量移液专用款，精度远超常规大容量移液器。采用高强度加厚工程塑料主体，抗摔、抗变形，活塞及密封件为耐化学腐蚀、耐高压专用材质，下半支徒手快速拆卸，便于清洁与灭菌，适配 500－5000 μL 标准吸头，伸缩式弹性吸嘴单手插拔吸头，气密性稳定，大容量移液无漏气。具备量程锁定防误触功能，带密度调节窗口，适配高粘度、大容量液体移液，单手完成吸液、排液、吸头脱卸，配备大容量专用防滴液结构，移液过程稳定无滴液，排液彻底无残留。出厂经原厂高标准校准，符合 ISO 8655 标准，附原厂校准证书，机身编号可官网溯源，支持现场微调与第三方校准。产品重量约 80g，人体工学优化设计，握持点加厚防滑，大容量操作更省力。标准配置包含移液器主体 1 支、原装备用密封件 1 套、原厂操作说明书 1 份、原厂校准证书 1 份。。全系列符合 ISO 8655 国际标准，为原厂全新原装正品，机身带唯一溯源编号，附原厂校准证书，拒绝翻新、水货及组装产品，所有量程均支持整支 121℃/20min 高温高压灭菌，下半支可徒手快速拆卸，满足实验室无菌操	是	1							
M51	M51-23	离心管（螺口）	15ml、尖底	个	2.20	进口	15ml、尖底	是	1							
M51	M51-24	XML-T6手电筒（LED光源）	只	只	110.00	进口	只	是	1							
M51	M51-25	2.5L厌氧培养盒	2.5L/个	个	600.00	进口	2.5L/个	是	1							
M51	M51-26	7L厌氧培养盒	7L/个	个	900.00	进口	7L/个	是	1							
M51	M51-27	2ml 冻存管，PCR级	250支/包，10包/箱	箱	2800.00	进口	250支/包，10包/箱	是	1							
M51	M51-28	一次性使用接种环	1 uL×1000支/箱	支	0.40	进口	1 uL×1000支/箱	是	1							
M51	M51-29	2ml冻存管	50个/包，10包/箱	个	2.20	进口	50个/包，10包/箱	是	1							

M51	M51-30	100ul盒装灭菌滤芯吸头	TF-100-R-S 96支/盒	盒	45.00	进口	96支/盒 50盒/箱	是	1								
M51	M51-31	带滤芯20ul无菌枪头	TF-20-R-S 96支/盒	盒	45.00	进口	量程：0.2-20UL，盒装，96/盒	是	1								
M51	M51-32	10μl 带滤芯盒装灭菌吸头	TF102-10-Q 96支/盒	盒	45.00	进口	10μl (加长)	是	1								
M51	M51-33	1000ul盒装灭菌低吸附透明滤芯吸头	TF-1000-L-R-S 96支/盒	盒	45.00	进口	100支/盒,10盒/大盒，5大盒/箱	是	1								
M51	M51-34	10ul吸头	TF-300-R-S 96支/盒	盒	45.00	进口	96个/盒，50盒/箱	是	1								
M51	M51-35	10ul移液器吸嘴（枪头）	TF-400-R-S 96支/盒	盒	45.00	进口	10ul，96支/盒	是	1								
M51	M51-36	24孔板	100个/箱	个	18.00	进口	100个/箱	是	1								
M51	M51-37	48孔板	100个/箱	个	25.00	进口	100个/箱	是	1								
M51	M51-38	ABI7500fast荧光PCR反应板	96孔	个	35.00	进口	96孔	是	1								
M51	M51-39	ABI7500fast荧光PCR反应管	8连管*125条/盒	条	4.20	进口	8连管*125条/盒	是	1								
M51	M51-40	ABI7500fast荧光PCR反应管盖	8连管盖*125条/盒	条	5.50	进口	8连管盖*125条/盒	是	1								
M51	M51-41	96孔板（荧光PCR）	50块/盒	块	15.00	进口	50块/盒	是	1								
M51	M51-42	96孔封板膜（荧光PCR）	100/盒	块	16.50	进口	100/盒	是	1								
M51	M51-43	2.5升厌氧罐	1个	个	800.00	进口	1个/包	是	1								
M51	M51-44	小型厌氧产气袋	10个/包	包	322.00	进口	10个/包	是	1								
M51	M51-45	2.5升厌氧产气袋	10个/包	包	204.00	进口	10个/包	是	1								
M51	M51-46	3.5升厌氧产气袋	10个/包	包	212.00	进口	10个/包	是	1								
M51	M51-47	小型二氧化碳产气袋	20个/包	包	353.00	进口	20个/包	是	1								
M51	M51-48	2.5升二氧化碳产气袋	10个/包	包	336.00	进口	10个/包	是	1								
M51	M51-49	小型微需氧产气袋	20个/包	包	353.00	进口	20个/包	是	1								
M51	M51-50	2.5升微需氧产气袋	10个/包	包	308.00	进口	10个/包	是	1								
M51	M51-51	3.5升微需氧产气袋	10个/包	包	342.00	进口	10个/包	是	1								
M51	M51-52	一次性无菌棉拭子（独立包装）	1000支/箱	支	1.47	进口	1000支/箱	是	1								
M51	M51-53	PCR管(单个)	0.2ml	个	0.40	进口	0.2ml	是	1								
M51	M51-54	试管（2054管）	12mm*75mm(支)	5mL	0.83	进口	12mm*75mm(支)	是	1								
M51	M51-55	低温指示冰盒	0.2mL管	个	750.00	进口	0.2mL管	是	1								
M51	M51-56	低温指示冰盒	0.2mL-2mL管	个	750.00	进口	0.2mL-2mL管	是	1								
M51	M51-57	电动助吸器	0.1-100ml	支	5300.00	进口	0.1-100ml	是	1								
M51	M51-58	8道电动移液器0,5－10 μl	5－10 μl	支	8800.00	进口	5－10 μl	是	1								
M51	M51-59	8道电动移液器15－300 μl	15－300 μl	支	8800.00	进口	15－300 μl	是	1								
M51	M51-60	8道电动移液器50－1.200 μl	50－1.200 μl	支	8800.00	进口	50－1.200 μl	是	1								
M51	M51-61	8道电动移液器5－100 μl	5－100 μl	支	8800.00	进口	5－100 μl	是	1								
M51	M51-62	8道可调移液器10-100u	10-100u	支	6500.00	进口	10-100u	是	1								
M51	M51-63	8道可调移液器30-300ul	30-300ul	支	6500.00	进口	30-300ul	是	1								
M51	M51-64	帕拉膜	卷	卷	220.00	进口	卷	是	1								
M51	M51-65	菌种保存管（Microbank）	80支/盒	支	20.00	进口	80支/盒	是	1								
M51	M51-66	一次性真空采血管	2ml/4ml/5ml/6ml	支	2.10	进口	2ml/4ml/5mL/6ml	是	1								
M51	M51-67	透明平盖8联排盖	1250 /箱	箱	2500.00	进口	1250 /箱	是	1								
M51	M51-68	自动PCR仪器封膜胶垫（25-30次换一次）	10块/包	箱	650.00	进口	10块/包	是	1								
M51	M51-69	培养瓶	75ml	个	11.00	进口	75ml	是	1								
M51	M51-70	一次性移液管	10ml	支	1.67	进口	10ml	是	1								
M51	M51-71	一次性移液管	5ml	支	1.67	进口	5ml	是	1								
M51	M51-72	实验用96孔黑色不透明的平底检测板	25个/包（货号：3925）	个	22.00	进口	25个/包（货号：3925）	是	1								
M51	M51-73	塑料刻度移液管	25/包 25ml	个	5.50	进口	25/包 25ml	是	1								
M51	M51-74	斜面培养试管	50只/包，10包/箱	支	5.00	进口	50只/包，10包/箱	是	1								

M51	M51-75	贴壁细胞培养瓶	12.5平方厘米	块	7.50	进口	12.5平方厘米	是	1								
M51	M51-76	荧光PCR 8连管带盖	0.2ul	套	8.50	进口	0.2ul	是	1								
M51	M51-77	厌氧指示剂（刃天青）	100个/包	包	352.00	进口	100个/包	是	1								
M51	M51-78	贴壁细胞培养瓶	25平方厘米	块	7.00	进口	25平方厘米	是	1								
M52	M52-001	吸头	1000ul滤芯蓝 吸头1000ul Filter Pipet	支	0.11	国产	1000ul滤芯蓝 吸头1000ul Filter Pipet	是	1								
M52	M52-002	吸头	1000ul加长蓝 吸头1250ul Pipet Tips	支	0.06	国产	1000ul加长蓝 吸头1250ul Pipet Tips	是	1								
M52	M52-003	吸头	10ml宽口吸头（配爱本道夫/ 大龙）	支	0.75	国产	10ml宽口吸头（配爱本道夫/ 大龙）	是	1								
M52	M52-004	吸头	10ul加长白吸头20ul Pipet Tips	支	0.25	国产	10ul加长白吸头20ul Pipet Tips	是	1								
M52	M52-005	吸头	200ul加长黄吸头300ul Pipet Tips	支	0.30	国产	200ul加长黄吸头300ul Pipet Tips	是	1								
M52	M52-006	吸头	5ml宽口吸头（配爱本道夫/大龙）	支	0.40	国产	5ml宽口吸头（配爱本道夫/大龙）	是	1								
M52	M52-007	吸头	5ml窄口吸头（热电/芬兰/赛默飞）	支	0.40	国产	5ml窄口吸头（热电/芬兰/赛默飞）	是	1								
M52	M52-008	1mL一次性无菌吸管	100支/盒	支	0.35	国产	100支/盒	是	1								
M52	M52-009	96深孔板	96孔/板	板	10.00	国产	96孔/板	是	1								
M52	M52-010	PVC手套（大号）	100只/袋	只	0.32	国产	100只/袋	是	1								
M52	M52-011	PVC手套（中号）	100只/袋	只	0.28	国产	100只/袋	是	1								
M52	M52-012	PVC手套（小号）	100只/袋	只	0.30	国产	100只/袋	是	1								
M52	M52-013	无粉乳胶手套	丁腈无粉检查手套（100只/盒）（3.5Mil，9寸，蓝色，M，盒装，指尖麻	只	2.00	国产	丁腈无粉检查手套（100只/盒）（3.5Mil，9寸，蓝色，M，盒装，指尖麻面）	是	1								
M52	M52-014	一次性医用垫单	50*60cm	张	0.50	国产	50*60cm	是	1								
M52	M52-015	羊血	100ml/瓶	ml	30.00	国产	主要用于配合基础培养基使用，特定比例添加可优化细菌生长环境，无菌级。2℃-8℃（冷藏），严禁冷冻。	是	1								
M52	M52-016	10号直圆手术刀片	10片/包	包	6.00	国产	10片/包	是	1								
M52	M52-017	6mm环钻	6mm	个	12.00	国产	6mm	是	1								
M52	M52-018	10mm环钻	10mm	支	15.00	国产	10mm	是	1								
M52	M52-019	一次性无菌细菌培养皿	1000个/箱	个	1.50	进口	1000个/箱	是	1								
M52	M52-020	载玻片	50片	片	0.20	国产	50片	是	1								
M52	M52-021	1.5ml微量离心管	500只/盒	只	0.27	国产	500只/盒	是	1								
M52	M52-022	10mL一次性无菌吸管	100支/盒	支	0.40	国产	100支/盒	是	1								
M52	M52-023	1.8ml血清冻存管	支	支	1.00	国产	支	是	1								
M52	M52-024	1. 8ml子弹头	1/个	只	0.30	国产	1/个	是	1								
M52	M52-025	5mL一次性无菌吸管	100支/盒	支	0.65	国产	100支/盒	是	1								
M52	M52-026	1/3磨砂载玻片	50片	片	0.12	国产	50片	是	1								
M52	M52-027	5ML注射器	100支/盒	支	0.65	国产	100支/盒	是	1								
M52	M52-028	Amies运送培养管	5mL*20支/盒	支	5.00	国产	5mL*20支/盒	是	1								
M52	M52-029	冰盒	0.2mL-2mL管	个	50.00	国产	0.2mL-2mL管	是	1								

M52	M52-030	10μL 加长袋装吸头	1000支/袋，10袋/箱 SMOTIP-10E-B	袋	59.40	国产	无DNA酶RNA酶、无热原、无人类DNA； ✓ 装卸轻松，与肌肉劳损说拜拜； ✓ 独特管嘴结构，让移液器更耐用； ✓ 不挂壁，移液操作舒心顺畅； ✓ 高透明、细刻度，连续放液精准易观察；	是	1							
M52	M52-031	200μL 盒装吸头	96支/盒，5盒/组，10组/箱 SMOTIP-200-R	盒	19.20	国产	无DNA酶RNA酶、无热原、无人类DNA； ✓ 装卸轻松，与肌肉劳损说拜拜； ✓ 独特管嘴结构，让移液器更耐用； ✓ 不挂壁，移液操作舒心顺畅； ✓ 高透明、细刻度，连续放液精准易观察；	是	1							
M52	M52-032	200μL 加长盒装吸头	96支/盒，5盒/组，10组/箱 SMOTIP-200E-R	盒	19.80	国产	无DNA酶RNA酶、无热原、无人类DNA； ✓ 装卸轻松，与肌肉劳损说拜拜； ✓ 独特管嘴结构，让移液器更耐用； ✓ 不挂壁，移液操作舒心顺畅； ✓ 高透明、细刻度，连续放液精准易观察；	是	1							
M52	M52-033	20μL 滤芯盒装吸头（低吸附）	96支/盒，5盒/组，10组/箱 SMOTIP-20-R-LF	盒	28.92	国产	无DNA酶RNA酶、无热原、无人类DNA； ✓ 装卸轻松，与肌肉劳损说拜拜； ✓ 独特管嘴结构，让移液器更耐用； ✓ 不挂壁，移液操作舒心顺畅； ✓ 高透明、细刻度，连续放液精准易观察；	是	1							
M52	M52-034	50μL 滤芯盒装吸头（低吸附）	96支/盒，5盒/组，10组/箱 SMOTIP-50-R-LF	盒	28.92	国产	无DNA酶RNA酶、无热原、无人类DNA； ✓ 装卸轻松，与肌肉劳损说拜拜； ✓ 独特管嘴结构，让移液器更耐用； ✓ 不挂壁，移液操作舒心顺畅； ✓ 高透明、细刻度，连续放液精准易观察；	是	1							
M52	M52-035	300μL 滤芯盒装吸头（低吸附）	96支/盒，5盒/组，10组/箱 SMOTIP-300-R-LF	盒	29.76	国产	无DNA酶RNA酶、无热原、无人类DNA； ✓ 装卸轻松，与肌肉劳损说拜拜； ✓ 独特管嘴结构，让移液器更耐用； ✓ 不挂壁，移液操作舒心顺畅； ✓ 高透明、细刻度，连续放液精准易观察；	是	1							
M52	M52-036	2.5L圆底立式厌氧培养袋	10个/包	个	10.00	国产	10个/包	是	1							
M52	M52-037	15ml 尖底无菌离心管	50支/包，10包/箱，架装	袋	42.00	国产	50支/包，10包/箱，架装	是	1							
M52	M52-038	一次性接种环	10μl×25支/袋	支	0.40	进口	10μl×25支/袋	是	1							
M52	M52-039	细胞培养板	24孔、6孔、单孔	块	12.00	进口	24孔、6孔、单孔	是	1							
M52	M52-040	一次性使用接种环1ul	1uL×1000支/箱	支	0.25	国产	1uL×1000支/箱	是	1							
M52	M52-041	一次性使用接种环10ul	10uL×1000支/箱	支	0.30	国产	10uL×1000支/箱	是	1							
M52	M52-042	生物安全运输箱（UN2814）	420*325*267mm	个	1800.00	国产	420*325*267mm，带合格证	是	1							
M52	M52-043	咽拭子采集管（细菌）	细菌通用型采样管（带拭子）50支/盒	支	10.00	国产	细菌通用型采样管（带拭子）50支/盒	是	1							
M52	M52-044	一次性平板(55mm)	600个/箱	个	1.00	国产	600个/箱	是	1							
M52	M52-045	一次性平板（90mm）	500个/箱	个	0.90	国产	500个/箱	是	1							
M52	M52-046	吸头	10ul滤芯白吸 头10ul Filter Pipet Tip	支	0.11	国产	10ul滤芯白吸 头10ul Filter Pipet Tip	是	1							
M52	M52-047	吸头	200ul滤芯黄吸 头200ulFilter PipetTip	支	0.11	国产	200ul滤芯黄吸 头200ulFilter PipetTip	是	1							
M52	M52-048	菌种保存管（磁珠）	50支/盒	支	8.00	国产	50支/盒	是	1							
M52	M52-049	离心管	1.5ml	个	0.35	国产	1.5ml	是	1							
M52	M52-050	离心管（螺口）	0.5ml尖底连盖离心管	个	0.06	国产	0.5ml尖底连盖离心管	是	1							

M52	M52-051	离心管（螺口）	1.5ml尖底连盖离心管	个	0.07	国产	1.5ml尖底连盖离心管	是	1								
M52	M52-052	离心管（螺口）	2ml圆底连盖离心管	个	0.10	国产	2ml圆底连盖离心管	是	1								
M52	M52-053	离心管（螺口）	5ml圆底连盖离心管	个	0.15	国产	5ml圆底连盖离心管	是	1								
M52	M52-054	离心管（螺口）	10ml圆底连盖离心管	个	0.35	国产	10ml圆底连盖离心管	是	1								
M52	M52-055	离心管（螺口）	15ml螺口尖底离心管	个	0.45	国产	15ml螺口尖底离心管	是	1								
M52	M52-056	离心管（螺口）	50ml螺口尖底离心管	个	0.89	国产	50ml螺口尖底离心管	是	1								
M52	M52-057	离心管（螺口）	50ml螺口可立离心管	个	0.80	国产	50ml螺口可立离心管	是	1								
M52	M52-058	离心管（螺口）	50ml、平底	支	1.80	国产	50ml、平底	是	1								
M52	M52-059	螺口试剂瓶	500ml	个	22.00	国产	500ml	是	1								
M52	M52-060	螺口试剂瓶	250ml	个	18.00	国产	250ml	是	1								
M52	M52-061	螺口试剂瓶	100ml	个	12.50	国产	100ml	是	1								
M52	M52-062	螺口试剂瓶	50ml	个	8.00	国产	50ml	是	1								
M52	M52-063	螺口试剂瓶	20ml	个	7.00	国产	20ml	是	1								
M52	M52-064	医用剪刀	16cm	个	50.00	国产	16cm	是	1								
M52	M52-065	医用剪刀	18cm	个	55.00	国产	18cm	是	1								
M52	M52-066	医用镊子	16cm	个	36.00	国产	16cm	是	1								
M52	M52-067	医用镊子	18cm	个	41.00	国产	18cm	是	1								
M52	M52-068	医用镊子	20cm	个	45.00	国产	20cm	是	1								
M52	M52-069	医用眼科剪刀	10cm	个	50.00	国产	10cm	是	1								
M52	M52-070	医用止血钳	16cm	个	50.00	国产	16cm	是	1								
M52	M52-071	医用止血钳	18cm	个	59.00	国产	18cm	是	1								
M52	M52-072	一次性无菌吸管	3ml/支	支	0.70	国产	3ml/支	是	1								
M52	M52-073	一次性实验铺垫	80*150cm	块	3.92	国产	80*150cm	是	1								
M52	M52-074	医疗器械盒	25cm*5cm*5cm	个	34.00	国产	25cm*5cm*5cm	是	1								
M52	M52-075	医用胶布	2cm*200cm*20卷	卷	2.00	国产	2cm*200cm*20卷	是	1								
M52	M52-076	医用纱布	80cmx500cm【1卷】	卷	32.00	国产	80cmx500cm【1卷】	是	1								
M52	M52-077	一次性实验铺垫	无菌纱布棉垫 纱布夹棉块 一次性医用棉纱垫脱脂纱布垫 60*80 2片/包	片	11.00	国产	无菌纱布棉垫 纱布夹棉块 一次性医用棉纱垫脱脂纱布垫 60*80 2片/包	是	1								
M52	M52-078	一次性实验铺垫	康民 一次性无菌垫单 加厚防水 40*50cm蓝色中单50条/包	条	2.00	国产	康民 一次性无菌垫单 加厚防水 40*50cm蓝色中单50条/包	是	1								
M52	M52-079	生物危害垃圾袋	小号	个	1.00	国产	小号	是	1								
M52	M52-080	生物危害垃圾袋	大号	个	1.80	国产	大号	是	1								
M52	M52-081	加工鼠料	20kg/箱	kg	12.00	国产	辐照灭菌实验鼠饲料（JXT标准），SPF级实验鼠常规饲养	是	1								
M52	M52-082	垫料	/	斤	6.50	国产	锯木屑垫料，pH值：通常在4.2-6.7之间，中性至微酸性。 主要成分：含碳48%-54%，纤维素44%-45%，木质素16%-24%，氮含量较低（约0.18%）。 碳氮比（C/N）：杂木锯末的C/N比平均为492:1，适合发酵床垫料使用。	是	1								
M52	M52-083	昆明种小鼠	SPF	只	15.00	国产	SPF	是	1								
M52	M52-084	一次性嵌入性采样空管（10mL）	10mL/支×50	支	6.00	国产	10mL/支×50	是	1								
M52	M52-085	样品瓶	5ml/支	个	1.00	国产	5ml/支	是	1								
M52	M52-086	螺口试剂瓶	1000ml	个	54.00	国产	1000ml	是	1								
M52	M52-087	高压灭菌包内化学指示卡	100片/盒	片	1.30	国产	100片/盒	是	1								
M52	M52-088	高压灭菌指示胶带	10卷/盒	卷	55.00	国产	10卷/盒	是	1								
M52	M52-089	玻璃试管	15mm×150mm	支	1.00	国产	15mm×150mm	是	1								

M52	M52-090	一次性镊子	单支独立包装一次性塑料镊子 尖直头无菌换药小夹子防滑纹 霞光100把白色Y型(2只/每	个	20.00	国产	单支独立包装一次性塑料镊子 尖直头无菌换药小夹子防滑纹 霞光100把白色Y型(2只/每小包)	是	1							
M52	M52-091	喷壶	容量：1L	个	30.00	国产	容量：1L	是	1							
M52	M52-092	医用脚踩垃圾桶	30L脚踏	个	75.00	国产	30L脚踏	是	1							
M52	M52-093	器械盒	小号/中号/大号	个	45.00	国产	小号/中号/大号	是	1							
M52	M52-094	磨口广口瓶	200ml	个	45.00	国产	200ml	是	1							
M52	M52-095	耐热EP管浮漂	泡沫 个	个	3.00	国产	泡沫 个	是	1							
M52	M52-096	一次性无菌吸管	5ML120支/盒	支	0.45	国产	5ML120支/盒	是	1							
M52	M52-097	玻璃漏斗	直径5cm	支	7.84	国产	直径5cm	是	1							
M52	M52-098	痰盒	1000个/箱	个	0.80	国产	1000个/箱	是	1							
M52	M52-099	一次性无菌采血针	100支/盒	支	0.70	国产	100支/盒	是	1							
M52	M52-100	一次性无菌棉拭子	100支/盒	支	1.00	国产	100支/盒	是	1							
M52	M52-101	一次性稀释板	5块/包	块	12.00	国产	5块/包	是	1							
M52	M52-102	医用无菌脱脂棉棉签	100支装	支	0.40	国产	100支装	是	1							
M52	M52-103	医用无菌脱脂棉球	250g/包	包	40.00	国产	250g/包	是	1							
M52	M52-104	压舌板	无菌	个	0.15	国产	个	是	1							
M52	M52-105	双相血培养瓶	40瓶/盒	瓶	24.00	国产	40瓶/盒	是	1							
M52	M52-106	一次性平板	55mm,600个/箱	个	1.50	国产	55mm,600个/箱	是	1							
M52	M52-107	一次性平板	90mm,500个/箱	个	0.90	国产	90mm,500个/箱	是	1							
M52	M52-108	一次性注射器	2ml/支	支	0.35	国产	2ml/支	是	1							
M52	M52-109	离心管（螺口）	50ml、尖底	箱	546.00	进口	采用高透明度聚丙烯（PP）材质，锥形底部设计，搭配CentriStar平顶管盖（带宽大压纹和滚边，易于抓握开合），有带架和不带架两种包装形式，经过无热源认证和伽马射线灭菌，可耐受121℃高压灭菌（95kPa压力），500支/箱	是	3							
M53	M53-01	一次性隔离衣	件	件	10.00	国产	件	是	1							
M53	M53-02	一次性防护服	尺寸：M，L，XL，XXL	件	90.00	进口	尺寸：M，L，XL，XXL	是	1							
M53	M53-03	医疗废弃物垃圾袋	大、中、小号	个	1.00	国产	大、中、小号	是	1							
M53	M53-04	一次性采样拭子	1000支/箱	支	1.50	进口	1000支/箱	是	1							
M53	M53-05	速干手消毒液	500ml	瓶	18.00	国产	500ml	是	1							
M53	M53-06	医用隔离面罩/面屏	张	张	5.00	国产	张	是	1							
M54	M54-01	玻璃酒精灯	个	个	18.00	国产	1灯瓶身+1耐燃灯芯+1棉芯+1灯盖	是	1							
M54	M54-02	PCR反应封膜	10块/盒	块	120.00	国产	10块/盒	是	1							
M54	M54-03	乐扣手提式塑料保鲜盒	8L/个	个	120.00	进口	8L/个	是	1							
M54	M54-04	96孔深孔板稀释槽（无菌）	50个/箱	个	2.00	国产	50个/箱	是	1							
M54	M54-05	擦镜纸	10×15cm，100张/本	本	4.00	国产	10×15cm 100张	是	1							
M54	M54-06	酒精灯芯	个	个	1.60	国产	个	是	1							
M54	M54-07	无菌长款乳胶手套	6.5-8.5号	副	4.00	国产	6.5-8.5号	是	1							
M54	M54-08	一次性灭菌吸管	3ml	支	0.40	进口	3ml	是	1							
M54	M54-09	锐器盒	1L 个	个	3.00	国产	1L 个	是	1							
M54	M54-10	牛角匙	套	套	9.80	国产	套	是	1							
M54	M54-11	磨菌管、磨菌棒	套	套	12.00	国产	套	是	1							
M54	M54-12	定量滤纸	φ12.5cm中速 100张/盒	张	0.35	国产	φ12.5cm中速 100张/盒	是	1							
M54	M54-13	定性滤纸	φ12.5cm快速 100张/盒	张	0.35	国产	φ12.5cm快速 100张/盒	是	1							
M54	M54-14	洗瓶	500ml	瓶	9.00	国产	500ml	是	1							
M54	M54-15	称量纸（小）	500张/包	包	5.00	国产	500张/包	是	1							
M54	M54-16	标签贴（大、中、小）	张	张	1.20	国产	张	是	1							
M54	M54-17	精密pH试纸，pH5.5-9.0	1/PK	包	3.50	国产	1/PK	是	1							

M54	M54-18	医用小推车	不锈钢，双层无抽屉，80*48*86cm	台	700.00	国产	不锈钢，双层无抽屉，80*48*86cm	是	1							
M54	M54-19	污物缸	个	个	30.00	国产	不锈钢,直径15cm	是	1							
M54	M54-20	电子显示温湿度计	个	个	45.00	国产	个	是	1							
M54	M54-21	天然皂液	500ml/瓶	瓶	12.00	国产	低泡配方适合精密仪器清洁，减少残留风险，天然植物提取物，低泡配方，500ml/瓶	是	1							
M55	M55-01	沙眼衣原体/淋球菌/解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	12个/盒（一拖一）	盒	2693.00	国产	1.利用实时多重荧光 PCR 技术，结合全自动核酸检测分析系统，用于体外定性检测生殖泌尿道拭子、尿液中的沙眼衣原体、淋球菌、解脲脲原体，检测结果可用于性病三项的辅助诊断。 2.结合磁珠提取法和实时多重荧光PCR技术，以沙眼衣原体、淋球菌和解脲脲原体的特定基因为检测靶区域，分别设计特异性引物及荧光探针（其中沙眼衣原体用 FAM 标记、淋球菌用 HEX 标记、解脲脲原体用 ROX 标记）进行PCR。 3.适用样本类型：生殖泌尿道分泌物拭子（女性宫颈拭子、男性尿道拭子） 4.结合配套仪器使用智能盒技术，全程由仪器自动进行核酸提取、核酸扩增，减少样本直接的交叉污染 5.单个单人份，12人份/盒 6.通过独特设计的软件来执行试剂盒的提取和PCR全流程、显示结果和分析结果。 7.最低检测限为1000copies/ml	是	1							
M56	M56-01	SS琼脂	250g/瓶	瓶	185.00	国产	用于沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养（GB 标准 ）	是	1							
M56	M56-02	庆大霉素琼脂	250g	瓶	150.00	国产	用于霍乱弧菌的选择性分离培养	是	1							
M56	M56-03	TCBS 琼脂（ 颗粒剂型 ）	250g	瓶	150.00	国产	用于致病性弧菌的选择性分离（GB、SN标准）	是	1							
M56	M56-04	肠道菌增菌肉汤（EE）	250g	瓶	210.00	国产	用于肠道菌的增菌培养	是	1							
M57	M57-01	副溶血性弧菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1							
M57	M57-02	小肠结肠炎耶尔森氏菌（致病性）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	30.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M57	M57-03	肠出血性大肠杆菌O104:H4(aggR 、wzy、fliC)三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	70.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从从临床样本、污染食品及其培养物中提取的大肠埃希氏菌 O104:H4 菌株的 O104、H4 抗原特异性基因 wzyO104、fliCH4，以及集聚黏附菌毛调节基因 aggR 的鉴定。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。	是	3							
M57	M57-04	沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	32人份/盒	盒	480.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本及培养物中提取的沙眼衣原体核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M57	M57-05	PCR级水	1ml/支	支	7.10	进口	适用于RNA样品的制备、反应液配制等，是非焦碳酸二乙酯(Diethylpyrocarbonate；DEPC）处理的RNase Free水，该产品不含DNase。 1 ml × 10 支	是	1							

M57	M57-06	带染料PCR mix 体系	1000ul/支	支	45.00	进口	它主要包含： Taq DNA聚合酶：催化DNA合成。 dNTPs：合成DNA的原料。 $MgCl_2$：提供酶活性所需的镁离子。 反应缓冲液：维持反应环境的pH和离子强度。 稳定剂：保证试剂稳定性。 示踪染料：如溴酚蓝，用于电泳时监测进度。	是	1							
M57	M57-07	白喉杆菌（ToxA/ToxB）双重核酸检测（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	50.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机。预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M57	M57-08	霍乱弧菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1、本试剂盒用于食品、粪便、呕吐物、肛门拭子及细菌培养物中霍乱弧菌的定性检测 2、适用仪器：试剂适用于天隆、Bio-Rad CFX96、ABI7500、上海宏石 SLAN-96 等主流荧光PCR仪 3、反应体系：试剂预分装，无需加酶，总体系≤25μL，核酸上样量≤5μL 4、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）≤5% ▲5、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原体无交叉反应。 6、理论扩增反应时间 ≤ 70 分钟 7、质量控制：试剂盒内含阴性对照及阳性对照 ★8、储存和有效期：在-20±5℃下保存有效期≥12 月，到货后有效期≥10个月 ▲9、试剂盒生产厂家具有生产许可证，通过ISO13485及ISO9001体	是	1							
M57	M57-09	霍乱弧菌（01、0139）双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌01 血清群、0139 血清群核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M57	M57-10	淋球菌（NG）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	32人份/盒	盒	480.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的淋球菌核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场	是	3							
M57	M57-11	副溶血性弧菌(TDH、TRH)双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或临床样本中提取的副溶血性弧菌致病相关的耐热性溶血毒素（TDH）编码基因 tdh 和 TDH 相关溶血毒素（TRH）编码基因 trh。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M57	M57-12	副溶血性弧菌(TDH、TRH、TLH）三重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	70.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或临床样本中提取的副溶血性弧菌致病相关的耐热性溶血毒素（TDH）编码基因 tdh 和 TDH 相关溶血毒素（TRH）编码基因 trh，以及种属特异性的 tlh。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M57	M57-13	河弧菌、溶藻弧菌、创伤弧菌，副溶血弧菌四重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24 T/盒	T	90.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或临床样本中提取的河弧菌、溶藻弧菌、创伤弧菌、副溶血弧菌。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M57	M57-14	致病性大肠杆菌(EPEC-*bfpB*、*escV*)双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）核酸，本产品可用于 EPEC 致病相关的粘附因子（eae）和束状菌毛 B 基因（bfpB）等基因的鉴定。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M57	M57-15	产肠毒素大肠杆菌(ETEC-ST、LT)双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）核酸，同时可用于 ETEC 致病相关的猪源热稳定性肠毒素基因（estIa）、人源热稳定性肠毒素基因（estIb）和热不稳定性肠毒素基因（elt）等基因的鉴定。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。	是	3							

M57	M57-16	大肠杆菌O157核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的大肠埃希氏菌O157核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M57	M57-17	沙眼衣原体抗原检测试剂盒（乳胶免疫层析法）	20人份/盒	盒	300.00	国产	核心参数 检测原理：乳胶免疫层析法，通过红色乳胶微球标记的抗体与样本中的沙眼衣原体抗原结合，在测试区（T）形成红色条带。 检测类型：定性检测（判断样本中是否存在抗原）。 样本类型：适用于男性尿道拭子、女性宫颈分泌物拭子。 规格：通常为20人份/盒。	是	1							
M57	M57-18	大肠杆菌O157：H7双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的大肠埃希氏菌O157:H7核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M57	M57-19	金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（A、B、C、D、E型）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	12、24T/盒	人份	110.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素 sea、seb、sec、sed、see 核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M57	M57-20	金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M57	M57-21	金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M57	M57-22	金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M57	M57-23	金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3								
M57	M57-24	金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24、48 T/盒	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3								
M57	M57-25	肺炎链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T	盒	625.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1							
M57	M57-26	Marker	2000bp	支	160.00	进口	本制品是由2,000 bp、1,000 bp、750 bp、500 bp、250 bp以及100 bp共6条双链DNA片段组成。其中750 bp是指示带，显示亮带。本品已混有上样缓冲液，可直接用于凝胶电泳。	是	1							

M57	M57-27	贴壁细胞培养板	24孔平底	块	11.00	进口	平底 带凝结环的单向板盖，有助于减少污染 独立的字母数字编码便于区分孔 统一尺寸，便于堆放 经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能 经过γ-辐照灭菌 经认证无热原	是	1							
M57	M57-28	贴壁细胞培养板	96孔平底	块	11.00	进口	透明平底聚苯乙烯微孔板，经TC处理，独立包装，带盖，无菌，平底，总体积为360 μL 经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能	是	1							
M57	M57-29	胎牛血清	500ml/瓶	瓶	3900.00	进口	产地南美，适合各种细胞培养	是	1							
M57	M57-30	双头低温记号笔	12支/盒	支	9.00	进口	防水/耐低温/速干/实验室标记笔	是	1							
M58	M58-01	TCBS琼脂	250g	瓶	156.00	国产	用于致病性弧菌的选择性分离（GB、SN标准）	是	1							
M59	M59-01	封板膜	100片/包	包	220.00	国产	1、PVC材质，其粘性材料为不干胶，没污染可反复粘贴3-5次； 2、透明材质，便于观察孔内的颜色变化； 3、耐冷耐热耐常见溶剂。	是	1							
M59	M59-02	丁腈无粉检查手套	100只/盒	盒	44.00	国产	丁腈无粉检查手套（100只/盒）（3.5Mil，9寸，蓝色，L#，盒装，指尖麻面）	是	1							
M59	M59-03	GeneGreen核酸染料	支	支	520.00	国产	GeneGreen（RT210）是国产高性价比EB替代品，在安全性（非诱变）、操作便捷性（耐热、免脱色）、双模成像（紫外+蓝光）三大维度全面优于传统EB，特别适合需频繁切胶、重视人员/核酸安全的常规分子生物学实验室	是	1							
M59	M59-04	定时器	个	个	15.00	国产	集时间显示、闹钟、正倒计时、循环计时于一体；LCD大屏显示，计时和时间同时显示；音量可调（三档：大音量、小音量、震动）；支持隐形支架、磁面吸附、正面横放三种摆放方式；轻巧便携，采用省电设计	是	1							
M59	M59-05	SDS	100g	瓶	72.00	国产	生化研究，用于从蛋白质中分离核酸，从宿主细胞中脱落某些病毒；蛋白电泳试剂，也可用于质粒提取，保存在常温(RT)，3年。	是	1							
M59	M59-06	离心管架	96孔，双面	个	11.00	国产	双面离心管架采用双面布局设计，可同时兼容多规格离心管，通过垂直固定结构确 保管体稳定，有效防止离心或转移过程中样品倾倒洒落。 1. 双面布局设计，兼容多种规格离心管，适配实验室多样化需求。 2. PP 材质，可高温高压灭菌，适用于细胞、微生物实验操作。 3. 外带塑封膜包装，防止运输储存过程中磨损。 4. 圆角设计，分散应力集中，提升抗摔性能。 5. 带横向、竖向编码设计，方便离心管快速定位，无需逐排查找。	是	1							
M59	M59-07	孔雀石绿水溶液（5%）	100ml	瓶	190.00	国产	工合成的染料，CAS号为569-64-2，分子量为364.92。孔雀石绿水溶液(5%)主要由孔雀石绿、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途。	是	1							
M59	M59-08	Xba I酶	15000U	支	3000.00	进口	符合省时酶（Time-Saver™）标准，可在 5-15 分钟内完成酶切 在 rCutSmart™ 缓冲液中具有 100% 活性（超过 210 种内切酶兼容于此缓冲液），便于进行双酶切 随附 1 管 6X 紫色凝胶上样染料 体外转录前的线性化质粒模板 限制性内切酶酶切位点 -T/CTAGA-	是	1							
M59	M59-09	限制性内切酶 SmaI	2000U/支	支	600.00	进口	符合省时酶（Time-Saver™）标准，可在 5-15 分钟内完成酶切 在 rCutSmart™ 缓冲液中具有 100% 活性（超过 210 种内切酶兼容于此缓冲液），便于进行双酶切 随附 1 管 6X 紫色凝胶上样染料 限制性内切酶酶切位点 -CCC/GGG-	是	1							
M59	M59-10	血液DNA提取试剂	50份/盒	份	42.00	进口	大于等于50次/盒，快速纯化得到高品质总DNA，即用型DNA在各种下游应用中表现良好，少量起始样本，DNA产量稳定，无需酚/ 氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无氯化锂或者乙醇沉淀步骤，可从细胞中或细菌中快速纯化高品DNA，硅胶膜离心柱的结合能力达50μg DNA	是	1							

M59	M59-11	逆转录试剂盒	50个反应/盒	反应	26.00	国产	• 产品型号：205311（50次20μl反应）、205313（200次20μl反应）、205314（400次20μl反应）。 • 反应体系：标准20μl反应体系，兼容常见qPCR仪。 • 核心功能：gDNA去除+RT一步完成，全程约20分钟（gDNA去除2min+RT合成15-20min），同一温度（42℃）完成，无需频繁变温。 • RNA起始量：10pg-1μg，适配低丰度与常规样本。 • 逆转录酶：Quantiscript Reverse Transcriptase，混合酶系，高RNA亲和力，适配高GC/复杂二级结构模板。 • 引物类型：含oligo-dT与随机引物混合物，可覆盖mRNA的5'与3'端，无需额外设计RNA特异性引物。 • 产物应用：合成cDNA适用于real-time PCR（SYBR Green/探针法），可用于基因表达定量、低丰度转录本检测等。 • 防污染：含RNase-Free Water，配套试剂无RNase污染，保障RNA完整性。	是	1							
M59	M59-12	电子计时器	/	个	22.00	国产	大号LCD屏显示时间、日期和星期，支持正计时和倒计时，带贪睡功能。	是	1							
M60	M60-01	DNA marker 1000分子量	1000UL/支	支	320.00	国产	分子量范围：常见为100-1000 bp或1000-10000 bp的梯度。 典型条带：如1000 bp、700 bp、500 bp等（具体以产品说明书为准）。 浓度：各条带浓度不同，例如400 bp条带可能为30 ng/μl，其余为10 ng/μl。 上样缓冲液：多数已含1×上样缓冲液，可直接上样。 储存条件：通常在-20℃保存。	是	1							
M60	M60-02	10×Loading Buffer	1 ml × 10支	支	8.70	进口	用于琼脂糖凝胶电泳的Loading Buffer，本制品是用于琼脂糖凝胶电泳的Loading Buffer。本制品与Takara Bio常规限制酶中附带的10×Loading buffer组成相同。	是	1							
M60	M60-03	6×Loading Buffer	1 ml × 10支	支	9.30	进口	本制品是琼脂糖凝胶电泳用的Loading Buffer。本制品与DNA Digested Markers(λ-Hind III digest, 等)以及 DNA Ladder Markers(100 bp DNA Ladder等)中的6×Loading Buffer组成相同。	是	1							
M60	M60-04	Gel-Red	500ul/支	支	780.00	进口	产品名称：Biotium GelRed®核酸凝胶染色剂 货号：41003 规格：0.5ml 浓度：10,000X 水溶液 主要用途：琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中dsDNA、ssDNA或RNA的染色 高安全性：无毒、无诱变性，废弃物可直接排入下水道 高灵敏度：优于EB，对DNA迁移影响小 使用便捷：兼容EB成像系统，支持预制胶和电泳后染色 稳定性：室温保存，染色液可反复使用	是	1							
M60	M60-05	DNase/RNase-Free去离子水	100ml	瓶	110.00	国产	无核酸酶活性：经过检测，不含DNase和RNase。 超纯度：通过中空纤维超滤等技术去除热源、内毒素和微生物。 应用范围：适用于分子生物学实验，但不可用于临床诊断或治疗。	是	3							
M61	M61-01	合成引物	1 OD	OD	40.00	国产	优先选HPLC纯化引物，避免非特异扩增；溶解时用无核酸酶水或TE缓冲液，防降解。	是	1							
M62	M62-01	96孔U型板	块	块	6.00	国产	96孔U型板是一种实验室常用耗材，主要用于细胞培养、样品储存和高通量实验，其U型底设计便于液体混合和沉淀物收集 细胞培养：U型底适合悬浮细胞培养，震荡时细胞分布均匀，沉淀集中于底部，便于换液和观察。 样品处理： 储存样品（如DNA、蛋白质），耐受-80℃低温，节省空间。 高通量操作（如核酸提取、液体萃取），兼容自动化设备。 核心优势： 减少蒸发：深孔设计降低液体蒸发损失。 易混匀：U型底形成涡流，确保试剂充分混合。 兼容性强：符合SBS国际标准，适配移液器和自动化工作站。	是	1							
M62	M62-02	1M TrisCl PH 7.2	500ml/瓶	瓶	190.00	国产	1M Tris-HCl缓冲液(PH=7.0)，保存在常温(RT)，2年，500ml/瓶	是	1							
M62	M62-03	Not I酶	15000U	瓶	4029.00	进口	符合省时酶（Time-Saver™）标准，可在 5-15 分钟内完成酶切 本酶可提供高保真（HF®）版（NEB #R3189），随附 rCutSmart™ 缓冲液 随附 1 管 6X 紫色凝胶上样染料 限制性内切酶酶切位点 GC/GGCCGC	是	1							

M62	M62-04	溶菌酶	1ml/支，10支/盒	支	100.00	进口	溶菌酶， 生化研究：溶菌酶可用于水解革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的细胞壁，保存在-20℃。	是	1							
M62	M62-05	EDTA	100g	瓶	72.00	国产	二价阳离子的螯合剂，能抑制酶的活性，纯度≥99.00%，100g/瓶	是	1							
M62	M62-06	10*DNA上样缓冲液	5ml	支	49.00	国产	是10倍浓缩的DNA上样缓冲液，用于DNA凝胶电泳，能促使DNA样品沉入凝胶加样孔中。其主要成份为甘油，EDTA，溴酚蓝和二甲苯青等。溴酚蓝和二甲苯青用作电泳时的指示剂，可指示电泳进程。	是	1							
M62	M62-07	0.5 M EDTA，pH 8.0	500mL	瓶	160.00	国产	经高压灭菌的无菌液体试剂，纯度0.5 M，pH 7.9－8.1，室温保存1年有效，适用于核酸酶抑制与DNA保护等分子生物学实验	是	1							
M62	M62-08	1M Tris-HCL，pH 8.0	500mL	瓶	190.00	国产	1M Tris-HCl，pH8.0 (Sterile，DNase free)，即无菌、无DNA酶污染的1M Tris-HCl，pH8.0，经过高温高压灭菌并灭活DNA酶的常用缓冲液， 保存在常温(RT) 2年	是	1							
M62	M62-09	电泳缓冲液	1L/瓶	瓶	190.00	国产	专为 Native-PAGE 设计，兼容非变性凝胶（如 NativePAGE Bis-Tris 凝胶），不推荐用于变性凝胶（如 NuPAGE Bis-Tris 或 Tris-Glycine 凝胶）	是	1							
M63	M63-01	伤寒杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	24人份/盒	人份	30.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测纯培养物或单菌落中提取的伤寒沙门氏菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇疫区4小时内送达用户现场	是	3							

M63	M63-02	肉毒杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	25人份/盒	人份	30.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的肉毒杆菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。	是	3							
M63	M63-03	产超广谱β-内酰胺酶细菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	人份	25.00	国产	检测细菌产超广谱β-内酰胺酶	是	3							
M63	M63-04	肠杆菌科耐碳青霉烯类抗菌药物基因（KPC）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	人份	45.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	3							
M63	M63-05	类志贺邻单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25 T/盒	T	25.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1							

M63	M63-06	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	50人份/盒	人份	45.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的蜡样芽孢杆菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M63	M63-07	肠杆菌科耐碳青霉烯类抗菌药物基因（KPC/NDM/OXA）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	人份	135.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其增菌液、培养物中提取的碳青霉烯类耐药菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M63	M63-08	肠杆菌科耐碳青霉烯类抗菌药物基因（VIM/IMP）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	人份	90.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系 并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	3							
M63	M63-09	肠杆菌科耐碳青霉烯类抗菌基因(VIM/IMP)核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法)	50人份/盒	人份	90.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系 并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	3							

M63	M63-10	鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50人份/盒	人份	50.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从血液、咽拭子以及淋巴液中提取的鼠疫耶尔森氏菌 caf1 基因、pla 基因。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M64	M64-01	伤寒、甲型副伤寒沙门菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	60.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的病原体核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过IS013485及IS09001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari’a’MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	3							

M64	M64-02	肉毒杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	30.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的肉毒杆菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。	是	3							
M64	M64-03	肉毒杆菌毒力基因（A、B、E、F型）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	120.00	国产	品牌：卓诚惠生 D3394YH 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的A、B、E、F型肉毒杆菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							

M64	M64-04	福氏志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25、50 T/盒	人份	25.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的福氏志贺氏菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M64	M64-05	沙门氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	27.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 8.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 9.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场	是	1							

M64	M64-06	弧菌属核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	45.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的弧菌属核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。	是	1							
M64	M64-07	五种致泻性大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）A版	24~50 T/盒	人份	300.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.专利：五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒符合国家标准GB4789.6-2016，并提供≥2项致泻性大肠相关基因型的发明专利。（提供证明文件） ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 11.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 12.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	是	1							

M64	M64-08	弯曲菌五重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	180.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品分离培养获得的纯培养物或单菌落，以及保存菌种的纯培养物中提取的空肠弯曲菌（C. jejuni）、结肠弯曲菌（C. coli）、海鸟弯曲菌（C. lari）、胎儿弯曲菌胎儿亚种（C. fetus fetus）和乌普萨拉弯曲菌（C. upsaliensis）五个种及亚种。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M64	M64-09	弯曲菌属核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	45.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染样本增菌液或培养物中提取的弯曲菌属核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							

M64	M64-10	空肠弯曲菌、结肠弯曲菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	60.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的空肠弯曲菌和结肠弯曲菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M64	M64-11	克罗诺杆菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24 T/盒	T	25.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的克罗诺杆菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M64	M64-12	类志贺邻单胞菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法）	24 T/盒	T	25.00	国产	1.采用实时荧光的特异性的引物和探针；2.有限期≥12个月；	是	1							

M64	M64-13	嗜水气单胞菌核酸检测预分装试剂盒(荧光PCR法)	24~50 T/盒	人份	45.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的嗜水气单胞菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M64	M64-14	艾伯特埃希菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24 T/盒	T	25.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子或呕吐物标本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的艾伯特埃希菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							

M64	M64-15	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24 T/盒	T	25.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌及椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.试剂同品牌厂家可免费提供qPCR分析软件进行多病原核酸检测结果判读，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果截图及软件著作权为证） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							
M64	M64-16	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌（椰毒假单胞菌酵米面亚种）核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24T/盒	T	25.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从污染食品增菌液或培养物中提取的唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、IS013485及IS09001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	1							

M64	M64-17	假结核耶尔森菌核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	24.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的假结核耶尔森菌核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂送达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场	是	1							
M65	M65-01	甘油	500mL	瓶	128.00	国产	CAS：56-81-5，分子量：92.09 储存条件：保存在常温(RT)，3年。 级别：用于分子生物学 纯度，Dry Basis:≥99.0%	是	1							
M65	M65-02	生理盐水	500ml	瓶	40.00	国产	无菌	是	1							
M66	M66-01	1.3ml96孔圆形孔U型底深孔板	2块/包	包	62.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	是	1							
M66	M66-02	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装（FCS PE150）	310 循环/盒	套	12650.00	国产	适配华大智造MGI平台测序，1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支持第三方文库上机测序； 4.性能参数： FCS PE150:测序时长~31h,有效reads数为550M； 5.文库插入片段范围在 200-400 bp，同时主带集中在± 100bp 以内； 6.快速高效，可以在短时间内完成测序需求，适用于少数据量样本及紧迫样本； 7.运输温度条件：试剂组分储存温度要求2 ° C ~ 8 ° C需用冰袋运输、储存温度要求-25 ° C ~ -15 ° C需用干冰运输，保证试剂盒内组分的完整活性	是	1							
M66	M66-03	MGIEasy Fast PCR-FREE酶切文库制备试剂套装 V2.0（16 RXN）	套	套	3900.00	国产	适配华大智造MGI平台测序，1、试剂用途：适用于常见的人、动物、植物、真菌、细菌等物种，例如人（血液、唾液、口腔拭子）、鼠、拟 南芥、水稻、 Meta 、大肠杆菌等类型样本。还可适用于长扩增子 DNA 片段。 2、试剂盒组分：MGIEasy Fast PCR-FREE 酶切文库制备模块、MGIEasy 双端独立标签 PF 接头试剂盒、MGIEasy DNA 纯化磁珠试剂盒 3、储存温度：MGIEasy Fast PCR-FREE 酶切文库制备模块、MGIEasy 双端独立标签 PF 接头试剂盒：-25 ℃ ~ -15 ℃；	是	1							

M67	M67-01	呼吸道病原微流体芯片	8样品/张	张	6000.00	进口	1.试剂为呼吸道病原体微流体芯片（含新冠病毒），一次反应可同时检测包括：新型冠状病毒（Orf1ab基因），新型冠状病毒（N基因），新型冠状病毒（S基因），腺病毒，博卡病毒，巨细胞病毒，冠状病毒229E，冠状病毒NL63，冠状病毒OC43，冠状病毒HKU1，肠病毒，肠病毒D68，EB病毒，人疱疹病毒6型，SARS，甲型流感，甲型流感-H3，甲型流感 H1 2009，乙型流感，中东呼吸综合症冠状病毒，人类偏肺病毒，副肠孤病毒，副流感病毒 1型，副流感病毒2型，副流感病毒3型，副流感病毒4型，呼吸道合胞病毒A型，呼吸道合胞病毒B型，鼻病毒，肺炎链球菌，水痘带状疱疹病毒，博德特氏菌，百日咳杆菌，霍式博德特氏菌，肺炎衣原体，嗜肺性军团菌，肺炎支原体，卡他莫拉氏菌，肺炎克雷伯菌，流感嗜血杆菌，金黄色葡萄球菌，腮腺炎，麻疹，耶式肺孢子虫在内的42种呼吸道病原体。 2.芯片已预包埋针对42种呼吸道病原体的特异引物与探针，其中包含6种已知冠状病毒及其他常见呼吸道感染病原，同时还包含有分别针对真核样本和实验体系的内部阳性质控靶标。 3.所有探针均为原厂专利的MGB-NFQ淬灭基团，探针灵敏度和特异性更高。 4.必须适用QuantStudioTM 7 Flex或QuantStudioTM 7 Pro Flex或Quantstudio 12k Flex或QuantstudioDx实时荧光定量PCR平台，同时仪器需含有微流体芯片加热模块。 5.操作简便，从上样到最终得到检测结果，全流程时间不超过2小时。 6.可以一次实验对多达8个核酸的样本进行42种病原体的同步、高效筛查。 7.起始样本需求量低，仅需5-25ul的核酸样本即可完成实验。	是	1							
M67	M67-02	胃肠道病原微流体芯片	8样品/张	张	6000.00	进口	1.试剂为胃肠道病原体微流体芯片，一次反应可同时检测包括：肠致病性大肠埃希氏菌(EPEC)，肠产毒素大肠埃希氏菌(ETEC)，肠侵袭性大肠埃希菌(EIEC)，肠出血性大肠埃希氏菌(EHEC)，粘膜性大肠埃希氏菌(EAEC)，副溶血弧菌，创伤弧菌，霍乱弧菌，小肠结肠炎耶尔森菌，嗜水气单胞菌，空肠弯曲杆菌，结肠弯曲杆菌，乌普萨拉弯曲杆菌，艰难梭菌(毒素A/B)，高毒力艰难梭菌027，沙门氏菌，产志贺毒素大肠杆菌(STEC)(stx1/stx2)，大肠埃希菌0157，志贺菌，腺病毒F40/41，诺如病毒GI，诺如病毒GII，札如病毒(I,II,IV & V)，札如病毒V，星状病毒，副肠孤病毒，肠病毒(不包括D68)，轮状病毒A，轮状病毒B，轮状病毒C，脆弱双核阿米巴，环孢子虫，溶组织内阿米巴，贾第鞭毛虫，隐孢子虫，人芽囊原虫在内的38种胃肠道病原体。 2.芯片已预包埋针对38种胃肠道病原体的特异引物与探针，同时还包含有分别针对真核样本和实验体系的内部阳性质控靶标。 3.所有探针均为原厂专利的MGB-NFQ淬灭基团，探针灵敏度和特异性更高。 4.必须适用QuantStudioTM 7 Flex或QuantStudioTM 7 Pro Flex或Quantstudio 12k Flex或QuantstudioDx实时荧光定量PCR平台，同时仪器需含有微流体芯片加热模块。 5.操作简便，从上样到最终得到检测结果，全流程时间不超过2小时。 6.可以一次实验对多达8个核酸的样本进行38种病原体的同步、高效筛查。 7.起始样本需求量低，仅需5-25ul的核酸样本即可完成实验。	是	1							
M67	M67-03	定制款微流体芯片	8样品/张	张	6000.00	进口	1、最小起订量20块 2、定制检测标靶需与用户沟通确定	是	1							
M67	M67-04	一步法预混液（配套微流体芯片使用）	1ml/盒	ml	4483.00	进口	1、一步法预混液 2、配套微流体芯片使用 3、规格1ml/盒 4、1盒预混液可配套5块微流体芯片使用	是	1							
M68	M68-01	CCDC RUO定制阴性药敏板（136孔定制板）	25块/盒	盒	3000.00	进口	136孔药敏板，满足致病菌识别网肠杆菌药敏检测技术指导方案 适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-02	链球菌鉴定药敏板复合板	25块/盒	盒	2800.00	进口	药敏部分85孔，鉴定部分51孔，满足致病菌识别网链球菌药敏检测技术指导方案，适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-03	革兰氏阴性菌鉴定板	25块/盒	盒	1900.00	进口	比色结合荧光原理用于革兰氏阴性菌的生化鉴定 适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							

M68	M68-04	革兰氏阳性菌鉴定板	25块/盒	盒	1900.00	进口	比色结合荧光原理用于革兰氏阳性菌的生化鉴定 适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-05	PHOENIX鉴定肉汤管	100支/盒	盒	1500.00	进口	用于细菌生化鉴定实验的菌种稀释，适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-06	PHOENIX药敏肉汤管	100支/盒	盒	1500.00	进口	用于细菌（链球菌除外）药敏实验，适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-07	PHOENIX药敏指示剂	10支/盒	盒	1060.00	进口	用于细菌（链球菌除外）药敏实验过程中的氧化还原指示作用，适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-08	PHOENIX链球菌药敏肉汤	100支/盒	盒	701.42	进口	用于链球菌药敏实验，适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-09	PHOENIX链球菌药敏指示剂	6ml/支,10支/盒	盒	788.63	进口	用于链球菌药敏实验过程中的氧化还原指示作用，适用于BD Phoenix M50全自动微生物鉴定药敏分析系统	是	1							
M68	M68-10	比浊仪定标管	5支/盒	盒	2962.12	进口	用于BD PhoenixSpec全自动浊度仪的浊度校正，5支标准浊度管浊度分别为：0.25、0.50、1.00、2.00、4.00麦氏浊度	是	1							
M68	M68-11	兔抗脑膜炎球菌诊断血清试剂(A、B、C、W、X、Y、D、Z、L、H、I、K、多价Ⅰ、多价Ⅱ群，多价Ⅲ、多价Ⅳ群)	2mL*16种/盒	盒	23646.00	国产	A、B、C、W、X、Y、D、Z、L、H、I、K、多价Ⅰ、多价Ⅱ群，多价Ⅲ、多价Ⅳ群；2mL*16种/盒	是	1							
M69	M69-01	一次性运送采样管	50支/盒，3ml液10ml管	盒	350.00	国产	1、技术要求 1.1 规格支持定制，运送保存液为1-3mL，可盛放于2mL、5mL、10mL带外螺旋盖塑料试管中； 1.2 可用于百日咳鲍特菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、白喉棒状杆菌等苛养菌相关的鼻咽拭子标本的运送 处理与复检； 1.3 可支持-80℃冷冻保存而不影响目标菌分离培养（需要提供相关证明材料）； 1.4 生产厂家有该产品技术专利或专利使用权（需要提供相关证明材料）；	是	1							
M69	M69-02	广适性木炭琼脂培养基（改良型）	10块/盒	盒	350.00	国产	1、技术要求 1.1 可用于百日咳鲍特菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、白喉棒状杆菌等苛养菌的培养； 1.2规格：9cm平皿预制培养基 。5块/包，2包/盒，小包装方便少量检测，避免浪费 1.3单块平皿培养基颜色为深巧克力色，单块含液量≥20ml，培养基灌注高度≥3mm（需实物图片） 1.4广适性：一种培养基可适用于多种苛养菌的培养，成分中含有木炭层可以有效的吸附细菌生长产生的毒素；（广适性和木炭层需要提供相关证明材料，证明材料需含有验证图片） 1.5具备医疗器械产品备案证	是	1							
M69	M69-03	木炭牛奶保菌管	100个/盒	盒	575.00	国产	1、技术要求 1.1 可为百日咳鲍特菌、脑膜炎奈瑟菌、和流感嗜血杆菌等呼吸道常见病原菌提供长期稳定保存环境和基础保护； 1.2 成分中含有木炭可以有效的吸附病原菌产生的毒素；（需实物图片证明） 1.3 规格：100支/盒。单支冻存管为1.5ml刻度冻存管，内含1ml保存液。材质可耐受-80℃及液氮。冻存管底部与配套冻存盒孔位有卡槽设计，可使冻存管与冻存盒高度匹配，倒置不掉管。冻存盒上有条形码方便菌种保存统计，可直接用于各类菌种库管理。（需实物图片证明） 1.4有效期（质保期）：未接菌前可在-20℃或更低温储存有效期时	是	1							
M69	M69-04	甘油肉汤保菌管	100个/盒	盒	575.00	国产	1、技术要求 1.1 用于一般细菌的保存，同时也适用于链球菌、弧菌、真菌等特殊方法保存的菌种。可以根据保存的菌种不同进行定制，可提供20%、25%、30%、40%、50%等不同比例甘油肉汤，能够有效降低保菌液的凝固点，使菌株免受冰晶影响的效果更好；（提供相关证明材料） 1.2 规格：100支/盒。单支冻存管为1.5ml刻度冻存管，内含1ml保存液。材质可耐受-80℃及液氮。冻存管底部与配套冻存盒孔位有卡槽设计，可使冻存管与冻存盒高度匹配，倒置不掉管。冻存盒上有条形码方便菌种保存统计，可直接用于各类菌种库管理。（需实物图片证明） 1.3 有效期（质保期）：未接菌前可在-20℃或更低温储存有效期时≥2年。	是	1							

M70	M70-01	百日咳IgG抗体参考血清（PT，人源）Pertussis immunoglobulin G（IgG） reference serum (PT, Human)	1ml/支，4支/盒	盒	5500.00	国产	1、技术要求 1.1 酶联免疫吸附法，用于体外定量检测人血清或血浆中的抗百日咳毒素（PT） 1.2 规格：1ml*4支/盒，提供百日咳抗血清(人源)四种浓度的参考：20IU/ML，40IU/ML，80IU/ML，100IU/ML（需要提供相关证明材料） 1.3 参考品数据溯源WHO标准血清（NIBSC Code 06/140）（需要提供相关证明材料） 1.4血清质控参考品需为独立于检测试剂盒的第三方质控品 1.4 四个浓度参考血清可直接取用加入商品化试剂盒的酶标板，无需再稀释 1.5生产厂家有该产品技术专利或专利使用权；（需要提供相关证明材料）	是	1							
M70	M70-02	呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法）	12人份/盒	盒	2880.00	国产	该产品用于体外定性检测人痰液提取核酸中8种临床常见下呼吸道病原菌（肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌. 嗜麦芽窄食单胞菌、流感嗜血杆菌）	是	1							
M70	M70-03	分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	20 测试 / 盒	盒	1000.00	国产	该产品用于体外定性检测临床痰样本中提取出来的分枝杆菌核酸	是	1							
M70	M70-04	分枝杆菌菌种鉴定试剂盒（DNA微阵列芯片法）	24 测试 / 盒	盒	5880.00	国产	本产品用于定性检测来源于临床疑似结核病和非结核分枝杆菌(Non Tuberculous 11培养的分枝杆菌分离株样本中的核酸，检测指标包括临床常见分枝杆菌的17个种或群，包括：结核分枝杆菌复合群、胞内分枝杆菌、鸟分枝杆菌、戈登分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、偶然分枝杆菌、病分枝杆菌、浅黄分枝杆菌、土分枝杆菌、龟分枝杆菌和脓肿分枝杆菌、草分枝杆菌、不产色分枝杆菌、海分枝杆菌和溃疡分枝杆菌、金色分枝杆菌、苏尔加分枝杆菌和玛尔摩分枝杆菌、蟾蜍分	是	1							
M70	M70-05	结核分枝杆菌耐药基因检测试剂盒（DNA微阵列芯片法）	12 测试 / 盒	盒	2880.00	国产	本产品用于体外定性检测来源于临床疑似结核病患者经过分离培养的结核分枝杆菌分离株样本中的核酸，检测指标包括2买背等享的解生刑为太的本本刑。」中对于利福平耐药相关基因rpoB基因检测6个位点，包括531位TCG-TTG、531位TCG-TGG、526位CAC-GAC、526位CAC→TAC、526位CAC-CTC、526位CAC→CGC、511位CTG→CCG、513位CAA-CCA、513位CAA-AAA、516位GAC-GTC、516位GAC→TAC、516位GAC-GGC及533位CTG→CCG 等13种突变型，对于异烟肼耐药相关基因katG基因及inhA基因启动子各检测1个位点，分别为katG基因315位AGC→ACC和AGC→AAC两个突变型，inhA基因启动子 -15位C→T突变	是	1							
M70	M70-06	广谱病原微生物DNA提取试剂盒（锆珠磁珠法）	50人份/盒	人份	102.80	进口	UCP超洁净工艺防污染 + Pathogen Lysis Tubes强化裂解 + 50－200 μl灵活洗脱 + 24样本/2小时高通量。	是	1							
M70	M70-07	广谱病原微生物快速检测试剂盒（恒温扩增芯片法）-细菌	12测试/盒	盒	7200.00	国产	检测表皮葡萄球菌、结核分枝杆菌复合群、百日咳杆菌、诺卡菌等40种临床常见细菌。	是	1							
M70	M70-08	广谱病原微生物快速检测试剂盒（恒温扩增芯片法）-真菌	12测试/盒	盒	7200.00	国产	检测白色念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌、烟曲霉、黄曲霉、新型隐球菌等20种临床常见真菌	是	1							
M70	M70-09	广谱病原微生物快速检测试剂盒（恒温扩增芯片法）-耐药	12测试/盒	盒	7200.00	国产	检测mecA 、VanA、VanB、OXA-24、OXA48/181、OXA23、OXA58等37种临床常见耐药基因	是	1							
M70	M70-10	广谱病原微生物快速检测试剂盒（恒温扩增芯片法）-消化道细菌	12测试/盒	盒	7200.00	国产	检测大肠杆菌、创伤弧菌、志贺菌属等常见消化道细菌	是	1							

M71	M71-01	霍乱弧菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-02	肺炎支原体质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-03	百日咳鲍特菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							

M71	M71-04	A族链球菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-05	肺炎链球菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-06	流感嗜血杆菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							

M71	M71-07	副溶血弧菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						
M71	M71-08	志贺氏菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						
M71	M71-09	沙门菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						

M71	M71-10	致泻性大肠杆菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-11	军团菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-12	隐球菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							

M71	M71-13	肺炎克雷伯菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						
M71	M71-14	鹦鹉热衣原体质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						
M71	M71-15	空肠弯曲菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						

M71	M71-16	小肠结肠耶尔森菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-17	脑膜炎奈瑟菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-18	单增李斯特菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							

M71	M71-19	猪链球菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						
M71	M71-20	结核分枝杆菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						
M71	M71-21	钩端螺旋体质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1						

M71	M71-22	鼠疫耶尔森菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编	是	1							
M71	M71-23	斑疹伤寒立克次体质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号″	是	1							
M71	M71-24	恙虫病东方体质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号″	是	1							

M71	M71-25	布鲁氏菌质控品	灭活病原0.4mL/管&核酸20μL/，6管/盒	盒	6000.00	国产	（1）质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 用于测试灵敏度。测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明 核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号″	是	1							
M72	M72-01	产气荚膜杆菌、变形杆菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24~50 T/盒	人份	70.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道、CY5通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	1							
M73	M73-01	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法)	100人份/盒（20×5）	盒	750.00	国产	1：2配国产U型板	是	1						
M74	M74-01	Septin9基因甲基化检测试剂盒（PCR荧光探针法）	30人份/盒	盒	13500.00	国产	检测原理：基于PCR荧光探针法，通过检测外周血中Septin9基因甲基化状态进行结直肠癌辅助诊断 样本类型：人外周血血浆	是	1						

M74	M74-02	烟曲霉核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	20人份/盒	盒	540.00	国产	品牌：卓诚惠生 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从痰液、培养物中提取的烟曲霉核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 ★5.检测时间：可提供除酶以外一管预混液体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤2孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 6.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果及软件著作权） ★9.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖，可以提供证明文件。 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。 11.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小	是	3							
M74	M74-03	烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	20人份/盒	盒	1440.00	国产	1）适用于定性检测咽拭子、细菌培养物等样本中提取的核酸。 （2）★检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应。 （3）检测技术方法：采用单重实时荧光PCR法，1个反应，一次性可完成定性检测。 （4）▲全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机（提供该技术第三方合法机构出具的证书或者证明） （5）▲生产企业通过ISO13485及ISO9001科研类产品的质量认证体系认证（提供相应证明文件）。 （6）试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书； （7）试剂盒反应体系≧20μL （8）通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案。 （9）PCR检测反应程序包括：50℃1-2min；95℃3-5min；循环95℃2-3s，55℃30-45s，共40次循环；在每次循环第二步（55℃30-45s）收集荧光信号。 （10）适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P、安捷伦Ari'a'MX等。选用FAM通道、JOE/VIC/HEX通道、CY5通道检测。 （11）试剂规格：24T/盒 （12）有效期：≧12个月。 （13）★签订合同前需提供试用装验证性能。 备注：★为必须满足参数；▲为重要参数。 要求投标人和所投产品厂家提供真实、合法合规的资料，避免本单位卷入不必要的法律纠纷。	是	3							

M75	M75-01	白喉杆菌（ToxB基因）核酸检测（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	50.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机，预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M75	M75-02	肺炎支原体、肺炎衣原体双重核酸检测（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	50.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机，预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M75	M75-03	肺炎支原体、肺炎衣原体，肺炎链球菌、流感嗜血杆菌四重（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	90.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机，预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M75	M75-04	白百破（白喉、百日咳、破伤风杆菌）三重核酸检测（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	75.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机，预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M75	M75-05	肺炎支原体、肺炎衣原体、百日咳杆菌三重核酸检测（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	75.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机，预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							

M75	M75-06	肺炎支原体、肺炎衣原体，肺炎链球菌三重（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	75.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机。预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M75	M75-07	猪链球菌血清Type1	22280；1ml/支	支	8000.00	进口	产品类型：诊断血清（Diagnostic Serum） 主要用途：猪链球菌血清型的凝集试验、免疫荧光等传统鉴定方法。	是	1							
M75	M75-08	猪链球菌血清Type14	22303；1ml/支	支	10211.00	进口	产品类型：诊断血清（Diagnostic Serum） 主要用途：猪链球菌血清型的凝集试验、免疫荧光等传统鉴定方法。	是	1							
M75	M75-09	百日咳、副百日咳、霍氏鲍特菌三重核酸检测（B管）液体全分装试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	75.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机。预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M75	M75-10	肺炎衣原体（CP）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24/48人份/盒	人份	40.00	国产	1.试剂盒适用于培养基、粪便、呕吐物、脑脊液、血清和组织等的定性检测。 2．最低检测限:500copies/mL 3．试剂盒需经临床样本验证，灵敏度>95%，特异性>99%。 4．所有反应所需试剂已用八联管或者大单管分装，不需另外配置体系，加入核酸模板后离心可以直接上机。预分装需提供第三方合法机构出具的证书或者证明。该试剂盒有效期不低于12个月，到货质保期不少于10个月。 5．试剂盒规格：24/48人份/盒；25/50人份/盒； 6．试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管内的RT-PCR反应液；说明书.	是	1							
M76	M76-01	质谱样品处理基质溶液	2000人份/盒	盒	6000.00	国产	用于微生物质谱检测用简单样本的前处理。 原理：裂解菌体释放蛋白，保护样本不被激光损伤。 规格：2000人份/盒。 -20度保存。 专用于安图Autof ms系列质谱	是	1							
M76	M76-02	质谱样本预处理试剂	100人份/盒	盒	680.00	国产	用于微生物质谱检测用复杂样本的前处理。 原理：裂解菌体释放蛋白，形成共结晶保护样本不被激光损伤。 规格：100人份/盒。 -20度保存。 专用于安图Autof ms系列质谱	是	1							
M76	M76-03	微生物质谱鉴定仪用校准品	80份/盒	盒	6400.00	国产	用于微生物质谱仪器的准确性校准。 原理：经过特殊修饰的菌株，对微生物质谱仪进行准确性校订。 规格：80份/盒。 -20度保存。 专用于安图Autof ms系列质谱	是	1							
M76	M76-04	微生物鉴定质谱仪标本板	10张/盒	盒	20000.00	国产	用于承载微生物质谱仪的检测样本。 原理：经过疏水处理的特殊靶板，可多次使用。本产品为半永久靶板，需配合永久使用的靶托共同使用。 规格：10块/盒。 常温保存。 专用于安图Autof ms系列质谱	是	1							
M76	M76-05	质谱用丝状真菌预处理试剂	120测试/盒	盒	6000.00	国产	用于微生物质谱检测真菌样本的前处理。 原理：特殊的混合溶剂，能有效裂解菌体外壳，并能分解真菌产生的粘液等干扰因素，精准获取菌体蛋白。 规格：120人份/盒。 -20度保存。 专用于安图Autof ms系列质谱	是	1							

N001	N001-01	5OD引物单标记	5OD/管	管	600.00	国产	在18-50bp引物上进行基团的标记，如荧光报告基团、淬灭基团、生物素、阻断集团、THF等	提供制造商授权	1							
N001	N001-02	5OD引物双标记	5OD/管	管	1500.00	国产	在18-50bp引物上进行基团的标记，如荧光报告基团、淬灭基团、生物素、阻断集团、THF等	提供制造商授权	1							
N001	N001-03	QuickCut EcoR I	500次	包	200.00	进口	快切酶，可在 5-30 分钟内切断 基质 DNA，如质粒 DNA、PCR 产物等。	提供制造商授权	1							
N001	N001-04	cDNA 合成	50次	包	910.00	进口	能够以RNA（cDNA合成）或单链DNA为模板，从引物起始合成互补DNA链	提供制造商授权	1							
N001	N001-05	Betaine(甜菜碱)溶液	5M	瓶	380.00	国产	5 M, PCR Reagent	不需要提供制造商授权	1							
N002	N002-01	HIV-1核酸定量检测能力验证样本	5支/套	套	600	国产	1、储存条件及有效期：-15℃以下稳定保存2年。 2、规格要求：每支1.0-2.0mL，液体。 ▲3、可提供阴性及阳性不同水平,浓度水平如下： 编号/项目 HIV 1 N 2 2X10~2cps/ml-5X10^{2}cps/ml 3 1X10~3cps/ml-5X10^{3}cps/ml 4 N 5 1X10~4cps/ml-5X10^{4}cps/ml ▲4、定值方法：采用不少于3家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。 5、溯源信息：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质(提供证明材料）。 6、即用性要求：可直接使用，无需稀释。 7、资质认证：需获得“国家质量监督检验检疫总局”所颁发的《国家标准物质定级证书》(提供证明材料）。	不提供制造商授权	2							
N003	N003-01	麻疹风疹血清学IHC内部质控品	5支/套，0.4ml/支，麻疹阳性2支，风疹阳性2支，阴性1支。	套	3500.00	国产	1.有结果上报平台； 2.样本匀一性与稳定性良好； 3.基层实验室可通过网站登录，网上回报检测结果，查看考核成绩。管理机构可以利用平台进行数据统计和分析并下发成绩 并提供用户名单； 4.具有国家质量监督检验检疫总局颁发标准物质认定证书； 5.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的时间运送到相应的地点； 6.提供产品说明书、现行有效的产品检验合格证书及其它产品资质	提供制造商授权	3							
N004	N004-01	麻疹风疹病毒核酸盲样质控品	5支/套，0.4ml/支，麻疹阳性2支，风疹阳性2支，阴性1支。	套	3500.00	国产	1. 有效期：-80℃长期储存；-20℃ 2-3月； 2. 规格：5支/套，0.4ml/支，（其中，麻疹阳性2支，风疹阳性2支，阴性1支）； 3. 样本类型：液体灭活病毒/人工假病毒，匀一性与稳定性良好； 4. 样本型别：包括本考核品各亚型；可根据需求定制；能提供麻疹、风疹的不同浓度水平（如高、中、低浓度等）供客户自由选择，并能根据客户需求进行阳性和阴性的配伍； 5. 考核方式：采用双盲样考核，每支样本唯一编码； 6.提供用于全省的病毒核酸检测能力认证考核的网络平台； 7.基层实验室可通过网站登录，网上回报检测结果，查看考核成绩。管理机构可以利用平台进行数据统计和分析并下发成绩 并提供用户名单； 8.具有国家质量监督检验检疫总局颁发标准物质认定证书； 9.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的时间运送到相应的地点； 10.提供产品说明书、现行有效的产品检验合格证书及其它产品资质证书等。	提供制造商授权	3							

N005	N005-01	HIV抗体确证考核血清盘	5支/套	套	1400	国产	▲1、产品包含：人类免疫缺陷病毒抗体（抗-HIV）。 ▲2、可提供阴性及不同抗体条带阳性考核品（每支容量0.5-1ml）,条带要求如下： 编号/项目 HIV 1 N 2 GP120+/GP160+，GP41+ ,P24+ 3 全条带至少包含GP120+/GP160+、GP41+、P24+、P66+、P51+、P31+、P17+、GP36+或HIV-2型指示带 4 N 5 GP120+/GP160+、GP41+、P24+、P17、P31/P51 3、适用范围：艾滋病抗体确证检测。 ▲4、效期及稳定性：-20℃条件下储存，有效期24个月，开瓶在2℃～8℃条件下保存可使用14天。 ▲5、采用不少于3家国内外厂商试剂进行检测，具有良好的稳定性和均一性。（提供检测报告）。 6、编号规则：根据采购人要求提供双盲编号服务，无需手工。	否	2							
N006	N006-01	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（pcr-荧光探针法）	25/50T	人份	48.00	国产	3.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~1×108 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							
N007	N007-01	麻疹病毒病毒核酸检测（高浓度）质控品	200ul/管	管	686.00	国产	1.法定计量检定机构计量授权证书。2.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。3.检测浓度为1000copies/ml	提供制造商授权	3							
N007	N007-02	腮腺炎病毒核酸检测弱阳性（高浓度）质控品	200ul/管	管	686.00	国产	1.法定计量检定机构计量授权证书。2.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。3.检测浓度为1000copies/ml	提供制造商授权	3							
N007	N007-03	麻疹病毒病毒核酸检测（低浓度）质控品	200ul/管	管	400.00	国产	1.法定计量检定机构计量授权证书。2.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。3.检测浓度为500copies/ml	提供制造商授权	3							
N007	N007-04	腮腺炎病毒核酸检测弱阳性（低浓度）质控品	200ul/管	管	400.00	国产	1.法定计量检定机构计量授权证书。2.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。3.检测浓度为500copies/ml	不需要提供制造商授权	3							
N008	N008-01	风疹病毒核酸检测弱阳性（高浓度）质控品	200ul/管	管	686.00	国产	1.法定计量检定机构计量授权证书。2.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。3.检测浓度为1000copies/ml	提供制造商授权	3							
N008	N008-02	风疹病毒核酸检测弱阳性（低浓度）质控品	200ul/管	管	400.00	国产	1.法定计量检定机构计量授权证书。2.中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。3.检测浓度为500copies/ml	提供制造商授权	3							

N009	N009-01	HIV抗体筛查（ELISA）考核血清盘（双盲）	5支/套	套	300	国产	▲1、检测项目包含：人类免疫缺陷病毒抗体（抗-HIV） 2、可提供阴性及不同浓度水平阳性考核品（每支容量0.5-1ml）,浓度水平如下： 编号/项目 HIV抗体 1 N 2 2NCU/ml 3 1NCU/ml 4 N 5 8NCU/ml 3、适用范围：主流艾滋抗体酶免及发光试剂。 4、效期及稳定性：-20℃条件下储存，有效期24个月，开瓶在2℃～8℃条件下保存可使用14天。 5、产品可提供多水平浓度组合，应附有产品的使用说明书和出厂质检报告。 6、编号规则：根据客户要求提供双盲编号服务，无需手工。 7、供货生产厂家应具备相应产品独立生产及售后服务能力（应提供厂家ISO 13485医疗器械质量管理体系证书，认证范围应包含“质控品”字样）。 8、售后：根据客户需求与客户质控平台匹配。承诺售后服务。 ▲9、为保证考核活动公平公正性，本次投标产品的生产企业，不得与贵州省疾控中心对应考核计划中单独分组统计的试剂或仪器生产企业存在控股、管理关系。(提供承诺函)	否	2							
N009	N009-02	HIV抗体筛查（快速）考核血清盘（双盲）	5支/套	套	150	国产	▲1、检测项目包含：人类免疫缺陷病毒抗体（抗-HIV） 2、可提供阴性及不同浓度水平阳性考核品（每支容量0.5-1ml）,浓度水平如下： 编号/项目 HIV 1 N 2 4NCU/ml 3 2NCU/ml 4 N 5 4NCU/ml 3、适用范围：主流艾滋快速检测试剂。 4、效期及稳定性：-20℃条件下储存，有效期24个月，开瓶在2℃～8℃条件下保存可使用14天。 5、产品可提供多水平浓度组合，应附有产品的使用说明书和出厂质检报告。 6、编号规则：根据客户要求提供双盲编号服务，无需手工。 7、供货生产厂家应具备相应产品独立生产及售后服务能力（应提供厂家ISO 13485医疗器械质量管理体系证书，认证范围应包含“质控品”字样）。 8、售后：根据客户需求与客户质控平台匹配。承诺售后服务。 ▲9、为保证考核活动公平公正性，本次投标产品的生产企业，不得与贵州省疾控中心对应考核计划中单独分组统计的试剂或仪器生产企业存在控股、管理关系。(提供承诺函)	否	2							

N010	N010-01	猴痘病毒全基因组捕获试剂盒	24反应/盒	反应	600.00	国产	1.适用范围：适用于猴痘病毒全基因组的捕获，采用多重扩增子技术，全基因组覆盖度≥99%。 2.捕获反应时间：采用除引物以外1管预混技术。每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，反应理论时长≤2h，反应全流程时长≤2.5h。（提供说明书证明） 3.适用机型：可兼容二代及三代高通量测序平台。 4.有效期：≥12个月。 5.试剂规格：每盒的试剂规格≥24反应，试剂灌装量≥48反应。 6.质量体系认证：通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。 7.验证报告：提供相关部门出具的性能评价报告，报告中至少包含二代平台和三代平台的性能评价。（提供证明文件） 8..生产质量：提供符合ISO/IEC17043。（需提供第三方验证报告为证） 9.组装分析：产品生产厂家拥有用于基因组组装分析的软件，可协助进行测序下机数据分析（提供软件界面截图和著作权登记证书证明）	是	1							
N011	N011-01	人类免疫缺陷病毒1型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24人份/盒、48人份/盒	人份	200.00	国产	1、产品名称：人类免疫缺陷病毒1型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） 2、预期用途：用于定量检测人血浆中人类免疫缺陷病毒 3、产品原理 ：进行HIV-1的实时荧光定量RT-PCR法 4、定量方式：外部标准品定量 5、样本类型：血清、血浆 6、最低检测限：25-50IU/mL（30copies/mL） 7、检测特异性：100% 8、★检测靶标：采用双靶标检测，包含LTR和GAG靶点，提高检测准确性 9、精密度：重复性CV值≤5% 10、★包装方式：扩增试剂与阳性标准品对照品分开独立包装，降低污染风险，符合实验室规范要求 11、★覆盖基因型别：检测HIV-1型M组，O组，N组基因型 12、注册证书：NMPA	提供制造商授权	3							
N012	N012-01	HIV-1新发感染酶免检测试剂盒（限制性抗原亲和力法）	96、192人份/盒	人份	33.00	国产	1、本产品适用的样本为血清或血浆，可以识别 HIV-1 新发感染与既往感染。 2、 采用单孔限制性抗原 IgG 捕获酶联免疫法。 3、 酶标板上包被的抗原为可识别多种亚型的重组 HIV-1 特异性抗原 rIDR-M。 4、 酸性洗脱液可洗脱低亲和力 HIV-1IgG 抗体。 5、 样本稀释液、10×洗涤缓冲液、TMB 显色液、终止液在试剂盒设定的保 存温度下，可稳定储存。rIDR-M 包被酶联板、强阳性对照、弱阳性对照、 阴性对照、校准品及酶结合物须冰冻包装，保存在-20℃以下，可稳定储 存。 6、 实验的可重复性 R 2≥0.9。 7、 用金豪和美国 Maxim 试剂检测 214 份 HIV 感染人群样本，金豪试剂与 美国 Maxim 试剂总符合率为 95.8%，两种试剂的拟合曲线为	提供制造商授权	1							
N013	N013-01	基础型核酸扩增试剂盒（ERA法）	96T/盒	份	35.00	国产	最低检测下限为10-100copies/测试（依据引物筛选优化程度和检测手段）	不需要提供制造商授权	1							
N013	N013-02	RT-基础型核酸扩增试剂盒（ERA法）	96T/盒	份	45.00	国产	最低检测下限为10-100copies/测试（依据引物筛选优化程度和检测手段）	不需要提供制造商授权	1							
N013	N013-03	荧光型核酸扩增试剂盒（ERA法）	96T/盒	份	35.00	国产	最低检测下限为10-100copies/测试（依据引物筛选优化程度和检测手段）	不需要提供制造商授权	1							

N013	N013-04	RT-荧光型核酸扩增试剂盒（ERA法）	96T/盒	份	45.00	国产	最低检测下限为10-100copies/测试（依据引物筛选优化程度和检测手段）	不需要提供制造商授权	1							
N013	N013-05	基因镜配套耗材-离心管	500只/包	包	400.00	国产	适配基因镜荧光恒温核酸扩增仪	不需要提供制造商授权	1							
N013	N013-07	核酸释放剂	10个/盒,2ml/个	个	62.00	国产	ERA方法，快速裂解，样本适用类型鼻拭子、咽拭子以及特定部位组织样本。结合ERA扩增试剂盒使用。	不需要提供制造商授权	1							
N013	N013-09	ERA探针(5 OD)合成 A	5 OD	管	1500.00	国产	适用于ERA方法，可结合ERA扩增试剂盒使用，需标记FAM，BHQ1和THF以及3’端含阻断基团；碱基11-59个bp。	不需要提供制造商授权	2							
N013	N013-10	RT-试纸型核酸扩增试剂盒(ERA法)	96T/盒	份	42.00	国产	适用于ERA方法，可结合ERA扩增试剂盒使用。	不需要提供制造商授权	1							
N013	N013-11	侧向流检测试纸条	50T/盒	盒	1500.00	国产	适用于ERA方法，可结合ERA扩增试剂盒使用。	不需要提供制造商授权	1							
N013	N013-12	ERA探针(5 OD)合成 B	5 OD	管	1500.00	国产	适用于ERA方法，可结合ERA扩增试剂盒使用，需标记FAM，BHQ1和THF以及3’端含阻断基团；碱基11-59个bp。	不需要提供制造商授权	1							
N014	N014-01	过滤吸头	96支/盒	盒	2520.00	国产	100 μl，PP，本色，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶	不需要提供制造商授权	1							
N014	N014-02	过滤吸头	96支/盒	盒	3660.00	国产	1000 μl，PP，本色，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装	不需要提供制造商授权	1							
N014	N014-03	过滤吸头	96支/盒	盒	2520.00	国产	20 μl，PP，本色，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装	不需要提供制造商授权	1							
N014	N014-04	过滤吸头	96支/盒	盒	2520.00	国产	200 μl，PP，本色，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶	不需要提供制造商授权	1							
N014	N014-05	带滤芯吸头	96支/盒	盒	28.00	国产	1.规格型号：0.1-10μl 2.所投产品技术参数：96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱	不需要提供制造商授权	1							
N014	N014-06	96孔U型板	96孔/块	块	5.00	国产	96孔，塑料、一次性无菌	不需要提供制造商授权	1							
N015	N015-01	96孔板（荧光PCR）AXYGEN	96孔，	盒	934.92	进口	50块/盒	提供制造商授权	1							
N015	N015-02	96孔板封膜（荧光PCR）AXYGEN	/	盒	351.82	进口	100/盒	提供制造商授权	1							
N015	N015-03	96孔双面塑料离心管架	0.5ml，1.5ml	个	8.82	国产	0.5ml，1.5ml	提供制造商授权	1							
N015	N015-04	PCR反应管（8连管）管盖	0.2ml	箱	1666.00	进口	8连管，1000/箱，适用于0.2mLPCR管，与8连管为同一品牌	提供制造商授权	1							
N015	N015-05	PCR枪头	10ul	包	78.40	进口	10ul	提供制造商授权	1							

N015	N015-06	荧光定量PCR96孔板封板膜	135*83*0.05mm	盒	351.82	进口	100张/盒，135*83*0.05mm适合各种孔板的封口，粘性好，使用方便，广泛应用在PCR板，深孔板，酶标板实验室孔板上。	提供制造商授权	1								
N015	N015-07	PCR板封板膜	80*135mmm	张	13.72	进口	适用于深孔板、PCR板、酶标仪，-70℃-100	提供制造商授权	1								
N015	N015-08	PCR反应管（8连管）	0.2ml	箱	441.00	进口	0.2ml，无菌，无DNA酶、RNA酶，适用于ABI7500	提供制造商授权	1								
N015	N015-10	荧光定量PCR8联管&盖	200ul，125条/盒	盒	270.00	国产	200l，PP，管透明，盖透明，灭菌，无DNA酶、RNA酶	提供制造商授权	1								
N016	N016-01	One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus)	50人份/盒	盒	1400.00	进口	50人份/盒 RR057A	不需要提供制造商授权	2								
N016	N016-02	50*TBE电泳液	500ml	瓶	40.00	国产	500ml/瓶 B548102-0500	不需要提供制造商授权	1								
N017	N017-01	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2）抗体确证试剂盒（条带免疫法） HIV-1&HIV-2IgG	20份/盒	人份	170.00	进口	1. 检测方法为重组条带免疫法（RIBA）； 2. 适用于血浆、血清样品，必须能同时检测HIV-1和HIV-2型感染，且能够直接确诊HIV-2型感染。 3.应包含以下特异性反应蛋白片段：ENV蛋白gp41、gp120、gp36、gp105；POL蛋白：p51、p31；GAG蛋白：p24、p17。 4. 可提供原产地第三方批批检的检测合格报告； 5. HIV1+2试剂必须获得国家食品药品监督管理局医疗器械注册证 6.质控血清应分别含有强阳性和阴性质控血清. 每盒试剂应配备足量质控血清确保至少6次（120ul)以上的实验用量。	提供制造商授权	1								
N017	N017-02	核酸提取工作站（天隆）配套病毒DNA/RNA提取试剂盒（含磁棒套）	1 人份	人份	28.00	国产	西安天隆全自动核酸提取仪（规格型号PAN9600S）配套试剂,提取血清中病毒的DNA/RNA	提供制造商授权	1								
N017	N017-03	MagMAX Rx病毒核酸分离试剂盒	100 人份/盒	人份	28.00	进口	赛默飞核酸工作站专用耗材，货号：RA42352,MagMAX Rx病毒核酸分离试剂盒，100 人份/盒	提供制造商授权	1								
N017	N017-04	MagMAX Rx病毒核酸分离预分装试剂	2×96 人份/盒	人份	28.00	进口	赛默飞核酸工作站专用耗材，货号：RA42352PF,MagMAX Rx病毒核酸分离预分装试剂，2×96 人份/盒	提供制造商授权	1								
N017	N017-05	核酸检测试剂盒	96人份/盒	人份	28.00	国产	匹配天隆192核酸提取仪	提供制造商授权	1								
N017	N017-06	Maxim HIV-1 LAg-Avidity EIA 试剂	96、192人份/盒	人份	32.00	进口	1、原理：利用 HIV-1 特异抗体亲和力大小进行检测（限制性抗原亲和力）,可以识别 HIV 新近感染与长期感染; 2、方法：ELISA; 3、检测板配置：每盒试剂有两个 96 孔微量板，可拆分成 8 孔条或者单孔形式；96 孔板，2 板/ 盒，（192 人份/盒）； 4、适用样品类型：血浆、血清或干血斑; 5、保存条件：试剂盒酶标板，缓冲液，底物，终止液可在 2-8℃保存。阴阳性对照物，校准品及生物素抗原肽必须为冰冻包装，冷冻包	提供制造商授权	1								
N017	N017-07	HIV-1 新发感染亲和力快速检测试剂盒(胶体金法)	100人份/盒	人份	55.00	国产	1. 用途：HIV-1的流行病学研究与监测，区分HIV-1新发和既往感染状态。 2. 原理：限制性抗原亲和力 3. 方法学：胶体金 4. 假新发感染率（FRR）：≤5.3% 5. 平均新发感染持续时间（MDRI）:≤123天 6. 样本类型：血清/血浆 7. 检测时间：≤25分钟 8. 样本加样量：≤20ul 9. 有效期：≥24 个月 10. 储存条件：常温（4-30℃）密封避光干燥处储存 11. 提供制造商彩页	提供制造商授权	1								
N018	N018-01	QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (10)	10块（240个样）	盒	6116.00	国产	适配凯杰生产的数字PCR仪，微滴法，每一块板可以做24个样本（每个样本26000个微滴）。	提供制造商授权	1								

N018	N018-02	数字PCR新冠检测试剂盒	48人份/盒	盒	4593.00	国产	微滴法数字PCR仪一步法检测新冠病毒（含反转录和PCRmix），适配凯杰生产的数字PCR仪。	提供制造商授权	1							
N018	N018-03	探针法数字PCR检测试剂	48人份/盒	盒	1127.00	国产	微滴法数字PCR仪检测病原用的探针和引物，适配凯杰生产的数字PCR仪。按照靶标计费。	提供制造商授权	1							
N019	N019-01	肠道病毒（CA24、EV70）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	人份	45.00	国产	1、本试剂盒用于粪便、咽拭子、疱疹液、脑脊液等样本中肠道病毒（CA24、EV70）双重核酸的定性检测 2、适用仪器：试剂适用于天隆、Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480、上海宏石 SLAN-96 等主流荧光PCR仪 3、反应体系：总体系≤25μL，核酸上样量≤5μL 4、检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）≤5% ▲5、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原体无交叉反应。 6、理论扩增反应时间 ≤ 70 分钟 7、质量控制：试剂盒内含阴性对照及阳性对照 ★8、储存和有效期：在-20±5℃下保存有效期≥12 月，到货后有效期≥10个月 ▲9、试剂盒生产厂家具有生产许可证，通过ISO13485及ISO9001体系认证	提供制造商授权	1							
N020	N020-01	全自动HIV病毒载量检测系统配套试剂）	/	人份	450.00	进口	1.检测靶标：HIV-1 RNA 2.检测方法：特异性靶标捕获纯化目标片段、实时转录介导的等温扩增技术扩增目标片段（RT-TMA技术） 3.同一试剂即可以出具定性检测报告也可以出具定量检测报告 4.血清和血浆标本都可进行检测 5.具有内部质控品外部质控品，用于全程监测核酸的特异性靶标捕获、扩增和检测情况排除操作人员或仪器出现的错误 6.权威认证：获得FDA、CFDA和CE认证 7.规格：100人份/盒 8.采血管离心后可直接进行检测 9.双靶标设计，避免因为基因突变造成的假阴性 10.检测下限（LoD）可达到12 cps/ml	提供制造商授权	1							
N021	N021-01	CD4检测试剂（贝克曼）50T/盒	/	人份	120.00	进口	1.试剂盒可检测CD45/CD4/CD8/CD3(流式细胞仪法)； 2.包装规格为50测试/瓶； 3.该试剂用于在全血中通过流式细胞仪对全CD3+、全CD4+、全CD8+、双染色CD3+CD4+、双染色CD3+CD8+淋巴细胞 进行同步识别和百分数及绝对计数，此外还提供CD4/CD8的比率； 4.抗体成分为CD45-FITC/CD4-PE/CD3-ECD/CD3-PC5 5.试剂适用于下列型号的流式细胞仪:FC500、FC500MPL、EPICS XL/XL-MCL、DXFLEX、Altra、Navios、Moflo、Gallios、FACSCalibur、FACSCanto II、FACSAria系列、Influx等； 6.储存条件为2~8° C下储存时，有效期为9个月； 7.检测结果符合国家卫健委艾滋病和艾滋病病毒感染诊断行业标准	提供制造商授权	1							
N021	N021-02	细胞质控品	/	套	6800.00	进口	1、全球一致的质量控制统计程序并可实现全球用户的同类比较 确保各个实验室的质量控制结果 2、规格：中值或低值，2x3mL（60个测试）； 3、效期：3个月或以上。 4、适用于市面上常见的各种流式细胞分析仪。 5、液体试剂，无需冻融。 6、出厂有效期大于120天。开瓶稳定期大于60天。 7、至少包含两个水平的质控，每水平不少于60测试。 ▲8、可提供包括比值在内的不低于6个CD分子检测指标及12项检测参数。 ▲9、可用于体外诊断，进口产品需具有国内合法医疗器械注册证	提供制造商授权	1							

N021	N021-03	人类免疫缺陷病毒I型（HIV-1）DNA检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	48人份/盒	人份	800.00	国产	1、试剂盒包装:48测试/盒。 2、适配仪器:适用于ABI 7500 荧光PCR检测仪，ABI QuantStudioTM Dx实时荧光定量 PCR 仪，ABI ViiA 7 Dx实时荧光定量PCR仪，宏石SLAN-96实时荧光定量 PCR仪，BIO-RAD CFX96实时荧光定量PCR 仪。 3、适用标本类型:全血。 4、试剂组成:包含反应液、酶系、质控品、定量参考品、参考品稀释液等。 5、★双重定量:可在同一PCR 反应中同时定量HIV-1 DNA拷贝数和细胞数。（提供说明书） 6、★定量范围:100~1×106 copies/106 cells。（提供说明书） 7、★灵敏度:试剂盒检出限为50 copies/106 cells。（提供说明书） 8、精密度:检测浓度对数值的变异系数CV<5%。 9、特异性：血红蛋白（<2 g/dL），总胆红素（<28 mg/dL）、甘油三酯（<3000 mg/dL）、总 IgG（<40 g/L）以及 EDTA 终浓度为（<300 mg/dL）对检测结果没有影响。对 HBV、HCV、梅毒、巨细胞病毒、腺病毒、单纯疱疹病毒、EBV、系统性红斑狼疮(SLE)、类风湿关节炎(RA)、抗核抗体(ANA)和 HIV-2 无交叉反应。 10、亚型覆盖能力:适用于HIV-1M群。 11、储存条件以及有效期:储存于-20±5℃，有效期≥10个月。 12、★获得国家药品监督管理局注册证。(提供注册证复印件) 13、免费提供配套核酸提取试剂。	提供制造商授权	1							
N021	N021-04	定量折痕血液收集卡	100张/包	包	5.00	国产	1.平均pH值7.0。 2.平均血清吸收量(ul/1/8英寸圆片)1.5ul。 3.平均血液吸收时间(秒/100ul)11秒。 4.平均斑点直径(mm)16MM。 5.纸张材质:100%纯棉纤维，不含任何添加剂。	不需要提供制造商授权	1							
N022	N022-01	病毒载量试剂CAP/CTM 试剂（进口）48T/盒	/	人份	480.00	进口	试剂效期一年以上；适合于罗氏全自动病毒载量检测系统;免费提供实验所需吸头、反应槽、反应管等全套耗材	提供制造商授权	1							
N023	N023-01	病毒载量试剂（雅培/M2000（进口）48T/盒	/	人份	480.00	进口	试剂效期一年以上；适合雅培病毒载量检测系统;免费提供实验所需吸头、反应槽、反应管等全套耗材.	提供制造商授权	1							
N024	N024-01	HIV核酸定量检测试剂（珠海丽珠）	/	人份	325.00	国产	试剂效期一年以上；适合丽珠病毒载量检测系统;免费提供实验所需吸头、反应槽、反应管等全套耗材	提供制造商授权	1							

N024	N024-02	人类免疫缺陷病毒（HIV1+2型）抗体检测试剂盒（免疫印迹法）HIV Blot2.2	36人份/盒	人份	170.00	进口	1、预期用途：用于HIV初筛检验如酶联免疫吸附法 (ELISA)呈阳性结果样本的确认检验。 2、检测原理：采用免疫印迹法（WB）或重组免疫印迹法（RIBA）原理进行HIV(1+2)抗体检测。 ▲3、适用样本类型：血清和血浆，血清56℃热灭活不影响检测结果（以药监局盖章的说明书为准）。 4、样本加样量：≥20ul。 ▲5、可鉴别HIV抗体条带：gp160、gp120、p66、p55、p51、p39、gp41、p31、p24、p17和HIV-2特异性抗体11种条带。 6、检测带必须同时含 HIV-1 和 HIV-2 型阳性质控带。HIV-1抗体为全病毒条带。 7、试剂盒质控血清含强阳性、弱阳性和阴性质控血清，强阳性质控需可检出HIV-2特异性抗体条带。每张膜条上设置样本质控带监测操作。 ▲8、特异性证据：提供研究证据证明HIV-1和HIV-2条带检测的特异性，提供与正常献血员，感染HTLV-1病毒、巨细胞病毒、EB病毒、麻疹\风疹\腮腺炎病毒、单纯疱疹\带状疱疹病毒、腺病毒和登革热病毒感染病人样本交叉反应研究证据（以药监局盖章的说明书为准）。 9、必需配备检测所需试剂反应板（槽），并应适合用户现有各型全自动蛋白印迹仪器使用。 10、试剂实验方法：有快速法和过夜法两种，提供有效支撑材料。 11、实验条件：全程可在室温环境（25±3℃）操作。 12、检测条带显色不会因胶水或胶带以及塑封改变。 13、进口产品需具有国内合法医疗器械注册证，提供产品授权书。 14、试剂储存条件：2-8℃保存，有效期24个月（到货时至少	需要提供制造商授权	1							
N025	N025-01	HIV核酸定量检测试剂（东北制药）	/	人份	325.00	国产	试剂效期一年以上；适合东北制药病毒载量检测系统;免费提供实验所需吸头、反应槽、反应管等全套耗材	提供制造商授权	1							
N026	N026-01	HIV-1核酸定量检测质控品	/	支	120.00	国产	1、适用于实验室进行人类免疫缺陷病毒核酸检测的室内质量控制试剂方法评价、实验室能力验证等。 2、储存条件及有效期：-15℃以下保存，有效期2年。 3、S1：0.5ml/支，靶值：IU/ml：2.30x 10^5，对数值：5.36。 S2：0.5ml/支，靶值：IU/ml：2.50x10^4，对数值：4.40。 S3：0.5ml/支，靶值：IU/ml：2.60x 10^3，对数值：3.41	提供制造商授权	1							
N026	N026-02	人类免疫缺陷病毒Ⅰ型核糖核酸（HIV-1 RNA）系列血清（液体）标准物质	1ml/支，10支/盒	支	200.00	国产	1、至少可提供200，500，1000和10000IU/ml等浓度（以上所有浓度需提供国家标准物质定级证书）； 2、适用范围：罗氏等主流HIV核酸检测平台； 3、效期及稳定性：-20℃条件下储存，有效期24个月，开瓶在2℃～8℃条件下保存可使用7天； 4、生产厂家获得ISO 13485医疗器械质量管理体系证书，认证范围应包含“质控品”字样 5、可提供网络平台上报结果	提供制造商授权	1							
N027	N027-01	Sentosa® SQ318测序芯片	8片/盒	盒	5000.00	进口	【预期用途】 用于高通量测序，检测病毒基因组的特定区域是否存在与特定抗病毒药物的易感性降低相关的特定突变。产出通量：1Gb反应孔数量：约为1100万读取数量：每次运行可产生400万-550万reads读长：200bp/400bp运行时间：4-7小时适用设备型号：Sentosa SQ 301测序仪	提供制造商授权	1							
N027	N027-02	HIV耐药数据库分析管理系统配套试剂(HIV基因分型耐药突变检测试剂盒)	192人份/盒	人份	1200.00	进口	含全部配套试剂，用于高通量测序，检测病毒基因组的特定区域是否存在与特定抗病毒药物的易感性降低相关的特定突变 产出通量：1Gb反应孔数量：约为1100万读取数量：每次运行可产生400万-550万reads读长：200bp/400bp运行时间：4-7小时适用设备型号：Sentosa SQ 301测序仪	提供制造商授权	1							
N028	N028-01	GelRed染剂	500ul	支	6800.00	进口	用于凝胶电泳实验染色	提供制造商授权	1							

N028	N028-02	PCR低温指示冰盒	96孔	个	820.00	进口	1.适用于实验室使用，PCR样品在准备过程中保持低温 2.温度指示功能，当温度超过 6-8 ° C 时，冰盒的颜色由紫色变为红色。 3.完美放置样品，适于运输和存储敏感、珍贵的样品。 4.可用于0.2ml PCR单管，0.2ml八排管，以及96孔板 5.充分制冷(-20℃,4-6h)后的冰盒在室温下，能长时间保持低温状	可不提供制造商授权	1							
N028	N028-03	DNA marker 2000分子量	1000UL/支	支	310.00	国产	用于PCR产物的的分子量的鉴定	可不提供制造商授权	1							
N028	N028-04	DNA染色液4s green	0.5ml/支	支	490.00	国产	支	可不提供制造商授权	1							
N028	N028-05	5*TBE电泳液	500ml/瓶	瓶	45.00	国产	500ml/瓶	可不提供制造商授权	1							
N028	N028-07	血液DNA提取试剂	50份/盒	份	13.00	国产	用于人与动物的血液中的DNA提取	可不提供制造商授权	1							
N028	N028-08	核酸检测试剂1（TakaRa ONE Step RNA PCR Kit ）	50份/盒	份	36.00	国产	用于PCR实验的RNA扩增	可不提供制造商授权	1							
N028	N028-09	核酸检测试剂2（TIAN GEN 2XTaq Plus PCR MasterMix）	250份/盒	份	2.40	国产	用于PCR实验RNA与DNA 的快速扩增	可不提供制造商授权	1							
N029	N029-01	24孔dPCR微孔板（26K）	10块	盒	5590.00	国产	1.孔板类型：24 孔微流控纳米板 2.微反应分区：每孔 26,384 个纳米微孔（约 26,000 个） 3.上样体积：每孔最大 30μL 4.反应体系：每孔最大 40μL 5.样本通量：每板 24 个样本 6.适配设备：QIAcuity One 5plex 的机型	提供制造商授权	1							
N029	N029-02	8孔dPCR微孔板（26K）	10块	盒	3460.00	国产	1.孔板类型：8 孔微流控纳米板 2.微反应分区：每孔 26,384 个纳米微孔（约 26,000 个） 3.上样体积：每孔最大 30μL 4.反应体系：每孔最大 40μL 5.样本通量：每板 8 个样本 6.适配设备：QIAcuity One 5plex 的机型	提供制造商授权	1							
N029	N029-03	24孔dPCR微孔板（8.5K）	10块	盒	3350.00	国产	1.孔板类型：24 孔微流控纳米板 2.微反应分区：每孔 8500 个纳米微孔（约 8500 个） 3.上样体积：每孔最大 12μL 4.反应体系：每孔最大 20μL 5.样本通量：每板 24 个样本 6.适配设备：QIAcuity One 5plex 的机型	提供制造商授权	1							
N029	N029-04	PCR Reaction Kit for Digital PCR	48份	盒	1120.00	国产	1.检测灵敏度：单分子水平检测，绝对定量无需标准曲线 2。线性范围：≥5 个数量级，R^2 ≥0.99 3.精密度：≤10% (95% 置信区间) 4.反应效率：≥90% 5.特异性：无交叉反应，非特异性扩增 < 0.1% 6.兼容性：与 QIAcuity One/Two/Four/Eight 系列数字 PCR 系统及配套软件无缝集成	提供制造商授权	1							
N029	N029-05	One-Step RT-PCR Kit for Digital PCR	48份/盒	盒	2500.00	国产	1.技术指标：一步法RT-dPCR试剂 2。线性范围：≥5 个数量级，R^2 ≥0.99 3.精密度：≤10% (95% 置信区间) 4.反应效率：≥90% 5.特异性：无交叉反应，非特异性扩增 < 0.1% 6.兼容性：与 QIAcuity One/Two/Four/Eight 系列数字 PCR 系统及配套软件无缝集成	提供制造商授权	1							
N029	N029-06	RNase Inhibitor(40u/μL)	2500u	支	350.00	国产	1.广谱抑制常见真核RNase。 2.不抑制：SP6、T7或T3 RNA聚合酶；GoScript™逆转录酶、AMV或M-MLV逆转录酶或Taq DNA聚合酶。 3.适用于多种下游检测；在pH范围广泛下抑制多种真核RNase。 4.在广泛的温度范围内保持抑制活性。 5.纯度>92%，无内切或外切脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶、磷酸酶污染。 6.能快速、有效保护RNA，不影响RNA转录、反转录和其蛋白翻译。	提供制造商授权	1							

N029	N029-07	RNase Inhibitor(40u/μL)	2500u	支	1120.00	进口	1.广谱抑制常见真核RNase。 2.不抑制：SP6、T7或T3 RNA聚合酶；GoScript™逆转录酶、AMV或M-MLV逆转录酶或Taq DNA聚合酶。 3.适用于多种下游检测；在pH范围广泛下抑制多种真核RNase。 4.在广泛的温度范围内保持抑制活性。 5.纯度＞92%，无内切或外切脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶、磷酸酶污染。 6.能快速、有效保护RNA，不影响RNA转录、反转录和其蛋白翻译。	提供制造商授权	1								
N030	N030-01	84消毒夜	500ml/瓶	瓶	2.00	国产	用于实验室工作的常规消毒	可不提供制造商授权	1							
N031	N031-01	TIANGEN第三代塑料研磨杵	50支/包	包	85.00	国产	匹配TGrinder第三代高速组织研磨器使用	提供制造商授权	1							
N031	N031-02	ATOPlex HIV-1建库试剂盒套装	96 RXN	套	49420.80	国产	1、试剂用途：适用于多种类型样本提取的总 RNA，包括血浆、血清等，推荐用于 HIV-1 基因型的 Pol 基因耐药检测分析。 2、试剂盒组分：ATOPlex HIV-1 扩增试剂盒、MGIEasy Fast PCR-FREE 酶切文库制备试剂套装、ATOPlex HIV-1 扩增试剂盒 × 6、MGIEasy DNA 纯化磁珠试剂盒； 3、ATOPlex HIV-1 扩增试剂盒、MGIEasy Fast PCR-FREE 酶切文库制备试剂套装、ATOPlex HIV-1 扩增试剂盒 × 6:-25 ℃ ~ -15 ℃	提供制造商授权	1								
N031	N031-03	ATOPlex MPXV建库试剂盒套装	16 RXN	套	15422.00	国产	1、本试剂盒适用于多种样本类型，包括拭子、疱疹液等样本提取的DNA； 2、试剂盒组分：ATOPlex MPXV引物池、ATOPlex RNA多重PCR扩增模块、MGIEasy Fast PCR-FREE酶切文库制备试剂套装	提供制造商授权	1								
N031	N031-04	MGIEasy 游离DNA文库制备试剂套装	48 反应/盒	套	7260.00	国产	1、试剂用途：适用于游离 DNA、150 bp~250 bp 片段化的 DNA。可用于血浆游离 DNA 研究及病原微生物检测等应用； 2、试剂盒组分：MGIEasy 游离DNA文库制备试剂盒 (Box 1)、MGIEasy 游离DNA文库制备试剂盒 (Box 2)； 3、储存温度：MGIEasy 游离DNA文库制备试剂盒 (Box 1)、MGIEasy 游离DNA文库制备试剂盒 (Box 2):-25 ℃ ~ -15 ℃	提供制造商授权	1								
N032	N032-01	RNeasy Plus Mini Kit (50)	50次/盒（74134）	次	106.00	进口	用于从细胞或组织中快速、高效地纯化总RNA的试剂盒；包含操作全流程中涉及到除乙醇以外的所有试剂和耗材。	提供制造商授权	1							
N032	N032-02	NucleoSpin RNA Virus	50次/盒（740956）	次	55.00	进口	用于高效提取样本中的RNA，试剂低毒；包含样本处理至RNA洗脱全流程操作中涉及到所有试剂和耗材。	提供制造商授权	1							
N033	N033-01	CD4检测试剂(BD)50T/盒	/	人份	120.00	进口	1.原理：采用流式细胞术进行CD4绝对计数，CD3/CD8/CD45/CD4四色抗体试剂所用荧光素分别为FITC、PE、PerCP、APC。 2.具有完善的质控校准体系：有与抗体同品牌的仪器校准品，与BD流式仪器匹配，可实现对仪器条件和荧光补偿的自动调节。 3.配套同品牌溶血素，用于溶解流式细胞检测标本中的红细胞，配套同品牌鞘液。四色抗体试剂配套同品牌检测计数管。 4.效期：四色抗体和计数管出厂有效期不低于20个月。 5.贮存及运输：抗体试剂2-8℃冷藏，计数管支持2-25℃室温保存，根据用户需求一次性或分批发货。 6.检测重复性：变异系数CV≦8%。 7.染色稳定性：样本采血后，最长可支持48小时内对全血样本进行有效染色，染色后24小时内上机检测，以最大程度满足样本运输所需时间。	提供制造商授权	1								
N033	N033-02	流式细胞分析用溶血素	100ml/瓶	瓶	2900.00	进口	匹配BD流式细胞检测试剂	提供制造商授权	1							
N033	N033-03	绝对计数管	50人份/盒或100人份/盒	人份	60.00	国产	1.用途：本产品是一种荧光微球试剂，在经验证的流式细胞仪上直接确定血液标本中的淋巴细胞及亚群、粒细胞、单核细胞的绝对计数。 2.微球数：流式细胞仪检测绝对计数管内微球数量，检测结果与标示值的相对偏差应≤5%。 3.规格：50人份/盒 4.适用仪器：适用的流式细胞仪有 BD 公司的 FACSCalibur、BD FACSCanto II和 BD FACSCanto 以及 Beckman Coulter 公司的 Cytomics FC500、Navios和 DxFLEX 以及北京层浪有限公司的 Longcyte系列。 5.有效期：储存条件2～30℃、避光、干燥。有效期≥18个月。	提供制造商授权	1								

N033	N033-04	流式细胞仪7色质控微球	2ml/支	支	5000.00	进口	匹配BD流式细胞仪，可对流式细胞仪激光器进行质控校准	提供制造商授权	1							
N033	N033-05	流式细胞仪校准品	50T/盒	支	2300.00	进口	匹配BD流式细胞仪，可对流式细胞仪开展开机质控校准	提供制造商授权	1							
N034	N034-01	CD4检测试剂100T/盒	/	人份	140.00	进口	1、用途：用于CD3+/CD4+T细胞绝对计数检测; 2、技术原理：荧光免疫法；适配PIMA设备 3、检测标本：指尖血或者静脉全血; 4、标本量：≤25μl； 5、准确性：0.96(95%可信区间0.94-0.97) 6、保存:2-30℃； 7、有效期：到货有效期9个月以上; 8、包装：单人份，100人份/盒;	提供制造商授权	1							
N034	N034-02	人类免疫缺陷病毒p24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法）	100人份/包	人份	22.00	进口	1.方法原理：免疫层析（胶体硒法） 2.储存温度：2—30℃ 3.包装方式：每条测试条均有独立包装，采用薄膜叠加层压技术，密封性好 4.检测内容：1. 抗体：可检测HIV-1型、HIV-2型抗体及O亚型抗体 2. 抗原：可检测HIV-1p24抗原，检测浓度2 IU/ml.。 。 5.样品用量：50微升 6.出结果时间：20分钟 7.阳性结果稳定时间：20—40分钟 8.产品效期：18个月 9.敏感性:HIV抗体，100%；p24抗原，100%。 10.特异性：HIV抗体，97.90%；p24抗原，99.76%。 11.数据来源:产品说明书 12.测试标本类型：血清/血浆/全血 13.试剂规格:100人份/包（10人份/卡） 14.试剂盒成分：100人份测试条	提供制造商授权	1							
N035	N035-01	PCR八连管离心机（掌式小离心机）	/	台	700.00	国产	1.双门锁设计，锁定更安全 2.宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高 3.运行安静，噪音≤45 Db, 4.直流电机，连续运行模式 5.绿和大龙蓝可选 6.转速7000rpm（D1008）,，相对离心力2680x g（D1008） 7.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便 8.可容纳过滤型离心管, 9.容量2ml x 8 离心管; 2 x 0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，产品使用0.5ml或0.2ml离心管	可不提供制造商授权	1							
N035	N035-02	10 μl过滤吸头	96支/盒	盒	44.00	进口	96支/盒 TF-300-R-S	提供制造商授权	1							
N035	N035-03	100 μl过滤吸头	96支/盒	盒	44.00	进口	96支/盒 TF-100-R-S	提供制造商授权	1							
N035	N035-04	1000 μl过滤吸头	96支/盒	盒	44.00	进口	96支/盒 TF-1000-R-S	提供制造商授权	1							
N036	N036-01	1000ul黑色无滤芯吸头	96支/盒，5盒/条，8条/箱	盒	6000.00	进口	配于赛默飞核酸工作站，专用耗材	提供制造商授权	1							
N036	N036-02	12.5μl盒装灭菌带滤芯吸头	384支/盒，5盒/条，4条/箱	箱	9000.00	进口	与普瑞赛斯电动移液器配套使用	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-03	1250μl盒装灭菌带滤芯吸头	96支/盒，5盒/条，4条/箱	箱	2500.00	进口	与普瑞赛斯电动移液器配套使用	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-04	125μl盒装灭菌带滤芯吸头	384支/盒，5盒/条，4条/箱	箱	9000.00	进口	与普瑞赛斯电动移液器配套使用	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-05	2ml 离心管适配器	32支/盒	盒	9000.00	进口	配于赛默飞核酸工作站，专用耗材	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-06	300ul黑色无滤芯吸头	96支/盒，5盒/条，12条/箱	盒	10000.00	进口	配于赛默飞核酸工作站，专用耗材	可不提供制造商授权	1							

N036	N036-07	32位样本载架	3支/盒	盒	3200.00	进口	配于赛默飞核酸工作站，专用耗材	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-08	50ul黑色无滤芯吸头	96支/盒，5盒/条，12条/箱	盒	9000.00	进口	1、产品名称：人类免疫缺陷病毒1型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） 2、预期用途：用于定量检测人血浆中人类免疫缺陷病毒 3、产品原理 ：采用taqman探针进行HIV-1的实时荧光定量RT-PCR法 4、★检测方法：全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统，实现从原始管上机，核酸提取纯化，反应体系构建，靶基因扩增，结果分析全程自动化，无需手工操作。 5、定量方式：外部标准品定量 6、★样品处理能力：可以同时进行1-96个样本测试 7、★样本处理效率：96个样本的检测时间为200分钟，之后每100分钟完成96个样本检测。 8、样本类型：血清、血浆 9、提取方法：磁珠法 10、最低检测限：50IU/mL（30copies/mL） 11、线性范围：2.5E+02-5.0E+08IU/mL（1.5E+02-3.0E+08copies/mL） 12、检测特异性：100% 13、★检测靶标：采用双靶标检测，包含LTR和GAG靶点，提高检测准确性 14、★质量控制：试剂盒采用内源性内标，实现全流程跟踪，防止假阴性 15、质控品：提供阴性，弱阳性，强阳性对照质控品 16、精密度：重复性CV值≤5% 17、★包装方式：扩增试剂与阳性标准品对照品分开独立包装 降低污染风险，符合实验室规范要求 18、包装规格：24人份/盒 19、★覆盖基因型别：检测HIV-1型M组，O组，N组基因型 20、注册证书：NMPA	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-09	60ml 试剂槽	28个/盒	盒	3000.00	进口	配于赛默飞核酸工作站，专用耗材	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-13	多通道试剂储液槽，100ml，30个独立封装，灭菌	100ml，30个独立封装，灭菌	包	8000.00	进口	1、专门用于12通道可变间距移液器，2、100ml，30个独立封装/包，灭菌	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-14	多通道试剂储液槽，25ml,30个独立封装，灭菌	25ml,30个独立封装，灭菌	包	1358.00	进口	1、专门用于12通道可变间距移液器，2、25ml，30个独立封装/包，灭菌	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-15	过滤吸头	96支/盒	盒	2520.00	国产	100 μl，PP，本色，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-16	过滤吸头	96支/盒	盒	3660.00	国产	1000 μl，PP，本色，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-17	过滤吸头	96支/盒	盒	2520.00	国产	20 μl，PP，本色，灭菌，无DNA酶、RNA酶，盒装	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-18	过滤吸头	96支/盒	盒	2520.00	国产	200 μl，PP，本色，带刻度，灭菌，无DNA酶、RNA酶	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-19	核酸提取工作站（天隆）专用吸头1000μL	96支/盒	盒	255.00	国产	核酸提取工作站，适配设备规格型号PAN9600S（Tecan Tips,带滤芯，无DNA/RNA酶，无PCR抑制剂	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-20	核酸提取工作站（天隆）专用吸头250μl	96支/盒	盒	260.00	进口	核酸提取工作站，适配设备规格型号PAN9600S（Tecan Tips,带滤芯，无DNA/RNA酶，无PCR抑制剂	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-21	核酸提取工作站（天隆）专用吸头50μl	96支/盒	盒	255.00	国产	核酸提取工作站，适配设备规格型号PAN9600S（Tecan Tips,带滤芯，无DNA/RNA酶，无PCR抑制剂	可不提供制造商授权	1							
N036	N036-24	自动化设备用Elisa板	自动化设备用Elisa板	板	5800.00	进口	专门用于赛默飞自动化高通量ELISA系统，1）Nunc F96 透明微孔板，聚苯乙烯材质，PolySorp，未灭菌；2）Nunc U96 MicroWellTM微孔板，聚苯乙烯，外部尺寸128*86mm,表面，PolySorp，未灭菌，无盖，数量每包/箱，5/60；3）Nunc384孔微孔板，聚苯乙烯，外部尺寸128*86mm，表面，MaxiSorp，颜色，透明，未灭菌，无盖，数量每包/箱	提供制造商授权	1							

N036	N036-25	自动化设备用分液盒	自动化设备用分液盒	盒	5800.00	进口	专门用于赛默飞自动化高通量ELISA系统	提供制造商授权	1							
N036	N036-26	自动化液体处理工作站 专用吸头300ul	96支/盒	盒	10660.00	进口	适配Microlab STAR系列自动化液体处理工作站	提供制造商授权	1							
N036	N036-27	micro单道可变量程移液器	0.2-2 μl	支	2150.00	国产	CE认证，0.2-2 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-28	micro单道可变量程移液器	0.5-5 μl	支	2150.00	国产	CE认证，0.5-5 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-29	micro单道可变量程移液器	1-10 μl	支	2150.00	国产	CE认证， 1-10 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-30	micro单道可变量程移液器	2-20 μl	支	2150.00	国产	CE认证，2-20 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-31	micro单道可变量程移液器	5-50 μl	支	2150.00	国产	CE认证，5-50 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-32	单道可变量程移液器	1-10 μl	支	2150.00	国产	CE认证，1-10 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-33	单道可变量程移液器	2-20 μl	支	2150.00	国产	CE认证，2-20 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-34	单道可变量程移液器	10-100 μl	支	2150.00	国产	CE认证，10-100 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-35	单道可变量程移液器	20-200 μl	支	2150.00	国产	CE认证，20-200 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-36	单道可变量程移液器	100-1000 μl	支	2150.00	国产	CE认证，100-1000 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-37	单道可变量程移液器	0.5-5 ml	支	2320.00	国产	CE认证，0.5-5 ml	提供制造商授权	1							
N036	N036-38	单道可变量程移液器	5-50 μl	支	2150.00	国产	CE认证，5-50 μl	提供制造商授权	1							
N036	N036-45	带滤芯吸头	0.1-10μl	盒	5366.00	进口	0.1-10μl 带滤芯加长吸头,带刻度,无色透明,无菌,96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-46	带滤芯吸头	20-200ul	盒	5366.00	进口	20-200ul 带滤芯吸头,有刻度,盒装,无色透明,无菌,96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-47	带滤芯吸头	100-1000μl	盒	5366.00	进口	100-1000ul加长,带刻度100,200,500,1000ul,带滤芯吸头,盒装无菌,96/铰链盒，10盒/包装,5包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-48	防气溶胶自封闭吸头	10ul Ultra-micro	盒	5060.00	进口	ART 10ul Ultra-micro，自封闭滤芯吸头，盒装，灭菌，96个/盒，10盒/包装，5包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-49	防气溶胶自封闭吸头	200ul	盒	8200.00	进口	ART 200ul，自封闭滤芯吸头，盒装，带滤芯，灭菌，96个/盒，10盒/包装，5包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-50	防气溶胶自封闭吸头	1000ul	盒	6233.00	进口	ART 1000ul，自封闭滤芯吸头，盒装，带滤芯，灭菌，96个/盒，8盒/包装，4包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-51	防气溶胶自封闭吸头	10ul	盒	4812.00	进口	ART 10ul，自封闭滤芯吸头，盒装，带滤芯，灭菌，96个/盒，10盒/包装，5包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-52	防气溶胶自封闭吸头	200ul REACH	盒	6366.00	进口	ART 200ul REACH，自封闭滤芯吸头，盒装，带滤芯，灭菌，96个/盒，8盒/包装，5包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							
N036	N036-53	防气溶胶自封闭吸头	1250ul REACH	盒	9366.00	进口	ART 1250ul REACH，自封闭滤芯吸头，盒装，带滤芯，灭菌，96个/盒，8盒/包装，4包装/箱，赛默飞移液器专用吸头	提供制造商授权	1							

N036	N036-54	96深孔板	50片/盒	盒	5373.00	进口	赛默飞核酸工作站专用耗材，96深孔板，50片/盒	提供制造商授权	1							
N036	N036-55	96深孔板磁套	10*10片/盒	盒	12066.00	进口	赛默飞核酸工作站专用耗材，96深孔板磁套，10*10片/盒	提供制造商授权	1							
N036	N036-57	核酸清除浓缩液（地表）	8瓶/盒	盒	120.00	国产	PCR实验室样本处理区、试剂配制区、扩增区 或检测区的日常清洁及核酸污染清除	可不提供制造商授权	1							
N037	N037-01	96孔PCR板	10块/盒	盒	190.00	进口	96孔，灭菌，无DNA酶、RNA酶	可不提供制造商授权	1							
N037	N037-02	荧光PCR12连管带盖	0.2ml，125排/包	包	600.00	进口	无菌、无DNA酶、无RNA酶、平盖	可不提供制造商授权	1							
N037	N037-03	荧光定量PCR96孔板 封板膜	200片/盒	盒	1200.00	进口	灭菌，无DNA酶、RNA酶	可不提供制造商授权	1							
N038	N038-01	蛋白印迹仪配套温育槽（白色）	50人份/个，10个/盒	盒	600.00	进口	与欧蒙仪器配套（型号：PROFIBLOT48）使用	提供制造商授权	1							
N039	N039-01	血清管储存盒	血清盒	个	25.00	进口	1.血清储存管盒（10*10）、聚碳酸酯材质、透明盖上印有网格；2、标准尺寸 133mm*133mm*52mm；3、用于冷冻样品的储藏和存放、温度范围-196℃至+121℃；4、可高温高压。	可不提供制造商授权	1							
N040	N040-01	人类免疫缺陷病毒(HIV 1＋2型)抗体检测试剂盒(免疫印迹法)	24人份/盒、48人份/盒、96人份/盒	人份	180.00	国产	1、预期用途：用于HIV初筛检验如酶联免疫吸附法 (ELISA)呈阳性结果样本的确认检验。 2、检测原理：采用免疫印迹法（WB）原理进行HIV(1+2)抗体检测。 ▲3、适用样本类型：血清和血浆，血清56℃热灭活不影响检测结果（以药监局盖章的说明书为准）。 4、样本加样量：≥20ul。 ▲5、可鉴别HIV抗体条带：gp160、gp120、p66、p55、p51、p39、gp41、p31、p24、p17和HIV-2特异性抗体11种条带。 6、检测带必须同时含 HIV-1 和 HIV-2 型阳性质控带。 7、试剂盒质控血清含强阳性、弱阳性和阴性质控血清，强阳性质控需可检出HIV-2特异性抗体条带。每张膜条上设置样本质控带监测操作。 ▲8、特异性证据：提供研究证据证明HIV-1和HIV-2条带检测的特异性，提供与正常献血员，感染HTLV-1病毒、巨细胞病毒、EB病毒、麻疹\风疹\腮腺炎病毒、单纯疱疹\带状疱疹病毒、腺病毒和登革热病毒感染病人样本交叉反应研究证据（以药监局盖章的说明书为准）。 9、必需配备用户现有各型全自动蛋白印迹仪器使用检测所需试剂反	提供制造商授权	1							
N041	N041-01	合成引物	2 OD	OD	25.00	国产	2 OD	可不提供制造商授权	1							
N041	N041-02	2*Tap PCR Master Mix	/	支	49.00	国产	1ml/支 B639293-0001	可不提供制造商授权	1							
N041	N041-03	DNA marker 100分子量	1000UL/支	支	105.00	国产	250ul/支 A303110	可不提供制造商授权	1							
N041	N041-04	麻疹病毒上游引物MeV216，下游引物MeV214	1 OD	支	300.00	国产	1 OD/支 5035-1；引物单位：bp，纯化方法：page/AHRP ，合成量：1OD，一对引物按40个碱基核算盒装。	提供制造商授权	1							
N041	N041-05	风疹病毒引物1：上游引物8633F，下游引物9112R	1 OD	支	300.00	国产	1 OD/支，引物单位：bp，纯化方法：page，合成量：1OD，一对引物按40个碱基核算	提供制造商授权	1							
N041	N041-06	风疹病毒引物2：上游引物8945F，下游引物9577R	1 OD	支	300.00	国产	1 OD/支，引物单位：bp，纯化方法：page，合成量：1OD，一对引物按40个碱基核算	提供制造商授权	1							
N041	N041-07	腮腺炎病毒引物：上游引物SH5-1，下游引物SH5-2	1 OD	支	300.00	国产	1 OD/支，引物单位：bp，纯化方法：page，合成量：1OD，一对引物按40个碱基核算	提供制造商授权	1							
N041	N041-08	限制性内切酶XbaI酶	1500 U	支	150.00	进口	1500 U	提供制造商授权	1							

N041	N041-09	PCR缓冲液（1*TAE）	1升/瓶	瓶	610.00	进口	1升/瓶	提供制造商授权	1								
N041	N041-10	PCR缓冲液（5*TAE）	1升/瓶	瓶	610.00	进口	1升/瓶	提供制造商授权	1								
N041	N041-11	PCR缓冲液（50*TAE）	1升/瓶	瓶	610.00	进口	1升/瓶	提供制造商授权	1								
N041	N041-12	PFGE用低熔点琼脂糖	125g	瓶	7490.00	进口	125g/瓶 50150	提供制造商授权	1								
N041	N041-13	琼脂糖（PCR）	100g	瓶	335.00	进口	100g/瓶 182215	提供制造商授权	1								
N041	N041-14	DL1,00 DNA Marker	约100 次	支	330.00	进口	约100次/支 3422A	提供制造商授权	1								
N041	N041-15	DL1,000 DNA Marker	约100 次	支	330.00	进口	约100次/支 3591A	提供制造商授权	1								
N041	N041-16	Maker	2000bp	支	76.00	进口	2000bp/支 3427Q	提供制造商授权	1								
N041	N041-17	TAE速溶颗粒	10 Pouches	袋	84.00	国产	1.规格型号：10 Pouches 2.所投产品技术参数：核酸电泳缓冲液速溶颗粒，主要成分是Tris-乙酸盐和EDTA-2Na，pH 8.3±0.1（25℃），（袋）	提供制造商授权	1								
N041	N041-18	TBE速溶颗粒	10 Pouches	袋	169.00	国产	1.规格型号：10 Pouches 2.所投产品技术参数：核酸电泳缓冲液速溶颗粒，主要成分是Tris-硼酸和EDTA-2Na，pH 8.35±0.15（25℃），（袋）	提供制造商授权	1								
N041	N041-19	TaRaKa Taq	250U	支	150.00	进口	250U	提供制造商授权	1								
N041	N041-20	高纯度琼脂糖	100g	瓶	203.00	国产	1.规格型号：100 g 2.所投产品技术参数：高纯度琼脂糖，（瓶）	提供制造商授权	1								
N041	N041-21	核酸检测试剂1（TakaRa ONE Step RNR PCR Kit ）	25、50人份/盒	人份	30.00	国产	25、50人份/盒，预分装	提供制造商授权	1								
N041	N041-22	肠道病毒全基因组扩增试剂	25人份/盒	人份	90.00	国产	25人份/盒；肠道病毒全基因测序引物已优化到最少和最有效；试剂盒经过大量临床标本验证；扩增产物可在达到后续二代测序建库量	提供制造商授权	1								
N041	N041-23	引物（PAGE纯化）	碱基/OD	个	0.60	国产	1.长度11-59个碱基范围，引物合成总量规格为2 OD/次、5 OD/次，可分装为多管。 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物。 3.交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告	提供制造商授权	1								
N041	N041-24	引物（PAGE纯化，大量装）	碱基/OD	个	1.00	国产	1.长度11-59个碱基范围，引物合成总量规格为10 OD/次，可分装为多管。 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物。 3.交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告	提供制造商授权	1								
N041	N041-25	引物（HPLC纯化）	碱基/OD	个	1.20	国产	1.长度11-59个碱基范围，引物合成总量规格为2 OD/次、5 OD/次，可分装为多管。 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物。 3.交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告	提供制造商授权	1								

N041	N041-26	引物（HPLC纯化，大量装）	碱基/OD	个	2.00	国产	1.长度11-59个碱基范围，引物合成总量规格为10 OD/次，可分装为多管。 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物。 3.交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告	提供制造商授权	1							
N041	N041-27	DNA片段，单标记修饰	条/OD	条	500.00	国产	1.长度11-59个碱基范围，DNA片段合成总量规格为2 OD/次、5 OD/次、10 OD/次，可分装为多管；DNA合成,3`端修饰，或DNA合成,5`端修饰、DNA合成中间修饰。 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物。 3.交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告。	提供制造商授权	1							
N041	N041-28	DNA片段，双标记修饰	条/OD	条	1200.00	国产	1.长度11-59个碱基范围，DNA片段合成总量规格为2 OD/次、5 OD/次、10 OD/次，可分装为多管；DNA合成，5’端和3’端双标记修饰。 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物。 3.交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告。	提供制造商授权	1							
N041	N041-29	分子信标	份	份	500.00	国产	1.含分子信标制备相关引物合成、测序和分析等步骤。 2.提供SNPs 统计结果（Excel 表格）；实验过程及其涉及的电泳图、酶切图、测序峰型图； 扩增和反应体系所设计的引物序列；客户所需的其他资料。 3.产品交付周期：3-4周	提供制造商授权	1							
N042	N042-01	麻疹/风疹/腮腺炎/A组-D组肠道病毒/轮状病毒/诺如病毒基因组检测	reads、de novo	例	2000.00	国产	测试	提供制造商授权	1							
N043	N043-01	CD3/CD16+56/CD45/CD4/CD19/CD8荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法）	50人份/盒、100人份/盒	人份	140.00	国产	1.检测指标：六色荧光标记，检测淋巴细胞中T淋巴细胞、辅助/诱导T淋巴细胞和抑制/细胞毒T淋巴细胞、B淋巴细胞和NK淋巴细胞的百分率、CD3+CD4/CD3+CD8比值等七个指标。 2.规格：50人份/盒、100人份/盒 3.配套同一品牌绝对计数微球试剂盒以及配套同品牌溶血素 用于溶解流式细胞检测标本中的红细胞，配套溶血素和同品牌鞘液、清洗液、关机液。 4.TBNK淋巴亚群试剂具有国家三类证（提供产品注册证） 5.特殊样本：特殊样本分析性良好，经验证溶血、高脂、黄疸及类风湿因子对本试剂的检测结果没有影响，抗体特异性强。 6.本品适用于 BD FACSCanto™ II、BD FACSAria™ II、BC Navios™、 DxFLEX、 ACEA NovoCyte™、Mindray BriCyte E6、Longcyte系列 机型。充分满足客户在各种流式平台上应用的合规性。 7.有效期：混合抗体有效期≥18个月。	提供制造商授权	3							
N043	N043-02	手握式卡纸打孔器	把	把	8.00	国产	通体不锈钢制作，孔径0.5-0.7cm.	提供制造商授权	1							
N043	N043-03	CD3/CD8/CD45-/CD4荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法）	50人份/盒、100人份/盒	人份	80.00	国产	1.原理：采用流式细胞术进行T淋巴细胞亚群测,CD3/CD8/CD45/CD4四色抗体试剂所用荧光素分别为 FITC、PE、PerCP 、APC,能够匹配碧迪、贝克曼、唯公、层浪等主流的双激光四色以上的流式细胞仪(需提供厂家承诺函) 2.规格：50人份/盒、100人份/盒 3.配套同一品牌绝对计数微球试剂盒以及配套同品牌溶血素 用于溶解流式细胞检测标本中的红细胞，配套溶血素和同品牌鞘液、清洗液、关机液。 4.T淋巴亚群试剂具有国家三类证（提供产品注册证） 5.特殊样本：特殊样本分析性良好，经验证溶血、高脂、黄疸及类风湿因子对本试剂的检测结果没有影响，抗体特异性强。	提供制造商授权	3							
N044	N044-01	甲型流感病毒抗原快诊检测试剂盒	20人份/盒	人份	20.00	国产	本试剂盒采用双抗体夹心法原理设计，用于检测人口咽拭子样本中的甲型流感病毒抗原。1 人份/盒；5 人份/盒；20 人份/盒，50 人份/盒。	提供制造商授权	1							

N044	N044-02	甲、乙型流感病毒抗原快诊检测试剂盒	20人份/盒	人份	38.00	国产	本试剂盒采用双抗体夹心法原理设计，用于检测人口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。1 人份/盒；5 人份/盒；20 人份/盒；50 人份/盒。	提供制造商授权	1								
N044	N044-03	甲型流感病毒抗体（IgG/IgM)快诊检测试剂盒	20人份/盒	人份	20.00	国产	本试剂盒采用双抗体夹心法原理设计，用于检测人口咽拭子样本中的甲型和乙型流感病毒抗原。1 人份/盒；5 人份/盒；20 人份/盒；50 人份/盒。	提供制造商授权	1								
N044	N044-04	乙型流感病毒抗体（IgG/IgM)快诊检测试剂盒	20人份/盒	人份	20.00	国产	符合国家的设计和制造生产标准、行业标准	提供制造商授权	1								
N044	N044-05	新冠病毒抗原快诊检测试剂盒	20人份/盒	人份	20.00	国产	该试剂采用固相胶体金免疫层析技术夹心法，非侵入式样本采集，方便个人及家庭对新冠病毒的自主检测。1 人份/盒；5 人份/盒；20 人份/盒；50 人份/盒	提供制造商授权	1								
N044	N044-06	新型冠状病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒	20人份/盒	人份	20.00	国产	符合国家的设计和制造生产标准、行业标准	提供制造商授权	1								
N045	N045-01	ProSpecT Rotavirus Microplate Assay轮状病毒微孔板检测试剂盒（酶联免疫吸附法）	96人份/盒	盒	5200.00	进口	抗轮状病毒多克隆兔抗体<5%，TRIS盐酸缓冲液>95%	提供制造商授权	1								
N046	N046-01	SARS冠状病毒核酸荧光PCR检测试剂盒	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3								
N046	N046-02	中东呼吸道综合征MERS冠状病毒核酸荧光PCR检测试剂盒	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3								

N046	N046-03	禽流感病毒H1亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-04	禽流感病毒H2亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-05	禽流感病毒H3亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-06	禽流感病毒H4亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-07	禽流感病毒H5亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-08	禽流感病毒H6亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-09	禽流感病毒H7亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-10	禽流感病毒H8亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-11	禽流感病毒H9亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-12	禽流感病毒H10亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-13	禽流感病毒H11亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-14	禽流感病毒H12亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-15	禽流感病毒H13亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-16	禽流感病毒H14亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-17	禽流感病毒H15亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-18	禽流感病毒H16亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-19	禽流感病毒H17亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-20	禽流感病毒N1亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-21	禽流感病毒N2亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-22	禽流感病毒N3亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-23	禽流感病毒N4亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-24	禽流感病毒N5亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-25	禽流感病毒N6亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-26	禽流感病毒N7亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-27	禽流感病毒N8亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-28	禽流感病毒N9亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-29	禽流感病毒N10亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-30	禽流感病毒H5N1亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-31	禽流感病毒H5N6亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-32	禽流感病毒H5N8亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-33	禽流感病毒H7N7亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-34	禽流感病毒H7N9亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-35	禽流感病毒H9N2亚型核酸检定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-36	禽流感病毒H3N8核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-37	甲型流感病毒核酸检试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-38	流感病毒H1N1（2009）核酸测定试剂盒（荧光PCR)	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-39	流感病毒H3核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-40	乙型流感病毒核酸检试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-41	乙型流感病毒分型（BY,BV）核酸检测试剂盒	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-42	H5/H7/H9亚型流感病毒三通道核酸检试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	70.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-43	欧亚类禽H1N1猪流感病毒（EA-H1N1）核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N046	N046-44	甲型流感病毒全亚型分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	500.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N046	N046-45	禽流感病毒H10N5核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N047	N047-01	RAA冻干颗粒（荧光型）	48T/盒	盒	1000.00	国产	48T/盒	提供制造商授权	1							
N047	N047-02	试纸条型RAA核酸扩增试剂（冻干颗粒）	48T/盒	盒	1000.00	国产	48T/盒	提供制造商授权	1							
N047	N047-03	RT-RAA冻干颗粒（荧光型）	48T/盒	盒	1000.00	国产	48T/盒	提供制造商授权	1							
N047	N047-04	试纸条型RT-RAA核酸扩增试剂（冻干颗粒）	48T/盒	盒	1000.00	国产	48T/盒	提供制造商授权	1							
N047	N047-05	DynaMagTM-2 磁力架	16孔	个	7000.00	进口	16孔	提供制造商授权	1							
N047	N047-06	非细胞体液核酸提取试剂盒	50T	盒	5140.00	国产	1、从全血、拭子、培养菌、体液忠提取病毒RNA； ★2、超纯净生产，可排除背景污染，可搭配珠磨研磨管； ★3柱膜法原理，可手工操作，提取纯度更高； ★4、可以自动化操作	提供制造商授权	1							
N047	N047-07	病毒核酸提取试剂盒	50T	盒	3780.00	国产	1.样本类型：血浆、血清、无细胞体液（如咽拭子洗脱液、细胞培养上清） 2.最大样本体积：200 μL 3.样本体积范围：10-200 μL 4.处理时间：≤1 小时 / 样本 技术原理：硅胶膜吸附技术，无需有机抽提和乙醇沉淀 5.纯化产物：病毒 DNA 和 RNA（可同时纯化） 6.洗脱体积：20-150 μL（推荐 50 μL） 7.产物纯度：适用于 qPCR、RT-qPCR、NGS 等对纯度要求高的下游应用 8.回收率：高且稳定，能有效回收低浓度病毒核酸 9.自动化：可在 QIAcube/QIAcube Connect 全自动核酸提取仪上运	提供制造商授权	1							

N048	N048-01	DNA SupClean核酸清除湿巾	12包/箱	箱	2200.00	进口	1， 主要用途：主要用途：适用于PCR实验室各区物表常规核酸污染的快速清除，包括实验室台面、生物安全柜或超净台台面、移液器、门把手、PCR仪或离心机等物表； 2， 技术原理：由非织造布、非酶性核酸气溶胶清除剂制成，通过接触催化协同作用降解DNA&RNA分子，有效预防或清除核酸或PCR气溶胶污染。 3， 为保证核酸清除湿巾具有良好的清除效果，湿巾单张面积须≥20CM （长）×20CM（宽）； 4， 产品规格要求：≥40片/包； 5， 存储温度要求：常温保存； 6， 产品效期要求：≥12个月； 7， 为保证产品质量和性能，投标商须提供厂家授权函以及售后服务承诺函并加盖厂家鲜章； 8， 湿巾含液量与载体的重量比值≥3.26 9， 具备PCR实验室物表核酸污染清除能力，提供具体解决方案的证明文件，并加盖厂家鲜章	不需要提供制造商授权	1							
N048	N048-02	肠道病毒全基因组捕获试剂盒	BK-EV024	反应	833.00	国产	1、适用性：肠道病毒EV71型病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2、规格：24反应/盒； 3、 试剂形式：整合式试剂，包含EV71型病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4、 支持疫苗、鼻咽分泌物、粪便、环境样本等不同样本类型； 5、自带nanopore 测序平台48个无扩增条形码； 6、适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7、提供同品牌生信分析软件，可实现引物去除，精确获得肠道病毒	提供制造商授权	1							
N048	N048-03	HybriDetect - 通用侧向层析检测试剂盒	100tests	测试	55.00	进口	测生物素和FITC标记的分析物（蛋白质、基因组扩增物） 的通用横向流动试纸；杂交检测是一种通用的横向流动试纸，用于检测标记有FITC和生物素的分析物（蛋白质、基因组扩增物 ）。是一个开发平台。该测试仅用于研究用途，而不适用于诊断目的。产品组成：杂交检测试纸：生 物素配体包膜；金 结合物中的多克隆 （兔）抗FITC	提供制造商授权	1							
N049	N049-01	柯萨奇病毒A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒（2+3版本）	25/50T	人份	130.00	国产	14.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~1×108 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							

N049	N049-02	柯萨奇病毒A2型/A4型/A8型/A10型核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒	25/50T	人份	240.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							
N049	N049-03	柯萨奇病毒A4型/A5型/A6型/A10型/A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	200.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-04	埃可病毒11型/30型/肠道病毒通用型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	100.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-05	埃可病毒25型/30型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	120.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-06	肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	100.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-07	肠道病毒D68型/腺病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	100.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-08	人副肠孤病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-09	埃可病毒18型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-10	埃可病毒25型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-11	肠道病毒（EV-U）核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	100.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							

N049	N049-12	肠道病毒A组/B组核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	30.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-13	柯萨奇病毒A2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-14	柯萨奇病毒A4型（CA4）核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-15	柯萨奇病毒A5型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-16	柯萨奇病毒A8型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-17	柯萨奇病毒A9型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-18	柯萨奇病毒A12型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-19	柯萨奇病毒A21型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-20	柯萨奇病毒A24型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-21	柯萨奇病毒B2型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-22	柯萨奇病毒B3型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N049	N049-23	柯萨奇病毒B4型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N049	N049-24	柯萨奇病毒B5型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	60.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N050	N050-01	六水合氯化镁	500g	瓶	40.00	国产	500g	提供制造商授权	1							
N050	N050-02	牛肉浸粉（膏）	250g	瓶	490.00	国产	250g	提供制造商授权	1							
N050	N050-03	病毒洗脱液	40 ml/瓶，4 ℃储存	瓶	500.00	国产	水中病毒检测浓缩限：病毒专用滤膜过滤后配套使用自主研发独特高效洗脱剂，可回收102数量级病毒颗粒/升。	提供制造商授权	1							
N050	N050-04	病毒提取试剂盒	40 ml/瓶	瓶	1440.00	国产	40 ml/瓶， 4 ℃储存	提供制造商授权	1							
N051	N051-01	滤纸	Diameter150mm，NO.131,100张/盒	盒	326.00	进口	旋光测定之样品前过滤，结晶沉淀过滤（＞5μm）、肥料分析等。	提供制造商授权	1							
N051	N051-02	纤维素混合酯类滤膜	孔径0.45um,直径142mm,25张/盒	盒	2054.00	进口	1.高孔率：微孔分布在80%的表面，流速很快。 2.热稳定：耐热130℃高压灭菌。 3.不含Triton及与热原(Pyrogens)反应的物质	提供制造商授权	1							
N051	N051-03	pH试纸	2.8-4.4，BPB，20张/个×10个	盒	322.00	进口	PH范围2.8-4.4试纸 BPBpH试纸,范围:2.8-4.4,尺寸:7x70mm（20片/小册子,10小册子/盒）（07010030） 10。	提供制造商授权	1							
N051	N051-04	pH1-14广泛试纸	20本/盒	本	4.00	国产	PH范围1-14试纸，检测酸碱值	提供制造商授权	1							
N051	N051-05	滤膜（水相针式过滤器）	0.22um	个	1800.00	进口	250个/盒	提供制造商授权	1							
N051	N051-06	一次性无菌注射器	5ml	个	50.00	国产	200支/盒	提供制造商授权	1							
N051	N051-07	水中病毒过滤膜	MCE 0.45um WH PL 142MM 50/PK	盒	3020.00	国产	1.专用耗材：采用一次性过滤膜，47mm直径规格的病毒专用滤膜。 2.过滤浓缩目标：包含水中常见的病毒，如诺如病毒、脊髓灰质炎病毒、新型冠状病毒、甲型肝炎病毒、轮状病毒、星状病毒等。 3.适配仪器：病毒专用滤膜需适配PurLVSTM大体积样本病原浓缩系统。	提供制造商授权	1							

N051	N051-08	水中病毒过滤膜	MCE.22UM WH PL 47MM 100PK	盒	2000.00	国产	1.专用耗材：采用一次性过滤膜，47mm直径规格的病毒专用滤膜。 2.过滤浓缩目标：包含水中常见的病毒，如诺如病毒、脊髓灰质炎病毒、新型冠状病毒、甲型肝炎病毒、轮状病毒、星状病毒等。 3.适配仪器：病毒专用滤膜需适配PurLVSTM大体积样本病原浓缩系统。	提供制造商授权	1								
N052	N052-01	肠道病毒IgG抗体检测试剂盒	96T/盒	人份	20.00	进口	96T/盒，所有肠道病毒血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1							
N052	N052-02	肠道病毒IgM抗体检测试剂盒	96T/盒	人份	20.00	进口	96T/盒，所有肠道病毒血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1							
N053	N053-01	秒表	/	个	21.56	国产	个	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-02	封板膜	135*83*0.05mm，100张/包	包	375.00	进口	100张/包， PCR-TS，用于PCR96孔板的封口	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-03	eppendorf电动辅助吸液器	辅助吸液器M	支	3500.00	进口	辅助吸液器M	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-04	过滤膜	0.45um	个	9.11	进口	孔径0.45um	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-05	离心管	0.5ml	支	0.12	进口	0.5ml，250个/包	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-06	1.5mL微量离心管	1.5ml/支	支	0.12	国产	1000个/袋，无菌	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-07	2ml离心管	2ml/支	支	0.20	国产	500支/包，外旋离心管，圆底可立，管盖带有胶垫，经过灭菌处理与无热源认证，无RNase/DNase酶	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-08	离心管（螺口）	50ml、尖底	支	1.96	进口	50ml、尖底，500个/箱	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-09	塑料离心管	10ml（带盖）	支	0.32	国产	10ml（带盖）	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-10	塑料离心管	50ml（带盖）	支	0.88	国产	50ml（带盖）	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-11	15ml离心管（螺口）	15ml/支	支	0.80	进口	15ml/支，500个/箱 ，螺口，无菌	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-12	50ml离心管（螺口）	50ml/支	支	1.96	进口	50ml/支，耐氯仿，无菌	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-13	250ml锥形离心管	250ml/支	支	10.78	进口	250ml/支，10个/袋，螺口锥形，一次性无菌	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-14	超洁净离心管	15 ml，尖底	个	1.96	国产	Centrifuge tubes, 15 mL, conical bottom, 100 tubes/pack, 15 ml，尖底	不需要提供制造商授权	1							

N053	N053-15	100格血清盒	100格/个	个	41.16	国产	100格/盒	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-16	100孔标本储藏盒	10*10	个	44.10	国产	10*10/盒，适用于0.5mL、1.0mL、1.5mL冻存管	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-17	100孔冻存盒	个	盒	14.70	国产	个	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-18	2ml冻存管	**2 mL 外旋聚丙烯冻存管，自立式，圆底，500 个/箱**	支	1.50	进口	**圆底，容量为2 mL 自立式设计 带有黑色刻度和较大的标记区，便于加样和识别样本 由聚丙烯制成，可耐受-196℃的低温 配有硅胶垫圈，确保密封 经过γ-辐照灭菌**	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-19	5ml冻存管（螺口）	5ml/支	支	0.54	国产	5ml/支，外旋冻存管，圆底可立，管盖带有胶垫，经过灭菌处理与无热源认证，无RNase/DNase酶	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-20	5ml冻存管CORNING	5ml/支	支	1.96	进口	5ml/支，外旋冻存管，圆底可立，管盖带有胶垫，经过灭菌处理与无热源认证，无RNase/DNase酶	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-21	15ml冻存管	15ml/支	支	1.57	进口	15ml/支，外旋冻存管，圆底可立，管盖带有胶垫，经过灭菌处理与无热源认证，无RNase/DNase酶	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-22	60孔双面塑料离心管架	0.5ml，1.5ml	个	6.00	国产	0.5ml，1.5ml/个	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-23	PCR管架	96孔	个	4.00	国产	96孔/个	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-24	冻存管盒	5*5	盒	6.57	进口	5*5/盒，适用于0.5mL、1.0mL、1.5mL冻存管	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-25	冻存管盒	7*7	盒	11.76	进口	7*7/盒，适用于10mL、15mL冻存管	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-26	冻存管盒	10*10	盒	15.68	进口	10*10/盒，适用于0.5mL、1.0mL、1.5mL冻存管	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-27	菌种保存管（磁珠）	大	支	17.64	进口	100支/盒	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-28	无菌EP管(子弹头)	2.0ml	个	0.14	进口	带盖，经过灭菌处理与无热源认证，无RNase/DNase酶	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-29	一次性冻存管	2ml	包	1.96	进口	外旋冻存管，圆底可立，管盖带有胶垫，经过灭菌处理与无热源认证，无RNase/DNase酶	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-30	一次性离心管	1.5ml /支	袋	58.80	国产	离心管，1.5 ml 管体原料采用聚丙烯，符合USP Class-6标准，不含重金属离子 管盖有特殊卡扣设计，有效防止爆盖、无菌，无DNA,无RNA酶，无人类DNA，无内毒素	不需要提供制造商授权	1							

N053	N053-31	100ml无菌瓶	100个/箱	箱	980.00	进口	100个/箱	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-32	0.85%生理盐水嵌入性采样管（10mL）	10mL/支×50	支	4.90	国产	10mL/支×50	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-33	绑扎胶布	1×13×800cm A型	筒	22.54	国产	1×13×800cm A型	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-34	保鲜自封袋（4、9、12、13.5号）	100个/袋	袋	37.24	国产	100个/袋	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-35	标签贴	（大、中、小）	张	6.47	国产	（大、中、小），粘性好	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-36	称量纸（大）	100张/包	包	14.70	国产	100张/包	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-37	抽纸	100张/包	包	4.90	国产	100张/包	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-38	实验用称量纸（大）	100*100mm	包	17.64	国产	100张/包，100*100mm	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-39	一次性塑料吸管	3ml	支	0.29	国产	3ml	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-40	一次性吸管(带滤膜)	50ml	支	3.00	进口	**采用纸塑包装，可轻松刺穿或撕开。适合无菌组织培养应用，尤其是在佩戴乳胶手套时，包装有助于减少静电吸附。 纸带有颜色标识，便于识别尺寸。 纸塑包装便于看清整支移液管 独特的颜色标识放大条纹，更易观察弯曲液面。 无菌，独立包装，经认证无热原且不含DNase/RNase 精准度可达总容积的± 2% 每支移液管包装上均印有批号**	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-41	一次性吸管(带滤膜)	10ml	支	0.80	进口	**采用纸塑包装，可轻松刺穿或撕开。适合无菌组织培养应用，尤其是在佩戴乳胶手套时，包装有助于减少静电吸附。 纸带有颜色标识，便于识别尺寸。 纸塑包装便于看清整支移液管 独特的颜色标识放大条纹，更易观察弯曲液面。 无菌，独立包装，经认证无热原且不含DNase/RNase 精准度可达总容积的± 2% 每支移液管包装上均印有批号 独特的防滴吸头可减少意外滴漏 确保移液准确 经过吹出式（TD-EX 20℃）校准。**	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-42	试管架	个（各种规格）	个	78.40	国产	塑料可拆试管架（各种规格）	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-43	试管架	个（各种规格）	个	117.60	国产	铝试管架22.5*40	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-44	脱脂医用棉球	500g/包	包	29.40	国产	脱脂医用棉球，无菌，吸水性强，不掉絮	不需要提供制造商授权	1							

N053	N053-45	一次性采便管	高54mm,直径25mm	瓶	0.47	国产	高54mm,直径25mm，带标签	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-46	一次性灭菌加样槽	8道/12道，50毫升	个	2.00	国产	8道/12道，50毫升 BS-PS50-RR	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-47	一次性尖头镊	个	个	0.59	国产	独立包装	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-48	一次性可折无菌拭子	100支/包	支	0.27	国产	100支/包	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-49	一次性无菌采样管	50支/盒	支	5.39	国产	生理盐水采样管；50支/盒	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-50	一次性无菌吸管	10ML，100支/盒	支	0.80	进口	支	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-51	3M灭菌指示胶带	50m/卷	卷	47.04	进口	50m/卷	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-52	96孔贴壁细胞培养板	96孔/板	块	11.76	进口	96孔，塑料、一次性无菌，平底正面	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-53	贴壁细胞培养板	6孔平底	块	9.80	进口	6孔平底，聚丙乙烯，透光性好，高耐腐蚀，无菌独立包装。	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-54	贴壁细胞培养板	12孔平底	块	10.78	进口	12孔平底，聚丙乙烯，透光性好，高耐腐蚀，无菌独立包装。	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-55	一次性贴壁细胞培养瓶	25平方厘米	箱	1477.00	进口	25平方厘米，聚丙乙烯，透光性好，高耐腐蚀，无菌独立包装。	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-56	一次性贴壁细胞培养瓶	12.5平方厘米	箱	1400.00	进口	12.5平方厘米，聚丙乙烯，透光性好，高耐腐蚀，无菌独立包装。	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-57	一次性贴壁细胞培养瓶	75平方厘米	箱	1530.00	进口	75平方厘米，聚丙乙烯，透光性好，高耐腐蚀，无菌独立包装。	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-58	20 μl过滤吸头	20 μl	盒	44.00	进口	96支/盒 TF-20-R-S，带滤膜吸头，无菌	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-59	200 μl过滤吸头	200 μl	盒	44.00	进口	96支/盒 TF-200-R-S，带滤膜吸头，无菌	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-60	200ul带滤膜长吸尖	200ul	支	0.78	进口	96支/盒 ，加长带滤膜吸头，无菌	不需要提供制造商授权	1							
N053	N053-61	加厚实验室吸液垫料	350张/箱18英寸×20英寸 进口（蓝色片）	袋	166.60	进口	350张/箱18英寸×20英寸 进口（蓝色片）	不需要提供制造商授权	1							

N053	N053-62	RPMI-1640	500ml/瓶	瓶	160.00	国产	1. 外观：无色/微红色透明液体（含酚红指示剂款），无沉淀、无浑浊。 2. 无菌性：经0.1~0.2 μm滤膜无菌过滤，细菌、真菌、支原体检测均为阴性。3.适配淋巴细胞、肿瘤细胞等悬浮细胞培养，也可用于贴壁细胞，常规款含 L - 谷氨酰胺与酚红，pH7.0-7.4，内毒素	提供制造商授权	1							
N053	N053-63	7.5%BSA(V)	100ml/瓶	瓶	800.00	进口	1. pH值：25℃下6.5~7.5，适配细胞培养/生化反应的酸碱环境。 2. 渗透压：280~320 mOsm/kg H_2O（溶于PBS/生理盐水/细胞培养基），与哺乳动物细胞渗透压匹配。 3. 外观：无色至淡黄色透明液体，无浑浊、无沉淀。	提供制造商授权	1							
N053	N053-64	TPCK-胰蛋白酶母液	500 μL/支	支	50.00	国产	牛 / 猪胰腺来源且经 TPCK 处理去除糜蛋白酶活性，活性≥10000 BAEE units/mg，无 DNase/RNase、内毒素≤10EU/mg，支原体 / 细菌 / 真菌检测均为阴性，最适作用 pH7.5-8.5，经 0.22μm 滤膜除菌，需 - 20℃/-80℃分装保存、避免反复冻融，有效期 6-12 个月，直接稀释即可使用	提供制造商授权	1							
N054	N054-01	脊髓性灰质炎病毒核酸检测试剂盒	25，50人份/盒	人份	40.00	国产	技术参数：实时荧光PCR；DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min；试剂热稳定性好；漏检率极低；有效期：至少12个月， 规格型号：25，50人份/盒	提供制造商授权	3							
N054	N054-02	脊髓灰质炎病毒Ⅰ型核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）	50人份/盒	盒	2000.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对Ⅰ型脊灰病毒的定性检测。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为Ⅰ型脊灰病毒人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到200copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	3							
N054	N054-03	脊髓灰质炎病毒Ⅱ型核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）	50人份/盒	盒	2000.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对Ⅱ型脊灰病毒的定性检测。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为Ⅱ型脊灰病毒人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到200copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	3							
N054	N054-04	脊髓灰质炎病毒Ⅲ型核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）	50人份/盒	盒	2000.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对Ⅲ型脊灰病毒的定性检测。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为Ⅲ型脊灰病毒人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到200copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	3							
N054	N054-05	脊髓灰质炎病毒（Sabin株）核酸三重检测试剂盒（实时荧光PCR法）	50人份/盒	盒	4800.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	3							
N054	N054-06	Ⅰ型脊髓灰质炎病毒核酸双重检测试剂盒（实时荧光PCR 法）［疫苗株+野毒株］	50人份/盒	盒	4000.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对Ⅰ型脊灰病毒疫苗株和野毒株的定性检测检测。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为Ⅰ型脊灰病毒疫苗株和野毒株人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到200copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	3							
N054	N054-07	脊髓灰质炎病毒/ 呼吸道合胞病毒/ 肠道病毒核酸检测试剂盒（三重荧光PCR 法）	25，50人份/盒	人份	63.70	国产	技术参数：实时荧光PCR；DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min；试剂热稳定性好；每半年更新一次引物探针，漏检率极低；有效期：12个月， 规格型号：25，50人份/盒	提供制造商授权	3							

N054	N054-08	脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅰ型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	50人份/盒	盒	1100.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅰ型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅰ型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N054	N054-09	脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅱ型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	50人份/盒	盒	1100.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅱ型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅱ型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N054	N054-10	脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅲ型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	50人份/盒	盒	1100.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅲ型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒（Sabin株）Ⅲ型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N054	N054-11	肠道病毒通用型/Sabin 株Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	51人份/盒	盒	4500.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒及脊灰病毒（Sabin株）Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒及脊灰病毒（Sabin株）Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N054	N054-12	脊髓灰质炎病毒 VDPV 1 型(VP1)核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	50人份/盒	盒	1500.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒VP1型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒VP1型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N054	N054-13	脊髓灰质炎病毒 VDPV 3 型(VP1)核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	50人份/盒	盒	1500.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒VP3型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒VP3型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N054	N054-14	脊髓灰质炎病毒 VDPV 1 型/3 型(VP1)核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	50人份/盒	盒	3000.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对脊髓灰质炎病毒VP1+3型核酸定性检测和鉴别。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为（脊髓灰质炎病毒1+3型）人工合成靶核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到500copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N054	N054-15	甲型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	30.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对甲型肝炎病毒核酸定性检测检测。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为甲型肝炎病毒核酸核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到200copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								

N054	N054-16	甲型肝炎病毒（含MS2）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	30.00	国产	1.试剂盒基于one-step实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，实现对甲型肝炎病毒核酸定性检测检测。 2.试剂盒提供阴性质控品和阳性质控品，阳性质控品为甲型肝炎病毒核酸核酸序列（无生物危害）。 3.可检测的标本类型必须包含粪便样本、疱疹液、咽拭子等。 4.本试剂盒的最低检测限可达到200copies/mL。 5.试剂盒适用于ABI7500、ABIQuantStudio5等市面常见荧光PCR仪。	提供制造商授权	1								
N055	N055-01	脊髓灰质炎IgG检测试剂盒	96人份/盒	人份	22.00	国产	96人份/盒	提供制造商授权	1							
N055	N055-02	脊髓灰质炎IgG检测试剂盒	96人份/盒	人份	22.00	进口	96人份/盒	提供制造商授权	1							
N056	N056-01	异丙醇	500ml	瓶	32.00	国产	优级纯 500ml	提供制造商授权	1							
N056	N056-02	Recovery™ 细胞培养冻存培养基	50 mL	瓶	2846.00	进口	12648010	提供制造商授权	1							
N057	N057-01	小牛血清	500ml/瓶	瓶	1764.00	国产	500ml/瓶	提供制造商授权	1							
N057	N057-02	特级胎牛血清	500ml	瓶	7500.00	进口	特级胎牛血清分 Premium 和 Premium Plus 级，均为澳洲 / 新西兰 / 美国源，50/500/1000mL 冷冻包装、干冰运输，需≤-10℃储存，经 0.1μm 三重过滤无菌，支原体及 EMA 标准牛源病毒检测均阴性，完成 60-70 项质量检测；其中 Premium 级内毒素≤10 EU/mL、血红蛋白≤25-30 mg/dL，Premium Plus 级内毒素≤5 EU/mL、血红蛋白≤20 mg/dL（部分货号≤10 mg/dL），适配细胞培养、病毒学研究等场景	提供制造商授权	1								
N057	N057-03	胎牛血清	500ml/瓶	瓶	1960.00	国产	500ml/瓶	提供制造商授权	1							
N057	N057-04	二甲基亚砜	100ml/瓶	瓶	1200.00	进口	生物级（细胞 / 分子用）≥99.9% 纯度、水分≤0.03%、无内毒素 / 核酸酶且无菌	提供制造商授权	1							
N057	N057-05	PBS(-)磷酸盐缓冲液（1*）	500mL	瓶	389.06	进口	500mL，液体，不含钙镁离子，0.1微米无菌过滤，PH值：7.0—7.2。	提供制造商授权	1							
N057	N057-06	DMEM	500ml/瓶	瓶	366.52	进口	500ml/瓶，液体，无菌，细胞培养级，高糖（4500mg/L葡萄糖），不含双抗	提供制造商授权	1							
N057	N057-07	DMEM	100g/瓶	瓶	735.00	进口	100ml/瓶，粉剂	提供制造商授权	1							
N057	N057-08	MEM	100g/瓶	瓶	646.80	进口	100ml/瓶，粉剂	提供制造商授权	1							
N057	N057-09	MEM Earle's	500ml/瓶	瓶	100.00	国产	C11095500BT，细胞生物学gibco国产培养基,MEM Earle's， 含Earle's平衡盐、L-谷氨酰胺和酚红，不含HEPES 缓冲液	提供制造商授权	1							
N057	N057-10	PBS(-)	500ml/瓶	瓶	68.60	国产	500ml/瓶	提供制造商授权	1							
N057	N057-11	DPBS(-)	500ml/瓶	瓶	413.00	进口	Thermo DPBS，含钙、镁	提供制造商授权	1							
N057	N057-12	PBS（-）缓冲液	500ml	瓶	372.40	国产	500ml，细胞培养级	提供制造商授权	1							
N057	N057-13	细胞消化液（EDTA-胰酶）	100ml/瓶	瓶	151.90	进口	100mL/瓶，0.25%胰酶+EDTA	提供制造商授权	1							
N057	N057-14	EDTA-胰酶	100ml/瓶	瓶	151.90	进口	100ml/瓶	提供制造商授权	1							

N057	N057-15	双抗(Penicillin-Streptomycin Solution)	100ml/瓶	瓶	196.00	进口	有效成分为青霉素 10000 U/mL + 链霉素 10 mg/mL，以 0.85% NaCl 溶液为溶剂，pH 值稳定在 6.0-6.5，经 0.1 μm 滤膜无菌过滤处理且无支原体污染，可有效抑制细胞培养过程中革兰氏阳性、阴性菌的污染，适配哺乳动物常规细胞、原代细胞等各类体外培养体系	提供制造商授权	1							
N057	N057-16	L-谷氨酰胺 (200 mM)	100 mL/瓶	瓶	653.00	进口	100ml/瓶,无菌	提供制造商授权	1							
N057	N057-17	7.5%NaHCO3	100ml/瓶	瓶	147.00	进口	1. pH值：25℃下6.5~7.5，适配细胞培养/生化反应的酸碱环境。 2. 渗透压：280~320 mOsm/kg H_2O（溶于PBS/生理盐水/细胞培养基），与哺乳动物细胞渗透压匹配。 3. 外观：无色至淡黄色透明液体，无浑浊、无沉淀。	提供制造商授权	1							
N057	N057-18	碳酸氢钠	100ml/瓶	瓶	230.00	进口	浓度 75g/L、25℃下 pH8.3，经 0.22μm 过滤除菌为无菌即用型，15-30℃室温储存运输、保质期≥ 15个月，适配哺乳动物细胞培养	提供制造商授权	1							
N057	N057-19	0.25%胰酶	100ml/瓶	瓶	160.00	进口	胰酶浓度 2.5g/L（1:250 活性），含 0.38g/L EDTA·4Na（0.02% EDTA）、酚红指示剂，pH 7.2-8.0，渗透压 270-320 mOsm/kg，0.22μm 过滤除菌，支原体 / 内毒素 / 病毒检测阴性，猪源经辐照，-5℃至 - 20℃储存，干冰运输	提供制造商授权	1							
N057	N057-20	HEPES	100ml/瓶	瓶	350.00	国产	细胞培养用 HEPES 溶液（通常为1M 浓度、pH7.2-7.4 无菌即用型），分子式 $C_8H_{18}N_2O_4S$、分子量 238.30，为两性离子缓冲液，25℃下 pKa7.55，有效缓冲范围 pH6.8-8.2，膜不透性且化学 / 酶学稳定，对细胞无毒性，重金属（Pb≤3ppm、Fe≤5ppm），无 DNase/RNase；作为培养基100× 贮存液，使用时按 1:99 稀释（终浓度 10mM），也可直接加入培养基达 10-25mM 终浓度，尤其适合 CO_2培养箱外长时间操作（如开盖换液、显微观察）以维持 pH 稳定，2-8℃冷藏保存，有效期 12-24 个月	提供制造商授权	1							
N057	N057-21	TRYPSIN0.25%(1x)Solution	100ml/瓶	瓶	151.90	进口	100ml/瓶	提供制造商授权	1							
N057	N057-22	透明固定剂	100ml/瓶	瓶	196.00	国产	100ml/瓶	提供制造商授权	1							
N057	N057-23	支原体祛除剂加强型（珍贵细胞保种用） Mynox® Gold Mycoplasma Elimination Reagent	2套/盒	套	6664.00	进口	2套/盒	提供制造商授权	1							
N057	N057-24	支原体去除湿巾 Mycoplasma-Off Wipes	50抽/筒	抽	14.70	进口	50抽/筒	提供制造商授权	1							
N057	N057-25	结晶紫	25g/瓶	瓶	60.00	国产	规格：25g	提供制造商授权	1							
N057	N057-26	3M灭菌指示胶带	50m/卷	卷	65.00	国产	50m/卷	提供制造商授权	1							
N057	N057-27	遗传霉素（G-418）	50mg/ml×5ml/盒	盒	310.00	国产	纯度：~98%；低温运输：-20℃储存，有效期36个月。	提供制造商授权	1							
N058	N058-01	支原体检测PCR试剂	25人份/盒	人份	34.30	国产	技术参数：细胞培养中支原体污染检测，灵敏度高，产品性能稳定，操作简单方便快捷，步骤少，适用于细胞支原体检测。 规格型号：25人份/盒	提供制造商授权	1							

N059	N059-01	西尼罗病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于西尼罗病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、组织标本（包括脑组织、肝脏和脾脏）及蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N059	N059-02	黄热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于黄热病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N059	N059-03	基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于基孔肯雅病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N059	N059-04	森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于森林脑炎病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N059	N059-05	基孔肯雅病毒、登革病毒、寨卡病毒三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	55.00	国产	1、试剂用途：用于基孔肯雅病毒、登革病毒、寨卡病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存到有效期，于-20±5℃下仍有有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	3							
N059	N059-06	汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法)HFRS-IgG	96人份/盒	人份	20.00	国产	本产品用于定性检测人血清或血浆样品中的汉坦病毒IgG抗体（HV-IgG）,采用捕获法酶联免疫吸附试验原理,本试剂对 HV-IgG 有高度特异性，如果标本中 IgG 被破坏或失活，本试剂检测为阴性。	提供制造商授权	1							
N059	N059-07	汉坦病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)HFRS-IgM	96人份/盒	人份	20.00	国产	本产品用于定性检测人血清或血浆样品中的汉坦病毒IgM 抗体（HV-IgM）。本试剂对 HV-IgM 有高度特异性，如果标本中 IgM 被破坏或失活，本试剂检测为阴性。	提供制造商授权	1							
N059	N059-08	鼠类汉坦病毒 IgM 抗体检测试剂盒	96T/盒	测试	28.00	国产	本试剂盒采用酶联免疫吸附实验（ELISA），检测鼠类血液或血纸片样本中抗汉坦病毒IgM抗体。即通过预包被的汉坦病毒重组核蛋白（rNP）与待检鼠类血清样本中的特异抗体结合，在辣根过氧化物酶（HRP）标记物的示踪作用下，形成rNP-鼠类特异抗体IgM—酶标结合物复合体，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据结果判定方法，定性判断鼠类血液样本中的抗汉坦病毒IgG特异抗体存在情况。	提供制造商授权	2							
N059	N059-09	汉坦病毒 IgM/IgG 抗体检测试剂盒（胶体金法）	96T/盒	人份	25.00	国产	用于体外定性检测人血清中汉坦病毒 IgM/IgG 抗体	提供制造商授权	1							
N059	N059-10	基孔肯雅病毒IgG抗体检测试剂盒（间接ELISA法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用酶联免疫吸附试验间接法（indirect ELISA），定性检测人血清或血浆样品中的基孔肯雅gG抗体（CHIKV-IgG）。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过预包被的基孔肯雅病毒抗原，与待检样本中的相应抗体结合，在辣根过氧化物酶（HRP）标记物的示踪作用下，形成“包被抗原—抗体—酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据吸光度值定性判断人血液样本中CHIKV-IgG抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装	提供制造商授权	1							
N059	N059-11	基孔肯雅病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用抗体捕获的酶联免疫吸附实验方法（MAC-ELISA），定性检测人血清或血浆样品中的基孔肯雅gM抗体（CHIKV-IgM）。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过预包被的基孔肯雅病毒抗原，与待检样本中的相应抗体结合，在辣根过氧化物酶（HRP）标记物的示踪作用下，形成“包被抗原—抗体—酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据吸光度值定性判断人血液样本中CHIKV-IgM抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装	提供制造商授权	1							

N059	N059-12	西尼罗河病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用抗体捕获的酶联免疫吸附实验方法（MAC-ELISA），定性检测人血液样本中西尼罗河病毒 IgM 抗体。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过预包被的抗人IgM（μ链）酶标板与待检人血清样本中的IgM抗体结合，在辣根过氧化物酶标记的西尼罗河病毒抗原筛选、示踪作用下，形成“抗人IgM μ链-人特异抗体IgM-酶标抗原”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，定性判断人血液样本中的西尼罗河病毒 IgM 抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检，提供单条可拆分	提供制造商授权	1								
N059	N059-13	西尼罗河病毒IgG抗体检测试剂盒（间接ELISA法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用酶联免疫吸附试验间接法（indirect ELISA），检测人血液样本中西尼罗河病毒IgG抗体。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过预包被的西尼罗河病毒抗原与待检人血清样本中的西尼罗河病毒抗体结合，在酶标二抗示踪作用下，形成“包被抗原—抗体—酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，判断人血液样本中西尼罗河病毒IgG抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检，提供单条可拆分	提供制造商授权	1								
N059	N059-14	森林脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（捕获法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．试剂盒采用ELISA法，定性检测人血清样本中森林脑炎病毒IgM抗体（TBE-IgM）。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：酶标板预包被TBE抗原结合待检样本中的相应抗体，在辣根过氧化物酶标记的抗人IgM结合物筛选、示踪作用下，形成“包被抗原-抗体-酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，定性判断人血液样本中的森林脑炎病毒 IgM 抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检，提供单条可拆分	提供制造商授权	1								
N059	N059-15	森林脑炎病毒IgG抗体检测试剂盒（间接ELISA法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．试剂盒采用ELISA法，定性检测人血清样本中森林脑炎病毒IgG抗体（TBE-IgG）。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：酶标板预包被TBE抗原结合待检样本中的相应抗体，在辣根过氧化物酶标记的抗人IgG结合物筛选、示踪作用下，形成“包被抗原-抗体-酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，定性判断人血液样本中的森林脑炎病毒 IgM 抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检，提供单条可拆分	提供制造商授权	1								
N059	N059-16	发热伴血小板减少综合征病毒IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）	20T/盒；25T/盒	测试	50.00	国产	用于人血清中发热伴血小板减少综合征病毒特异性IgM抗体、IgG抗体的定性检测。	提供制造商授权	1								

N059	N059-17	发热伴血小板减少综合征病毒IgG抗体检测试剂盒 （间接ELISA法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用酶联免疫吸附试验间接法（indirect ELISA），定性检测人血清样本SFTSV-IgG抗体。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过预包被的SFTSV抗原可与样本中的SFTSV抗体结合，在辣根过氧化物酶（HRP）标记物的示踪作用下，形成“包被抗原—抗体—酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据吸光度值定性判断人血液样本中SFTSV-IgG抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分	提供制造商授权	1							
N059	N059-18	发热伴血小板减少综合征病毒IgM抗体检测试剂盒 （捕获法）	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用抗体捕获的酶联免疫吸附实验方法（MAC-ELISA），定性检测人血清样本中SFTSV-IgM抗体。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过预包被的抗人IgM（抗μ链）酶标板与待检人血清样本中的IgM抗体结合，在辣根过氧化物酶标记的SFTSV蛋白筛选、示踪作用下，形成“抗人IgM μ链-人特异抗体IgM—酶标抗原”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，定性判断人血液样本中的SFTSV-IgM特异抗体存在情况， 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分	提供制造商授权	1							
N059	N059-19	（克里米亚-刚果出血热（新疆出血热）IgM抗体检测试剂盒（捕获法））	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用抗体捕获的酶联免疫吸附实验方法（MAC-ELISA），定性检测人血清样品中的CCHFV-IgM抗体。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过抗人IgM μ链与人血清中IgM特异抗体结合，通过HRP标记的克里米亚-刚果出血热病毒抗原特异识别，形成“抗人IgM μ链—人特异抗体IgM—酶标抗原”复合物，经TMB底物液显色，加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据吸光度值高低，定性判断人血液样本的CCHFV-IgM特异抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装	提供制造商授权	1							
N059	N059-20	（克里米亚-刚果出血热（新疆出血热）IgG抗体检测试剂盒（间接ELISA法））	96T/盒	测试	42.00	国产	技术参数： 1．采用酶联免疫吸附试验间接法（indirect ELISA），定性检测人血清样品中的CCHFV-IgG抗体。 2．规格：48T/盒；96T/盒。 3．检测原理：通过预包被的克里米亚-刚果出血热抗原，与待检样本中的相应抗体结合，在辣根过氧化物酶（HRP）标记物的示踪作用下，形成“包被抗原—抗体—酶标二抗”复合物，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据吸光度值定性判断人血液样本中CCHFV-IgG抗体存在情况。 4．试剂盒稳定性：可在2-8℃稳定保存6个月。 5．全自动化兼容：支持全自动酶标仪及洗板机，可实现大批量检测，减少人工误差。 6．一体化试剂盒：即用型预包被板，免洗板直检；提供单条可拆分板条，灵活分装	提供制造商授权	1							
N059	N059-21	人水痘带状疱疹病毒IgG酶联免疫分析(ELISA)试剂盒	96T/盒	测试	25.00	国产	检测水痘带状疱疹病毒IgG抗体	提供制造商授权	1							
N059	N059-22	拉沙热（LASV）IgM 抗体检测	48人份/盒	测试	27.10	国产	1.用途：用于定性检测人血清/血浆中的拉沙热（LASV）IgM 抗体。 2、检测方法：酶联免疫法 3、保存：试剂盒 2-8℃冷藏保存，有效期为≥6 个月。 4、规格：48 人份/盒。 5、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。	提供制造商授权	1							

N059	N059-23	拉沙热（LASV）IgG抗体检测	48人份/盒	测试	27.10	国产	1.用途：用于定性检测人血清/血浆中的拉沙热（LASV）IgG抗体。 2、检测方法：酶联免疫法 3、保存：试剂盒 2-8℃冷藏保存，有效期为≥6 个月。 4、规格：48 人份/盒。 5、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。	提供制造商授权	1								
N059	N059-24	寨卡热（ZIKV）IgM 抗体检测	48人份/盒	测试	27.10	国产	1.用途：用于定性检测人血清/血浆中的寨卡热（ZIKV）IgM 抗体。 2、检测方法：酶联免疫法 3、保存：试剂盒 2-8℃冷藏保存，有效期为≥6 个月。 4、规格：48 人份/盒。 5、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。	提供制造商授权	1								
N059	N059-25	寨卡热（ZIKV）IgMG抗体检测	48人份/盒	测试	27.10	国产	1.用途：用于定性检测人血清/血浆中的寨卡热（ZIKV）IgMG抗体。 2、检测方法：酶联免疫法 3、保存：试剂盒 2-8℃冷藏保存，有效期为≥6 个月。 4、规格：48 人份/盒。 5、开放性试剂，适用于市面主流的酶标仪和洗板机。	提供制造商授权	1								
N059	N059-26	轮状病毒ELISA检测试剂盒	96T/盒	测试	50.00	国产	1、检测原理：采用双抗体夹心ELISA方法，在酶标微孔上预包被轮状病毒A组抗体。预包被的抗体与抗试剂同时与样本中的抗原结合，再与酶标物结合，最终形成抗体—抗原—抗体—酶标物复合物，经TMB底物显色，样本吸光值与轮状病毒A组的含量呈正相关； 2、灵敏度：1ppb； 精密度：试剂盒的变异系数均小于10%； 3、适用范围：适用于粪便样品中检测 A 组轮状病毒。不可用于临床诊断。 4、储存条件：保存试剂盒于2～8° C； 5、有效期：该产品有效期为12个月	提供制造商授权	1								
N059	N059-27	PrimeScript One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus)	50人份/盒	盒	1400.00	国产	一步法预加染料RT-PCR试剂盒 RNA→cDNA→PCR反应操作可在同一反应体系中连续进行，反应中途不需添加任何试剂，避免污染危害	不需要提供制造商授权	1							
N060	N060-01	Gel Extraction Kit	100tests	测试	240.00	进口	纯化，快速提取和纯化得到RNA，RNA提取量可得到25ug，不含酚/氯仿。	提供制造商授权	1							
N060	N060-02	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	3.70	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	3							
N061	N061-01	梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体联合检测试剂(快速法）	四种病原检测在同一检测板	人份	30.00	国产	1、可同时检测血液中的梅毒抗体、艾滋抗体、乙肝表面抗原和丙肝抗体，其中艾滋梅毒在一根试剂条上加入一次质控后可同时显色； ▲2、临床性能指标：①HIV：敏感性100%，特异性≥99.6%（须提供最近一年国家疾控临床评估报告）； ②TP：敏感性100%，特异性≥99.5%（须提供投标产品参加最近一年国家疾控梅毒临床评估报告）； ③其 HCV和HBsAg：敏感性100%，特异性≥99%；（须提供国家药监部门认可的有效材料）； ▲3、投标产品2024年-2025年连续2年参加过国际级或省级临检中心开展的室间质评活动，结果合格（提供证明材料）； 4、采样后15分-30钟内出结果； 5、可同时检测血清、血浆、全血标本，血清血浆加样合计不超过225μL，全血不超过150μL； 6、产品具有中国医疗器械注册证，效期24个月，交货后有效期不低于18个月； ▲7、试剂性能可靠性：临床试验数据不低于1500例，梅毒/艾滋/乙肝/丙肝等每个项目的阴阳性临床总符合率均≥99.8%；（须提供国家药监部门认可的有效材料）； 8、包被抗原：艾滋包含HIV M,gp41和gp36等优势抗原；梅毒包含TP58和TP66等优势片段；丙肝包含NS3，NS4，NS5和Core等优势片段； 9、投标产品制造商通过美国FDA、ISO13485、ISO9001、ISO14001和ISO45001认证	提供制造商授权	1							
N062	N062-01	乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	2.30	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	2							

N062	N062-02	乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	2.30	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	2							
N062	N062-03	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	2.30	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	2							
N062	N062-04	乙型肝炎病毒E抗体检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	2.30	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	2							
N062	N062-05	乙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	2.30	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	2							
N062	N062-06	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	2.30	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	2							
N062	N062-07	戊型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	人份	2.30	国产	1.酶免法；敏感性：≥99%，特异性：≥99%；规格：96人份/盒；2.试剂到货效期10个月以上；3.获得国家食品药品监督管理局注册批准文号；	不需要提供制造商授权	2							
N062	N062-08	乙脑病毒IgM检测试剂盒	96人份/盒	人份	52.00	进口	试剂盒可用于人血清中抗重组抗原（来源于JEV）的IgM抗体的检测。使用了一种称为JERA的重组抗原，它可以作为日本脑炎病毒感染的血清学敏感标记物。	提供制造商授权	1							
N063	N063-01	乙脑病毒IgG检测试剂盒	96人份/盒	人份	52.00	进口	试剂盒可用于人血清中抗重组抗原（来源于JEV）的IgG抗体的检测。使用了一种称为JERA的重组抗原，它可以作为日本脑炎病毒感染的血清学敏感标记物。	提供制造商授权	1							
N063	N063-02	乙脑IgG抗体检测试剂盒	96、48人份/盒	人份	20.00	国产	本试剂盒用于定性检测人血清/血浆、脑脊液中乙型脑炎病毒 IgG 型抗体。适用于乙脑病毒既往感染的诊断 和流行病调查，对既往感染和免疫状况的诊断具有重要参考价值. 适应范围： 1）乙脑感染的筛查诊断和监测。 2）乙脑病毒感染之监测诊断和药物疗效监测	可不提供制造商授权	1							
N063	N063-03	乙脑IgM抗体检测试剂盒(捕获法)	96、48人份/盒	人份	25.00	国产	本试剂盒采用捕获法检测乙脑病毒-IgM 类抗体，适应于人脑脊液或血清标本。可为急性乙型脑炎的早期快速诊断提供依据	可不提供制造商授权	1							
N063	N063-04	登革病毒（通用型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于登革病毒（通用型）核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂. 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N064	N064-01	登革病毒（III型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于登革病毒（III型）核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N064	N064-02	登革病毒（II型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于登革病毒（II型）核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N064	N064-03	登革病毒（IV型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于登革病毒（IV型）核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N064	N064-04	登革病毒（I型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于登革病毒（I型）核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、脑脊液、动物组织、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N064	N064-05	登革病毒（I型、II型、III型、IV型）分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	75.00	国产	1、试剂用途：用于登革病毒I型、II型、III型、IV型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥4次。	提供制造商授权	3							
N065	N065-01	登革热NSI抗原检测试剂盒	25人份/盒	人份	20.00	进口	可用于人血清中登革热NS1抗原的定性检测。它可以在IgG和IgM抗体出现之前对人血清中的登革热病毒的进行早期诊断；此试验可检测开始出现症状后的1-7天内患者血清。	提供制造商授权	1							
N066	N066-01	登革热病毒IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96人份/盒	人份	25.00	国产	定性测定人体血清或血浆中登革病毒IgM 抗体，本品系由 Dengue Ag包被的微孔板和酶标记抗人 IgM 及其他试剂配套组成，应用间接法原理检测人血清或血浆中的 Dengue IgM 抗体。	提供制造商授权	3							
N066	N066-02	登革热病毒IgG抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）	96人份/盒	人份	25.00	国产	定性测定人体血清或血浆中登革病毒IgG 抗体。本品系由 Dengue Ag 包被的微孔板和酶标记抗人IgG 及其他试剂配套组成，应用间接法原理检测人血清或血浆中的 Dengue IgG 抗体。	提供制造商授权	3							
N066	N066-05	登革病毒 NS1 抗原、IgG/IgM 抗体联合检测试剂盒（胶体金法）	20T/盒；25T/盒	T	50.00	国产	用于人血清中登革病毒 NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体的定性检测。	不需要提供制造商授权	1							
N066	N066-06	人登革热病毒NS1抗原酶联免疫分析(ELISA)试剂盒	96、48T/盒	T	18.00	国产	采用ELISA法检测人血清中登革热病毒NS1抗原	提供制造商授权	1							
N067	N067-01	ULSEN超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（AUTO版）	24T	盒	18000.00	国产	1.适用性：新型冠状病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况； 2.样本量：24样本； 3.灵敏度：仅需少量RNA（＜0.5ng）； 4.试剂形式：整合式试剂，可扩增得到新冠病毒全基因组； 5.扩增子数目：≥40个； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.适合CT值≤33的新冠样本全，基因组捕获，捕获效率≥99%； 8.可提供同厂家的新冠病毒分析软件，自动完成序列拼接、变异查找和生成系统进化树； 9.试剂盒搭配同品牌软件分析，可所提供的新冠病毒分析软件应包含新冠病毒序列的录入、质控和分型;应标明序列数据在数据库中的存储位置便于查找、筛选和导出(按日期、型别、完整性等);软件应能根据指定序列进行进化分析并提供图形化展示;软件应提供稳定的框架，方便后期加入新的功能模块； 10.逆转录反应后反应体系≥20ul，扩增后最终反应体系≥50ul，（需提供原厂试剂说明书。） 11.适用于NGS自动化文库制备系统； 12.包含不同长度的两组四对引物适用于不同的应用场景；长扩增子1200 bp左右,短扩增子350-500bp 13.既可以用于临床样本，也可以用于环境污水的检测 14.可提供同厂家的新冠病毒环境污水分析软件，自动完成污水中变异位点的监测分析和新冠不同分支的丰度分析	提供制造商授权	1							

N068	N068-01	自动化多样本DNA辅助建库试剂盒	K024	24人反应/盒	19800.00	国产	1.本试剂盒适用于ONT测序平台连接法测序多样本文库制备，支持gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物，适配自动化建库仪使用； 2.提供末端修复、barcode连接和adaptor连接功能模块； 3.包含磁珠、酶、缓冲液和ONT barcode条形码等组分； 4.提供5次多样本建库反应，样本总数不超过24份； 5.支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文	提供制造商授权	1							
N068	N068-02	自动化建库耗材包	A024	匹配24反应建库	1200.00	国产	1.提供50μL、200μL和1000μL低吸附无菌吸头，0.2mL PCR板，10ml dsDNA定量buffer 分液管以及自动化定量超透管； 2.吸头内置滤芯，有效阻断气溶胶和样本回冲； 3.96孔PCR板，边缘有数字和字母标示； 4.500 μL定量超透管，可与荧光计配合使用； 5.可支持柏炬建库仪开展24样本全流程建库。	提供制造商授权	1							
N069	N069-01	发热伴血小板减少综合征病毒（大别班达病毒）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于发热伴血小板减少综合征病毒（大别班达病毒）核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。	提供制造商授权	3							
N070	N070-01	DL2000 DNA Marker	50次	支	78.40	国产	50次/支	可不提供制造商授权	1							
N070	N070-02	DNA Ladder Marker	50次	支	88.20	国产	50次/支	可不提供制造商授权	1							
N071	N071-01	Qiagen One-step RT-PCR kit	25人份/盒	盒	7500.00	进口	25，50人份/盒；（货号：210212）	提供制造商授权	1							
N071	N071-02	Invirtrogen Superscript III one-step RT-PCR	25，50反应体系	人份	30.00	进口	25，50人份/盒；（货号：12574035）	提供制造商授权	1							
N072	N072-01	风疹病毒IgM抗体检测试剂	48人份/盒	盒	624.00	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。所有麻疹风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1							
N072	N072-02	风疹病毒IgG抗体检测试剂	48人份/盒	盒	624.00	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。所有麻疹风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1							
N072	N072-03	风疹病毒IgG抗体检测试剂盒	96T/盒	盒	2400.00	进口	1：用途：用于定量检测人体血清或血浆中的风疹病毒IgG抗体。2：规格：96人份/盒。3：检测方法：酶联免疫法。4：检测性质：定量。5：有效期：18个月。6：敏感性：99.11%特异性>98.92%。7：反应时间：2h。8：试剂盒自带标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为IU/ml。9：临界值（cutoff值）为一个区间范围10-20IU/ml。10：酶标记抗体是碱性磷酸酶。所有麻疹风疹血清学检测	提供制造商授权	1							

N072	N072-04	风疹病毒IgM抗体检测试剂盒	96T/盒	盒	2400.00	进口	1：用途：用于定性检测人体血清或血浆中的麻疹病毒IgM抗体。2：规格：96人份/盒。3：检测方法：酶联免疫法。4：检测性质：定性。5：有效期：18个月。6：敏感性：98.04%特异性97.96%。7：反应时间：2h。8：试剂盒自带标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为U/ml。9：临界值（cutoff值）为一个区间范围2.5-3.5U/ml。10：酶标记抗体是碱性磷酸酶。所有麻疹风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1								
N072	N072-05	麻疹病毒IgG抗体检测试剂	48人份/盒	盒	624.00	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。所有麻疹风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	2								
N072	N072-06	麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒	48人份/盒	盒	624.00	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。所有麻疹风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	2								
N072	N072-07	麻疹病毒IgG抗体检测试剂盒	96T/盒	盒	2400.00	进口	1：用途：用于定量检测人体血清或血浆中的麻疹病毒IgG抗体。2：规格：96人份/盒。3：检测方法：酶联免疫法。4：检测性质：定量。5：有效期：24个月。6：敏感性：＞99%特异性93.3%。7：反应时间：2h。8：试剂盒自带标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为U/ml。9：临界值（cutoff值）为一个区间范围70-100U/ml。10：酶标记抗体是碱性磷酸酶。所有麻疹风疹血清学检测试剂必须	提供制造商授权	1								
N072	N072-08	麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒	96T/盒	盒	2400.00	进口	1：用途：用于定性/定量检测人体血清或血浆中的麻疹病毒抗体。2：规格：96人份/盒。3：检测方法：酶联免疫法。4：检测性质：定性/定量。5：有效期：24个月。6：敏感性：98.9%特异性＞99%。7：反应时间：2h。8：试剂盒自带标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为U/ml。9：临界值（cutoff值）为一个区间范围10-15U/ml。10：酶标记抗体是碱性磷酸酶。所有麻疹风疹血清学检测	提供制造商授权	1								
N072	N072-09	腮腺炎病毒IgG抗体检测试剂盒	48T/盒	盒	576.00	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。与麻疹、风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1								
N072	N072-10	腮腺炎病毒IgM抗体检测试剂盒	48人份/盒	盒	576.00	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。5.与麻疹、风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1								
N072	N072-11	腮腺炎病毒 IgM抗体定量检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	盒	2112.00	进口	1：用途：用于定量检测人体血清或血浆中的麻疹病毒IgG抗体。2：规格：96人份/盒。3：检测方法：酶联免疫法。4：检测性质：定量。5：有效期：24个月。6：敏感性：＞99%特异性93.3%。7：反应时间：2h。8：试剂盒自带标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为U/ml。9：临界值（cutoff值）为一个区间范围70-100U/ml。10：酶标记抗体是碱性磷酸酶。11.含有类风湿吸附因子：可用于血清和血浆样本的预处理。12.与麻疹、风疹血清学检测试剂必须为同一品牌	不需要提供制造商授权	1								

N072	N072-12	腮腺炎病毒 IgG抗体定量检测试剂盒（酶联免疫法）	96T/盒	盒	2112.00	进口	1、用途：用于体外定量检测人血清或血浆中的腮腺炎病毒 IgG抗体。检测抗腮腺炎病毒IgG对于腮腺炎病毒的血清学研究具有特殊价值，如判断机体免疫状态及初次感染。 2、规格：96人份/盒 3、检测方法：酶联免疫法 4、微孔条可拆下单独使用，已经包被了灭活的腮腺炎病毒。 5.标准血清：人血清溶于含蛋白的磷酸盐缓冲液；防腐剂：< 0.1%	不需要提供制造商授权	1								
N072	N072-13	甲肝IgM检测试剂盒	96T	人份	6.50	国产	采用捕获法原理检测人血清或血浆样品中抗甲型肝炎病毒IgM抗体（HAV-IgM），微孔中预包被鼠抗人-IgM（μ链），“甲肝抗原-酶标抗体”将与“抗μ链-甲肝IgM抗体”复合物结合形成“抗μ链-甲肝IgM抗体-甲肝抗原-酶标抗-HAV”复合物；。通过酶标仪检测吸光度（A值）从而判定样品中的抗HAV-IgM抗体的存在与否。	不需要提供制造商授权	1								
N072	N072-14	甲肝IgG检测试剂盒	96T	人份	6.50	国产	采用间接法原理检测人血清或血浆样品中甲型肝炎病毒IgG抗体（HAV-IgG），以纯化甲型肝炎病毒抗原包被酶联板。根据OD值判定有无甲型肝炎病毒IgG抗体的存在。	不需要提供制造商授权	1								
N073	N073-01	轮状病毒（A组）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	25.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1								
N073	N073-02	轮状病毒（B组）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	25.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1								

N073	N073-03	轮状病毒（H组）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	25.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N073	N073-04	轮状病毒（C组）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	25.00	国产	4.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~1×108 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N073	N073-05	札如病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	25.00	国产	10.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~1×108 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N073	N073-06	肠道腺病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	25.00	国产	15.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~1×108 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							

N073	N073-07	人星状病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	25.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N073	N073-08	诺如病毒GI型、GII型双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25/50T	人份	50.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							

N073	N073-09	10种腹泻病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、诺如病毒GI型、诺如病毒GII型、诺如病毒GⅣ型、A组轮状病毒、B组轮状病毒、C组轮状病毒、H组轮状病毒)	25/50T	人份	250.00	国产	1、试剂用途：用于札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、诺如病毒GI型、诺如病毒GII型、诺如病毒GⅣ型、A组轮状病毒、B组轮状病毒、C组轮状病毒、H组轮状病毒病毒核酸检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥4次。	提供制造商授权	1							
N073	N073-10	A组轮状病毒G12基因型实时荧光PCR检测试剂盒	25T/50T	人份	30.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N073	N073-11	A组轮状病毒基因分型多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	200.00	国产	1、试剂用途：用于A组轮状病毒基因分型。用于A组轮状病毒基因分型,需包含G1、G2、G3、G4、G8、G9和P4、P6、P8。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	3							

N073	N073-12	A组轮状病毒G/P分型实时荧光检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	150.00	国产	1、试剂用途：用于A组轮状病毒基因分型。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N073	N073-13	札如病毒/腺病毒/星状病毒核酸三重检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	75.00	国产	1、试剂用途：用于札如病毒、腺病毒、星状病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥4次。 11、资质：生产企业通过ISO13485、ISO9001质量管理体系认证，具	提供制造商授权	3							
N073	N073-14	B组/C组/H组轮状病毒核酸三重检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	100.00	国产	1、试剂用途：用于B组、C组、H组轮状病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥4次。	提供制造商授权	1							

N073	N073-15	肠道腺病毒40型、41型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	60.00	国产	1、试剂用途：用于肠道腺病毒40型、41型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	2							
N073	N073-16	星状病毒经典型、MLB和VA(HMO）型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	70.00	国产	1、试剂用途：用于星状病毒经典型、MLB和VA(HMO）型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	2							
N073	N073-17	诺如病毒GI型、GII型和GIV型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	60.00	国产	1、试剂用途：用于诺如病毒GI型、GII型和GIV型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	2							

N073	N073-18	腹泻症候群病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	380.00	国产	1、检测目标为多种可致胃肠道感染、可在人间传播的病原体，采用多重实时荧光PCR技术开展检测，检测病原种类≥21种，包括轮状病毒、诺如病毒、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒、霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、溶组织内阿米巴虫、蓝氏贾第毛虫、隐孢子虫等。 2、具体靶基因可按客户要求定制，试剂盒内所有靶基因的反应程序相同。可同时对轮状病毒进行A/B/C/H组分型、对诺如病毒进行GI/GII分型。 3、样本种类：适用于肛拭子、粪便、呕吐物、病原分离物等样本。 4、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 5、反应体系：总体系≤25μL/孔，核酸上样量≤5μL/孔。 6、可定制预分装体系版本，且不同反应试剂有明显区分标识。 7、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 8、理论扩增反应时间 ≤85 min。 9、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 10、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 11、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥4次。 12、资质证明：生产企业通过ISO13485及ISO9001体系认证。	提供制造商授权	1							
N073	N073-19	腹泻病原体核酸检测试剂盒（PCR熔解曲线法）	25T/盒；或24T/盒	人份	418.00	国产	1、检测目标为多种可致胃肠道感染、可在人间传播的病原体，检测病原种类≥24种，包括诺如病毒GI型、诺如病毒GⅡ型、A组轮状病毒、B组轮状病毒、C组轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、致泻大肠埃希氏菌、溶组织内阿米巴虫、蓝氏贾第毛虫、隐孢子虫等。 2、检测技术：超多重熔解实时荧光PCR技术。 3、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4、包装：采用2管预混液技术（酶1管+体系1管）。 5、检测时间：反应全流程时长≤90min。 6、熔解曲线分析软件：可提供试剂盒同品牌的熔解曲线结果判读软	提供制造商授权	1							
N073	N073-20	脑炎脑膜炎症候群病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	276.00	国产	1、检测目标为多种可致中枢神经系统感染、可在人间传播的病原体，采用多重实时荧光PCR技术开展检测，检测病原种类≥22种，包括肠道病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、腮腺炎病毒、巨细胞病毒、EB病毒、发热伴血小板减少综合征病毒、人疱疹病毒6型、西尼罗病毒、乙型脑炎病毒、森林脑炎病毒（蜱传脑炎病毒）、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、B族链球菌、A族链球菌、单增李斯特菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌等。 2、具体靶基因可按客户要求定制，试剂盒内所有靶基因的反应程序相同。 3、样本种类：适用于脑脊液、血液、病原分离物等样本。 4、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 5、反应体系：总体系≤25μL/孔，核酸上样量≤5μL/孔。 6、可定制预分装体系版本，且不同反应试剂有明显区分标识。 7、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 8、理论扩增反应时间 ≤85 min。 9、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 10、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 11、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥4次。	提供制造商授权	1							

N073	N073-21	发热伴出疹症候群病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	290.00	国产	1、检测目标为多种可致发热伴出疹症候群疾病，可在人间传播的病原体，采用多重实时荧光PCR技术开展检测，检测病原种类≥16种，包括登革病毒、基孔肯雅病毒、肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人疱疹病毒6型、猴痘病毒、塞卡病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体、普氏立克次体、莫氏立克次体等。 2、具体靶基因可按客户要求定制，试剂盒内所有靶基因的反应程序相同。 3、样本种类：适用于血清、疱疹液、痂皮、咽拭子、病原分离物等样本。 4、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 5、反应体系：总体系≤25μL/孔，核酸上样量≤5μL/孔。 6、可定制预分装体系版本，且不同反应试剂有明显区分标识。 7、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 8、理论扩增反应时间 ≤85 min。 9、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 10、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 11、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月，不影响检测性能的冻融次数≥4次。	提供制造商授权	1							
N073	N073-22	发热伴出血症候群病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	220.00	国产	1、检测目标为多种可致发热伴出血症候群疾病，可在人间传播的病原体，采用多重实时荧光PCR技术开展检测，检测病原种类≥12种，包括发热伴血小板减少综合征病毒（大别班达病毒）、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、湿地病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、克里米亚刚果出血热病毒、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒等。 2、具体靶基因可按客户要求定制，试剂盒内所有靶基因的反应程序相同。 3、样本种类：适用于血清、咽拭子、病原分离物等样本。 4、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 5、反应体系：总体系≤25μL/孔，核酸上样量≤5μL/孔。 6、可定制预分装体系版本，且不同反应试剂有明显区分标识。 7、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 8、理论扩增反应时间 ≤85 min。 9、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 10、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 11、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月，不影响检测性能的冻融次数≥4次。	提供制造商授权	1							

N073	N073-23	蜱传疾病病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	145.00	国产	1、检测目标为多种蜱传疾病病原体，采用多重实时荧光PCR技术开展检测，检测病原种类≥8种，包括发热伴血小板减少综合征病毒（大别班达病毒）、伯氏疏螺旋体（布氏疏螺旋体）、回归热螺旋体、森林脑炎病毒（蜱传脑炎病毒）、斑点热群立克次体、克里米亚刚果出血热病毒(新疆出血热病毒）、怡菲埃里希氏体（查菲埃立克体）、嗜吞噬细胞无形体等。 2、具体靶基因可按客户要求定制，试剂盒内所有靶基因的反应程序相同。 3、样本种类：适用于血清、脑脊液、蜱研磨液、动物脏器研磨液、病原分离物等样本。 4、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 5、反应体系：总体系≤25μL/孔，核酸上样量≤5μL/孔。 6、可定制预分装体系版本，且不同反应试剂有明显区分标识。 7、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 8、理论扩增反应时间 ≤85 min。 9、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 10、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 11、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月，不影响检测性能的冻融次数≥4次。	提供制造商授权	1							
N073	N073-24	拉沙热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	30.00	国产	1、试剂用途：用于拉沙热病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、血液等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N073	N073-25	裂谷热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	30.00	国产	1、试剂用途：用于裂谷热病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、血液等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N073	N073-26	尼帕病毒核酸实时荧光 PCR 检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于尼帕病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、血液等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-01	流行性出血热病毒I型(汉滩病毒)、II型(汉城病毒)双重酸检测试剂盒(荧光PCR法)A	25T/盒；或24T/盒	T	50.00	国产	1、试剂用途：用于汉坦病毒I型、2型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、尿液、鼠肺等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	3							
N074	N074-02	日本乙型脑炎病毒/西尼罗病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	80.00	国产	1、试剂用途：用于日本乙型脑炎病毒、西尼罗病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于脑脊液、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N074	N074-03	肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	30.00	国产	1、试剂用途：用于肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、组织等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-04	寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	25.00	国产	1、试剂用途：用于寨卡病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-05	普玛拉型汉坦病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	30.00	国产	1、试剂用途：用于普玛拉型汉坦病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-06	新布尼亚病毒L基因、S基因和M基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	25T/盒；或24T/盒	T	90.00	国产	1、试剂用途：用于大别班达病毒S/M/L基因的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、蚊虫等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N074	N074-07	克里米亚-刚果出血热病毒（新疆出血热病毒）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	T	30.00	国产	1、试剂用途：用于克里米亚-刚果出血热病毒（新疆出血热病毒）核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、组织等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-08	湿地病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	30.00	国产	1、试剂用途：用于湿地病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、组织等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-09	鄂木斯克出血热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	30.00	国产	1、试剂用途：用于鄂木斯克出血热病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、组织等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-10	卡萨诺尔森林病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	30.00	国产	1、试剂用途：用于卡萨诺尔森林病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于血清、组织等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N074	N074-11	EB病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	30.00	国产	1、试剂用途：用于EB病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于脑脊液、血液等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-12	猴痘病毒核酸Ia/Ib/IIa/IIb多重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	140.00	国产	1、试剂用途：用于猴痘病毒核酸Ia/Ib/IIa/IIb分型鉴定。 2、样本种类：适用于疱疹液、痂皮、血清等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	2							
N074	N074-13	单纯疱疹病毒1型/2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	60.00	国产	1、试剂用途：用于单纯疱疹病毒1型/2型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于疱疹液、痂皮、血清等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-14	人疱疹病毒6型核酸实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	30.00	国产	1、试剂用途：用于人疱疹病毒6型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于疱疹液、痂皮、血清等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N074	N074-15	人巨细胞病毒/单纯疱疹病毒/水痘-带状疱疹病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒；或24T/盒	T	90.00	国产	1、试剂用途：用于人巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于疱疹液、痂皮、血清等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							
N074	N074-16	病毒类病原分子质控品	500uL/支，1个病原/支。	支	265.00	国产	1、病原范围：登革病毒、基孔肯雅病毒、汉坦病毒、人免疫缺陷病毒I型、流感病毒、诺如病毒、轮状病毒、水痘-带状疱疹病毒等病毒。 2、质控品涉及的具体病原种类亚型、病原核酸浓度，可根据客户要求定制。 3、原料来源：制作原料为天然灭活病原体，在符合等级要求的生物安全实验室内检测、灭活并验证，可提供灭活验证的检验报告。 4、方法适用性：适用于多种分子生物学检测方法质控，包括但不限于实时荧光定量PCR法、荧光PCR-毛细管电泳法、数字PCR法、荧光PCR熔解曲线法、测序等。 5、产品状态：液体状态，冷冻运输，室温解冻后不需复溶或稀释即可使用。 6、量值溯源：使用数字PCR技术对质控品中病原核酸浓度进行定值。 7、性能验证：至少采用三种市售品牌的实时荧光PCR法试剂进行性能验证，三种来源试剂定性检测结果一致率≥95%，可提供性能验证报告。 8、长期稳定性：-20℃保存，有效期2年；发货时剩余有效期≥18个月。 9、开瓶稳定性：开瓶后有效期≥30天（2℃-8℃保存）。	提供制造商授权	1							
N074	N074-17	诺如病毒GIV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或50T/盒	T	50.00	国产	1、试剂用途：用于诺如病毒GIV型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余	提供制造商授权	1							

N074	N074-18	腹泻类9种病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（检测目标：如病毒GI型、诺如病毒GII型、轮状病毒B组、轮状病毒A组、轮状病毒C组、轮状病毒H组、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒）	25T/盒；或24T/盒	T	128.00	国产	1、试剂用途：用于诺如病毒GI型、诺如病毒GII型，轮状病毒B组、轮状病毒A组、轮状病毒C组、轮状病毒H组，札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。	提供制造商授权	1							
N074	N074-19	动物组织核酸快速提取试剂盒	25T/盒	T	12.00	国产	用于提取动物组织的核酸的快速提取	可不提供制造商授权	1							
N074	N074-20	病毒核酸提取试剂盒（膜吸附柱法）	50人份/盒（SDK60102）	T	5.00	国产	通过膜吸附柱法，手工操作，提取多种样本中的病毒核酸。	可不提供制造商授权	1							
N074	N074-21	血液基因组DNA提取试剂盒（磁珠法）	50次/盒	次	18.60	国产	通过磁珠法，手工操作，提取血液样本中的DNA基因组。需自行准备磁力架。	提供制造商授权	1							
N074	N074-22	札如病毒GI型/GII型/GIV型/GV型核酸四重	25T/盒；或50T/盒	T	180.00	国产	1、试剂用途：用于札如病毒GI型/GII型/GIV型/GV型核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于粪便、肛拭子等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。	提供制造商授权	1							
N074	N074-23	鼠类汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒	96人份/盒	人份	28.00	国产	本试剂盒采用酶联免疫吸附实验（ELISA），检测鼠类血液或血纸片样本中抗汉坦病毒IgG抗体。即通过预包被的汉坦病毒重组核蛋白（rNP）与待检鼠类血清样本中的特异抗体结合，在辣根过氧化物酶（HRP）标记物的示踪作用下，形成rNP-鼠类特异抗体IgG—酶标结合物复合体，经底物液显色后可肉眼观察，也可加入终止液后在450nm波长处测量吸光度值，根据结果判定方法，定性判断鼠类血液样本中的抗汉坦病毒IgG特异抗体存在情况。	提供制造商授权	2							
N075	N075-01	MGISP-100通用耗材包	20 Run/套	箱	9800.00	国产	1、 适用于自动化设备 MGISP-100 平台； 2、包含：2包0.5mL冻存管（PCR级）、1盒可掰开PCR八连管及管盖、6包250μL带滤芯自动化吸头、10包1.3ml96孔圆形孔U型底深孔板、3盒0.2mL96孔全裙边PCR板、1包2ml冻存管（PCR级）	提供制造商授权	1							

N075	N075-02	0.5mL冻存管（PCR级）	100个/包	包	620.00	国产	1. 适用于自动化设备 MGISP-100 平台； 2. 螺旋盖微型管，可高压灭菌，密封性符合 ADR & IATA 标准； 3. 稳定的底边设计，即使没有底座，也能稳固立在实验室工作台上； 4. 特殊滚花设计，卡入专用底座后，可实现单手拧紧； 5. 标签颜色：白色，方便标记； 6. 管身材质及颜色：聚丙烯，透明无色；； 7. 螺旋盖材质及颜色：聚丙烯，自然色； 8. O 型密封圈材质：异丙二烯橡胶； 9. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌； 10. 规格：100 个/包。	提供制造商授权	1								
N075	N075-03	2ml冻存管（PCR级）	100个/包	包	490.00	国产	1. 适用于自动化设备 MGISP-100 平台； 2. 螺旋盖微型管，可高压灭菌，密封性符合 ADR & IATA 标准； 3. 稳定的底边设计，即使没有底座，也能稳固立在实验室工作台上； 4. 特殊滚花设计，卡入专用底座后，可实现单手拧紧； 5. 标签颜色：白色，方便标记； 6. 管身材质及颜色：聚丙烯，透明无色；； 7. 螺旋盖材质及颜色：聚丙烯，自然色； 8. O 型密封圈材质：异丙二烯橡胶； 9. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌； 10. 规格：100 个/包。	提供制造商授权	1								
N075	N075-04	可掰开PCR八连管及管盖	10块/盒；盖：120条/盒	盒	980.00	国产	1. 适用于自动化设备 MGISP-100； 2. 八连管为标准 96 孔设计，可竖向折断成单条八连管。 3. 孔壁为均匀薄壁，可提供最大程度的均一性导热。 4. 双材质的设计，坚固的板面更适用于热封膜。 5. 可与八连管盖配套使用。 6. 材质（管/盖）及颜色：管孔：聚丙烯，透明；管框架：聚碳酸酯，蓝色；盖：聚丙烯，透明 7. 标准工作容积（管）：≤200 μL 8. 最大总容量（管）：300 μL 9. 洁净度（管/盖）：无 DNA，无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌。	提供制造商授权	1								
N075	N075-05	250μL带滤芯自动化吸头	96个/盒，10盒/包	盒	482.00	国产	1. 适用于自动化设备 MGISP-100 和 MGISP-960 平台； 2. 带滤芯的吸头可防止样品液体不小心流入移液管道 同时减少实验过程中存在交叉污染的可 能性。 3. 工作容积：≤180μL 4. 吸头材质及颜色：聚丙烯，透明无色 5. 滤芯材质及颜色：聚乙烯，白色 6. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌	提供制造商授权	1								
N075	N075-06	1.3ml96孔圆形孔U型底深孔板	2块/包	包	62.00	国产	1. 适配自动化设备 MGISP-100，MGISP-960，MGISTP-3000，MGISTP-7000 2. 字母-数字坐标标识易于确定孔位，产品平整度高，外形尺寸一致性好，确保封膜不漏液，且 有利于自动化仪器机械臂抓拿。 3. 标准化：符合 SBS 标准 4. 材质及颜色：采用 USP Class VI 和通过 FDA 认证的医疗级聚丙烯原料，透明无色 5. 总容量：1.3mL 6. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌	提供制造商授权	1								
N075	N075-07	0.2mL96孔全裙边PCR板	10 块/盒	盒	280.00	国产	1. 适配自动化设备 MGISP-100，MGISP-960，MGISTP-3000，MGISTP-7000 2. 字母-数字坐标标识易于确定孔位，产品平整度高，外形尺寸一致性好，确保封膜不漏液，且 有利于自动化仪器机械臂抓拿。 3. 标准化：符合 SBS 标准 4. 材质及颜色：采用 USP Class VI 和通过 FDA 认证的医疗级聚丙烯原料，透明无色 5. 总容量：1.3mL 6. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌	提供制造商授权	1								

N075	N075-08	V2L密封垫（灭菌）	个	个	63.80	国产	1. 适配自动化设备 MGISP-100，MGISP-960，MGISTP-3000，MGISTP-7000 2. 字母-数字坐标标识易于确定孔位，产品平整度高，外形尺寸一致性好，确保封膜不漏液，且 有利于自动化仪器机械臂抓拿。 3. 标准化：符合 SBS 标准 4. 材质及颜色：采用 USP Class VI 和通过 FDA 认证的医疗级聚丙烯原料，透明无色 5. 总容量：1.3mL 6. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌	提供制造商授权	1								
N075	N075-09	2.2mL 96孔方形孔V形底深孔板	6块/包，10 包/箱	箱	1980.00	国产	1. 适配自动化设备 MGISP-100，MGISP-960，MGISTP-3000，MGISTP-7000 2. 字母-数字坐标标识易于确定孔位，产品平整度高，外形尺寸一致性好，确保封膜不漏液，且 有利于自动化仪器机械臂抓拿。 3. 标准化：符合 SBS 标准 4. 材质及颜色：采用 USP Class VI 和通过 FDA 认证的医疗级聚丙烯原料，透明无色 5. 总容量：1.3mL 6. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌	提供制造商授权	1								
N075	N075-10	1000μl黑色导电吸头	96*5/条，8条/箱	箱	5500.00	国产	1. 适配自动化设备 MGISP-100，MGISP-960，MGISTP-3000，MGISTP-7000 2. 字母-数字坐标标识易于确定孔位，产品平整度高，外形尺寸一致性好，确保封膜不漏液，且 有利于自动化仪器机械臂抓拿。 3. 标准化：符合 SBS 标准 4. 材质及颜色：采用 USP Class VI 和通过 FDA 认证的医疗级聚丙烯原料，透明无色 5. 总容量：1.3mL 6. 洁净度：无 DNA 酶，RNA 酶和蛋白酶，无热原，无菌	提供制造商授权	1								
N076	N076-01	薄壁0.2ML8联pcr高管+光学平管	6管体+6盖子/包，100条/盒	盒	380.00	国产	高性价比,可完美替代进口PCR耗材. 可靠的密封性效果,低蒸发,管盖易开合. 薄壁,良好的热传递效率. 管壁均匀光滑,传热精确,低吸附	不需要提供制造商授权	1							
N076	N076-02	镜片无尘纸	280张/盒,60盒/箱	盒	15.00	国产	实验室无尘室镜头擦拭纸	不需要提供制造商授权	1							
N076	N076-03	BS-02-CFC 2ML程序降温盒	BS-02-CFC，1个/盒	盒	**300.00**	**国产**	程序降温盒不需要添加任何醇类液体，可在-80℃的冰箱条件下，为细胞提供-1℃每分的降温速率，满足多数细胞冻存的优条件。该程序降温盒采用高级聚乙烯泡沫材料制成，内含合金内芯，对冻存环境没有影响，不会影响周围其他冻存样品。细胞冻存效果一致且实验重复性好。 特点:- 使用方便、- 无需醇类液体进行冷冻、- 后续使用成本较低	提供制造商授权	1								
N076	N076-04	实验用96孔黑色不透明的平底检测板	25个/包	个	75.00	进口	验用 96 孔黑色不透明平底检测板为科研专用聚苯乙烯 (PS)材质，符合 USP VI 级生物相容性标准，通体黑色不透明设计可高效吸收杂光、降低荧光检测背景与孔间交叉干扰 (crosstalk)，适配荧光 / 化学发光检测及光敏实验。单孔标称容积约350μL、推荐工作容积75-250μL，板体为标准 8×12 孔格式，带清晰数字字母定位标识与板盖防蒸发凝聚环。表面可选 TC 细胞贴壁处理、MaxiSorp 高结合力、Medium Binding 中等结合力等多种处理方式，适配细胞培养、ELISA、受体结合等不同应用。产品经无菌 / 无酶 (RNase/DNase) 处理，无热原与内毒素，耐温范围 - 80℃至 60℃，适配主流酶标仪与洗板机，可堆叠存放，为一次性使用耗材	提供制造商授权	1								
N076	N076-05	1.5mL黑色不透明离心管	500个/包	个	1.50	进口	科研实验专用聚丙烯（PP）材质，标称容量 1.5mL、实际最大装液量约 1.7mL，通体黑色不透明可有效避光，适配荧光检测、光敏试剂保存等避光实验场景，耐离心性能优异，最大耐受相对离心力 16000-20000×g，螺旋盖搭配防漏垫圈密封性佳，可防止液体挥发与渗漏，产品经无菌处理，无 RNase/DNase、无蛋白酶、无热原与内毒素，耐温范围 - 80℃至 121℃可高压灭菌，耐常见有机溶剂且无溶出物，管身带清晰刻度与磨砂书写区，适配常规微量离心机，可	提供制造商授权	1								

N077	N077-01	麻疹病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16反应/盒	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于麻疹病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集麻疹病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对麻疹病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖麻疹病毒的基因组序列，可用于麻疹病毒的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集麻疹病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 10.试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂。	提供制造商授权	1							
N077	N077-02	风疹病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16反应/盒	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于风疹病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集风疹病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对风疹病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖风疹病毒的基因组序列，可用于风疹病毒的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集风疹病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 10.试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂。	提供制造商授权	1							
N077	N077-03	腮腺炎病毒全基因组建库捕获试剂盒	16反应/盒	盒	20000.00	国产	1.试剂盒适用于腮腺炎病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集风疹病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对风疹病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖风疹病毒的基因组序列，可用于腮腺炎病毒的全基因组捕获测序。 5.探针长度为100bp，可有效结合富集风疹病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：16反应/盒 10.试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂。	提供制造商授权	1							

N077	N077-04	三种麻疹病毒分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（麻疹病毒B3型/D8型/H1型）	25人份/盒	盒	1500.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：25、50T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：反应体系为小于或等于50μL。 6.试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×10 3 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×1010 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N078	N078-01	乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）	48人份/盒	人份	100.00	国产	1.技术平台与适用仪器：基于荧光定量PCR技术，可在ABI Prism 7300，ABI Prism 7500，LightCycler480等含FAM、VIC双荧光通道PCR仪使用。2.样本类型：血清或血浆。3.核酸纯化方式：磁珠法自动化仪器提取。4.样本处理体积：≥200ul，最大600ul。5.核酸加样体积：≥40uL。6.检测靶标：S区和C区双基因靶标扩增，提高突变株检出率及亚型覆盖。7.质量控制要求：内标、阴阳性质控、UNG酶及热启动Taq酶系统。8.用途：定量检测人血清或血浆样品中乙型肝炎病毒 DNA 的含量。9.最低检出限:10 IU/mL。10.定量线性范	提供制造商授权	2							
N078	N078-02	丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)	48人份/盒	人份	100.00	国产	1.技术平台与适用仪器：基于荧光定量PCR技术，可在ABI Prism 7300，ABI Prism 7500，LightCycler480等含FAM、VIC双荧光通道PCR仪使用。2.样本类型：血清或血浆。3.核酸纯化方式：磁珠法自动化仪器提取。4.样本处理体积：≥200ul，最大600ul。5.核酸加样体积：≥40uL。6.质量控制要求：内标、阴阳性质控及热启动Taq酶系统7.用途：体外定量检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒RNA。8.最低检出限:20 IU/mL。9.定量线性范围：50～1E8 IU/mL	提供制造商授权	2							

N079	N079-01	艾滋病病毒全基因组捕获试剂盒	BK-HIVN024	24人反应/盒	23000.00	国产	1.适用性：艾滋病病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，进行准种分析以及追踪病毒变异情况; 2.规格：24反应/盒; 3.试剂形式：整合式试剂，包含艾滋病病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂; 4.覆盖HIV-1所有不同亚型艾滋病病毒毒株; 5.适用于从血液、体液中提取的核酸样本，进行艾滋病病毒核酸反转录与核心耐药基因靶向富集 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证; 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证; 12.制造商具备ISO14001认证 13.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 14.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 15.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	提供制造商授权	1							
N079	N079-02	丙肝病毒全基因组捕获试剂盒	BK-HCV024	24人反应/盒	19500.00	国产	1.适用性：丙肝病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，进行准种分析以及追踪病毒变异情况; 2.规格：24反应/盒; 3.试剂形式：整合式试剂，包含丙肝病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂; 4.适用于从血液、分离培养物中提取的核酸; 5.适用于丙型肝炎病毒1型、2型、3型及6型的全基因组扩增 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证; 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证; 12.制造商具备ISO14001认证 13.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个和96个不同的illumina index，用于混样建库，Index使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 14.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 15.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	提供制造商授权	1							

N079	N079-03	猴痘病毒全基因组捕获试剂盒	BK-MXPV024	反应	820.00	国产	1.适用性：猴痘病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒；； 3.试剂形式：整合式试剂，包含猴痘病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.自带nanopore 测序平台24个无扩增条形码； 5.覆盖猴痘病毒所有不同亚型，可用于检测准种； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.提供同品牌生信分析软件，可实现引物去除，精确获得猴痘分	提供制造商授权	1								
N080	N080-01	猴痘病毒数字PCR引物探针	48人份/盒	人份	42.00	国产	1.可以用于数字PCR检测 猴痘病毒；2.可以适配，QIAcuity one 5plex数字PCR仪	提供制造商授权	1							
N080	N080-02	丙肝病毒数字PCR引物探针	48人份/盒	人份	42.00	国产	1.可以用于数字PCR检测 丙肝病毒；2.可以适配，QIAcuity one 5plex数字PCR仪	提供制造商授权	1							
N080	N080-03	乙肝病毒数字PCR引物探针	48人份/盒	人份	43.00	国产	1.可以用于数字PCR检测 乙肝病毒；2.可以适配，QIAcuity one 5plex数字PCR仪	提供制造商授权	1							
N080	N080-04	艾滋1型病毒数字PCR引物探针	48人份/盒	人份	42.00	国产	1.可以用于数字PCR检测 HIV病毒；2.可以适配，QIAcuity one 5plex数字PCR仪	提供制造商授权	1							
N081	N081-01	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装(FCL SE100)	110 循环/盒	套	13860	国产	1.适配华大智造MGI平台测序，试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分	提供制造商授权	1							
N081	N081-02	MGIEasy 双端独立标签通用文库制备试剂套装	16 RXN	套	4362.60	国产	2、试剂盒组分：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.2、MGIEasy PF Adapters-16、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒；	提供制造商授权	1							
N081	N081-03	MGIEasy 通用 DNA 文库制备试剂套装	16 RXN	套	4125.00	国产	3、储存温度：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.2：2 ℃ ~ 30 ℃、MGIEasy PF Adapters-16：-25 ℃ ~ -15 ℃、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒：2 ℃ ~ 8 ℃	提供制造商授权	1							
N081	N081-04	ATOPlex RNA多重PCR建库试剂盒套装V3.1	16 RXN	套	6687.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	提供制造商授权	1							
N081	N081-05	MGIEasy 呼吸道微生物基因组建库试剂盒套装	16RXN	套	9600.00	国产	1、试剂用途：适用于甲/乙流感阳性的RNA样本扩增病毒全基因组的8个片段，包括甲型HA（1-16）、NA（1-9）亚型流感和乙型Victoria与Yamagata流感，进行快速、准确、全面的高通量测序，从而为流感样本的全基因组扩增、分型、组装、溯源等应用等提供重要参考； 2、样本类型：适用于 Ct 值≤32 的甲型或乙型流感样本，上靶率 On target rate 高达 99%，8 个片段全覆盖，覆盖度高达 99%； 3、试剂组分：MGIEasy 呼吸道微生物基因组扩增试剂盒、MGIEasy Fast PCR-Free酶切文库制备试剂盒；	提供制造商授权	1							
N081	N081-06	MGIEasy 呼吸道微生物基因组扩增试剂盒	16 RXN	盒	9900.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	提供制造商授权	1							
N081	N081-07	MGIEasy 双barcode环化试剂盒V1.0	16 RXN	盒	2200.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	提供制造商授权	1							
N081	N081-08	200ul阔口袋装吸头	BI-200K	包	120.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	提供制造商授权	1							
N081	N081-09	Qubit RNA Assay Kit	100 assays	盒	1100.00	进口	使用 Qubit RNA HS、BR 和 XR 测定试剂盒可以实现精准的 RNA 定量。这些 RNA 定量试剂盒可快速、选择性地检测低丰度和高丰度 RNA 样品，并将 RNA 与 DNA、蛋白以及游离核苷酸区分开来。对盐、溶剂或去污剂等污染物具有良好的耐受性	提供制造商授权	1							
N081	N081-10	1.5 mL 不粘管	250 tubes	包	1357.00	进口	微量离心管具有不粘、低结合表面，保证不含 RNase 和 DNase。它们具有正压密封设计，可耐受 -90° 至 +120° C 的温度并且标有方便的刻度。	可不提供制造商授权	1							

N081	N081-11	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装 FCS PE150	310 循环/盒	套	12650	国产	1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支	提供制造商授权	1							
N081	N081-12	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装 FCS PE100	210 循环/盒	套	10780.00	国产	1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支	提供制造商授权	1							
N081	N081-13	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装 FCS SE100	110 循环/盒	套	9020.00	国产	1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支	提供制造商授权	1							
N081	N081-14	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装 FCL PE100	210 循环/套	套	21010.00	国产	1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支	提供制造商授权	1							
N081	N081-15	MGISEQ-2000RS 高通量快速测序试剂套装 FCL PE150	310 循环/套	套	28160.00	国产	1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支	提供制造商授权	1							
N081	N081-16	MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装 V2.0	16 反应/盒	套	4985.00	国产	1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支	提供制造商授权	1							
N081	N081-17	MGIEasy Fast酶切文库制备试剂套装A V2.0	96 反应/盒	套	18150.00	国产	1.试剂用途：产品用于测定DNA或RNA文库序列的通用试剂盒，与基因测序仪(MGISEQ-2000RS)配合使用，完成高通量测序并获取样本序列信息； 2.测序试剂盒组分：配备测序载片、TE 缓冲液、DNB 制备缓冲液、DNB 加载缓冲液、DNA 聚合酶混合液、测序试剂槽等高通量测序所需组分； 3.试剂盒规格：测序读长丰富，SE/PE，测序芯片FCS/FCL，还可支	提供制造商授权	1							
N081	N081-18	MGIEasy Fast PCR-FREE酶切文库制备试剂套装 V2.0	16 反应/盒	套	3900.00	国产	1、试剂用途：可快速将1 ng-200 ng基因组DNA制备成MGI高通量测序平台专用的文库； 2、适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组DNA； 3、试剂盒组分：MGIEasy Fast酶切DNA文库制备模块；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒；MGIEasy 双端独立标签引物接头试剂。 4、储存温度：-25° C~-15° C，干冰运输，TE Buffer需2 ° C ~ 8 ° C保存；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒储存温度：2 ° C ~ 8 ° C，	提供制造商授权	1							

N081	N081-19	MGIEasy Fast PCR-FREE酶切文库制备试剂套装 V2.0	96 反应/盒	套	17050.00	国产	1、试剂用途：可快速将1 ng-200 ng基因组DNA制备成MGI高通量测序平台专用的文库； 2、适用于从唾液、口腔拭子、痰液等样品中提取的微生物基因组DNA； 3、试剂盒组分：MGIEasy Fast酶切DNA文库制备模块；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒；MGIEasy 双端独立标签引物接头试剂。 4、储存温度：-25° C~-15° C，干冰运输，TE Buffer需2 ° C ~ 8 ° C保存；MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒储存温度：2 ° C ~ 8 ° C，	提供制造商授权	1								
N081	N081-20	MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂套装	16 反应/盒	套	4180.00	国产	1、试剂用途：适用于动物、植物、真菌、细菌等物种，例如小鼠、人（血液、唾液）、水稻以及长片段扩增子等类型样本； 2、试剂盒组分：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.1、MGIEasy PF Adapters-16、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒； 3、储存温度：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.1：2 ℃ ~ 30 ℃、MGIEasy PF Adapters-16：-25 ℃ ~ -15 ℃、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒：2 ℃ ~ 8 ℃	提供制造商授权	1								
N081	N081-21	MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂套装	96 反应/盒	套	19250.00	国产	1、试剂用途：适用于动物、植物、真菌、细菌等物种，例如小鼠、人（血液、唾液）、水稻以及长片段扩增子等类型样本； 2、试剂盒组分：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.1、MGIEasy PF Adapters-16、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒； 3、储存温度：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.1：2 ℃ ~ 30 ℃、MGIEasy PF Adapters-16：-25 ℃ ~ -15 ℃、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒：2 ℃ ~ 8 ℃	提供制造商授权	1								
N081	N081-22	MGIEasy 酶切 PCR-Free DNA文库制备试剂套装	48 反应/盒	套	7260.00	国产	1、试剂用途：适用于常见的动物、植物、真菌、细菌等物种，例如小鼠、人（血液、唾液）、水稻、光滑念珠菌、大肠杆菌等。 2、试剂盒组分：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.2、MGIEasy PF Adapters-16、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒； 3、储存温度：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.2：2 ℃ ~ 30 ℃、MGIEasy PF Adapters-16：-25 ℃ ~ -15 ℃、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒：2 ℃ ~ 8 ℃	提供制造商授权	1								
N081	N081-23	MGIEasy 酶切 PCR-Free DNA文库制备试剂套装	96 反应/盒	套	13200.00	国产	1、试剂用途：适用于常见的动物、植物、真菌、细菌等物种，例如小鼠、人（血液、唾液）、水稻、光滑念珠菌、大肠杆菌等。 2、试剂盒组分：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.2、MGIEasy PF Adapters-16、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒； 3、储存温度：MGIEasy PCR-Free DNA文库制备试剂盒 V1.2：2 ℃ ~ 30 ℃、MGIEasy PF Adapters-16：-25 ℃ ~ -15 ℃、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒：2 ℃ ~ 8 ℃	提供制造商授权	1								
N081	N081-24	MGIEasy Fast RNA文库制备试剂套装	16 反应/盒	套	6380.00	国产	1、试剂用途：适用于常见的动物、植物、真菌、细菌等物种，例如人（血液、唾液、新鲜组织）、鼠、水稻、大肠杆菌等。 2、试剂盒组分：MGIEasy Fast RNA文库制备试剂盒、MGIEasy 双端独立标签引物接头试剂盒、MGIEasy DNA纯化磁珠试剂盒； 3、储存温度：MGIEasy Fast RNA文库制备试剂盒、MGIEasy 双端独立标签引物接头试剂盒：-25 ℃ ~ -15 ℃；MGIEasy DNA纯化磁	提供制造商授权	1								
N081	N081-25	MGIEasy rRNA去除试剂盒 V1.3	16 反应	盒	3080.00	国产	1、可用于 10 ng-1 μg人、小鼠及大鼠 total RNA 中的 rRNA 去除，可兼容完整的和部分降解的 total RNA 样品（例如 FFPE RNA），操作简单，可适用于 RNA 定量、转录组或非编码 RNA 等相关领域的研究； 2、所需样本量：10 ng - 1 μg total RNA； 3、去除的rRNA种类：包括细胞质5S rRNA、5.8S rRNA、18S rRNA、28S rRNA、45S rRNA，线粒体12S rRNA、16S rRNA；	提供制造商授权	1								
N081	N081-26	MGIEasy rRNA去除试剂盒 V1.3	96 反应	盒	16280.00	国产	1、可用于 10 ng-1 μg人、小鼠及大鼠 total RNA 中的 rRNA 去除，可兼容完整的和部分降解的 total RNA 样品（例如 FFPE RNA），操作简单，可适用于 RNA 定量、转录组或非编码 RNA 等相关领域的研究； 2、所需样本量：10 ng - 1 μg total RNA； 3、去除的rRNA种类：包括细胞质5S rRNA、5.8S rRNA、18S rRNA、28S rRNA、45S rRNA，线粒体12S rRNA、16S rRNA；	提供制造商授权	1								

N081	N081-27	MGIEasy Small RNA文库制备试剂	24 反应	盒	18370.00	国产	1、可用于 10 ng-1 μg人、小鼠及大鼠 total RNA 中的 rRNA 去除，可兼容完整的和部分降解的 total RNA 样品（例如 FFPE RNA），操作简单，可适用于 RNA 定量、转录组或非编码 RNA 等相关领域的研究； 2、所需样本量：10 ng - 1 μg total RNA； 3、去除的rRNA种类：包括细胞质5S rRNA、5.8S rRNA、18S rRNA、28S rRNA、45S rRNA，线粒体12S rRNA、16S rRNA；	提供制造商授权	1							
N081	N081-28	DNBSEQ一步法 DNB制备试剂盒V4.0	4 反应/盒	盒	1000.00	国产	、试剂盒规格：4 RXN； 2、试剂盒组分：一步法DNB 制备试剂盒等所需组分 3、高灵敏度，适合痕量样本检测体系； 4、运输温度条件：试剂组分储存温度要求2 ° C ~ 8 ° C需用冰袋运输、储存温度要求-25 ° C ~ -15 ° C需用干冰运输，保证试剂盒内组分的完整活性；	提供制造商授权	1							
N081	N081-29	CPAS 条形码引物 3 试剂盒	盒	盒	400.00	国产	1、试剂用途：用于测序实验中拆分barcode ； 2、测序试剂盒组分：CPAS 3 条形码引物（配合PE测序）； 3.试剂盒规格：1支/盒； 4.运输温度条件：试剂组分储存温度要求2 ° C ~ 8 ° C，需用冰袋运输；储存温度要求-25 ° C ~ -15 ° C，需用干冰运输，保证试剂	提供制造商授权	1							
N081	N081-30	CPAS 条形码引物 4 试剂盒	盒	盒	400.00	国产	1、试剂用途：用于测序实验中拆分barcode ； 2、测序试剂盒组分：CPAS 4 条形码引物（配合SE测序）； 3.试剂盒规格：1支/盒； 4.运输温度条件：试剂组分储存温度要求2 ° C ~ 8 ° C，需用冰袋运输；储存温度要求-25 ° C ~ -15 ° C，需用干冰运输，保证试剂	提供制造商授权	1							
N081	N081-31	ATOPlex MPXV建库试剂盒套装	16 RXN	盒	15422.00	国产	适配华大智造MGI测序平台以及自动化建库仪	提供制造商授权	1							
N082	N082-01	鼻病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-02	呼吸道合胞病毒(A/B)核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-03	呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-04	人博卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-05	副流感病毒1型通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-06	副流感病毒2型通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-07	副流感病毒3型通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-08	副流感病毒4型通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-09	人冠状病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-10	人冠状病毒HCoV-229E核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-11	人冠状病毒HCoV-HKU1核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-12	人冠状病毒HCoV-NL63核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-13	人冠状病毒HCoV-OC43核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-14	丙型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-15	甲型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-16	乙型流感病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-17	甲型/乙型/丙型流感病毒三重核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	70.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N082	N082-18	人偏肺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-19	呼吸道15种病原体多重核酸检测试剂盒	25反应/盒	反应	320.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测工艺：可根据需要提供3种不同工艺形式，包含可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺、除酶以外1管预混液体系工艺、1管全混体系工艺。 4.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min。 5.检测技术：可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证） 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。针对呼吸道多病原投标供应商可提供同品牌≥15种非冻干形实时荧光PCR核酸检测所需病原体的参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。(需提供三类医疗器械注册证为证) 8.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案	提供制造商授权	3							

N082	N082-20	呼吸道21种病原体多重核酸检测试剂盒	25反应/盒	反应	460.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测工艺：可根据需要提供3种不同工艺形式，包含可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺、除酶以外1管预混液体系工艺、1管全混体系工艺。 4.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min。 5.检测技术：可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证） 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。针对呼吸道多病原投标供应商可提供同品牌≥15种非冻干形实时荧光PCR核酸检测所需病原体的参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。(需提供三类医疗器械注册证为证) 8.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案	提供制造商授权	3							
N082	N082-21	呼吸道26种病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	500.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测工艺：可根据需要提供3种不同工艺形式，包含可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺、除酶以外1管预混液体系工艺、1管全混体系工艺。 4.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min。 5.检测技术：可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证） 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。针对呼吸道多病原投标供应商可提供同品牌≥15种非冻干形实时荧光PCR核酸检测所需病原体的参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。(需提供三类医疗器械注册证为证) 8.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案	提供制造商授权	3							

N082	N082-22	呼吸道31种病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	600.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测工艺：可根据需要提供3种不同工艺形式，包含可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺、除酶以外1管预混液体系工艺、1管全混体系工艺。 4.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min。 5.检测技术：可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证） 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。针对呼吸道多病原投标供应商可提供同品牌≥15种非冻干形实时荧光PCR核酸检测所需病原体的参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。(需提供三类医疗器械注册证为证) 8.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案	提供制造商授权	3							
N082	N082-23	呼吸道28种病原体多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	520.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测工艺：可根据需要提供3种不同工艺形式，包含可拆卸的96孔板（0.1ml或0.2ml）全混预分装工艺、除酶以外1管预混液体系工艺、1管全混体系工艺。 4.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min。 5.检测技术：可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，一次性完成12种基因型的定性检测。（提供说明书为证） 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.生产厂家核酸实时荧光PCR检测试剂类至少取得10个及以上的国家食药监颁发的三类医疗器械注册证。针对呼吸道多病原投标供应商可提供同品牌≥15种非冻干形实时荧光PCR核酸检测所需病原体的参比试剂，参比试剂需经国家药品监督管理局审批获证，以便后续开展方法的性能验证。(需提供三类医疗器械注册证为证) 8.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案	提供制造商授权	3							

N082	N082-24	肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高	提供制造商授权	3							
N082	N082-25	肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高	提供制造商授权	3							
N082	N082-26	肺炎支/衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高	提供制造商授权	3							

N082	N082-27	人副流感病毒 PIV1/PIV2/PIV3/PIV4 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	25反应/盒	反应	90.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N082	N082-28	冠状病毒 NL63/229E/OC43/HKU1 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	25反应/盒	反应	90.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N083	N083-01	MinION 测序芯片R10.4	FLO-MIN114	盒	10973.00	进口	1. 规格：1张/盒 2. 与纳米孔三代测序仪 GridION MK1 配套，用于上机测序，产生测序数据； 3. 每张芯片数据产出15 ~ 30Gb； 4. 测序速度：DNA不低于400bp/s，RNA不低于100bp/s； 5. 测序读长：最长读长可达4M bp； 6. 测序时间：10分钟-72小时按需可控； 7. 芯片内置专属传感器阵列、专用集成电路（ASIC）和R10纳米孔；	提供制造商授权	1							
N083	N083-02	连接测序试剂盒单样本	SQK-LSK114	盒	9000.00	进口	适用于三代测序Gridion mk1测序仪，6反应/盒	提供制造商授权	1							
N083	N083-03	连接测序试剂盒多样本	SQK-NBD114.24	盒	12000.00	进口	5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。	提供制造商授权	1							

N083	N083-04	测序芯片清洗试剂盒	EXP-WSH004	盒	1571.00	进口	6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明）	提供制造商授权	1							
N083	N083-05	快速条码试剂盒	SQK-RBK114.24	盒	10500.00	进口	7.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案	提供制造商授权	1							
N083	N083-06	测序芯片制备试剂盒	EXP-FLP004	盒	780.00	进口	适用于三代测序Gridion mk1测序仪，6反应/盒	提供制造商授权	1							
N083	N083-07	ONT 单样本第三方辅助建库试剂盒	BK-AUXS008	盒	11000.00	国产	适用于三代测序Gridion mk1测序仪.8反应/盒，ONT 测序平台连接法测序单样本文库制备，包括gDNA以及gDNA/cDNA 扩增产物的单样本建库测序流程	提供制造商授权	1							
N083	N083-08	ONT 多样本第三方辅助建库试剂盒	BK-AUX024	盒	18000.00	国产	适用于三代测序Gridion mk1测序仪.24反应/盒，用于连接法测序多样本建库，结合无扩增条码可进行gDNA以及gDNA/cDNA 扩增产物的多样本建库测序。	提供制造商授权	1							
N083	N083-09	磁珠 Agencourt AMPure XP beads	A63880	盒	4000.00	进口	纯化，酶促反应之后使用	提供制造商授权	1							
N083	N083-10	Qubit™ 1X dsDNA HS Assay Kit	100assay	盒	1291.64	进口	定量试剂盒体验简单、精准的 dsDNA 定量。1X 配方提供了即用型工作溶液，可在 Qubit 荧光计上实现简单的 dsDNA 样品定量。对 dsDNA 具有高度选择性。耐受污染物，如盐、溶剂或去污剂。	提供制造商授权	1							
N083	N083-11	Qubit™ 1X ssDNA HS Assay Kit	100assay	盒	1291.64	进口	专门设计用于与 Qubit 荧光计配合使用，但也可与任何荧光计或荧光板读数仪配合使用。Qubit ssDNA 试剂盒适用于对单链 DNA 或寡核苷酸进行定量测定。但这种方法对单链 DNA 不具有特异性。该测定试剂盒还可检测双链 DNA 和 RNA，但无法检测污染性蛋白或核苷酸。该测定试剂盒设计用于准确测定 50 pg/µL 至 200 ng/µL 范围内的初始样品浓度，可检测范围为 1 - 200 ng。	提供制造商授权	1							
N083	N083-12	Qubit Assay Tubes	Q32856	个	2.25	进口	Qubit 检测管为 500 µL 薄壁聚丙烯管，与 Qubit 荧光计配合使用。每包 500 个管。适用于Qubit 荧光定量仪	提供制造商授权	1							
N083	N083-13	连接法测序多样本DNA建库辅助试剂盒	BK-AUX024	24反应	12000.00	国产	1.本试剂盒适用于ONT测序平台连接法测序多样本文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物； 2.提供末端修复、barcode连接、adaptor连接和芯片上样功能模块； 3.提供dsDNA片段长度质量与摩尔量对照参考表，可快速准确确定DNA文库建库起始量及测序上样量； 4.提供6次多样本建库反应，样本总数不超过24份； 5.支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建； 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质。（需提供证书证明）	提供制造商授权	1							
N083	N083-14	免扩增条形码试剂盒-24 V14	6个反应/盒	盒	12800.00	进口	1. 与纳米孔三代测序仪GridION 配套，用于测序前连接法文库构建； 2. 建库原理：连接法建库，使用聚合酶，将接头连接到基因组DNA上，从而实现文库构建； 3. 建库时间：2小时左右； 4. 应用范围：全基因组测序、靶向测序、宏基因组测序等。样本类型包括微生物基因组、人类基因组、动植物基因组； 5. 每个试剂盒可至少适配6次反应，至多可供144个样本使用； 6. 自带不少于24个标签，每轮建库，可至多构建24反应样本”	提供制造商授权	1							
N083	N083-15	快速条形码测序试剂盒-24 V14	6个反应/盒	盒	11800.00	进口	1. 与纳米孔三代测序仪配套，用于测序前快速法文库构建； 2. 建库原理：快速法建库，可同时切割模板分子并将条形码标签贴附到切割末端，无需进行打断及连接酶连接接头； 3. 建库时间：60分钟以内； 4. 应用范围：全基因组测序、靶向测序、宏基因组测序等。样本类型包括微生物基因组、人类基因组、动植物基因组； 5. 每个试剂盒可适配不少于6次反应，至多可供144个样本使用； 6. 自带不少于24个条形码标签，每轮建库，可至多构建24反应样本	提供制造商授权	1							

N083	N083-16	免扩增条形码辅助扩展包 V14	12个反应/盒	盒	5300.00	进口	1. 规格：12个反应/盒 2. 与纳米孔三代测序仪 GridION 配套，用于免扩增条形码建库的试剂补充； 3. 提供免扩增测序接头； 4. 可用于接头连接后样本的纯化； 5. 具有长片段文库筛选功能； 6. 每个试剂盒可至少适配12次反应"	提供制造商授权	1							
N083	N083-17	测序辅助扩展包 V14	12个反应/盒	盒	1800.00	进口	1. 规格：12个反应/盒 2. 与纳米孔三代测序仪 GridION 配套，用于上机测序的试剂补充； 3. 可用于测序芯片的预处理； 4. 可用于在测序过程中为芯片补充能量； 5. 可用于上机前文库的预处理 6. 每个试剂盒可至少适配12次反应"	提供制造商授权	1							
N084	N084-01	qScript XLT One-Step RT-qPCR ToughMix - 100 R	100 x 20 µL rxns (1 x 1 mL)/支	支	1450.00	进口	1.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 2.高灵敏，高特异的稳定性 3.简便快速，1小时内可以获得检测结果 4.组分很少，反应组装方便 5.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的时间运送到相应的地点；	提供制造商授权	1							
N085	N085-01	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂	96人份/盒	人份	2.50	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。所有甲肝血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1							
N085	N085-02	甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂	96人份/盒	人份	2.50	国产	有注册证 以企业参考品做标准要求： 1.阴性参考品符合率100%。 2.阳性参考品符合率100%。 3.最低检出限≥3/5。 4.精密性：批内变异系数≤15%。所有甲肝血清学检测试剂必须为同一品牌	提供制造商授权	1							
N085	N085-02	VenorGeM OneStep 一步法支原体检测试剂盒	25人份	人份	180.00	进口	OneStep采用常规PCR方法，并包含PCR需要的所有试剂。其中物和dNTP、DNA聚合酶、内控对照都包含在PCR预混液(Mix)干粉中。特点：广谱(包含常规26种支原体)、灵敏度高、特异性好、操作简单便捷(整个操作不到2小时)	提供制造商授权	1							
N086	N086-01	人类免疫缺陷病毒I型（HIV-1）核酸测定试剂盒（实时荧光PCR法）Xpert® HIV-1 Viral Load XC	10人份/盒	人份	395.00	进口	1.仪器适配性：适用于全自动医用PCR检测系统，提取、扩增、分析在同一仪器内完成，实现样本进、结果出，提取、扩增及定量分析均无需人工转移或干预。 2.检测靶标为LTR和POL。检测方法学：荧光PCR。 3.适用标本：血浆。 4.样本量：检测所需样本量需满足≤1ml。 5.上机检测时间：一个样本从提取、扩增、分析到得出HIV定量检测结果的最短时间≤2.5小时。 ▲6.检测灵敏度：18.3copies/ml(基于WHO标准品)，15.3copies/ml(基于VQA标准品)。 ▲7.定量范围：线性动力学范围：40-1.0×107 copies/ml。 8.检测亚型：可覆盖HIV-1 M组、N组、O组。 9.定量方式：采用内部定量标准品，参与提取、扩增全流程，避免假阴性，并对抑制进行补偿，精确定量，结果可溯源，无需绘制外部标准曲线。(以试剂说明书为准) 。 ▲10.产品储存条件：试剂盒可常温保存，保存温度为：2-28℃。 11.试剂有效期：≥18个月(参见试剂说明书中的有效期) 。 ▲12.试剂准备及开封后稳定性：配套HIV提取及扩增试剂均无需人工配制，可即开即用 。 13.质量控制：每一份试剂盒中包含：内部定量标准品(IQS-H.IQS-L)；样本量控制对照 (SVA)；探针检查对照(PCC)。 ▲14.防污染措施：每一份样本的提取和扩增都在一个试剂盒内完	提供制造商授权	1							

N086	N086-02	人类免疫缺陷病毒I型（HIV-1）总核酸检测试剂盒（实时荧光PCR 法）Xpert® HIV-1 Qual XC	10人份/盒	人份	480.00	进口	1、SFDA注册号 国械注进20253400428 2、规格：10人份/盒 3、包装内含：HIV-1 Qual XC试剂盒检测匣，包含集成的反应管 4、▲保存条件：2-28° C，试剂盒可常温保存 5、有效期：18月 6、▲检测标本：干血斑（DBS）、毛细血管全血和静脉全血 7、▲上机检测时间：全血样本：79 分钟，干血斑：91 分钟 8、▲最低检测下限：全血200 copies/mL，DBS 900copies/mL 9、扩增及检测：长末端重复序列（LTR）区域和聚合酶（Pol）基因 10、▲质量控制：内部质控，包含样本充分性质控（SAC）、 样本处理控制（SPC）、 探针检查控制（PCC） 11、▲检测基因型：HIV-1 M组A、B、C、D、F、G、H、J、K亚型，CRF-A/B、CRF-A/E、CRF-A/G、CRF-B/C、HIV-1 N组、HIV-1 O组和HIV-1 P组 12、预期用途：该产品用于体外定性检测干血斑（DBS）、毛细血管全血和静脉全血样本中的人类免疫缺陷病毒I型（HIV-1）的总核酸。 本产品用于HIV-1感染的辅助诊断。 13、适用机型：GX-I R2、 GX-II R2、 GX-IV R2、 GX-XVI R2、	提供制造商授权	1								
N086	N086-03	血液采集卡	3 采集圈、大 3 采集圈、4 采集圈、5 采集圈、6 采集圈、7 采集圈、8 采集圈（50张/包）	张	1.00	国产	1.产品结构与组成：本产品由采血滤纸和信息卡片两部分组成，采血滤纸上需要有用于标明样品位置的采集圈。信息卡片需要包含采集段、信息段、查询段三部分组成，三部分之间可以进行分隔，三部分均可填写信息，并分别包含统一的条形码号，不同采集卡条形码号需唯一。 2.采血滤纸为国际标准S&S 903号滤纸。 3.信息卡片包含项目相关基本信息，并可以接受个性化定制。 4.可提供多色血卡，便于样本分类。 5.具有医疗器械备案注册证	提供制造商授权	1								
N086	N086-04	丙型肝炎病毒（HCV）核酸（RNA）检测试剂盒（实时荧光PCR法）Xpert® HCV Viral Load	10人份/盒	人份	230.00	进口	1.定量下限：10 IU/ml。2.约105分钟完成丙型肝炎RNA检测。3.适配Xpert设备。	是	1							
N086	N086-05	乙型肝炎病毒（HBV）核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）Xpert® HBV	10人份/盒	人份	180.00	进口	1.检测下线：3.2 IU/ml（血浆），5.99 IU/ml（血清），定量下限：10-109 IU/ml。2.约59分钟完成乙肝型肝炎DNA检测。3.适配Xpert设备。	是	1							
N086	N086-06	甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒（实时荧光PCR法）Xpert® Xpress Flu/RSV Assay	10人份/盒	人份	180.00	进口	1.约30分钟报告甲型流感病毒、乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒RNA。2.适配Xpert设备。	是	1							
N087	N087-01	新型冠状病毒 2019-nCoV（ORF1ab、N） 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	25反应/盒	反应	5.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高	提供制造商授权	3								

N087	N087-02	冠状病毒通用核酸检测试剂盒	25反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 7.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高	提供制造商授权	3							
N087	N087-03	QIAGEN病毒DNA/RNA提取试剂盒（CDC专用）	50人份/盒	人份	49.00	进口	手动提取，用于呼吸道病毒DNA/RNA提取，采用硅胶膜纯化技术，无需酚 - 氯仿萃取，可处理 140μl-1ml 的血清、咽拭子等临床样本，洗脱体积 20-150μl 灵活可调，核酸回收率高且无 PCR 抑制剂残留，产物可直接用于 RT-PCR、qPCR 等下游检测	提供制造商授权	1							
N087	N087-04	病毒DNA/RNA提取试剂盒（CDC专用）	64人份/盒	人份	23.00	国产	用于病毒DNA/RNA提取，与天隆核酸提取仪相匹配	提供制造商授权	1							
N087	N087-05	病毒DNA/RNA提取试剂盒（CDC专用）	32人份/盒	人份	23.00	国产	用于病毒DNA/RNA提取，与重庆中元核酸提取仪相匹配	提供制造商授权	1							
N087	N087-06	病毒核酸提取试剂盒（CDC专用）	96人份/盒	人份	19.00	国产	与北京金豪恒温金属浴（型号HSM-100）相匹配	提供制造商授权	1							
N087	N087-07	INNOVAPREP洗脱液	1瓶	盒	400.00	进口	与美国INNOVAPREP空气采样系统（型号ACD-200）相匹配	提供制造商授权	1							
N088	N088-01	INNOVAPREP储存液/通用	30ml/瓶	盒	320.00	进口	与美国INNOVAPREP空气采样系统（型号ACD-200）相匹配	提供制造商授权	1							
N088	N088-02	INNOVAPREP储存液	5瓶/盒	盒	650.00	进口	与美国INNOVAPREP空气采样系统（型号ACD-200）相匹配	提供制造商授权	1							
N089	N089-01	伊文思蓝	5g/瓶	瓶	153.00	国产	伊文思蓝是一种非渗透染料。在质膜存在损伤时，染料可进入细胞质和核中并将它们染成蓝色。伊文思蓝可用于检查细胞的活力。它还可用于研究血脑屏障的通透性	可不提供制造商授权	1							
N089	N089-02	Albumin Bovine V（牛血清白蛋白）	10g/瓶	瓶	100.00	国产	本级别的牛血清白蛋白可以满足大部分常规实验需求 如用作免疫封闭剂、组织细胞培养添加 剂、蛋白/酶稳定剂以及蛋白定量标准品。 产品参数： CAS：9048-46-8 英文名称： Albumin BovineV 别名：BSA 牛白 牛血清白蛋白 牛白 V 分子量：66.430kDa 外观（性状）：白色至淡黄色冻干粉末 来源：牛血清 纯度：97%	可不提供制造商授权	1							

N090	N090-01	狂犬病病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒；或24T/盒	人份	25.00	国产	1、试剂用途：用于狂犬病病毒核酸的定性检测。 2、样本种类：适用于唾液、脑脊液、脑组织等样本。 3、适用仪器：试剂为开放型，可适用于天隆、Bio-Rad、ABI、Roche、宏石等多种荧光PCR仪。 4、反应体系：总体系20μL-25μL（含25μL），核酸上样量2μL-5μL（含5μL）。 5、可定制预混体系试剂或预分装试剂。 6、检测精密度：重复检测结果的批内和批间变异系数（CV%）≤5%。（需提供相关证明材料。） 7、理论扩增反应时间 ≤80 min。 8、检测性能：检出限≤500 copies/mL，与其他病原无交叉反应。 9、质量控制：试剂盒内含可直接使用、无需参与核酸提取的阴性质控品和阳性质控品；提供涵盖检测流程、试验有效性判定及结果判读的操作说明书；提供试剂生产批次质检合格证书/报告单。 10、储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥4次。 11、资质：生产企业通过ISO13485、ISO9001质量管理体系认证。	提供制造商授权	3							
N091	N091-01	RABIES DFA REAGENT	5ML/瓶	瓶	5312.00	进口	分析物特异性试剂。不用于诊断。主要用于免疫荧光	提供制造商授权	1							
N092	N092-01	不锈钢研磨珠	直径1mm、2mm，200g/瓶	瓶	850.00	国产	适用样本大脑、肺、肝脏、肾、生殖腺等组织、以及蚊、蝇等昆虫等样本的研磨、裂解、均质	可不提供制造商授权	1							
N092	N092-02	加厚实验室吸液垫	350张/箱	张	20.00	进口	使用 Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ 表面保护物吸收溢出物和缓冲易碎物品。耐久、防水、防滑、耐化学腐蚀。布状表层即使变湿也不会脱落。	提供制造商授权	1							
N092	N092-03	高邦7.5号手套	400双/箱	双	4.50	国产	采用了高质量的橡胶材料制成，确保了柔软性和舒适性。灭菌处理，有效防止交叉感染，保护使用人员安全。是一种无粉末的手套，避免了粉尘对手术环境和患者的污染。手套的表面光滑，可以提供良好的触感和灵敏度，有助于医护人员准确地进行手术操作。	可不提供制造商授权	1							
N092	N092-04	离心管	500支/包	支	1.50	国产	离心管，1.5、2 ml 管体原料采用聚丙烯，符合USP Class-6标准，不含重金属离子 管盖有特殊卡扣设计，有效防止爆盖、• 无DNA，无RNA酶，无人类DNA，无内毒素	可不提供制造商授权	1							
N093	N093-01	生物安全外包装箱	QDW-AB601	个	400.00	国产	适用于UN2814/UN3373运输箱，有国家认证资质，纸箱，提供合格证明	提供制造商授权	1							
N093	N093-02	生物安全运输箱	QDW-AB601	个	500.00	国产	外箱尺寸：400×300×270(mm) 重量：6.0kg,适用于UN2814、UN2900、UN3373类生物样本,第三层包装为铝合金材质容器 第二层包装为聚酯材质容器，提供合格证明	提供制造商授权	1							
N093	N093-03	AXYGEN PCR专用吸头	0.5-10ul	盒	48.00	进口	带滤芯，无RNA酶，适用于常用的移液器	提供制造商授权	1							
N093	N093-04	AXYGEN PCR专用吸头	2-20ul	盒	48.00	进口	带滤芯，无RNA酶，适用于常用的移液器	提供制造商授权	1							
N093	N093-05	AXYGEN PCR专用吸头	1000ul	盒	48.00	进口	带滤芯，无RNA酶，适用于常用的移液器	提供制造商授权	1							
N093	N093-06	AXYGEN PCR专用吸头	20-200ul	盒	48.00	进口	带滤芯，无RNA酶，适用于常用的移液器	提供制造商授权	1							

N093	N093-07	NA-Fluor™ Influenza Neuraminidase Assay Kit（流感病毒神经氨酸酶检测试剂盒）	960 Assays	反应	11.00	进口	″1. 检测靶标 甲型、乙型流感病毒的神经氨酸酶（Neuraminidase, NA）。 2. 检测方法 荧光法检测，基于荧光底物的酶促反应信号读取。 3. 检测波长 - 激发光：350–365\ \mathrm{nm} - 发射光：440–460\ \mathrm{nm} 4. 适用样本类型 细胞培养上清液、病毒分离液、流感病毒原液。 5. 试剂盒组分 - NA-Fluor™ 荧光底物（含2’-（4-甲基伞形酮基）-α-D-N-乙酰神经氨酸） - 神经氨酸酶反应缓冲液 - 终止液（甘氨酸缓冲液，\mathrm{pH} 10.7） - 阳性对照（流感病毒NA酶） - 96孔黑色微孔板 6. 检测灵敏度	提供制造商授权	1								
N093	N093-08	鸡胚	个	个	18.00	国产	洁净等级为无特定病原体，符合GB/T 17999 SPF鸡胚标准，无鸡白血病、禽脑脊髓炎、新城疫、禽流感等外源病毒，细菌、真菌、支原体检测阴性且无血凝抑制抗体干扰，可用于人/禽流感病毒分离、增殖与滴定	提供制造商授权	1								
N093	N093-09	96孔V型板	块	块	5.00	进口	96孔，塑料、一次性无菌	提供制造商授权	1								
N093	N093-10	八连管	/	盒	800.00	进口	1.8ml八连管，需要带管盖盒子axygen	提供制造商授权	1								
N093	N093-11	一次性使用镊子	无菌，单只包装	个	0.60	国产	100个/包	提供制造商授权	1								
N093	N093-12	XML-T6手电筒（LED光源）	只	只	180.00	进口	用于鸡胚的观察	提供制造商授权	1								
N093	N093-13	照蛋灯	支	支	80.00	国产	**照蛋灯孵化专用可充电LED小型验蛋灯芦丁鸡蛋受精率照蛋器 白光DY12照蛋灯**	提供制造商授权	1								
N093	N093-14	倍舒特医用护理垫	**10片/包，12包/箱**	包	8.00	国产	**L号60*90**	提供制造商授权	1								
N093	N093-15	PCR低温指示冰盒	96孔/个	个	700.00	国产	96孔/个，113*74*25mm，内孔：15*Φ6.5mm适用于0.2mL和0.5mL PCR管，排管、板和单个离心管，PP材质，耐低温。	可不提供制造商授权	1								
N093	N093-16	PCR低温指示冰盒	24孔/个	个	700.00	国产	24孔/个，113*74*25mm，内孔：35*Φ13mm适用于0.5mL、1.5mL、2.0mL 离心管，排管、板和单个离心管，PP材质，耐低温。	提供制造商授权	1								
N093	N093-17	EP管	0.2ml、0.6ml、1.5ml、2mL	袋	400.00	进口	实验室常规的耗材	提供制造商授权	1								
N093	N093-18	封口膜	4in*125ft.	卷	160.00	进口	用于细胞瓶的封口	提供制造商授权	1								
N093	N093-19	电动移液器	5–100 μl	个	2000.00	进口	5–100 μl	提供制造商授权	1								

N093	N093-20	移动紫外灯	/	台	1800.00	国产	类型:移动式 适用环境:静态 1.适用房间体积:≥30m2; 2.电源:交流220V+22V, 频率50HZ+1HZ,环境温度: 5° C~40℃℃、相对湿度:≤85%; 3.输入功率:80VA; 4.外形尺寸(长x宽x高):≥30x340x1065mm(包装尺 寸:≥225x275x1080mm); 5.灯管功率:30Wx2; 6.在离灯管1米处测得紫外线波长>253.7nm; 7.主要杀菌因子:紫外线; 8.灯管有效杀菌寿命≥1000小时; 9.紫外线消毒车可移动折叠、灯管可内藏、可调角度 +0~180° : 10.带定时装置，定时范围为0-120分钟，其定最大时误差 ≤15min; ▲11.消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258-2012 的规定 (复印件加盖公章); 12.单只灯管照射强度:≥107uw/cm2 13.灭菌效果检测数据对灯管正下方垂直1m处载体上金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)作用60min的杀火对数值23.0:对灯管正下方垂直1m处载体上大肠杆菌(8099)作用60min 的杀火对数值≥3.0;对灯管正下方垂直不小于1m 处载体上铜绿假单胞菌(ATCO15442)作用60min杀灭对数值23.0; 对灯管正下方垂直1m处载体上白色念珠菌(ATCC 10231)作用60min 的杀灭对数值23.0;对灯管正下方垂直1m处对木质油漆表面自然菌的杀灭对数值均≥1.00. 14.工作模式:工作模式(手动/定时)即开即用;15.外壳冷轧板喷塑而成，降低危害使用更安全放心;16.脚轮万向轮(4x360度车轮),灯管	提供制造商授权	1								
N093	N093-21	AXYGEN PCR专用吸头	20-300ul	盒	48.00	进口	带滤芯，无RNA酶，适用于常用的移液器	提供制造商授权	1							
N094	N094-01	人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）	48人份/盒	人份	18.00	国产	1.技术平台与适用仪器：基于荧光定量PCR技术，适用仪器包括ABI7300、ABI7500、LightCycler480等荧光定量PCR仪2.样本类型：血清或血浆。3.核酸纯化方式：磁珠法自动化仪器提取。4.覆盖型别：M组、N组和O组。5.核酸加样体积：≥20uL。6.质量控制要求：阴性、临界阳性、强阳性质控品及阳性定量参考品，外源性内标假病毒与临床样品一起参与提取，可以对核酸提取过程和扩增系统进行监控.7.用途：体外定量检测人血清或血浆样本中人类免疫缺陷病毒1型核酸 RNA 的含量。8.最低检出限:100 IU/mL。9.定量线性范围：	提供制造商授权	1								
N094	N094-02	人类免疫缺陷病毒 1 型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）	48人份/盒	人份	90.00	国产	1.技术平台与适用仪器：基于荧光定量PCR技术，可在ABI Prism 7500，AGS 4800等PCR仪使用。2.样本类型：血清或血浆。3.核酸纯化方式：磁珠法自动化仪器提取。4.覆盖基因型：可检测 HIV-1 M 组的 A、B、C、BC、D、AE、F、G、AG-GH、01B 型以及 O 组、N 组基因亚型。5.靶标设计：高度保守区 LTR 和 GAG 为靶标。6.样本处理体积:1000ul/600ul。7.核酸加样体积：≥40uL。8.质量控制要求：内标、阴阳性质控、UDG酶系统。9.用途：体外定量检测人血清或血浆样本中人类免疫缺陷病毒1型核酸HIV-1 RNA 的含量。10.最低检出限:20 IU/mL。11.定量线性范围：50～1E9 IU/mL。	提供制造商授权	1								

N095	N095-01	甲型流感病毒核酸测定试剂	48人/份	人份	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N095	N095-02	流感病毒H1N1核酸测定试剂盒（荧光PCR）	25反应/盒 50反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N095	N095-03	流感病毒H3核酸测定试剂盒（荧光PCR）	25反应/盒 50反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N095	N095-04	流感病毒H3N2核酸测定试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒 50反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N095	N095-05	甲/乙型流感病毒核酸检试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒 50反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N095	N095-06	乙型流感病毒核酸检试剂盒（PCR-荧光探针法）	25反应/盒 50反应/盒	反应	25.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N095	N095-07	乙型流感病毒分型（BY,BV）核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25反应/盒 50反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N095	N095-08	流感病毒H1N1/H3核酸测定试剂盒（荧光PCR）	25反应/盒	反应	50.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							

N095	N095-09	流感病毒H1N1/H3/BY/BV核酸测定试剂盒（荧光PCR）	25反应/盒	反应	90.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N095	N095-10	新型冠状病毒（2019-nCoV）/甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	25反应/盒	反应	90.00	国产	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 3.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应全流程时长≤70min。（提供反应完成截图证明） 4.产品工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后剩余有效期≥10个月；不影响检测性能的冻融次数≥7次。 6.可提供同品牌流感及其分型的预混采用1管全冻干工艺，无需配置体系直接加样即可完成多种病原体基因型的定性检测 冻干试剂避光2-8℃储存，有效期12个月，试剂可常温环境下直接运输。 7.评价/检测报告：流感病毒相关产品可提供省级相关部门出具的性能评价报告，保证产品质量符合监测需求。 8.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。（须提供多病原核酸判读结果截图和软件著作权登记证书证明） 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	3							
N096	N096-01	DNA合成,PAGE合成	20D	OD	0.60	国产	1.长度11-59个碱基范围，合成量50D以内 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物 3. 交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告	提供制造商授权	1							
N096	N096-02	DNA合成,双标记修饰	20D	OD	1200.00	国产	1.长度11-59个碱基范围，合成量20D 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物 3. 交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告	提供制造商授权	1							

N096	N096-03	DNA合成,单标记修饰	20D	OD	600.00	国产	1.长度11-59个碱基范围，合成量20D，DNA合成,3`端修饰，或者DNA合成,5`端修饰、DNA合成中间修饰 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物 3. 交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告	提供制造商授权	1							
N096	N096-04	STR/SSR分型检测	份	份	480.00	国产	SNPs 统计结果（Excel 表格）； 实验过程及其涉及的电泳图、酶切图、测序峰型图； 扩增和反应体系所设计的引物序列; 客户所需的其他资料	提供制造商授权	1							
N096	N096-05	基因合成(质粒）	1bp	bp	0.50	国产	0.5-3kb,标准基因合成，4 μg干粉（低拷贝≥2 μg干粉，1管甘油菌，基因合成报告单，测序峰图（ABI文件），序列拼接比对文件（SOD格式），测序结果比对报告	提供制造商授权	1							
N097	N097-01	麻疹/风疹病毒核酸多重检测试剂盒（通用型+疫苗+野毒）荧光PCR法）	50T/盒	盒	12000.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×10 3 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×1010 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N097	N097-02	麻疹病毒荧光PCR检测试剂	25/50T	人份	2000.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							

N097	N097-03	风疹病毒荧光PCR检测试剂盒	25/50T	人份	2000.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							
N098	N098-01	Big Dye TM Terminator V3.0 Cycle Sequencing Ready Reaction Kit	50Rxns	人份	157.00	进口	1.50人份/盒； 2.与风疹病毒检测PCR一步法试剂同一品牌。	提供制造商授权	1							
N099	N099-01	麻疹病毒、风疹病毒、腮腺炎病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法）	50T/盒	盒	6750.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							

N099	N099-02	麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25人份/盒	盒	2400.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	3							
N100	N100-01	EZ-10 柱式质粒小量抽提试剂盒	200次	盒	220.00	国产	EZ-10柱式质粒小量抽提试剂盒基于传统的碱裂解法，细胞裂解完全后，DNA释放到溶液当中，在高盐状态下硅基质的核酸吸附柱特异性的结合溶液中的DNA，通过漂洗步骤将其他杂质如蛋白、盐离子等去除，得到高质量的质粒DNA，可用于转化、DNA测序、PCR、基于PCR的突变、体外转录、酶切等后续实验。对于高拷贝质粒，从5 ml过夜菌液（OD600=2.0）中可以获得超过20μg的质粒DNA。1. 快速，整个过程只需要45分钟左右。 2. 纯度高，污染少。	提供制造商授权	1							
N100	N100-02	2X HyperMB 通用型 SYBR Green qPCR 预混液	5ml	包	300.00	国产	本产品是采用SYBR Green I嵌合荧光法进行qPCR扩增的预混液。使用Hotstart Taq DNA Polymerase，可以有效抑制引物非特异性退火导致的扩增。同时，配以针对qPCR优化的Buffer及有效提升扩增效率的因子，适合低浓度模板的扩增，可以在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线。具有对靶基因定量准确、重复性好、特异性强、检测灵敏度高等诸多优点。此外，该产品无需ROX校正，适用于各种qPCR	提供制造商授权	1							
N100	N100-03	MightyScript Plus 第一链 cDNA 合成 Master Mix，去基因组DNA	100次	盒	600.00	国产	MightyScript Plus第一链 cDNA 合成Master Mix（去基因组DNA）基于III型M-MLV Reverse Transcriptase 而开发的即用型预混液。与Ⅱ型M-MLV Reverse Transcriptase 相比，Ⅲ型M-MLV Reverse Transcriptase 热稳定性大幅度提高，可耐受高达60℃的反应温度，适合具有复杂二级结构的RNA 模板的逆转录。同时，该酶增强了与模板的亲和力，非常适合少量模板以及低拷贝基因的逆转录.该预混液包含5×gDNA digester Mix 和4×Ⅲ M-MLV RT Mix。5×gDNA digester Mix 可去除RNA 模板中残留的基因组DNA 污染，保证后续结果更加可靠。4×Ⅲ M-MLV RT Mix 含有逆转录反应所需的所有组分（Buffer，dNTP，Ⅲ型M-MLV Reverse Transcriptase，RNase inhibitor，Random primers/ Oligo (dT)18 primer mix），只需加入RNA 模板和RNase-free ddH2O即可进行逆转录反应，并同时终止gDNA digester 的作用，保证cDNA 的完整性。该产品适用于两步法RT-qPCR 检测，针对qPCR 进行特别优化，比例优化的Random primers/ Oligo (dT)18 primer mix，使cDNA 合成可从RNA 转录本的各个区域起始，并具有相同的逆转录效率，尽可能地保证了qPCR 结果的真实性和可重复性。逆转录产物兼容SYBR Green	提供制造商授权	1							
N100	N100-04	4S Green Plus 无毒核酸染料	500ul	支	460.00	国产	4S Green Plus 核酸染料是一种无毒的和非致癌的新型核酸染料，可替代 EB（溴化乙锭）用于检测琼脂糖凝胶中的核酸。	提供制造商授权	2							
N100	N100-05	DNA 分子量标准Marker (100~5000 bp)	500ul	支	60.00	国产	DNA 分子量标准（100-5000 bp）为即用型产品，混合有9条单一的DNA条带，分别为：100，250，500，750，1000，1500，2000，3000，5000 bp。其中 500 bp 条带亮度增强。	不需要提供制造商授权	2							

N100	N100-06	总 RNA 提取试剂（Trizol）	100ml	瓶	480.00	国产	1. 适用范围广。 2. 操作简单快速，整个过程1小时左右完成。 3. 提取的RNA纯度高，污染少。	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-07	2X SanTaq Fast PCR Mix 预混液，含蓝染料	1ml	支	50.00	国产	Mix 中含有电泳指示染料，可在反应结束后直接进行电泳，使用方便。体系中加入的保护剂使得PCR Mix 经过反复冻融后仍可保持稳定的活性。PCR 产物的3’端带A，可轻松克隆至T载体。	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-08	GoTaq Green Master Mix	100次	包	290.00	进口	全能型PCR预混液—仅需添加模板、引物和水，适用于荧光或吸光度检测（无需DNA纯化）	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-09	RNase-free Water	1ml×10支	包	70.00	进口	用于RNA样品的制备、反应液配制，无RNA酶、不含DNase	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-10	One step Prime ScriptRT-PCR Kit(AMV)	50Rxns	盒	1400.00	国产	采用了One Step法，完成RT-PCR反应。RNA→cDNA→PCR反应操作在同一反应体系中进行，反应中途不需添加任何试剂	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-11	梯度降温盒	1./2ml	个	560.00	进口	直径×高度：120×86mm， 适用于1.0-2.0ml冻存管，装置可实现每分钟1℃的降温	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-12	核酸提取试剂盒	20人份	人份	16.00	国产	20人份/盒，预分装	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-13	Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-)	10000U	包	400.00	进口	反转录 延伸能力强，可用于较长的cDNA合成以及高比例的全长cDNA文库构建等	提供制造商授权	2							
N100	N100-14	PCR mix 体系（含染料）	1000UL/支	支	46.00	进口	只需在制品溶液中加入模板和引物便可进行PCR反应，减少了PCR操作过程中的污染	不需要提供制造商授权	2							
N100	N100-15	Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye)	120次	测试	2.50	进口	只需在制品溶液中加入模板和引物便可进行PCR反应，减少污染，已含有电泳时所必需的色素试剂	提供制造商授权	2							
N100	N100-16	PrimeScript™ II 1st Strand cDNA Synthesis Kit	50Rxns	包	960.00	进口	RNA合成试剂盒，含有1st Strand cDNA合成所需的全部试剂	提供制造商授权	2							
N100	N100-17	PrimeScript RT reagent Kit with gDNA Eraser	100次	包	1200.00	进口	定量PCR专用反转录试剂，带有去除基因组DNA功能	提供制造商授权	2							
N100	N100-18	200uL PCR tube	1000支	盒	210.00	进口	平盖，无DNA酶无RNA酶	提供制造商授权	2							
N100	N100-19	Trizol	250ml	瓶	1650.00	进口	用于总RNA的提取	可不提供制造商授权	1							
N101	N101-01	登革热病毒全基因组捕获试剂盒	BK-DENV024	反应	820.00	国产	1.适用性：登革热病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含登革热病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖四种不同血清型登革热毒株，包括1，2，3和4型； 5.支持登革热疫苗、血清、血浆、环境样本等不同样本类型； 6.自带nanopore 测序平台48个无扩增条形码； 7.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 8.提供同品牌生信分析软件，可实现引物去除，精确获得登革热分	提供制造商授权	1							

N101	N101-02	诺如病毒全基因组捕获试剂盒	BK-NOV024	反应	820.00	国产	1.适用性：诺如病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含诺如病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.覆盖所有不同型别诺如毒株，包括GI-GV型； 5.支持诺如疫苗、呕吐物、环境样本等不同样本类型； 6.自带nanopore 测序平台48个无扩增条形码； 7.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 8.提供同品牌生信分析软件，可实现引物去除，精确获得诺如分	提供制造商授权	1								
N101	N101-03	新型布尼亚病毒全基因组捕获试剂盒	BK-WSFTSV024	反应	820.00	国产	1.适用性：新布尼亚病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异、新的毒株，追踪病毒变异情况； 2.规格：24反应/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含新布尼亚病毒基因组反转录和全基因组扩增模块，无需额外添置试剂； 4.支持新布尼亚血清、分离样本等不同样本类型； 5.自带nanopore 测序平台48个无扩增条形码； 6.适用机型：兼容所有高通量测序平台（二代测序）和单分子测序平台（三代测序）； 7.提供同品牌生信分析软件，可实现引物去除，精确获得新布尼亚	提供制造商授权	1								
N101	N101-04	常见病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16T/盒	T	1000.00	国产	1、检测原理：采用液相探针杂交捕获技术，通过探针杂交有效富集病毒基因组序列。 2、试剂用途：用于常见病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验。常见病毒包括登革病毒、基孔肯雅病毒、人免疫缺陷病毒I型、流感病毒、肠道病毒、水痘-带状疱疹病毒等。 3、探针长度为100bp，可有效结合富集病毒序列，用于病毒全基因组捕获测序；探针序列可覆盖不同亚型病毒基因组序列，包括最新流行变异株。 4、具体病原及探针序列可按客户要求定制和设计。 5、适用样本：病毒基因组（RNA或DNA），提取自人临床标本、动物标本、媒介标本、病毒分离物等多种原始样本。 6、构建的文库可兼容多种二代测序平台和三代测序平台。 7、对于病毒核酸检测CT值≤31的样本，全基因组测序覆盖度可达99%以上。 8、试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程中除定量试剂外的所有	提供制造商授权	1								
N101	N101-05	拉沙病毒全基因组捕获试剂盒	8reactions	反应	820.00	国产	用于拉沙病毒样本的高通量测序捕获实验。	提供制造商授权	1							
N101	N101-06	基孔肯雅病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	606.67	国产	用于基孔肯雅病毒的高通量测序捕获实验	提供制造商授权	1							
N101	N101-07	黄热病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	604.17	国产	用于黄热病毒样本的高通量测序捕获实验。	提供制造商授权	1							
N101	N101-08	狂犬病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	604.17	国产	用于狂犬病毒样本的高通量测序捕获实验。	提供制造商授权	1							
N101	N101-09	寨卡病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	604.17	国产	用于寨卡病毒样本的高通量测序捕获实验。	提供制造商授权	1							
N101	N101-10	肠道病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	606.67	国产	用于肠道病毒样本的高通量测序捕获实验。	提供制造商授权	1							
N101	N101-11	肠道病毒全基因组探针捕获试剂盒	24reactions	reaction	770.83	国产	采用探针法用于肠道病毒样本的高通量测序捕获实验	提供制造商授权	1							
N101	N101-12	腺病毒靶向测序分型试剂盒	24reactions	reaction	541.67	国产	用于腺病毒样本的靶向测序。	提供制造商授权	1							
N101	N101-13	腺病毒全基因组捕获试剂盒	8reactions	reaction	725.00	国产	用于腺病毒病本的高通量测序捕获实验。	提供制造商授权	1							

N101	N101-14	轮状病毒全基因组捕获试剂盒(探针法)	16 T/96T	reaction	1250.00	国产	1.适用性：轮状病毒样本的高通量测序建库实验; 2.样本量：16/96; 3.灵敏度：低至1ng核酸，30ct以下核酸样本可实现99%全基因组覆盖度; 4.试剂形式：2个试剂盒，Box1为干冰运输模块，Box2为冰袋运输模块; 5.建库原理：采用高温高盐原理进行基因组的片段化制备，无需任何核酸打断设备; 6.采用探针捕获原理，数万条捕获探针与目标基因组结合，仅需少量RNA便可方便快速的扩增出轮状病毒的全基因组; 7.实验操作简单高效，只需配制一管体系，即可进行PCR扩增; 8.建库时间：2.5-3小时; 9.标本类型：人肠道标本包括肛拭子、粪便、呕吐物、环境涂抹样等标本，以上标本经核酸提取后用于全基因组捕获; 10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性	提供制造商授权	1							
N101	N101-15	连接法测序单样本DNA建库辅助试剂盒	8反应/盒	盒	9100.00	国产	1.本试剂盒适用于ONT测序平台连接法测序单样本文库制备，支持 gDNA 以及 gDNA/cDNA 扩增产物; 2.提供末端修复、adaptor连接和芯片上样功能模块; 3.提供dsDNA片段长度质量与摩尔量对照参考表，可快速准确确定DNA文库建库起始量及测序上样量; 4.提供8次单样本建库反应; 5.支持微生物基因组、宏基因组、人基因组、动植物基因组测序文库构建; 6.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 9.制造商具备ISO13485认证; 10.制造商具备ISO9001认证 11.制造商具备ISO45001认证; 12.制造商具备ISO14001认证 13.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申	提供制造商授权	1							
N101	N101-16	低起始量宏基因组DNA测序建库试剂盒	8reactions	reaction	1067.50	国产	1.适用于未知病原体样本的高通量测序实验; 2.规格：≥8测试/盒; 3.试剂形式：整合式试剂，包含barcoding PCR和nanopore建库模块，无需额外添置试剂; 4.适用机型：ONT三代测序平台; 5.样本类型：适用于脑脊液、肺泡灌洗液、血清、血浆、咽拭子保存液等; 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、物种比例分析、耐药和毒力分析等，支持二代和三代测序数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，条形码fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理; 7.收到货物后需原厂授权工程师到场进行协助做实验验收 8.▲制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 9.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 10.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 11.制造商具备ISO13485认证; 12.制造商具备ISO9001认证 13.制造商具备ISO45001认证; 14.制造商具备ISO14001认证 15.▲试剂盒生产厂家可以提供同品牌48个不同的Nanopore Barcode，用于混样建库，Barcode使用方式：穿刺式吸取，无需开盖，避免交叉污染; 16.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申	提供制造商授权	1							

N101	N101-17	去宿主试剂盒	50reactions	reaction	64.00	国产	1.适用于微生物病原样本的高通量测序实验 2.规格：≥50测试/盒； 3.试剂形式：整合式试剂，包含样本去宿主过程中所有试剂，无需额外添置试剂； 4.适用机型：兼容二代和三代测序平台； 5.样本类型：适用于脑脊液、肺泡灌洗液、血清、血浆、咽拭子保存液等； 6.收到货物后需原厂授权工程师到场进行协助做实验验收 7.制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 8.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 9.▲制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 11.制造商具备ISO13485认证；ISO9001认证等 13.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离	提供制造商授权	1							
N101	N101-18	未知病原rRNA去除试剂盒	24reactions	reaction	625.00	国产	1.本试剂盒适用于去除人、小鼠和大鼠总RNA中的rRNA，保留mRNA以及其它非编码RNA； 2.规格：24反应； 3.试剂形式：整合式试剂，包含探针、RNA酶、DNA酶、缓冲液、无酶水等组分，无需额外添置试剂； 4.适用机型：兼容所有二代测序平台和三代测序平台； 5.样本量：0.1-1ug总RNA； 6.制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 7.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 8.制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质。	提供制造商授权	1							
N101	N101-19	未知病原捕获建库试剂盒	24reactions	reaction	395.83	国产	1.本试剂盒适用于未知病原体样本的高通量测序实验 2.规格：24反应； 3.试剂形式：整合式试剂，包含反转录、双链cDNA合成、片段化、接头连接、文库扩增等模块，无需额外添置试剂； 4.适用机型：兼容二代测序可逆末端终止法平台（因美纳测序平台）； 5.样本类型：适用于脑脊液、肺泡灌洗液、血清、血浆、咽拭子保存液等；同时兼容DNA建库，RNA建库，DNA+RNA混合建库； 6.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，精准实现物种鉴定、物种比例分析、耐药和毒力分析、以及覆盖度分析，支持二代（illumina、ion torrent和华大）和三代（Nanopore和Pacbio）测序下机数据的分析，允许pod5，fast5，fastq，barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入分析，无需额外处理； 7.试剂盒生产厂家或供应商在供应试剂盒的同时，免费提供32个样本的生信分析软件使用权限，该生信分析软件制造商要求同试剂盒生产厂家品牌一致，要求：本地化，不联网，中文操作界面； 8.制造商需通过医疗器械质量管理体系认证，证书覆盖范围：科研用基因靶向捕获试剂盒的研发，保证产品质量；（需提供证书证明） 9.制造商具备“国家高新技术企业”资质；（需提供证书证明） 10.制造商具备“病原体高通量测序技术研发中心”资质；（需提供证书证明） 11.试剂盒生产厂家具有中国国内自主知识产权，需提供中国境内申报的相关发明专利≥5项，软件著作权≥15项，需提供证书复印件，加盖生产厂家公章，未提供视为负偏离”。	提供制造商授权	1							

N101	N101-20	超灵敏度诺如病毒全基因组捕获试剂盒（GI型）	24reactions；或8reactions	reaction	780.00	国产	1,适用性：诺如病毒GI型别样本的高通量测序建库实验；2，样本量：24；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组；5，建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备；6，适用机型：兼容高通量测序平台；7、使用多对扩增引物，应用One-Step RT-PCR扩增体系，仅需少量RNA便可方便快速的扩增出诺如病毒的全基因组；8、实验操作简单高效，只需配制一管体系，即可进行PCR扩增；9、标本类型：人肠道标本包括肛拭子、粪便、呕吐物、环境涂抹样等标本，以上标本经核酸提取后用于全基因组捕获；10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。▲11.制造商拥有两位及以上项目经理持有PMP（项目管理专业人士）证书；▲12.试剂盒厂家具有完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保产品每个组分的质量的一致性和可追溯性（需提供原厂每组分批号）； *13.制造商具备ISO13485和ISO9001:2015认证（提供证书扫描件或复印件）； *14.企业环境管理体符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准（提供证书扫描件或复印件）； *15.制造企业健康安全管理体系符合GB/T45001-	提供制造商授权	1							
N101	N101-21	超灵敏度诺如病毒全基因组捕获试剂盒（GII型）	24reactions；或8reactions	reaction	780.00	国产	1,适用性：诺如病毒GII型别样本的高通量测序建库实验；2，样本量：24；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组；5，建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备；6，适用机型：兼容高通量测序平台；7、使用多对扩增引物，应用One-Step RT-PCR扩增体系，仅需少量RNA便可方便快速的扩增出诺如病毒的全基因组；8、实验操作简单高效，只需配制一管体系，即可进行PCR扩增；9、标本类型：人肠道标本包括肛拭子、粪便、呕吐物、环境涂抹样等标本，以上标本经核酸提取后用于全基因组捕获；10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。▲11.制造商拥有两位及以上项目经理持有PMP（项目管理专业人士）证书（可提供电子版证书）；▲12.试剂盒厂家具有完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保产品每个组分的质量的一致性和可追溯性（需提供原厂每组分批号）； *13.制造商具备ISO13485和ISO9001:2015认证（提供证书扫描件或复印件）； *14.企业环境管理体符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准（提供证书扫描件或复印件）； *15.制造企业健康安全管理体系符合GB/T45001-	提供制造商授权	1							
N101	N101-22	超灵敏度轮状病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	825.00	国产	1.适用性：轮状病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况； 2.样本量：24； 3.灵敏度：低至1ng核酸； 4.试剂形式：整合试剂，涵盖轮状病毒全基因组 5.适用机型：兼容高通量测序平台。 6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作； 7.实验操作原理：多重PCR； 8.实验流程：包括反应体系配置、RT-PCR反应。 9.捕获特异性：通过轮状病毒的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰。 10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。 11.完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监	提供制造商授权	1							
N101	N101-23	超灵敏度星状病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	652.00	国产	1.适用性：星状病毒样本的高通量测序捕获实验；2.样本量：24；3.灵敏度：低至1ng核酸；4.试剂形式：整合试剂，涵盖星状病毒全基因组；5.适用机型：兼容高通量测序平台。6.无需进行病毒分离培养，可以从患者的粪便样本直接扩增富集星状病毒普通-8型别和HuP1-2型别的基因片段	提供制造商授权	1							
N101	N101-24	超灵敏度札如病毒全基因组捕获试剂盒（24人份）	24reactions	reaction	825.00	国产	用于札如病毒样本的高通量测序捕获实验	提供制造商授权	1							

N101	N101-25	超灵敏度登革病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions；或4reactions	reaction	825.00	国产	1,适用性：登革热病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；2，样本量：24样本；3，灵敏度：仅需少量RNA（＜0.5ng）；4，试剂形式：整合式试剂，可扩增得到登革热病毒全基因组；5，扩增子数目：≥10个；*6，适用机型：兼容高通量测序平台；*7，适合CT值≤30的登革热病毒样本基因组捕获，捕获效率≥99%；*8，覆盖全部四种登革热病毒血清型；9，捕获原理：多重PCR； *10.制造商具备ISO13485和ISO9001:2015认证（提供证书扫描件或复印件）； *11.企业环境管理体符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准（提供证书扫描件或复印件）； *12.制造企业健康安全管理体系符合GB/T45001-	提供制造商授权	1								
N101	N101-26	超灵敏基孔肯亚病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions；或4reactions	reaction	825.00	国产	1,适用性：基孔肯亚病毒样本的高通量测序建库实验；2，样本量：24；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：整合试剂，涵盖基孔肯亚病毒全基因组；*5，适用机型：兼容高通量测序平台； *6.制造商具备ISO13485和ISO9001:2015认证（提供证书扫描件或复印件）； *7.企业环境管理体符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准（提供证书扫描件或复印件）； *8.制造企业健康安全管理体系符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准（提供证书扫描件或复印件）；	提供制造商授权	1								
N101	N101-27	超灵敏度新布尼亚病毒全基因组捕获试剂盒	24reactions	reaction	825.00	国产	1.可从血清或毒株提取的核酸中扩增新布尼亚病毒的全基因组序列； 2.CT值30以下的样本，扩增的全基因组覆盖度不小于98%； 3.采用多重扩增的方法，扩增片段长度为1Kb~2Kb； 4.兼容高通量测序平台； 5.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作； 6.实验流程：包括反应体系配置、PCR反应。 7.捕获特异性：通过新布尼亚病毒的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰； 8.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和	提供制造商授权	1								
N101	N101-28	RNA病毒通用宏基因组超敏核酸富集试剂盒	8T/盒；16T/盒	T	1800.00	国产	1、试剂用途：用于对样本中低浓度RNA病毒的基因组进行无偏性富集。 2、样本种类：适用于鼻/咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、水体、环境涂抹物等样本。 3、试剂盒含有gDNA和rRNA去除试剂，包含gDNA去除和rRNA去除的背景双降噪步骤。 4、RNA提取采用离心柱凝胶分层设计。 5、rRNA去除步骤为一管化连续加样操作，减少核酸损耗；rRNA去除率>80%。 6、反转录反应体系使用分段式随机锚定引物，可实现对样本中低浓度RNA病毒基因组无偏性富集。 7、可以富集病毒核酸载量低至1ng的样本。 8、获得的产物适用于所有的二代测序、三代测序平台。 9、可提供定制包装规格。 10、储存和有效期：试剂盒内包含-20℃保存、4℃保存、常温保存三类不同储存温度试剂，不同保存条件试剂标识分类清晰，保质期均≥12个月，到货后剩余有效期≥10个月。 11、资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。	提供制造商授权	1								

N101	N101-29	超敏常见病毒全基因组富集试剂盒	12T/盒；24T/盒	T	900.00	国产	1、检测原理:基于扩增子多重 PCR 技术。 2、试剂用途:可从宿主标本或其他疑似阳性样本提取的核酸中直接扩增，用于常见病毒全基因组文库构建前的扩增富集，常见病毒包括登革病毒、基孔肯雅病毒、人免疫缺陷病毒I型、流感病毒、肠道病毒诺如病毒、轮状病毒、水痘-带状疱疹病毒等。 3、可按客户要求定制具体病原及扩增引物序列。 4、适用样本:病毒基因组(RNA或DNA)，提取自人临床标本、动物标本、媒介标本、病毒分离物等多种原始样本构建的文库，样本获得的反应产物适用于所有的二代、三代测序平台。 5、4小时内可完成靶向富集及扩增。 6、可提供同一品牌的荧光PCR检测试剂盒，用于标本中病原的定性。 7.对于病毒核酸检测CT值≤30的样本，全基因组测覆盖度可达99%以上且	提供制造商授权	1							
N101	N101-30	诺如病毒全基因组捕获试剂盒（探针法）	16T/96T	T	1200.00	国产	1.适用性：诺如病毒样本的高通量测序建库实验； 2.样本量：16/96； 3.灵敏度：低至1ng核酸，30ct以下核酸样本可实现99%全基因组覆盖度； 4.试剂形式：2个试剂盒，Box1为干冰运输模块，Box2为冰袋运输模块； 5.建库原理：采用高温高盐原理进行基因组的片段化制备，无需任何核酸打断设备； 6.采用探针捕获原理，数万条捕获探针与目标基因组结合，仅需少量RNA便可方便快速的扩增出诺如病毒的全基因组； 7.实验操作简单高效，只需配制一管体系，即可进行PCR扩增； 8.建库时间：2.5-3小时； 9.标本类型：人肠道标本包括肛拭子、粪便、呕吐物、环境涂抹样等标本，以上标本经核酸提取后用于全基因组捕获； 10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性	提供制造商授权	2							
N101	N101-31	诺如病毒GⅠ组聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	50.00	国产	1.试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅠ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.3小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。	提供制造商授权	1							

N101	N101-32	诺如病毒GⅡ组聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	50.00	国产	1.试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅡ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.3小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。	提供制造商授权	1							
N101	N101-33	诺如病毒GⅠ组聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	74.00	国产	1.试剂盒用于试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅠ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C），用于其分子分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.3.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							

N101	N101-34	诺如病毒GⅡ组聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	74.00	国产	1.试剂盒用于试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅡ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C），用于其分子分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.3.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							
N101	N101-35	A组轮状病毒G/P分型半巢式多重RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	150.00	国产	1.试剂盒用于从已确认A组轮状病毒阳性的核酸中扩增VP7（G）基因和VP4（P）基因，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有半巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需4μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	提供制造商授权	1							

N101	N101-36	A组轮状病毒G分型半巢式多重RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	76.00	国产	1.试剂盒用于从已确认A组轮状病毒阳性的核酸中扩增VP7（G）基因，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有半巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需4μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	提供制造商授权	1							
N101	N101-37	A组轮状病毒P分型半巢式多重RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	76.00	国产	1.试剂盒用于从已确认A组轮状病毒阳性的核酸中扩增VP4（P）基因，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有半巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需4μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	提供制造商授权	1							

N101	N101-38	星状病毒基因分型巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	74.00	国产	1.试剂盒用于从已确认星状病毒阳性的核酸中扩增ORF1b-ORF2部分区域，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及	提供制造商授权	1							
N101	N101-39	星状病毒经典型基因分型巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	78.00	国产	1.试剂盒用于从已确认星状病毒经典型阳性的核酸中扩增ORF1b-ORF2部分区域，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	提供制造商授权	1							

N101	N101-40	星状病毒MLB型基因分型巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	78.00	国产	1.试剂盒用于从已确认星状病毒MLB型阳性的核酸中扩增ORF1b-ORF2部分区域，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	提供制造商授权	1							
N101	N101-41	星状病毒VA-HMO型基因分型巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	78.00	国产	1.试剂盒用于从已确认星状病毒VA-HMO型阳性的核酸中扩增ORF1b-ORF2部分区域，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	提供制造商授权	1							

N101	N101-42	札如病毒基因分型巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	78.00	国产	1.试剂盒用于从已确认札如病毒阳性的核酸中扩增ORF1的部分区域，用于其基因分型。 2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时	提供制造商授权	1							
N101	N101-43	诺如病毒II型核酸检测质控品-高值(浓度:10000copies/mL)	500μL/支	支	400.00	国产	1.用途：适用于诺如病毒GⅡ型核酸检测的室间评价; 2.规格：液体，500μL/支; 3.产品与原始样本处理、检测方式相同，可监测核酸提取和核酸检测全过程; 4.性能验证：采用≥3个市场主流检测试剂盒进行产品性能验证，验证范围须覆盖产品的5个组分，验证对象为质控品经提取后的核酸需要验证分装后质控品的匀一性与稳定性，并出具验证报告（提供加盖生产商公章的验证报告）; 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后有效期	提供制造商授权	1							
N101	N101-44	诺如病毒II型核酸检测质控品-中值(浓度:1000copies/mL)	500μL/支	支	400.00	国产	1.用途：适用于诺如病毒GⅡ型核酸检测的室间评价; 2.规格：液体，500μL/支; 3.产品与原始样本处理、检测方式相同，可监测核酸提取和核酸检测全过程; 4.性能验证：采用≥3个市场主流检测试剂盒进行产品性能验证，验证范围须覆盖产品的5个组分，验证对象为质控品经提取后的核酸需要验证分装后质控品的匀一性与稳定性，并出具验证报告（提供加盖生产商公章的验证报告）; 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后有效期	提供制造商授权	1							
N101	N101-45	诺如病毒II型核酸检测质控品-低值(浓度:500copies/mL)	500μL/支	支	400.00	国产	1.用途：适用于诺如病毒GⅡ型核酸检测的室间评价; 2.规格：液体，500μL/支; 3.产品与原始样本处理、检测方式相同，可监测核酸提取和核酸检测全过程; 4.性能验证：采用≥3个市场主流检测试剂盒进行产品性能验证，验证范围须覆盖产品的5个组分，验证对象为质控品经提取后的核酸需要验证分装后质控品的匀一性与稳定性，并出具验证报告（提供加盖生产商公章的验证报告）; 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后有效期	提供制造商授权	1							
N101	N101-46	诺如病毒I型核酸检测质控品-高值(浓度:10000copies/mL)	500μL/支	支	400.00	国产	1.用途：适用于诺如病毒GⅠ型核酸检测的室间评价; 2.规格：液体，500μL/支; 3.产品与原始样本处理、检测方式相同，可监测核酸提取和核酸检测全过程; 4.性能验证：采用≥3个市场主流检测试剂盒进行产品性能验证，验证范围须覆盖产品的5个组分，验证对象为质控品经提取后的核酸需要验证分装后质控品的匀一性与稳定性，并出具验证报告（提供加盖生产商公章的验证报告）; 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后有效期	提供制造商授权	1							

N101	N101-47	诺如病毒I型核酸检测质控品-中值(浓度:1000copies/mL)	500μL/支	支	400.00	国产	1.用途：适用于诺如病毒GⅠ型核酸检测的室间评价; 2.规格：液体，500μL/支; 3.产品与原始样本处理、检测方式相同，可监测核酸提取和核酸检测全过程; 4.性能验证：采用≥3个市场主流检测试剂盒进行产品性能验证，验证范围须覆盖产品的5个组分，验证对象为质控品经提取后的核酸需要验证分装后质控品的匀一性与稳定性，并出具验证报告（提供加盖生产商公章的验证报告）; 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后有效期	提供制造商授权	1								
N102	N102-01	诺如病毒I型核酸检测质控品-低值(浓度:500copies/mL	500μL/支	支	400.00	国产	1.用途：适用于诺如病毒GⅠ型核酸检测的室间评价; 2.规格：液体，500μL/支; 3.产品与原始样本处理、检测方式相同，可监测核酸提取和核酸检测全过程; 4.性能验证：采用≥3个市场主流检测试剂盒进行产品性能验证，验证范围须覆盖产品的5个组分，验证对象为质控品经提取后的核酸需要验证分装后质控品的匀一性与稳定性，并出具验证报告（提供加盖生产商公章的验证报告）; 5.储存和有效期：于-20±5℃下保存有效期≥12月，到货后有效期	提供制造商授权	1								
N103	N103-1	手足口病毒核酸盲样质控品	0.5ml/支（10支/套，6支/套）	套	4500.00	国产	1. 有效期：-80℃长期储存；-20℃ 2-3月；2. 规格：0.5ml/支，10支/套；3. 样本类型：液体灭活病毒/人工假病毒，匀一性与稳定性良好；4. 样本型别：包括本考核品各亚型；可根据需求定制。5. 考核方式：采用双盲样考核，每支样本唯一编码；6.提供用于全省的病毒核酸检测能力认证考核的网络平台。	提供制造商授权	3								
N104	N104-01	EPSTEIN-BARR VIRUS/VCA IgG 抗体检测试剂盒	96人份/盒	人份	1400.00	进口	1：用途：用于定量检测人体血清或血浆中的麻疹病毒IgG抗体。2：规格：96人份/盒。3：检测方法：酶联免疫法。4：检测性质：定量。5：有效期：24个月。6：敏感性：＞99%特异性93.3%。7：反应时间：2h。8：试剂盒自带标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为U/ml。9：临界值（cutoff值）为一个区间范围70-100U/ml。10、酶标记抗体是碱性磷酸酶	提供制造商授权	1								
N104	N104-02	EPSTEIN-BARR VIRUS/VCA IgM 抗体检测试剂盒	96人份/盒	人份	1400.00	进口	1：用途：用于定量检测人体血清或血浆中的麻疹病毒IgG抗体。2：规格：96人份/盒。3：检测方法：酶联免疫法。4：检测性质：定量。5：有效期：24个月。6：敏感性：＞99%特异性93.3%。7：反应时间：2h。8：试剂盒自带标准曲线，采用逻辑对数模型，抗体活性单位为U/ml。9：临界值（cutoff值）为一个区间范围70-100U/ml。10、酶标记抗体是碱性磷酸酶	提供制造商授权	1								
N105	N105-01	谷氨酰胺	100ml/瓶	瓶	638.00	进口	用于细胞培养需要补充的生物因子	不需要提供制造商授权	1							
N106	N106-01	12项病毒联检套餐 （PCR-荧光探针法）	96个/盒+配套耗材（一拖一）	盒	37950.00	国产	1.适用于体外定性检测人口/鼻咽拭子、痰液样本 2.为单管扩增检测形式，采用多重荧光探针RT-PCR技术 3.结合熔解曲线分析方法 4. -15 ℃及以下避光保存，有效期9个月 5.检测国家参考品，结果应符合国家参考品标准且与已知的病原体种类相符 6.配套病原体核酸分析软件实现自动判读	提供制造商授权	1								

N107	N107-01	腮腺炎病毒核酸荧光PCR检测试剂	25人份/盒	盒	525.00	国产	1.资质：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过13485及ISO9001体系考核。 2.-15℃以下冷冻保存，稳定性好，有效期12个月。 3.规格：24、48T/盒； 4.试剂盒组成含PCR反应体系必需试剂（RT-PCR反应液、引物探针混合液、酶混合液）、阴性对照、阳性对照、说明书。 5.单反应体系配方：RT-PCR反应液17μL，引物探针混合液2uL，混合酶液1μL，模板 5μL ，反应体系为25μL。 6.DNA与RNA扩增时间分别为70min与80min，试剂热稳定性好； 7.灵敏度不低于1×103 copies/mL。 8.精密度：参考品的变异系数（CV%）<5%；重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<10%。 9.开放性机型，适ABI系列仪器、Roche系列仪器等多种荧光PCR仪器。 10.具备阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取。 11.检测线形范围：1×103 copies/mL~2×10 10 copies/mL 12.可提供液体预分装试剂，有分装保存技术专利证书。 13.检测试剂的引物探针每半年在序列网站上进行比对更新，避免漏检； 14.每半年更新一次引物探针，漏检率极低； 15.试剂含内参; 16.运输要求：保证试剂所需保存温度的冷链运输，按照用户要求的	提供制造商授权	1							
N108	N108-01	脱氧核糖核酸恒温扩增试剂盒	100次/盒	盒	6500.00	国产	本试剂盒可用于动物源性、植物源性、人源性及其他细菌、病毒、真菌、寄生虫等核酸的扩增。	提供制造商授权	1							
N108	N108-02	Biotin-14-dCTP	300ul	支	10000.00	国产	本试剂用于 DNA 生物素化，是传统放射性同位素标记的出色替代物。	提供制造商授权	1							
N108	N108-03	Biotin-14-dATP	300ul	支	10000.00	国产	本试剂一种dATP的类似物，生物素通过 14-原子连接子连接到嘌呤碱基的6-位置。较长的14-原子间隔臂易于接近链霉素亲和素，以对原位和基于过滤器的杂交中的探针-靶标杂交进行灵敏度检测。	提供制造商授权	1							
N108	N108-04	一次性横向测流生物传感条（#2）	100条/包	包	7500.00	国产	本试剂是横向测流生物传感条层析式双抗体夹心法能够同时进行两种核酸/核酸扩增产物的快速检测。	提供制造商授权	1							
N108	N108-05	一次性横向测流生物传感条（#1）	100条/包	包	6500.00	国产	本试剂是横向测流生物传感条层析式双抗体夹心法能够同时进行核酸/核酸扩增产物的快速检测。	提供制造商授权	1							
N108	N108-06	特异性核酸扩增指示剂	1ml	支	6500.00	国产	本试剂是高灵敏的核酸扩增指示染料，适用于各种核酸扩增分析。	提供制造商授权	1							
N108	N108-07	一次性横向测流纳米流生物传感条（CRISPR专用）	100条/包	包	6500.00	国产	本试剂采用层析式双抗体夹心法能够用于CRISPR依赖的核酸扩增产物或探针的快速检测。	提供制造商授权	1							
N108	N108-08	核酸恒温扩增试剂盒（RNA/DNA通用型）	100次/盒	盒	7500.00	国产	本试剂可直接用于核糖核酸（RNA)和脱氧核糖核酸（DNA）的扩增。适用于动物源性、植物源性、人源性及其他细菌、病毒、真菌、寄生虫等核酸的恒温扩增。	提供制造商授权	1							
N108	N108-09	重组酶介导的恒温扩增试剂盒	100次/盒	盒	6500.00	国产	本试剂可用于动物源性、植物源性、人源性及其他细菌、病毒、真菌、寄生虫等脱氧核糖核酸（DNA）的扩增。	提供制造商授权	1							
N108	N108-10	重组酶介导的恒温扩增试剂盒	200次/盒	盒	13000.00	国产	本试剂可用于动物源性、植物源性、人源性及其他细菌、病毒、真菌、寄生虫等脱氧核糖核酸（DNA）的扩增。	提供制造商授权	1							

N109	N109-01	新型冠状病毒灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品病毒名称需在国家认可的P2实验室备案，如果没有需溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-02	甲型流感病毒H1N1灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-03	甲型流感病毒H3N2灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-04	乙型流感病毒BV灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								

N109	N109-05	禽流感病毒H1N1灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-06	禽流感病毒H5N6灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-07	禽流感病毒H5N1灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品病毒名称需在国家认可的P2实验室备案，如果没有需溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-08	禽流感病毒H7N9灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品病毒名称需在国家认可的P2实验室备案，如果没有需溯源至国家有证标准物质（GBW号）。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							

N109	N109-09	禽流感病毒H9N2灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-10	禽流感病毒H10N2灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-11	呼吸道合胞病毒A灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-12	呼吸道合胞病毒B灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								

N109	N109-13	副流感病毒1型灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-14	副流感病毒2型灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-15	博卡病毒灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-16	鼻病毒灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							

N109	N109-17	腺病毒3型灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-18	腺病毒5型灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-19	人偏肺病毒灭活病毒质控品	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								
N109	N109-20	呼吸道病毒灭活病毒质控品套装（5支）	0.5ml/管	管	220.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品至少一款需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1								

N109	N109-21	呼吸道病毒灭活病毒质控品套装（10支）	0.5ml/管	管	2000.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品至少一款需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-22	呼吸道病毒灭活病毒质控品套装（15支）	0.5ml/管	管	3000.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品至少一款需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							
N109	N109-23	呼吸道病毒灭活病毒质控品套装（20支）	0.5ml/管	管	4000.00	国产	1.质控品包装规格:0.5mL/支，可多重自由组合 2.性状：液体 3.每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型 多种浓度可以自由定制。 4.采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度10%，均匀性引入不确定度8%，长稳引入的不确定度15%扩展不确定度≤ 25%。量值结果需提供国家级或省级检测机构出具的测试报告并加盖测试机构的章。 5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 6.每种出发菌株需提供病毒编号，可溯源，加盖公章。 7.需要提供灭活病毒方式证明，加盖公章。 8.所提供质控品需在国家认可的P2实验室备案。 9.需提供不少于两家常用检测试剂的性能验证报告，需数字PCR定值	提供制造商授权	1							

N110	N110-01	呼吸道合胞病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16人份/盒	人份	1250.00	国产	1.试剂盒适用于呼吸道合胞病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集呼吸道合胞病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对呼吸道合胞病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列同时覆盖呼吸道合胞病毒A组和呼吸道合胞病毒B组的基因组序列，可用于上述呼吸道合胞病毒的全基因组捕获测序； 5.探针长度为≥50bp，可有效结合富集呼吸道合胞病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 9.试剂盒规格：≥8反应/盒 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂。	提供制造商授权	1							
N110	N110-02	博卡病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16人份/盒	人份	1250.00	国产	1.试剂盒适用于博卡病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集博卡病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对博卡病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖博卡病毒的基因组序列，可用于博卡病毒的全基因组捕获测序。 5.探针长度为≥50bp，可有效结合富集博卡病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂	提供制造商授权	1							
N110	N110-03	副流感病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16人份/盒	人份	1250.00	国产	1.试剂盒适用于副流感病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集副流感病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对副流感病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列同时覆盖副流感病毒Ⅰ型，副流感病毒Ⅱ型，副流感病毒Ⅲ型和副流感病毒Ⅳ型的基因组序列，可用于上述副流感病毒的全基因组捕获测序； 5.探针长度为≥50bp，可有效结合富集副流感病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有	提供制造商授权	1							

N110	N110-04	人腺病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16人份/盒	人份	1250.00	国产	1.试剂盒适用于人腺病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集人腺病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对人腺病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列覆盖人腺病毒（HAdV-A，HAdV-B,HAdV-C，HAdV-D,HAdV-E,HAdV-F和HAdV-G）的基因组序列，可用于上述人腺病毒的全基因组捕获测序； 5.探针长度为≥50bp，可有效结合富集人腺病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂	提供制造商授权	1							
N110	N110-05	人偏肺病毒全基因组探针法建库捕获试剂盒	16人份/盒	人份	1250.00	国产	1.试剂盒适用于人偏肺病毒全基因组文库构建、探针杂交捕获测序实验； 2.*试剂盒检测技术为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集人偏肺病毒基因组序列； 3.*开展实验时，无需进行病毒分离培养，对人偏肺病毒感染的阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序； 4.*试剂盒探针序列可以覆盖人偏肺病毒的基因组序列，可用于人偏肺病毒的全基因组捕获测序； 5.探针长度为≥50bp，可有效结合富集人偏肺病毒序列；可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪变异情况； 6.试剂盒可兼容各种原始样本类型，构建的文库可以兼容各种二代测序平台和三代测序平台； 7.*对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后全基因组覆盖度可达99%以上； 8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获； 试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂	提供制造商授权	1							
N110	N110-06	超灵敏度偏肺病毒全基因组捕获试剂盒	16人份/盒	人份	650.00	国产	1.适用性：人偏肺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况； 2.样本量：24； 3.灵敏度：低至1ng核酸； 4.试剂形式：整合试剂，涵盖人偏肺病毒全基因组 5.适用机型：兼容高通量测序平台。 6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作； 7.操作时间：≤2小时； 8.实验操作原理：多重PCR； 9.实验流程：包括反应体系配置、RT-PCR反应。 10.捕获特异性：通过人偏肺病毒的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰。 11.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。 12.完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保产品质量的一致性和可追溯性。	提供制造商授权	1							

N110	N110-07	超灵敏度人偏肺病毒全基因组捕获试剂盒	24份/盒	人份	650.00	国产	1.适用性：人偏肺病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况； 2.样本量：大于等于16人份/盒； 3.灵敏度：低至1ng核酸； 4.试剂形式：整合试剂，涵盖人偏肺病毒全基因组 5.适用机型：兼容高通量测序平台。 6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作； 7.操作时间：≤2小时； 8.实验操作原理：多重PCR； 9.实验流程：包括反应体系配置、RT-PCR反应。 10.捕获特异性：通过人偏肺病毒的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰。 11.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。 12.完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保产品质量的一致性和可追溯性。	提供制造商授权	1							
N110	N110-08	超灵敏度副流感病毒全基因组捕获试剂盒	24份/盒	人份	650.00	国产	″1.适用性：无需病毒分离培养，副流感病毒样本的高通量测序实验； 2.样本量：大于等于16人份/盒； 3.覆盖不同季节流行的4个亚型(HPIV1-4)； 4.试剂形式：整合试剂，覆盖副流感病毒全基因组，包括HA、NA、NP、PB1、PB2、PA、M和NS等8个基因片段； 5.适用机型：兼容高通量测序平台。 6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作； 7.操作时间：2小时； 8.实验操作原理：多重PCR； 9.实验流程：包括反应体系配置、RT-PCR反应。 10.捕获特异性：通过副流感病毒的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰。 11.本试剂盒在生产过程中严格遵循质量管理体系，确保产品质量的稳定性和可靠性。采用高质量的原材料，并通过严格的质量控制程序进行生产和加工。 12.完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保产品质量的一致性和可追溯性。	提供制造商授权	1							
N110	N110-09	超灵敏度呼吸道合胞病毒A型全基因组捕获试剂盒	24份/盒	人份	650.00	国产	″1，适用性：呼吸道合胞病毒A型样本的高通量测序建库实验； 2，样本量：大于等于16人份/盒； 3，灵敏度：低至1ng核酸； 4，试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组； 5，建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备； 6，适用机型：兼容高通量测序平台； *7、双反应体系，每个体系扩增后最终反应体系≥50ul；（提供说明书证明） *8.捕获和扩增为合一体系一个pcr流程即可完成逆转录和扩增，3.5小时即可完成实验。 *9.pcr流程扩增循环数≥35； *10.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得合胞分型，合胞全基因组序列，突变位点和溯源信息。	提供制造商授权	1							

N110	N110-10	超灵敏度呼吸道合胞病毒B型全基因组捕获试剂盒	24份/盒	人份	650.00	国产	″1,适用性：呼吸道合胞病毒B型样本的高通量测序建库实验; 2，样本量：大于等于16人份/盒； 3，灵敏度：低至1ng核酸； 4，试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组； 5，建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备； 6，适用机型：兼容高通量测序平台； *7、双反应体系，每个体系扩增后最终反应体系≥50ul；（提供说明书证明） *8.捕获和扩增为合一体系一个pcr流程即可完成逆转录和扩增，3.5小时即可完成实验。 *9.pcr流程扩增循环数≥35； *10.试剂盒生产厂家需生产同品牌生信分析软件，可供选择采购，该软件可实现引物去除，精确获得合胞分型，合胞全基因组序列，突变位点和溯源信息	提供制造商授权	1								
N110	N110-11	超灵敏度腺病毒全基因组捕获试剂盒	24份/盒	人份	650.00	国产	1,适用性：腺病毒样本的高通量测序建库实验; 2，样本量：大于等于16人份/盒； 3，灵敏度：低至1ng核酸； 4，试剂形式：整合试剂，涵盖腺病毒BCE三组全基因组； *5，包含亚型1、2、3、4、7、11、55 ； 6，适用机型：兼容高通量测序平台； 7、包含不同长度的三组六对引物，扩增子长度800-1200 bp； 8、样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于全基因组; 9.实验流程：包括反应体系配置、RT-PCR反应。 10.捕获特异性：通过腺病毒的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰。 11.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液。 12.完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保产品质量的一致性和可追溯性。 ★13.每种亚型的逆转录反应总体系≥100ul，最终反应总体系≥300ul；（提供说明书证明）	提供制造商授权	1								
N110	N110-12	超灵敏度多病原全基因组探针杂交捕获建库试剂盒	24份/盒	人份	1250.00	国产	1.适用性：多重病原体全基因组捕获建库实验; 2.原理：液态杂交探针捕获法; *3.寡核苷酸杂交捕获——叠瓦式寡核苷酸设计可完整覆盖每个基因组，实现WGS测序; 4.一次实验即可获得19种病原的全基因组序列，探针捕获比非富集鸟枪宏基因组方法更具成本效益和敏感性; 5.杂交捕获panel能够识别探针目标区域的变异，可以报告突变和密切相关的新型病毒变体; 6.捕获的区段大，均一性好，兼容高通量测序平台; 7.适用于多种样本类型： 鼻咽（NP）、口咽（OP）、废水、表面等; *8.杂交时间短，小于等于6小时就可完成杂交; *9.覆盖19种病原，冠状病毒（229E/HKU1/NL63/OC43)、肠病毒（A/B/C/D组）、流感病毒（甲/乙）、人腺病毒（B/C/D/E组）、博卡病毒、偏肺病毒、副流感病毒（1/2/3/4型）、鼻病毒（A/B/C）、腮腺炎病毒、麻疹病毒、风疹病毒、新冠病毒、合胞病毒、水痘带状疱疹病毒、SARS病毒、诺如病毒、登革热病毒、轮状病毒、星状病毒; 10.设计多对DNA探针，探针稳定，不易降解 11.适用机型：兼容高通量二代测序平台。	提供制造商授权	1								

N110	N110-13	一次性使用病原体采样管	25人份/盒	人份	11.00	国产	1.本产品用于样本的收集、运输和暂时储存。 2.本产品适用于咽拭子、鼻拭子、肛拭子及外环境涂抹的样本的采集。 3.★采集后的样本保存液可进行病原微生物核酸检测和测序实验等。 4.★采集后的样本保存液可同时进行常见细菌和病毒的分离培养细菌如脑膜炎奈瑟氏菌(流脑)、百日咳鲍特菌(百日咳)、A族链球菌(猩红热)、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、鼠疫耶尔森氏菌(鼠疫)、炭疽芽孢杆菌（炭疽)、霍乱弧菌、副溶血弧菌、河弧菌、大肠埃希氏菌、沙门氏菌(伤寒)、志贺氏菌(痢疾)、小肠结肠炎耶尔森氏菌等，病毒如流感病毒(季节性流感/禽流感/猪流感)、肠道病毒(手足口病/脊灰/出血性结膜炎)、腺病毒、轮状病毒、麻疹病毒、风疹病毒、腮腺炎病毒、副流感病毒等。 5.产品型号：非灭活型。 6.★保存液含无机盐、生物缓冲体系、病原微生物活性稳定剂和分散珠等组分。 7.★保存液不含任何抗生素和防腐剂。 8.保存液的pH值：在20℃～25℃时，保存液的pH值应为7.0～7.6。 9.★保存液规格：2ml/支，3.5ml/支，5ml/支。 10.★采样管规格：85mm×16mm。 11.★拭子规格：1个或2个，鼻拭子、口咽拭子和肛拭子根据需求可以任意搭配。 12.包装规格：25人份/盒，每箱20盒。 13.★国家级以上期刊正式发表的文献中，使用了本产品进行相关病原检测。 14.★使用本采样管进行样本采集后，可提供同品牌的核酸检测试剂进行相关病原验证。 15.储存条件:5~25℃保存，保质期一年。 16.供货时长:现货。 17.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。	提供制造商授权	1							
N110	N110-14	人呼吸道合胞病毒G基因第二高变区RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	120.00	国产	1.试剂盒用于从人呼吸道合胞病毒阳性核酸中，直接扩增G基因第二高变区。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.2.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							

N110	N110-15	人呼吸道合胞病毒A型G基因第二高变区RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	60.00	国产	1.试剂盒用于从人呼吸道合胞病毒A型阳性核酸中，直接扩增G基因第二高变区。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.2.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							
N110	N110-16	人呼吸道合胞病毒B型G基因第二高变区RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	60.00	国产	1.试剂盒用于从人呼吸道合胞病毒B型阳性核酸中，直接扩增G基因第二高变区。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.2.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							

N110	N110-17	人副流感病毒Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型HN基因巢式RT-PCR 扩增试剂盒	50 T/盒	T	200.00	国产	1.试剂盒用于从人副流感病毒Ⅱ型/Ⅲ型/Ⅳ型阳性核酸中，直接扩增HN基因区段。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.5.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							
N110	N110-18	人副流感病毒Ⅰ型HN基因巢式RT-PCR 扩增试剂盒	50 T/盒	T	80.00	国产	1.试剂盒用于从人副流感病毒Ⅰ型阳性核酸中，直接扩增HN基因区段。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.6小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							

N110	N110-19	人副流感病毒Ⅱ型HN基因巢式RT-PCR 扩增试剂盒	50 T/盒	T	80.00	国产	1.试剂盒用于从人副流感病毒Ⅱ型阳性核酸中，直接扩增HN基因区段。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.5.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							
N110	N110-20	人副流感病毒Ⅲ型HN基因巢式RT-PCR 扩增试剂盒	50 T/盒	T	80.00	国产	1.试剂盒用于从人副流感病毒Ⅲ型阳性核酸中，直接扩增HN基因区段。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.5.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							

N110	N110-21	人副流感病毒Ⅳ型HN基因巢式RT-PCR 扩增试剂盒	50 T/盒	T	80.00	国产	1.试剂盒用于从人副流感病毒Ⅳ型阳性核酸中，直接扩增HN基因区段。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.5.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							
N110	N110-22	人偏肺病毒F基因巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	80.00	国产	1.试剂盒用于从人偏肺病毒阳性核酸中，直接扩增F基因区段，经过一代测序，获得人偏肺病毒F基因序列。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.5.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							

N110	N110-23	人偏肺病毒G基因巢式RT-PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	80.00	国产	1.试剂盒用于从人偏肺病毒阳性核酸中，直接扩增G基因区段，经过一代测序，获得人偏肺病毒G基因序列。 2.样本种类：鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、病毒纯培养物等。 3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							
N110	N110-24	人腺病毒Hexon基因高变区Loop2区PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	60.00	国产	1.试剂盒用于从人腺病毒阳性核酸中，直接扩增Hexon基因高变区Loop2区，经过一代测序，获得人腺病毒Hexon基因高变区Loop2区基因序列。 2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体、环境涂抹和纯培养物等等。 3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★DNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。 7.2.5小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。	提供制造商授权	1							

N110	N110-25	人腺病毒3型 Fiber/Hexon/Penton base 基因PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	100.00	国产	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒3型阳性的核酸中扩增 Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。 2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。 3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.4小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。 16.针对本试剂盒的PCR扩增产物，本公司可提供专业的一代测序服	提供制造商授权	1							
N110	N110-26	人腺病毒4型 Fiber/Hexon/Penton base 基因PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	100.00	国产	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒4型阳性的核酸中扩增 Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。 2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。 3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.4小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。 16.针对本试剂盒的PCR扩增产物，本公司可提供专业的一代测序服	提供制造商授权	1							

N110	N110-27	人腺病毒7型 Fiber/Hexon/Penton base 基因PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	100.00	国产	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒7型阳性的核酸中扩增 Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。 2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。 3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.4小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。 16.针对本试剂盒的PCR扩增产物，本公司可提供专业的一代测序服	提供制造商授权	1							
N110	N110-28	人腺病毒55型 Fiber/Hexon/Penton base 基因PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	100.00	国产	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒55型阳性的核酸中扩增 Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。 2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。 3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.4小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。 16.针对本试剂盒的PCR扩增产物，本公司可提供专业的一代测序服	提供制造商授权	1							

N110	N110-29	人腺病毒C亚属 Fiber/Hexon/Penton base 基因PCR扩增试剂盒	50 T/盒	T	100.00	国产	1.试剂盒用于从已确认人腺病毒C亚属阳性的核酸中扩增 Fiber/Hexon/Penton base基因区段，进一步确定病原体基因型。 2.样本种类：咽拭子、痰液、肺泡灌洗液和纯培养物等。 3.试剂盒内需含有PCR反应所有试剂。 4.★扩增反应液为预混。 5.★RNA模板上样量仅需3μL。 6.★试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。 7.4小时内可完成目标基因扩增。 8.★样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。 9.★CT值≤28的阳性核酸，扩增成功率≥90%。 10.★可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。 11.包装规格：50人份/盒，可提供定制包装规格。 12.储存条件:-20℃保存，有效期为12个月，送货至客户端有效期大于9个月。 13.供货时长:现货。 14.资质证明：生产企业属于国家高新技术企业，通过ISO13485及ISO9001体系认证。 15.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内响应，24小时内提供解决方案。 16.针对本试剂盒的PCR扩增产物，本公司可提供专业的一代测序服	提供制造商授权	1							
N111	N111-01	无水氯化铝	瓶	500ml	90.00	国产	纯度≥99%	不需要提供制造商授权	1							
N111	N111-02	氢氧化钠	瓶	500ml	65.00	国产	纯度≥96%	不需要提供制造商授权	1							
N111	N111-03	盐酸（分析纯）	瓶	500ml	50.00	国产	ρ20=1.19 g/mL	不需要提供制造商授权	1							
N111	N111-04	乙二胺四乙酸二钠二水合物	99%（沃凯）500g	瓶	76.00	国产	纯度≥98% 500g密度: 1.01 g/mL at 25 ° C	不需要提供制造商授权	1							
N112	N112-01	新冠病毒核酸液体室间质评物	0.5mL/管;5管/套	套	400.00	国产	BDS-EQA-064,采用灭活病毒或假病毒技术制备，含有SARS-CoV-2全基因序列，以冻干粉末形式提供，以消除潜在生物传染风险。	提供制造商授权	1							
N112	N112-02	新冠病毒（ORFlab/N 基因） 双通道核酸检测试剂盒	100人份/盒	人份	4.00	国产	用于定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群 其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或签别诊断者的口咽拭子 鼻咽拭子样本中，新型冠状病毒ORF1ab和N基因。 试剂盒采用多重PCR-荧光探针技术，结合一步法RT-PCR技术，以新型冠状病毒ORF1ab与编码核衣壳蛋白N基因的特异性保守列为靶区域，设计双靶标基因检测引物探针，配以RT-PCR反应体系进行检测，反应结束后通过分析各通道的阁值循环数(Ct值)进行结果判定。同时，试剂盒需设计用于监控取样、提取、加样、扩等过程的人类管家基因RNaseP作为内标，有效防止假阳性与假阴性发生，以保障	提供制造商授权	3							
N112	N112-03	猪传染性胃肠炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒	50T/盒	人份	40.00	国产	1.检测工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 2.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min，不影响检测性能的冻融次数≥7次。 3.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。 4.技术奖项:所投产品生产企业取得“多重 PCR 技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖 5.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系	提供制造商授权	1							

N112	N112-04	猪流行性腹泻病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒	50T/盒	人份	40.00	国产	1.可根据需要提供包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 2.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min，不影响检测性能的冻融次数≥7次。 3.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。 4.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证。	需要提供制造商授权	1								
N112	N112-05	新型冠状病毒核酸标准物质GBW(E)091089（带证书）	50μL（高浓度）	50μL（高浓度）	1500.00	国产	标准物质是通过体外转录获得了新型冠状病毒重要特征基因核壳蛋白N基因（全长）、包膜蛋白E基因（全长）和开放阅读框1ab（ORF1ab）基因片段（基因组坐标：13201-15600，GenBankNo.NC_045512）的 RNA 转录子，按照比例混合后稀释至一定浓度分装。参照JJF1343国家计量技术规范（等效ISO指南35），采用数字PCR方法对该标准物质进行均匀性研究，取样量≥5μL。采用数字PCR方法对该标准物质进行稳定性研究，有效期最少为12个月	不需要提供制造商授权	3								
N112	N112-06	城市污水新冠病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	25.00	国产	试剂规格 ：25/50T/盒。 2.采用一步法实时荧光定量PCR检测技术，适配的PCR仪机型开放，包括但不限于ABI系列PCR仪、BioRad系列PCR仪、罗氏480系列PCR仪等。 3.试剂效期：12 个月。 4.★扩增时间： RNA 类标本不大于 80 分钟，DNA 类标本不大于 70 分钟。 5.★试剂盒成份精简，组分：RT-PCR 反应液、酶混合液、引物探针、阴阳性对照品，减少加样次数。 6.试剂具有抵抗反复冻融及防污染能力，具有超强的热稳定性。 7.检测精密性参考品的变异系数≦5%。 8.试剂最低检测限：500copies/mL。 9.获得 ISO 13485、ISO9001 质量管理体系认证，并提供有效期内的资质证书证明。 10.具有完善的售后服务体系及服务经验	提供制造商授权	3								
N112	N112-07	城市污水新型冠状病毒标准品	50μL（高浓度）	50μL（高浓度）	1500.00	国产	标准物质是通过体外转录获得了新型冠状病毒重要特征基因核壳蛋白N基因（全长）、包膜蛋白E基因（全长）和开放阅读框1ab（ORF1ab）基因片段（基因组坐标：13201-15600，GenBankNo.NC_045512）的 RNA 转录子，按照比例混合后稀释至一定浓度分装。参照JJF1343国家计量技术规范（等效ISO指南35），采用数字PCR方法对该标准物质进行均匀性研究，结果表明均匀性良好，最小取样量为5μL。采用字PCR方法对该标准物质进行了初步稳定性研究，参考同类标准物质的稳定性数据，自定值日期起，有效期暂定为12个	不需要提供制造商授权	3								
N112	N112-08	城市污水新冠病毒/辣椒轻斑驳病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	112.00	国产	1.产品规格：25T/50T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：新型冠状病毒(N、ORF1ab)、辣椒轻斑驳病毒 4.试剂盒内除了预混液，还内带辣椒轻斑驳标准品、新型冠状病毒标准品各1支； 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103`1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	提供制造商授权	3								

N112	N112-09	城市污水新冠病毒和辣椒轻斑驳病毒标准品	25T/50T	人份	112.00	国产	1.产品规格：25T/50T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：新型冠状病毒(N、ORF1ab)、辣椒轻斑驳病毒 4.试剂盒内除了预混液，还内带辣椒轻斑驳标准品、新型冠状病毒标准品各1支； 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	提供制造商授权	3								
N112	N112-10	城市污水新冠病毒、猪传染性肠胃炎病毒、辣椒轻斑驳病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	180.00	国产	1.产品规格：25T/50T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：新型冠状病毒(N、ORF1ab)、辣椒轻斑驳病毒，猪传染性肠胃炎病毒； 4.试剂盒内除了预混液，还内带辣椒轻斑驳标准品、新型冠状病毒标准品、猪传染性肠胃炎病毒标准品各1支； 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	提供制造商授权	3								
N112	N112-11	城市污水新冠病毒、猪传染性肠胃炎病毒、辣椒轻斑驳病毒标准品	25T/50T	人份	180.00	国产	1.产品规格：25T/50T/盒。 2.储存条件：-20 ℃以下避光保存，有效期12个月。 3.可检测的病原体范围：新型冠状病毒(N、ORF1ab)、辣椒轻斑驳病毒，猪传染性肠胃炎病毒； 4.试剂盒内除了预混液，还内带辣椒轻斑驳标准品、新型冠状病毒标准品、猪传染性肠胃炎病毒标准品各1支； 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	提供制造商授权	3								
N112	N112-12	猪传染性肠胃炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）辣椒轻斑驳病毒内标	25T/50T	人份	40.00	国产	1.检测工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 2.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min，不影响检测性能的冻融次数≥7次。 3.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。 4.技术奖项:所投产品生产企业取得“多重 PCR 技术平台”及“病原体发现及其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖 5.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，通过	提供制造商授权	3								
N112	N112-13	猪传染性胃肠炎病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	40.00	国产	1.检测工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 2.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min，不影响检测性能的冻融次数≥7次。 3.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。 4.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，通过	提供制造商授权	3								

N112	N112-14	猪流行性腹泻病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）辣椒轻斑驳病毒内标	25T/50T	人份	40.00	国产	1.检测工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 2.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min，不影响检测性能的冻融次数≥7次。 3.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。 4.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，通过	提供制造商授权	3							
N112	N112-15	猪流行性腹泻病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	40.00	国产	1.检测工艺：可根据需要提供2种不同工艺形式，包括除酶以外1管预混液体系和1管全混体系包装。病毒类产品(同为RNA)的反应程序需完全一致，可同时上机。 2.预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤40min，反应时长≤70min，不影响检测性能的冻融次数≥7次。 3.具备配套的qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类覆盖全面。 4.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，通过	提供制造商授权	3							
N112	N112-16	辣椒轻斑驳病毒核酸定量检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	48.00	国产	1.适用范围：PMMoV定量标准品浓度约为 1.0×108 copies/μL。 2.产品规格：25T/50T/盒。 3.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。 4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测。 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	提供制造商授权	3							
N112	N112-17	辣椒轻斑驳病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/50T	人份	48.00	国产	1.适用范围：PMMoV定量标准品浓度约为 1.0×108 copies/μL。 2.产品规格：25T/50T/盒。 3.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。 4.检测效率：只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测。 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	提供制造商授权	3							
N112	N112-18	辣椒轻斑驳病毒标准品（荧光PCR法）	25T/50T	人份	48.00	国产	1.适用范围：PMMoV定量标准品浓度约为 1.0×108 copies/μL。 2.产品规格：25T/50T/盒。 3.储存条件：-20℃以下避光保存，有效期 12个月。 4.检测效率：采用全混体系技术，只需一步加入核酸，即可完成目的基因的定性检测。 5.反应体系：5μL模板+20μL反应试剂 6.检测性能：最低检测限：500 copies/ml；线性范围：2×103~1×108 copies/ml；检测精密度参考品的变异系数小于5%；特异性：针对可能产生交叉的其他病原体均无交叉反应。 ★7.质量控制：采用UDG 防污染体系，含有阴阳性对照 ★8.配套试剂盒具备判读软件异常数据自动纠错功能 判读软件可以自动识别异常曲线，并在分析结果中给出提示。	提供制造商授权	3							
N113	N113-01	高保真 Taq 酶	1ml*5支*包	包	45.00	国产	1、直接上样：含染料 PCR产物可直接上样进行凝胶电泳分析; 2、高度灵敏：高纯度的酶带来优良的灵敏性; 3、无基因组污染：扩增产物纯度高 4、高效扩增：优化的缓冲体系发挥更强的扩增性能; 5、重复性好：体系预混合，减小加样误差，降低污染机会; 6、性能稳定：4C保存3-6个月或室温(25C)保存2-4周，反复冻融50次，扩增性能无变化;	不需要提供制造商授权	1							

N113	N113-02	逆转录试剂	100T/盒	盒	1630.00	进口	1、可以高效合成长达13kb的全长第一链cDNA 2、 最佳活性温度为42° C 3、完全一提供RT反应所需的所有组分 4、应用广泛： 4-1 第一链cDNA合成，作为RT-PCR和实时RT-qPCR的模板 4-2构建全长cDNA文库	不需要提供制造商授权	1								
N113	N113-03	rt-PCR试剂（染料法）	50T/盒	盒	500.00	国产	1、一步法将 RNA 反转录成第一链cDNA，并进行PCR扩增。 2、通过PCR技术，以RNA为模板，利用基因特异性引物，SuperRT Ill One-Step RT Enzyme Mix 和2XSuperRT Ill One-Step RT Buffer合成第一链cDNA后，在Taq plus DNA Polymerase的作用下检测目的基因的含量。 3、包含一步法 RT-PCR反应所必须的酶和反应体系，配合经过优化的缓冲体系，最大程度的减少反转录酶对扩增反应的抑制， RT-PCR	不需要提供制造商授权	1								
N113	N113-04	rt-PCR试剂（探针法）	100T/盒	盒	500.00	国产	1、用于SarRTW后转录酶体型执息动Tag DNA聚合酶，配合优化的Buffer体系，采用探针法进行一步法反转曼实时荧光定量检测的专用试剂盒。 2、使用产品进行Real TimeRT-PCR反应时，以提取的RNA为模板，在同一反应管内连续进行反转灵和荧光定量检测， 操作单并能误对结构复杂和GC含量高的RNA模板扩增效果好，适合于DNA素是日标其用的检相对SVBD探针法荧光定量的发光原理有所区别 3、在目标样本低丰度的情况下有着更加稳定，准确的检测效果，BOX BafarenceDva用以校正定量PCR仪孔与孔之间产生的荧光信号误差，不同的荧光定量PCR仪对ROX的要求不同，根据不同荧光定量PCR	不需要提供制造商授权	1								
N113	N113-05	提胶纯化试剂	100PERPS	盒	240.00	国产	1、在特定的 Binding Buffer II 存在条件下，吸附膜可选择性吸附最多 10 μg DNA，核甘酸、酶、矿物油和其它杂质等不会吸附到膜上，并可被 Wash Solution 洗涤去除。DNA 片段可被 Elution Buffer 从吸附膜上充分洗脱下来，纯化后的 DNA可用于测序、标记、限制性酶切、连接和转化等后续分子生物学实验。 2.可用于各种酶促反应液中 DNA 片段的回收及琼脂糖凝胶中 DNA 片段的回收。 3.快速，整个过程小于1个小时； 4.适于回收100 bp~10 kb 的DNA片段，回收率高（50~80%）； 5.纯度高，污染少；	不需要提供制造商授权	1								
N113	N113-06	克隆转化试剂	20次/支	支	550.00	国产	1、即用型多片段无缝克隆产品， 2、试剂内含重组增强因子，可以同时将 1~11 个 DNA 片段克隆到任何载体中，显著提高重组克隆效率。只需插入的 DNA 片段末端与载体末端具有 15~25个同源碱基序列就可以在载体的任意位点完成克隆重组。 3、在 50° C 反应条件下 5~60 分钟即可进行转化，克隆阳性率可	不需要提供制造商授权	1								
N114	N114-01	玻璃珠	1kg/盒	盒	622.00	国产	光滑的玻璃珠，规格有1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/可选	不需要提供制造商授权	1							
N114	N114-02	超滤浓缩管洗脱套装	0.01um	管	305.00	国产	1.套转包含：超滤浓缩管及洗液两件套。超滤浓缩管规格： 0.01um，超滤浓缩管洗液规格：5ml/瓶 2.适用于水体中细菌和病毒的快速富集； 3.产品包含超滤浓缩管，超滤浓缩管洗液； 4.采用超滤纤维膜，膜面积为180cm²； 5.浓缩后体积0.5-5mL； 6.截留率＞99%；	需要提供制造商授权	1								

N115	N115-01	Loopamp RNA扩增试剂盒	48 次/盒	盒	5980.00	国产	1*、专利平台、专利保障：应用该技术及相关产品，有专利保障，当需要成果转化时不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起法律或经济纠纷，享有不受限制的无偿使用权。 2*、检测方法是一种新型的核酸扩增技术，其基本原理是采用四条/六条引物来识别靶基因上的六/八个特异区域，同时只需要利用一种具有链置换特性的DNA聚合酶，在等温条件下进行扩增反应。 3*、试剂操作简单，只需将模板和引物放入预混好的mix里，置于一定温度下(60- 65℃)进行反应，15-60分钟内DNA高效扩增可达10^9-1010倍。 4*、使用 Loopamp DNA 扩增试剂盒，可通过观察反应副产物(浑浊物即焦磷酸镁)来实现肉眼判读。 5*、当Loopamp DNA 扩增试剂盒和Loopamp 荧光目视检测试剂盒配套使用时，阳性结果自然光下(或波长为240-260nm LED光下)会呈现明显的绿色，阴性结果为橙黄色，肉眼直接判读。 6 、该试剂能够在 LAMP实时浊度检测系统上配套使用，呈现出扩增曲线、柱状图，速率曲线等数据用于报告分析和文章写作。 7*、试剂盒自带PM（对照引物）和PC（对照核酸），用于质控试剂盒的性能。 8、试剂长期保存温度为-20度，保质期一年，反复冻融性能不受影响。 9、试剂扩增温度精度在±0.5℃左右即可，比较宽泛。 10、提供LAMP引物设计服务及其相关技术支持。	提供制造商授权	1							
N115	N115-02	Loopamp 荧光检测试剂盒	96 次/盒	盒	2980.00	国产	1*、专利平台、专利保障：应用该技术及相关产品，有专利保障，当需要成果转化时不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起法律或经济纠纷，享有不受限制的无偿使用权。 2*、检测方法是一种新型的核酸扩增技术，其基本原理是采用四条/六条引物来识别靶基因上的六/八个特异区域，同时只需要利用一种具有链置换特性的DNA聚合酶，在等温条件下进行扩增反应。 3*、试剂操作简单，只需将模板和引物放入预混好的mix里，置于一定温度下(60- 65℃)进行反应，15-60分钟内DNA高效扩增可达10^9-1010倍。 4*、使用 Loopamp DNA 扩增试剂盒，可通过观察反应副产物(浑浊物即焦磷酸镁)来实现肉眼判读。 5*、当Loopamp DNA 扩增试剂盒和Loopamp 荧光目视检测试剂盒配套使用时，阳性结果自然光下(或波长为240-260nm LED光下)会呈现明显的绿色，阴性结果为橙黄色，肉眼直接判读。 6 、该试剂能够在 LAMP实时浊度检测系统上配套使用，呈现出扩增曲线、柱状图，速率曲线等数据用于报告分析和文章写作。 7*、试剂盒自带PM（对照引物）和PC（对照核酸），用于质控试剂盒的性能。 8、试剂长期保存温度为-20度，保质期一年，反复冻融性能不受影响。 9、试剂扩增温度精度在±0.5℃左右即可，比较宽泛。 10、提供LAMP引物设计服务及其相关技术支持。	提供制造商授权	1							

N115	N115-03	Loopamp DNA扩增试剂盒	48 次/盒	盒	4980.00	国产	1*、专利平台、专利保障：应用该技术及相关产品，有专利保障，当需要成果转化时不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起法律或经济纠纷，享有不受限制的无偿使用权。 2*、检测方法是一种新型的核酸扩增技术，其基本原理是采用四条/六条引物来识别靶基因上的六/八个特异区域，同时只需要利用一种具有链置换特性的DNA聚合酶，在等温条件下进行扩增反应。 3*、试剂操作简单，只需将模板和引物放入预混好的mix里，置于一定温度下(60- 65℃)进行反应，15-60分钟内DNA高效扩增可达10⁹-1010倍。 4*、使用 Loopamp DNA 扩增试剂盒，可通过观察反应副产物(浑浊物即焦磷酸镁)来实现肉眼判读。 5*、当Loopamp DNA 扩增试剂盒和Loopamp 荧光目视检测试剂盒配套使用时，阳性结果自然光下(或波长为240-260nm LED光下)会呈现明显的绿色，阴性结果为橙黄色，肉眼直接判读。 6 、该试剂能够在 LAMP实时浊度检测系统上配套使用，呈现出扩增曲线、柱状图，速率曲线等数据用于报告分析和文章写作。 7*、试剂盒自带PM（对照引物）和PC（对照核酸），用于质控试剂盒的性能。 8、试剂长期保存温度为-20度，保质期一年，反复冻融性能不受影响。 9、试剂扩增温度精度在±0.5℃左右即可，比较宽泛。 10、提供LAMP引物设计服务及其相关技术支持。	提供制造商授权	1							
N115	N115-04	Bst DNA Polymerase, Large Fragment	4000U/包	包	516.00	国产	来源：Bacillus stearothermophilus DNA Polymerase I的大片段通过大肠杆菌重组表达和纯化而获得。 纯度：无DNA内切酶和外切酶活性。 用途：环介导等温扩增LAMP、解旋酶等温基因扩增(HDA)等DNA等温扩增，多重置换扩增(MDA)，全基因组扩增(WGA)，高GC含量DNA的测	不需要提供制造商授权	2							
N115	N115-05	Bst 8.0 DNA Polymerase	8KU/包	包	568.00	国产	来源：Bst 8.0 DNA Polymerase通过大肠杆菌重组表达和纯化而获得。 纯度：无DNA内切酶和外切酶活性。 用途：环介导等温扩增(LAMP)、逆转录环介导等温扩增(RT-LAMP)(反应温度可达72°C)、交叉引物扩增技术(CPA)、滚环扩增(RCA)和解旋酶等温扩增(HDA)等DNA等温扩增，多重置换扩增(MDA)，链置换DNA合成，全基因组扩增(WGA)，高GC含量的DNA的测序，纳克级DNA	不需要提供制造商授权	2							
N115	N115-06	Bst 8.0 DNA Polymerase	40KU/包	包	2158.00	国产	来源：Bst 8.0 DNA Polymerase通过大肠杆菌重组表达和纯化而获得。 纯度：无DNA内切酶和外切酶活性。 用途：环介导等温扩增(LAMP)、逆转录环介导等温扩增(RT-LAMP)(反应温度可达72°C)、交叉引物扩增技术(CPA)、滚环扩增(RCA)和解旋酶等温扩增(HDA)等DNA等温扩增，多重置换扩增(MDA)，链置换DNA合成，全基因组扩增(WGA)，高GC含量的DNA的测序，纳克级DNA	不需要提供制造商授权	2							
N115	N115-07	BeyoColor™等温扩增变色检测试剂盒	100次/包	包	1128.00	国产	含Bst酶、UDG酶、PCR Buffer、dNTP、dUTP、可视化染料，只需加入适量特异引物、待测样品和水即可检测目的DNA。 提供阳性对照Positive Control，可用于确定试剂盒是否能正常工作。Positive Control含阳性DNA模板和对应的引物，检测的目的DNA为GFP，阳性对照中包含靶向GFP的相应检测引物和相应的GFP DNA	提供制造商授权	1							
N115	N115-08	BeyoColor™等温扩增变色检测试剂盒(LAMP/RT-LAMP法，含UDG)	100次/包	包	1168.00	国产	含Bst酶、UDG酶、PCR Buffer、dNTP、dUTP、可视化染料，只需加入适量特异引物、待测样品和水即可检测目的DNA/RNA。Bst酶具有较好的逆转录酶活性，在60-65°C可高效合成cDNA，因此对于RNA样品，无需单独的逆转录步骤。提供阳性对照Positive Control，可用于确定试剂盒是否能正常工作。Positive Control含阳性DNA模板和对应的引物，检测的目的DNA为GFP，阳性对照中包含靶向GFP的相	提供制造商授权	1							

N115	N115-09	BeyoColor™等温扩增变色检测试剂盒(LAMP/RT-LAMP法, 含UDG)	500次/包	包	4198.00	国产	含Bst酶、UDG酶、PCR Buffer、dNTP、dUTP、可视化染料，只需加入适量特异引物、待测样品和水即可检测目的DNA/RNA。Bst酶具有较好的逆转录酶活性，在60-65°C可高效合成cDNA，因此对于RNA样品，无需单独的逆转录步骤。提供阳性对照Positive Control，可用于确定试剂盒是否能正常工作。Positive Control含阳性DNA模板和对应的引物，检测的目的DNA为GFP，阳性对照中包含靶向GFP的相应检测引物和相应的GFP DNA	提供制造商授权	1								
N115	N115-10	等温扩增荧光检测试剂盒(LAMP/RT-LAMP法, 含UDG)	500次/包	包	4298.00	国产	使用dU和热敏型UDG酶，可以使扩增产物中掺入dU并且在等温扩增前37°C孵育5-15分钟可有效消除等温扩增过程中带来的产物污染问题。在进行等温扩增时，热敏型UDG酶会被失活，从而不会干扰后续的等温扩增检测。 含Bst酶、UDG酶、PCR Buffer、dNTP、dUTP、SYBR Green染料，只需加入适量特异引物、待测样品和水即可检测目的DNA/RNA。Bst酶具有良好的逆转录酶活性，在60-65°C可高效合成cDNA，对于RNA样品，无需单独的逆转录步骤。 提供阳性对照Positive Control，可用于确定试剂盒是否能正常工作，检测的目的DNA为GFP。阳性对照中包含靶向GFP的相应检测引物和相应的GFP	提供制造商授权	1								
N115	N115-11	等温扩增荧光检测试剂盒(LAMP/RT-LAMP法, 含UDG)	100次/包	包	1198.00	国产	使用dU和热敏型UDG酶，可以使扩增产物中掺入dU并且在等温扩增前37°C孵育5-15分钟可有效消除等温扩增过程中带来的产物污染问题。在进行等温扩增时，热敏型UDG酶会被失活，从而不会干扰后续的等温扩增检测。 含Bst酶、UDG酶、PCR Buffer、dNTP、dUTP、SYBR Green染料，只需加入适量特异引物、待测样品和水即可检测目的DNA/RNA。Bst酶具有良好的逆转录酶活性，在60-65°C可高效合成cDNA，对于RNA样品，无需单独的逆转录步骤。 提供阳性对照Positive Control，可用于确定试剂盒是否能正常工作，检测的目的DNA为GFP。阳性对照中包含靶向GFP的相应检测引物和相应的GFP	提供制造商授权	1								
N115	N115-12	SYBR Green I (10,000X in DMSO, qPCR Grade)	2ML/支	支	1690.00	国产	适用于qPCR、等温扩增或基因芯片等的荧光染色定量，也可以用于DNA或RNA进行琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳时的荧光染色	提供制造商授权	1								
N115	N115-13	dNTP Mixture (25mM each, UltraPure, ≥99.8%)	1ML/支	支	239.00	国产	采用超纯的dATP、dCTP、dGTP、dTTP和dUTP配制的单组分或混合溶液，适合用于需要高纯度dNTP的PCR、real-time PCR、RT-PCR、cDNA或普通DNA合成、引物延伸反应、DNA测序、DNA标记等各种常规分子生物学反应	提供制造商授权	1								
N115	N115-14	dNTP/dUTP Mixture (2.5mM each/5mM)	5ML/支	支	237.00	国产	用于Taq DNA聚合酶等酶参与的PCR、real-time PCR、RT-PCR，以及引物延伸、cDNA合成等。可以识别并切割dUTP掺入位点的UDG酶配合使用，以减少PCR扩增产物对环境的污染而造成的PCR扩增的假阳性	提供制造商授权	1								
N115	N115-15	pCMV-AT1.03 (ATP荧光探针)	100ug/支	支	1160.00	国产	含有CMV启动子用于在哺乳动物细胞中表达AT1.03蛋白以作为ATP荧光探针的工具质粒	提供制造商授权	1								
N115	N115-16	RT-基础型冻干微球(ERA法)	96T/盒	盒	5016.00	国产	用于ERA法	提供制造商授权	1								
N115	N115-17	RT-探针型冻干微球(ERA法)	96T/盒	盒	5016.00	国产	可以做RT-试纸和RT-荧光	提供制造商授权	1								
N115	N115-18	试纸型核酸扩增试剂盒(ERA法)	96T/盒	盒	4032.00	国产	用于ERA法	提供制造商授权	1								
N115	N115-19	侧向流检测试纸条(CRISPR)	50T/盒	盒	1750.00	国产	用于ERA法	提供制造商授权	1								
N115	N115-20	FAM/Biotin Reporter	OD	10D	700.00	国产	适用于做Cas12a	提供制造商授权	1								
N115	N115-21	FAM/BHQ Reporter	OD	10D	700.00	国产	适用于做Cas12a	提供制造商授权	1								
N115	N115-22	核酸释放剂E	50mL/瓶	瓶	1800.00	国产	用于ERA法	提供制造商授权	1								
N115	N115-23	样本释放剂	10个/盒(2ml/管)	盒	620.00	国产	DNA和RNA都可以用，用于ERA法	提供制造商授权	1								
N115	N115-24	ERA法引物合成	bp	1bp	0.60	国产	用于ERA法，11-59个bp	提供制造商授权	1								

N115	N115-25	ERA法探针合成	0D	10D	300.00	国产	用于ERA法	提供制造商授权	1								
N115	N115-26	RT-荧光型核酸扩增试剂盒(ERA法)	96T/盒	T	42.00	国产	用于ERA法	提供制造商授权	1								
01	01-001	生理盐水	225mL/袋×10袋/盒	盒	120	国产	0.85%氯化钠，符合GB4789.2中生理盐水的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-002	生理盐水	9mL/支×20支/盒	盒	110	国产	0.85%氯化钠，符合GB4789.2中生理盐水的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-003	磷酸盐缓冲液（PBS）	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.2中PBS的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-004	平板计数琼脂（PCA）	250g/瓶	瓶	190	国产	符合GB4789.2中PCA的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-005	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB4789.3中LST的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-006	煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)	250g/瓶	瓶	300	国产	符合GB4789.3中BGLB的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-007	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	10ml/支×20支/盒	盒	140	国产	符合GB4789.3中BGLB的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-008	大肠菌群检测片	20片/包	包	160	国产	符合GB4789.3中的使用要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-009	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）	250g/瓶	瓶	200	国产	符合GB4789.3中VRBA的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-010	EC肉汤	250g/瓶	瓶	140	国产	符合GB4789.38中EC肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-011	伊红美蓝琼脂（EMB）	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB4789.6中EMB的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-012	营养琼脂	250g/瓶	瓶	135	国产	符合GB4789.41中营养琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-013	普通营养肉汤培养基	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.38中营养肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-014	革兰氏染色液	10mL×4	盒	55	国产	符合GB4789.41中革兰氏染色液的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-015	胰蛋白胨胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂	250g/瓶	瓶	2000	国产	符合GB4789.38中营养琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-016	缓冲蛋白胨水（BPW）	250g/瓶	瓶	130	国产	符合GB4789.41中BPW的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-017	缓冲蛋白胨水（BPW）	225ml/袋×10袋/盒	盒	120	国产	符合GB4789.41中BPW的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-018	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）	250g/瓶	瓶	155	国产	符合GB4789.41中VRBGA的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-019	葡萄糖琼脂	250g/瓶	瓶	155	国产	符合GB4789.41中葡萄糖琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-020	氧化酶试纸	10片/盒	盒	20	国产	符合GB4789.41中氧化酶试剂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-021	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤）	250g/瓶	瓶	260	国产	符合GB4789.41中EE肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-022	马铃薯葡萄糖琼脂培养基（PDA）	250g/瓶	瓶	230	国产	符合GB4789.15中PDA的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-023	马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）斜面	20支/盒	盒	230	国产	符合GB4789.15中PDA的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-024	孟加拉红培养基(虎红琼脂)	250g/瓶	瓶	180	国产	符合GB4789.15中虎红琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-025	蛋白胨-盐溶液	250g/瓶	瓶	80	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中蛋白胨盐溶液的配方要求	否	1								
01	01-026	乳平板计数琼脂（MPC）	250g/瓶	瓶	270	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中MPC的配方要求	否	1								
01	01-027	葡萄糖胰蛋白胨琼脂（DTA）	250g/瓶	瓶	200	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中DTA的配方要求	否	1								
01	01-028	稀释液（乳酸菌稀释液）	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB4789.35中稀释液的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-029	MRS琼脂培养基	250g/瓶	瓶	270	国产	符合GB4789.35中MRS琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-030	改良MRS琼脂培养基配套试剂（含莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐）	2种×5支/盒	盒	120	国产	符合GB4789.35中改良MRS琼脂培养基配套试剂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-031	MRS肉汤	250g/瓶	瓶	230	国产	符合GB4789.35中MRS肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-032	MC琼脂培养基	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB4789.35中MC琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-033	TOS培养基	250g/瓶	瓶	250	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中TOS的配方要求	否	1								
01	01-034	魏茨曼氏菌属计数琼脂培养基（WCA）	250g/瓶	瓶	140	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中WCA的配方要求	否	1								

01	01-035	缓冲甘油-氯化钠溶液	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.12中缓冲甘油-氯化钠溶液的配方要求	否	1								
01	01-036	0.1%蛋白胨水	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.12中0.1%蛋白胨水琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-037	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC）	250g/瓶	瓶	230	国产	符合GB4789.12中TSC琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-038	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂配套试剂	10支/盒	盒	270	国产	符合GB4789.12中TSC配套试剂的要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-039	哥伦比亚血琼脂平板	90 mm×20个/盒	盒	127	国产	符合GB4789.9中的哥伦比亚血琼脂平板要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-040	液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）	250g/瓶	瓶	190	国产	符合GB4789.12中FTG琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-041	含铁牛奶培养基	250g/瓶	瓶	180	国产	符合GB4789.12中脂的含铁牛奶培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-042	改良胰蛋白胨大豆液体培养基(mTSB)（含3号胆盐）	250g/瓶	瓶	150	国产	符合GB4789.49中mTSB的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-043	产志贺氏菌毒素大肠埃希氏菌（STEC）显色培养基	1000mL/瓶	瓶	1000	国产	符合GB4789.49中STEC显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-044	麦康凯琼脂	250g/瓶	瓶	100	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中麦康凯琼脂的配方要求	否	1								
01	01-045	胰蛋白胨大豆琼脂培养基(TSA)	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-046	脑心浸出液肉汤（BHI）	250g/瓶	瓶	290	国产	符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-047	蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素 E（PNCC）增菌液基础	250g/瓶	瓶	140	国产	符合GB4789.44中培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-048	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E（mCPC）琼脂基础	250g/瓶	瓶	220	国产	符合GB4789.44中培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-049	改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E(mCPC)琼脂配套试剂	10支/盒	盒	310	国产	符合GB4789.44中培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-050	3%氯化钠三糖铁斜面	10ml/支×20支/盒	盒	140	国产	符合GB4789.4中培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-051	改良EC肉汤（m EC+n）基础	250g/瓶	瓶	150	国产	符合GB4789.36中改良EC肉汤培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-052	新生霉素（改良EC肉汤配套试剂）	10支/盒	盒	55	国产	符合GB4789.36中改良EC肉汤培养基配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-053	改良山梨醇麦康凯琼脂基础(CT-SMAC)	250g/瓶	瓶	320	国产	符合GB4789.36中CT-SMAC培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-054	改良山梨醇麦康凯琼脂配套试剂	10支/盒	盒	100	国产	符合GB4789.36中CT-SMAC培养基配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-055	大肠杆菌O157显色培养基	1000mL/瓶	瓶	480	国产	符合GB4789.36中大肠杆菌O157显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-056	三糖铁琼脂	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.5中三糖铁培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-057	三糖铁斜面	20支/盒	盒	140	国产	符合GB4789.5中三糖铁培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-058	月桂基硫酸盐胰蛋白胨-MUG肉汤	100g/瓶	瓶	650	国产	符合GB4789.36中MUG-LST培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-059	Fraser增菌肉汤(FB1,FB2)基础	250g/瓶	瓶	450	国产	符合GB4789.30中Fraser增菌肉汤(FB1,FB2)配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-060	FB1增菌肉汤配套试剂	2种×5支/盒	盒	48	国产	符合GB4789.30中FB1增菌肉汤配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-061	FB1增菌肉汤	225ml/袋×10袋/盒	盒	320	国产	符合GB4789.30中FB1增菌肉汤配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-062	FB2增菌肉汤配套试剂	2种×5支/盒	盒	56	国产	符合GB4789.30中FB2增菌肉汤配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-063	FB2增菌肉汤	10mL×20支/盒	盒	220	国产	符合GB4789.30中培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-064	PALCAM培养基基础	250g/瓶	瓶	450	国产	符合GB4789.30中PALCAM培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-065	PALCAM琼脂配套试剂	10支/盒	盒	65	国产	符合GB4789.30中PALCAM培养基配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-066	单增李斯特氏菌显色培养基	1000mL/瓶	瓶	1400	国产	符合GB4789.30中单增李斯特氏菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-067	单增李斯特氏菌显色培养基平板	90mm×20个/盒	盒	855	国产	符合GB4789.30中单增李斯特氏菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-068	OA李斯特氏菌显色培养基	1000mL/瓶	瓶	770	国产	符合GB4789.30中OA李斯特氏菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								

01	01-069	OA李斯特氏菌显色培养基平板	90mm*20个/盒	盒	350	国产	符合GB4789.30中OA李斯特氏菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-070	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB4789.30中TSA-YE培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-071	含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤	250g/瓶	瓶	140	国产	符合GB4789.30中TSB-YE培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-072	血平板	90mm×20个/盒	盒	120	国产	符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-073	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW）	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.7中TCBS培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-074	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW）	225ml/袋×10袋/盒	盒	130	国产	符合GB4789.7中TCBS培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-075	TCBS琼脂	250g/瓶	瓶	150	国产	符合GB4789.7中TCBS培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-076	弧菌显色培养基	1000ml/瓶	瓶	800	国产	符合GB4789.7中弧菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-077	弧菌显色培养基平板	90mm×20个/盒	盒	340	国产	符合GB4789.7中弧菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-078	四号琼脂	250g/瓶	瓶	160	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中麦康凯琼脂的配方要求	否	1								
01	01-079	庆大霉素琼脂	250g/瓶	瓶	260	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中麦康凯琼脂的配方要求	否	1								
01	01-080	7.5%氯化钠肉汤	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.10中7.5%氯化钠肉汤配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-081	Baird-Parker琼脂基础	250g/瓶	瓶	270	国产	符合GB4789.10中Baird-Parker琼脂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-082	卵黄亚碲酸钾增菌液	5mL/支×5	盒	43	国产	符合GB4789.10中Baird-Parker琼脂添加剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-083	Baird-Parker琼脂平板	90mm×20个/盒	盒	135	国产	符合GB4789.10中Baird-Parker琼脂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-084	冻干血浆	10支/盒	盒	127	国产	符合GB4789.10中冻干血浆要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-085	肠毒素产毒培养基（不含琼脂）	250g/瓶	瓶	270	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中麦康凯琼脂的配方要求	否	1								
01	01-086	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）	250g/瓶	瓶	157	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中麦康凯琼脂的配方要求	否	1								
01	01-087	万古霉素（改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂）	10支/盒	盒	120	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中麦康凯琼脂的配方要求	否	1								
01	01-088	克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基	1000ml/瓶	瓶	780	国产	符合GB4789.40中克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-089	阪崎肠杆菌显色培养基平板	90mm×20个/盒	盒	360	国产	符合GB4789.40中克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-090	胰蛋白胨大豆肉汤(TSB)	250g/瓶	瓶	160	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中麦康凯琼脂的配方要求	否	1								
01	01-091	多粘菌素B	10支/盒	盒	70	国产	符合GB4789.14中MYP培添加剂要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-092	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）	250g/瓶	瓶	150	国产	符合GB4789.14中MYP培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-093	50%卵黄液	5mL/支×5/盒	盒	72	国产	符合GB4789.14中MYP培养基添加剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-094	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板	90mm×20个/盒	盒	160	国产	符合GB4789.14中MYP培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-095	胰酪胨大豆羊血琼脂平板TSSB	90mm×20个/盒	盒	120	国产	符合GB4789.14中TSSB培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-096	硫酸锰营养琼脂	250g/瓶	瓶	180	国产	符合GB4789.14中硫酸锰营养琼脂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-097	蛋白质毒素结晶体染色液	10mL/支	支	25	国产	符合GB4789.14中蛋白质毒素结晶体染色液配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-098	酪蛋白琼脂	250g/瓶	瓶	160	国产	符合国家食品污染和有害因素风险监测工作手册中酪蛋白琼脂的配方要求	否	1								
01	01-099	氯化镁孔雀绿（RVS）增菌液	250g/瓶	瓶	220	国产	符合GB4789.4中RVS配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-100	氯化镁孔雀绿（RVS）增菌液	10ml/支×20支/盒	盒	140	国产	符合GB4789.4中RVS配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-101	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）	250g/瓶	瓶	130	国产	符合GB4789.4中TTB配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-102	四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂	2×5支/盒	盒	55	国产	符合GB4789.4中TTB配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-103	四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB）	10ml/支×20支/盒	盒	120	国产	符合GB4789.4中TTB配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								

01	01-104	亚硫酸铋琼脂（BS）	250g/瓶	瓶	168	国产	符合GB4789.4中BS配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-105	亚硫酸铋琼脂（BS）平板	90mm×20个/盒	盒	140	国产	符合GB4789.4中BS配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-106	HE琼脂培养基	250g/瓶	瓶	200	国产	符合GB4789.4中HE配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-107	XLD琼脂培养基（木糖赖氨酸去氧胆酸盐琼脂）	250g/瓶	瓶	370	国产	符合GB4789.4中XLD配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-108	沙门氏菌显色培养基	1000mL/瓶	瓶	600	国产	符合GB4789.4中沙门氏菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-109	沙门氏菌显色培养基（平板）	90mm×20个/盒	盒	280	国产	符合GB4789.4中沙门氏菌显色培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-110	明胶磷酸盐缓冲液(GBS）	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.12中GBS配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-111	明胶磷酸盐缓冲液(GBS）	30mL×10袋/盒	盒	115	国产	符合GB4789.12中GBS配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-112	庖肉培养基基础(CMM)	250g/瓶	瓶	130	国产	符合GB4789.12中CMM配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-113	庖肉牛肉粒	100g/瓶	瓶	180	国产	符合GB4789.12中庖肉牛肉粒配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-114	庖肉培养基（不含铁粉）	15mL×20支/盒	盒	330	国产	符合GB4789.12中庖肉培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-115	庖肉培养基（含铁粉）	15mL×20支/盒	盒	450	国产	符合GB4789.12中庖肉培养基配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-116	胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母浸膏肉汤（TPGYT）基础	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.12中TPGYT配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-117	胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤（TPGYT）（不含胰蛋白酶）	15mL×20支/盒	盒	220	国产	符合GB4789.12中TPGYT配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-118	卵黄琼脂基础	250g/瓶	瓶	200	国产	符合GB4789.29中卵黄琼脂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-119	GVC增菌液基础	250g/瓶	瓶	130	国产	符合GB4789.29中GVC增菌液配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-120	GVC增菌液配套试剂	10支/盒	盒	100	国产	符合GB4789.29中GVC增菌液配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-121	GVC增菌液	225mL×10袋	盒	110	国产	符合GB4789.29中GVC增菌液配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-122	改良马铃薯葡萄糖琼脂基础（mPDA）	250g/瓶	瓶	220	国产	符合GB4789.29中mPDA配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-123	改良马铃薯葡萄糖琼脂配套试剂	10支/盒	盒	90	国产	符合GB4789.29中mPDA配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-124	改良马铃薯葡萄糖琼脂平板（mPDA）	90mm×20个/盒	盒	115	国产	符合GB4789.29中mPDA配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-125	PCFA培养基基础	250g/瓶	瓶	340	国产	符合GB4789.29中PCFA配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-126	PCFA培养基配套试剂	10支/盒	盒	100	国产	符合GB4789.29中PCFA配套试剂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-127	PCFA平板	90mm×20个/盒	盒	150	国产	符合GB4789.29中PCFA配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-128	马铃薯葡萄糖半固体琼脂	250g/瓶	瓶	170	国产	符合GB4789.29中马铃薯葡萄糖半固体琼脂配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-129	假单胞菌琼脂培养基（CN琼脂）（已添加萘啶酮酸）	250g/瓶	瓶	400	国产	符合GB8538中CN琼脂配方要求	否	1								
01	01-130	绿脓菌素测定用琼脂培养基	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB8538中绿脓菌素测定用琼脂配方要求	否	1								
01	01-131	乙酰胺肉汤	20支/盒	盒	60	国产	符合GB8538中乙酰胺肉汤配方要求	否	1								
01	01-132	钠氏试剂（乙酰胺肉汤配套试剂）	10ml/盒	盒	45	国产	符合GB8538中乙酰胺肉汤配套试剂配方要求	否	1								
01	01-133	金氏B（KING’S）培养基	250g/瓶	瓶	330	国产	符合GB8538中金氏B（KING’S）培养基配方要求	否	1								
01	01-134	弯曲菌增菌液	9ml/支×20	盒	210	国产	符合GB4789.9中弯曲菌肉汤琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-135	Preston肉汤基础	250g/瓶	瓶	140	国产	符合GB4789.9中Preston肉汤琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-136	Preston肉汤配套试剂	10支/盒	盒	70	国产	符合GB4789.9中Preston肉汤琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-137	Karmali琼脂平板	90mm×20个/盒	盒	380	国产	符合GB4789.9中Karmali琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-138	3%过氧化氢溶液	20支/盒	盒	40	国产	符合GB4789.7中3%过氧化氢琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								

01	01-139	马尿酸盐	20支/盒	盒	70	国产	符合GB4789.9中马尿酸盐琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-140	茚三酮	10 mL/支	支	46	国产	符合GB4789.9中茚三酮琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-141	吲哚乙酸酯纸片	20片/瓶	盒	120	国产	符合GB4789.9中吲哚乙酸酯纸片的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-142	改良CCD琼脂基础	250g/瓶	瓶	170	国产	符合GB4789.9中改良CCD琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-143	改良CCD琼脂基础配套试剂	10支/盒	盒	160	国产	符合GB4789.9中改良CCD琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-144	布氏肉汤	250g/瓶	瓶	140	国产	符合GB4789.9中布氏肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-145	改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂	10支/盒	盒	75	国产	符合GB4789.9中TSC琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-146	改良胰蛋白胨大豆肉汤	250g/瓶	瓶	170	国产	符合GB4789.9中TSC琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-147	改良胰蛋白胨大豆肉汤	20ml/瓶	瓶	150	国产	符合GB4789.9中TSC琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-148	改良磷酸盐缓冲液	250g/瓶	瓶	260	国产	符合GB4789.8中改良磷酸盐缓冲液的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-149	碱处理液	20支/盒（4.5mL/支）	盒	175	国产	符合GB4789.8中改良磷酸盐缓冲液的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-150	CIN-1培养基基础	250g/瓶	瓶	180	国产	符合GB4789.8中CIN-1培养基基础的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-151	CIN-1培养基配套试剂	10支/盒	盒	150	国产	符合GB4789.8中CIN-1培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-152	改良Y培养基	250g/瓶	瓶	300	国产	符合GB4789.8中改良Y培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-153	改良克氏双糖铁	250g/瓶	瓶	300	国产	符合GB4789.8中改良克氏双糖铁的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-154	志贺氏菌增菌肉汤基础	250g/瓶	瓶	140	国产	符合GB4789.5中志贺氏菌增菌肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-155	志贺氏菌增菌肉汤配套试剂	10支/盒	盒	80	国产	符合GB4789.5中志贺氏菌增菌肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-156	肠道菌增菌肉汤	250g/瓶	瓶	240	国产	符合GB4789.5中肠道菌增菌肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-157	RS琼脂	250g/瓶	瓶	600	国产	符合GB4789.5中肠道菌增菌肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-158	溴甲酚紫葡萄糖肉汤	250g/瓶	瓶	130	国产	符合GB4789.5中溴甲酚紫葡萄糖肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-159	沙氏葡萄糖琼脂	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.16中沙氏葡萄糖的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-160	沙氏液体培养基	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.16中沙氏液体培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-161	GN增菌液	250g/瓶	瓶	135	国产	符合GB4789.5中GN增菌液的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-162	木糖	20支/盒	盒	60	国产	符合GB4789.5中木糖的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-163	0.5%无菌TTC溶液	2ml/支×10支/盒	盒	40	国产	符合化妆品安全技术规范中0.5%无菌TTC溶液的配方要求	否	1								
01	01-164	双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基	250g/瓶	瓶	125	国产	符合化妆品安全技术规范中双倍乳糖胆盐培养基的配方要求	否	1								
01	01-165	乳糖胆盐培养基（含中和剂）	250g/瓶	瓶	100	国产	符合化妆品安全技术规范中乳糖胆盐培养基的配方要求	否	1								
01	01-166	乳糖胆盐发酵培养基	250g/瓶	瓶	120	国产	符合化妆品安全技术规范中乳糖胆盐发酵培养基的配方要求	否	1								
01	01-167	靛基质试剂	10ml/瓶	瓶	45	国产	符合化妆品安全技术规范中靛基质试剂的配方要求	否	1								
01	01-168	SCDLP培养基	250g/瓶	瓶	135	国产	符合化妆品安全技术规范中SCDLP培养基的配方要求	否	1								
01	01-169	十六烷三甲基溴化铵琼脂	100g/瓶	瓶	87	国产	符合化妆品安全技术规范中十六烷三甲基溴化铵琼脂的配方要求	否	1								
01	01-170	甘露醇发酵培养基	250g/瓶	瓶	135	国产	符合化妆品安全技术规范中甘露醇发酵培养基的配方要求	否	1								
01	01-171	无菌液体石蜡	10mL/瓶	瓶	35	国产	符合化妆品安全技术规范中无菌液体石蜡的配方要求	否	1								
01	01-172	乳糖蛋白胨培养液	250g/瓶	瓶	100	国产	符合GB5750.12中乳糖蛋白胨培养液的配方要求	否	1								
01	01-173	品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基)	250g/瓶	瓶	130	国产	符合GB5750.12中品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基)的配方要求	否	1								
01	01-174	EC-MUG培养基	100g/瓶	瓶	390	国产	符合GB5750.12中EC-MUG培养基的配方要求	否	1								
01	01-175	肠球菌肉汤	250g/瓶	瓶	430	国产	符合GB5750.12中肠球菌肉汤的配方要求	否	1								
01	01-176	肠球菌琼脂（胆汁七叶苷叠氮钠琼脂）	250g/瓶	瓶	450	国产	符合GB5750.12中肠球菌琼脂的配方要求	否	1								

01	01-177	含6.5%氯化钠 脑心浸液肉汤培养基	250g/瓶	瓶	80	国产	符合GB5750.12中含6.5%氯化钠脑心浸液肉汤培养基的配方要求	否	1								
01	01-178	胆汁七叶苷琼脂	250g/瓶	瓶	480	国产	符合GB5750.12中胆汁七叶苷琼脂的配方要求	否	1								
01	01-179	CATC 琼脂基础	250g/瓶	瓶	180	国产	符合GB5750.12中CATC 琼脂基础的配方要求	否	1								
01	01-180	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础（SPS）	250g/瓶	瓶	170	国产	符合GB5750.12中亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础（SPS）的配方要求	否	1								
01	01-181	大肠菌群检验纸片-I	10份/盒（15袋/份）	盒	170	国产	符合GB5750.12中大肠菌群检验纸片-I的配方要求	否	1								
01	01-182	亮绿乳糖胆盐培养液	250g/瓶	瓶	190	国产	符合GB5750.12中亮绿乳糖胆盐培养液的配方要求	否	1								
01	01-183	胆汁液态培养基	100g/瓶	瓶	206	国产	符合GB5750.12中胆汁液态培养基的配方要求	否	1								
01	01-184	半固体琼脂	10支/盒	盒	130	国产	符合GB5750.12中半固体培养基的配方要求	否	1								
01	01-185	半固体动力培养基	250g/瓶	瓶	150	国产	符合GB5750.12中半固体培养基的配方要求	否	1								
01	01-186	酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基（YPD）	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.30中酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-187	YPD液体培养基	250g/瓶	瓶	130	国产	符合GB4789.30中TYPD液体培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-188	鼠李糖	20支/盒	盒	70	国产	符合GB4789.30中鼠李糖的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-189	10%氯化钠胰蛋白胨大豆肉汤	250g/瓶	瓶	170	国产	符合GB4789.30中10%氯化钠胰蛋白胨大豆肉汤的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-190	察氏培养基	250g/瓶	瓶	160	国产	符合GB4789.16配方中察氏培养基要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-191	双歧杆菌培养基	250g/瓶	瓶	180	国产	符合GB4789.34中双歧杆菌培养基琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-192	Bolton肉汤基础	250g/瓶	瓶	320	国产	符合GB4789.9中Bolton肉汤琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-193	Bolton肉汤配套试剂	10支/盒	盒	280	国产	符合GB4789.9中Bolton肉汤琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-194	葡萄糖肉汤	250g/瓶	瓶	120	国产	符合GB4789.9中TSC琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-195	马尿酸盐生化管（军团菌）	20支/盒	盒	80	国产	符合GBT 18204.5-2013 中马尿酸盐生化管的配方要求	否	1								
01	01-196	嗜热脂肪杆菌恢复琼脂培养基	250g/瓶	瓶	150	国产	符合GB4789.9中TSC琼脂的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-197	30%甘油肉汤保存管	50管/盒	盒	400	国产	符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-198	弯曲菌菌种保存液	100*0.5mL/盒	盒	3000	国产	符合GB4789.9中弯曲菌菌种保存液的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-199	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（食品样本）	10T/盒	盒	1350	国产	符合GB4789.9中弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）（食品样本）的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-200	沙门氏+显色培养基（含增补剂）	1L/瓶	瓶	1200	进口	符合GB4789.4中沙门氏菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-201	李斯特菌显色培养基（含增补剂）	1L/瓶	瓶	1200	进口	符合GB4789.30中李斯特菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-202	弧菌显色培养基	1L/瓶	瓶	1200	进口	符合GB4789.7中弧菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-203	STEC显色培养基（含增补剂）	1L/瓶	瓶	1200	进口	符合GB4789.49中STEC显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-204	小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基（含增补剂）	1L/瓶	瓶	1600	进口	符合GB4789.8中小肠结肠炎耶尔森氏菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-205	弯曲菌显色培养基（含增补剂）	1L/瓶	瓶	1200	进口	符合GB4789.9中弯曲菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-206	产气荚膜梭菌显色培养基(含增补剂1&增补剂2)	1L/瓶	瓶	1200	进口	符合GB4789.13中产气荚膜梭菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-207	蜡样芽胞杆菌显色平板	90mm/个×20个/盒	盒	580	进口	符合GB4789.14中蜡样芽胞杆菌显色平板的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-208	弯曲菌显色培养基平板	90mm/个×20个/盒	盒	720	进口	符合GB4789.9中弯曲菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-209	克罗诺杆菌(阪崎肠杆菌)显色平板	90mm/个×20个/盒	盒	780	进口	符合GB4789.40中克罗诺杆菌的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-210	产气荚膜梭菌显色平板	90mm/个×20个/盒	盒	720	进口	符合GB4789.30中李斯特菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-211	沙门氏菌显色平板	90mm/个×20个/盒	盒	550	进口	符合GB4789.4中沙门氏菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-212	STEC显色平板	90mm/个×20个/盒	盒	300	进口	符合GB4789.49中STEC显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								
01	01-213	弧菌显色平板	90mm/个×20个/盒	盒	570	进口	符合GB4789.7中弧菌显色培养基的配方要求，符合GB4789.28的质量要求	否	1								

01	01-214	脑心浸出液肉汤 Brain Heart Infusion Broth	500g/瓶	瓶	700	进口	符合GB4789.28的质量要求	否	1								
02	02-01	单核细胞增生李斯特菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月；2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检出限：5×10^2CFU/mL； 4.线性范围：5×10^2-2×10^{10} CFU/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标：单核细胞增生李斯特菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-02	单核细胞增生性李斯特氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	24T/48T/25T/50T	测试	100	国产	1.有效期≥ 12个月；2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检出限：5×10^2CFU/mL； 4.线性范围：5×10^2-2×10^{10} CFU/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标：1/2a、1/2b、1/2c、4b基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-03	副溶血性弧菌三重实时荧光PCR检测试剂盒	24T/48T/25T/50T	测试	65	国产	1.有效期≥ 12个月；2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检出限：5×10^2CFU/mL； 4.线性范围：5×10^2-2×10^{10} CFU/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标：副溶血性弧菌毒力基因tlh/tdh/trh。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-04	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（C版本）	24T/48T/25T/50T	测试	110	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：EPEC/ETEC/EHEC/STEC/EAEC基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-05	金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因（SEA/SEB/SEC/SED/SEE）检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	110	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：SEA/SEB/SEC/SED/SEE基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-06	金黄色葡萄球菌mecA/nuc基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min；3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%；6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：mecA、nuc基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-07	金黄色葡萄球菌肠毒素分型试剂盒(Elisa方法）	96孔	盒	3200	国产	1、检测原理：采用双抗体夹心ELISA方法，试剂盒预包被金黄色葡萄球菌肠毒素A～E亚型抗体，通过与抗试剂及样本中的肠毒素结合，再与酶标物结合，形成抗体—肠毒素—抗体—酶标物复合物，经TMB底物显色，样本吸光值与金黄色葡萄球菌肠毒素的含量呈正相关；2、灵敏度：SEA 1ppb、SEB 0.25ppb、SEC 0.25ppb、SED 2ppb、SEE 2ppb；精密度：试剂盒的变异系数均小于10%；3、适用范围：适用于食品及细菌产毒培养基中金黄色葡萄球菌肠毒素的定性检测；4、储存条件：保存试剂盒于2～8° C；5、有效期≥12个月	否	1								
02	02-08	蜡样芽胞杆菌毒力基因三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	70	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min； 3.检测灵敏度：10 copies/test； 4.线性范围：1×10~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：蜡样芽胞杆菌毒力基因hblC/nheB/cesB基因；8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-09	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月。 2.反应全流程时长≤75min。 3.检测灵敏度：500 copies/test； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。7.检测目标：沙门氏菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								
02	02-10	鼠伤寒沙门氏菌单相变种鉴定试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：鼠伤寒沙门氏菌单相变种基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1								

02	02-11	小肠结肠炎耶尔森氏菌foxA/ail/ystA/ystB/yadA/virF/rfbC基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	130	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：foxA/ail/ystA/ystB/yadA/virF/rfbC基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-12	嗜水气单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：嗜水气单胞菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-13	创伤弧菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：创伤弧菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-14	霍乱弧菌五重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：O1/O139/ctxA/ctxB/通用型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-15	肠道集聚性大肠埃希氏菌EAEC鉴定试剂盒(荧光PCR法)	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：EAEC型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-16	肉毒梭菌毒素A核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：A型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-17	肉毒梭菌毒素B核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：B型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-18	肉毒梭菌毒素E核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：E型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-19	肉毒梭菌毒素F核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：F型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-20	肉毒梭菌产毒基因（A型/B型/E型/F型）检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	90	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：A型、B型、E型、F型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-21	肉毒梭菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	45	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min；3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：肉毒梭菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							

02	02-22	梭菌产毒基因分型鉴定试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	45	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围： 5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：A型、B型、E型、F型、F7型核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-23	梭状芽孢杆菌属检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3. 最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围： 5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：梭状芽孢杆菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-24	GBS高风险空肠弯曲菌血清鉴定试剂盒（9类11种）	24T/48T/25T/50T	测试	220	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3. 最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围： 5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：HS:2、HS:41、HS:19、HS:4、HS:23/36、HS:1、HS44、HS37、HS:5/31；**8、适配ABI系列荧光定量PCR仪**	否	1							
02	02-25	五种弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	120	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min； 3. 最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围： 5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸥弯曲菌、乌普萨拉弯曲菌、胎儿弯曲菌。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-26	弯曲菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	75	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min； 3. 最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围： 5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：空肠弯曲菌、结肠弯曲菌。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-27	椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月。 2.反应全流程时长≤75min. 3. 最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围： 5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标：bon基因；8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-28	米酵菌酸快速检测卡	10支/盒	盒	350	国产	1-适用范围：湿银耳、湿木耳、酸汤子、米线、米粉中米酵菌酸的检测。 2-检测原理:采用胶体金免疫层析技术； 3-判读方式：肉眼判读； 4-反应时间：10min内	否	1							
02	02-29	铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月。 2.反应全流程时长≤75min. 3. 最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围： 5×10^{2}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。7. 检测目标： 铜绿假单胞菌核酸。 8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-30	克罗诺杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min； 3.最低检测限：2×10^{3} copies/mL； 4.线性范围： 2×10^{3}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标： 克罗诺杆菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-31	志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min； 3.最低检测限：2×10^{3} copies/mL； 4.线性范围： 2×10^{3}~1×10^{8} copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标： 志贺氏菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							

02	02-32	十四种食源性致病菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	280	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min；3.最低检测限：5×10^2copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标：小肠结肠炎耶尔森菌、沙门氏菌、克罗诺杆菌属、诺如病毒、产气荚膜梭菌、单增李斯特氏菌、结肠弯曲菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、类志贺邻单胞菌、蜡样芽胞杆菌、空肠弯曲菌、副溶血弧菌核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-33	无酶水Dnase/Rnase-free ddH2O	250mL	瓶	80	国产	用于核酸提取及PCR检测	否	1							
02	02-34	诺如病毒GI/GII病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法，含MS2）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月。 2.反应全流程时长≤75min.3.最低检测限：2×10^3 copies/mL； 4.线性范围：2×10^3~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标： GI、GII 基因 ；8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-35	札如病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法，含MS2）	24T/48T/25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月。 2.反应全流程时长≤75min.3.最低检测限：2×10^3 copies/mL； 4.线性范围：2×10^3~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标：札如病毒核酸。 8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-36	甲型肝炎病毒核酸标准品试剂盒	25T	测试	28	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.试剂盒含定量标准品，6点定标；3.反应全流程时长≤90min； 4.最低检测限：5×10^2copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：甲型肝炎病毒核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-37	Trizol总核糖核酸提取试剂	100mL	瓶	680	国产	适用范围：贝类、生食肉类、水中戊型肝炎病毒的检测的前处理	否	1							
02	02-38	戊肝病毒分型试剂盒	24T/48T/25T/50T	测试	240	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.试剂盒为巢式PCR法，反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：5×10^2copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%；6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：戊肝病毒核酸 ；8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-39	戊型肝炎病毒核酸标准品试剂盒	25T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.试剂盒含定量标准品，6点定标；3.反应全流程时长≤90min； 4.最低检测限：5×10^2copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。7、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-40	戊型肝炎病毒外加扩增控制RNA	5T	测试	50	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min；3.定制浓度，监测提取产物中的抑制情况；4、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-41	戊型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法，含MS2）	24T/48T/25T/50T	测试	100	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min；3.最低检测限：2×10^3 copies/mL； 4.线性范围：2×10^3~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标： 戊肝病毒核酸。 8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-42	诺如病毒GIV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	45	国产	1.有效期≥ 12个月。 2.反应全流程时长≤75min.3.最低检测限：5×10^2 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系。 7.检测目标：GIV核酸。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-43	MS2过程控制试剂盒（荧光PCR法-50℃）	25T/50T	测试	50	国产	1.有效期≥12个月。2.反应全流程时长≤75mn..最低检测限:2x102 copies/mL;4.线性范围:2x102~1x10copies/mL;5.精密度:参考品的变异系数<5%;6.质量控制:采用UDG防污染体系。3、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-44	诺如病毒GI/GII外加扩增控制RNA	5T	测试	180	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min；3.定制浓度，监测提取产物中的抑制情况；4、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							

02	02-45	霍乱弧菌01/0139血清型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	75	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min；3.最低检测限：5×10^2 CFU/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 CFU/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标： 01、0139基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-46	福氏志贺氏菌血清型分子鉴定试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	120	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min；3.最低检测限：5×10^2 CFU/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 CFU/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标： 福氏志贺氏菌核酸分型。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-47	肺炎克雷伯分型试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	120	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤75min；3.最低检测限：5×10^2 CFU/mL； 4.线性范围：5×10^2~2×10^8 CFU/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标： 肺炎克雷伯K1、K2、K5、K20、K54、K57。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-48	霍乱弧菌ctxA/ctxB基因检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	120	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min；3.最低检测限：5×10^2 CFU/mL； 4.线性范围：5×10^2~2×10^8 CFU/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：霍乱弧菌ctxA/ctxB基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-49	空肠弯曲菌毒力基因11项检测试剂盒(荧光PCR法)	24T/48T/25T/50T	测试	160	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~1×10^8 copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系；7.检测目标：空肠弯曲菌11种毒力基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-50	产志贺毒素大肠埃希氏菌三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	100	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~2 $\times10^8$ copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：stx1/stx2/16SrDNA基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-51	单核细胞增生李斯特氏菌毒力基因三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	24T/48T/25T/50T	测试	80	国产	1.有效期≥ 12个月； 2.反应全流程时长≤90min； 3.最低检测限：500 copies/mL； 4.线性范围：5×10^2~2 $\times10^8$ copies/mL； 5.精密度：参考品的变异系数<5%； 6.质量控制：采用UDG 防污染体系； 7.检测目标：actA/inlA/plcB基因。8、适配ABI系列荧光定量PCR仪	否	1							
02	02-52	多功能病原体通用型核酸提取试剂盒	64T/盒；20T/盒	测试	80	国产	用于病毒、细菌、真菌等病原体核酸的提取;适配天隆核酸提取仪	否	1							
03	03-01	革兰氏阴性菌药敏板(食源性致病菌监测1号板-盘式)	10T/盒	盒	1200	国产	1、Tra-net食源性致病菌耐药监测1号板，盘式药敏板，用于革兰氏阴性菌的药物敏感试验；2、抗生素种类包括但不限于：环丙沙星、氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸、头孢他啶、头孢他啶/克拉维酸、头孢噻肟、头孢噻肟/克拉维酸、头孢西丁、头孢吡肟、头孢呋辛、头孢唑林、萘啶酸；3、包含配套的接种肉汤和接种水。4、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统；	是	1							
03	03-02	革兰氏阴性菌药敏板(食源性致病菌监测2号板-盘式)	10T/盒	盒	1200	国产	1、Tra-net食源性致病菌耐药监测2号板，盘式药敏板，用于革兰氏阴性菌的药物敏感试验；2、抗生素种类包括但不限于：氟苯尼考、头孢噻呋、四环素、替加环素、厄他培南、亚胺培南、美罗培南、头孢他啶/阿维巴坦、多粘菌素E、多粘菌素B、庆大霉素、阿米卡星、氯霉素、阿奇霉素、复方磺胺、链霉素；3、包含配套的接种肉汤和接种水。4、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统；	是	1							
03	03-03	革兰氏阳性菌药敏板-金黄色葡萄球菌药敏板（盘式）	10T/盒	盒	1200	国产	1、用于金黄色葡萄球菌药物敏感试验，盘式药敏板；2、抗生素种类包括但不限于：氨苄西林、青霉素、苯唑西林、红霉素 、克林霉素、环丙沙星、达托霉素、复方新诺明 、万古霉素 、四环素、氯霉素、庆大霉素、头孢西丁、亚胺培南、红霉素/克林霉素；3、包含配套的接种肉汤和接种水。4、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统；	是	1							

03	03-04	革兰氏阳性菌药敏板-单核细胞增生李斯特氏菌（盘式）	10T/盒	盒	1200	国产	1、用于单增李斯特氏菌的药物敏感试验 盘式药敏板； 2、抗生素种类包括但不限于：氨苄西林、青霉素、四环素、美罗培南、复方新诺明、红霉素、万古霉素、环丙沙星 3、包含配套的接种肉汤和接种水。4、可适配Droplet48全自动微生物药敏分析系统	是	1							
03	03-05	革兰氏染色阴性菌药敏板（食源性致病菌板1号板）	10块/盒	盒	1200	进口	1、Tra-net食源性致病菌耐药监测1号板，用于食源性疾病监测的副溶血性弧菌、创伤弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、致泻大肠埃希氏菌、阪崎肠杆菌、小肠结肠炎耶尔森菌等体外药敏实验；2、抗生素种类包括但不限于：环丙沙星、氨苄西林、氨苄西林/舒巴坦、阿莫西林/克拉维酸、头孢他啶、头孢他啶/克拉维酸、头孢噻肟、头孢噻肟/克拉维酸、头孢西丁、头孢吡肟、头孢呋辛、头孢唑林、萘啶酸； 可适配赛默飞全自动药敏菌液接种仪（Sensititre）	是	1							
03	03-06	革兰氏染色阴性菌药敏板（食源性致病菌板2号板）	10块/盒	盒	1200	进口	1、Tra-net食源性致病菌耐药监测2号板，用于食源性疾病监测副溶血性弧菌、创伤弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、致泻大肠埃希氏菌、阪崎肠杆菌、小肠结肠炎耶尔森菌等体外药敏实验；2、抗生素种类包括但不限于：氟苯尼考、头孢噻呋、四环素、替加环素、厄他培南、亚胺培南、美罗培南、头孢他啶/阿维巴坦、多粘菌素E、多粘菌素B、庆大霉素、阿米卡星、氯霉素、阿奇霉素、复方磺胺、链霉素； 可适配赛默飞全自动药敏菌液接种仪（Sensititre）	是	1							
03	03-07	革兰氏染色阳性菌药敏板	10块/盒	盒	1200	进口	本产品用于食源性疾病监测金黄色葡萄球菌、单增李斯特氏菌等体外药敏实验。可适配赛默飞全自动药敏菌液接种仪	是	1							
03	03-08	配套用肉汤培养基(CAMHB)	100支/盒	盒	900	进口	药敏肉汤，一株菌需使用一支;可适配赛默飞全自动药敏菌液接种仪	是	1							
03	03-09	配套用去离子水	100支/盒	盒	900	进口	配置菌液用，一株菌需使用一支;可适配赛默飞全自动药敏菌液接种仪	是	1							
03	03-10	配套用加样头	100个/盒	盒	500	进口	配合AIM加样仪使用，一株菌使用一个;可适配赛默飞全自动药敏菌液接种仪	是	1							
03	03-11	API 20NE鉴定试条（非发酵菌鉴定）	25条/盒	次	1950	进口	用于革兰氏阴性非发酵菌生化鉴定	是	1							
03	03-12	VITEK 2 配套盐水	500mL/瓶	瓶	310	进口	VITEK配套试剂	是	1							
03	03-13	VITEK 2一次性小试管	2000支/包	盒	1600	进口	VITEK配套耗材	是	1							
03	03-14	革兰氏阴性菌 GN 生化鉴定卡	20张/盒	盒	1300	进口	用于革兰氏阴性菌全自动生化鉴定;适配VITEK 2 Compact生化鉴定仪	是	1							
03	03-15	革兰氏阳性菌 GP生化鉴定卡	20张/盒	盒	1300	进口	用于革兰氏阳性菌全自动生化鉴定;适配VITEK 2 Compact生化鉴定仪	是	1							
03	03-16	芽胞杆菌 BCL 生化鉴定卡	20张/盒	盒	1500	进口	用于芽胞杆菌全自动生化鉴定	是	1							
03	03-17	酵母菌 YST 生化鉴定卡	20张/盒	盒	1700	进口	用于酵母菌全自动生化鉴定;适配VITEK 2 Compact生化鉴定仪	是	1							
03	03-18	棒状杆菌 CBC生化鉴定卡	20片/盒	盒	1700	进口	用于棒状杆菌全自动生化鉴定;适配VITEK 2 Compact生化鉴定仪	是	1							
03	03-19	厌氧菌 ANC生化鉴定卡	20片/盒	盒	1700	进口	用于厌氧菌全自动生化鉴定;适配VITEK 2 Compact生化鉴定仪	是	1							
03	03-20	弯曲菌 NH生化鉴定卡	20片/盒	盒	1700	进口	用于弯曲菌全自动生化鉴定;适配VITEK 2 Compact生化鉴定仪	是	1							
03	03-21	VIDAS 葡萄球菌肠毒素（SET2）	30张/盒	盒	2600	进口	用于葡萄球菌肠毒素检测，适配梅里埃Mini VIDAS	是	1							
03	03-22	矿物油	125ml/瓶	瓶	150	进口	用于厌氧微生物培养	否	1							
03	03-23	API 0.85% NACL溶液 2ml	100安瓿	盒	1200	进口	API生化试剂条配套用	否	1							
03	03-24	悬浮液（5ml）	100安瓿	盒	1200	进口	API生化试剂条配套用	否	1							
03	03-25	肠道多重检测微流体芯片V3版 Taqman Array Cards（GI v3）	10块/盒	盒	20000	进口	适配ABI Q7荧光定量PCR仪	否	1							
03	03-26	QIAxcel DNA Screening KIT(2400)卡夹	个	个	12000	进口	适配凯杰毛细管电泳仪	否	1							
03	03-27	QX Alignment Marker 15bp/500bp (1.5 ml)	1.5mL	支	1100	进口	适配凯杰毛细管电泳仪	否	1							
03	03-28	QX Alignment Marker 15 bp/1 kb (1.5 ml)	1.5mL	支	1100	进口	适配凯杰毛细管电泳仪	否	1							
03	03-29	QIAstat-Dx® GastrointestinalPanel	6块/盒	盒	1100	进口	适配凯杰多重病原检测系统	否	1							
03	03-30	QIAcuityTM Nanoplate 26k 24well(10)	10块	盒	7100	进口	适配凯杰数字PCR仪	否	1							
03	03-31	数字PCR扩增反应液	10支/盒	盒	3500	进口	适配凯杰数字PCR仪	否	1							
03	03-32	琼脂糖 普通PCR用	100g	瓶	550	进口	用于PCR产物凝胶电泳	否	1							
03	03-33	GelRed染剂	500ul	支	780	进口	用于核酸染色	否	1							
03	03-34	Seakem Gold 琼脂糖	125g	瓶	11000	进口	用于食源性致病菌脉冲场凝胶电泳	否	1							
03	03-35	葡萄球菌溶菌素	5mg/支	支	3500	进口	用于食源性致病菌脉冲场凝胶电泳	否	1							

03	03-36	溶菌酶	10mg/mL，10×1mL	包	1300	进口	用于食源性致病菌脉冲场凝胶电泳	否	1								
03	03-37	琼脂粉	500g	瓶	500	进口	用于培养基配制	否	1								
03	03-38	胰蛋白酶	活力为1:250或0.25%	支	150	进口/国产	用于肉毒梭菌检测，满足GB4789.12的技术要求	否	1								
03	03-39	PCR污染清除喷雾剂PCR Clean	250ml/瓶	瓶	1400	进口	用于PCR试验清除污染	否	1								
03	03-40	Bruker HCCA, portioned	10 tubes/2.5 mg each	盒	5500	进口	质谱仪检测用基质液，适配布鲁克Microflex VT/CI质谱仪	否	1								
03	03-41	Bruker Bacterial Test Standard	5 tubes, 40 standard spots/tube	盒	5400	进口	适配布鲁克Microflex VT/CI质谱仪	是	1								
03	03-42	布鲁克质谱仪配套不锈钢靶板	96T/块	块	15500	进口	适配布鲁克Microflex VT/CI质谱仪	是	1								
03	03-43	布鲁克质谱仪配套一次性靶板	96T/块	块	1150	进口	适配布鲁克Microflex VT/CI质谱仪	是	1								
03	03-44	三氟乙酸乙腈水溶液/Acetonitrile 50%, Water 47.5% and TFA 2.5%	0.25L/瓶	瓶	1100	进口	用于溶解质谱仪检测用基质液	是	1								
03	03-45	蛋白酶 K 溶液	100mg；Proteinase K ≥40 units/mg（以蛋白含量计）	盒	300	进口	用于食源性致病菌脉冲场凝胶电泳	否	1								
03	03-46	氯化钠	AR,500g	盒	20	国产	分析纯	否	1								
04	04-01	Ezup 柱式细菌基因组 DNA 抽提试剂盒	100次/盒	盒	600	国产	用于食源性致病细菌基因组DNA的提取	否	1								
04	04-02	Ezup 柱式真菌基因组 DNA 抽提试剂盒	100次/盒	盒	600	国产	用于食源性致病真菌基因组DNA的提取	否	1								
04	04-03	UNIQ-10 柱式 Trizol 总 RNA 抽提试剂盒	100 次/盒	盒	280	国产	用于食源性致病菌RNA的提取	否	1								
04	04-04	2X SanTaq Fast PCR Mix 预混液，含蓝染料	1mL/支*5支/包	包	225	国产	用于PCR反应体系的配置	否	1								
04	04-05	2X FidCycle Fast 高保真 PCR Mix，含蓝染料	1mL/支*5支/包	包	1200	国产	用于PCR反应体系的配置	否	1								
04	04-06	50X TAE 缓冲液	500 mL	支	60	国产	用于PCR产物凝胶电泳	否	1								
04	04-07	1X TE 缓冲液	100 mL	支	40	国产	用于PCR产物凝胶电泳	否	1								
04	04-08	EDTA	100ml	瓶	70	国产	用于PFGE产物凝胶电泳	否	1								
04	04-09	0.5 M EDTA, pH 8.0	500 mL	瓶	72	国产	用于PFGE产物凝胶电泳	否	1								
04	04-10	甘油	500ml/瓶	瓶	110	国产	用于菌种的保存	否	1								
04	04-11	DNase/RNase-Free去离子水	100ml	瓶	94	国产	用于PCR反应体系的配置	否	1								
04	04-12	6×Loading Buffer	1mL×10 支	支	20	进口	用于PCR产物的凝胶电泳检测	否	1								
04	04-13	DNA marker 1000分子量	1000UL/支	支	270	进口	用于PCR产物的凝胶电泳检测	否	1								
04	04-14	DNA marker 2000分子量	1000UL/支	支	270	进口	用于PCR产物的凝胶电泳检测	否	1								
04	04-15	Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0 plus dye)	50μl反应×40次/支	支	100	进口	用于PCR反应体系的配置	否	1								
04	04-16	Premix Taq™ (Ex Taq™ Version 2.0)	50μl反应×40次/支	支	100	进口	用于PCR反应体系的配置	否	1								
04	04-17	ABI病毒DNA/RNA提取试剂盒AM1836	96人份/盒	盒	4800	进口	用于病毒DNA/RNA的提取	否	1								
04	04-18	Sma I 限制性内切酶	1500U/支	支	400	进口	用于细菌基因组的酶切	否	1								
04	04-19	Xba I 限制性内切酶	1500U/支	支	400	进口	用于细菌基因组的酶切	否	1								
04	04-20	Not I 限制性内切酶	1500U/支	支	400	进口	用于细菌基因组的酶切	否	1								
05	05-01	51孔板条	10个/包	包	1700	进口	用于生活饮用水中大肠菌群、大肠埃希氏菌的检测	否	1								
05	05-02	G-C质控试剂盒EasySeed (ESCG100)	4支/盒	支	140	进口	用于生活饮用水中大肠菌群、大肠埃希氏菌的检测	否	1								

05	05-03	两虫检测试剂组合Quality Control kit(包含20T Easystain染色试剂+1支Colorseed+10T磁珠+工具包1个)	10测试/盒	测试	3200	进口	用于生活饮用水中贾第鞭毛虫、隐孢子虫的检测	否	1								
05	05-04	水中菌落总数酶底物法检测试剂	25个/盒	盒	1900	进口	用于生活饮用水中菌落总数的检测	否	1								
05	05-05	混合菌饮用水大肠菌群质控3支装，含4瓶装的无菌缓冲液	3支/盒	盒	4200	进口	用于生活饮用水中的质控	否	1								
05	05-06	Quanti-tray 2000阳性标准比色盘	1个/盒	盒	1700	进口	用于生活饮用水中大肠菌群、大肠埃希氏菌的检测	否	1								
05	05-07	Quanti-tray 定量盘，可定量 200 MPN/100ml	100个/盒	盒	1800	进口	用于生活饮用水中大肠菌群、大肠埃希氏菌的检测	否	1								
05	05-08	Quanti-tray 2000 定量盘，可定量2419 MPN/100ml	100个/盒	盒	2000	进口	用于水中军团菌的检测	否	1								
05	05-09	无菌取样瓶，120毫升100毫升刻度，含硫代硫酸钠	200个/盒	盒	2200	进口	用于含消毒剂生活饮用水中大肠菌群、大肠埃希氏菌的检测	否	1								
05	05-10	Simplate(菌落总数检测)试剂	100个/盒	盒	4200	进口	用于生活饮用水中菌落总数的检测	否	1								
05	05-11	DST酶底物法24小时，科立得试剂，中文包装	200个/盒	盒	5600	进口	用于生活饮用水中大肠菌群、大肠埃希氏菌的检测	否	1								
05	05-12	无菌取样瓶，120毫升，100毫升刻度，不含硫代硫酸钠	200个/盒	个	2200	进口	用于水中军团菌的检测	否	1								
05	05-13	Legiolert定量盘	100个/件	个	140	进口	用于水中军团菌的检测	否	1								
05	05-14	酶底物法军团菌Legiolert试剂	100个/盒	个	400	进口	用于水中军团菌的检测	否	1								
05	05-15	总大肠菌群测试盒（十五管发酵法）	10个	盒	150	国产	用于生活饮用水中大肠菌群的检测	否	1								
05	05-16	大肠菌群MPN计数试剂盒（九管组）	10组/盒	盒	140	国产	用于生活饮用水中大肠菌群的检测	否	1								
05	05-17	酶底物法菌落总数检测组件	25份样品/箱	箱	1700	国产	含25瓶复合酶底物培养基、25个84孔定量盘，针对饮用水中菌落总数的定量检测，可在48h内得到结果；检测范围1-738MPN/mL	否	1								
05	05-18	碱性复红	100 mL	瓶	230	国产	用于苏云金芽孢杆菌的蛋白质毒素晶体的染色	否	1								
05	05-19	乳酸-苯酚溶液	5mL*4支/盒	瓶	170	国产	用于霉菌的镜检	否	1								
06	06-01	沙门氏菌属诊断血清60种	1ml/瓶×60瓶	盒	5600	国产	用于沙门氏菌的血清型鉴定	否	1								
06	06-02	沙门氏菌属诊断血清11种	1ml/瓶×12瓶	盒	1100	国产	用于沙门氏菌的血清型鉴定	否	1								
06	06-03	沙门氏菌属诊断血清A-F	1ml/瓶	瓶	120	国产	用于沙门氏菌的O因子血清型鉴定	否	1								
06	06-04	沙门氏菌属诊断血清Vi	1ml/瓶	瓶	120	国产	用于沙门氏菌的Vi因子血清型鉴定	否	1								
06	06-05	志贺氏菌属诊断血清22种	1ml/瓶×26瓶	盒	2700	国产	用于志贺氏菌的血清型鉴定	否	1								
06	06-06	肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清	1ml/瓶×18瓶	盒	2200	国产	用于肠道致病性大肠埃希氏菌的血清型鉴定	否	1								
06	06-07	肉毒毒素诊断血清	含 A、B、C、D、E、F 型及 6 个型混合肉毒抗毒血清各 1 支，7 支 / 盒	盒	3200	国产	含 A、B、C、D、E、F 型及 6 个型混合肉毒抗毒血清各 1 支，7 支 / 盒	否	1								
06	06-08	肉毒毒素诊断血清	含 A、B、E 及 6 个型混合肉毒抗毒血清各 1 支，4 支 / 盒	盒	3200	国产	含 A、B、E 及 6 个型混合肉毒抗毒血清各 1 支，4 支 / 盒	否	1								
06	06-09	霍乱弧菌血清（5种）	1ml/瓶×12瓶	瓶	1300	国产	用于霍乱弧菌的血清学鉴定	否	1								
06	06-10	出血性大肠埃希氏菌血清O157	1ml/瓶×1瓶	瓶	650	国产	用于出血性大肠埃希氏菌O157的血清学鉴定	否	1								
06	06-11	出血性大肠埃希氏菌血清H7	1ml/瓶×1瓶	瓶	650	国产	用于出血性大肠埃希氏菌H7的血清学鉴定	否	1								
06	06-12	沙门氏菌O因子及Vi血清	1ml/瓶×1瓶	瓶	220	国产	用于沙门氏菌的O因子及Vi的血清型鉴定	否	1								

06	06-13	泰国沙门O多价血清A-S	1ml/支	支	1100	进口	用于沙门氏菌的O因子血清型鉴定	否	1								
06	06-14	泰国沙门O多价血清A-I	1ml/支	支	1100	进口	用于沙门氏菌的O因子血清型鉴定	否	1								
06	06-15	泰国沙门H多价血清	1ml/支	支	1100	进口	用于沙门氏菌的H因子血清型鉴定	否	1								
06	06-16	SSI沙门氏菌属诊断血清	1ml/瓶×60瓶/套	套	19000	进口	用于沙门氏菌的O、H因子血清型鉴定	否	1								
06	06-17	沙门氏菌属诊断血清H:i	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的H:i因子血清型鉴定	否	1								
06	06-18	沙门氏菌属诊断血清O:4	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的O:4因子血清型鉴定	否	1								
06	06-19	沙门氏菌属诊断血清O:8	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的O:8因子血清型鉴定	否	1								
06	06-20	沙门氏菌属诊断血清O:3complex	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的O:3复合因子血清型鉴定	否	1								
06	06-21	沙门氏菌属诊断血清H:2	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的H:2因子血清型鉴定	否	1								
06	06-22	沙门氏菌属诊断血清H:5	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的H:5因子血清型鉴定	否	1								
06	06-23	沙门氏菌属诊断血清H:6	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的H:6因子血清型鉴定	否	1								
06	06-24	沙门氏菌属诊断血清H:7	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的H:7因子血清型鉴定	否	1								
06	06-25	沙门氏菌属诊断血清O:10	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的O:10因子血清型鉴定	否	1								
06	06-26	沙门氏菌属诊断血清O:7	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的O:7因子血清型鉴定	否	1								
06	06-27	沙门氏菌属诊断血清O:6(1)	2ml/支	支	700	进口	用于沙门氏菌的O:6(1)因子血清型鉴定	否	1								
06	06-28	食品中 TOP STEC 产志贺毒素大肠埃希杆菌（纯化试剂盒（磁珠法））	1mL/支*7支/盒	盒	18000	国产	用于食品中产志贺毒素大肠埃希杆菌的7种血清分型，满足GB4789.49中7种重要血清型STEC免疫磁珠的要求	是	1								
07	07-01	食源性致病菌（革兰氏阳性菌）质控品	1支/盒	盒	400	国产	包含一种及以上不同浓度革兰氏阳性菌	是	1								
07	07-02	食源性致病菌（革兰氏阴性菌）质控品	1支/盒	盒	400	国产	包含一种及以上不同浓度革兰氏阴性菌	是	1								
07	07-03	食源性致病菌（混合3种细菌）质控品	1支/盒	盒	1100	国产	包含三种及以上不同浓度细菌	是	1								
07	07-04	食源性致病菌（混合5种细菌）质控品	1支/盒	盒	1100	国产	包含五种及以上不同浓度细菌	是	1								
07	07-05	水源性致病菌（混合3种细菌）质控品	1支/盒	盒	1100	国产	包含三种及以上不同浓度细菌	是	1								
07	07-06	水源性致病菌（混合5种细菌）质控品	1支/盒	盒	1400	国产	包含五种及以上不同浓度细菌	是	1								
07	07-07	食源性致病菌耐药监测质控品	1支/盒	盒	1400	国产	用于食源性疾病耐药监测质控，满足29种及以上抗生素耐药检测	是	1								
07	07-08	食源性致病菌核酸（WGS）质控品	1支/盒	盒	400	国产	用于食源性疾病分子溯源质控，满足细菌全基因组测序条件	是	1								
07	07-09	嗜水气单胞菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)10506	是	1								
07	07-10	蕈状芽孢杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)63549	是	1								
07	07-11	嗜热脂肪芽孢杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)63509	是	1								
07	07-12	枯草芽孢杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)63542	是	1								
07	07-13	长双歧杆菌婴儿亚种	1支/盒	盒	1200	国产	CICC 6069	是	1								
07	07-14	唐菖蒲伯克霍尔德菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)10802	是	1								
07	07-15	空肠弯曲杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)22073	是	1								
07	07-16	大肠弯曲杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)22103	是	1								
07	07-17	乌普萨拉弯曲菌	1支/盒	盒	1200	国产	NPRC(S)01.13899	是	1								
07	07-18	海鸥弯曲菌	1支/盒	盒	1200	国产	NPRC(S)01.13900	是	1								
07	07-19	白假丝酵母(白色念珠菌)	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(F)98001	是	1								
07	07-20	弗氏柠檬酸杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)48098	是	1								
07	07-21	艰难梭菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)64967	是	1								
07	07-22	产气荚膜梭菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)64724	是	1								
07	07-23	生孢梭菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)64942	是	1								
07	07-24	产气肠杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)45108	是	1								
07	07-25	阪崎克罗诺杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)45417	是	1								
07	07-26	粪肠球菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)32482	是	1								
07	07-27	大肠埃希氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)43201	是	1								
07	07-28	大肠埃希氏菌O157:H7	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)44939	是	1								
07	07-29	肠道致病性大肠埃希氏菌EPEC	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)43206	是	1								
07	07-30	肠道出血性大肠埃希氏菌EHEC	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)43207	是	1								
07	07-31	肠道侵袭性大肠埃希氏菌EIEC	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)44840	是	1								

07	07-32	产肠毒素大肠埃希氏菌ETEC	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)43208	是	1								
07	07-33	肠道集聚性大肠埃希氏菌EAEC	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)44841	是	1								
07	07-34	英诺克李斯特氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)54103	是	1								
07	07-35	桔青霉	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(F)98028	是	1								
07	07-36	产黄青霉	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(F)98801	是	1								
07	07-37	酿酒酵母	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(F)98017	是	1								
07	07-38	肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)50976	是	1								
07	07-39	金黄色葡萄球菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)26305	是	1								
07	07-40	肺炎链球菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)33412	是	1								
07	07-41	副溶血性弧菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)20033	是	1								
07	07-42	溶藻弧菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)20100	是	1								
07	07-43	霍乱弧菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)17247	是	1								
07	07-44	创伤弧菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)17244	是	1								
07	07-45	白色念珠菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(F)98001	是	1								
07	07-46	藤黄微球菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)28001	是	1								
07	07-47	福氏志贺氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)51572	是	1								
07	07-48	宋内志贺氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)51592	是	1								
07	07-49	痢疾志贺氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)51105	是	1								
07	07-50	肺炎克雷伯氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)46117	是	1								
07	07-51	金黄色葡萄球菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC6538	是	1								
07	07-52	表皮葡萄球菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)26069	是	1								
07	07-53	铜绿假单胞菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC27853	是	1								
07	07-54	大肠埃希氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC8099	是	1								
07	07-55	大肠埃希氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC25922	是	1								
07	07-56	鼠伤寒沙门氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC14028	是	1								
07	07-57	肠炎沙门氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)50335	是	1								
07	07-58	单核细胞增生李斯特菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC19115	是	1								
07	07-59	阴沟肠杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)45301	是	1								
07	07-60	普通变形杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)49027	是	1								
07	07-61	粘质沙雷伯氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)41002	是	1								
07	07-62	小肠结肠炎耶尔森氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)52204	是	1								
07	07-63	副溶血性弧菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC17802	是	1								
07	07-64	非01霍乱弧菌	1支/盒	盒	1200	国产	VBO	是	1								
07	07-65	萎缩芽孢杆菌(曾用名：枯草芽孢杆菌黑色变种)	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC9372	是	1								
07	07-66	短小芽孢杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)63202	是	1								
07	07-67	蜡样芽孢杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	CMCC(B)63303	是	1								
07	07-68	苏云金芽孢杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC10792	是	1								
07	07-69	马红球菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC6939	是	1								
07	07-70	伊氏李斯特氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC19119	是	1								
07	07-71	斯氏李斯特氏菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC35967	是	1								
07	07-72	荧光假单胞菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC13525	是	1								
07	07-73	巨大芽孢杆菌	1支/盒	盒	1200	国产	ATCC14945	是	1								
07	07-74	恶臭假单胞菌	1支/盒	盒	1200	国产	FSCC(T)206574	是	1								
07	07-75	肉毒梭菌	1支/盒	盒	2500	国产	GDMCC1.2801	是	1								
07	07-76	大肠埃希氏菌0157:H7 /产志贺毒素大肠埃希氏菌(STEC))	1支/盒	盒	1500	国产	GDMCC 1.2709	是	1								
08	08-01	压力蒸汽灭菌生物指示物	50支/盒	支	167	进口	用于压力蒸汽灭菌器的灭菌效果检测	否	1								
08	08-02	两虫检测用有孔载玻片	100片/盒	片	17.64	进口	用于两虫检测的镜检	否	1								
08	08-03	除菌过滤器	0.22μm,50个/盒	个	9.8	进口	用于干扰物的过滤除菌	否	1								
08	08-04	除菌过滤器	0.45μm,50个/盒	个	9.8	进口	用于水质检测的过滤	否	1								
08	08-05	0.85%生理盐水嵌入性采样管（10mL）	10mL/支×50	支	4.9	国产	用于院感监测及生产企业环境现场采样	否	1								

08	08-06	硫代硫酸钠生理盐水嵌入性采样管（10mL）	10mL/支×50	支	4.9	国产	用于院感监测及生产企业环境现场采样	否	1								
08	08-07	沙堡弱琼脂培养基	500g/瓶	瓶	132	国产	用于真菌检测的培养	否	1								
08	08-08	甘氨酸	10g/瓶	瓶	80	进口	用于消毒产品中和剂的配制	否	1								
08	08-09	硫代硫酸钠，无水	500g/瓶	瓶	19.78	国产	用于消毒产品中和剂的配制	否	1								
08	08-10	无水磷酸氢二钠	500g/瓶	瓶	52.46	国产	用于配制磷酸缓冲液PBS	否	1								
08	08-11	磷酸二氢钾	500g/瓶	瓶	36.00	国产	用于配制磷酸缓冲液PBS	否	1								
08	08-12	牛血清白蛋白	3g/瓶	瓶	53.90	国产	用于消毒产品实验中有机干扰物的配制	否	1								
08	08-13	SCDLP增菌液	10ml*25支/盒	支	10.98	国产	用于铜绿假单胞菌及金黄色葡萄球菌的增菌培养	否	1								
08	08-14	葡萄糖肉汤增菌液	10ml*25支/盒	支	9.80	国产	用于溶血性链球菌的增菌培养	否	1								
08	08-15	乳糖胆盐发酵管	10ml*25支/盒	支	10.78	国产	用于大肠菌群的检测鉴定	否	1								
08	08-16	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基	250g/瓶	瓶	75	国产	用于嗜热脂肪杆菌芽孢的检测	否	1								
08	08-17	军团菌生化鉴定盒	7×10支/盒	支	14.70	国产	用于军团菌的生化检测鉴定	否	1								
08	08-18	GVPC琼脂平板	10皿/包×2	个	2.94	进口	用于军团菌的检测鉴定	否	1								
08	08-19	BCYE琼脂平板	10皿/包×3	个	2.94	进口	用于军团菌的检测鉴定	否	1								
08	08-20	军团菌BCYE琼脂基础及添加剂	500g/瓶	瓶	1299.48	进口	用于军团菌的检测鉴定	否	1								
08	08-21	军团菌CYE琼脂基础及添加剂	500g/瓶	瓶	1299.48	进口	用于军团菌的检测鉴定	否	1								
08	08-22	胰蛋白胨	250g/瓶	瓶	107.8	国产	用于消毒产品试验	否	1								
08	08-23	真菌培养基（无菌试验用）	250g/瓶	瓶	93.1	国产	用于真菌的培养	否	1								
08	08-24	卵磷脂	250g/瓶	瓶	60	国产/进口	用于消毒产品中和剂的配制	否	1								
09	09-01	菌种保存管（磁珠）	100支/盒	盒	500	国产	用于菌种的保存	否	1								
09	09-02	可高压塑料广口瓶	250mL/个	个	6	国产	用于配制试剂	否	1								
09	09-03	一次性实验铺垫	80*120cm	块	2.5	国产	用于现场采样铺垫	否	1								
09	09-04	一次性使用无菌接种环	1 uL×1000支/箱	支	0.25	进口	用于菌株的传代及划线分离	否	1								
09	09-05	一次性使用无菌接种环	10 uL×1000支/箱	支	0.25	进口	用于菌株的传代及划线分离	否	1								
09	09-06	一次性使用无菌接种针	1000支/箱	支	0.25	进口	用于霉菌的分离与接种	否	1								
09	09-07	镍铬合金丝（接种针）	10cm(10根/包)	根	2	国产	用于霉菌的分离与接种	否	1								
09	09-08	一次性无菌棉拭子	100支/盒	支	1.2	国产	用于现场采样	否	1								
09	09-09	无菌均质袋（带滤网）	25个/袋	个	6	国产	用于食品样品检测前处理	否	1								
09	09-10	无菌均质袋（带自封口夹条）	100个/袋	袋	6	进口	用于装现场采样的平板	否	1								
09	09-11	无菌水样采集袋	10个/袋×50/箱	箱	5	国产	用于水样采集	否	1								
09	09-12	无菌水样采集袋（含硫代硫酸钠）	10个/袋×50/箱	箱	5	国产	用于消毒后的水样采集	否	1								
09	09-13	擦镜纸	10×15cm 100张	本	1	国产	用于擦拭显微镜镜头	否	1								
09	09-14	一次性镊子	Y型	袋	18	国产	用于现场采样	否	1								
09	09-15	一次性无菌棉拭子（独立包装）	1000支/箱	箱	1.2	进口	用于现场采样	否	1								
09	09-16	含DE中和剂一次性采样管	10mL/支×50	支	1.5	国产	用于消毒剂的现场采样	否	1								
09	09-17	一次性无菌吸管	1ml/支	支	0.65	国产	用于实验中液体的吸取	否	1								
09	09-18	一次性无菌吸管	10ml/支	支	0.75	国产	用于实验中液体的吸取	否	1								
09	09-19	API加样滴管	400支/箱（独立包装）	支	2.72	进口	API生化试剂条配套用	否	1								
09	09-20	耐热EP管浮漂		个	4	国产	塑胶材质，能耐100℃高温	否	1								
09	09-21	奥林巴斯无荧光镜油	30ml/瓶	瓶	120	进口	用于擦拭荧光镜头	否	1								
09	09-22	电子显示温湿度计		个	40	国产	温湿度可精确到0.1	否	1								
09	09-23	高压灭菌包内化学指示卡	100片/盒	盒	220	进口	用于高压灭菌包化学检测	否	1								

09	09-24	高压灭菌指示胶带	10卷/盒	盒	50	国产	用于检测高压灭菌包是否通过高压灭菌	否	1								
09	09-25	2.5L密封培养罐	装12只培养皿	个	480	进口	用于食源性致病菌的厌氧培养	否	1								
09	09-26	4.5L密封培养罐	装18只培养皿	个	700	进口	用于食源性致病菌的厌氧培养	否	1								
09	09-27	玻璃酒精灯		个	15	国产	用于消毒产品试验	否	1								
09	09-28	电子计时器		个	20	国产	用于实验中作用时间的计时	否	1								
09	09-29	微需氧袋	10片/袋	袋	220	进口	用于食源性致病菌的微需氧培养	否	1								
09	09-30	厌氧袋	10片/袋	袋	220	进口	用于食源性致病菌的厌氧培养	否	1								
09	09-31	SUPER VERSI-DRY加厚实验室吸液垫	18in*20in	张	16	进口	用于现场采样铺垫	否	1								
09	09-32	沉浸油（显微镜镜油）	4支/盒	支	70	国产	用于微生物镜检100X镜	否	1								
09	09-33	手动计数器	机械型	个	220	国产	用于实验中作用时间的计时	否	1								
09	09-34	玻璃纤维滤纸	100张/盒	盒	650	进口	用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌产米酵菌酸检测	否	1								
09	09-35	封口膜	4in*125ft.	卷	170	进口	用于密封平板	否	1								
09	09-36	洗耳球	2ml，磨砂面	个	8	国产	配套玻璃吸管使用	否	1								
09	09-37	玻璃试管	18×180mm/支×100/盒	支	4	国产	用于微生物定量实验	否	1								
09	09-38	玻璃刻度吸管	1ml	支	4	国产	用于微生物定量实验	否	1								
09	09-39	玻璃刻度吸管	10ml	支	4	国产	用于微生物定量实验	否	1								
09	09-40	玻璃刻度吸管	2ml	支	4	国产	用于微生物定量实验	否	1								
09	09-41	载玻片	50片/盒	盒	35	国产	用于微生物镜检	否	1								
09	09-42	菌种保存管（Microbank）	80支/盒	盒	1400	进口	用于微生物菌种保存	否	1								
09	09-43	不锈钢载体片	100片/袋	袋	450	国产	用于消毒产品载体试验	否	1								
09	09-44	质谱仪鉴定无尘纸	280张/盒	盒	30	国产	用于质谱仪维护	否	1								
P01	P01-001	虫螨畏	环己烷溶剂：100μg/ml 1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-002	吡菌磷	苯溶剂：100μg/ml 1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-003	灭蚁灵	苯溶剂：100μg/ml 1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-004	扑灭津	苯溶剂：100μg/ml 1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-005	五氯硝基苯	苯溶剂：100μg/ml 1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-006	异菌脲(扑海因)	苯溶剂：100μg/ml 1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-007	速克灵(腐霉利)	丙酮溶剂：1000μg/ml 1ml	支	280	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-008	氧乐果	丙酮溶剂：1000μg/ml 1ml	瓶	100	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-009	乙硫磷	丙酮溶剂：1000μg/ml 1ml	支	120	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-010	乙螨唑	丙酮溶剂：1000μg/ml 1ml	支	80	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-011	阿特拉津(莠去津)	丙酮溶剂：100μg/ml 1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P01	P01-012	巴胺磷(胺丙畏)	丙酮溶剂：100μg/ml 1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								

P01	P01-013	百治磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-014	倍硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-015	倍硫磷砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-016	倍硫磷亚砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-017	苯丁锡	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-018	苯菌灵	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-019	苯硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	29	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-020	苯线磷砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-021	苯线磷亚砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-022	丙炔氟草胺	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-023	残杀威	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-024	草达灭	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-025	虫螨磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-026	除虫脲	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-027	除线磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-028	哒螨灵	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-029	哒嗪硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-030	稻丰散	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-031	地虫硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-032	地毒磷(毒壤磷)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-033	敌草胺	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-034	敌草隆	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-035	敌敌畏	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-036	敌菌丹	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-037	敌瘟磷(克瘟散)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-038	碘硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-039	丁醚脲	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-040	毒虫畏(杀螟威)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-041	毒死蜱	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-042	对硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-043	对氧磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-044	恶虫威	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-045	恶唑菌酮	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-046	二甲戊乐灵	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-047	二嗪农	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-048	伏杀磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-049	氟苯脲	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-050	氟虫腈	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-051	氟虫腈砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-052	氟虫腈亚砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-053	氟虫脲	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-054	氟啶脲	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-055	氟磺胺草醚	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-056	氟甲腈	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-057	氟喹唑	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-058	谷硫磷(保棉磷、甲基谷硫磷)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-059	甲胺磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-060	甲拌磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-061	甲拌磷砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	103	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-062	甲拌磷亚砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	103	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-063	甲基毒死蜱	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-064	甲基对硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-065	甲基对氧磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-066	甲基硫环磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-067	甲基嘧啶磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-068	甲基乙拌磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-069	精恶唑禾草灵	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-070	久效磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-071	克菌丹	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-072	克线磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-073	喹禾灵	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-074	喹硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-075	乐果	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-076	硫环磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-077	硫双威	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-078	硫线磷(克线丹)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-079	氯吡硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-080	马拉硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-081	马拉氧磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-082	醚菌酯	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-083	嘧啶磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-084	灭虫威	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-085	灭多威肟	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-086	灭菌丹	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-087	灭线磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-088	灭幼脲	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-089	内吸磷(O)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-090	内吸磷(S)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-091	皮蝇磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-092	扑草净	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-093	嗪胺灵	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	29	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-094	噻虫啉	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-095	噻虫嗪(阿克泰)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-096	噻螨酮	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-097	三硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-098	三唑磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-099	杀虫畏	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-100	杀铃脲	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-101	杀螟松	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-102	杀扑磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-103	霜脲氰	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-104	水胺硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-105	四螨嗪	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-106	速灭磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-107	特丁硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-108	特丁硫磷砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-109	特丁硫磷亚砜	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-110	西玛津	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-111	烯酰吗啉	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-112	烯唑醇	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-113	溴硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-114	亚胺硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-115	烟嘧磺隆	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-116	氧化乐果	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-117	乙拌磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-118	乙草胺	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-119	乙基谷硫磷(益棉磷、乙基保棉磷)	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-120	乙嘧硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-121	乙烯菌核利	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-122	乙酰甲胺磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-123	异稻瘟净	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-124	异柳磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-125	异吸硫磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-126	蝇毒磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-127	治螟磷	丙酮溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-128	仲丁灵	丙酮溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-129	环氟菌胺	环己烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	274	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-130	嘧菌胺	环己烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-131	肟菌酯	环己烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-132	抑草磷	环己烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-133	8种有机氯农药(六六六滴滴涕)混标(GB/T 5750.9)	甲苯溶剂:100μg/mL,1mL	支	320	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-134	伐灭磷	甲苯溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-135	对氯苯酚	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	98	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-136	甲基硫菌灵(甲基托布津)	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	208	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-137	氯灭杀威	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	瓶	450	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-138	咪鲜胺	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	208	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-139	嘧霉胺	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	91	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-140	噻苯隆(脱叶灵)	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	280	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-141	涕灭威	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	208	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-142	涕灭威砜	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	208	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-143	涕灭威亚砜	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	208	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-144	2,4-滴	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-145	4-氯苯氧基乙酸	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	80	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-146	4-溴氟苯	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-147	6-苄基腺嘌呤	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-148	阿维菌素	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	29	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-149	安果(安硫磷)	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-150	氨基甲酸乙酯	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-151	百草枯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-152	苯醚甲环唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	120	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-153	苯醚菊酯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-154	苯霜灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-155	苯氧威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-156	比久(丁酰肼)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-157	吡氟禾草灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-158	吡氟甲禾灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-159	吡螨胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-160	吡嘧磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-161	吡蚜酮	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-162	吡唑嘧菌酯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-163	苄嘧磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-164	丙草胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-165	丙环唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-166	丙硫克百威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-167	丙森锌	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	100	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-168	丙烯菊酯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-169	草铵磷	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-170	赤霉素	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-171	虫酰肼	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-172	除螨酯(芬螨酯)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-173	代森联	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	190	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-174	代森锰锌	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	200	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-175	敌菌灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-176	丁硫克百威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-177	啶酰菌胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-178	多杀菌素	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-179	多效唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-180	恶草酮	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-181	恶霉灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-182	丰索磷	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-183	砜嘧磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-184	呋虫胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-185	呋喃丹(克百威)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-186	呋线威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-187	氟吡甲禾灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-188	氟啶胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-189	氟硅唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-190	氟铃脲	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-191	氟罗沙星	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-192	氟吗啉	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-193	氟酰胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-194	氟幼脲	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-195	高效氟吡甲禾灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-196	咯菌腈	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-197	禾草丹	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-198	环酰菌胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-199	磺胺胍	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-200	己唑醇	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-201	甲苯氟磺胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-202	甲磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-203	甲基内吸磷	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-204	甲硫威砜	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-205	甲硫威亚砜	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-206	甲嘧磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-207	甲氧虫酰肼	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-208	腈苯唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-209	腈菌唑(灭克落)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-210	精甲霜灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-211	精喹禾灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-212	菌核净	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-213	抗蚜威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-214	克螨特(炔螨特)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-215	喹螨醚	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-216	利谷隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-217	联苯肼酯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-218	联苯三唑醇	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-219	磷胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-220	六氯苯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-221	氯苯胺灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-222	氯苯嘧啶醇(唑菌灵)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-223	氯吡苯脲(吡效隆)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	270	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-224	氯吡脲	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-225	氯虫苯甲酰胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-226	氯磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-227	氯嘧磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-228	氯羟吡啶	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-229	氯唑磷	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-230	吗菌灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	526	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-231	猛杀威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-232	嘧菌环胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-233	灭草猛	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-234	灭多威(万灵)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-235	七氟菊酯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-236	氰霜唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-237	噻虫胺	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-238	噻磺隆	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-239	噻节因	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-240	噻菌灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-241	三环唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-242	三羟基克百威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	210	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-243	三唑锡	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-244	杀虫丹	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-245	杀虫单	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-246	杀虫环	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-247	杀虫脒	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-248	杀虫双	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-249	杀螟丹	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-250	杀螟腈	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-251	生物苄呋菊酯	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-252	双苯氟脲	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-253	霜霉威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-254	司帕沙星	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-255	速灭威	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-256	土菌灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-257	托布津	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	103	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-258	萎锈灵	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-259	蚊蝇醚	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-260	五氯酚	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-261	西诺沙星	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-262	西维因(甲萘威)	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-263	烯草酮	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-264	烯效唑	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-265	稀禾定	甲醇溶剂:100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-266	溴甲烷	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-267	燕麦敌	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-268	伊维菌素	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-269	乙基溴硫磷	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-270	乙霉威	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-271	乙氧苯草胺	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-272	乙氧氟草醚	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-273	乙酯杀螨醇	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-274	异丙甲草胺	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-275	异丙威(叶蝉散)	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-276	异狄氏剂醛	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-277	异狄氏剂酮	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-278	异恶草酮	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-279	抑菌灵	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-280	抑霉唑	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-281	抑芽丹	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-282	茚虫威	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-283	莠灭净	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-284	增效醚	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-285	仲丁威(巴沙、丁苯威)	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-286	5种有机磷农药混标	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL(马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、敌敌畏、乐	支	341	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-287	草甘膦	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	56	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-288	敌草快	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-289	喹乙醇	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-290	啶虫脒	乙醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	55	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-291	环氧氯丙烷	乙醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	103	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-292	吡虫啉	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-293	稻瘟净	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-294	敌稗	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-295	多菌灵	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-296	二氯喹啉酸	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-297	福美双	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-298	甲基毒虫畏	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-299	甲哌啶	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-300	氯化苦	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-301	灭草松(苯达松)	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	36	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-302	灭菌磷	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-303	灭蝇胺(落灭津)	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-304	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-305	四氯硝基苯	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-306	烯啶虫胺	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-307	烟碱	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-308	乙烯利	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-309	灭草隆	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	支	120	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-310	灭草松	乙腈溶剂：1000μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-311	苯黄隆	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-312	草除灵	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-313	氟吡呋喃酮	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	瓶	200	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-314	氟啶虫胺腈	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	瓶	85	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-315	环氧虫啶	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	瓶	150	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-316	氯噻啉	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-317	嘧菌酯	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-318	灭虫威砜	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	瓶	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-319	双甲脒	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-320	唑虫酰胺	乙腈溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-321	氟中腈	乙酸乙酯溶剂：1000μg/ml，1ml	支	208	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-322	苯噻酰草胺	乙酸乙酯溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-323	甲草胺	乙酸乙酯溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-324	醚菊酯	乙酸乙酯溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-325	杀线威	乙酸乙酯溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-326	溴螨酯	乙酸乙酯溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-327	矮壮素	异丙醇溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-328	硫丙磷	异丙醇溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-329	羟基粉锈宁	异丙醇溶剂：100μg/ml，1ml	支	89	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-330	三氯杀虫酯	异丙醇溶剂：100μg/ml，1ml	支	89	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-331	三唑醇(羟锈宁)	异丙醇溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-332	戊唑醇	异丙醇溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-333	12种拟除虫菊酯混标(GB/T 18412.4)	正己烷溶剂：1000μg/ml，1ml	支	2850	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-334	苯氧菊酯	正己烷溶剂：1000μg/ml，1ml	瓶	100	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-335	虫螨腈(溴虫腈)	正己烷溶剂：1000μg/ml，1ml	支	100	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-336	腐霉利	正己烷溶剂：1000μg/ml，1ml	瓶	120	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-337	异菌脲	正己烷溶剂：1000μg/ml，1ml	支	120	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-338	2.4-D丁酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-339	OP-DDD	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-340	S-生物烯丙菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-341	α-硫丹	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-342	α-六六六	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-343	β-硫丹	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-344	β-六六六	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-345	γ-六六六	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-346	δ-六六六	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-347	艾氏剂	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-348	胺菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-349	八氯二丙醚	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-350	百菌清	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-351	苯胺灵	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-352	苯酰菌胺	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-353	吡唑醚菌酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-354	苄呋菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-355	丙溴磷	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	60	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-356	除草醚	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-357	稻瘟灵	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-358	滴滴涕混标	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-359	狄氏剂	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-360	丁草胺	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-361	毒杀酚	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	106	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-362	二甲四氯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-363	二溴磷	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-364	反-氯丹	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-365	反-氯菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-366	粉锈宁(三唑酮)	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-367	氟胺氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-368	氟草胺	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-369	氟乐灵	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-370	氟氯氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-371	氟氰戊菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-372	高效(β-)氯氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-373	高效氟氯氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-374	环氧七氯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-375	甲基立枯磷	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-376	甲基五氯基硫醚	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-377	甲基异柳磷	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-378	甲氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-379	甲霜灵	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-380	甲氧滴滴涕	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-381	联苯菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-382	林丹	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	36	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-383	硫丹硫酸酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	瓶	120	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-384	螺螨酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-385	绿麦隆	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-386	氯丹	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-387	氯氟氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-388	氯菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-389	氯氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-390	氯硝胺	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-391	七氯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-392	氰戊菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-393	三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-394	三氯杀螨醇	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-395	三氯杀螨砜	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-396	杀螨酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-397	虱螨脲	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-398	顺-环氧七氯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-399	顺-氯丹	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-400	顺-氯菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-401	顺式(α)氯氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/ml，1ml	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P01	P01-402	顺式氰戊菊酯	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-403	五氯苯胺	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-404	戊菌唑	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-405	辛硫磷	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-406	溴氰菊酯	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-407	氧化氯丹	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	314	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-408	氧氯丹	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	398	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-409	异艾氏剂	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	86	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-410	异狄氏剂	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P01	P01-411	唑螨酯	正己烷溶剂：100μg/mL，1mL	支	160	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P02	P02-01	18种PCB混标	10 mg/L溶于正己烷,1 mL	支	312	国产	10 mg/L溶于正己烷,1 mL	否	1							
P02	P02-02	109种农药混标溶液MSPL0744-2	100μg/mL	支	684	国产	100μg/mL	否	1							
P02	P02-03	154种农药混标套标MSPL0768	10mg/L,1mL,2支	套	6113	国产	10mg/L,1mL,2支	否	1							
P02	P02-04	PL2005农药GC/MS混标1 标准品	2mL×2,20ppm于丙酮	套	6845	国产	2mL×2,20ppm于丙酮	否	1							
P02	P02-05	PL2005农药GC/MS混标2 标准品	2mL×2,20ppm于丙酮	套	6845	国产	2mL×2,20ppm于丙酮	否	1							
P02	P02-06	129种农残混标(定制)CDAA-M-490399-TA-1mL	丙酮溶剂：100μg/mL，1mL	支	1633	国产	丙酮溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P02	P02-07	47种农药混标(GB/T5750.8-2023 附录B)CDAA-M-490548-TA-1.2mL	丙酮溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	1500	国产	丙酮溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P02	P02-08	48种农药混标(GB 23200.113-2018,MSPL0773-100B)	丙酮溶剂：100μg/mL,2支/套	套	4048	国产	丙酮溶剂：100μg/mL,2支/套	否	1							
P02	P02-09	10种氨基甲酸酯类农药混标(HJ960－2018，HJ1025-2019)	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	500	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P02	P02-10	113种农药混标（GB23200.113）	乙酸乙酯溶剂：50μg/mL	支	5448	国产	乙酸乙酯溶剂：50μg/mL	否	1							
P03	P03-01	氘代甲基对硫磷-D6	10mg ，纯度98%	瓶	2989	国产	10mg ，纯度98%	否	1							
P03	P03-02	甲氰菊酯-D5	10mg,97.8%	瓶	2500	国产	10mg,97.8%	否	1							
P03	P03-03	氨基甲酸乙酯-D5	10mg/瓶	瓶	686	国产	10mg/瓶	否	1							
P03	P03-04	4-羟基苯甲酸庚酯-D4	2.5 mg	瓶	2657	国产	2.5 mg	否	1							
P03	P03-05	4-羟基苯并苯基酮-D4	2.5mg	瓶	4465	国产	2.5mg	否	1							
P03	P03-06	氯二甲酚-D6	2.5mg	瓶	3067	国产	2.5mg	否	1							
P03	P03-07	1,2-二氯苯-D4	2000mg/L	支	449	国产	2000mg/L	否	1							

P03	P03-08	芘-D12	2000mg/L,1.2mL/支	支	246	国产	2000mg/L,1.2mL/支	否	1								
P03	P03-09	4-羟基苯甲酸苄酯-D7	5 mg	瓶	2627	国产	5 mg	否	1								
P03	P03-10	毒死蜱-D10	丙酮溶剂：1mL,1000μg/mL(90885b)	瓶	1300	国产	丙酮溶剂：1mL,1000μg/mL(90885b)	否	1								
P03	P03-11	萘-D8	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	100	国产	甲醇溶剂：100μg/mL, 1mL	否	1								
P03	P03-12	吡虫啉-D4	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	918	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P03	P03-13	噻虫胺-D3	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	545	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P03	P03-14	水中二氯乙酸-13C	水溶剂：100mg/L,1.2mL/支	支	1200	国产	水溶剂：100mg/L,1.2mL/支	否	1								
P03	P03-15	蝇毒磷-D10	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	1200	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-001	2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮	1000μg/mL,1mL	瓶	1684	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-002	4-羟基苯甲酸苄酯	1000μg/mL,1mL	瓶	1347	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-003	4-羟基苯甲酸甲酯	1000μg/mL,1mL	瓶	1347	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-004	4-羟基苯甲酸乙酯	1000μg/mL,1mL	瓶	1347	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-005	4-羟基苯甲酸正丙酯	1000μg/mL,1mL	瓶	1347	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-006	4-羟基苯甲酸正丁酯	1000μg/mL,1mL	瓶	1347	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-007	奥沙西泮	1000μg/mL,1mL	瓶	1736	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-008	地西泮	1000μg/mL,1mL	瓶	545	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-009	氟轻松	1000μg/mL,1mL	支	500	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-010	磺胺喹恶啉	1000μg/mL,1mL	瓶	50	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-011	甲氧苄啶/磺胺甲恶唑	1000μg/mL,1mL	支	50	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-012	三氯生	1000μg/mL,1mL	瓶	392	国产	1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-013	1-甲基-9H-吡啶并[3,4-b]吲哚	100μg/mL,1mL	支	600	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-014	2-氨基-1-甲基-6-苯基咪唑[4,5-b]吡啶	100μg/mL,1mL	支	480	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-015	2-氨基-3,4,8-三甲基咪唑并[4,5-f]喹啉	100μg/mL,1mL	支	720	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-016	2-氨基-3,4-二甲基咪唑并[4,5-f]喹啉	100μg/mL,1mL	支	720	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-017	2-氨基-3,7,8-三甲基咪唑并[4,5-f]喹啉	100μg/mL,1mL	支	1800	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-018	2-氨基-3,8-二甲基咪唑并[4,5-f]喹啉	100μg/mL,1mL	支	400	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-019	2-氨基-3-甲基-9H-吡啶并[2,3-b]吲哚	100μg/mL,1mL	支	600	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-020	2-氨基-3-甲基咪唑并(4,5-f)喹啉	100μg/mL,1mL	支	240	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-021	2-氨基-9H-吡啶并[2,3-b]吲哚	100μg/mL,1mL	支	960	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								
P04	P04-022	3-氨基-1-甲基-5H-吡啶并[4,3-b]吲哚(62450-07-1)	100μg/mL,1mL	支	600	国产	100μg/mL, 1mL	否	1								

P04	P04-023	4,7,8-TriMeIQx	100μg/mL,1mL	支	720	国产	100μg/mL，1mL	否	1								
P04	P04-024	氨基脲(SEM)	100μg/mL,1mL	支	74	国产	100μg/mL，1mL	否	1								
P04	P04-025	恶霸灵(恶喹酸)	100μg/mL,1mL	支	50	国产	100μg/mL，1mL	否	1								
P04	P04-026	克伦普罗盐酸盐溶液	100μg/mL,1mL	瓶	272	国产	100μg/mL，1mL	否	1								
P04	P04-027	土霉素	100μg/mL,1mL	瓶	185	国产	100μg/mL，1mL	否	1								
P04	P04-028	异氟泼尼龙	100μg/mL,1mL	支	150	国产	100μg/mL，1mL	否	1								
P04	P04-029	甲砜霉素	100μg/mL,1mL	支	70	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-030	1-氨基-2-内酰脲(AHD)	纯品型,0.1g	支	704	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-031	2-硝基苯甲醛(2-NBA,O2NC6H4CHO)	纯品型,0.1g	支	610	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-032	3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐(MS-222)	纯品型,0.1g	瓶	967	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-033	flutriafol (FTF)	纯品型,0.1g	支	1030	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-034	阿苯达唑	纯品型,0.1g	支	1072	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-035	氨苄青霉素	纯品型,0.1g	支	200	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-036	奥美普林	纯品型,0.1g	瓶	330	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-037	苯海拉明	纯品型,0.1g	瓶	354	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-038	苯甲酸雌二醇	纯品型,0.1g	瓶	179	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-039	苯唑西林	纯品型,0.1g	瓶	103	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-040	达氟沙星	纯品型,0.1g	瓶	748	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-041	单诺沙星	纯品型,0.1g	瓶	778	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-042	丁香酚	纯品型,0.1g	瓶	452	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-043	丁香酚甲醚	纯品型,0.1g	瓶	348	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-044	多效唑	纯品型,0.1g	支	536	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-045	恶霜灵	纯品型,0.1g	支	872	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-046	恩诺沙星	纯品型,0.1g	瓶	830	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-047	二甲硝咪唑(地美硝唑,迪美唑)	纯品型,0.1g	瓶	86	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-048	环丙沙星	纯品型,0.1g	瓶	799	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-049	己曲安奈德	纯品型,0.1g	支	1660	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-050	腈菌唑	纯品型,0.1g	支	1104	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-051	克伦特罗	纯品型,0.1g	瓶	2246	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-052	莱克多巴胺	纯品型,0.1g	瓶	872	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-053	莱克多巴胺盐酸盐	纯品型,0.1g	瓶	336	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-054	罗硝唑/洛硝哒唑	纯品型,0.1g	瓶	968	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-055	洛美沙星	纯品型,0.1g	瓶	1040	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-056	氯苯那敏马来酸盐	纯品型,0.1g	支	589	国产	纯品型,0.1g	否	1								

P04	P04-057	氯唑西林	纯品型,0.1g	瓶	131	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-058	萘啶酸	纯品型,0.1g	支	631	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-059	萘烷	纯品型,0.1g	支	378	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-060	培氟沙星	纯品型,0.1g	支	964	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-061	强力霉素	纯品型,0.1g	瓶	748	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-062	青霉素G钾盐	纯品型,0.1g	瓶	289	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-063	沙拉沙星	纯品型,0.1g	瓶	1367	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-064	他达拉非	纯品型,0.1g	支	2417	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-065	替米考星	纯品型,0.1g	支	1334	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-066	头孢噻呋	纯品型,0.1g	瓶	449	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-067	西诺沙星	纯品型,0.1g	瓶	1576	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-068	盐酸氨基脲(SEM)	纯品型,0.1g	支	631	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-069	盐酸环丙沙星	纯品型,0.1g	支	1072	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-070	盐酸克仑特罗	纯品型,0.1g	瓶	2050	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-071	盐酸莱克多巴胺	纯品型,0.1g	瓶	336	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-072	盐酸强力霉素(盐酸多西环素)	纯品型,0.1g	支	748	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-073	氧氟沙星	纯品型,0.1g	瓶	714	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-074	依诺沙星	纯品型,0.1g	支	1145	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-075	乙酸丁香酚酯	纯品型,0.1g	瓶	192	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-076	乙酰基异丁香酚	纯品型,0.1g	瓶	546	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-077	异丙甲草胺	纯品型,0.1g	支	359	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P04	P04-078	2,2'-二羟基-4,4'-二甲氧基二苯甲酮	纯品型,0.25g	瓶	667	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-079	2,4,5-T	纯品型,0.25g	支	881	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-080	2,4-二氯苯氧乙酸	纯品型,0.25g	支	733	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-081	2-氨基-3-甲基-3H-咪唑并[4,5-f]喹喔啉	纯品型,0.25g	支	4423	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-082	4-正辛基酚 1806-26-4	纯品型,0.25g	支	452	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-083	奥索利酸	纯品型,0.25g	瓶	385	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-084	吡哌酸	纯品型,0.25g	瓶	485	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-085	对苯二甲酸	纯品型,0.25g	支	378	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-086	噁喹酸(欧索林酸)	纯品型,0.25g	瓶	788	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-087	磺胺异恶唑(磺胺二甲异恶唑)	纯品型,0.25g	支	536	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-088	甲硝唑(甲硝基羟)	纯品型,0.25g	瓶	337	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-089	金霉素	纯品型,0.25g	瓶	505	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-090	孔雀石绿	纯品型,0.25g	瓶	400	国产	纯品型,0.25g	否	1								

P04	P04-091	林可霉素	纯品型,0.25g	瓶	631	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-092	硫酸链霉素	纯品型,0.25g	支	421	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-093	氯霉素	纯品型,0.25g	瓶	150	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-094	尼卡巴嗪(4,4-二硝基均苯脲)	纯品型,0.25g	瓶	428	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-095	庆大霉素	纯品型,0.25g	支	378	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-096	三氯卡班	纯品型,0.25g	瓶	1000	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-097	四溴双酚A	纯品型,0.25g	支	348	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-098	盐酸氯丙嗪	纯品型,0.25g	瓶	494	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-099	盐酸四环素	纯品型,0.25g	支	214	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-100	盐酸土霉素	纯品型,0.25g	瓶	536	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-101	异丁香酚	纯品型,0.25g	瓶	474	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P04	P04-102	2-萘酚 135-19-3	纯品型,0.5g	支	359	国产	纯品型,0.5g	否	1								
P04	P04-103	二四二甲基苯胺	纯品型,0.5g	支	536	国产	纯品型,0.5g	否	1								
P04	P04-104	萘乙酸	纯品型,0.5g	支	557	国产	纯品型,0.5g	否	1								
P04	P04-105	1,7-二甲基黄嘌呤	纯品型,10 mg	瓶	826	国产	纯品型,10 mg	否	1								
P04	P04-106	2,4-二羟基二苯甲酮	纯品型,10g	瓶	1006	国产	纯品型,10g	否	1								
P04	P04-107	17α-羟孕酮乙酸酯	纯品型,10mg	瓶	71	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-108	19-去甲睾酮	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-109	2-氨基-1,5,6-三甲基咪唑[4,5-b]吡啶	纯品型,10mg	支	3200	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-110	2-氨基-1,6-二甲基-呋喃并[3,2-e]咪唑并[4,5-b]吡啶	纯品型,10mg	支	4269	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-111	2-氨基-1,6-二甲基咪唑[4,5-b]吡啶	纯品型,10mg	支	3800	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-112	2-氨基-1-甲基-6-4-羟基苯基咪唑并[4,5-b]吡啶	纯品型,10mg	支	3500	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-113	2-氨基-1-甲基-咪唑并[4,5-f]喹啉	纯品型,10mg	支	2800	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-114	2-氨基-5-苯基吡啶	纯品型,10mg	支	450	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-115	2-氨基-6-甲基-二吡啶并[1,2-a:3',2'-d]咪唑	纯品型,10mg	支	2040	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-116	2-氨基-二吡啶并[1,2-a:3',2'-d]咪唑	纯品型,10mg	支	2760	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-117	3,3'-二氨基二丙胺	纯品型,10mg	支	500	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-118	3-氨基-1,4-二甲基-5H-吡啶并[4,3-b]吲哚	纯品型,10mg	支	2040	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-119	4-叔辛基苯酚	纯品型,10mg	瓶	50	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-120	β-苯乙胺	纯品型,10mg	支	182	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-121	阿莫西林	纯品型,10mg	瓶	63	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-122	阿莫西林	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-123	班布特罗盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-124	苯咪青霉素/阿洛西林	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-125	醋酸甲地孕酮	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1								

P04	P04-126	醋酸氯地孕酮	纯品型,10mg	瓶	71	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-127	地塞米松戊酸酯	纯品型,10mg	支	1079	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-128	地塞米松异烟酸酯	纯品型,10mg	支	938	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-129	氟米松特戊酸酯	纯品型,10mg	支	280	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-130	氟西汀	纯品型,10mg	瓶	233	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-131	福莫特罗富马酸盐	纯品型,10mg	瓶	600	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-132	甲基泼尼松龙醋丙酸酯	纯品型,10mg	支	960	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-133	甲氧苄啶	纯品型,10mg	瓶	50	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-134	甲氧西林钠(甲氧苯青霉素)	纯品型,10mg	瓶	2404	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-135	精胺	纯品型,10mg	支	432	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-136	卡马西平	纯品型,10mg	瓶	79	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-137	克仑潘特盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	1044	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-138	克伦丙罗盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	1106	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-139	克伦环己醇盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	1657	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-140	克伦塞罗盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	1657	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-141	酪胺	纯品型,10mg	支	80	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-142	利托君	纯品型,10mg	瓶	2444	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-143	马贲特罗	纯品型,10mg	瓶	611	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-144	马喷特罗盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	764	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-145	美雄酮	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-146	哌拉西林	纯品型,10mg	瓶	63	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-147	羟甲基克伦特罗盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	984	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-148	青霉素V	纯品型,10mg	瓶	228	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-149	青霉酸标准品Penicillic acid	纯品型,10mg	支	123	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-150	去氢硝苯地平	纯品型,10mg	瓶	2303	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-151	炔诺酮	纯品型,10mg	瓶	71	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-152	群勃龙	纯品型,10mg	瓶	86	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-153	塞布特罗	纯品型,10mg	瓶	605	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-154	色胺	纯品型,10mg	支	644	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-155	沙丁胺醇	纯品型,10mg	瓶	251	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-156	双氟可龙戊酸酯	纯品型,10mg	支	2745	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-157	双氟美松醋酸酯	纯品型,10mg	支	1199	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-158	双氯西林	纯品型,10mg	瓶	1284	国产	纯品型,10mg	否	1								
P04	P04-159	头孢拉定	纯品型,10mg	瓶	71	国产	纯品型,10mg	否	1								

P04	P04-160	头孢哌酮	纯品型,10mg	瓶	63	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-161	头孢匹林	纯品型,10mg	瓶	613	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-162	头孢乙腈	纯品型,10mg	瓶	536	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-163	头孢唑啉	纯品型,10mg	瓶	63	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-164	妥布特罗盐酸盐	纯品型,10mg	瓶	646	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-165	西布特罗	纯品型,10mg	瓶	570	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-166	西马特罗	纯品型,10mg	瓶	822	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-167	雄烯二酮	纯品型,10mg	瓶	71	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-168	溴布特罗	纯品型,10mg	瓶	750	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-169	亚胺培南	纯品型,10mg	支	361	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-170	亚精胺	纯品型,10mg	支	150	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-171	盐酸班布特罗	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-172	盐酸克仑丙罗	纯品型,10mg	瓶	1210	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-173	盐酸克仑潘特	纯品型,10mg	瓶	1044	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-174	盐酸克仑赛罗	纯品型,10mg	瓶	1901	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-175	盐酸利托君	纯品型,10mg	瓶	71	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-176	盐酸马布特罗	纯品型,10mg	瓶	856	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-177	盐酸马喷特罗	纯品型,10mg	瓶	764	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-178	盐酸齐帕特罗	纯品型,10mg	瓶	2260	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-179	盐酸羟甲基克仑特罗	纯品型,10mg	瓶	1165	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-180	盐酸妥布特鲁	纯品型,10mg	瓶	552	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-181	盐酸妥布特罗	纯品型,10mg	瓶	348	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-182	章鱼胺	纯品型,10mg	支	80	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-183	左炔诺孕酮	纯品型,10mg	瓶	58	国产	纯品型,10mg	否	1							
P04	P04-184	1,3-二氟-2-丙醇(甘氟)	纯品型,1g	支	911	国产	纯品型,1g	否	1							
P04	P04-185	克霉唑标准品	纯品型,20mg	瓶	120	国产	纯品型,20mg	否	1							
P04	P04-186	氯倍他索丙酸酯	纯品型,20mg	瓶	192	国产	纯品型,20mg	否	1							
P04	P04-187	咪康唑	纯品型,20mg	瓶	348	国产	纯品型,20mg	否	1							
P04	P04-188	泼尼松龙	纯品型,20mg	瓶	92	国产	纯品型,20mg	否	1							
P04	P04-189	顺式-甲基异丁香酚	纯品型,20mg	瓶	378	国产	纯品型,20mg	否	1							
P04	P04-190	盐酸萘替芬标准品	纯品型,20mg	瓶	300	国产	纯品型,20mg	否	1							
P04	P04-191	1,4-二氨基丁烷(腐胺)	纯品型,25mg	支	80	国产	纯品型,25mg	否	1							
P04	P04-192	1,5-二氨基戊烷(尸胺)	纯品型,25mg	支	80	国产	纯品型,25mg	否	1							
P04	P04-193	1,7-二氨基庚烷	纯品型,25mg	支	80	国产	纯品型,25mg	否	1							
P04	P04-194	托曲珠利砜	纯品型,25mg	瓶	1339	国产	纯品型,25mg	否	1							

P04	P04-195	组胺	纯品型,25mg	支	80	国产	纯品型,25mg	否	1								
P04	P04-196	3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)	纯品型,50mg	瓶	2279	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-197	5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)	纯品型,50mg	瓶	2279	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-198	阿苯哒唑-2-氨基砜	纯品型,50mg	支	2291	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-199	阿苯达唑砜	纯品型,50mg	支	2468	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-200	阿米替林	纯品型,50mg	瓶	242	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-201	地克珠利	纯品型,50mg	瓶	286	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-202	地塞米松特戊酸酯	纯品型,50mg	支	1678	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-203	特布他林	纯品型,50mg	瓶	214	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-204	托曲珠利	纯品型,50mg	瓶	150	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-205	异丙硝唑	纯品型,50mg	支	1036	国产	纯品型,50mg	否	1								
P04	P04-206	2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮	纯品型,5g	瓶	670	国产	纯品型,5g	否	1								
P04	P04-207	2,2'-二羟基-4-甲氧基苯甲酮	纯品型,5g	瓶	1154	国产	纯品型,5g	否	1								
P04	P04-208	4-羟基苯并苯基酮	纯品型,5g	瓶	761	国产	纯品型,5g	否	1								
P04	P04-209	4-羟基苯甲酸庚酯	纯品型,5g	瓶	1958	国产	纯品型,5g	否	1								
P04	P04-210	氯二甲酚	纯品型,5g	瓶	794	国产	纯品型,5g	否	1								
P04	P04-211	苯甲酰磺胺	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	68	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-212	对乙酰氨基酚	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	瓶	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-213	红霉素	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	瓶	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-214	磺胺苯吡唑	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-215	磺胺吡啶	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	131	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-216	磺胺醋酰	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	131	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-217	磺胺对甲氧嘧啶	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	205	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-218	磺胺多辛	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	126	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-219	磺胺二甲基嘧啶	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	70	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-220	磺胺二甲异嘧啶	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-221	磺胺甲基嘧啶	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	70	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-222	磺胺甲氧哒嗪	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	118	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P04	P04-223	磺胺间二甲氧嘧啶	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	91	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								

P04	P04-224	磺胺间甲氧嘧啶	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-225	磺胺嘧啶溶	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	94	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-226	磺胺噻唑	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-227	磺胺异恶唑	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	64	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-228	康力龙	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	瓶	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-229	克拉霉素	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	瓶	250	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-230	炔雌醇	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	205	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-231	泰乐菌素	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	瓶	130	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-232	酞磺胺噻唑	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	85	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-233	奥硝唑溶液	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	156	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-234	苯丙酸诺龙	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	137	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-235	丙酸睾酮	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-236	雌三醇	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	83	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-237	敌草快	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	89	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-238	恶喹酸	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-239	氟苯尼考	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	瓶	53	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-240	氟甲砜霉素	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	53	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-241	氟甲喹	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-242	睾酮	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	71	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-243	己烯雌酚	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-244	甲基睾丸酮	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	90	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-245	甲硝唑	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-246	氯丙那林	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	91	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							

P04	P04-247	喷布特罗	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	瓶	71	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-248	喷布特罗盐酸盐	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-249	氢溴酸非诺特罗	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-250	去氧皮质酮	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-251	替硝唑	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	156	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-252	盐酸洛美沙星	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-253	甲磺酸达氟沙星	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	水溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-254	链霉素	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	575	国产	水溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-255	硫酸特布他林	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	64	国产	水溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-256	盐酸二氟沙星	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	水溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-257	盐酸沙拉沙星	水溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	水溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-258	磺胺甲噻二唑	乙醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	50	国产	乙醇溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-259	诺氟沙星	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-260	四环素	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	92	国产	乙醇溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-261	磺胺甲恶唑	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	支	50	国产	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-262	磺胺氯哒嗪	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	支	50	国产	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-263	劳拉西泮	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	支	961	国产	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-264	头孢氨苄	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	支	58	国产	乙腈溶剂：1000μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-265	勃地酮	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	83	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-266	雌二醇	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	91	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-267	雌酮	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	60	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-268	醋酸甲羟孕酮	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-269	黄体酮	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							

P04	P04-270	甲羟孕酮	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	100	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-271	壬基酚	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-272	双烯雌酚	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-273	乙氧萘胺青霉素	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	支	263	国产	乙腈溶剂：100μg/mL，1mL	否	1							
P04	P04-274	可待因	0.1 mg/mL	支	819	国产	0.1 mg/mL	否	1							
P04	P04-275	倍他米松	纯度≥95%，10 mg	瓶	86	国产	纯度≥95%，10 mg	否	1							
P04	P04-276	氢化可的松	纯度≥95%，10 mg	瓶	69	国产	纯度≥95%，10 mg	否	1							
P04	P04-277	氢化泼尼松	纯度≥95%，10 mg	瓶	86	国产	纯度≥95%，10 mg	否	1							
P04	P04-278	丁卡因	纯度≥98%，250 mg	瓶	240	国产	纯度≥98%，250 mg	否	1							
P04	P04-279	醋酸泼尼松龙	纯度≥98.7%，250 mg	瓶	250	国产	纯度≥98.7%，250 mg	否	1							
P04	P04-280	米吐尔	纯度≥99.0，25 g	瓶	301	国产	纯度≥99.0，25 g	否	1							
P04	P04-281	醋酸泼尼松	纯度≥99.5%，100 mg	瓶	196	国产	纯度≥99.5%，100 mg	否	1							
P04	P04-282	苯佐卡因	纯度≥99.7%，100 mg	瓶	137	国产	纯度≥99.7%，100 mg	否	1							
P04	P04-283	丙酸氯倍他索	纯度≥99.8%，100 mg	瓶	150	国产	纯度≥99.8%，100 mg	否	1							
P04	P04-284	双氟沙星	纯品型，0.1g	瓶	875	国产	纯品型，0.1g	否	1							
P04	P04-285	杀草丹	纯品型，0.25g	支	934	国产	纯品型，0.25g	否	1							
P04	P04-286	劳拉西泮	纯品型，1 mg	瓶	3372	国产	纯品型，1 mg	否	1							
P04	P04-287	咪达唑仑	纯品型，1 mg	瓶	4200	国产	纯品型，1 mg	否	1							
P04	P04-288	硝西泮(硝基西泮)	纯品型，1 mg	瓶	2058	国产	纯品型，1 mg	否	1							
P04	P04-289	甲基丁香酚	纯品型，10 mg	瓶	94	国产	纯品型，10 mg	否	1							
P04	P04-290	利多卡因	纯品型，10 mg	瓶	216	国产	纯品型，10 mg	否	1							
P04	P04-291	普鲁卡因	纯品型，10 mg	瓶	94	国产	纯品型，10 mg	否	1							
P04	P04-292	三卡因(3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐、间氨基苯甲酸乙酯甲磺酸盐)	纯品型，10 mg	瓶	94	国产	纯品型，10 mg	否	1							
P04	P04-293	金刚乙胺	纯品型，100 mg	瓶	735	国产	纯品型，100 mg	否	1							
P04	P04-294	盐酸哌唑嗪	纯品型，100 mg	瓶	150	国产	纯品型，100 mg	否	1							
P04	P04-295	盐酸万古霉素	纯品型，100 mg	瓶	129	国产	纯品型，100 mg	否	1							
P04	P04-296	莽草酸	纯品型，20 mg	瓶	200	国产	纯品型，20 mg	否	1							
P04	P04-297	环阿屯醇	纯品型，5 mg	瓶	3132	国产	纯品型，5 mg	否	1							
P04	P04-298	阿奇霉素标准物质	纯品型，50 mg	瓶	687	国产	纯品型，50 mg	否	1							

P04	P04-299	异丙草胺标准品(固体)	纯品型,50 mg	支	1638	国产	纯品型,50 mg	否	1							
P04	P04-300	除草定	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	55	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-301	醋酸地塞米松	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	瓶	52	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-302	地塞米松	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	瓶	50	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-303	毒草胺	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	瓶	280	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-304	氟硝西泮	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	瓶	900	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-305	氯甲西泮	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	瓶	1500	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-306	普拉西泮	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	瓶	1500	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-307	噻呋酰胺	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	否	1							
P04	P04-308	18种β-受体激动剂混标(GB 31658.22-2022)	100mg/L于甲醇,1.2mL/瓶	瓶	900	国产	100mg/L于甲醇,1.2mL/瓶	否	1							
P05	P05-01	莱克多巴胺-D6	1000μg/mL,1.2mL/瓶	瓶	726	国产	1000μg/mL,1.2mL/瓶	否	1							
P05	P05-02	克仑特罗-D9	100μg/mL,1mL	瓶	418	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P05	P05-03	氯丙那林-D7	100μg/mL,1mL	瓶	128	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P05	P05-04	齐帕特罗-D7	100μg/mL,1mL	瓶	632	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P05	P05-05	羟甲基克伦特罗-D6	100μg/mL,1mL	瓶	365	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P05	P05-06	妥布特罗-D9	100μg/mL,1mL	瓶	272	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P05	P05-07	西布特罗-D9	100μg/mL,1mL	瓶	221	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P05	P05-08	西马特罗-D7	100μg/mL,1mL	瓶	254	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P05	P05-09	利托君-D3	10mg/瓶	瓶	7409	国产	10mg/瓶	否	1							
P05	P05-10	左炔诺孕酮-D6	10mg/瓶	瓶	3080	国产	10mg/瓶	否	1							
P05	P05-11	3-氨基-2-噁唑烷基酮内标-D4	10mg/瓶,纯品型	瓶	475	国产	10mg/瓶,纯品型	否	1							
P05	P05-12	呋喃它酮代谢物- D5	10mg/瓶,纯品型	瓶	200	国产	10mg/瓶,纯品型	否	1							
P05	P05-13	孔雀石绿同位素-D5	10mg/支	支	1108	国产	10mg/支	否	1							
P05	P05-14	2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮-D4	1mg	瓶	3564	国产	1mg	否	1							
P05	P05-15	2,2'-二羟基-4-甲氧基苯甲酮-D3	1mg	瓶	3112	国产	1mg	否	1							
P05	P05-16	2,4-二羟基二苯甲酮-D5	1mg	瓶	945	国产	1mg	否	1							
P05	P05-17	阿莫西林-D4	1mg	瓶	1820	国产	1mg	否	1							
P05	P05-18	氨苄西林-D5	1mg	瓶	2197	国产	1mg	否	1							
P05	P05-19	阿米替林-D6	1mg/瓶	瓶	856	国产	1mg/瓶	否	1							
P05	P05-20	阿奇霉素-D5	1mg/瓶	瓶	2296	国产	1mg/瓶	否	1							
P05	P05-21	班布特罗-D9	1mg/瓶	瓶	428	国产	1mg/瓶	否	1							
P05	P05-22	克仑丙罗-D7	1mg/瓶	瓶	684	国产	1mg/瓶	否	1							
P05	P05-23	克仑潘特-D5	1mg/瓶	瓶	428	国产	1mg/瓶	否	1							
P05	P05-24	马布特罗-D9	1mg/瓶	瓶	475	国产	1mg/瓶	否	1							

P05	P05-25	马喷特罗-D11	1mg/瓶	瓶	564	国产	1mg/瓶	否	1								
P05	P05-26	托曲珠利-D3	1mg/瓶	瓶	464	国产	1mg/瓶	否	1								
P05	P05-27	溴布特罗-D9	1mg/瓶	瓶	606	国产	1mg/瓶	否	1								
P05	P05-28	氟苯尼考胺-D3	1mg/瓶,纯度大于95%	瓶	928	国产	1mg/瓶,纯度大于95%	否	1								
P05	P05-29	萘夫西林-D6	1mg/瓶,纯度大于95%	瓶	1511	国产	1mg/瓶,纯度大于95%	否	1								
P05	P05-30	甲硝唑-D4	1mg/瓶,纯品型	瓶	425	国产	1mg/瓶,纯品型	否	1								
P05	P05-31	特布他林-D9	1mg/瓶,纯品型	瓶	832	国产	1mg/瓶,纯品型	否	1								
P05	P05-32	罗硝唑-D3	1mg/瓶,纯品型,纯度大于99.8%	瓶	3706	国产	1mg/瓶,纯品型,纯度大于99.8%	否	1								
P05	P05-33	克伦赛罗-D10	1mL/瓶	瓶	680	国产	1mL/瓶	否	1								
P05	P05-34	羟基异丙硝唑-D3	2.5mg/瓶	瓶	2124	国产	2.5mg/瓶	否	1								
P05	P05-35	环丙沙星-D8	25mg/瓶,纯品型	瓶	2143	国产	25mg/瓶,纯品型	否	1								
P05	P05-36	沙拉沙星-D8	25mg/瓶,纯品型	瓶	2802	国产	25mg/瓶,纯品型	否	1								
P05	P05-37	克伦特罗-D9	5mg/瓶	瓶	770	国产	5mg/瓶	否	1								
P05	P05-38	隐色孔雀石绿-D5	纯品型,10mg/支	支	648	国产	纯品型,10mg/支	否	1								
P05	P05-39	甲睾酮-D3	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	706	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P05	P05-40	甲羟孕酮-D3	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	726	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P05	P05-41	E-己烯雌酚-D8	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	227	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P05	P05-42	雌二醇-13C2	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	1016	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P05	P05-43	雌酮-D2	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	454	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P05	P05-44	奥沙西泮-D5	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL(65854-78-6,XBF0188)	瓶	1500	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL(65854-78-6,XBF0188)	否	1								
P05	P05-45	孕酮-D9	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL/支	支	636	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL/支	否	1								
P05	P05-46	吡啶[3,4-b]吲哚-9H	100μg/mL	支	240	国产	100μg/mL	否	1								
P05	P05-47	沙丁胺醇-D3	100μg/mL,介质为乙腈,1mL	支	1712	国产	100μg/mL ,介质为乙腈,1mL	否	1								
P05	P05-48	地西泮-D5	100μg/mL,1mL	瓶	998	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P05	P05-49	青霉素G盐-D7	10mg	瓶	1179	国产	10mg	否	1								
P05	P05-50	诺氟沙星-D5	10mg/瓶	瓶	1712	国产	10mg/瓶	否	1								
P05	P05-51	1-氨基-2-内酰脲-13C3(AHD-13C3)	1mg/瓶,纯品型	瓶	1926	国产	1mg/瓶,纯品型	否	1								
P05	P05-52	氧氟沙星-D3	25mg/瓶,纯品型	瓶	2143	国产	25mg/瓶,纯品型	否	1								
P05	P05-53	屈-D12	5000mg/L,1.2mL/瓶	瓶	427	国产	5000mg/L,1.2mL/瓶	否	1								
P05	P05-54	丁香酚-D3	5mg/瓶	瓶	3498	国产	5mg/瓶	否	1								
P05	P05-55	孔雀石绿-D5	纯品型,10mg/支	支	1408	国产	纯品型,10mg/支	否	1								
P06	P06-01	高氯酸盐-[1804]	g/L于水(以高	瓶	2743	国产	1.2mL,100mg/L于水(以高氯酸根-[1804]计)	否	1								
P06	P06-02	2,4,6-三溴酚内标液	0.25g	支	541	国产	0.25g	否	1								

P06	P06-03	2-氯-1,3-丙二醇二硬脂酸酯-D5(D5-2-MCPD酯)	10 mg	支	546	国产	10 mg	否	1								
P06	P06-04	缩水甘油棕榈酸酯-D5(D5-Gly-酯)	10 mg	支	730	国产	10 mg	否	1								
P06	P06-05	3-氯-1,2-丙醇棕榈酸双酯-d5外消旋	纯度≥98%,1mg	瓶	720	国产	纯度≥98%,1mg	否	1								
P06	P06-06	N-亚硝基二正丙胺-D14	1000mg/L于二氯甲烷,1.2ml	支	83	国产	1000mg/L 于二氯甲烷,1.2mL	否	1								
P06	P06-07	氯霉素-D5	100μg/mL,1.2mL,(介质：乙腈)	支	445	国产	100μg/mL,1.2mL,(介质：乙腈)	否	1								
P06	P06-08	全氟-3-[(3-甲氧基丙氧基)丙酸]-3H(ADONA)	100μg/mL,1.2mL,介质：乙腈	支	1440	国产	100μg/mL,1.2mL,介质：乙腈	否	1								
P06	P06-09	对羟基苯甲酸乙酯-D4	10mg	瓶	2400	国产	10mg	否	1								
P06	P06-10	蒽醌-D8	10mg/支	支	1073	国产	10mg/支	否	1								
P06	P06-11	4-羟基苯甲酸甲酯-13C6	1mg	瓶	2928	国产	1mg	否	1								
P06	P06-12	4-羟基苯甲酸乙酯-13C6	1mg	瓶	2807	国产	1mg	否	1								
P06	P06-13	4-羟基苯甲酸正丙酯-13C6	1mg	瓶	2657	国产	1mg	否	1								
P06	P06-14	4-羟基苯甲酸正丁酯-13C6	1mg	瓶	4428	国产	1mg	否	1								
P06	P06-15	5-羟甲基糠醛-13C6	1mg	支	3500	国产	1mg	否	1								
P06	P06-16	生物素-D4	1mg	瓶	3400	进口	1mg	否	1								
P06	P06-17	三氯卡班-D4	5 mg	瓶	2077	国产	5 mg	否	1								
P06	P06-18	全氟化合物混标内标	Custom-Labeled PFAS-14 Mixture 66.2μg/mL in Methanol/Water, 1mL	支	15000	国产	14 种全氟化合物同位素混合内标：13C5-PFHxA、13C4-PFBA、13C8-PFOA、13C9-PFNA、13C6-PFDA、13C7-PFUdA、13C2-PFDoA、13C3-PFHxS 、13C8-PFOS、 13C5-PFPeA、13C3-PFBS、13C4-PFHpA、13C2-PFTeDA、13C2-PFTrDA。	否	1								
P06	P06-19	3种多环芳烃内标混标(苊-D10、蒈-D12和芘-D10)	丙酮溶剂:1000 mg/L,1 mL	支	312	国产	丙酮溶剂：1000 mg/L,1 mL	否	1								
P06	P06-20	芘-D10	1000 μg/mL,1 mL	支	388	国产	1000 μg/mL,1 mL	否	1								
P06	P06-21	苊-D10	1000 μg/mL,1 mL	支	142	国产	1000 μg/mL,1 mL	否	1								
P06	P06-22	二氢苊-D10	100μg/mL,1mL	支	94	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P06	P06-23	对三联苯-D14	10mg	瓶	129	国产	10mg	否	1								
P06	P06-24	N-二丙基亚硝胺-D14	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	482	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P06	P06-25	N-亚硝基二甲胺-D6	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	400	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P06	P06-26	丙烯酰胺-13C3]	甲醇溶剂:100μg/mL,1mL	支	420	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P06	P06-27	2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-13C6	乙腈溶剂:100μg/mL,1.2mL	瓶	6600	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1.2mL	否	1								
P06	P06-28	13C4盐酸吡哆醇标准品	纯品型,100mg	瓶	2100	国产	纯品型,100mg	否	1								
P06	P06-29	D3-双盐酸吡哆胺标准品	纯品型,100mg	瓶	2760	国产	纯品型,100mg	否	1								
P06	P06-30	3种多氯联苯内标混标(HJ902-2017)	正己烷溶剂：200μg/mL,1mL	瓶	260	国产	正己烷溶剂：200μg/mL,1mL	否	1								

P07	P07-01	异米酵菌酸标准品	100μg/mL,50%乙腈水(含0.1%氨水),1.2mL	支	1552	国产	100μg/mL,50%乙腈水(含0.1%氨水),1.2mL	否	1							
P07	P07-02	15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	810	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-03	3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	810	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-04	T-2毒素	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	485	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-05	棒曲霉素/展青霉素	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	1374	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-06	黄曲霉毒素 M1	10μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	559	国产	10μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-07	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	512	国产	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-08	雪腐镰刀菌烯醇	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	964	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-09	玉米赤霉烯酮	25μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	350	国产	25μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-10	赭曲霉毒素A	10μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	693	国产	10μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-11	黄曲霉毒素 B2	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	485	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-12	桔青霉素/桔霉素	甲醇溶剂：5μg/mL,1.2mL	支	457	国产	甲醇溶剂：5μg/mL,1.2mL	否	1							
P07	P07-13	HT-2毒素	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	586	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-14	串珠镰刀菌素标准品(MON)	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	1899	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-15	二乙酸藨草镰刀菌烯醇/蛇形霉素	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	1911	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							

P07	P07-16	伏马毒素 B1	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	723	国产	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-17	伏马毒素 B2	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	723	国产	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-18	伏马毒素 B3	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	723	国产	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-19	黄曲霉毒素 B1	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	388	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-20	黄曲霉毒素 G1	25μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	453	国产	25μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-21	黄曲霉毒素 G2	25μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	453	国产	25μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-22	黄曲霉毒素 M2	0.5μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	586	国产	0.5μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-23	镰刀菌烯酮-X	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	720	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-24	去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	1857	国产	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-25	新茄病镰刀菌烯醇标准品	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	1323	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P07	P07-26	胶黏毒素标准品Gliotoxin	10mg/支	支	4130	国产	10mg/支	否	1							
P07	P07-27	霉酚酸标准品(MPA) Mycophenolic acid	10mg/支	支	703	国产	10mg/支	否	1							
P07	P07-28	呕吐毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇 Deoxynivalenol/Vomintoxin	10mg/支	支	3804	国产	10mg/支	否	1							
P07	P07-29	烟曲霉素标准品 Fumagillin	10mg/支	支	4575	国产	10mg/支	否	1							
P07	P07-30	疣孢青霉原标准品 Verruculogen	10mg/支	支	6247	国产	10mg/支	否	1							
P07	P07-31	杂色曲霉素/柄曲霉素标准品Sterigmatocystin	10mg/支	支	3055	国产	10mg/支	否	1							
P07	P07-32	白僵菌素(BEA)	CAS：26048-05-5：25 μg/mL,纯度≥99 %	瓶	1999	国产	CAS：26048-05-5：25 μg/mL,纯度≥99 %	否	1							
P07	P07-33	恩镰孢菌素 A(ENNA)	CAS：2503-13-1：纯度≥99 %,1mg/瓶	瓶	3075	国产	CAS：2503-13-1：纯度≥99 %,1mg/瓶	否	1							

P07	P07-34	恩镰孢菌素 A1(ENNA1)	CAS：4530-21-6：纯度≥ 99 %,1mg/瓶	瓶	1986	国产	CAS：4530-21-6：纯度≥ 99 %,1mg/瓶	否	1							
P07	P07-35	恩镰孢菌素 B(ENNB)	CAS：917-13-5：纯度≥ 99 %,1mg/瓶	瓶	3045	国产	CAS：917-13-5：纯度≥ 99 %,1mg/瓶	否	1							
P07	P07-36	恩镰孢菌素 B1(ENNB1)	CAS：19914-20-6：纯度≥ 99 %,1mg/瓶	瓶	1983	国产	CAS：19914-20-6：纯度≥99 %,1mg/瓶	否	1							
P07	P07-37	米酵菌酸标准品	100μg/mL,甲醇	支	1323	国产	100μg/mL,甲醇	否	1							
P07	P07-38	腾毒素 Tentoxin	100 μg/mL - 干态标准品 - 1 mL	支	1751	国产	100 μg/mL - 干态标准品 - 1 mL	否	1							
P07	P07-39	交链孢酚 Alternariol	100μg/mL - 干态标准品 - 1 mL	支	1176	国产	100μg/mL - 干态标准品 - 1 mL	否	1							
P07	P07-40	交链孢酚甲基醚 Alternariolmethylether	100μg/mL-干态标准品-1mL	支	1553	国产	100μg/mL-干态标准品-1mL	否	1							
P07	P07-41	细交链孢菌酮酸 Tenuazonic Acid -	100 μg/mL - 干态标准品 - 1mL (根据订单生产) 缩写TeA	支	1505	国产	100 μg/mL - 干态标准品 - 1mL (根据订单生产) 缩写TeA	否	1							
P07	P07-42	柄曲霉素 Sterigmatocystin	50 μg/mL-乙腈-1mL/支	支	823	国产	50 μg/mL-乙腈-1mL/支	否	1							
P07	P07-43	脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷	10 μg/mL	支	2750	国产	10 μg/mL	否	1							
P07	P07-44	赭曲霉毒素B(Ochratoxin B)	甲醇溶剂：10 μg/mL,1.2mL/瓶	支	1000	国产	甲醇溶剂：10 μg/mL,1.2mL/瓶	否	1							
P07	P07-45	赭曲霉毒素C(Ochratoxin C)	甲醇溶剂：10 μg/mL,1.2mL/瓶	支	1200	国产	甲醇溶剂：10 μg/mL,1.2mL/瓶	否	1							
P07	P07-46	蜡样芽孢杆菌致吐毒素(Cereulide)	0μg/mL,1.2m	瓶	1600	国产	10μg/mL,1.2mL	否	1							
P08	P08-01	伏马毒素混标,伏马毒素 B1、伏马毒素 B2、伏马毒素 B3混标	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	1555	国产	50μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P08	P08-02	单端孢霉烯族化合物A&B型(TCTCs)（包括脱氧雪腐镰刀菌烯醇,雪腐镰刀菌烯醇以及3-乙酰基和15-乙酰基,新茄病镰刀菌烯醇,镰刀菌烯酮-X,二乙酸藨草镰刀菌烯醇(蛇形霉素)、T-2毒素	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	支	3497	国产	100μg/mL,1.2mL/支,介质：甲醇或乙腈	否	1							
P08	P08-03	黄曲霉毒素 B1, G1,B2, G2混标	2μg/mL 黄曲霉毒素 B1, G1 和0.5μg/mL黄曲霉毒素B2, G2溶于	支	465	国产	2μg/mL 黄曲霉毒素 B1, G1 和0.5μg/mL黄曲霉毒素B2, G2溶于乙腈	否	1							

P08	P08-04	4种交链孢毒素混合标准溶液	Tenuazonic Acid=25.0μg/mL;Alternariol=10.0μg/mL;Alternariolmethylether=1.0μg/mL;tentoxin=5.0μg/mL	支	3187	国产	Tenuazonic Acid=25.0μg/mL;Alternariol=10.0μg/mL;Alternariolmethylether=1.0μg/mL;tentoxin=5.0μg/mL	否	1							
P08	P08-05	17种真菌毒素混合外标	AFB1(0.5ppm); AFB2(0.5ppm); AFG1(0.5ppm); AFG2(0.5ppm); NIV(50ppm); DON(50ppm); 3-DON(50ppm); 15-DON(50ppm); ZEN(5ppm); T-2(5ppm); HT-2(10ppm); ST(0.5ppm); OTA(0.5ppm); FB1(10ppm); FB2(10ppm);	支	12000	国产	AFB1(0.5ppm); AFB2(0.5ppm); AFG1(0.5ppm); AFG2(0.5ppm); NIV(50ppm); DON(50ppm); 3-DON(50ppm); 15-DON(50ppm); ZEN(5ppm); T-2(5ppm); HT-2(10ppm); ST(0.5ppm); OTA(0.5ppm); FB1(10ppm); FB2(10ppm); FB3(10ppm); DON-3G(50ppm)	否	1							
P09	P09-01	U-[13C28]-米酵菌酸内标	10 μg/mL /甲醇,1.2mL	支	11995	国产	10 μg/mL /甲醇,1.2mL	否	1							
P09	P09-02	4种交链孢毒素混合氘代同位素内标	Tenuazonic Acid-D13=25.0μg/mL;Alternariol-D2=10.0μg/mL;Alternariolmethylether-D3=1.0μg/mL;tentoxin-D3=5.0μg/mL	支	5856	国产	Tenuazonic Acid-D13=25.0μg/mL;Alternariol-D2=10.0μg/mL;Alternariolmethylether-D3=1.0μg/mL;tentoxin-D3=5.0μg/mL	否	1							

P09	P09-03	4种交链孢酚混合碳代内标13C-TeA；13C-AOH；13C-TEN；13C-AME	13C-TeA(5ppm)；13C-AOH(2ppm)；13C-TEN(1ppm)；13C-AME	支	17052	国产	13C-TeA(5ppm)；13C-AOH(2ppm)；13C-TEN(1ppm)；13C-AME(0.2ppm)	否	1							
P09	P09-04	U-[13C14]交链(链格)孢酚(Alternariol)	甲醇溶剂:10μg/mL,1.2mL/瓶	瓶	5527	国产	甲醇溶剂：10μg/mL,1.2mL/瓶	否	1							
P09	P09-05	U-[13C15]交链孢酚单甲醚(Alternariol monomethyl Ether)	甲醇溶剂:10μg/mL,1.2mL/瓶	瓶	5527	国产	甲醇溶剂：10μg/mL,1.2mL/瓶	否	1							
P09	P09-06	U-[13C17]-黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1)	0.5μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	5158	国产	0.5 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-07	U-[13C17]-黄曲霉毒素B2(Aflatoxin B2)	0.5μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	5158	国产	0.5 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-08	U-[13C17]-黄曲霉毒素G1(Aflatoxin G1)	0.5μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	5158	国产	0.5 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-09	U-[13C17]-黄曲霉毒素G2(Aflatoxin G2)	0.5μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	5158	国产	0.5 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-10	U-[13C17]-黄曲霉毒素M1(Aflatoxin M1)	0.5μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	5158	国产	0.5 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-11	U-[13C18]-柄曲霉素(Sterigmatocystin)	25μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	6133	国产	25 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-12	U-[13C24]-T-2素(T-2 toxin)	25μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	5217	国产	25 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-13	U-[13C7]-展青霉素(Patulin)- 25 μg/mL - 乙腈	25μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	瓶	5126	国产	25 μg/mL,1.2mL/瓶,介质：甲醇/乙腈	否	1							
P09	P09-14	U-[13C22]-腾毒素	5 μg/mL - 乙腈, 1.2mL	支	3775	国产	5 μg/mL - 乙腈, 1.2mL	否	1							
P09	P09-15	U-[13C14]-交链孢酚	25 μg/mL- 1 mL	支	6233	国产	25 μg/mL- 1 mL	否	1							
P09	P09-16	U-[13C15]-交链孢酚甲基醚	25 μg/mL- 1 mL	支	6233	国产	25 μg/mL- 1 mL	否	1							
P09	P09-17	U-[13C10]-细交链孢菌酮酸,	10 μg/mL - 1 mL	支	3804	国产	10 μg/mL - 1 mL	否	1							

P09	P09-18	U-[13C20]-赭曲霉毒素A(OTA)	10 μg/mL - 乙腈 - 1.2mL	支	5057	国产	10 μg/mL - 乙腈 - 1.2mL	否	1								
P09	P09-19	U-[13C34]-伏马毒素B1	25 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2mL/支	支	5057	国产	25 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2mL/支	否	1								
P09	P09-20	U-[13C34]-伏马毒素B2	10 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2mL/支	支	5057	国产	10 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2mL/支	否	1								
P09	P09-21	U-[13C34]-伏马毒素B3	10 μg/mL - 乙腈/水- 1.2mL/支	支	5057	国产	10 μg/mL -乙腈/水- 1.2mL/支	否	1								
P09	P09-22	U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)	25 μg/mL-乙腈/水- 1.2mL/支	支	5057	国产	25 μg/mL-乙腈/水- 1.2mL/支	否	1								
P09	P09-23	U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON)	25 μg/mL-乙腈- 1.2mL/支	支	5645	国产	25 μg/mL-乙腈- 1.2mL/支	否	1								
P09	P09-24	U-[13C17]-15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON)	10μg/mL -乙腈- 1.2mL/支	支	5645	国产	10μg/mL -乙腈-1.2mL/支	否	1								
P09	P09-25	U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇Nivalenol	25 μg/mL-乙腈- 1.2mL/支	支	5645	国产	25 μg/mL-乙腈-1.2mL/支	否	1								
P09	P09-26	U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(ZON)	25 μg/mL /乙腈 1.2mL/支	支	5071	国产	25 μg/mL /乙腈 1.2mL/支	否	1								
P09	P09-27	U-[13C22]-HT-2毒素	25 μg/mL-乙腈- 1.2mL/支	支	5058	国产	25 μg/mL-乙腈-1.2mL/支	否	1								
P09	P09-28	U-[13C18]-柄曲霉素/ U-[13C18]-杂色曲霉毒素Sterigmatocystin	25 μg/mL-乙腈-1.2 mL/支	支	6257	国产	25 μg/mL-乙腈-1.2 mL/支	否	1								
P09	P09-29	杂色曲霉素内标	25 μg/mL-乙腈- 1.2mL/支	支	6260	国产	25 μg/mL-乙腈-1.2mL/支	否	1								
P09	P09-30	脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷内标(13C21-DON-3-G)	10 μg/mL	支	13000	国产	10 μg/mL	否	1								
P09	P09-31	13C13-桔青霉素内标溶液(10 μg/mL)	10 μg/mL	支	13000	国产	10 μg/mL	否	1								

P09	P09-32	17种真菌毒素内标	13C-AFB1(0.1ppm)；13C-AFB2(0.1ppm)；13C-AFG1(0.1ppm)；13C-AFG2(0.1ppm)；13C-NIV(12.5ppm)；13C-DON(12.5ppm)；13C-3-DON(12.5ppm)；13C-15-DON(12.5ppm)；13C-ZEN(12.5ppm)；13C-T-2(0.5ppm)；13C-HT-2(5ppm)；13C-ST(0.2ppm)；13C-OTA(0.2ppm)；13C-	支	30000	国产	13C-AFB1(0.1ppm)；13C-AFB2(0.1ppm)；13C-AFG1(0.1ppm)；13C-AFG2(0.1ppm)；13C-NIV(12.5ppm)；13C-DON(12.5ppm)；13C-3-DON(12.5ppm)；13C-15-DON(12.5ppm)；13C-ZEN(12.5ppm)；13C-T-2(0.5ppm)；13C-HT-2(5ppm)；13C-ST(0.2ppm)；13C-OTA(0.2ppm)；13C-FB1(5ppm)；13C-FB2(5ppm)；13C-FB3(5ppm),13C-DON-3G(12.5ppm)	否	1								
P09	P09-33	U-[13C20]-赭曲霉毒素B(Ochratoxin B)	甲醇溶剂：10μg/mL,1.2mL/瓶	支	7000	国产	甲醇溶剂：10 μg/mL,1.2mL/瓶	否	1							
P09	P09-34	U-[13C20]-赭曲霉毒素C(Ochratoxin C)	甲醇溶剂：10μg/mL,1.2mL/瓶	支	7000	国产	甲醇溶剂：10 μg/mL,1.2mL/瓶	否	1							
P09	P09-35	黄曲霉毒素B1B2G1G2混内标	13C-C17-AFTB1:0.5μg/mL；13C-C17-AFTB2:0.5μg/mL；13C-C17-AFTG1:0.5μg/mL；13C-C17-AFTG2:0.5	瓶	12000	国产	13C-C17-AFTB1:0.5μg/mL；13C-C17-AFTB2:0.5μg/mL；13C-C17-AFTG1:0.5μg/mL；13C-C17-AFTG2:0.5μg/mL	否	1							
P09	P09-36	13C6-蜡样芽孢杆菌致吐毒素(Cereulide)	0μg/mL,1.2m	瓶	4750	国产	10μg/mL,1.2mL	否	1							
P10	P10-01	砷酸根	0.233μmol/g,2.0mL/支	支	118	国产	0.233μmol/g,2.0mL/支	否	1							
P10	P10-02	一甲基砷标准溶液	0.335μmol/g,2.0mL/支	支	234	国产	0.335μmol/g,2.0mL/支	否	1							
P10	P10-03	砷胆碱	0.374μmol/g,2.0mL/支	支	396	国产	0.374μmol/g,2.0mL/支	否	1							
P10	P10-04	砷甜菜碱	0.518μmol/g,2.0mL/支	支	300	国产	0.518μmol/g,2.0mL/支	否	1							

P10	P10-05	二甲基砷	0.706μmol/g,2.0mL/支	支	192	国产	0.706μmol/g,2.0mL/支	否	1							
P10	P10-06	16种稀土元素混标(镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇)	100μg/mL,100mL	瓶	1200	国产	100μg/mL,100mL	否	1							
P10	P10-07	24种金属混标(ICP分析用:铝砷硼钡铍铋镉钴铬铜铁镓锂镁锰镍铅锑锡锶钛钍钒锌)	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	500	国产	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	否	1							
P10	P10-08	钡	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-09	铋	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-10	钒	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-11	钙	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-12	镉	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-13	铬	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-14	汞	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-15	钴	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-16	钾	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-17	金	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	114	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-18	铱	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	109	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-19	铼	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	60	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-20	锂	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-21	铝	1 mol/L硝酸:1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P10	P10-22	镁	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-23	锰	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-24	钼	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-25	钠	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-26	镍	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-27	硼	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-28	铍	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-29	铅	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-30	砷	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-31	锶	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-32	铊	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	97	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-33	铽	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	73	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-34	铁	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-35	铜	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-36	钍	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	840	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-37	硒	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-38	锡	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50ml	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							

P10	P10-39	锌	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-40	镱	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50mL	支	64	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-41	铟	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-42	银	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-43	铀	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50mL	支	227	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-44	锗	1 mol/L硝酸：1000mg/L,50mL	支	55	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-45	亚砷酸根	1.011μmol/g,2.0mL/支	支	118	国产	1.011μmol/g,2.0mL/支	否	1							
P10	P10-46	氯化汞	1000 μg/mL,100mL	瓶	82	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-47	氟	1000 μg/mL,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-48	六价铬	1000μg/mL,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-49	氯化甲基汞	100μg/mL,1mL	支	97	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-50	硒酸根	41.5μg/g,2mL	支	175	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-51	甲基汞	65.2μg/g,1.5mL	支	480	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-52	乙基汞	70.8μg/g,1.5mL	支	350	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P10	P10-53	碘	水溶剂：1000μg/mL,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P11	P11-001	咖啡因	1mg/mL;1.2mL	瓶	78	国产	1mg/mL;1.2mL	否	1							
P11	P11-002	标准物质/淫羊藿苷	纯度≥97%,20mg	瓶	44	国产	纯度≥97%,20mg	否	1							
P11	P11-003	天然产物/新绿原酸	纯度≥97%,25mg	瓶	700	国产	纯度≥97%,25mg	否	1							
P11	P11-004	对照品/野百合碱	纯度≥98%,20mg	瓶	187	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-005	对照品/补骨脂素	纯度≥98%,20mg	瓶	212	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-006	对照品/花椒毒酚	纯度≥98%,20mg	瓶	616	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-007	标准品/甲氧沙林	纯度≥98%,20mg	瓶	97	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-008	对照品/异欧前胡素	纯度≥98%,20mg	瓶	220	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-009	对照品/文多灵	纯度≥98%,20mg	瓶	144	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-010	标准品/葫芦素B	纯度≥98%,20mg	瓶	252	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-011	对照品/葫芦素E	纯度≥98%,20mg	瓶	709	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P11	P11-012	对照品/常春藤苷D	纯度≥98%,20mg	瓶	905	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							

P11	P11-013	对照品/异绿原酸C/有报告	纯度≥98%,20mg	瓶	169	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-014	对照品/槟榔碱	纯度≥98%,20mg	瓶	96	进口	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-015	对照品/相思子碱	纯度≥98%,20mg	瓶	187	进口	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-016	对照品/商陆皂苷甲/五环三萜类	纯度≥98%,20mg	瓶	548	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-017	对照品/石蒜碱	纯度≥98%,20mg	瓶	96	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-018	对照品/石斛碱/生物碱	纯度≥98%,20mg	瓶	871	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-019	对照品/氧化小檗碱;小檗浸碱/生物碱	纯度≥98%,20mg	瓶	793	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-020	对照品/金丝桃苷/有报告	纯度≥98%,20mg	瓶	169	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-021	对照品/黄连碱	纯度≥98%,20mg	瓶	260	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-022	对照品/胡蔓藤碱乙	纯度≥98%,20mg	瓶	1900	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-023	牛磺酸	纯度≥98%,20mg	瓶	104	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-024	泛酸	纯度≥98%,20mg	瓶	1468	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-025	泛酸钙	纯度≥98%,20mg	瓶	162	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-026	槲皮素	纯度≥98%,20mg	瓶	174	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-027	对照品/雨羊花毒素III/萜类	纯度≥98%,20mg	瓶	679	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-028	对照品/野黑樱苷/花色苷类	纯度≥98%,20mg	瓶	3629	国产	纯度≥98%,20mg	否	1								
P11	P11-029	标准品/欧前胡素	纯度≥98%,25mg	瓶	108	国产	纯度≥98%,25mg	否	1								
P11	P11-030	千里光碱-N-氧化物	纯度≥98%,5mg	瓶	1650	国产	纯度≥98%,5mg	否	1								
P11	P11-031	对照品/千里光非灵N-氧化物	纯度≥98%,5mg	瓶	2500	国产	纯度≥98%,5mg	否	1								
P11	P11-032	肾形千里光碱(克氏千里光碱)	纯度≥98%,5mg	瓶	2500	国产	纯度≥98%,5mg	否	1								
P11	P11-033	对照品/莽草毒素/倍半萜	纯度≥98%,5mg	瓶	2000	国产	纯度≥98%,5mg	否	1								
P11	P11-034	对照品/雨羊花毒素V	纯度≥98%,5mg	瓶	612	国产	纯度≥98%,5mg	否	1								
P11	P11-035	对照品/5-p-Coumaroylquinic acid/香豆素类	纯度≥98%,5mg	瓶	1500	国产	纯度≥98%,5mg	否	1								
P11	P11-036	苹果酸	纯度≥99%	支	162	国产	纯度≥99%	否	1								
P11	P11-037	富马酸	纯度≥99%	支	276	国产	纯度≥99%	否	1								
P11	P11-038	酒石酸	纯度≥99%,0.25g	支	630	国产	纯度≥99%,0.25g	否	1								
P11	P11-039	焦棓酸	纯度≥99.0%,100g	瓶	95	国产	纯度≥99.0%,100g	否	1								
P11	P11-040	β-胡萝卜素	纯品型,0.1g	瓶	301	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P11	P11-041	丁二酸	纯品型,0.25g	支	256	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P11	P11-042	褪黑素	纯品型,0.25g	支	335	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P11	P11-043	α-胡萝卜素标准品	纯品型,100mg	瓶	2160	国产	纯品型,100mg	否	1								
P11	P11-044	盐酸吡哆醇标准品	纯品型,100mg	瓶	204	国产	纯品型,100mg	否	1								
P11	P11-045	盐酸吡哆醛标准品	纯品型,100mg	瓶	162	国产	纯品型,100mg	否	1								
P11	P11-046	双盐酸吡哆胺标准品	纯品型,100mg	瓶	234	国产	纯品型,100mg	否	1								

P11	P11-047	a-生育酚标准品	纯品型,100mg	瓶	178	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-048	β-生育酚标准品	纯品型,100mg	瓶	2020	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-049	δ-生育酚标准品	纯品型,100mg	瓶	238	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-050	γ-生育酚标准品	纯品型,100mg	瓶	692	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-051	视黄醇标准品	纯品型,100mg	瓶	881	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-052	烟酸	纯品型,100mg	瓶	96	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-053	烟酰胺	纯品型,100mg	瓶	96	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-054	核苷酸(胞嘧啶核苷酸)	纯品型,100mg	瓶	174	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-055	核苷酸(次黄嘌呤核苷酸)	纯品型,100mg	瓶	358	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-056	标准品/三甲沙林	纯品型,100mg	瓶	260	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-057	标准品/加兰他敏	纯品型,100mg	瓶	772	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-058	标准品/苦杏仁苷	纯品型,100mg	瓶	144	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-059	标准品/奎宁	纯品型,100mg	瓶	185	国产	纯品型,100mg	否	1							
P11	P11-060	免疫球蛋白IgG	纯品型,10mg	支	2892	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-061	芦丁	纯品型,100mg	瓶	260	国产	纯品型,100 mg	否	1							
P11	P11-062	3-甲基喹喔啉-2-羧酸	纯品型,10mg	支	474	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-063	白头翁素	纯品型,10mg	支	5000	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-064	倒千里光碱	纯品型,10mg	瓶	850	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-065	标准品/黎芦碱	纯品型,10mg	瓶	125	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-066	对照品/藜芦托素	纯品型,10mg	瓶	2104	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-067	对照品/8-氧黄连碱	纯品型,10mg	瓶	985	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-068	对照品/汉黄芩素	纯品型,10mg	瓶	251	国产	纯品型,10mg	否	1							
P11	P11-069	11碳酸三甘油酯	纯品型,1g	瓶	1020	国产	纯品型,1g	否	1							
P11	P11-070	肌醇	纯品型,20mg	支	138	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-071	藏花素	纯品型,20mg	瓶	886	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-072	藏花酸	纯品型,20mg	瓶	918	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-073	红景天苷	纯品型,20mg	支	180	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-074	银杏内酯A	纯品型,20mg	支	583	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-075	银杏内酯B	纯品型,20mg	支	764	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-076	银杏内酯C	纯品型,20mg	支	865	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-077	腺苷	纯品型,20mg	支	152	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-078	五味子乙素	纯品型,20mg	支	300	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-079	五味子甲素	纯品型,20mg	支	230	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-080	银杏叶总黄酮	纯品型,20mg	支	107	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-081	五味子醇甲	纯品型,20mg	支	455	国产	纯品型,20mg	否	1							

P11	P11-082	异鼠李素	纯品型,20mg	支	317	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-083	山奈素	纯品型,20mg	支	768	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-084	人参皂苷Re	纯品型,20mg	瓶	108	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-085	人参皂苷Rg1	纯品型,20mg	瓶	96	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-086	人参皂苷Rb1	纯品型,20mg	瓶	60	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-087	人参皂苷Rc	纯品型,20mg	瓶	299	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-088	人参皂苷Rd	纯品型,20mg	瓶	126	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-089	人参皂苷Rb2	纯品型,20mg	瓶	468	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-090	喹恶啉-2-羧酸-d4标准	纯品型,25mg	支	2640	国产	纯品型,25mg	否	1							
P11	P11-091	羽扇豆碱	纯品型,25mg	瓶	1200	国产	纯品型,25mg	否	1							
P11	P11-092	核苷酸(鸟嘌呤核苷酸)	纯品型,50mg	瓶	304	国产	纯品型,50mg	否	1							
P11	P11-093	前花青素(对照品)	纯品型,5g	瓶	366	国产	纯品型,5g	否	1							
P11	P11-094	马桑亭	纯品型,5mg	支	5100	国产	纯品型,5mg	否	1							
P11	P11-095	马桑宁	纯品型,5mg	支	4600	国产	纯品型,5mg	否	1							
P11	P11-096	马桑内酯	纯品型,5mg	支	4500	国产	纯品型,5mg	否	1							
P11	P11-097	灵芝酸A	纯品型,20mg	瓶	900	国产	纯品型,20mg	否	1							
P11	P11-098	大蒜素	纯度≥96.2%,20mg	瓶	120	国产	纯度≥96.2%,20 mg	否	1							
P11	P11-099	石斛碱	纯品型,10 mg	瓶	650	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P11	P11-100	D-山梨醇	纯度≥99.7%, 250mg	瓶	160	国产	纯度≥99.7%, 250mg	否	1							
P11	P11-101	藜芦定/藜芦次碱	纯品型,5mg	瓶	2286	国产	纯品型,5mg	否	1							
P11	P11-102	野百合碱N-氧化物	乙腈溶剂:纯度≥98%,100μg/mL	瓶	620	国产	乙腈溶剂:纯度≥98%,100μg/mL	否	1							
P12	P12-01	游离棉酚	纯度≥98%,20mg	瓶	456	国产	纯度≥98%,20mg	否	1							
P12	P12-02	邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)	1000 μg/mL,1mL	支	66	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-03	邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP)	1000 μg/mL,1mL	支	97	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-04	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP)	1000 μg/mL,1mL	支	87	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-05	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	1000 μg/mL,1mL	支	55	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-06	邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP)	1000 μg/mL,1mL	支	97	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-07	邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP)	1000 μg/mL,1mL	支	66	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-08	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	1000 μg/mL,1mL	支	50	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-09	邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)	1000 μg/mL,1mL	支	109	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-10	邻苯二甲酸二己酯(DHXP)	1000 μg/mL,1mL	支	83	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-11	邻苯二甲酸二甲酯(DMP)	1000 μg/mL,1mL	支	50	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-12	邻苯二甲酸二壬酯(DNP)	1000 μg/mL,1mL	支	97	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-13	邻苯二甲酸二戊酯(DPP)	1000 μg/mL,1mL	支	75	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-14	邻苯二甲酸二乙酯(DEP)	1000 μg/mL,1mL	支	50	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							

P12	P12-15	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	1000 μg/mL,1mL	支	50	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-16	邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)	1000 μg/mL,1mL	支	66	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-17	双酚F(BPF)	纯品型,0.1g	支	129	国产	纯品型,0.1g	否	1							
P12	P12-18	壬基酚	纯品型,0.25g	支	569	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P12	P12-19	双酚A(BPA)	纯品型,0.25g	支	137	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P12	P12-20	双酚B(BPB)	纯品型,0.25g	支	129	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P12	P12-21	双酚S(BPS)	纯品型,0.25g	支	112	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P12	P12-22	四溴双酚A(TBBPA)	纯品型,0.25g	支	154	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P12	P12-23	3-乙氧基-1,2-丙二醇	纯品型,1 g	瓶	2000	国产	纯品型,1 g	否	1							
P12	P12-24	氟苯尼考	纯品型,1 g	瓶	601	国产	纯品型,1 g	否	1							
P12	P12-25	双酚AF(BPAF)	纯品型,1 g	支	292	国产	纯品型,1 g	否	1							
P12	P12-26	2-氯-1,3-丙二醇	纯品型,10 mg	支	480	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P12	P12-27	2-氯-1,3-丙二醇二硬脂酸酯	纯品型,10 mg	支	680	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P12	P12-28	3-氯-1,2-丙二醇	纯品型,10 mg	支	86	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P12	P12-29	3-氯-1,2-丙二醇二棕榈酸酯	纯品型,10 mg	支	858	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P12	P12-30	氟苯尼考胺	纯品型,10 mg	瓶	580	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P12	P12-31	缩水甘油棕榈酸酯(Gly-酯)	纯品型,10 mg	支	961	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P12	P12-32	六氟环氧丙烷二聚酸(HFPO-DA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	420	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-33	全氟丁酸(PFBA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	55	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-34	全氟丁烷磺酸盐(PFBS)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	250	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-35	全氟庚磺酸盐(PFHpS)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	1197	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-36	全氟庚酸(PFHpA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	334	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-37	全氟癸酸(PFDA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	207	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-38	全氟癸烷磺酸盐(PFDS)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	546	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-39	全氟己酸(PFHxA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	418	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-40	全氟己烷磺酸盐(PFHxS)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	236	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-41	全氟壬酸(PFNA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	207	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-42	全氟十二烷酸(PFDoA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	207	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-43	全氟十三烷酸(PFTrA)	乙腈溶剂:100μg/mL,1mL	支	172	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							

P12	P12-44	全氟十一烷酸(PFUdA)	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	支	164	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-45	全氟戊酸(PFPeA)	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	支	404	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-46	全氟辛酸(PFOA)	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	支	55	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-47	全氟辛烷磺酸盐(PFOS)	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	支	106	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-48	全氟正十四烷酸(PFTeA)	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	支	164	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-49	高氯酸盐	1000 μg/mL,1mL	支	76	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-50	9种生物胺混标	0.1mol/L盐酸溶剂：1000μg/mL	支	2200	国产	0.1mol/L盐酸溶剂：1000μg/mL	否	1							
P12	P12-51	22 种有机磷酸酯及其代谢物混标	100 μg/mL,1mL	瓶	4600	国产	100 μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-52	18 种有机磷酸酯及其代谢物同位素内标	10μg/mL,1mL	瓶	6500	国产	10μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-53	17种全氟化合物化合物混标	5 μg/mL,1.2mL/支	支	1092	国产	5 μg/mL,1.2mL/支	否	1							
P12	P12-54	7种多环芳烃同位素混标(GB 5009.265-2021第一法GC-MS法MSIL0185-100B/I)	丙酮/异辛烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	1310	国产	丙酮/异辛烷溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-55	8 种亚硝胺混标(GB/T5750.10)	二氯甲烷溶剂：1000μg/mL,1mL	支	262	国产	二氯甲烷溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-56	13种杂环胺混标溶液（NYT 3904-2021）	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	支	2970	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-57	9 种亚硝胺混标(HJ809-2016)CDAA-M-210001-AE-1.2mL	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	支	757	国产	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-58	20苯胺类混标(EPA8270D)	甲醇-叔丁基甲醚溶剂：2000μg/mL,1mL	支	382	国产	甲醇-叔丁基甲醚溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-59	23种全氟化合物专用混标	甲醇水溶剂：5μg/mL,1mL	支	9000	国产	甲醇水溶剂：5μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-60	16种邻苯二甲酸酯类混标（GB 5009.271-2016/GB/T 21911-2008）	正己烷溶剂：1000μg/mL,1mL	支	400	国产	正己烷溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P12	P12-61	8种PBDE混标(HJ909-2017)	正己烷溶剂：50μg/mL	支	1273	国产	正己烷溶剂：50μg/mL	否	1							
P12	P12-62	蒽醌	纯品型,0.25g	支	350	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P12	P12-63	乌洛托品标准品	纯品型,100mg	瓶	238	国产	纯品型,100mg	否	1							
P12	P12-64	毒芹碱	纯品型,100mg	瓶	1900	国产	纯品型,100mg	否	1							
P13	P13-01	麦芽糖标准品	1g	瓶	540	国产	1g	否	1							
P13	P13-02	乳糖标准品	1g	瓶	174	国产	1g	否	1							
P13	P13-03	十八烷酸甲酯/硬脂酸甲酯(C18:0)	1g	瓶	191	国产	1g	否	1							
P13	P13-04	十八碳二烯酸甲酯(反-10,顺-12)(共轭亚油酸甲酯)(C18:2)	1g	支	1824	国产	1g	否	1							
P13	P13-05	棕榈酸甲酯	纯品型,100 mg	瓶	149	国产	纯品型,100 mg	否	1							

P13	P13-06	果糖标准品	1g	瓶	264	国产	1g	否	1								
P13	P13-07	蔗糖标准品	1g	瓶	264	国产	1g	否	1								
P13	P13-08	16种氨基酸混标(GB5009.124-2016)	盐酸水溶剂：1 mmol/L,1mL	支	300	国产	盐酸水溶剂：1 mmol/L,1mL	否	1								
P13	P13-09	18种氨基酸混标(GB/T30987-2020)	盐酸水溶剂：1.25 mmol/L,2mL	支	250	国产	盐酸水溶剂：1.25 mmol/L,2mL	否	1								
P13	P13-10	对照品/木防己苦毒宁/多酚·其他酚类	纯度≥97%,20mg	瓶	269	国产	纯度≥97%,20mg	否	1								
P13	P13-11	胆固醇	纯度≥99%,0.25g	瓶	469	国产	纯度≥99%,0.25g	否	1								
P13	P13-12	乳酸	纯度≥99%,0.25g	支	228	国产	纯度≥99%,0.25g	否	1								
P13	P13-13	三氯庶糖	纯品型,0.1g	支	88	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P13	P13-14	抗坏血酸(维生素C)	纯品型,0.25g	支	182	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P13	P13-15	葡萄糖标准	纯品型,0.25g	支	134	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P13	P13-16	乳糖标准	纯品型,0.25g	支	118	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P13	P13-17	麦芽糖	纯品型,0.25g	支	192	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P13	P13-18	维生素B2(核黄素) 83-88-5	纯品型,0.25g	支	264	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P13	P13-19	维生素B1(盐酸硫胺) 67-03-8	纯品型,0.25g	支	342	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P13	P13-20	果糖标准	纯品型,0.25g	支	191	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P13	P13-21	维生素D2标准品	纯品型,100mg	瓶	90	国产	纯品型,100mg	否	1								
P13	P13-22	维生素D3标准品	纯品型,100mg	瓶	186	国产	纯品型,100mg	否	1								
P13	P13-23	维生素K1标准品	纯品型,100mg	瓶	158	国产	纯品型,100mg	否	1								
P13	P13-24	L(+)-抗坏血酸标准品	纯品型,100mg	瓶	118	国产	纯品型,100mg	否	1								
P13	P13-25	D(-)-抗坏血酸标准品	纯品型,100mg	瓶	131	国产	纯品型,100mg	否	1								
P13	P13-26	维生素B12	纯品型,100mg	瓶	218	国产	纯品型,100mg	否	1								
P13	P13-27	8种反式脂肪酸甲酯混标(GB5009.257-2016)	100μg/mL,1mL	支	300	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P13	P13-28	36种脂肪酸甲酯混标(2020药典)CDAA-M-252898-DZ-1mL	异辛烷溶剂：1mL	支	1920	国产	异辛烷溶剂：1mL	否	1								
P13	P13-29	52种脂肪酸甲酯混标(GLC-674 52组分，C4-C24)	分析标准品,100mg	支	7500	国产	分析标准品,100mg	否	1								
P13	P13-30	脂肪酸甲酯混标(40组分,C4-C24)	纯品型,25mg	瓶	1116	国产	纯品型,25mg	否	1								
P14	P14-01	碱性橙2标准品	1000μg/mL,1.0mL	瓶	190	国产	1000μg/mL,1.0mL	否	1								
P14	P14-02	碱性橙21标准品	1000μg/mL,1.0mL	瓶	144	国产	1000μg/mL,1.0mL	否	1								
P14	P14-03	碱性橙22标准品	1000μg/mL,1.0mL	瓶	204	国产	1000μg/mL,1.0mL	否	1								
P14	P14-04	红 2G	纯品型,100 mg	瓶	850	国产	纯品型,100 mg	否	1								
P14	P14-05	碱性嫩黄	纯品型,100 mg	瓶	400	国产	纯品型,100 mg	否	1								
P14	P14-06	罗丹明 B	纯品型,100 mg	瓶	150	国产	纯品型,100 mg	否	1								

P14	P14-07	新红	水溶剂：100μg/mL,5mL	支	88	国产	水溶剂：100μg/mL,5mL	否	1							
P14	P14-08	柠檬黄	1000μg/mL,5mL	支	36	国产	1000μg/mL,5mL	否	1							
P14	P14-09	胭脂红	1000μg/mL,5mL	支	42	国产	1000μg/mL,5mL	否	1							
P14	P14-10	日落黄	1000μg/mL,5mL	支	48	国产	1000μg/mL,5mL	否	1							
P14	P14-11	赤藓红	1000μg/mL,5mL	支	62	国产	1000μg/mL,5mL	否	1							
P14	P14-12	亮蓝	1000μg/mL,5mL	支	60	国产	1000μg/mL,5mL	否	1							
P14	P14-13	诱惑红	1000μg/mL,5mL	支	48	国产	1000μg/mL,5mL	否	1							
P14	P14-14	酸性红(偶氮玉红)	纯品型,0.1g	支	234	国产	纯品型,0.1g	否	1							
P14	P14-15	结晶紫	纯品型,0.1g	瓶	76	国产	纯品型,0.1g	否	1							
P14	P14-16	结晶紫氯化物(碱性紫5BN)标准品	纯品型,0.1g	支	78	国产	纯品型,0.1g	否	1							
P14	P14-17	苋菜红	纯品型,0.25g	支	233	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P14	P14-18	隐色结晶紫	纯品型,100mg	支	232	国产	纯品型,100mg	否	1							
P14	P14-19	隐形孔雀石绿	纯品型,100mg	支	144	国产	纯品型,100mg	否	1							
P14	P14-20	苏丹红I	纯品型,100mg	支	150	国产	纯品型,100mg	否	1							
P14	P14-21	苏丹红II	纯品型,100mg	支	136	国产	纯品型,100mg	否	1							
P14	P14-22	苏丹红III	纯品型,100mg	支	118	国产	纯品型,100mg	否	1							
P14	P14-23	苏丹红IIII	纯品型,100mg	支	107	国产	纯品型,100mg	否	1							
P15	P15-001	糖精钠标准品	1000μg/mL,10mL	瓶	77	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-002	山梨酸标准品	1000μg/mL,10mL	瓶	145	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-003	苯甲酸标准品	1000μg/mL,10mL	瓶	37	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-004	2,6-二叔丁基对甲基苯酚(BHT)	纯品型,0.25g	支	134	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P15	P15-005	阿斯巴甜	纯品型,10mg	瓶	83	国产	纯品型,10mg	否	1							
P15	P15-006	阿力甜	纯品型,10mg	瓶	216	国产	纯品型,10mg	否	1							
P15	P15-007	甜蜜素	纯品型,10mg	瓶	60	国产	纯品型,10mg	否	1							
P15	P15-008	安赛蜜	水溶剂：1000μg/mL,5mL	支	160	国产	水溶剂：1000μg/mL,5mL	否	1							
P15	P15-009	脱氢乙酸	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	118	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-010	3种抗氧化剂(BHA,BHT,TBHQ)(GB5009.32)	乙酸乙酯-环己烷溶剂：1000μg/mL,1mL	支	480	国产	乙酸乙酯-环己烷溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-011	4种对羟基苯甲酸酯类混合标准(MSFL0284-1000M)	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	126	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-012	碘容量分析用标准溶液	0.1mol/L,500mL	瓶	180	国产	0.1mol/L,500mL	否	1							
P15	P15-013	高锰酸钾容量分析用标准溶液	0.1mol/L,500mL	瓶	50	国产	0.1mol/L,500mL	否	1							
P15	P15-014	硫代硫酸钠容量分析用标准溶液	0.1mol/L,500mL	支	50	国产	0.1mol/L,500mL	否	1							

P15	P15-015	氢氧化钾标准溶液	0.1mol/L,500mL	瓶	66	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P15	P15-016	盐酸标准滴定液	0.1mol/L,500mL	瓶	84	国产	0.1mol/L,500mL	否	1								
P15	P15-017	乙二胺四乙酸二钠（EDTA）容量分析用标准溶液	0.1mol/L,500mL	瓶	100	国产	0.1mol/L,500mL	否	1								
P15	P15-018	浊度标准溶液(0.8 NTU)	100 mL	瓶	120	国产	100 mL	否	1								
P15	P15-019	浊度标准溶液(10 NTU)	100 mL	瓶	120	国产	100 mL	否	1								
P15	P15-020	浊度标准溶液(400 NTU)	100 mL	瓶	120	国产	100 mL	否	1								
P15	P15-021	反-1,2-二氯乙烯	1000 μg/mL,1mL	支	56	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-022	环氧氯丙烷	1000 μg/mL,1mL	支	66	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-023	六氯苯	1000 μg/mL,1mL	支	87	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-024	十氟联苯	1000 μg/mL,1mL	瓶	120	国产	1000 μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-025	甲醛	1000 μg/mL,20mL	支	114	国产	1000 μg/mL,20mL	否	1								
P15	P15-026	磷酸二氢根	1000 μg/mL,20mL	支	50	国产	1000 μg/mL,20mL	否	1								
P15	P15-027	硝酸盐(以氮计)	1000 μg/mL,20mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P15	P15-028	硫酸根	1000 μg/mL,50mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P15	P15-029	五氧化二磷	1000mg/L	支	80	国产	1000mg/L	否	1								
P15	P15-030	二氧化硅	1000mg/L,50mL	瓶	55	国产	1000mg/L,50mL	否	1								
P15	P15-031	2,3-二溴丙酰胺	1000μg/mL	支	83	国产	1000μg/mL	否	1								
P15	P15-032	环氧乙烷	1000μg/mL,5mL	支	142	国产	1000μg/mL,5mL	否	1								
P15	P15-033	二氧化硫	100μg/mL	瓶	50	国产	100μg/mL	否	1								
P15	P15-034	硫化物	100μg/mL	支	50	国产	100μg/mL	否	1								
P15	P15-035	2,2-二氯丙烷	100μg/mL,1mL	瓶	80	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-036	2-己酮	100μg/mL,1mL	瓶	100	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-037	2-氯乙醇	100μg/mL,1mL	瓶	80	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-038	对硝基苯酚钠	100μg/mL,1mL	支	129	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-039	蒽醌	100μg/mL,1mL	支	220	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-040	氟代苯	100μg/mL,1mL	支	70	国产	100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-041	过氧化氢	100μg/mL,50mL	瓶	52	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P15	P15-042	叔丁醇(色标)	1mL	支	95	国产	1mL	否	1								
P15	P15-043	正庚烷	1mL	支	204	国产	1mL	否	1								
P15	P15-044	铂钴色度标准溶液(500)	20 mL	瓶	120	国产	20 mL	否	1								
P15	P15-045	二溴甲烷	2000 mg/L	瓶	80	国产	2000 mg/L	否	1								
P15	P15-046	环氧乙烷标准气	2L/瓶,浓度定制,含瓶	瓶	1200	国产	2L/瓶,浓度定制,含瓶	否	1								
P15	P15-047	邻二氯苯	2mL	支	83	国产	2mL	否	1								
P15	P15-048	铂钴色度系列溶液(5/10/15/20/25/30/50/100)	50 mL	瓶	800	国产	50 mL	否	1								
P15	P15-049	pH标准缓冲溶液(pH=4.01)	500 mL	瓶	84	国产	500 mL	否	1								
P15	P15-050	pH标准缓冲溶液(pH=6.86)	500 mL	瓶	84	国产	500 mL	否	1								
P15	P15-051	pH标准缓冲溶液(pH=9.18)	500 mL	瓶	84	国产	500 mL	否	1								
P15	P15-052	阴离子表面活性剂	50μg/mL,50mL	支	94	国产	50μg/mL,50mL	否	1								

P15	P15-053	电导率校准液	μS/cm,50	瓶	70	国产	84 μS/cm,50 mL	否	1								
P15	P15-054	二硫化碳	苯溶剂:1000μg/mL,2mL	支	150	国产	苯溶剂：1000μg/mL,2mL	否	1								
P15	P15-055	邻苯二甲酸酐	丙酮溶剂:1000μg/mL,1mL	支	120	国产	丙酮溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-056	乙酸	丙酮溶剂:1000μg/mL,1mL	支	66	国产	丙酮溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-057	乙酸酐	丙酮溶剂:1000μg/mL,1mL	支	100	国产	丙酮溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-058	2-苯基苯酚	丙酮溶剂:100μg/mL,1mL	支	109	国产	丙酮溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-059	己二酸	纯度≥99%	支	129	国产	纯度≥99%	否	1								
P15	P15-060	异戊醇	纯度≥99.3%,1mL	瓶	527	国产	纯度≥99.3%,1mL	否	1								
P15	P15-061	对苯二酚	纯度≥99.5%,0.1g	支	78	国产	纯度≥99.5%,0.1 g	否	1								
P15	P15-062	丙烯酸	纯度≥99.5%,100mg	支	150	国产	纯度≥99.5%,100 mg	否	1								
P15	P15-063	苯甲醇	纯度≥99.5%,5 mL	支	80	国产	纯度≥99.5%,5 mL	否	1								
P15	P15-064	对甲酚	纯度≥99.5%,5 mL	瓶	190	国产	纯度≥99.5%,5 mL	否	1								
P15	P15-065	环己烷	纯度≥99.5%,5mL	瓶	50	国产	纯度≥99.5%,5mL	否	1								
P15	P15-066	丙烯酰胺	纯度≥99.8%,5 g	支	100	国产	纯度≥99.8%,5 g	否	1								
P15	P15-067	2-氟联苯	纯度≥99.9%,100mg	瓶	135	国产	纯度≥99.9%,100 mg	否	1								
P15	P15-068	肌酐	纯度≥99.9%,250mg	瓶	180	国产	纯度≥99.9%,250mg	否	1								
P15	P15-069	丁醇	纯度≥99.9%,5 mL	瓶	95	国产	纯度≥99.9%,5 mL	否	1								
P15	P15-070	丁二烯	纯度≥99.9%,5 mL	瓶	112	国产	纯度≥99.9%,5 mL	否	1								
P15	P15-071	二氯甲烷	纯度≥99.9%,5 mL	瓶	87	国产	纯度≥99.9%,5 mL	否	1								
P15	P15-072	2.2-双-(4-环氧丙氧基苯)丙烷	纯品型,0.1g	支	103	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P15	P15-073	4-羟基苯甲酸正丁酯	纯品型,0.1g	支	78	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P15	P15-074	戊菌唑	纯品型,0.1g	支	120	国产	纯品型,0.1g	否	1								
P15	P15-075	2,4,6-三溴酚	纯品型,0.25g	支	541	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P15	P15-076	2,4-二氯苯酚	纯品型,0.25g	支	103	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P15	P15-077	2,5-二氯苯酚	纯品型,0.25g	支	257	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P15	P15-078	5-羟甲基-2-糠醛	纯品型,0.25g	支	400	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P15	P15-079	富马酸二甲酯(DMF)	纯品型,0.25g	支	627	国产	纯品型,0.25g	否	1								
P15	P15-080	双-(4-环氧丙氧基苯)甲烷	纯品型,0.25g	支	1440	国产	纯品型,0.25g	否	1								

P15	P15-081	环氧七氯B	纯品型,10 mg	支	655	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P15	P15-082	氯乙腈	纯品型,10 mg	瓶	90	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P15	P15-083	苯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	72	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-084	苯乙烯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-085	对二甲苯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-086	庚烷	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	75	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-087	环己酮	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	瓶	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-088	甲苯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-089	甲基环己烷	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	150	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-090	间二甲苯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-091	联苯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	200	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-092	邻二甲苯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-093	戊烷	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-094	乙苯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-095	乙酸丁酯	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	66	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-096	异丙醇	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	105	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-097	正己烷	二硫化碳溶剂：1000μg/ml，1ml	支	66	国产	二硫化碳溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-098	丙烯腈	二硫化碳溶剂：2000μg/ml，1ml	支	55	国产	二硫化碳溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-099	丁酮	二硫化碳溶剂：2000μg/ml，1ml	支	119	国产	二硫化碳溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-100	乙腈	二硫化碳溶剂：2000μg/ml，1ml	支	83	国产	二硫化碳溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-101	乙酸乙酯	二硫化碳溶剂：2000μg/ml，1ml	支	72	国产	二硫化碳溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-102	正丁醇	二硫化碳溶剂：2000μg/ml，1ml	瓶	80	国产	二硫化碳溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-103	甲酸甲酯	二硫化碳溶剂：3000μg/ml，1ml	支	50	国产	二硫化碳溶剂：3000μg/mL,1mL	否	1							

P15	P15-104	甲酸乙酯	二硫化碳溶剂：3000μg/mL,1mL	瓶	60	国产	二硫化碳溶剂：3000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-105	乙酸丙酯	二硫化碳溶剂：3000μg/mL,1mL	瓶	50	国产	二硫化碳溶剂：3000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-106	丙酮	二硫化碳溶剂：5mL/支	支	50	国产	二硫化碳溶剂：5mL/支	否	1							
P15	P15-107	正戊烷	二硫化碳溶剂：6000μg/mL,2mL	瓶	100	国产	二硫化碳溶剂：6000μg/mL,2mL	否	1							
P15	P15-108	正辛烷	二硫化碳溶剂：6000μg/mL,5mL	瓶	180	国产	二硫化碳溶剂：6000μg/mL,5mL	否	1							
P15	P15-109	1,3-丁二烯	二氯甲烷溶剂：1000μg/mL,1mL	支	200	国产	二氯甲烷溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-110	4,4′-二氯二苯砜	二氯甲烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	972	国产	二氯甲烷溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-111	反式九氯	环己烷溶剂：1000μg/mL,1mL	瓶	90	国产	环己烷溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-112	黄磷	甲苯溶剂：1000μg/m,1mL	支	360	国产	甲苯溶剂：1000μg/m, 1mL	否	1							
P15	P15-113	氯萘	甲苯溶剂：100μg/m,1mL	瓶	300	国产	甲苯溶剂：100μg/m, 1mL	否	1							
P15	P15-114	TVOCs混合标液系列（套装、GB50325-2010）	甲醇溶剂：10~1000μg/mL,各1mL	支	600	国产	甲醇溶剂：10~1000μg/mL,各1mL	否	1							
P15	P15-115	1,1,1-三氯乙烷	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	125	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-116	1,1-二氯乙烯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	131	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-117	1,2,3-三氯苯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	89	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-118	1,2,4-三甲基苯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	瓶	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-119	1,2,4-三氯苯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	89	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-120	1,2-二氯苯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	94	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-121	1,2-二氯乙烷	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	60	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-122	1,2-二氯乙烯(反式)	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	98	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-123	1,2-二氯乙烯(总量)	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	109	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-124	1,3,5-三氯苯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	736	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-125	1,4-二氯苯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	83	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-126	1.1-二氯乙烯	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	131	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							

P15	P15-127	1.2-二氯苯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	83	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-128	1.2-二氯乙烷	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-129	1.4-二氯苯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	83	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-130	2,6-二硝基甲苯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	瓶	80	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-131	4种三卤甲烷混标（GB 5749-2022）	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	200	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-132	5种微囊藻毒素混标(GB/T5750.8-2023 16.2)	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	2750	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-133	7种苯系物混合标准（GB/T 5750.8）	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	150	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-134	9种VOC混合标准	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	218	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-135	苯并(α)芘	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	164	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-136	苯酚	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	瓶	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-137	二氯一溴甲烷	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-138	二氯乙酸	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	103	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-139	反式-1,2-二氯乙烯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-140	氟苯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	109	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-141	间二氯苯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	瓶	100	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-142	六氯丁二烯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-143	氯苯(一氯代苯)	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	55	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-144	氯仿(三氯甲烷)	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-145	氯乙烯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	175	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-146	七氯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	76	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-147	三氯甲烷	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-148	三氯乙酸	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	58	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-149	三氯乙烯	甲醇溶剂:1000μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							

P15	P15-150	三溴甲烷	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	89	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-151	顺式-1,2-二氯乙烯	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	66	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-152	四氯化碳	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-153	四氯乙烯	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-154	五氯苯酚	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	76	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-155	一氯二溴甲烷	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	支	83	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-156	一氯乙烷	甲醇溶剂：1000μg/mL，1mL	瓶	70	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-157	4种对羟基苯甲酸酯类混标（GB 5009.31）	甲醇溶剂：1000μg/mL，2mL	支	235	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,2mL	否	1							
P15	P15-158	7种对羟基苯甲酸酯类混标(GB 5009.31-2025）	甲醇溶剂：1000μg/mL，2mL	支	350	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,2mL	否	1							
P15	P15-159	2,4,6,-三硝基甲苯	甲醇溶剂：1000μg/mL，mL	支	55	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,mL	否	1							
P15	P15-160	2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)	甲醇溶剂：1000μg/mL，mL	支	75	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,mL	否	1							
P15	P15-161	叔丁基-4-羟基苯甲醚(BHA)	甲醇溶剂：1000μg/mL，mL	支	100	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,mL	否	1							
P15	P15-162	叔丁基对苯二酚(TBHQ)	甲醇溶剂：1000μg/mL，mL	支	100	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,mL	否	1							
P15	P15-163	1,2-二溴-3-氯丙烷	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	84	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-164	2,4,6-三氯酚	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-165	2-甲基异莰醇	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	328	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-166	2-异丁基-3-甲氧基吡嗪	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	259	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-167	丙腈	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	瓶	80	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-168	反式-1,3-二氯丙烯	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	瓶	120	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-169	土臭素	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	支	493	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-170	正丙基苯	甲醇溶剂：100μg/mL，1mL	瓶	60	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-171	1,2-二溴丙烷	甲醇溶剂：5000μg/mL，1mL	支	300	国产	甲醇溶剂：5000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-172	挥发酚	水溶剂：1000mg/L,20mL	支	50	国产	水溶剂：1000mg/L,20mL	否	1							

P15	P15-173	溴酸根	水溶剂：1000mg/L,20mL	瓶	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-174	亚硝酸根	水溶剂：1000mg/L,50ml	瓶	50	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-175	甲酸	溶剂：1000μg	支	200	国产	水溶剂：1000μg/mL	否	1							
P15	P15-176	磷酸盐	水溶剂：1000μg/mL	瓶	100	国产	水溶剂：1000μg/mL	否	1							
P15	P15-177	三氯乙醛	水溶剂：1000μg/mL,1mL	支	62	国产	水溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-178	尿素	：1000μg/m	支	180	国产	水溶剂：1000μg/mL,20mL	否	1							
P15	P15-179	甲醇	水溶剂：1000μg/mL,2mL	支	80	国产	水溶剂：1000μg/mL,2mL	否	1							
P15	P15-180	氯酸盐	水溶剂：1000μg/mL,2mL	支	50	国产	水溶剂：1000μg/mL,2mL	否	1							
P15	P15-181	亚氯酸盐	水溶剂：1000μg/mL,2mL	支	50	国产	水溶剂：1000μg/mL,2mL	否	1							
P15	P15-182	氨氮	水溶剂：1000μg/mL,50mL	支	70	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P15	P15-183	N,N-二甲基乙酰胺	水溶剂：100μg/mL,2ml	瓶	120	国产	水溶剂：100μg/mL, 2mL	否	1							
P15	P15-184	N,N-二甲基甲酰胺	水溶剂：500μg/mL,2ml	瓶	180	国产	水溶剂：500μg/mL, 2mL	否	1							
P15	P15-185	氰(以氰根计)	溶剂：50mL/	瓶	100	国产	水溶剂：50mL/瓶	否	1							
P15	P15-186	苯胺	乙醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	50	国产	乙醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-187	醋酸氟轻松	乙腈溶剂：1000μg/mL,1mL	瓶	56	国产	乙腈溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-188	醋酸氯己定	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	324	国产	乙腈溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-189	二丙酮醇	异戊醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	150	国产	异戊醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-190	28种多氯联苯混标(HJ902-2017)	正己烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	1896	国产	正己烷溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-191	7种多溴联苯醚	正己烷溶剂：100μg/mL,1mL	支	2730	国产	正己烷溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-192	六号溶剂	10mg/mL	瓶	350	国产	10mg/mL	否	1							
P15	P15-193	N,N-二乙基对苯二胺	≥98.0%(GC) 5g	瓶	236	国产	≥98.0%(GC) 5g	否	1							
P15	P15-194	3-甲基喹噁啉-2-羧酸喹乙醇代谢	100μg/mL,1mL	支	160	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-195	环丙唑	100μg/mL,1mL	瓶	60	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-196	邻硝基苯酚钠	100μg/mL,1mL	支	129	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-197	六氯环戊二烯	100μg/mL,1mL	瓶	100	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-198	双苯酰草胺	100μg/mL,1mL	瓶	100	国产	100μg/mL,1mL	否	1							
P15	P15-199	1,3-二甲基-2-硝基苯	2000 mg/L	支	204	国产	2000 mg/L	否	1							
P15	P15-200	辛基酚	2500 μg/mL	支	424	国产	2500 μg/mL	否	1							

P15	P15-201	甲基-硒代半胱氨酸	34.8μg/g,2mL	支	234	国产	34.8μg/g,2mL	否	1								
P15	P15-202	2,4-二甲基苯胺	DRE-XA12724500AL	支	207	国产	DRE-XA12724500AL	否	1								
P15	P15-203	2-乙酰基-1-吡咯啉	丙酮溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	502	国产	丙酮溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-204	丙草胺	纯度≥96.5%,250 mg	支	135	国产	纯度≥96.5%,250 mg	否	1								
P15	P15-205	反-2-己烯酸	纯品型,1 g	支	583	国产	纯品型,1 g	否	1								
P15	P15-206	二苯碳酰二肼	纯品型,10 g	瓶	500	国产	纯品型,10 g	否	1								
P15	P15-207	溴氯碘甲烷	纯品型,10 mg	瓶	6000	国产	纯品型,10 mg	否	1								
P15	P15-208	盐酸普莫卡因	纯品型,10 mg	瓶	94	国产	纯品型,10 mg	否	1								
P15	P15-209	乙酸丁香酚酯	纯品型,10 mg	瓶	94	国产	纯品型,10 mg	否	1								
P15	P15-210	乙酰基异丁香酚	纯品型,10 mg	瓶	94	国产	纯品型,10 mg	否	1								
P15	P15-211	异丁香酚	纯品型,10 mg	瓶	94	国产	纯品型,10 mg	否	1								
P15	P15-212	1,1,3,3-四氯丙酮	纯品型,100 mg	瓶	2500	国产	纯品型,100 mg	否	1								
P15	P15-213	3-乙氧基-1,2-丙二胺	纯品型,100 mg	瓶	300	国产	纯品型,100 mg	否	1								
P15	P15-214	磷胺	纯品型,100 mg	支	498	国产	纯品型,100 mg	否	1								
P15	P15-215	对氯苯胺	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	瓶	109	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-216	对硝基苯胺	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	支	50	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1								
P15	P15-217	乙醛	溶剂：2000μg	支	100	国产	水溶剂：2000μg/mL	否	1								
P15	P15-218	1,2-丙二醇	乙腈溶剂：1000μg/mL,1mL	瓶	70	国产	乙腈溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1								
P16	P16-01	肉制品中山梨酸、苯甲 酸质控样品	10g	袋	800	国产	10g	否	1								
P16	P16-02	食用盐中碘成份分析标准物质	GBW10006-GBW10008,35g*2/套	套	454	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1								
P16	P16-03	白酒中甲醇分析质控	50mL	瓶	600	国产	50mL	否	1								
P16	P16-04	白酒中甜蜜素分析质控样SN/T 1948-2007，MCS-50035	50g	瓶	800	国产	50g	否	1								
P16	P16-05	菜籽油反式脂肪酸成分分析质控样品	1.2 mL	支	648	国产	1.2 mL	否	1								
P16	P16-06	茶叶中甲氰菊酯分析质控样品	20g	袋	600	国产	20g	否	1								
P16	P16-07	茶叶中乐果、氧乐果分析质控样MCS-60135	50ml	袋	900	国产	50ml	否	1								
P16	P16-08	茶叶中联苯菊酯、氯氰菊酯、三氯杀螨醇分析质控样品	20g	袋	1200	国产	20g	否	1								
P16	P16-09	茶叶中乙酰甲胺磷、溴氰菊脂分析质控样品	20g	袋	800	国产	20g	否	1								
P16	P16-10	橙汁中毒死蜱、对硫磷分析质控 样品	50g	瓶	600	国产	50g	否	1								
P16	P16-11	大豆油脂肪酸成分分析质控样品	1.2 mL	瓶	324	国产	1.2 mL	否	1								
P16	P16-12	大米粉中26种金属分析质控样MCS-10238	20g	袋	2500	国产	20g	否	1								
P16	P16-13	大米粉中毒死蜱、对硫磷、马拉硫磷分析质控样品	30g	袋	1056	国产	30g	否	1								

P16	P16-14	大米粉中甲基毒死蜱分析质控样GB 23200.121-2021，MCS-10013	30g	袋	600	国产	30g	否	1								
P16	P16-15	大米粉中乐果分析质控样GB 23200.121-2021，MCS-10014	30g	袋	600	国产	30g	否	1								
P16	P16-16	大米粉中铅、镉、砷分析质控样，MCS-10009	20g	袋	600	国产	20g	否	1								
P16	P16-17	大米粉中三唑磷分析质控样，MCS-10018	50g	袋	600	国产	50g	否	1								
P16	P16-18	大米粉中五氯硝基苯、百菌清质控样品	30g	袋	800	国产	30g	否	1								
P16	P16-19	大米粉中溴氰菊酯分析质控样品	20g	袋	600	国产	20g	否	1								
P16	P16-20	调味品中总脂肪酸质控样品	20g	瓶	2500	国产	20g	否	1								
P16	P16-21	粉条中铝分析质控样（GB 5009.182-2017第1法是分光光度法），MCS-10193	20g	袋	600	国产	20g	否	1								
P16	P16-22	谷物中伏马毒素(FB1、FB2、FB3)分析质控品	50g	袋	934	国产	50g	否	1								
P16	P16-23	谷物中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)分析质控品	50g	袋	934	国产	50g	否	1								
P16	P16-24	谷物中玉米赤霉烯酮(ZEN)分析质控品	50g	袋	934	国产	50g	否	1								
P16	P16-25	果蔬汁中氯氰菊酯分析质控样GB 23200.113-2018，MCS-70024	50mL	瓶	600	国产	50mL	否	1								
P16	P16-26	果蔬汁中敌敌畏、哒螨灵、狄氏剂、嘧霉胺、甲胺磷、氯氰菊酯分析质控样品	50g	瓶	1500	国产	50g	否	1								
P16	P16-27	果蔬汁中毒死蜱和联苯菊酯质控品	30mL	瓶	900	国产	30mL	否	1								
P16	P16-28	果蔬汁中氟虫腈分析质控样MCS-71259	10g	瓶	700	国产	10g	否	1								
P16	P16-29	果蔬汁中三唑磷、氧乐果、氯菊酯、三唑酮分析质控样品	50g	瓶	1200	国产	50g	否	1								
P16	P16-30	果汁中克百威、对硫磷、噻虫嗪 分析质控样品	50g	瓶	1400	国产	50g	否	1								
P16	P16-31	果汁中甜蜜素分析质控样MCS-50458	30ml	瓶	700	国产	30ml	否	1								
P16	P16-32	花生油脂肪酸成分分析质控样品	1.2 mL	瓶	324	国产	1.2 mL	否	1								
P16	P16-33	花生油中黄曲霉毒素 B1、黄曲霉毒素 B2、黄曲霉毒素 G1、黄曲霉毒素 G2 质控样品	50g	瓶	2800	国产	50g	否	1								
P16	P16-34	鸡蛋粉中氟虫腈砜分析质控样GB 23200.115-2018，MCS-80124	10g	袋	600	国产	10g	否	1								
P16	P16-35	韭菜粉中腐霉利分析质控样GB 23200.121-2021，MCS-70021	10g	袋	600	国产	10g	否	1								
P16	P16-36	辣椒中黄曲霉毒素B族和G族分析质控品	50g/袋	袋	1800	国产	50g/袋	否	1								
P16	P16-37	米粉制品中米酵菌酸分析质控样MCS-10302	20g	袋	2600	国产	20g	否	1								
P16	P16-38	牛肉粉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯丙那林分析质控样MCS-80243	10g	袋	1200	国产	10g	否	1								
P16	P16-39	牛肉粉中莱克多巴胺分析质控样MCS-80536	30g	袋	700	国产	30g	否	1								
P16	P16-40	牛乳中蛋白质，脂肪，钠，钙分析质控样	50g	瓶	1000	国产	50g	否	1								

P16	P16-41	芹菜中毒死蜱、水胺硫磷、氯氟氰菊酯、克百威、氟虫腈、戊唑醇、氯唑磷、噻虫嗪/GB 23200.113-2018、GB 23200.121-2021	鲜重≥200g	瓶	1500	国产	鲜重≥200g	否	1								
P16	P16-42	肉制品(熏烧烤肉类)中N-二甲基亚硝胺分析质控样GB 5009.26-202318.10μg/kg MCS-80540	20g	瓶	2000	国产	20g	否	1								
P16	P16-43	肉制品中硝酸盐和亚硝酸盐标准物质	10g	瓶	1000	国产	10g	否	1								
P16	P16-44	乳粉中蛋白质、脂肪分析质控样品	20g	袋	800	国产	20g	否	1								
P16	P16-45	乳粉中多元素成分分析质量控制样品（钙、钠、磷、铁、碘、硒）	10g	袋	1400	国产	10g	否	1								
P16	P16-46	乳粉中反式脂肪酸质控样，MCS-11095	20g	袋	800	国产	20g	否	1								
P16	P16-47	乳粉中氯丙醇分析质控样品	20g	袋	600	国产	20g	否	1								
P16	P16-48	乳粉中水分、灰分分析质控样，MCS-11010	40g	袋	800	国产	40g	否	1								
P16	P16-49	乳粉中维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素E、胆固醇、胡罗卜素质控样	2瓶/每套	套	1800	国产	2瓶/每套	否	1								
P16	P16-50	乳粉中维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1分析质控样品	20g	袋	910	国产	20g	否	1								
P16	P16-51	乳粉中维生素B1、维生素B2、维生素B6、B12分析质控样品	20g	袋	1400	国产	20g	否	1								
P16	P16-52	乳粉中维生素B12分析质控样品	20g	袋	600	国产	20g	否	1								
P16	P16-53	乳粉中亚硝酸盐分析质控样GB 5009.33-2016，MCS-11025	50g	袋	700	国产	50g	否	1								
P16	P16-54	乳液中汞分析质控样品，MCS-15060	20g	瓶	800	国产	20g	否	1								
P16	P16-55	乳饮料中糖精钠、甜蜜素分析质控样，MCS-50007	100g	瓶	800	国产	100g	否	1								
P16	P16-56	食用油中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸质控样	20mL	瓶	1500	国产	20mL	否	1								
P16	P16-57	食用油中反式脂肪酸分析质控样	30mL	瓶	1500	国产	30mL	否	1								
P16	P16-58	食用油中过氧化值质控样	15g	瓶	700	国产	15g	否	1								
P16	P16-59	食用油中酸价质控样	30g	瓶	700	国产	30g	否	1								
P16	P16-60	蔬菜粉中26种金属元素分析质控样GB 5009.268-2016MCS-70890	20g	袋	2500	国产	20g	否	1								
P16	P16-61	蔬菜粉中 12 种农残混合分析质控样品	10g	袋	2000	国产	10g	否	1								
P16	P16-62	蔬菜粉中克百威和烯酰吗啉质控样品	20g	袋	900	国产	20g	否	1								
P16	P16-63	蔬菜粉中嘧霉胺分析质控样MCS-70410	20g	袋	700	国产	20g	否	1								
P16	P16-64	蔬菜粉中三氯杀螨醇分析质控样 品	10g	袋	600	国产	10g	否	1								
P16	P16-65	蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱分析质 控样品	50g	瓶	800	国产	50g	否	1								
P16	P16-66	小麦粉中26种金属分析质控样MCS-10258	50g	袋	2600	国产	50g	否	1								
P16	P16-67	小麦粉中黄曲霉毒素B族和G族分析质控品	58g	袋	934	国产	58g	否	1								
P16	P16-68	小麦粉中灰分分析质控样品MRM0639	50g	袋	600	国产	50g	否	1								
P16	P16-69	小麦粉中呕吐毒素质控样品	25g	袋	700	国产	25g	否	1								

P16	P16-70	小麦粉中玉米赤霉烯酮(ZEN)分析质控品	50g	袋	800	国产	50g	否	1								
P16	P16-71	小麦粉中赭曲霉毒素(OTA)分析质控品	50g	袋	800	国产	50g	否	1								
P16	P16-72	饮料中安赛蜜、甜蜜素、糖精钠分析质控样GB 5009.97-2023/GB 5009.28-2016/SN/T 3538-2013，MCS-50209	100g	瓶	1000	国产	100g	否	1								
P16	P16-73	饮料中山梨酸、苯甲酸分析质控样，MCS-50005	100g	瓶	800	国产	100g	否	1								
P16	P16-74	婴幼儿米粉三种膳食纤维质控样品	30g	瓶	2800	国产	30g	否	1								
P16	P16-75	鱼肉粉中呋喃西林代谢物SEM分析质控样MCS-90037	20g	袋	700	国产	20g	否	1								
P16	P16-76	鱼肉粉中汞分析质控样，MCS-90073	20g	袋	600	国产	20g	否	1								
P16	P16-77	玉米油脂肪酸成分分析质控样品	1.2 mL	瓶	324	国产	1.2 mL	否	1								
P16	P16-78	植物油中苯并[a]芘分析质控样GB 5009.265-2021 MCS-30043	20mL	瓶	700	国产	20mL	否	1								
P16	P16-79	蔬菜中维生素C分析质控样GB5009.86-2016	10g	瓶	900	国产	10g	否	1								
P16	P16-80	猪肝粉中金属元素质控样品	20g	瓶	2800	国产	20g	否	1								
P16	P16-81	猪肉粉中氟甲砜霉素（氟苯尼考） 质控样品	15g	袋	700	国产	15g	否	1								
P16	P16-82	猪肉粉中特布他林分析质控样GB 31658.22-2022，MCS-80033	10g	袋	600	国产	10g	否	1								
P17	P17-01	化妆品pH分析质控样	50mL	瓶	600	国产	50mL	否	1								
P17	P17-02	化妆品甲醇分析质控样	50mL	瓶	600	国产	50mL	否	1								
P17	P17-03	化妆品中汞、镉分析质控样品，MCS-15020	20g	瓶	960	国产	20g	否	1								
P17	P17-04	化妆品中汞元素成分标准物质	霜类基体,10g	瓶	600	国产	霜类基体,10g	否	1								
P17	P17-05	化妆品中铅分析质控样品，MCS-15013	20g	瓶	800	国产	20g	否	1								
P17	P17-06	化妆品中铅砷汞镉分析质控样品，MCS-15001	20g	瓶	1400	国产	20g	否	1								
P17	P17-07	化妆水中乙醇分析质控样品，MCS-15002	30ml	瓶	800	国产	30ml	否	1								
P17	P17-08	滤膜中钡质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-09	滤膜中钒质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-10	滤膜中铬质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-11	滤膜中汞质控样	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-12	滤膜中磷酸质控样	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-13	滤膜中镍质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-14	滤膜中铅质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-15	滤膜中砷质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-16	滤膜中铊质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-17	滤膜中锌质控样（高低浓度一套）	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1								
P17	P17-18	吸收液中二氧化硫质控样品(仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法)	2瓶/套	套	400	国产	2瓶/套	否	1								
P17	P17-19	吸收液中甲醛质控样品	2瓶/套	套	400	国产	2瓶/套	否	1								
P17	P17-20	生活饮用水中1,2,4-三氯苯分析质控样品，MCS-12032	50ml	瓶	600	国产	50ml	否	1								

P17	P17-21	生活饮用水中8种金属分析质控样（铅、镉、砷、铝、铬、铜、硒、锰），MCS-12023	50ml	瓶	1500	国产	50ml	否	1							
P17	P17-22	生活饮用水中氨氮，MCS-12055	50ml	瓶	600	国产	50ml	否	1							
P17	P17-23	生活饮用水中二氯乙酸、三氯乙酸分析质控样品，MCS-12045	50ml	瓶	800	国产	50ml	否	1							
P17	P17-24	生活饮用水中氯酸盐、亚氯酸盐分析质控样品，MCS-12047	50ml	瓶	800	国产	50ml	否	1							
P17	P17-25	生活饮用水中砷分析质控样品，MCS-12012	50ml	瓶	600	国产	50ml	否	1							
P17	P17-26	生活饮用水中铁分析质控样品，MCS-12008	50ml	瓶	600	国产	50ml	否	1							
P17	P17-27	生活饮用水中溴酸盐分析质控样品，MCS-12027	50ml	瓶	600	国产	50ml	否	1							
P17	P17-28	生活饮用水中总硬度、氯化物分析质控样品，MCS-12001	50ml	瓶	800	国产	50ml	否	1							
P17	P17-29	水质硫酸根质控样	20mL	瓶	29	国产	20mL	否	1							
P17	P17-30	水质氯化物质控样	20mL	瓶	49	国产	20mL	否	1							
P17	P17-31	水质溴酸盐质控样	20mL	瓶	78	国产	20mL	否	1							
P17	P17-32	水质亚硝酸根质控样	20mL	瓶	36	国产	20mL	否	1							
P17	P17-33	水中碘成份分析标准物质(GBW(E)084707-GBW(E)084708)	50mL/2瓶	套	330	国产	50mL/2瓶	否	1							
P17	P17-34	水中氟质控样品	2瓶/套	套	403	国产	2瓶/套	否	1							
P17	P17-35	水中砷质控样品	2瓶/套	套	403	国产	2瓶/套	否	1							
P17	P17-36	消毒剂中pH 值的测定分析质	50mL	瓶	800	国产	50mL	否	1							
P17	P17-37	消毒剂中醋酸氯已定分析质控	50mL	瓶	1400.00	国产	50mL	否	1							
P17	P17-38	消毒剂中二氧化氯分析质控样	50mL	瓶	1400.00	国产	50mL	否	1							
P17	P17-39	消毒剂中环氧乙烷分析质控样	50mL	瓶	1200.00	国产	50mL	否	1							
P17	P17-40	消毒剂中乙醇分析质控样	50mL	瓶	1200.00	国产	50mL	否	1							
P17	P17-41	消毒剂中有效碘分析质控样W	50mL	瓶	1600.00	国产	50mL	否	1							
P17	P17-42	消毒剂中有效氯分析质控样W	50mL	瓶	1600.00	国产	50mL	否	1							
P18	P18-01	冻干牛血汞质量控制标准物质	2瓶/套	套	800	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-02	冻干牛血铅、镉成分分析标准物质	2瓶/套	套	1000	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-03	冻干人尿汞成份分析标准物质	2瓶/套	套	800	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-04	冻干人尿砷成份分析质量控制样品	2瓶/套	套	800	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-05	冻干人尿中碘成份分析标准物质	0~300μg/L，5mL*2/套	套	750	国产	具有GBW或GBW(E)或GSB证书	否	1							
P18	P18-06	粉尘中游离二氧化硅分析质控样GBZ/T 192.4-2007，MCS-16210	2瓶/套（5g/瓶）	瓶	600	国产	2瓶/套（5g/瓶）	否	1							
P18	P18-07	硅胶管中苯胺质量控制样品	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-08	硅胶管中对硫磷质量控制样品	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-09	硅胶管中甲醇质量控制样品	2支/套	套	500	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-10	活性炭管中 1,2-二氯乙烷	2支/套	瓶	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-11	活性炭管中1,3-丁二烯质控样	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-12	活性炭管中6种苯系物分析质控样GBZ/T 300.66-2017 MCS-16401	2支/套	瓶	1000	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-13	活性炭管中苯、甲苯、二甲苯(全部异构体)	2支/套	套	1400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-14	活性炭管中苯、四氯乙烯、苯乙烯	2支/套	套	570	国产	2支/套	否	1							

P18	P18-15	活性炭管中苯分析质控样GBZ/T 300.66-2017,MCS-16340	2支/套	瓶	600	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-16	活性炭管中吡啶质控样	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-17	活性炭管中二硫化碳	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-18	活性炭管中庚烷质控样品	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-19	活性炭管中环己烷	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-20	活性炭管中甲苯质控样	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-21	活性炭管中甲基异丁基甲酮	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-22	活性炭管中氯乙烯	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-23	活性炭管中三氯甲烷	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-24	活性炭管中三氯乙烯	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-25	活性炭管中三溴甲烷	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-26	活性炭管中戊烷质控样品	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-27	活性炭管中乙酸乙酯、乙酸丁酯	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-28	活性炭管中异丙醇	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-29	活性炭管中异辛烷	2支/套	套	500	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-30	活性炭管中正己烷	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-31	尿液中13种金属（铬、锰、钴、镍、砷、硒、钼、镉、锡、锑、铊、铅、汞）分析质控样MCS-16189	30ml	瓶	1800	国产	30ml	否	1							
P18	P18-32	尿中百草枯	1支/套	套	700	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-33	尿中残杀威	1支/套	套	700	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-34	尿中敌草快	1支/套	套	700	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-35	尿中敌鼠和氯敌鼠	1支/套	套	1200	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-36	尿中毒鼠强和氟乙酰胺	1支/套	套	1200	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-37	尿中多种素(含铍铬钴镉铊铅)	1支/套	套	1200	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-38	尿中氟	2瓶/套	套	700	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-39	尿中汞	2瓶/套	套	700	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-40	尿中肌酐	2瓶/套	套	700	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-41	尿中乐果和敌敌畏	1支/套	套	1200	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-42	尿中马拉硫磷和甲基对硫磷	1支/套	套	1200	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-43	尿中杀鼠醚和杀鼠灵	1支/套	套	1200	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-44	尿中砷	2瓶/套	套	700	国产	2瓶/套	否	1							
P18	P18-45	尿中溴鼠灵和溴敌隆	1支/套	套	1200	国产	1支/套	否	1							
P18	P18-46	吸收液中氨质控样	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-47	吸收液中丙烯酰胺质控样	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-48	吸收液中二氯甲烷	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-49	吸收液中五氧化二磷	2支/套	套	400	国产	2支/套	否	1							
P18	P18-50	新生羊血(不含EDTA和抗凝剂)	100mL	瓶	350	国产	100mL	否	1							
P18	P18-51	血中多种素(含铍铬锰钴镍镉铟铊铅)	1支/套	套	1488	国产	1支/套	否	1							
P19	P19-01	硒酸钠	纯度≥98%	瓶	480	国产	纯度≥98%	否	1							
P19	P19-02	亚硒酸钠	纯度≥98%	瓶	480	国产	纯度≥98%	否	1							
P19	P19-03	无苯级二硫化碳	.9%,500mL,痕	瓶	600	国产	纯度≥99.9%,500mL,痕量分析级	否	1							
P19	P19-04	硒代胱氨酸	纯度98%	瓶	892	国产	纯度98%	否	1							
P19	P19-05	硒代乙硫氨酸	纯度98%	瓶	480	国产	纯度98%	否	1							
P19	P19-06	硒代蛋氨酸	纯度99%	瓶	589	国产	纯度99%	否	1							
P19	P19-07	硒脲	纯度99%	瓶	480	国产	纯度99%	否	1							
P19	P19-08	α-淀粉酶	100g	瓶	400	国产	100g	否	1							
P19	P19-09	高峰淀粉酶	100g	瓶	500	国产	100g	否	1							
P19	P19-10	β-葡萄糖苷酸酶/芳基硫酸酯酶	≥85000U/mL,5ml	瓶	2500	国产	≥85000U/mL,5mL	否	1							
P19	P19-11	TMCS(三甲基氯硅烷)	100mL	瓶	1000	国产	100mL	否	1							
P19	P19-12	BSA(N,O-双(三甲基硅烷)乙酰胺)	10g	套	1475	国产	10g	否	1							

P19	P19-13	MSTFA(N-甲基-N-(三甲基硅烷)三氟乙酰胺)	10g	套	2500	国产	10g	否	1								
P19	P19-14	TFAI(1-三氟乙酰基咪唑)	10g	瓶	2000	国产	10g	否	1								
P19	P19-15	TMSI(三甲基硅咪唑)	10g	套	2400	国产	10g	否	1								
P19	P19-16	MBTFA(N-甲基双(三氟乙酰胺)	10mL	套	1485	国产	10mL	否	1								
P19	P19-17	盐酸甲胺(甲胺盐酸盐)	1g	瓶	520	国产	1g	否	1								
P19	P19-18	HFBA(七氟丁酸酐)	25g	瓶	1000	国产	25g	否	1								
P19	P19-19	HFIP(六氟异丙醇)	25g	瓶	1500	国产	25g	否	1								
P19	P19-20	HMDS(六甲基二硅氮烷)	25g	瓶	2300	国产	25g	否	1								
P19	P19-21	PFPA(五氟丙酸酐)	25g	瓶	1500	国产	25g	否	1								
P19	P19-22	TBDMCS(特丁基二甲基氯硅烷)	25g	瓶	1500	国产	25g	否	1								
P19	P19-23	TFAA(三氟乙酸酐)	25g	瓶	2000	国产	25g	否	1								
P19	P19-24	TMSDEA(N,N-二乙氨基三甲基硅烷)	25g	瓶	1600	国产	25g	否	1								
P19	P19-25	TPC(N-三氟乙酰基-L-丙酰氯)	25mL	瓶	1440	国产	25mL	否	1								
P19	P19-26	L-半胱氨酸	500g	瓶	500	国产	500g	否	1								
P19	P19-27	十六烷基三甲基溴化铵	500g	瓶	600	国产	500g	否	1								
P19	P19-28	IV溶液(总离子强度调节缓冲	500mL	瓶	230	国产	500mL	否	1								
P19	P19-29	丙三醇	500mL	瓶	100	国产	500mL	否	1								
P19	P19-30	二水合氯化钡	500mL	瓶	100	国产	500mL	否	1								
P19	P19-31	四丁基氯化铵	5g	瓶	200	国产	5g	否	1								
P19	P19-32	聚酰胺粉	层析柱用,500g	瓶	260	国产	层析柱用,500g	否	1								
P19	P19-33	焦磷酸	度≥90%,500	瓶	200	国产	纯度≥90%,500g	否	1								
P19	P19-34	MTBSTFA(N-(特丁基二甲基硅烷)-N-甲基三氟乙酰胺)	纯度≥97%,10g	瓶	860	国产	纯度≥97%,10g	否	1								
P19	P19-35	HFBI(N-七氟丁酰基咪唑)	纯度≥97%,10mL	瓶	1600	国产	纯度≥97%,10mL	否	1								
P19	P19-36	乙酰氯	纯度≥98.0%,250ml	瓶	260	国产	纯度≥98.0%,250mL	否	1								
P19	P19-37	BSTFA(双(三甲基硅烷)三氟乙酰胺)	纯度≥98.5%,25mL	瓶	200	国产	纯度≥98.5%,25mL	否	1								
P19	P19-38	乙酰丙酮	度≥99%,100	瓶	70	国产	纯度≥99%,100mL	否	1								
P19	P19-39	次亚磷酸钠一水合物	度≥99%,500	瓶	100	国产	纯度≥99%,500g	否	1								
P19	P19-40	盐酸羟胺	纯度≥99%,50g	瓶	121	国产	纯度≥99%,50g	否	1								
P19	P19-41	三氟乙酸	纯度≥99.9%,100mg	瓶	200	国产	纯度≥99.9%,100mg	否	1								
P19	P19-42	丁子香酚	分析纯,100g	瓶	140	国产	分析纯,100g	否	1								
P19	P19-43	对甲氨基硫酸盐(米吐尔)	分析纯,100g	瓶	160	国产	分析纯,100g	否	1								
P19	P19-44	硫酸氧钛	分析纯,100g	瓶	200	国产	分析纯,100g	否	1								
P19	P19-45	安替比邻(1,5-二甲基-2-苯-3-吡唑酮)	分析纯,25g	瓶	80	国产	分析纯,25g	否	1								
P19	P19-46	二乙酰一肟	分析纯,25g	瓶	150	国产	分析纯,25g	否	1								
P19	P19-47	六甲基二硅氮烷	分析纯,25g	瓶	2000	国产	分析纯,25g	否	1								
P19	P19-48	变色酸	分析纯,25mg	瓶	100	国产	分析纯,25mg	否	1								
P19	P19-49	氯化亚锡	分析纯,500g	瓶	365	国产	分析纯,500g	否	1								
P19	P19-50	曲拉通X-100	分析纯,500ml	瓶	80	国产	分析纯,500mL	否	1								
P19	P19-51	石油醚(30～60)	分析纯,500mL	瓶	100	国产	分析纯,500mL	否	1								
P19	P19-52	硫酸铝	分析纯,50g	瓶	60	国产	分析纯,50g	否	1								
P19	P19-53	脂肪酶	10万U/g,50g	瓶	456	国产	10万U/g,50g	否	1								

P19	P19-54	木瓜蛋白酶	活力≥800U/mg,100g	瓶	500	国产	活力≥800U/mg,100g	否	1							
P19	P19-55	甲醇钠	甲醇溶剂：250mL,0.5M	瓶	800	国产	甲醇溶剂：250mL,0.5M	否	1							
P19	P19-56	三氟化硼甲醇溶液	浓度为10%,甲醇基质,250mL	瓶	580	国产	浓度为10%,甲醇基质,250mL	否	1							
P19	P19-57	三氟化硼甲醇溶液	浓度为14%,甲醇基质,500mL	瓶	780	国产	浓度为14%,甲醇基质,500mL	否	1							
P19	P19-58	三氟化硼甲醇溶液	浓度为50%,甲醇基质,250mL	瓶	680	国产	浓度为50%,甲醇基质,250mL	否	1							
P19	P19-59	丹磺酰氯	色谱纯,1g	瓶	482	国产	色谱纯,1g	否	1							
P19	P19-60	中性氧化铝	已活化,100-200目,500g	瓶	120	国产	已活化,100-200目,500g	否	1							
P19	P19-61	抗坏血酸	优级纯,25g	瓶	100	国产	优级纯,25g	否	1							
P19	P19-62	硼氢化钾	优级纯,25g	瓶	475	国产	优级纯,25g	否	1							
P19	P19-63	盐酸副玫瑰苯胺	优级纯,25g	瓶	200	国产	优级纯,25g	否	1							
P19	P19-64	磷酸二氢铵	优级纯,500g	瓶	577	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-65	磷酸二氢钾	优级纯,500g	瓶	300	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-66	磷酸氢二钠	优级纯,500g	瓶	100	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-67	磷酸三钠	优级纯,500g	瓶	500	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-68	硫脲	优级纯,500g	瓶	185	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-69	氯化钙	优级纯,500g	瓶	100	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-70	氯化钾	优级纯,500g	瓶	100	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-71	柠檬酸二氢钠	优级纯,500g	瓶	368	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-72	偏磷酸	优级纯,500g	瓶	500	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-73	氢氧化钠	优级纯,500g	瓶	200	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-74	碳酸氢钠	优级纯,500g	瓶	100	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-75	亚铁氰化钾	优级纯,500g	瓶	170	国产	优级纯,500g	否	1							
P19	P19-76	茴香醛	优级纯,500mL	瓶	300	国产	优级纯,500mL	否	1							
P19	P19-77	甲基叔丁基醚	优级纯,500mL	瓶	800	国产	优级纯,500mL	否	1							
P19	P19-78	磷酸	优级纯,500mL	瓶	500	国产	优级纯,500mL	否	1							
P19	P19-79	氨水	HPLC级,250mL	瓶	350	国产	HPLC级,250mL	否	1							
P19	P19-80	无水乙醇	优级纯,500mL	瓶	100	国产	优级纯,500mL	否	1							
P19	P19-81	冰乙酸	优级纯，500mL	瓶	100	国产	优级纯，500mL	否	1							
P19	P19-82	溴化钠	优级纯,50g	瓶	100	国产	优级纯,50g	否	1							
P19	P19-83	亚硝酸钠	优级纯,50g	瓶	100	国产	优级纯,50g	否	1							
P20	P20-01	甲酸铵(阿拉丁)	LC-MS级,25g	瓶	300	国产	LC-MS级,25g	否	1							
P20	P20-02	乙酸铵(阿拉丁)	LC-MS级,25g	瓶	300	国产	LC-MS级,25g	否	1							
P20	P20-03	甲酸(阿拉丁)	HPLC级,100mL/瓶	瓶	200	国产	HPLC级,100mL/瓶	否	1							

P20	P20-04	异辛烷(阿拉丁)	HPLC级,500mL/ 瓶	瓶	200	国产	HPLC级,500mL/ 瓶	否	1							
P20	P20-05	Thermo Fisher环己烷	HPLC级,4L/瓶	瓶	2555	国产	HPLC级,4L/瓶	否	1							
P20	P20-06	Thermo Fisher甲醇	HPLC级,4L/瓶	瓶	1200	国产	HPLC级,4L/瓶	否	1							
P20	P20-07	Thermo Fisher乙腈	HPLC级,4L/瓶	瓶	1200	国产	HPLC级,4L/瓶	否	1							
P20	P20-08	Thermo Fisher正己烷	HPLC级,4L/瓶	瓶	1000	国产	HPLC级,4L/瓶	否	1							
P20	P20-09	Thermo Fisher二氯甲烷(含稳定剂)	HPLC级,4L/瓶	瓶	2000	国产	HPLC级,4L/瓶	否	1							
P21	P21-001	鼠得克	100 ng/ul于甲醇,1mL	支	335	国产	100 ng/ul于甲醇,1mL	否	1							
P21	P21-002	吗啡	0.1 mg/mL	支	819	国产	0.1 mg/mL	否	1							
P21	P21-003	马尿酸	纯品型,0.25g	瓶	200	国产	纯品型,0.25g	否	1							
P21	P21-004	甲基马尿酸	纯品型,10 mg	瓶	200	国产	纯品型,10 mg	否	1							
P21	P21-005	丙咪嗪	100mg/瓶	瓶	136	国产	100mg/瓶	否	1							
P21	P21-006	敌鼠	100mg/瓶	瓶	319	国产	100mg/瓶	否	1							
P21	P21-007	氟奋乃静	100mg/瓶	瓶	214	国产	100mg/瓶	否	1							
P21	P21-008	蟾蜍色胺	100μg/mL	支	800	国产	100μg/mL	否	1							
P21	P21-009	鹿花菌素	100μg/mL	支	600	国产	100μg/mL	否	1							
P21	P21-010	马鞍菌素	100μg/mL	支	650	国产	100μg/mL	否	1							
P21	P21-011	蕈毒碱	100μg/mL	支	600	国产	100μg/mL	否	1							
P21	P21-012	蝇蕈醇	100μg/mL	支	650	国产	100μg/mL	否	1							
P21	P21-013	10种蘑菇毒素混合标准品	含α-鹅膏毒肽、 β-鹅膏菌素、γ-鹅膏毒肽、二羟鬼笔毒肽、羧基二羟鬼笔毒肽、羧基三羟鬼笔毒肽、 5-羟色胺、鹅膏蕈氨酸、异鹅膏胺、蟾蜍素,10μ	支	20000	国产	含α-鹅膏毒肽、 β-鹅膏菌素、γ-鹅膏毒肽、二羟鬼笔毒肽、羧基二羟鬼笔毒肽、羧基三羟鬼笔毒肽、 5-羟色胺、鹅膏蕈氨酸、异鹅膏胺、蟾蜍素,10μg/mL	否	1							
P21	P21-014	鹅膏蕈氨酸	10μg/mL	支	2160	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-015	甲基裸盖菇素	10μg/mL	支	1200	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-016	蘑菇毒素6项混标	含α-鹅膏毒肽、β-鹅膏毒肽、γ-鹅膏毒肽、羧基二羟基鬼笔毒肽、羧基三羟基鬼笔毒肽、二羟基鬼笔毒肽,10μ	支	13200	国产	含α-鹅膏毒肽、β-鹅膏毒肽、γ-鹅膏毒肽、羧基二羟基鬼笔毒肽、羧基三羟基鬼笔毒肽、二羟基鬼笔毒肽,10μg/mL	否	1							
P21	P21-017	水中α-鹅膏毒肽	10μg/mL	瓶	3400	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-018	水中β-鹅膏毒肽	10μg/mL	瓶	2100	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-019	水中γ-鹅膏毒肽	10μg/mL	瓶	1500	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-020	水中二羟鬼笔毒肽	10μg/mL	瓶	650	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-021	水中羧基二羟鬼笔毒肽	10μg/mL	瓶	1350	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-022	水中羧基三羟鬼笔毒肽	10μg/mL	瓶	1350	国产	10μg/mL	否	1							
P21	P21-023	噻鼠酮/噻鼠灵	10μg/mL,10mL/支	支	336	国产	10μg/mL,10mL/支	否	1							
P21	P21-024	敌鼠钠盐对照品	1g/瓶	瓶	163	国产	1g/瓶	否	1							

P21	P21-025	杀鼠醚	1mg,99.9%	瓶	311	国产	1mg,99.9%	否	1							
P21	P21-026	汞对照液	1mg/mL/2mL	瓶	30	国产	1mg/mL/2mL	否	1							
P21	P21-027	砷对照液	1mg/mL/2mL	瓶	30	国产	1mg/mL/2mL	否	1							
P21	P21-028	亚硝酸盐对照液	1mg/mL/2mL	瓶	30	国产	1mg/mL/2mL	否	1							
P21	P21-029	[2H3]-丙咪嗪盐酸盐	1mg/瓶	瓶	547	国产	1mg/瓶	否	1							
P21	P21-030	[2H4]-氯氮平	1mg/瓶	瓶	366	国产	1mg/瓶	否	1							
P21	P21-031	[2H8]-氟苯那嗪二盐酸盐	1mg/瓶	瓶	547	国产	1mg/瓶	否	1							
P21	P21-032	10种鼠药混标标准品	含溴敌隆、溴鼠隆、杀鼠灵 、氟鼠灵、氯鼠酮、敌鼠、鼠得克 、克鼠灵(克灭鼠)、氯杀鼠灵、杀鼠醚,100	支	1453	国产	含溴敌隆、溴鼠隆、杀鼠灵 、氟鼠灵、氯鼠酮、敌鼠、鼠得克 、克鼠灵(克灭鼠)、氯杀鼠灵、杀鼠醚,100μg/mL	否	1							
P21	P21-033	[2H4]-氟哌啶醇	2.5mg/瓶	瓶	366	国产	2.5mg/瓶	否	1							
P21	P21-034	12-表欧乌头碱	20mg/瓶	瓶	1600	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-035	16-表伏康树卡平碱	20mg/瓶	瓶	7260	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-036	N-甲基野靛碱	20mg/瓶	瓶	833	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-037	八角枫碱	20mg/瓶	瓶	622	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-038	苯甲酰次乌头原碱	20mg/瓶	瓶	943	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-039	苯甲酰乌头原碱	20mg/瓶	瓶	1000	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-040	苯甲酰新乌头原碱	20mg/瓶	瓶	1600	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-041	苯甲酰异叶乌头碱	20mg/瓶	瓶	500	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-042	别隐品碱	20mg/瓶	瓶	1622	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-043	草乌甲素	20mg/瓶	瓶	326	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-044	东莨菪碱	20mg/瓶	瓶	356	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-045	东莨菪内酯	20mg/瓶	瓶	246	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-046	毒扁豆碱	20mg/瓶	瓶	2597	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-047	多根乌头碱	20mg/瓶	瓶	2092	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-048	二氢白屈菜红碱	20mg/瓶	瓶	1558	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-049	防己诺林碱	20mg/瓶	瓶	110	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-050	非洲防己碱	20mg/瓶	瓶	1597	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-051	附子灵	20mg/瓶	瓶	778	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-052	高乌甲素	20mg/瓶	瓶	180	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-053	钩吻碱	20mg/瓶	瓶	739	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-054	钩吻素丁	20mg/瓶	瓶	3941	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-055	钩吻素己	20mg/瓶	瓶	800	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-056	钩吻素甲	20mg/瓶	瓶	725	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-057	钩吻素子	20mg/瓶	瓶	538	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-058	胡蔓藤碱甲	20mg/瓶	瓶	2924	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-059	槐果碱	20mg/瓶	瓶	108	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-060	金雀花碱	20mg/瓶	瓶	125	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-061	苦参碱	20mg/瓶	瓶	83	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-062	莨菪碱	20mg/瓶	瓶	94	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-063	雷酚内酯	20mg/瓶	瓶	707	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-064	雷公藤次碱	20mg/瓶	瓶	1244	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-065	雷公藤福定	20mg/瓶	瓶	2687	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-066	雷公藤红素	20mg/瓶	瓶	151	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-067	雷公藤吉碱	20mg/瓶	瓶	2975	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-068	雷公藤甲素	20mg/瓶	瓶	679	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-069	雷公藤内酯甲	20mg/瓶	瓶	366	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-070	芦竹碱	20mg/瓶	瓶	200	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-071	马钱子碱	20mg/瓶	瓶	364	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-072	毛果芸香碱	20mg/瓶	瓶	458	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-073	尼奥灵	20mg/瓶	瓶	3080	国产	20mg/瓶	否	1							
P21	P21-074	千里光非灵	20mg/瓶	瓶	366	国产	20mg/瓶	否	1							

P21	P21-075	千里光宁	20mg/瓶	瓶	1774	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-076	氢溴酸东莨菪碱	20mg/瓶	瓶	163	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-077	去甲白屈菜红碱	20mg/瓶	瓶	366	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-078	去甲乌药碱	20mg/瓶	瓶	739	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-079	去乙酰粗茎乌头碱甲	20mg/瓶	瓶	366	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-080	冉乌头碱	20mg/瓶	瓶	605	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-081	士的宁	20mg/瓶	瓶	272	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-082	宋果灵	20mg/瓶	瓶	725	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-083	天麻素标准品	20mg/瓶	瓶	150	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-084	吐根碱	20mg/瓶	瓶	4650	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-085	脱氧乌头碱	20mg/瓶	瓶	1200	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-086	乌头原碱	20mg/瓶	瓶	950	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-087	新乌头原碱	20mg/瓶	瓶	1399	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-088	延胡索甲素	20mg/瓶	瓶	583	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-089	延胡索乙素	20mg/瓶	瓶	149	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-090	盐酸白屈菜红碱	20mg/瓶	瓶	372	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-091	盐酸血根碱	20mg/瓶	瓶	208	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-092	氧化槐果碱	20mg/瓶	瓶	125	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-093	氧化苦参碱	20mg/瓶	瓶	130	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-094	乙酰乌头碱	20mg/瓶	瓶	338	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-095	印乌头碱	20mg/瓶	瓶	1453	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-096	硬飞燕草碱	20mg/瓶	瓶	817	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-097	原阿片碱	20mg/瓶	瓶	176	国产	20mg/瓶	否	1								
P21	P21-098	氟哌啶醇	25mg/瓶	瓶	485	国产	25mg/瓶	否	1								
P21	P21-099	毒鼠强对照液	30μg/mL水溶液	瓶	599	国产	30μg/mL水溶液	否	1								
P21	P21-100	氰化物对照液	4次测定量	盒	47	国产	4次测定量	否	1								
P21	P21-101	氯氮平	50mg/瓶	瓶	485	国产	50mg/瓶	否	1								
P21	P21-102	奥来毒素	50μg/mL	支	2000	国产	50μg/mL	否	1								
P21	P21-103	桐油对照品	5mL	盒	30	国产	5mL	否	1								
P21	P21-104	8-去乙酰基滇乌头碱	HPLC≥98%,20mg/支	支	1277	国产	HPLC≥98%,20mg/支	否	1								
P21	P21-105	常绿钩吻碱	HPLC≥98%,20mg/支	支	2353	国产	HPLC≥98%,20mg/支	否	1								
P21	P21-106	次乌头碱	HPLC≥98%,20mg/支	支	330	国产	HPLC≥98%,20mg/支	否	1								
P21	P21-107	粗茎乌头碱甲	HPLC≥98%,20mg/支	支	250	国产	HPLC≥98%,20mg/支	否	1								
P21	P21-108	滇乌头碱	HPLC≥98%,20mg/支	支	913	国产	HPLC≥98%,20mg/支	否	1								
P21	P21-109	乌头碱	HPLC≥98%,20mg/支	支	238	国产	HPLC≥98%,20mg/支	否	1								
P21	P21-110	新乌头碱;中乌头碱	HPLC≥98%,20mg/支	支	330	国产	HPLC≥98%,20mg/支	否	1								
P21	P21-111	氯杀鼠灵	纯品型,有证书,0.1g/瓶	瓶	485	国产	纯品型,有证书,0.1g/瓶	否	1								
P21	P21-112	杀鼠酮	纯品型,有证书,0.25gmg/支	支	682	国产	纯品型,有证书,0.25gmg/支	否	1								
P21	P21-113	杀鼠灵	纯品型,有证书,250mg/支	支	485	国产	纯品型,有证书,250mg/支	否	1								

P21	P21-114	杀它仗	纯品型,有证书,50mg/支	支	1690	国产	纯品型,有证书,50mg/支	否	1							
P21	P21-115	溴敌隆	甲醇溶剂:1000μg/ml,1ml	支	150	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P21	P21-116	氟乙酸钠	甲醇溶剂:100μg/ml,1ml	支	181	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P21	P21-117	沙蚕毒素	甲醇溶剂:100μg/ml,1ml	支	103	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P21	P21-118	溴鼠灵	甲醇溶剂:100μg/ml,1ml	瓶	43	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P21	P21-119	氟乙酰胺	乙醇溶剂:100μg/ml,1ml	支	120	国产	乙醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P21	P21-120	(-)-山莨菪碱	溶剂：1mL100	瓶	343	国产	乙腈溶剂：1mL100μg/mL	否	1							
P22	P22-01	毒鼠强速测试剂盒	10次测定量	盒	125	国产	10次测定量	否	1							
P22	P22-02	三聚氰胺速测卡	10次测定量	盒	233	国产	10次测定量	否	1							
P22	P22-03	消毒液有效氯速测试纸	150次/袋	袋	52	国产	150次/袋	否	1							
P22	P22-04	测氯(双氧水)试纸	150次测定量	盒	47	国产	150次测定量	否	1							
P22	P22-05	COD测试盒	1支/盒	盒	155	国产	1支/盒	否	1							
P22	P22-06	水硬度测试盒	1支/盒	盒	155	国产	1支/盒	否	1							
P22	P22-07	余氯速测盒	200次测定量	盒	334	国产	200次测定量	否	1							
P22	P22-08	农药速测卡	20次/包	包	94	国产	20次/包	否	1							
P22	P22-09	水中钡速测试剂盒	20次/包	包	202	国产	20次/包	否	1							
P22	P22-10	水中挥发酚速测盒	20次/包	包	318	国产	20次/包	否	1							
P22	P22-11	水中六价铬速测管	20次/包	包	202	国产	20次/包	否	1							
P22	P22-12	水中氰化物速测管	20次/包	包	216	国产	20次/包	否	1							
P22	P22-13	硝酸盐速测管	20次/包	包	28	国产	20次/包	否	1							
P22	P22-14	亚硝酸盐速测管	20次/包	包	55	国产	20次/包	否	1							
P22	P22-15	水质耗氧量快速检测试剂盒	20次/盒	盒	294	国产	20次/盒	否	1							
P22	P22-16	消毒液有效氯速测卡	20次/盒	盒	19	国产	20次/盒	否	1							
P22	P22-17	蛋白质速测管	20次测定量	盒	125	国产	20次测定量	否	1							
P22	P22-18	消毒液有效氯检测试纸(0-300ppm)	20次测定量	盒	20	国产	20次测定量	否	1							
P22	P22-19	菌落总数测试片	24片/包	盒	155	国产	24片/包	否	1							
P22	P22-20	水质浊度速测盒	25次/套	套	233	国产	25次/套	否	1							
P22	P22-21	水中氟化物速测管	30次/包	包	233	国产	30次/包	否	1							
P22	P22-22	水中硫酸盐速测管	30次/包	包	202	国产	30次/包	否	1							
P22	P22-23	水质总硬度快速检测试剂盒	30次/盒	盒	196	国产	30次/盒	否	1							
P22	P22-24	水中氨氮速测管	30次/盒	盒	196	国产	30次/盒	否	1							
P22	P22-25	水中氯化物速测管	30次/盒	盒	202	国产	30次/盒	否	1							
P22	P22-26	水中铅速测盒	30次/盒	盒	280	国产	30次/盒	否	1							
P22	P22-27	水中砷速测盒	30次/盒	盒	466	国产	30次/盒	否	1							
P22	P22-28	水中中铁速测管	30次/盒	盒	216	国产	30次/盒	否	1							
P22	P22-29	砷速测盒	30次测定量	盒	536	国产	30次测定量	否	1							
P22	P22-30	食物中钡速测试剂盒	30次测定量	盒	202	国产	30次测定量	否	1							
P22	P22-31	毒鼠强速测管(饮用水检测)	30次测定用量	管	163	国产	30次测定用量	否	1							
P22	P22-32	氟乙酰胺速测管(饮用水检测)	30次检测用量	管	172	国产	30次检测用量	否	1							
P22	P22-33	氟乙酰胺速测试剂盒	30次检测用量	盒	125	国产	30次检测用量	否	1							
P22	P22-34	安妥检测试纸(鼠药)	40次测定量	盒	125	国产	40次测定量	否	1							
P22	P22-35	水中甲醛速测盒	50次/包	包	202	国产	50次/包	否	1							
P22	P22-36	水中镉速测盒	50次/盒	盒	280	国产	50次/盒	否	1							
P22	P22-37	吊白块速测管(测甲醛)	50次测定量	盒	155	国产	50次测定量	否	1							

P22	P22-38	二氧化硫速测管(最低检出量50ppm)	50次测定量	盒	186	国产	50次测定量	否	1								
P22	P22-39	甲醇速测盒	50次测定量	盒	326	国产	50次测定量	否	1								
P22	P22-40	瘦肉精速测卡(盐酸克伦特罗速测卡)	5次测定量	盒	133	国产	5次测定量	否	1								
P22	P22-41	水中汞速测盒	60次/盒	盒	350	国产	60次/盒	否	1								
P22	P22-42	食用油酸价、过氧化值速测试纸	各10次测定量	盒	108	国产	各10次测定量	否	1								
P22	P22-43	二氧化硫检测试剂盒(含标准系列、配套试剂)	1个/套	套	580	国产	1个/套	否	1								
P22	P22-44	空气中氨测定配套试剂盒(含标准系列、配套试剂)	1个/套	套	580	国产	1个/套	否	1								
P22	P22-45	空气中二氧化氮测定配套试剂盒(含标准系列、配套试剂)	1个/套	套	540	国产	1个/套	否	1								
P22	P22-46	尿中氟测定配套试剂盒(含标准系列、配套试剂)	1个/套	套	420	国产	1个/套	否	1								
P22	P22-47	尿中肌酐测定试剂盒(含标准系列、配套试剂)	1个/套	套	450	国产	1个/套	否	1								
P22	P22-48	血中铅稀释法测定配套试剂盒(标准+试剂+质控)	1个/套	套	980	国产	1个/套	否	1								
P22	P22-49	尿碘检测配套试剂盒	0~1200mg/L	人/份	9	国产	0~1200mg/L	否	1								
P22	P22-50	水碘检测配套试剂盒	120T	人/份	10	国产	120T	否	1								
P22	P22-51	盐碘检测配套试剂盒	氧化还原滴定法,100T/盒	盒	950	国产	氧化还原滴定法,100T/盒	否	1								
P23	P23-01	敌鼠钠盐试剂	100次量	盒	122	国产	100次量	否	1								
P23	P23-02	巴豆油鉴别试液	10次测定量	盒	108	国产	10次测定量	否	1								
P23	P23-03	蓖麻油鉴别试剂	10次测定量	盒	66	国产	10次测定量	否	1								
P23	P23-04	大麻油鉴别试剂	10次测定量	盒	108	国产	10次测定量	否	1								
P23	P23-05	矿物油鉴别试液	10次测定量	盒	125	国产	10次测定量	否	1								
P23	P23-06	鼠药磷化锌筛查液	10次检测用量	瓶	47	国产	10次检测用量	否	1								
P23	P23-07	氰化物检测试剂	20次测定量	盒	350	国产	20次测定量	否	1								
P23	P23-08	桐油鉴别试剂	20次测定量	盒	108	国产	20次测定量	否	1								
P23	P23-09	砷、锑、铋、汞、银化物测试试剂	30次测定量	瓶	155	国产	30次测定量	否	1								
P23	P23-10	变质牛乳速测液(牛乳新鲜度测定液)	50次测定量	盒	125	国产	50次测定量	否	1								
P23	P23-11	生熟豆浆速测试剂	50次测定量	盒	125	国产	50次测定量	否	1								
P23	P23-12	常量二氧化氯①②	适配清时捷设备，100份/包	包	350	国产	适配清时捷设备，100份/包	否	1								
P23	P23-13	常量五参数①②③④⑤	适配清时捷设备，100份/包	包	702	国产	适配清时捷设备，100份/包	否	1								
P23	P23-14	常量游离余氯②	适配清时捷设备，100份/包	包	300	国产	适配清时捷设备，100份/包	否	1								
P23	P23-15	常量有效氯	适配清时捷设备，100份/包	包	234	国产	适配清时捷设备，100份/包	否	1								
P23	P23-16	常量总余氯③	适配清时捷设备，100份/包	包	350	国产	适配清时捷设备，100份/包	否	1								
P24	P24-01	2.7μm Halo C18色谱柱(92814-402)	50mm×4.6mm×2.7um	支	6616	国产	50mm×4.6mm×2.7um	否	1								
P24	P24-02	ACQUITY UPLC BEH C18 液相色谱柱	150*2.1mm,1.7um	支	10060	国产	150*2.1mm,1.7um	否	1								
P24	P24-03	ACQUITY UPLC HSS T3	1.8 μm,2.1 x 100 mm	支	9901	国产	1.8 μm,2.1 x 100 mm	否	1								
P24	P24-04	ACQUITY UPLC HSS T3预柱	1.8 μm,2.1 x 5 mm	支	6784	国产	1.8 μm,2.1 x 5 mm	否	1								
P24	P24-05	ltura Oligo HPH-C18 色谱柱	7um, 2.1x100	根	11612	国产	2.7um, 2.1x100mm	否	1								

P24	P24-06	ura Poroshell HILIC-Z 色i	7um 2.1x100	根	14857	国产	2.7um 2.1x100mm	否	1								
P24	P24-07	ura Poroshell HPH-C18 色i	9um 2.1x100	根	13003	国产	1.9um 2.1x100mm	否	1								
P24	P24-08	CD-2560气相色谱柱	100m×0.25mm×0.20um	根	10888	国产	100m×0.25mm×0.20um	否	1								
P24	P24-09	CD-5HT耐高温气相色谱柱(400度)	30m×0.25mm×0.25μm	支	5006	国产	30m×0.25mm×0.25μm	否	1								
P24	P24-10	CD-AL203/KCl气相色谱柱	50m*0.32mm*10um	根	6716	国产	50m*0.32mm*10um	否	1								
P24	P24-11	CD-PLOT Q气相毛细管色谱柱	50m*0.32mm*10um	根	10781	国产	50m*0.32mm*10um	否	1								
P24	P24-12	CD-PLOT U气相毛细管色谱柱	50m*0.32mm*10um	根	10781	国产	50m*0.32mm*10um	否	1								
P24	P24-13	DB-1 色谱柱(123-1062)	60 m,0.32 mm,0.25 μm,7 英寸柱架	支	12548	国产	60 m,0.32 mm,0.25 μm,7 英寸柱架	否	1								
P24	P24-14	DB-1301 气相色谱柱(122-1363)	60m, 0.25mm, 1.00um	支	11662	国产	60m, 0.25mm, 1.00um	否	1								
P24	P24-15	DB-35MS UI 色谱柱122-3842UI	40m,0.25mm, 0.25um	支	9696	国产	40m,0.25mm, 0.25um	否	1								
P24	P24-16	DB-35MS色谱柱 122-3862	60m, 0.25mm, 0.25um	支	12632	国产	60m, 0.25mm, 0.25um	否	1								
P24	P24-17	DB-5 色谱柱(122-5063)	60 m,0.25 mm,1.00 μm,7 英寸柱架	支	11533	国产	60 m,0.25 mm,1.00 μm,7 英寸柱架	否	1								
P24	P24-18	DB-5ms毛细管色谱柱	30m×0.32μm×0.25μm	支	8008	国产	30m×0.32μm×0.25μm	否	1								
P24	P24-19	DB-5Q超高性能色谱柱122-55329	30m,0.25mm,0.25um	盒	10000	国产	30m,0.25mm,0.25um	否	1								
P24	P24-20	DB-5色谱柱(123-5063)	60 m,0.32 mm,1.00 μm,7 英寸柱架	支	12548	国产	60 m,0.32 mm,1.00 μm,7 英寸柱架	否	1								
P24	P24-21	DB-624 UI 色谱柱122-1364UI	60m, 0.25mm, 1.40um	支	12752	国产	60m, 0.25mm, 1.40um	否	1								
P24	P24-22	DB-624 w/Smart Key,122-1334-KEY	30m, 0.25mm, 1.40um	支	7816	国产	30m, 0.25mm, 1.40um	否	1								
P24	P24-23	DB-624 色谱柱,123-1334-KEY	30m, 0.32mm, 1.80um w/Smart Key	支	8267	国产	30m, 0.32mm, 1.80um w/Smart Key	否	1								
P24	P24-24	DB-EUPAH毛细管色谱柱122-9632	DB-EUPAH气相柱 30m,0.25mm,0.25um	根	9000	国产	DB-EUPAH气相柱30m,0.25mm,0.25um	否	1								
P24	P24-25	DB-FFAP色谱柱,122-3262	60m,0.25mm,0.25μm,7英寸柱架	支	12102	国产	60m,0.25mm,0.25μm,7英寸柱架	否	1								
P24	P24-26	DB-FFAP色谱柱,123-3232	30m,0.32mm,0.25μm,7英寸柱架	支	7453	国产	30m,0.32mm,0.25μm,7英寸柱架	否	1								
P24	P24-27	DB-WAX 气相色谱柱123-7032	30m, 0.32mm, 0.25um	支	7313	国产	30m, 0.32mm, 0.25um	否	1								
P24	P24-28	DB-WAX气相色谱柱123-7062	60m, 0.32mm, 0.25um	支	12548	国产	60m, 0.32mm, 0.25um	否	1								
P24	P24-29	ex IonPac AG19离子色谱柱(	4X50mm	根	7200	国产	4X50mm	否	1								
P24	P24-30	Dionex IonPac AG19离子色谱柱	50*4.0(AG19)	支	6160	国产	50*4.0(AG19)	否	1								

P24	P24-31	Dionex IonPac AS19离子色谱柱	250*4.0mm(AS19)	支	15970	国产	250*4.0mm(AS19)	否	1							
P24	P24-32	Dionex IonPacTM AG7 RFICTM Guard 氨基酸分析仪保护柱	4*50mm	支	6317	国产	4*50mm	否	1							
P24	P24-33	Eclipse Plus苯基己基柱	4.6 x 150mm 5μm	支	6018	国产	4.6 x 150mm 5μm	否	1							
P24	P24-34	-5SIL ms超低流失色谱柱NIS	30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	根	10000	国产	30 m, 0.25 mm, 0.25 μm	否	1							
P24	P24-35	HALO 90A,C18 色谱柱	2.7μm,4.6*50mm	支	8040	国产	2.7μm,4.6*50mm	否	1							
P24	P24-36	HP-35 气相色谱柱,19091G-113	30 m,0.32 mm,0.25 μm,7 英寸柱架	支	7103	国产	30 m,0.32 mm,0.25 μm,7 英寸柱架	否	1							
P24	P24-37	HP-5 气相色谱柱,19091J-413	30 m,0.32 mm,0.25 μm,7 英寸柱架	支	7103	国产	30 m,0.32 mm,0.25 μm,7 英寸柱架	否	1							
P24	P24-38	HP-5Q 超低流失 GC/MS 色谱柱	30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架	支	10000	国产	30 m, 0.25 mm, 0.25 μm,7 英寸柱架	否	1							
P24	P24-39	HP-88 气相色谱柱,112-8867	60m, 0.25mm ID, 0.2um	支	10993	国产	60m, 0.25mm ID, 0.2um	否	1							
P24	P24-40	Hypersil GOLD液相色谱柱	100*2.1,1.9μm	支	6397	国产	100*2.1,1.9μm	否	1							
P24	P24-41	InfinityLab Poroshell 120 1.9 μm HILIC	2.1 x 100mm 1.9 μm	支	7414	国产	2.1 x 100mm 1.9 μm	否	1							
P24	P24-42	InfinityLab Poroshell 120 1.9 μm HILIC保护柱	2.1 x 50mm 1.9 μm	支	6632	国产	2.1 x 50mm 1.9 μm	否	1							
P24	P24-43	nfinityLab 溶剂净化器柱芯	2.1x20 mm,1个	个	5372	国产	2.1x20 mm,1个	否	1							
P24	P24-44	nfinityLab 溶剂净化器柱芯	3.0x75 mm,1个	个	5372	国产	3.0x75 mm,1个	否	1							
P24	P24-45	nfinityLab 溶剂净化器组件	2.1 x 20 mm	根	7387	国产	2.1 x 20 mm	否	1							
P24	P24-46	J&W DB-WAX 超高惰性色谱柱,123-7032UI	30m,0.32mm,0.25μm	支	7964	国产	30m,0.32mm,0.25μm	否	1							
P24	P24-47	J&W DB-WAX 超高惰性柱,123-7062UI	60m,0.32mm,0.25μm	支	14081	国产	60m,0.32mm,0.25μm	否	1							
P24	P24-48	kinetex 五氟苯基柱	50mmx3.0mm,2.6um(五氟苯基柱)	根	5362	国产	50mmx3.0mm,2.6um(五氟苯基柱)	否	1							
P24	P24-49	Poroshell 120 HILIC-Z色谱柱	Poroshell 120 HILIC-Z (100mm×2.1mm,2.7μm)	支	12078	国产	Poroshell 120 HILIC-Z(100mm×2.1mm,2.7μm)	否	1							
P24	P24-50	PRP-X100 色谱柱	10μm,4.1*250mm	支	8036	国产	10μm,4.1*250mm	否	1							
P24	P24-51	RTX-oPPesticides2农残专用气相色谱柱11243	30m,0.25mm,0.25um	根	10000	国产	30m,0.25mm,0.25um	否	1							
P24	P24-52	Select FAME 色谱柱CP7419	50m x 0.25mm x 0.25um	支	14910	国产	50m x 0.25mm x 0.25um	否	1							
P24	P24-53	Select FAME 色谱柱CP7421	200m x 0.25mm x 0.25um	支	8213	国产	200m x 0.25mm x 0.25um	否	1							
P24	P24-54	SunFire C18色谱柱	C18：100mm×2.1mm×5μm	支	5362	国产	C18：100mm×2.1mm×5μm	否	1							

P24	P24-55	SunFire C18色谱柱	C18：250mm×4.6mm×5μm	支	6856	国产	C18：250mm×4.6mm×5μm	否	1							
P24	P24-56	TRACE TR-Pesticide II气相色谱柱26RD142F	30mx0.25mmx0.25um+5m guard	根	12000	国产	30mx0.25mmx0.25um+5m guard	否	1							
P24	P24-57	TR-Dioxin 5MS 色谱柱(26AF154P)	TR-Dioxin 5MS 色谱柱60m x 0.25mmID x 0.25μm	支	10914	国产	TR-Dioxin 5MS 色谱柱60m x 0.25mmID x 0.25μm	否	1							
P24	P24-58	Ultra 1气相色谱柱,19091A-015	50 m,0.32 mm,0.17 μm,7 英寸柱架	支	12548	国产	50 m,0.32 mm,0.17 μm,7 英寸柱架	否	1							
P24	P24-59	Varian CP-WAX57气相色谱柱(CP97723A)	50m,0.25mm,0.20um	根	9900	国产	50m,0.25mm,0.20um	否	1							
P24	P24-60	VF-1701 Pesticides 色谱柱CP9072	50m x 0.25mm x 0.25um	支	12408	国产	50m x 0.25mm x 0.25um	否	1							
P24	P24-61	VF-1701ms色谱柱 CP9151	30m x 0.25mm x 0.25um	支	7584	国产	30m x 0.25mm x 0.25um	否	1							
P24	P24-62	VF-17ms for PAH 色谱柱CP9009	20m x 0.15mm x 0.05um	支	7616	国产	20m x 0.15mm x 0.05um	否	1							
P24	P24-63	VF-1ms 色谱柱CP8912	30m x 0.25mm x 0.25um	支	7417	国产	30m x 0.25mm x 0.25um	否	1							
P24	P24-64	VF-5 Pesticides 色谱柱CP9073	50m x 0.25mm x 0.25um	支	12764	国产	50m x 0.25mm x 0.25um	否	1							
P24	P24-65	VF-5ms色谱柱 CP8944	30m x 0.25mm x 0.25um	支	7417	国产	30m x 0.25mm x 0.25um	否	1							
P24	P24-66	ZORBAX Eclipse PAH柱	4.6 x 150mm 5μm	支	6005	国产	4.6 x 150mm 5μm	否	1							
P24	P24-67	氨基色谱柱(氨基硅烷键合硅胶)	3μm, 250 mmx 4.7mm(氨基硅烷键合硅胶)	支	6522	国产	3μm, 250 mmx 4.7mm(氨基硅烷键合硅胶)	否	1							
P24	P24-68	流动相杂质捕集柱(鬼峰捕集柱	r Column,2.	根	4050	国产	Isolator Column,2.1*50 mm	否	1							
P24	P24-69	全氟化合物分析柱	ree column]	支	9000	国产	C18[Metal free column],3um,2.1*150mm	否	1							
P24	P24-70	溶剂延迟柱	120,3um,2.1*	支	6000	国产	C18-120,3um,2.1*50mm	否	1							
P24	P24-71	色谱柱(EclipsePlusC18 RRHD)	EclipsePlusC18 RRHD 1.8um,2.1x50mm	根	6896	国产	EclipsePlusC18 RRHD 1.8um,2.1x50mm	否	1							
P24	P24-72	色谱柱(EclipsePlusC18 RRHD)	EclipsePlusC18 RRHD 1.8um,2.1x100mm	根	7189	国产	EclipsePlusC18 RRHD 1.8um,2.1x100mm	否	1							
P25	P25-01	多毒素复合免疫亲和柱	3mL	支	428	国产	3mL	否	1							
P25	P25-02	黄曲霉毒素、赭曲霉毒素和玉米赤霉烯酮 复合免疫亲和柱	3mL	支	234	国产	3mL	否	1							
P25	P25-03	黄曲霉毒素、呕吐毒素和玉米赤霉烯酮 复合免疫亲和柱	3mL	支	234	国产	3mL	否	1							
P25	P25-04	黄曲霉毒素和赭曲霉毒素复合免疫亲和柱	3mL	支	155	国产	3mL	否	1							
P25	P25-05	PriboFastMFC100固相净化柱-3mL(适用于质谱检测多霉素)	25支/盒	盒	1620	国产	25支/盒	否	1							

P25	P25-06	PriboFast®MFC331固相净化柱(适用于交链孢酚类毒素	25支/盒	盒	1620	国产	25支/盒	否	1								
P25	P25-07	玉米赤霉醇类六合一免疫亲和柱	3mL,25支/盒	盒	2333	国产	3mL,25支/盒	否	1								
P25	P25-08	PriboFast® MFC 335多功能净化柱	25T/盒	盒	1945	国产	25T/盒	否	1								
P25	P25-09	黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮复合免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	3889	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-10	PriboFastR黄曲霉毒素B1免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	2075	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-11	PriboFastR黄曲霉毒素总量免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	2075	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-12	PriboFastR黄曲霉毒素M1免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	2075	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-13	PriboFastR黄曲霉毒素B1B2G1G2M1M2免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	2593	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-14	PriboFastR玉米赤霉烯酮免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	1945	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-15	PriboFastR呕吐毒素 免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	1945	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-16	PriboFastR 赭曲霉毒素免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	1945	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-17	PriboFastR 伏马毒素免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	2333	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-18	PriboFastR T-2毒素免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	1945	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-19	PriboFastR 桔青霉素免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	4926	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-20	PriboFastR 雌二醇免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	3889	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-21	PriboFastR呕吐毒素,玉米赤霉烯酮复合免疫亲和柱25T	3mL*25支每盒	盒	3889	国产	3mL*25支每盒	否	1								
P25	P25-22	PriboFast多毒素(AODZFT)复合免疫亲和柱	支	支	389	国产	支	否	1								
P25	P25-23	PriboFast®200 固相净化柱25T	呕吐毒素总量及雪府镰刀菌烯醇.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	呕吐毒素总量及雪府镰刀菌烯醇.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								
P25	P25-24	PriboFast®221 固相净化柱25T	伏马毒素B1B2检测 3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	盒	1945	国产	伏马毒素B1B2检测 3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								
P25	P25-25	PriboFast®220 固相净化柱25T	雪腐镰刀菌烯醇及呕吐毒素3mL,25支每盒柱压型(带玻璃试管)	盒	1945	国产	雪腐镰刀菌烯醇及呕吐毒素3mL,25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								
P25	P25-26	PriboFast®224 固相净化柱25T	黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,玉米赤霉烯醇,玉米赤霉醇 3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试	盒	1945	国产	黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,玉米赤霉烯醇,玉米赤霉醇 3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								

P25	P25-27	PriboFast®225 固相净化柱25T	适用单端孢霉烯族毒素3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	盒	1945	国产	适用单端孢霉烯族毒素3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								
P25	P25-28	PriboFast®226 固相净化柱25T	黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,玉米赤霉烯醇,玉米赤霉醇 5mL.25支每盒柱压型(带玻璃试	盒	1945	国产	黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,玉米赤霉烯醇,玉米赤霉醇 5mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								
P25	P25-29	PriboFast®227 固相净化柱25T	适用单端孢霉烯族毒素5mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	盒	1945	国产	适用单端孢霉烯族毒素5mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								
P25	P25-30	PriboFast®228 固相净化柱25T	黄曲霉毒素,展青霉素5mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	盒	1620	国产	黄曲霉毒素,展青霉素5mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								
P25	P25-31	PriboFast®229 固相净化柱25T	赭曲霉毒素A B检测 3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	盒	1945	国产	赭曲霉毒素A B检测 3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1								
P25	P25-32	PriboFast®211 固相净化柱25T	伏马毒素B1B2检测.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	伏马毒素B1B2检测.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								
P25	P25-33	PriboFast®240 固相净化柱25T	串珠镰刀菌.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	串珠镰刀菌.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								
P25	P25-34	PriboFast®260 固相净化柱25T	黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								
P25	P25-35	PriboFast®261 固相净化柱25T	黄曲霉毒素M1.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	黄曲霉毒素M1.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								
P25	P25-36	PriboFast®270 固相净化柱25T	适用单端孢霉烯族毒素.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	适用单端孢霉烯族毒素.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								
P25	P25-37	PriboFast®280 固相净化柱25T	黄曲霉毒素,展青霉素.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	黄曲霉毒素,展青霉素.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								
P25	P25-38	PriboFast®290 固相净化柱25T	赭曲霉毒素A B检测.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	赭曲霉毒素A B检测.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1								

P25	P25-39	PriboFast®332 固相净化柱 25T	杂色曲霉素3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	盒	1945	国产	杂色曲霉素3mL.25支每盒柱压型(带玻璃试管)	否	1							
P25	P25-40	PriboFast®320 固相净化柱 25T	杂色曲霉素ST.25支每盒.推杆型(针筒式)	盒	1945	国产	杂色曲霉素ST.25支每盒.推杆型(针筒式)	否	1							
P25	P25-41	HT-2免疫亲和柱	HT-2 毒素免疫亲和柱 3mL; 25/pkg	盒	1945	国产	HT-2 毒素免疫亲和柱 3mL; 25/pkg	否	1							
P25	P25-42	MycoSpin 400 净化柱-多毒素净化柱	25支/盒	支	65	国产	25支/盒	否	1							
P25	P25-43	蜡样芽孢杆菌呕吐毒素反相固相萃取专用柱	00mg/6mL,30	盒	1950	国产	200mg/6mL,30T	否	1							
P25	P25-44	蜡样芽孢杆菌中毒呕吐物高效除脂专用柱	00mg/6mL,30	盒	2950	国产	500mg/6mL,30T	否	1							
P26	P26-001	Sep-Pak C18 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge(C18前处理小柱)	55 - 105 µm, 30/pk	盒	929	国产	55 - 105 µm, 30/pk	否	1							
P26	P26-002	Oasis HLB 提取板	60 mg/96-well,60µm	盒	2903	国产	60 mg/96-well,60µm	否	1							
P26	P26-003	Oasis HLB 小柱	3 cc/60 mg,30 µm	盒	3332	国产	3 cc/60 mg,30 µm	否	1							
P26	P26-004	Oasis HLB固相萃取柱	200mg/6mL,30支/盒(型号WAT106202)	盒	2104	国产	200mg/6mL,30支/盒(型号WAT106202)	否	1							
P26	P26-005	Oasis MAX固相萃取柱	(150mg,6mL)	盒	2594	国产	(150mg,6mL)	否	1							
P26	P26-006	Oasis MAX提取板	30 mg/96-well,30 µm	盒	2999	国产	30 mg/96-well,30 µm	否	1							
P26	P26-007	Oasis MAX小柱	3 cc/60 mg,30 µm	盒	3713	国产	3 cc/60 mg,30 µm	否	1							
P26	P26-008	Oasis MCX 提取板	30 mg/96-well,60 µm	盒	3214	国产	30 mg/96-well,60 µm	否	1							
P26	P26-009	Oasis MCX 小柱	3 cc/60 mg,60 µm	盒	3713	国产	3 cc/60 mg,60 µm	否	1							
P26	P26-010	Oasis MCX混合阳离子固相萃取柱	150mg/6mL,30支/盒(型号186000256)	盒	2572	国产	150mg/6mL,30支/盒(型号186000256)	否	1							
P26	P26-011	Oasis PRiME HLB	6cc/500mg,30/box	盒	2784	国产	6cc/500mg,30/box	否	1							
P26	P26-012	Oasis PRiME HLB 96-well Plate	30 mg,96位	盒	2856	国产	30 mg,96位	否	1							
P26	P26-013	Oasis WAX 96-well提取板	30 mg/96-well,30 µm	盒	3214	国产	30 mg/96-well,30 µm	否	1							
P26	P26-014	Oasis WAX小柱	3 cc/60 mg,30 µm	盒	3737	国产	3 cc/60 mg,30 µm	否	1							
P26	P26-015	Oasis WCX 96-Well 提取板	30 mg/96-well,30 µm	盒	3166	国产	30 mg/96-well,30 µm	否	1							
P26	P26-016	Oasis WCX小柱	3 cc/60 mg,30 µm	盒	3737	国产	3 cc/60 mg,30 µm	否	1							
P26	P26-017	Oasis 填料选择小柱套装	1 cc/30 mg,30 µm	盒	1028	国产	1 cc/30 mg,30 µm	否	1							
P26	P26-018	PBA/PBX复合固相萃取柱	200mg/60mg,3mL	支	46	国产	200mg/60mg,3mL	否	1							

P26	P26-019	PBA/PCX固相萃取柱	50支/包(PBA 200mg/PCA 60mg, 3mL)	盒	46	国产	50支/包(PBA 200mg/PCA 60mg, 3mL)	否	1							
P26	P26-020	MCS固相萃取柱(SILICA+阳离子交换树脂)	500mg/6mL	支	34	国产	500mg/6mL	否	1							
P26	P26-021	Sep-Pak Vac氨基固相萃取柱	1g,6mL	盒	1853	国产	1g,6mL	否	1							
P26	P26-022	SLC固相萃取柱	500mg/6mL	支	34	国产	500mg/6mL	否	1							
P26	P26-023	SLW固相萃取柱	500mg,6mL	支	34	国产	500mg,6mL	否	1							
P26	P26-024	苯基硼酸固相萃取柱	100mg/1mL	支	34	国产	100mg/1mL	否	1							
P26	P26-025	分散固相萃取管	25mgC18和150mg硫酸镁	盒	1490	国产	25mgC18和150mg硫酸镁	否	1							
P26	P26-026	SLS 固相萃取柱	200mg,6mL	支	46	国产	200mg,6mL	否	1							
P26	P26-027	dSPE纯化管	150 mg无水硫酸镁和75 mg PSA	支	7	国产	150 mg无水硫酸镁和75 mg PSA	否	1							
P26	P26-028	基质分散固相萃取	1 g氯化钠和5g无水硫酸镁试剂包	支	10	国产	1 g氯化钠和5g无水硫酸镁试剂包	否	1							
P26	P26-029	无水硫酸镁试剂包	(高盐包)1g氯化钠,4g无水硫酸镁4 g/包25袋/盒	支	6	国产	(高盐包)1g氯化钠,4g无水硫酸镁4 g/包25袋/盒	否	1							
P26	P26-030	SLH固相萃取柱	500mg/6mL	支	35	国产	500mg/6mL	否	1							
P26	P26-031	HLB固相萃取柱	HLB 60mg/3mL; 30/pkg	盒	500	国产	HLB 60mg/3mL; 30/pkg	否	1							
P26	P26-032	HLB固相萃取柱	HLB 200mg/6mL; 30/pkg	盒	600	国产	HLB 200mg/6mL; 30/pkg	否	1							
P26	P26-033	安捷伦Bond Elut QuEChERSEN 试剂包	2mL, 100个/包(25mg PSA; 7.5mg GCB; 150mg MgSO4)	包	2128	国产	2mL, 100个/包(25mg PSA; 7.5mg GCB; 150mg MgSO4)	否	1							
P26	P26-034	EMR-LPD	EMR-LPD with Carbon S, 6 mL,30/pk	盒	1500	国产	EMR-LPD with Carbon S, 6 mL,30/pk	否	1							
P26	P26-035	EMR-GPD	EMR-GPD with Carbon S, 6 mL, 30/pk	盒	1500	国产	EMR-GPD with Carbon S, 6 mL, 30/pk	否	1							
P26	P26-036	EMR-GPF	EMR-GPF with Carbon S, 3 mL, 50/pk	盒	1500	国产	EMR-GPF with Carbon S, 3 mL, 50/pk	否	1							
P26	P26-037	EMR-HCF1	EMR-HCF1 with NH2/Carbon S, 3 mL, 50/pk	盒	1500	国产	EMR-HCF1 with NH2/Carbon S, 3 mL, 50/pk	否	1							
P26	P26-038	EMR-HCF2	EMR-HCF2 with PSA/Carbon S, 3 mL, 50/pk	盒	1500	国产	EMR-HCF2 with PSA/Carbon S, 3 mL, 50/pk	否	1							

P26	P26-039	QuEChERS dSPE EMR -Lipid;	QuEChERS dSPE EMR -Lipid;	盒	2542	国产	QuEChERS dSPE EMR -Lipid;	否	1							
P26	P26-040	QuEChERS Final Polish	QuEChERS Final Polish	盒	710	国产	QuEChERS Final Polish	否	1							
P26	P26-041	Bond elut c18	200mg，3mL	盒	1410	国产	200mg，3mL	否	1							
P26	P26-042	Bond Elut Carbon	500 mg，6 mL	盒	2069	国产	500 mg，6 mL	否	1							
P26	P26-043	Bond Elut Carbon/NH2	500/500 mg，6 mL	盒	2855	国产	500/500 mg，6 mL	否	1							
P26	P26-044	Bond Elut Florisil	200mg，3mL	盒	1081	国产	200mg，3mL	否	1							
P26	P26-045	Bond Elut NH2	200mg，3mL	盒	1586	国产	200mg，3mL	否	1							
P26	P26-046	Bond elut plexa	200mg，3mL	盒	2953	国产	200mg，3mL	否	1							
P26	P26-047	Bond Elut Plexa PAX	60mg，3mL	盒	1385	国产	60mg，3mL	否	1							
P26	P26-048	Bond elut plexa pcx	60mg，3mL	盒	1450	国产	60mg，3mL	否	1							
P26	P26-049	茶叶香料5610-2154提取VL QuEChERS 萃取包	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,含50mL离心管,50/包	包	1070	国产	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,含50mL离心管,50/包	否	1							
P26	P26-050	谷物油料坚果,提取,5610-2138VL QuEChERS 萃取包	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,无离心管,200/包	包	2425	国产	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,无离心管,200/包	否	1							
P26	P26-051	谷物油料坚果,提取,5610-2154, QuEChERS 萃取包	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,含50mL离心管,50/包	包	1070	国产	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,含50mL离心管,50/包	否	1							
P26	P26-052	谷物油料坚果净化,QuEChERS dSPE 试剂盒,5610-2135	15 mL,AOAC方法,400 mg PSA,400 mg C18EC,1200 mg MgSO4,50/包	包	828	国产	15 mL,AOAC方法,400 mg PSA, 400 mg C18EC, 1200 mg MgSO4,50/包	否	1							
P26	P26-053	茶叶香料,QuEChERS dSPE 净化试剂盒,5610-2057	GB 23200.113 方法,用于茶叶和调味品,50/包,含 200 mg Carbon、1200 mg MgSO4、400 mg PSA、400 mg C18	包	2368	国产	GB 23200.113 方法,用于茶叶和调味品,50/包, 含 200 mg Carbon、1200 mg MgSO4、400 mg PSA、400 mg C18	否	1							
P26	P26-054	蔬菜水果QuEChERS dSPE 试剂盒,15 mL,5610-2072	用于色素样品(类 EN 方法),50/包, 含 885 mg MgSO4、150 mg PSA、15 mg Carbon S	包	1211	国产	用于色素样品(类 EN 方法),50/包, 含 885 mg MgSO4、150 mg PSA、15 mg Carbon S	否	1							

P26	P26-055	茶叶香料提取VL QuEChERS萃取包,5610-2138	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,无离心管,200/包	包	2425	国产	6gMgSO4,1.5g乙酸钠,AOAC,无离心管,200/包	否	1							
P26	P26-056	VL QuEChERS 萃取包,5610-2136	4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠倍半水化合物,EN,含50mL离心管,50/包	包	972	国产	4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠倍半水化合物,EN,含50mL离心管,50/包	否	1							
P26	P26-057	QuEChERS AOAC 净化试剂盒(S2-15-PF-AOAC-KIT)	预装于 15 mL 管中的 400 mg PSA、400 mg C18、400 mg GCB、1200 mg 无水 MgSO4；50/包	包	2596	国产	预装于 15 mL 管中的 400 mg PSA、400 mg C18、400 mg GCB、1200 mg 无水 MgSO4；50/包	否	1							
P26	P26-058	中国药典2341农残检测固相萃取净化管：S2-15-GFW-TCM-KIT	1200 mg MgSO4,300mg PSA,100mg C18,15mL 50支/包(同60105-510-	包	510	国产	1200 mg MgSO4,300mg PSA, 100mg C18,15mL 50支/包(同60105-510-B)	否	1							
P26	P26-059	增塑剂检测专用柱,玻璃柱管,60108-610-B	500mg/500g/6mL;30/包	包	1572	国产	500mg/500g/6mL;30/包	否	1							
P26	P26-060	HyperSep Silica 固相萃取小柱	500mg/6mL30支/包	支	34	国产	500mg/6mL30支/包	否	1							
P26	P26-061	HyperSep SAX 固相萃取小柱	1g/6mL 30支/包	支	48	国产	1g/6mL 30支/包	否	1							
P26	P26-062	HyperSep Retain-CX 固相萃取小柱	60mg 3mL 50支/包	支	26	国产	60mg 3mL 50支/包	否	1							
P26	P26-063	HyperSep Retain PEP 固相萃取小柱	60mg 3mL 50支/包	支	29	国产	60mg 3mL 50支/包	否	1							
P26	P26-064	有机酸检测固相萃取小柱	6mL,30个/盒	盒	2354	国产	6mL,30个/盒	否	1							
P26	P26-065	SBEQ-CA8773-25,2015 药典农残检测专用 dSPE 分散固相萃取纯化管(2341农药残留测定法快速样品处理法)	900mg无水MgS4,300mg PSA,300mg C18,90mgGCB,300mgSi,15mL/25支/盒	包	600	国产	900mg无水MgS4,300mgPSA,300mg C18,90mgGCB,300mgSi,15mL/25支/盒	否	1							
P26	P26-066	Silica固相萃取柱	200mg/3cc	盒	391	国产	200mg/3cc	否	1							
P26	P26-067	SCX固相萃取柱	60 mg/3cc	盒	415	国产	60 mg/3cc	否	1							
P26	P26-068	SAX固相萃取柱	200mg/3cc	盒	600	国产	200mg/3cc	否	1							
P26	P26-069	NH2固相萃取柱	200mg/3cc	盒	413	国产	200mg/3cc	否	1							
P26	P26-070	MCX固相萃取柱	60 mg/3cc	盒	580	国产	60 mg/3cc	否	1							
P26	P26-071	MAX固相萃取柱	60 mg/3cc	盒	588	国产	60 mg/3cc	否	1							
P26	P26-072	Florisil固相萃取柱	500mg/3cc	盒	451	国产	500mg/3cc	否	1							
P26	P26-073	Carb-GCB固相萃取柱	500mg/6cc	盒	1240	国产	500mg/6cc	否	1							
P26	P26-074	Carb-GCB/PSA相萃取柱	GCB 500mg,PSA 500mg/6cc	盒	1500	国产	GCB 500mg,PSA 500mg/6cc	否	1							
P26	P26-075	C8/SCX固相萃取柱	200mg/3cc	盒	511	国产	200mg/3cc	否	1							
P26	P26-076	C8/SAX固相萃取柱	200mg/3cc	盒	838	国产	200mg/3cc	否	1							
P26	P26-077	C18固相萃取柱	200mg/3cc	盒	468	国产	200mg/3cc	否	1							

P26	P26-078	A1203-N固相萃取柱	200mg/3cc	盒	298	国产	200mg/3cc	否	1								
P26	P26-079	A1203-B固相萃取柱	200mg/3cc	盒	205	国产	200mg/3cc	否	1								
P26	P26-080	A1203-A固相萃取柱	200mg/3cc	盒	205	国产	200mg/3cc	否	1								
P26	P26-081	Sin-QuEChERS Nano 净化柱系列 ,复杂基质	50根/盒	盒	1600	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-082	Sin-QuEChERS Nano 净化柱系列 ,茶叶柱	50根/盒	盒	1600	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-083	Sin-QuEChERS Nano Herb -A净化柱系列 ,中药柱	50根/盒	盒	1800	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-084	Sin-QuEChERS Nano 系列动物源性食品和油料样品兽药残留	50根/盒	盒	2200	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-085	Sin-QuEChERS Nano 净化柱系列 ,熟食品中激素	50根/盒	盒	2200	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-086	Sin-QuEChERS Nano 净化柱系列 ,瘦肉精	50根/盒	盒	2000	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-087	Sin-QuEChERS Nano,复杂基质(果蔬)农残,AOAC方法包	50根/盒	盒	2000	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-088	Sin-QuEChERS Nano,复杂基质(果蔬)农残,EN方法包	50根/盒	盒	400	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-089	m-PFC快速滤过型高脂类基质(食品、调味品中添加剂)	50根/盒	盒	1500	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-090	m-PFC快速滤过型高脂类基质(兽药残留)	50根/盒	盒	1800	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-091	m-PFC快速滤过型 净化柱高脂类基质(农药残留)	50根/盒	盒	1500	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-092	m-PFC快速滤过型 净化柱复杂基质(农药残留)	50根/盒	盒	1200	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-093	Sin-QuEChERS General 兽残分析(普通基质)	50根/盒	盒	1800	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-094	Sin-QuEChERS Nano 净化柱系列 ,烟草专用柱	50根/盒	盒	1800	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-095	Sin-QuEChERS Nano 净化柱系列 ,简单基质	50根/盒	盒	1400	国产	50根/盒	否	1								
P26	P26-096	Discovery Ag-Ion 银离子固相萃取柱	750mg,6mL,30根/盒	盒	2600	国产	750mg,6mL,30根/盒	否	1								
P26	P26-097	HyperSep Amino固相萃取小柱	1g/ 6mL,30支/包	支	60	国产	1g/ 6mL, 30支/包	否	1								
P26	P26-098	HyperSep Retain PEP固相萃取小柱	200mg, 6mL 30支/包	支	55	国产	200mg, 6mL 30支/包	否	1								
P26	P26-099	HyperSep Retain-AX 固相萃取柱	150mg 6mL 30支/包	支	55	国产	150mg 6mL 30支/包	否	1								
P26	P26-100	苯并芘分子印迹专用柱(BAP-MIP)	500mg / 6mL 30支/包	包	30	国产	500mg / 6mL 30支/包	否	1								
P26	P26-101	QUECHERS试剂盒(含PSA+C18+石墨碳)	300mg/管,50个/盒	盒	100	国产	300mg/管,50个/盒	否	1								
P26	P26-102	ZanChERS-BXXA,丙烯酰胺专用净化柱 OD65198	50支/盒	支	40	国产	50支/盒	否	1								
P26	P26-103	多环芳烃专用柱OD65200	100mg,3mL,50支/盒	支	30	国产	100mg,3mL,50支/盒	否	1								
P26	P26-104	ZanChERS-HG专用净化柱 OD65185	50支/盒	支	20	国产	50支/盒	否	1								
P26	P26-105	混合型强阳离子交换小柱 OASIS MCX	ProElut PXC 60mg / 3ml	支	20	国产	ProElut PXC 60mg / 3mL	否	1								
P26	P26-106	ProElut TPC-2 SPE柱	6mL	支	80	国产	6mL	否	1								
P26	P26-107	硅藻土填料	硅藻土填料800g	支	1082	国产	硅藻土填料800g	否	1								
P26	P26-108	硅藻土小柱	ProElut SLE 5mL max sample volume	支	23	国产	ProElut SLE 5mL max sample volume	否	1								

P26	P26-109	SecurityLINK SS 125umX500mm ID	SecurityLINK SS 125umX500mm ID	根	2413	国产	SecurityLINK SS 125umX500mm ID	否	1							
P26	P26-110	Strata-X33μm polymeric 反相固相萃取柱	200 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk	支	40	国产	200 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk	否	1							
P26	P26-111	Ba/Ag/H预处理柱	2.5mL/支,50支/盒	支	100	国产	2.5mL/支,50支/盒	否	1							
P26	P26-112	VL QuEChERS Orig Meth 10g Sample,5610-2139	50/盒	盒	1969	国产	50/盒	否	1							
P26	P26-113	QuEChERS Final Polish,5982-0101	50支/盒	盒	584	国产	50支/盒	否	1							
P26	P26-114	QuEChERS dSPE EMR -Lipid,5982-1010	50支/盒	盒	2156	国产	50支/盒	否	1							
P26	P26-115	多环芳烃测定专用柱PAH2506-EU	mg/6mL,30ea	盒	1500	国产	250mg/6mL,30ea/pk	否	1							
P26	P26-116	CNW MIP-PAHs 多环芳烃专用 SPE 小柱SBEQ-CA6757	1g, 10mL/20 pcs	盒	2000	国产	1g, 10mL/20 pcs	否	1							
P26	P26-117	Florisil净化柱PGSPE-091	2000mg/12mL,50支/盒	盒	2000	国产	2000mg/12mL,50支/盒	否	1							
P26	P26-118	EU多环芳烃净化柱PGSPE-058	300mg/6mL,50支/盒	盒	5000	国产	300mg/6mL,50支/盒	否	1							
P26	P26-119	CNW dSPE亚硝胺检测提取包SBEQ-CA8863-B	50pcs/盒	盒	600	国产	50pcs/盒	否	1							
P26	P26-120	CNW dSPE亚硝胺检测净化管SBEQ-CA8864-H	2mL(立式小管)/100pcs	盒	1500	国产	2mL(立式小管)/100pcs	否	1							
P26	P26-121	小柱Bond Elut EMR-Lipid Polish 除脂萃取盐包5982-0102	50支/包	包	800	国产	50支/包	否	1							
P26	P26-122	Captiva-EMR-Lipid-HF固相萃取柱5610-2236,6mL-600mg	50/包	包	4500	国产	50/包	否	1							
P26	P26-123	Anavo 5750国标15 种SVOCs专用玻璃小柱Anavo HLB-3 Glass SPE,AN60E021	200mg,6mL,30/PK	盒	1800	国产	200mg,6mL,30/PK	否	1							
P26	P26-124	ProElut 150mg PLS-A 50/pkg(GB 5009.26-2023标准指定) 64640	150mg PLS-A 50/pkg	盒	1800	国产	150mg PLS-A 50/pkg	否	1							
P26	P26-125	ProElut PLS-固相萃取柱 65955	500mg/6mL 30/pkg	盒	3000	国产	500mg/6mL 30/pkg	否	1							
P26	P26-126	Anavo HMR-Lipid——高效除脂专用柱AN60F035	600mg,6mL,30/PK	盒	2500	国产	600mg,6mL,30/PK	否	1							
P26	P26-127	防腐剂专用萃取管(含无水硫酸镁、硅胶、C18、氯化钠)PG-0115	5000mg/15mL,30支/盒	盒	1200	国产	5000mg/15mL,30支/盒	否	1							
P26	P26-128	防腐剂专用净化柱(含C18、EMR-F、GCB)PG-025	300mg/2mL,30支/盒	盒	1500	国产	300mg/2mL,30支/盒	否	1							
P26	P26-129	ProElut DVB,固相萃取柱 65952	300mg/6mL,30/pk	盒	1800	国产	300mg/6mL,30/pk	否	1							
P26	P26-130	NANO离心管MS-NANO-C	15mL,50支/盒	盒	1500	国产	15mL,50支/盒	否	1							
P26	P26-131	NANO填料NN0010	10g	瓶	800	国产	10g	否	1							
P26	P26-132	PAH玻璃柱PAH0006-G	1g,6mL,30/盒	盒	1300	国产	1g,6mL,30/盒	否	1							
P26	P26-133	聚酰胺小柱(HPSW PA)	500mg/6mL,30支/盒	盒	640	国产	500mg/6mL,30支/盒	否	1							
P26	P26-134	avo HMR-Lipid 高效除脂专用	0mg,6mL,30/	盒	2076	国产	600mg,6mL,30/PK	否	1							
P26	P26-135	有机磷酸酯玻璃专用柱	mg,6mL,30根	盒	2250	国产	300mg,6mL,30根/盒	否	1							
P26	P26-136	Captiva EMR真菌毒素小柱	300mg,3mL,50/包	包	2079	国产	300mg,3mL,50/包	否	1							

P26	P26-137	QuEChERS Extrate Tubes,EN Method w/CH,固相萃取柱,QuEChERS萃取盐,带管,带陶瓷均质子	QuEChERS Extrate Tubes,EN Method w/CH,固相萃取柱,QuEChERS萃取盐,带管,带陶瓷	包	2527	国产	QuEChERS Extrate Tubes,EN Method w/CH,固相萃取柱,QuEChERS萃取盐,带管,带陶瓷均质子	否	1							
P26	P26-138	Captiva EMR General Pigmented Dry (EMR-GPD)	6 mL小柱,30/包	包	1242	国产	6 mL小柱,30/包	否	1							
P26	P26-139	CNW BOND Coconut Charcoal 椰子壳活性炭SPE小柱SPEC-CA4255	1g, 6mL/30 pcs	盒	469	国产	1g, 6mL/30 pcs	否	1							
P27	P27-001	29033496,MS检测器85%Vespel/15%石墨刃环	0.1-0.25mm色谱柱,10个,包	包	720	国产	0.1-0.25mm色谱柱,10个,包	否	1							
P27	P27-002	29033497MS检测器85%Vespel/15%石墨刃环	0.32mm色谱柱,10个,包	包	799	国产	0.32mm色谱柱,10个,包	否	1							
P27	P27-003	290VA192 *进样口和非MS检测器85%Vespel/15%石墨刃环	0.32mm色谱柱,10个,包	包	672	国产	0.32mm色谱柱,10个,包	否	1							
P27	P27-004	布鲁克石墨垫,CR11104	0.4mm,10个/盒	盒	830	国产	0.4mm,10个/盒	否	1							
P27	P27-005	大容量通用捕集阱,氦气RMSH-2	1/8英寸,250psig	个	5000	国产	1/8英寸,250psig	否	1							
P27	P27-006	大容量通用捕集阱,氩气RMSA-2	1/8英寸,250psig,750cc	个	5000	国产	1/8英寸,250psig,750cc	否	1							
P27	P27-007	GC 自动进样器进样针	10 μL, FN, 42, 23-26, 锥形,1支	支	400	国产	10 μL, FN, 42, 23-26, 锥形,1支	否	1							
P27	P27-008	GC 自动进样器进样针(365D3711)	10μL, FN, 50mm, 26, 锥形,1支	支	556	国产	10μL, FN, 50mm, 26, 锥形,1支	否	1							
P27	P27-009	氨基酸分析仪适配生物胺系统(K+)缓冲液	1000mL,0.40N,pH5.75	套	1000	国产	1000mL,0.40N,pH5.75	否	1							
P27	P27-010	氨基酸分析仪适配生物胺系统(K+)缓冲液	1000mL,0.60N	套	800	国产	1000mL,0.60N	否	1							
P27	P27-011	氨基酸分析仪适配生物胺系统(K+)缓冲液	1000mL,2.50N,pH8.30	套	1200	国产	1000mL,2.50N,pH8.30	否	1							
P27	P27-012	氨基酸分析仪SCION Artemis 6000 C适配氨基酸衍生试剂组合茚三酮溶液	1000mL,包含1mL还原试剂	套	2400	国产	1000mL,包含1mL还原试剂	否	1							
P27	P27-013	塞默飞HAZMAT-01-00099校正液	10mL/瓶	瓶	5150	国产	10mL/瓶	否	1							
P27	P27-014	SYRINGE进样针,HM80366	10μL,6支/盒	盒	2500	国产	10μL,6支/盒	否	1							
P27	P27-015	Graphite Ferrule 5mm, pk/10 1079密封压环392534201	10个/包	包	1000	国产	10个/包	否	1							
P27	P27-016	1/16 in SS Nuts 质谱螺母SWSS1021	1个/包	包	500	国产	1个/包	否	1							
P27	P27-017	OSITIONING TOOL, 1079,392538500	1个/包	包	550	国产	1个/包	否	1							
P27	P27-018	三合一载气过滤器,BRF0302	1个/包	包	4000	国产	1个/包	否	1							
P27	P27-019	EI 灯丝(MS灯丝)394054001	1个/盒	盒	4000	国产	1个/盒	否	1							
P27	P27-020	布鲁克scion TQ右灯丝	1个/盒	盒	4000	国产	1个/盒	否	1							
P27	P27-021	布鲁克scion TQ左灯丝	1个/盒	盒	4000	国产	1个/盒	否	1							

P27	P27-022	岛津 TQ8030 灯丝	1个/盒	盒	2000	国产	1个/盒	否	1								
P27	P27-023	样品定量环(带卡套)	20 μL,右侧	个	3977	国产	20 μL,右侧	否	1								
P27	P27-024	赛默飞BRE0019927机械泵油	2L	瓶	3450	国产	2L	否	1								
P27	P27-025	Siltek去活顶部单锥的砂芯分流衬管,适配布鲁克1177进样口,5根/包,21046-214	4.0 mm x 6.3 x 78.5,5支/盒	盒	3000	国产	4.0 mm x 6.3 x 78.5,5支/盒	否	1								
P27	P27-026	衬管-超高惰性不分流衬管453A2292-UI	4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 25/包	包	5464	国产	4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 25/包	否	1								
P27	P27-027	普通石墨管	407—152.315	支	208	国产	407—152.315	否	1								
P27	P27-028	5mL Solvent Vials With Snap Caps and Septa 进样器清洗瓶 392611970	4个/盒	盒	400	国产	4个/盒	否	1								
P27	P27-029	安捷伦5800 ICP-OES波长校准液	5% HNO_3溶液,含50 mg/L Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn和500mg/L K,500mL/瓶	瓶	8168	国产	5% HNO_3溶液,含50 mg/L Al、As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn和500mg/L K,500mL/瓶	否	1								
P27	P27-030	Agilent liner for Varian/Bruker, Ultra Inert, 4 mm id, splitless, single taper 8004-0165	5/pk	包	1800	国产	5/pk	否	1								
P27	P27-031	Liner UI spltls dual taper 4mm 进样衬管8004-0155	5/pk	包	2000	国产	5/pk	否	1								
P27	P27-032	布鲁克载气笔型过滤器 carrier gas Duo-bed pencil filter	50% charcoal/50% moisieve,1个/包	包	3500	国产	50%charcoal/50%moisieve,1个/包	否	1								
P27	P27-033	Coated 11.5mm BTO CenterGuide BTO 进样口隔热1079 CR298777	50个/瓶	瓶	1500	国产	50个/瓶	否	1								
P27	P27-034	0.75mm ID,single gooseneck glass injector liner pk/5 SPME0.75mm鹅颈1177衬管392611998	5个/包	包	3000	国产	5个/包	否	1								
P27	P27-035	1078 S/SL Glass Inserts,Split,open,3.4mm鹅颈1079衬管392611945	5个/包	包	3000	国产	5个/包	否	1								
P27	P27-036	4 mm ID, Siltek, single gooseneck glass injector liner w/frit, pk/5 4mm高惰性化鹅颈填充玻璃毛1177进样口衬管RT210462145	5个/包	包	3500	国产	5个/包	否	1								
P27	P27-037	4 mm ID, wool plμg, gooseneck glass injector liner pk/5 4mm鹅颈填充玻璃毛1177衬管392611936	5个/包	包	2500	国产	5个/包	否	1								
P27	P27-038	4mmS/SL Deact Inlet Liners 4mm高惰性化直通1177进样口衬管 RT207733145	5个/包	包	1800	国产	5个/包	否	1								

P27	P27-039	Glass Insert SPME 0.8mm SPME 1079 liner, 0.8MM SPME1079衬管392611948	5个/包	包	3800	国产	5个/包	否	1							
P27	P27-040	Split,Frit,3.4mm ID,Glass insert, 5/pk 3.4mm鹅颈填充玻璃毛1079衬管392611946	5个/包	包	3000	国产	5个/包	否	1							
P27	P27-041	布鲁克单鹅颈烧结高硅烷化衬管4 mm ID, Siltek, single gooseneck glass injector liner w/ frit, pk/5	5个/盒	盒	3500	国产	5个/盒	否	1							
P27	P27-042	布鲁克直通高硅烷化衬管4 mm ID, Siltek, single gooseneck glass injector liner w/ frit, pk/5	5个/盒	盒	1800	国产	5个/盒	否	1							
P27	P27-043	布鲁克气相色谱进样垫	9mm,AG3,蓝,50个/瓶,	瓶	880	国产	9mm,AG3,蓝,50个/瓶,	否	1							
P27	P27-044	布鲁克SPME专用衬管	Id：0.8mm OD：5mm	支	3600	国产	Id：0.8mm OD：5mm	否	1							
P27	P27-045	钙空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	282	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-046	镉空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	365	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-047	铬空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	282	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-048	钾空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	282	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-049	锰空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	299	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-050	钠空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	282	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-051	镍空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	282	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-052	铅空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	300	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-053	铊空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	908	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-054	锑空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	300	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-055	铁空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	282	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							

P27	P27-056	铜空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	282	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-057	锡空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	300	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-058	锌空心阴极灯	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	支	300	国产	KY系列,三脚,适配原子吸收分光光度计	否	1							
P27	P27-059	REACTI-VAP 氮吹管TS-18784	REACTI-VAP 氮吹管 102MM	根	9696	国产	REACTI-VAP 氮吹管 102MM	否	1							
P27	P27-060	指示性载气过滤器	s226-50751-00	个	1900	国产	s226-50751-00	否	1							
P27	P27-061	氟离子复合电极	奥立龙CHN090	支	3800	进口	奥立龙CHN090	否	1							
P27	P27-062	超高惰性,带石英棉,分流精密衬管(453A1252-UI)	超高惰性,带石英棉,分流精密衬管 4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 25/包	支	202	国产	超高惰性,带石英棉,分流精密衬管 4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 25/包	否	1							
P27	P27-063	三合一大容量通用型捕集阱,60180-895N	除氧气/水分/碳氢化合物,金属材质,无指示剂,氮气预处理(只是trap, 用于更换,用于GC)	个	2722	国产	除氧气/水分/碳氢化合物,金属材质,无指示剂,氮气预处理(只是trap, 用于更换,用于GC)	否	1							
P27	P27-064	Shimadzu Triple (Oxygen/Moisture/Hydrocarbon) Filter气体过滤器 S226-50751-00	个	个	2500	国产	个	否	1							
P27	P27-065	氨基酸分析仪SCION Artemis 6000 C适配PF系统缓冲液组合 Kit (120针)	缓冲液A-1×3,缓冲液B-1×1,缓冲液C-4×2,再生试剂×1,样品稀释试剂	套	7000	国产	缓冲液A-1×3,缓冲液B-1×1,缓冲液C-4×2,再生试剂×1,样品稀释试剂×1	否	1							
P27	P27-066	搅拌器数显型	搅拌器数显型	支	1600	国产	搅拌器数显型	否	1							
P27	P27-067	衬管-超高惰性不分流衬管 453A1355-UI	两端渐细 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm 5/包	包	1430	国产	两端渐细 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm 5/包	否	1							
P27	P27-068	M Progard® TS2	密理博Millipore Catalogue No PROGOTOS2	支	7500	国产	密理博Millipore Catalogue No PROGOTOS2	否	1							
P27	P27-069	M Quantum® TEX	密理博Millipore Catalogue No QTUMOTEX1	支	7000	国产	密理博Millipore Catalogue No QTUMOTEX1	否	1							
P27	P27-070	Millipak® Express 40 Cat.n MPGP04001	密理博Millipore Millipak® Express 40 Cat.n MPGP04001	支	3500	国产	密理博Millipore Millipak® Express 40 Cat.n MPGP04001	否	1							

P27	P27-071	取样针,用于 Agilent G7167 Multisampler 的进样针组件	取样针,用于 Agilent G7167 Multisampler 的进样针组件	个	874	国产	取样针,用于 Agilent G7167 Multisampler 的进样针组件	否	1								
P27	P27-072	SUS TUBING HP OUT管线	适配AB SCIEX 6500液质,0.1mm*600	根	4562	国产	适配AB SCIEX 6500液质,0.1mm*600mm	否	1								
P27	P27-073	催化管	适配DMA-80	个	5192	国产	适配DMA-80	否	1								
P27	P27-074	汞齐化管	适配DMA-80	个	3763	国产	适配DMA-80	否	1								
P27	P27-075	镍舟	适配DMA-80	个	100	国产	适配DMA-80	否	1								
P27	P27-076	2750空压机维护包	适配Peak毕克氮气发生器（配LC/MS）维护使用	包	2076	国产	适配Peak毕克氮气发生器（配LC/MS）维护使用	否	1								
P27	P27-077	单项阀芯	适配waters LC,waters 430001910	套	143	国产	适配waters LC,waters 430001910	否	1								
P27	P27-078	单向阀套	适配waters LC,waters 700002332	套	3504	国产	适配waters LC,waters 700002332	否	1								
P27	P27-079	13mL玻璃管	适配安东帕Multiwave7101超级微波消解仪,13mL/支	包	20	国产	适配安东帕Multiwave7101超级微波消解仪,13mL/支	否	1								
P27	P27-080	13mL石英管	适配安东帕Multiwave7101超级微波消解仪,13mL/支	支	35	国产	适配安东帕Multiwave7101超级微波消解仪,13mL/支	否	1								
P27	P27-081	雾化器进样接头管	适配安捷伦5800 ICP-OES,10个/包,内径0.75 mm,长度700mm	包	3049	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,10个/包,内径0.75 mm,长度700mm	否	1								
P27	P27-082	内标蠕动泵管	安捷伦5800 ICP-OE	包	604	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,12根/包	否	1								
P27	P27-083	样品蠕动泵管	安捷伦5800 ICP-OE	包	616	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,12根/包	否	1								
P27	P27-084	自动进样器清洗液蠕动泵管	安捷伦5800 ICP-OE	包	882	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,12根/包	否	1								
P27	P27-085	Y型接头(用于在线添加内标)	安捷伦5800 ICP-O	包	161	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,1个/包	否	1								
P27	P27-086	雾化器锁母	安捷伦5800 ICP-O	包	940	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,1个/包	否	1								
P27	P27-087	自动进样器采样针	适配ICP-OES,1根	包	5047	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,1根/包,内径0.8 mm	否	1								
P27	P27-088	排废管夹子	安捷伦5800 ICP-O	包	104	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,2个/包	否	1								
P27	P27-089	雾化器密封环	安捷伦5800 ICP-O	包	1394	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,4个/包	否	1								
P27	P27-090	进样毛细管	安捷伦5800 ICP-O	米	125	国产	适配安捷伦5800 ICP-OES,以米计	否	1								
P27	P27-091	超高惰性带玻璃毛进样口分流衬管5190-2295	适配安捷伦7890色	支	800	国产	适配安捷伦7890色谱仪	否	1								
P27	P27-092	自动进样器针	适配岛津TQ 8030,10μL	支	600	国产	适配岛津TQ 8030,10μL	否	1								
P27	P27-093	石墨垫S670-15003-03	适配岛津气质TQ 8030	个	550	国产	适配岛津气质TQ 8030	否	1								
P27	P27-094	绝缘垫225-01068	适配岛津气质TQ 8030	个	250	国产	适配岛津气质TQ 8030	否	1								
P27	P27-095	载气过滤器221-34121-94	适配岛津气质TQ 8030	个	350	国产	适配岛津气质TQ 8030	否	1								

P27	P27-096	泵管	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	根	337	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-097	泵头	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	个	312	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-098	瓷垫	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	个	187	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-099	硅油	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	瓶	62	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-100	进样系统管路	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	套	623	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-101	进样针	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	盒	312	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-102	炉丝	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	根	11	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-103	炉丝接线柱	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	个	53	国产	适配海光AFS-230E原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-104	自来水超滤系统DF24-0089	适配密理博制水机	套	6000	国产	适配密理博制水机	否	1							
P27	P27-105	石墨垫片	CAP MSX ICP	包	1051	国产	适配赛默飞iCAP MSX ICP-MS,10片/包	否	1							
P27	P27-106	进样管	CAP MSX ICP	包	4482	国产	适配赛默飞iCAP MSX ICP-MS,12根/包	否	1							
P27	P27-107	雾化室接口	iCAP MSX ICP	套	6773	国产	适配赛默飞iCAP MSX ICP-MS,1个/套	否	1							
P27	P27-108	内标管	iCAP MSX IC	包	3659	国产	适配赛默飞iCAP MSX ICP-MS,3m/包	否	1							
P27	P27-109	采样锥	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS	个	6140	国产	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS	否	1							
P27	P27-110	石英炬管	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1230790	个	4416	国产	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1230790	否	1							
P27	P27-111	石英中心管	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1305600	个	4656	国产	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1305600	否	1							
P27	P27-112	截取锥-嵌片版	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1311870	个	8089	国产	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1311870	否	1							
P27	P27-113	进样泵管	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1320050	个	1583	国产	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1320050	否	1							
P27	P27-114	特氟隆材质毛细管	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1600061	个	2382	国产	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,1600061	否	1							
P27	P27-115	灵敏度调谐液	iCAP Q ICP-M	瓶	9490	国产	适配赛默飞iCAP Q ICP-MS,500mL/瓶	否	1							

P27	P27-116	汞空心阴极灯	适配原子荧光分光光度计	支	592	国产	适配原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-117	砷空心阴极灯	适配原子荧光分光光度计	支	592	国产	适配原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-118	硒空心阴极灯	适配原子荧光分光光度计	支	680	国产	适配原子荧光分光光度计	否	1							
P27	P27-119	60% Vespel/40% 石墨毛细管柱密封垫圈CR213104	适用于0.25mm色谱柱,10个/盒	盒	850	国产	适用于0.25mm色谱柱,10个/盒	否	1							
P27	P27-120	60% Vespel/40% 石墨毛细管柱密封垫圈CR213105	适用于0.32mm色谱柱,10个/盒	盒	850	国产	适用于0.32mm色谱柱,10个/盒	否	1							
P27	P27-121	质谱喷针(025392)	AB SCIEX 65	根	2029	国产	适用于AB SCIEX 6500液质	否	1							
P27	P27-122	PPGs 正离子调谐液	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,0.2uM	瓶	1560	国产	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,0.2uM	否	1							
P27	P27-123	PPGs 正离子调谐液	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,100uM	瓶	1560	国产	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,100uM	否	1							
P27	P27-124	PPGs 负离子调谐液	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,300uM	瓶	1560	国产	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,300uM	否	1							
P27	P27-125	PPGs 负离子调谐液	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,30uM	瓶	1680	国产	适用于AB SCIEX 6500液质调谐,30uM	否	1							
P27	P27-126	Thermo MS 端黄铜柱螺母(镀镍)	适用于Thermo MS 端黄铜柱螺母(镀镍),5/pk	包	271	国产	适用于Thermo MS 端黄铜柱螺母(镀镍),5/pk	否	1							
P27	P27-127	氟橡胶衬管O型圈(2900A241)	适用于Trace 1300系列进样口,10个/包	包	389	国产	适用于Trace 1300系列进样口,10个/包	否	1							
P27	P27-128	不分流精密衬管453T2895	适用于Ultra GC,一端渐细,带玻璃毛, 5个/包	包	2231	国产	适用于Ultra GC,一端渐细,带玻璃毛, 5个/包	否	1							
P27	P27-129	在线过滤器滤芯	适用于安捷伦1290 Infinity LC,0.3 μm,5/包	包	1446	国产	适用于安捷伦1290 Infinity LC,0.3 μm,5/包	否	1							
P27	P27-130	泵密封垫	适用于安捷伦1290 Infinity 二元泵, PE,1/包	个	991	国产	适用于安捷伦1290 Infinity 二元泵, PE,1/包	否	1							
P27	P27-131	ESI-L 低浓度混合调谐液	适用于安捷伦LCMS调谐,100mL/瓶	瓶	1440	国产	适用于安捷伦LCMS调谐,100mL/瓶	否	1							
P27	P27-132	LC/MS校准标样,适用于ESI-TOF	适用于安捷伦Q-TOF调谐,100mL/瓶	瓶	2160	国产	适用于安捷伦Q-TOF调谐,100mL/瓶	否	1							
P27	P27-133	Pencil过滤器,CP748811	适用于布鲁克456 GC	根	1500	国产	适用于布鲁克456 GC	否	1							

P27	P27-134	Pencil过滤器,CP742211	适用于布鲁克456 GC,活性炭,金色	个	1500	国产	适用于布鲁克456 GC,活性炭,金色	否	1							
P27	P27-135	Pencil 过滤器,CP742210	适用于布鲁克456 GC,双床50%	根	2500	国产	适用于布鲁克456 GC,双床50%,	否	1							
P27	P27-136	赛默飞80000-60317喷针	默飞Altis Pl	根	6350	国产	适用于赛默飞Altis Plus质谱,根	否	1							
P27	P27-137	Quantum TEX (Organex 树脂) 纯化柱	密理博纯水机配	根	8000	国产	与密理博纯水机配套	否	1							
P27	P27-138	PTFE 过滤器滤膜	直径47 mm,孔径0.45 μm,10/包	包	3839	国产	直径47 mm,孔径0.45 μm,10/包	否	1							
P27	P27-139	GHAB-2637505进样口衬管,直接(SPME) 型	直型设计,用于Agilent/Varian1177/Finnigan9001 78.5 mm×6.3 mm OD, 0.75 mmID,5 个/包	包	3000	国产	直型设计,用于Agilent/Varian1177/Finnigan9001 78.5 mm×6.3 mm OD, 0.75 mmID,5 个/包	否	1							
P27	P27-140	不锈钢毛细管	x160 mm,SL/	根	623	国产	不锈钢毛细管,0.12x160 mm,SL/SL(连接到UHPLC泵)	否	1							
P28	P28-01	液氮	≥99.999%,17	瓶	1000	国产	纯度≥99.999%,175L/瓶	否	1							
P28	P28-02	液氩	≥99.999%,17	瓶	1200	国产	纯度≥99.999%,175L/瓶	否	1							
P28	P28-03	高纯氮气	纯度≥99.999%,40L/瓶	瓶	250	国产	纯度≥99.999%,40L/瓶	否	1							
P28	P28-04	高纯氦气	纯度≥99.999%,40L/瓶	瓶	2000	国产	纯度≥99.999%,40L/瓶	否	1							
P28	P28-05	高纯氩气	纯度≥99.999%,40L/瓶	瓶	400	国产	纯度≥99.999%,40L/瓶	否	1							
P28	P28-06	高纯氧气	纯度≥99.999%,40L/瓶	瓶	500	国产	纯度≥99.999%,40L/瓶	否	1							
P28	P28-07	高纯二氧化碳	纯度≥99.999%,40L/瓶	瓶	600	国产	纯度≥99.999%,40L/瓶	否	1							
P28	P28-08	氮气	纯度≥99.5%,40L/瓶	瓶	100	国产	纯度≥99.5%,40L/瓶	否	1							
P28	P28-09	乙炔	纯度≥99.9%,40L/瓶	瓶	500	国产	纯度≥99.9%,40L/瓶	否	1							
P28	P28-10	干燥空气	40L/瓶	瓶	200	国产	40L/瓶	否	1							
P28	P28-11	医用氧气	40L/瓶	瓶	50	国产	40L/瓶	否	1							
P29	P29-01	量筒	100mL	个	19	国产	100mL	否	1							
P29	P29-02	量筒	1000mL	个	52	国产	1000mL	否	1							
P29	P29-03	量杯	100mL	个	1	国产	100mL	否	1							
P29	P29-04	烧杯	1000mL	个	20	国产	1000mL	否	1							
P29	P29-05	玻璃漏斗	φ9cm	个	2	国产	φ9cm	否	1							
P29	P29-06	胖度吸管	10mL	支	16	国产	10mL	否	1							
P29	P29-07	酸式滴定管	10mL	根	60	国产	10mL	否	1							
P29	P29-08	酸式滴定管	25mL	根	60	国产	25mL	否	1							
P29	P29-09	酸式滴定管	50mL	根	74	国产	50mL	否	1							
P29	P29-10	碱式滴定管	10mL	根	40	国产	10mL	否	1							
P29	P29-11	碱式滴定管	25mL	根	34	国产	25mL	否	1							
P29	P29-12	碱式滴定管	50mL	根	36	国产	50mL	否	1							
P29	P29-13	玻璃巴斯德吸管	WITEG短型,250/盒	盒	500	国产	WITEG短型,250/盒	否	1							

P29	P29-14	pH试纸	范围：1-14,尺寸：7x70mm（20片/小册子,10小册子/盒）	盒	187	国产	范围：1-14,尺寸：7x70mm（20片/小册子,10小册子/盒）	否	1							
P29	P29-15	定量滤纸(中速)	Φ15cm,100张/盒	盒	46	国产	Φ15cm,100张/盒	否	1							
P29	P29-16	定量滤纸(慢速)	Φ12.5cm,100张/盒	盒	35	国产	Φ12.5cm,100张/盒	否	1							
P29	P29-17	瓷蒸发皿	150mL	个	8	国产	150mL	否	1							
P29	P29-18	瓷蒸发皿	200mL	个	10	国产	200mL	否	1							
P29	P29-19	瓷蒸发皿	1000mL	个	34	国产	1000mL	否	1							
P29	P29-20	聚四氟乙烯烧杯	250mL	个	46	国产	250mL	否	1							
P29	P29-21	聚四氟乙烯烧杯	200mL	个	34	国产	200mL	否	1							
P29	P29-22	聚四氟乙烯烧杯	100mL	个	23	国产	100mL	否	1							
P29	P29-23	微孔滤膜	孔径：0.8um,直径：37mm或40mm	盒	37	国产	孔径：0.8um,直径：37mm或40mm	否	1							
P29	P29-24	全玻璃蒸馏器	500 mL	套	124	国产	500 mL	否	1							
P29	P29-25	具塞刻度消解管	10 mL,长度大于或等于15cm	支	8	国产	10 mL,长度大于或等于15cm	否	1							
P29	P29-26	多孔玻板吸收管	高硼硅玻璃,25mL,U型	支	107	国产	高硼硅玻璃,25mL,U型	否	1							
P29	P29-27	玻璃注射器	100 mL	支	40	国产	100 mL	否	1							
P29	P29-28	表面皿	直径6cm	个	13	国产	直径6cm	否	1							
P29	P29-29	烧杯(高型)100mL	100mL	个	4	国产	100mL	否	1							
P29	P29-30	玻璃试管	直口,高硼硅材质,16mm×150mm	支	1	国产	直口,高硼硅材质,16mm×150mm	否	1							
P29	P29-31	10mL A 级棕色玻璃容量瓶 SGCR-3-670-001	10mL,玻璃材质顶塞、ST7/16;1 个	个	50	国产	10mL,玻璃材质顶塞、ST7/16;1 个	否	1							
P29	P29-32	回流提取装置	500mL,蛇形管,24标口	套	1800	国产	500mL,蛇形管,24标口	否	1							
P29	P29-33	索氏提取装置	500mL,蛇形管,24标口	套	1600	国产	500mL,蛇形管,24标口	否	1							
P29	P29-34	螺口玻璃试管	mL尖底,50支/	支	8	国产	10mL尖底,50支/盒	否	1							
P29	P29-35	螺口玻璃试管	L圆底， 50支	支	10	国产	30mL圆底， 50支/盒	否	1							
P29	P29-36	10mL螺口带刻度试管(6-768-03)	螺口10mL,100支/盒	支	30	国产	螺口10mL,100支/盒	否	1							
P29	P29-37	透明螺纹口样品瓶	8mL,100个/盒	盒	164	国产	8mL,100个/盒	否	1							
P29	P29-38	螺纹口样品瓶黑色实心盖,含F217 隔垫	8mL,100个/盒	盒	164	国产	8mL,100个/盒	否	1							
P29	P29-39	15mL配套的螺纹口样品瓶盖和隔垫	100个/ 袋	袋	222	国产	100个/ 袋	否	1							
P29	P29-40	15mL 棕色螺纹口样品瓶	100个/ 盒	盒	242	国产	100个/ 盒	否	1							
P29	P29-41	15mL 透明螺纹口样品瓶	100个/ 盒	盒	400	国产	100个/ 盒	否	1							
P29	P29-42	22mL配套棕色螺纹口样品瓶隔垫	100个/ 袋	袋	269	国产	100个/ 袋	否	1							
P29	P29-43	22mL配套棕色螺纹口黑色实心样品瓶盖	100个/ 盒	盒	59	国产	100个/ 盒	否	1							
P29	P29-44	22mL透明螺纹口样品瓶	100个/ 盒	盒	328	国产	100个/ 盒	否	1							
P29	P29-45	VAAP-3600247-28140A-10060mL 棕色螺纹口样品瓶(Type 70)	100个/ 盒	盒	226	国产	100个/ 盒	否	1							

P29	P29-46	VAAP-3600247-28140-100 60mL 透明螺纹口样品瓶(Type 70)	100个/ 盒	盒	217	国产	100个/ 盒	否	1								
P29	P29-47	VAAP-360024E-28140A-100 60mL 棕色螺纹口样品瓶、带标、带刻度、带书写	60mL,100个/ 盒	盒	545	国产	60mL,100个/ 盒	否	1								
P29	P29-48	VAAP-360024E-28140-100 60mL 透明螺纹口样品瓶、带标、带刻度、带书写	60mL,100个/ 盒	盒	486	国产	60mL,100个/ 盒	否	1								
P29	P29-49	VAEQ-P14801-120-12 120mL直壁瓶,含石炭酸盖子及KKPVDC 衬垫	12个/箱	箱	133	国产	12个/箱	否	1								
P29	P29-50	VAEQ-P14806-240A-24 240 mL 棕色直壁瓶,含PP 盖子及PTFE 衬垫	24个/箱	箱	281	国产	24个/箱	否	1								
P29	P29-51	VAEQ-P14801-480A-12 480mL 棕色直壁瓶,含石炭酸盖子及F217 衬垫	12个/箱	箱	140	国产	12个/箱	否	1								
P29	P29-52	VAEQ-P14806-480A-12 480mL 棕色直壁瓶,含石炭酸盖子及PTFE 衬垫	12个/箱	箱	140	国产	12个/箱	否	1								
P29	P29-53	24-400 隔垫、PTFE/ 硅胶、超低流失VFAP-610050UB-24-100	100个/ 盒	盒	238	国产	100个/ 盒	否	1								
P29	P29-54	24-400 标准螺纹口黑色开孔拧盖,不含隔垫,PP 材质 *VFAP-5310-24-100	100个/ 盒	盒	43	国产	100个/ 盒	否	1								
P29	P29-55	24-400 黑色开孔拧盖、含超低流失PTFE/ 硅胶隔垫 VFAP-5350-24-100	100个/ 盒	盒	272	国产	100个/ 盒	否	1								
P29	P29-56	聚氨酯泡沫玻璃采样管	60 mm×10 mm,内装两段聚氨酯泡沫塑料圆柱,其间间隔2 mm	支	30	国产	60 mm×10 mm,内装两段聚氨酯泡沫塑料圆柱,其间间隔2 mm	否	1								
P29	P29-57	硅胶管(600mg/200mg)溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	8	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-58	硅胶管(400mg/200mg)溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	8	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-59	硅胶管(200mg/100mg)溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	8	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-60	硅胶管(300mg/150mg)溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	8	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-61	硅胶管(100mg/50mg),溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	5	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-62	硅胶溶剂解析管(150mg/75mg)	)支/盒,6×12	支	5	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-63	浸渍硅胶管(600mg/300mg),溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	10	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-64	活性炭管(100mg/50mg)溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	15	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P29	P29-65	活性炭管(200mg/100mg)溶剂解吸型	)支/盒,6×12	支	15	国产	100支/盒,6×120mm	否	1								
P30	P30-01	33 种半挥发性有机物混标(GB/T 5750.8附录B,CDAA-M-629106-TZ-1.2mL)	丙酮溶剂:1.0mL	瓶	1500	国产	丙酮溶剂:1.0mL	否	1								
P30	P30-02	8种苯系物套装（HJ584-2010）	二硫化碳溶剂:0.5~100μg/mL,1mL×7支	套	400	国产	二硫化碳溶剂:0.5~100μg/mL,1mL×7支	否	1								
P30	P30-03	37种VOC混标(GBZ/T300.59)	二硫化碳溶剂:1000μg/mL	支	972	国产	二硫化碳溶剂:1000μg/mL	否	1								

P30	P30-04	15种硝基苯混标	二氯甲烷-甲醇溶剂：500~5000μg/mL,1mL	支	688	国产	二氯甲烷-甲醇溶剂：500~5000μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-05	16 种半挥发性有机物混标(GB/T5750.8-2023 15.1)	甲醇-氯仿溶剂：2000μg/mL,1mL	支	1939	国产	甲醇-氯仿溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-06	27种卤代烃混合标准(BWQ9261-2016)	甲醇溶剂：1.0mL	支	1600	国产	甲醇溶剂：1.0mL	否	1							
P30	P30-07	苯系物混合标准(417,49.7(2.3)49.2(2.1)48.8(2.0)48.8(2.4)49.2(2.0)49.4(3.2))	甲醇溶剂：1mL	支	144	国产	甲醇溶剂：1mL	否	1							
P30	P30-08	22 种半挥发性有机物混标(GB5749-2022 组2)	甲醇溶剂：100~500μg/mL,1mL	支	601	国产	甲醇溶剂：100~500μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-09	31 种挥发性有机物混标(GB5749-2022 组1CDAA-M-629119-AD-1mL)	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	支	1966	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-10	5种挥发性卤代烃(三氯甲烷、四氯化碳、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷)	甲醇溶剂：1000μg/mL,2mL	支	400	国产	甲醇溶剂：1000μg/mL,2mL	否	1							
P30	P30-11	28 种VOC 混标(GB/T5750.8-2006)	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	支	509	国产	甲醇溶剂：100μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-12	3种标记物混标(EPA502/524/GB/T5750.8-2023 4.2/附录A)(氟苯;1,2-二氯苯-D4 和4-溴氟苯)	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	支	246	国产	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-13	3种替代物混标(HJ639,HJ605)(4-溴氟苯,甲苯-D8 二溴氟甲烷)	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	瓶	150	国产	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-14	84种挥发性有机物混标(GB/T5750.8-2023 附录A)CDAA-M-629117-AE-1mL	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	支	3600	国产	甲醇溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-15	54种VOC混合标准	甲醇溶剂：200mg/L	支	378	国产	甲醇溶剂：200mg/L	否	1							
P30	P30-16	9种卤代乙酸混标	甲基叔丁基醚溶剂：2000μg/mL,1mL	支	301	国产	甲基叔丁基醚溶剂：2000μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-17	16种多环芳烃混标(GB5009.265液相法)	乙腈溶剂：200μg/mL,1mL	瓶	300	国产	乙腈溶剂：200μg/mL,1mL	否	1							
P30	P30-18	氨基酸消解管	15mL/支	支	208	国产	15mL/支	否	1							
P31	P31-01	无色进样瓶(含瓶盖、瓶垫)	2 mL,瓶盖预切口,100个/袋	套	1	国产	2 mL,瓶盖预切口,100个/袋	否	1							
P31	P31-02	棕色进样瓶(含瓶盖、瓶垫)	2 mL,瓶盖预切口,100个/袋	套	1	国产	2 mL,瓶盖预切口,100个/袋	否	1							
P31	P31-03	进样瓶(棕色螺纹口VAAP-320097M-1232-100)	去活、带刻度、书写,2 mL,9mm,100个/盒	盒	60	国产	去活、带刻度、书写,2 mL,9mm,100个/盒	否	1							
P31	P31-04	进样瓶(透明螺纹口VAAP-320097M-1232A-100)	去活、带刻度、书写,2 mL,9mm,100个/盒	盒	60	国产	去活、带刻度、书写,2 mL,9mm,100个/盒	否	1							
P31	P31-05	蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅胶隔垫)	9mm,1000个/包	个	0.4	国产	9mm,1000个/包	否	1							
P31	P31-06	蓝色开孔螺纹盖(经济型、含	9mm,1000个/包	个	0.4	国产	9mm,1000个/包	否	1							
P31	P31-07	样品瓶隔垫(白色PTFE/红色硅	7×1.0mm,100	个	0.7	国产	9mm,8.7×1.0mm,1000个/包	否	1							

P31	P31-08	聚丙烯内插管(带聚合物支脚,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶)	250μL,100支/袋	支	1.5	国产	250μL,100支/袋	否	1							
P31	P31-09	玻璃内插管(带聚合物支脚、Type70,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶)	250μL,100支/袋	支	1.5	国产	250μL,100支/袋	否	1							
P31	P31-10	不起毛布(质谱清洗用)	23 × 23 cm,100% 棉,15张/包	张	25	国产	23 × 23 cm,100% 棉,15张/包	否	1							
P31	P31-11	无尘纸(金佰利kimtech)	280张/盒	盒	15	国产	280张/盒	否	1							
P31	P31-12	InfinityLab废液瓶和安全瓶盖	GL45,6L,带安全瓶盖	个	1890	国产	GL45,6L,带安全瓶盖	否	1							
P31	P31-13	InfinityLab 活性炭过滤器和时间标签	58 g,带时间标签	个	1196	国产	58 g,带时间标签	否	1							
P31	P31-14	A-Line安全瓶盖时间标签	单向分子筛放空阀	支	269	国产	单向分子筛放空阀	否	1							
P31	P31-15	A-Line安全瓶盖套件	含安全瓶盖与接口堵头	支	3364	国产	含安全瓶盖与接口堵头	否	1							
P31	P31-16	A-Line废液桶安全瓶盖时间标签	单向分子筛放空阀	支	269	国产	单向分子筛放空阀	否	1							
P31	P31-17	A-Line废液桶安全瓶盖套件	含安全瓶盖与接口堵头	支	1517	国产	含安全瓶盖与接口堵头	否	1							
P31	P31-18	RBS T 115浓缩型有泡沫碱性清洗剂	5L	桶	1050	国产	5L	否	1							
P31	P31-19	亲水PTFE针式滤器	13mm×0.2μm 100只/罐	只	1	国产	13mm×0.2μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-20	有机相尼龙针式滤器	13mm×0.2μm 100只/罐	只	1	国产	13mm×0.2μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-21	水相聚醚砜(PES)针式滤器	13mm×0.2μm 100只/罐	只	1	国产	13mm×0.2μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-22	亲水PVDF针式滤器	13mm×0.2μm 100只/罐	只	1.5	国产	13mm×0.2μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-23	亲水PTFE针式滤器	13mm×0.45μm 100只/罐	只	1	国产	13mm×0.45μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-24	有机相尼龙针式滤器	13mm×0.45μm 100只/罐	只	1	国产	13mm×0.45μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-25	水相聚醚砜(PES)针式滤器	13mm×0.45μm 100只/罐	只	1	国产	13mm×0.45μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-26	亲水PVDF针式滤器	13mm×0.45μm 100只/罐	只	1.5	国产	13mm×0.45μm 100只/罐	否	1							
P31	P31-27	陶瓷均质子	适配15mL塑料离心管,100个/包	个	1	国产	适配15mL塑料离心管,100个/包	否	1							
P31	P31-28	开孔螺纹顶空金属盖(含蓝色PTFE/白色硅胶隔垫)	磁性,最高耐温≥250℃,直径18mm,100个/包	个	5	国产	磁性,最高耐温≥250℃,直径18mm,100个/包	否	1							
P31	P31-29	20mL螺纹口顶空样品瓶	棕色玻璃、圆底、带书写刻度,18mm,22.7×75mm,100只/盒	只	5	国产	棕色玻璃、圆底、带书写刻度,18mm,22.7×75mm,100只/盒	否	1							
P31	P31-30	银色铝盖钳口盖(含PTFE/硅胶隔垫)	最高耐温≥180℃,直径20mm,100个/包	个	5	国产	最高耐温≥180℃,直径20mm,100个/包	否	1							

P31	P31-31	20mL钳口顶空进样瓶	透明玻璃、圆底、带书写刻度,20mm,22.7×75mm,100只/盒	只	5	国产	透明玻璃、圆底、带书写刻度,20mm,22.7×75mm,100只/盒	否	1							
P31	P31-32	50mL钳口顶空进样瓶	透明玻璃、圆底、带书写刻度,20mm,31×101mm,100只/盒	只	5	国产	透明玻璃、圆底、带书写刻度,20mm,31×101mm,100只/盒	否	1							
P31	P31-33	进样隔垫(灰色)	适配Agilent 7890 GC,最高耐温≥350℃,11mm,50个/瓶	盒	20	国产	适配Agilent 7890 GC,最高耐温≥350℃,11mm,50个/瓶	否	1							
P31	P31-34	进样隔垫(绿色)	适配Varian450 GC,最高耐温≥400℃,11.5mm,50个/瓶	个	26	国产	适配Varian450 GC,最高耐温≥400℃,11.5mm,50个/瓶	否	1							
P31	P31-35	进样隔垫(红色)	适配岛津2010 GC,最高耐温≥350℃,9.5mm,50个/瓶	个	15	国产	适配岛津2010 GC,最高耐温≥350℃,9.5mm,50个/瓶	否	1							
P31	P31-36	质谱机械泵泵油	适用于Agilent MS40+,1 L	瓶	886	国产	适用于Agilent MS40+,1 L	否	1							
P31	P31-37	衬管O形圈	适配Agilent 7890 GC,10个/包	个	40	国产	适配Agilent 7890 GC,10个/包	否	1							
P31	P31-38	密封垫圈40%石墨8004-0212	适用于瓦里安450-GC,0.425mm,10个/包	包	490	国产	适用于瓦里安450-GC,0.425mm,10个/包	否	1							
P31	P31-39	密封垫圈40%石墨8004-0214	0.50mm,10个/包	包	490	国产	0.50mm,10个/包	否	1							
P31	P31-40	质谱端用石墨垫29033496	10pk	袋	721	国产	10pk	否	1							
P31	P31-41	1/16”石墨毛细管柱密封垫圈(60%Vespel聚酰亚胺/40%)	内径0.50mm,(10个/袋)	袋	462	国产	内径0.50mm,(10个/袋)	否	1							
P31	P31-42	石墨密封垫圈500-2114	适用于0.05-0.25mm色谱柱,0.4mm内径,10个/包	包	425	国产	适用于0.05-0.25mm色谱柱,0.4mm内径,10个/包	否	1							
P31	P31-43	石墨密封垫圈5080-8853	适用于0.1-0.32mm色谱柱,0.5mm内径,10个/包	包	624	国产	适用于0.1-0.32mm色谱柱,0.5mm内径,10个/包	否	1							

P31	P31-44	直式分流衬管,顶空衬管	直式分流衬管,顶空衬管,AgilentGC , 1.2 x 6.3 x 78.5,5个/包(453A1335)	个	200	国产	直式分流衬管,顶空衬管,AgilentGC , 1.2 x 6.3 x 78.5,5个/包(453A1335)	否	1							
P31	P31-45	不分流衬管	Liner,UI,splitless,single taper,GW,5个/包	个	350	国产	Liner,UI,splitless,single taper,GW,5个/包	否	1							
P31	P31-46	超高惰性,带石英棉,精密分流衬管453T1905-UI	用于Ultra GC,5.0mm x 8.0mm x 105mm 5个/包	个	550	国产	用于Ultra GC,5.0mm x 8.0mm x 105mm 5个/包	否	1							
P31	P31-47	笔形过滤器,活性炭分子筛cp742210	个	个	1764	国产	个	否	1							
P31	P31-48	笔形过滤器,活性炭,金色cp742211	个	个	1088	国产	个	否	1							
P31	P31-49	笔形过滤器,活性炭分子筛cp743056	个	个	2564	国产	个	否	1							
P31	P31-50	笔形过滤器,活性炭,金色cp743057	个	个	1553	国产	个	否	1							
P31	P31-51	汉密尔顿进样针HM80366,701(Nga26s/51mm/pst2)	10μL	支	500	国产	10μL	否	1							
P31	P31-52	SYRINGE 进样针	10μL,6支/盒	支	500	国产	10μL,6支/盒	否	1							
P31	P31-53	自动进样针,36520060	10μL Syringe FN 50mm CTC Gauge 23, Cone Tip	支	850	国产	10μL Syringe FN 50mm CTC Gauge 23, Cone Tip	否	1							
P31	P31-54	汉密尔顿微量进样针10uL	10ul	支	400	国产	10ul	否	1							
P31	P31-55	锌柱	柱长50mm,内径4.6mm	根	1200	国产	柱长50mm,内径4.6mm	否	1							
P31	P31-56	2mL进样瓶架	丙烯材质,50	个	20	国产	聚丙烯材质,50孔	否	1							
P31	P31-57	2mL石墨炉进样杯	适配耶拿原子吸收 2mL/个	个	2.0	国产	适配耶拿原子吸收,2mL/个	否	1							
P31	P31-58	50/30μm DVB/CAR/PDMS 萃取头SAAA-SPME-06-S	3 支/盒,1cm,SPME 手动	盒	2500	国产	3 支/盒,1cm,SPME 手动	否	1							
P31	P31-59	离子色谱进样瓶瓶盖(带滤芯)	5mL,250个/盒(型号P/N038009)	个	5	国产	5mL,250个/盒(型号P/N038009)	否	1							
P31	P31-60	琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色PP旋盖,250mL容量,SGEQ-2121250-12	12/盒	盒	609	国产	12/盒	否	1							
P31	P31-61	琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚了烯:琥珀色聚丙烯螺旋盖,500mL容量SGEQ-2121500-12	12/盒	盒	800	国产	12/盒	否	1							
P32	P32-01	3M防护面罩	6006	套	230	国产	6006	否	1							
P32	P32-02	3M防毒口罩	KN95	个	13	国产	KN95	否	1							
P32	P32-03	一次性无粉丁腈手套	(9寸,蓝色,M号) 100只/盒	只	0.5	国产	(9寸,蓝色,M号),100只/盒	否	1							

P32	P32-04	一次性无粉丁腈手套	(9寸,蓝色,L号),100只/盒	只	0.5	国产	(9寸,蓝色,L号),100只/盒	否	1							
P32	P32-05	巴洛克50mL离心管	500支/箱	支	3	国产	500支/箱	否	1							
P32	P32-06	巴洛克15mL离心管	500支/箱	支	3	国产	500支/箱	否	1							
P32	P32-07	康宁50mL离心管	500支/箱	支	2	国产	500支/箱	否	1							
P32	P32-08	康宁15mL离心管	500支/箱	支	2	国产	500支/箱	否	1							
P32	P32-09	聚丙烯离心管（圆底、螺纹盖）	100mL,30支/包	包	5	国产	100mL,30支/包	否	1							
P32	P32-10	200μL吸头	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	包	300	国产	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	否	1							
P32	P32-11	1mL吸头	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	包	300	国产	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	否	1							
P32	P32-12	5mL吸头	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	包	300	国产	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	否	1							
P32	P32-13	10mL吸头	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	包	300	国产	适配艾本德移液器,非灭菌,1000支/包	否	1							
P32	P32-14	1000 mL棕色溶剂瓶	1000 mL	个	472	国产	1000 mL	否	1							
P32	P32-15	1000 mL透明溶剂瓶	1000 mL	个	188	国产	1000 mL	否	1							
P32	P32-16	电热套	250mL,RT~380℃,LED数显	台	390	国产	250mL,RT~380℃,LED数显	否	1							
P32	P32-17	电热套	500mL,RT~380℃,LED数显	套	410	国产	500mL,RT~380℃,LED数显	否	1							
P32	P32-18	复合pH电极	0-14pH,0-100℃,带温补	支	2000	国产	0-14pH,0-100℃,带温补	否	1							
P32	P32-19	艾苯德移液器	200μL	把	2500	国产	200μL	否	1							
P32	P32-20	艾苯德移液器	1mL	把	2500	国产	1mL	否	1							
P32	P32-21	艾苯德移液器	5mL	把	2500	国产	5mL	否	1							
P32	P32-22	艾苯德移液器	10mL	把	2500	国产	10mL	否	1							
Q	Q1-01	宏转录测序	1份	份	2800.00	国产	Novaseq x plus 测序数据量：20G 标准分析内容 1.原始数据进行去除接头、污染序列及低质量 reads 的处理 2.数据产出统计及测序数据的成分和质量评估 3. Denovo 组装 4.基因功能注释(GO，KEGG，CAZy 和 eggNOG) 5.unigene的GO注释 6. 基因表达水平分析 7. 样本间基因表达水平的相关性分析(≥2个样本) 8. 差异表达分析(≥2个样本) 9. 差异表达基因的GO富集分析(≥2个样本)	/	1							

R	R1-01	扩增测序	1RXN	RXN	60	国产	1.采用国际主流测序平台（如 ABI 3730xl、Illumina MiSeq 等），确保测序数据可靠性 2.读长能力：单次测序反应有效读长≥500 bp（常规片段），优化条件下可达800 bp以上。 3.准确率：原始数据碱基识别准确率≥99.5%（Phred Q30≥90%） 4.灵敏度：可检测样本最低浓度≥1 ng/μL（质粒DNA）或≥10 ng/μL（PCR产物） 5.峰图质量：电泳峰图基线平稳，无交叉干扰信号，杂峰率＜1%。 6.交付验收标准 测序结果的峰图清晰、对称、无底峰干扰，信号强度要在正常范围内（800-8000之间），连续有效读序长度（CRL）可达800bp或产物长度测序，质量800bp内Q30达到99.999%，ab1 格式的峰型彩图 seq 格式的序列文件，返还高质量质粒。 7.报告形式：提供电子档报告（PDF 格式，含样本信息、测序参数、峰图、序列及质量分析）。 8.数据保存：测序数据至少保存 1年。 9.配备专人负责样品的收集及运输，根据客户需求实时收取样品，样品采用冰袋或干冰进行运输，保障实验样品的质量不因运输过程而受损。	提供制造商授权	1							
R	R1-02	克隆测序	1RXN	RXN	120	国产	1.采用国际主流测序平台（如 ABI 3730xl、Illumina MiSeq 等），确保测序数据可靠性 2.读长能力：单次测序反应有效读长≥500 bp（常规片段），优化条件下可达800 bp以上。 3.准确率：原始数据碱基识别准确率≥99.5%（Phred Q30≥90%） 4.灵敏度：可检测样本最低浓度≥1 ng/μL（质粒DNA）或≥10 ng/μL（PCR产物） 5.峰图质量：电泳峰图基线平稳，无交叉干扰信号，杂峰率＜1%。 6.交付验收标准 测序结果的峰图清晰、对称、无底峰干扰，信号强度要在正常范围内（800-8000之间），连续有效读序长度（CRL）可达800bp或产物长度测序，质量800bp内Q30达到99.999%，ab1 格式的峰型彩图 seq 格式的序列文件，返还高质量质粒。 7.报告形式：提供电子档报告（PDF 格式，含样本信息、测序参数、峰图、序列及质量分析）。 8.数据保存：测序数据至少保存 1年。 9.配备专人负责样品的收集及运输，根据客户需求实时收取样品，样品采用冰袋或干冰进行运输，保障实验样品的质量不因运输过程而受损。	提供制造商授权	1							
R	R1-03	常规测序-PCR未纯化测序	1RXN	RXN	10	国产	1.采用国际主流测序平台（如 ABI 3730xl、Illumina MiSeq 等），确保测序数据可靠性 2.读长能力：单次测序反应有效读长≥500 bp（常规片段），优化条件下可达800 bp以上。 3.准确率：原始数据碱基识别准确率≥99.5%（Phred Q30≥90%） 4.灵敏度：可检测样本最低浓度≥1 ng/μL（质粒DNA）或≥10 ng/μL（PCR产物） 5.峰图质量：电泳峰图基线平稳，无交叉干扰信号，杂峰率＜1%。 6.交付验收标准 测序结果的峰图清晰、对称、无底峰干扰，信号强度要在正常范围内（800-8000之间），连续有效读序长度（CRL）可达800bp或产物长度测序，质量800bp内Q30达到99.999%，ab1 格式的峰型彩图 seq 格式的序列文件，返还高质量质粒。 7.报告形式：提供电子档报告（PDF 格式，含样本信息、测序参数、峰图、序列及质量分析）。 8.数据保存：测序数据至少保存 1年。 9.配备专人负责样品的收集及运输，根据客户需求实时收取样品，样品采用冰袋或干冰进行运输，保障实验样品的质量不因运输过程而受损。	提供制造商授权	1							

R	R1-04	DNA合成,PAGE合成	20D	bp	0.6	国产	1.长度11-59个碱基范围，合成量50D以内 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物 3. 交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告 5.交付周期：3个工作日	提供制造商授权	1							
R	R1-05	DNA合成,双标记修饰	20D	bp	1200	国产	1.长度11-59个碱基范围，合成量20D 2.交付标准：对应合成量的离心浓缩引物干粉或液体引物 3. 交付报告：提供电子版检测报告，一条引物一份报告，随货附带一份引物操作说明书。 4.产品质检标准：提供外观、核酸定量和分子量（MASS）质量检测，提供电子版检测报告 5.交付周期：5个工作日	提供制造商授权	1							
R	R1-06	动植物重测序	/	个	2000	国产	″1.检测设备技术参数 （1）测序读长：双端测序，PE（paired end） 150bp (2) 准确度：碱基质量Q30(99.9%)大于85% （3）覆盖度：ATCG四种碱基分布均匀，无GC分离，平均覆盖度99.5% 2.数量要求 （1）原始数据量＞*G，测序深度＞*× 3.测序质量 （1）Q20以上占比＞90%，Q30占比＞85% 4.技术方法和路线： （1）对提供的动物/植物组织进行基因组DNA提取，构建二代测序文库，即打断成300bp左右片段，连接上测序接头和index,并扩增富集后筛选得到可测序文库，进行二代测序仪测序，得到下机原始数据。 （2）构建好的文库使用qubit定量，琼脂糖凝胶电泳确定条带大小。 （3）测序数据进行质控，去除可能读到的接头序列，过滤低质量reads,得到后续分析的clean data （4）将clean data 利用基因组比对软件跟参考基因组序列进行比对，并call SNP/indel，得到每个样本检测到的单核苷酸变异。根据多个样本的snp结果进行群体结构推断，进行分层分析，PCA分析和系统进化分析，选择性消除分析和连锁不平衡分析。选择性消除分析通过进行群体内变异检验（π、 θ 、Hp），群体间变异检验（Fst）以及中性选择（Tajima's D）多个指标来筛选群体内受到选择的部分。基于不同群体的表型，跟找到的SNP位点进行关联分析，构建SNP标记分子图谱。基于关联分析，找到相关性最高的SNP位点，找到潜在可能控制相关性状的基因位点。对关联的基因进行GO/KEGG功能富集分析,进一步验证基因和功能的关系	提供制造商授权	1							
R	R1-07	叶绿体基因组测序	/	个	2000	国产	″1.检测设备技术参数 （1）测序读长：双端测序，PE（paired end） 150bp (2) 准确度：碱基质量Q30(99.9%)大于85% （3）覆盖度：ATCG四种碱基分布均匀，无GC分离，平均覆盖度99.5% 2.数量要求 （1）原始数据量＞10G，测序深度＞100× 3.测序质量 （1）Q20以上占比＞90%，Q30占比＞85% 4.技术方法和路线： （1）对提供的植物组织进行基因组DNA提取，构建二代测序文库，即打断成300bp左右片段，连接上测序接头和Index,并扩增富集后筛选得到可测序文库，进行二代测序仪测序，得到下机原始数据。 （2）构建好的文库使用qubit定量，琼脂糖凝胶电泳确定条带大小。 （3）测序数据进行质控，去除可能读到的接头序列，过滤低质量reads,得到后续分析的clean data （4）将clean data 利用拼接软件进行拼接，获得成环的叶绿体序列。并进行基因组分分析，预测基因元件并注释。提供叶绿体基因组圈图。进行密码子偏好性分析，重复序列分析，跟近缘物种叶绿体构建进化树，IR收缩和扩增分析，核苷酸多态性分析，Ka/Ks分析，共	提供制造商授权	1							

R	R1-08	非靶代谢检测	/	个	198	国产	1.样本检测质谱平台：AB Sciex Triple TOF-6600平台；2.八大质控包含：仪器状态预检-Solvent质控、混标质控和、连续进样质控；项目过程质控-内标质控、QC混样TIC重叠图、blank 质控；数据质控-QC混样PCA质控、QC混样CV质控。3.样本中代谢物的注释：物质名称、precursor、Mass、RT、MS_level、分子式、HMDB编号、CAS_ID、cpd_ID、Metlin_ID、Pubchem_CID和物质的一级二级分类，更有利于数据挖掘，cpd_ID、kegg_map等；4.采取将fold change值、P-value、OPLS-DA模型的VIP值相结合的方式筛选差异代谢物；5.差异代谢物分析：OPLS-DA、k-means分析、韦恩图，火山图、聚类热图、雷达图、小提琴图，WGCNA分析等，6.差异代谢物功能注释、差异代谢物 KEGG 分类、KEGG 信号通路差异代谢物聚类分析、差异代谢物 KEGG 富集分析、KEGG 代谢通路整体变化分析7.关联分析：Pathway功能模型构建（共有代谢通路分析，代谢与基因通路共注释）、O2PLS模型分析（模型构建、贡献度评估、载荷图绘制、组间元素关联分析）、相关性系数模型构建（Pearson系数计算、相关性热图绘制、相关性网络图绘制、九象限图）、GGA分析	提供制造商授权	1							
R	R1-09	化学毒物定性定量检测	/	个	1500	国产	可对临床标本（血液、粪便、尿液、胃容物等）、离体标本（未食用有毒动植物、毒蘑菇样本等）常见医用合成药物类、气体毒气类、挥发性毒物类、天然药（毒）物类、杀虫剂类、除草剂类、元素（含重金属）类、水溶性无机毒物类10大类几千种药（毒）物定性、定量检测	提供制造商授权	1							
S1	S1-01	PCR产物Sanger测序	1个反应	反应	10.00	国产	1.平均测序读长有效长度不低于700 bp； 2.除引物后峰图的平均Q值需大于30，且去除两端低质量序列后剩余测序峰图的长度需大于PCR产物长度的50%； 3.同时提供ab1格式的峰图文件和seq格式的序列文件； 4.数据交付周期不超过2周； 5.使用国内及国际普遍认可的测序平台；	/	1							
S1	S1-02	PCR产物克隆测序	1个反应	反应	100.00	国产	1.平均测序读长有效长度不低于700 bp； 2.除引物后峰图的平均Q值需大于30； 3.同时提供ab1格式的峰图文件和seq格式的序列文件； 4.数据交付周期不超过3周； 5.使用国内及国际普遍认可的测序平台；	/	1							
S1	S1-03	病原微生物宏基因组测序	1份	份	1000.00	国产	1.不需要对病原微生物进行纯培养； 2.使用国内及国际普遍认可的测序平台； 3.基于高通量测序技术对样本中所含有的病原细菌、真菌、寄生虫和病毒等进行非靶向无偏倚检测，尽可能的鉴定出样本中的所有病原微生物种类； 4.每个样本的下机测序数据量≥30G，碱基数据质量值Q30比例≥85%； 5.交付测序原始数据及过滤、组装后数据，提供物种分类及丰度分析、多样性分析、PCA分析、功能注释等分析服务及结果报告，并可提供分析技术指导；	/	1							
S1	S1-04	微生物靶向扩增测序	1份	份	300.00	国产	1.不需要对微生物进行纯培养； 2.使用国内及国际普遍认可的测序平台； 3.通过特异性引物扩增目标微生物的核酸片段，结合高通量测序技术进行深度测序，结合生物信息学分析，精确识别微生物种类、变异位点等信息； 4.每个样本的下机数据量≥5万条reads； 5.交付测序原始数据及过滤、组装后数据，提供物种分类及丰度分析、多样性分析等分析服务及结果报告，并可提供分析技术指导； 6. 数据交付周期不超过1个月。	/	1							
S1	S1-05	宏病毒组测序	1份	份	3600.00	国产	1.不需要对病毒进行纯培养； 2.使用国内及国际普遍认可的测序平台； 3.基于高通量测序技术，结合生物信息学分析挖掘样本中所含有的各种DNA及RNA病毒序列和丰度等信息； 4.每个样本的下机数据量≥15G； 5.交付测序原始数据及过滤、组装后数据，提供物种分类及丰度分析、多样性分析、PCA分析、功能注释等分析服务及结果报告，并可提供分析技术指导；	/	1							

S1	S1-06	动物全基因组重测序	1份	份	1000.00	国产	1.使用国内及国际普遍认可的二代测序平台; 2.根据测序深度和基因组大小计算，但一般测序深度不少于15，下机数据量不少于10G; 3.交付测序原始数据及过滤、组装后数据，提供单核苷酸多态性（SNP）、插入缺失（InDel）、结构变异（SV）和拷贝数变异（CNV）、群体遗传多样性分析、遗传结构分析等分析服务及结果报告，并可提供分析技术指导;	/	1								
S1	S1-07	样本转录组测序	1份	份	600.00	国产	1.使用国内及国际普遍认可的二代测序平台; 2.每个样本的下机数据量一般不少于6G; 3.交付测序原始数据及过滤、组装后数据，提供单核苷酸多态性（SNP）、插入缺失（InDel）、结构变异（SV）和拷贝数变异（CNV）、群体遗传多样性分析、遗传结构分析等分析服务及结果报告，并可提供分析技术指导;	/	1								
S2	S2-01	病媒生物检验检测项目能力验证服务	1项	项	1500.00	国产	1.须为具备资质的能力验证提供者; 2.所提供的能力验证服务范围须覆盖病媒生物检验检测相关的形态学鉴定、病原学检测等检验检测领域; 3.须能按照需求提供技术服务，包括但不限于在检验检测能力范围内制定能力验证方案、制备并发放能力验证样品、开展能力验证结果统计分析和评价、提供能力验证报告等方面。	/	1								
T	T1-01	细菌全基因组测序（提取+建库+测序）	/	例	180	国产	1.细菌样本核酸提取和测序，Q20 高质量测序数据量（Clean data）≥1G。2.采用主流的二代高通量测序平台（如Illumina、华大）。3.基因组覆盖度≥95%，基因区覆盖度≥98%，整体覆盖深度≥100×。4.碱基数据质量值 Q20≥95% ，Q30≥85%，SCAFFOLD 数量<100 个，Contig 数量<200个，单碱基错误率低于十万分之一。	是	1								
T	T1-02	细菌全基因组测序及分析（三代）	/	例	2000	国产	1、对样本进行DNA提取，条带单一，无RNA、蛋白质等杂质污染。2、质量要求：完成对应细菌鉴定以及基因组组装分析，。质粒全部交付(成环&未成环)，对原始数据进行数据质控，高质量测序数据量（Clean data）≥1G；3、基因组数据分析：基因组Survey(GC-depth分析、K-mer分析)、高级组装、NT库比对(存在非一致序列)、编码基因预测、同源基因预测、转录组辅助基因预测、重复序列、非编码RNA预测、基因功能分析注释:(NR、GO、KOG、KEGG、Pfam、SwissProt、TCDB、CAZy)、效应子;信号肽、跨膜结构及分泌蛋自预测;次级代谢产物基因簇注释、细胞色素P450数据库注释;4、致病性分析;病原与宿主互作数据库(PHI)注释;真菌毒力因子数据库(DFVF)	是	1								
T	T1-03	细菌全基因组测序（提取+建库+测序+拼接及分析）	/	例	400	国产	1.细菌样品核酸提取并全基因组测序，Q20 高质量测序数据量（Clean data）≥1G，拼接双端序列并提供fasta文件，带数据分析（基因组概况、基因组组分、功能注释、群体分析等）。2.采用主流的二代高通量测序平台（如Illumina、华大）。3.基因组覆盖度≥95%，基因区覆盖度≥98%，整体覆盖深度≥100×。4.碱基数据质量值 Q20≥95% ，Q30≥85%，SCAFFOLD 数量<100 个，Contig 数量<200个，单碱基错误率低于十万分之一。5.PE150及以上测序。	是	1								
T	T1-04	真菌全基因组测序（提取+建库+测序+拼接+分析）	/	例	400	国产	1.真菌样品核酸提取并全基因组测序，Q20 高质量测序数据量（Clean data）≥1G，拼接双端序列并提供fasta文件，带数据分析（基因组概况、基因组组分、功能注释、群体分析等）。2.采用主流的二代高通量测序平台（如Illumina、华大）	是	1								
T	T1-05	16S扩增子测序及分析	/	例	80	国产	1.扩增样本16s rDNA片段并建库，采用主流的二代高通量测序平台（如Illumina）进行双末端测序。2.经过Reads拼接过滤，OTUs聚类或ASVs降噪，进行物种注释及丰度分析；通过α多样性和β多样性分析，揭示出样本中物种组成和样本间群落结构的差异. 3.提供分析报告，包括降噪和物种注释、物种丰度图、韦恩/花瓣图、 属水平物种进化树、三元相图、α多样性分析、β多样性分析、组间差异	是	1								
T	T1-06	ITS扩增子测序及分析	/	例	80	国产	1.扩增样本ITS片段并建库，采用主流的二代高通量测序平台（如Illumina）进行双末端测序。2.经过Reads拼接过滤，OTUs聚类或ASVs降噪，进行物种注释及丰度分析；通过α多样性和β多样性分析，揭示出样本中物种组成和样本间群落结构的差异. 3.提供分析报告，包括降噪和物种注释、物种丰度图、韦恩/花瓣图、 属水平物种进化树、三元相图、α多样性分析、β多样性分析、组间差异统	是	1								

T	T1-07	18S扩增子测序及分析	/	例	80	国产	1.扩增样本18s rDNA片段并建库，采用主流的二代高通量测序平台（如Illumina）进行双末端测序。2.经过Reads拼接过滤，OTUs聚类或ASVs降噪，进行物种注释及丰度分析；通过α多样性和β多样性分析，揭示出样本中物种组成和样本间群落结构的差异。3.提供分析报告，包括降噪和物种注释、物种丰度图、韦恩/花瓣图、 属水平物种进化树、三元相图、α多样性分析、β多样性分析、组间差异	是	1							
T	T1-08	PCR产物测序（双向+拼接）	/	例	20	国产	1.对PCR产物进行双端测序，单向≤800bp。2.提供双向测序fasta文件、测序峰图及拼接后fasta文件。3.采用一代测序平台。	是	1							
T	T1-09	宏基因组测序（包含数据分析）	/	例	550	国产	1、对样本进行DNA提取，DNA无降解，条带单一，无杂带，无RNA、蛋白质等杂质污染；2、采用主流的二代高通量测序平台完成相应测序及分析，PE150，Q20＞90%，Q30＞85%。数据量：12G以上。3、分析内容包括：测序数据质控，序列组装与基因预测，序列去冗余，基因丰度统计，差异表达基因分析，物种与功能注释，物种与功能组成分析，代谢通路比较分析，组间功能差异的 Metastat 分析、组间功能差异的 LEfSe 分析，抗性基因注释等。	是	1							
U	U1-01	环境（土壤、水体等）样本检测（含微生物测序、宏基因组分析和耐药基因检测）	/	份	650.00	国产	对样本进行宏基因组测序及分析。 1、样本运输要求：投标人需安排专人到采购方处接收样本，并全程-80℃（干冰）冷链运输（需有温度实时监控设备以便实时监督及记录温度）样本并确保样本安全。样本运输存储由投标人承担冷链运输服务，或者由投标人委托有资质的冷链公司负责。所承担运输的冷链公司需具备生物制品、生物样本的道路运输服务的条件，具有质量管理体系认证证书、道路经营许可证，并补充相关的冷链运输资质证明、材料。 2、DNA提取、质检：在具有ISO 9001质量管理体系认证的实验室操作，标准流程提取。使用NanoDrop2000检测DNA纯度和浓度，使用Quantus Fluorometer(Picogreen)检测DNA浓度，DNA浓度在2ng/μL以上，总量在0.15μg以上；使用琼脂糖凝胶电泳检测DNA完整性，有清晰的电泳条带，没有明显的降解。 3、建库、测序：构建Illumina二代测序文库，文库浓度在1ng/uL以上，体积≥20ul，接头污染占比＜10%，主峰片段大小在300-600bp之间。使用Illumina NovaSeq X Plus仪器进行PE150双端测序，每个检测样本的数据量不低于10G clean data，Q30>90%。 4、具有数据分析团队和服务器集群分析平台，提供专属高级宏基因组云分析流程，在线自主设置参数动态交互分析。（提供相关截图以佐证） 5、生物信息学分析： 5.1、交互分析（不包括云工具）完成标准分析60+项： ▲（1）数据预处理：使用软件 fastp 剪切序列 3’端和 5’端的 adapter 序列。去除质量剪切后长度小于 50bp，平均碱基质量值 20 的 reads，保留高质量的 reads。 （2）序列拼接组装：通过拼接软件，选择合适的组装策略，选择拼接效果最佳的序列。 （3）基因预测：对拼接结果中的contigs进行ORF预测。 （4）非冗余基因集构建：对所有样品预测出来的基因序列进行聚类，每类取最长的基因作为代表序列，构建非冗余基因集。 （5）基因丰度统计：分别将每个样品的高质量reads与非冗余基因	否	1							
V	V1-01	丙肝核酸第三方检测服务	/	人份	100	国产	检测方法为PCR荧光法，试剂检测下限≤100IU/mL，线性范围100IU/mL-1.0×10^8 IU/mL	否	1							
W01	W01-01	常见病毒靶基因全长测序	基因	基因	400	国产	1.可接收环境、动/植物来源、食物和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.对病原体核酸抽提、PCR扩增、测序以及数据分析整个流程提供打包服务； 3.配套自主专用核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高细菌核酸提取效率，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率； 4.配套自主品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析；	提供制造商授权	1							

W01	W01-02	常见病毒全基因组测序	例	例	2500	国产	1.可接收环境、动/植物来源、食物和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.对病原体核酸抽提、PCR扩增、测序以及数据分析整个流程提供打包服务； 3.配套自主专用核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高细菌核酸提取效率，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率； 4.配套自主品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析；	提供制造商授权	1								
W01	W01-03	宏基因测序	例	例	1500	国产	1.可提供上门取样服务，自样本收到日起，3 个工作日内反馈样本质量检测报告。 2.针对原始数据≥10G 的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计，功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读。 3.实验室具有生物安全 II 级（BSL-2）资质，可以处理相应病原体； 4.对于质控过关的样本，如发生测序结果不合格的情况，仅收取质	提供制造商授权	1								
W01	W01-04	微生物多样性测序	例	例	600	国产	1.可接收环境、动/植物来源、食物和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.对病原体核酸抽提、PCR扩增、测序以及数据分析整个流程提供打包服务； 3.配套核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高细菌核酸提取效率，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率； 4.配套品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析；	提供制造商授权	1								
W01	W01-05	病毒序列常规分析	次	次	1250	国产	针对病毒基因组开展常规分析，以病毒种类计算分析次数，每种病毒基因组分析为一次。拥有专业测序分析团队，相关人员有从事病原体测序工作经验，可有偿针对客户提出的特殊生信分析需求提供个性化分析服务	是	1								
W01	W01-06	病毒序列个性化分析	次	次	3000	国产	针对病毒基因组开展深入的个性化分析，以病毒种类计算分析次数，每种病毒基因组分析为一次。拥有专业测序分析团队，相关人员有从事病原体测序工作经验，可有偿针对客户提出的特殊生信分析需求提供个性化分析服务	是	1								
W02	W02-01	HIV-1 POL区基因序列测定与分析	5条序列/人份	人份	75.00	国产	1.HIV-1　POL区基因序列测定包括：测序、拼接和耐药分析，所有检测需在供应商实验室完成。每个样本至少使用 5 条正反向引物对目的片段进行测定，至少有2条测序信息覆盖可能发生耐药位点的区域；拼接所有序列并判断混合碱基，在一条终序列中表示； 2.测序序列质量：一个正常的成功反应，能保证测序色谱图文件（*.abi） 峰形清晰地长度≥600bp； 3.测序成功率必须在90%以上； 4.供应商参加中国疾病预防控制中心“HIV-1 基因型耐药检测能力验证”，成绩良好及以上，提供证明材料； 5.提供的结果为电泳图、终序列、拼接序列、耐药结果统计表和每批进化树，并在耐药统计表中醒目提示可能污染样本，结果反馈地点及数量：按照采购方要求发往指定服务地点；所有结果信息均需保密，不得外传其余人，外传造成的一切损失和纠纷由供应商承担； 6.检测中使用的试剂和耗材均需满足优质无菌，所有扩增和测序引物由供应商设计合成并提供； 7.具备全自动PCR产物纯化设备和至少5台测序仪，提供证明材料； 8.供应商负责样品运输，运输过程中造成的损失、污染、及各类纠纷，后果均由供应商承担，运输费用由供应商承担。	提供制造商授权	2								

W02	W02-02	HIV-1 整合酶区基因序列测定	4条序列/人份	人份	60.00	国产	1.HIV-1 整合酶基因序列测定包括：测序、拼接和耐药分析，所有检测需在供应商实验室完成。每个样本至少使用 4 条正反向引物对目的片段进行测定，至少有2条测序信息覆盖可能发生耐药位点的区域；拼接所有序列并判断混合碱基，在一条终序列中表示； 2.测序序列质量：一个正常的成功反应，能保证测序色谱图文件（*.abi） 峰形清晰地长度≥600bp； 3.测序成功率必须在90%以上； 4.供应商参加中国疾病预防控制中心“HIV-1 基因型耐药检测能力验证”，成绩良好及以上，提供证明材料； 5.提供的结果为电泳图、终序列、拼接序列、耐药结果统计表和每批进化树，并在耐药统计表中醒目提示可能污染样本，结果反馈地点及数量：按照采购方要求发往指定服务地点；所有结果信息均需保密，不得外传其余人，外传造成的一切损失和纠纷由供应商承担； 6.检测中使用的试剂和耗材均需满足优质无菌，所有扩增和测序引物由供应商设计合成并提供； 7.具备全自动PCR产物纯化设备和至少5台测序仪，提供证明材料； 8.供应商负责样品运输，运输过程中造成的损失、污染、及各类纠纷，后果均由供应商承担，运输费用由供应商承担。	提供制造商授权	2								
W02	W02-03	HIV全基因组测序服务	1份	份	1800.00	国产	1、标本数据量≥6Gb，拼接序列基因组覆盖率≥95%。 2、使用二代或三代测序平台。 3、标本类型：对已提取的血浆/全血艾滋病病毒RNA/DNA或者灭活血浆/全血进行核酸提取后进行高通量测序。 4、测序深度≥300X。 5、对原始数据进行去除接头及低质量reads的处理。 6、测序质量QC，评估clean ratio、Q20、Q30、GC含量，数据质量Q30≥85%。 7、提供原始数据及拼接好的FASTQ文件序列。 8、至少提供核酸和氨基酸位点突变分析（至少含突变频率2%、5%、10%、20%）、基因组比对分析与型别鉴定、重组分析、遗传进化树	提供制造商授权	2								
W02	W02-04	HIV全基因组高通量三代测序	份	份	2100.00	国产	1、标本数据量≥6Gb，拼接序列基因组覆盖率≥95%。 2、使用三代测序平台。 3、标本类型：对已提取的血浆/全血艾滋病病毒RNA/DNA或者灭活血浆/全血进行核酸提取后进行高通量测序。 4、测序深度≥300X。 5、对原始数据进行去除接头及低质量reads的处理。 6、测序质量QC，评估clean ratio、Q20、Q30、GC含量，数据质量Q30≥85%。 7、提供原始数据及拼接好的FASTQ文件序列。 8、至少提供核酸和氨基酸位点突变分析（至少含突变频率2%、5%、10%、20%）、基因组比对分析与型别鉴定、重组分析、遗传进化树	提供制造商授权	2								
W03	W03-01	常规测序-PCR未纯化测序	1RXN	RXN	10	国产	1.需先纯化再采用国际主流测序平台（如 ABI 3730xl、Illumina MiSeq 等）测序，确保测序数据可靠性。 2.读长能力：单次测序反应有效读长≥500 bp（常规片段），优化条件下可达800 bp以上。 3.准确率：原始数据碱基识别准确率≥99.5%（Phred Q30≥90%） 4.灵敏度：可检测样本最低浓度≥1 ng/μL（质粒DNA）或≥10 ng/μL（PCR产物） 5.峰图质量：电泳峰图基线平稳，无交叉干扰信号，杂峰率＜1%。 6.交付验收标准 测序结果的峰图清晰、对称、无底峰干扰，信号强度要在正常范围内（800-8000之间），连续有效读序长度（CRL）可达800bp或产物长度测序，质量800bp内Q30达到99.999%，ab1 格式的峰型彩图 seq 格式的序列文件，返还高质量质粒。 7.报告形式：提供电子档报告（PDF 格式，含样本信息、测序参数、峰图、序列及质量分析）。 8.数据保存：测序数据至少保存 1年。 9.配备专人负责样品的收集及运输，根据客户需求实时收取样品，样品采用冰袋或干冰进行运输，保障实验样品的质量不因运输过程而受损。	不需提供制造商授权	3								

W04	W04-01	RNA病毒基因组测序	份	份	2000.00	国产	1、标本数据量≥6Gb，拼接序列基因组覆盖率≥95%。 2、使用二代或三代测序平台。 3、标本类型：对已提取的病毒RNA或者灭活样本进行核酸提取后进行高通量测序。 4、测序深度≥300X。 5、对原始数据进行去除接头及低质量reads的处理。 6、测序质量QC，评估clean ratio、Q20、Q30、GC含量，数据质量Q30≥85%。 7、提供原始数据及拼接好的FASTQ文件序列。 8、至少提供核酸和氨基酸位点突变分析、基因组比对分析与型别鉴	提供制造商授权	1								
W04	W04-02	DNA病毒基因组测序	份	份	2000.00	国产	1、标本数据量≥6Gb，拼接序列基因组覆盖率≥95%。 2、使用二代或三代测序平台。 3、标本类型：对已提取的病毒DNA或者灭活样本进行核酸提取后进行高通量测序。 4、测序深度≥300X。 5、对原始数据进行去除接头及低质量reads的处理。 6、测序质量QC，评估clean ratio、Q20、Q30、GC含量，数据质量Q30≥85%。 7、提供原始数据及拼接好的FASTQ文件序列。 8、至少提供核酸和氨基酸位点突变分析、基因组比对分析与型别鉴	提供制造商授权	1								
W04	W04-03	真核全转录组测序	份	份	2000.00	国产	1、标本数据量≥6Gb，拼接序列基因组覆盖率≥95%。 2、使用二代或三代测序平台。 3、标本类型：对已提取的转录组核酸或者灭活样本进行核酸提取后进行高通量测序。 4、测序深度≥300X。 5、对原始数据进行去除接头及低质量reads的处理。 6、测序质量QC，评估clean ratio、Q20、Q30、GC含量，数据质量Q30≥85%。 7、提供原始数据及拼接好的FASTQ文件序列。 8、至少提供核酸和氨基酸位点突变分析、基因组比对分析与型别鉴	提供制造商授权	1								
W04	W04-04	lncRNA测序	份	份	1500	国产	针对组织、细胞、血液（全血）、RNA等样本进行lncRNA的测序，数据量大于等于12G,并进行相应的常规分析。	提供制造商授权	1							
W04	W04-05	circRNA测序	份	份	1500	国产	针对组织、细胞、血液（全血）、RNA等样本进行circRNA的测序，数据量大于等于12G,并进行相应的常规分析。	提供制造商授权	1							
W04	W04-06	lncRNA联合circRNA测序	份	份	1500	国产	针对组织、细胞、血液（全血）、RNA等样本进行lncRNA联合circRNA的测序，数据量大于等于12G,并进行相应的常规分析。	提供制造商授权	1							
W04	W04-07	small RNA测序	份	份	800	国产	针对组织、细胞、血液（全血）、RNA等样本进行small RNA的测序，数据量大于等于12G,并进行相应的常规分析。	提供制造商授权	1							
W05	W05-01	人源样本基因组高通量测序（RNA+DNA）	1份	份	3000.00	国产	1、针对脑脊液、血液、血清、粪便、咽部分泌物等人源样本，开展基因组高通量测序，包括RNA基因组提取、DNA基因组提取、宿主基因组去除、建库、测序等步骤。 2、样本：原始样本或核酸（RNA、DNA分开）。 3、文库构建：构建好的文库后进行质量和产量的检测后方进入下一步。 4、测序策略及质控：高通量测序，人基因组去除后的高质量数据（Clean data）RNA≥10M，DNA≥30M。 5、接到客户核酸样本后，3日内完成测序及病原分析，并提供测序数据及报告电子版，报告包括方法描述、关键结果及结果解释等。	提供制造商授权	1								
W06	W06-01	宏基因组（DNA）测序	1份	份	650	国产	1、针对脑脊液、血液、血清、粪便、咽部分泌物、动物组织、蚊虫研磨液、环境擦拭子等样本，开展宏基因组测序，包括DNA基因组提取、宿主基因组去除、建库、测序等步骤。 2、样本：原始样本或核酸（DNA），DNA总量≥200ng。 3、文库构建：构建好的文库后进行质量和产量的检测后方进入下一步。 4、测序策略及质控：高通量测序，原始数据量（碱基数）≥12G，原始数据量（测序reads数目）≥50M；Q30高质量数据量（Clean data）≥12G。 5、接到客户核酸样本后，7个工作日内完成测序及分析，并提供测序数据及报告电子版，报告包括方法描述、关键结果及结果解释等，	提供制造商授权	1								

W06	W06-02	宏转录组（RNA）测序	1份	份	1980	国产	1、针对脑脊液、血液、血清、粪便、咽部分泌物、动物组织、蚊虫研磨液、环境擦拭子等样本，开展宏转录组测序，包括RNA基因组提取、宿主基因组去除、建库、测序等步骤。 2、用Qubit定量仪对RNA浓度进行定量，RNA总量≥500ng，通过琼脂糖凝胶电泳分析RNA降解程度、完整性及是否有 DNA污染。 3、文库构建：从总RNA中去除核糖体RNA后，按照NEB普通建库方式建库，将得到的mRNA随机打断成250-300bp的短片段，构建好文库后进行质量和产量的检测。 4、测序策略及质控：使用二代高通量测序平台；原始数据量(碱基数) ≥10G，原始数据量(测序reads 数目) ≥50M； Q20 高质量数据量 (Clean data) ≥10G。 5、去除低质量及污染的数据进行转录本的拼接与组装 拼接结果与病毒数据库，Nr，CDD数据库进行比对尽可能多的保留病毒序列；对病毒序列进行ORF预测进一步得到可靠的病毒基因集；对基因集进行物种注释、基因功能注释、基因表达量分析、新病毒鉴定以及结构性分析；对病毒的保守序列进行系统进化发育分析，得到病毒之间的进化关系。 6、接到客户核酸样本后，7个工作日完成测序及分析，并提供测序数据及数据分析报告电子版，报告包括方法描述、关键结果、图形化	提供制造商授权	1							
W06	W06-03	宏基因组（DNA）深度测序及分析	1份	份	1300	国产	1、针对脑脊液、血液、血清、粪便、咽部分泌物、动物组织、蚊虫研磨液、环境擦拭子等样本，开展宏基因组测序，包括DNA基因组提取、宿主基因组去除、建库、测序、分析等步骤。 2、样本：原始样本或核酸（DNA），DNA总量≥200ng。 3、文库构建：构建好的文库后进行质量和产量的检测后方进入下一步。 4、测序策略及质控： 要求PE150及以上高通量测序，原始数据量（碱基数）≥50G，原始数据量（测序reads数目）≥200M； Q30高质量数据量（Clean data）≥20G。 5、接到客户核酸样本后，7个工作日内完成测序及分析，并提供测序数据及报告电子版，报告包括方法描述、关键结果及结果解释等。 6、可不限次数定制生物信息分析方案和高水平文章图表的制作；不限次数修改文章图表，满足期刊发表要求，不限次数根据需求调整生物信息分析方法和参数重新分析，提供有关分析方法和所使用参数的具体文字描述	提供制造商授权	1							
W06	W06-04	宏转录组（RNA）深度测序及分析	1份	份	2200	国产	1、提取样本中的RNA，用Qubit定量仪对RNA浓度进行定量，RNA总量≥500ng，通过琼脂糖凝胶电泳分析RNA降解程度、完整性及是否有DNA污染。 2、文库构建：从总RNA中去除核糖体RNA后，按照NEB普通建库方式建库，将得到的mRNA随机打断成250-300bp的短片段，构建好文库后进行质量和产量的检测。 3、测序策略及质控： 3.1要求PE150及以上二代高通量测序平台； 3.2 原始数据量(碱基数) ≥30G，原始数据量(测序reads 数目) ≥100M； 3.3 Q20 高质量数据量 (Clean data) ≥20G。 4、去除低质量及污染的数据进行转录本的拼接与组装 拼接结果与病毒数据库，Nr，CDD数据库进行比对尽可能多的保留病毒序列；对病毒序列进行ORF预测进一步得到可靠的病毒基因集；对基因集进行物种注释、基因功能注释、基因表达量分析、新病毒鉴定以及结构性分析；对病毒的保守序列进行系统进化发育分析，得到病毒之间的进化关系。 5、接到客户核酸样本后，7个工作日完成测序及分析，并提供测序数据及数据分析报告电子版，报告包括方法描述、关键结果、图形化代谢通路图及结果解释等，报告内容满足上报监测系统要求。 6、可不限次数定制生物信息分析方案和高水平文章图表的制作；不限次数修改文章图表，满足期刊发表要求，不限次数根据需求调整生物信息分析方法和参数重新分析，提供有关分析方法和所使用参数的	提供制造商授权	1							
W06	W06-05	测序数据生物信息学分析	1份	份	500	国产	可提供不限次数定制生物信息分析方案和高水平文章图表的制作；不限次数修改文章图表，满足期刊发表要求，不限次数根据需求调整生物信息分析方法和参数重新分析，提供有关分析方法和所使用参数的具体文字描述	提供制造商授权	1							

W07	W07-01	麻疹病毒A基因/N基因基因/H基因全长	例	例	400	国产	″1.★可接收环境和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.提供测序以及数据分析整个服务; 3.配套自主专用核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高细菌核酸提取效率，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率; 4.配套自主品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析; 5.★可提供上门取样服务，自样本收到日起，3 个工作日内反馈样本质量检测报告; 6.针对原始数据≥10G 的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计，功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读。	提供制造商授权	1								
W07	W07-02	风疹病毒E1基因基因全长	1例	例	2000	国产	″1.★可接收环境和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.提供测序以及数据分析整个服务; 3.配套自主专用核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高细菌核酸提取效率，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率; 4.配套自主品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析; 5.★可提供上门取样服务，自样本收到日起，3 个工作日内反馈样本质量检测报告; 6.针对原始数据≥10G 的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计，功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读。	提供制造商授权	1								
W07	W07-03	腮腺炎病毒SH基因基因全长	1例	例	400	国产	″1.★可接收环境和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.提供测序以及数据分析整个服务; 3.配套自主专用核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高细菌核酸提取效率，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率; 4.配套自主品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析; 5.★可提供上门取样服务，自样本收到日起，3 个工作日内反馈样本质量检测报告; 6.针对原始数据≥10G 的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计，功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读。	提供制造商授权	1								
W07	W07-04	肠道病毒全基因组	1例	例	2000	国产	″1.★可接收环境和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.提供测序以及数据分析整个服务; 3.配套自主专用核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高病毒核酸提取效率，去除宿主RNA，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率; 4.配套自主品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析; 5.★可提供上门取样服务，自样本收到日起，3 个工作日内反馈样本质量检测报告; 6.针对原始数据≥10G 的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计，功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读。	提供制造商授权	1								

W07	W07-05	肠道病毒VP1基因全长	1例	例	400	国产	″1.★可接收环境和人源等多种类型样本，根据样本特征完成样本处理及数据质控。 2.提供测序以及数据分析整个服务; 3.配套自主专用核酸提取试剂，简化核酸提取流程，提高病毒核酸提取效率，去除宿主RNA，提高低浓度样本的文库构建和测序成功概率; 4.配套自主品牌富集捕获试剂盒，建库试剂盒，全流程可控，能够提供专业的病毒基因系统进化、关键抗原位点和耐药位点分析; 5.★可提供上门取样服务，自样本收到日起，3 个工作日内反馈样本质量检测报告; 6.针对原始数据≥10G 的宏基因组测序，可免费提供基因组组装，基因预测、去冗余，基因丰度统计，物种注释及统计，功能注释及统计，功能丰度统计，代谢通路比较分析，抗性基因注释等生信分析服务，并提供报告解读。	提供制造商授权	1							
W08	W08-01	病毒宏基因组测序	例	例	560	国产	1. 样本类型：可开展人源、啮齿类动物、蝙蝠、蚊虫等粪便、唾液、肠道、研磨液、组织分离培养物等多种类型样本病毒及宏基因组检测，可开展环境样本如污水、土壤等类型样本病毒及宏基因组检测; 2.技术优势：疑难样本(如：咽拭子等)建库测序成功率80%，数据质量Q20>90%，可提供极端环境，如低氧高盐高乙醇等极端环境样本解决方案; 样本处理：由合适的Meta DNA提取试剂盒和处理方法获得合格的DNA样品；根据标准 SOP 建库流程进行二代的DNA宏基因组文库构建; 3. 测序平台：使用二代测序平台(/MGISEQ/DNB-SEQ)进行信息采集；每个样品二代原始数据目标数据量≥15 Gb 高质量序列，单个样本的采 集数据量不低于目标数据量的90%。 4.支持CarveMe构建批量化全基因组代谢模(GEMS)，进一步运用CarveMe-community方法构建功能病毒及微生物种类群落水平基因组代谢模型，对GEMs模型进 行优化。GEMS模型是一种基于基因组数据的代谢网络建模方法，能够反映病毒及微生物 群落中代谢途径的动态变化。通过该模型，可以深入分析微生物群落的代谢潜力 及其在生态系统中的作用。此外，CarveMe-community方法允许在多个样本间进 行代谢模型的比较分析，从而揭示不同环境条件下病毒及微生物群落的代谢特征。 5. 生物信息学分析内容: 5.1. 原始数据处理：产出数据及质控统计，得到高质量的原始分析数据；质控之后，需要 基于clean data使用metaphlan2和metaphlan4进行病毒及微生物种类注释; 5.2. 宏基因组组装：采用metaSPAde、SOAP denovo2等进行contigs拼接， 要求contigs 长度至少为1,000; 5.3. 基因集构建：对contigs进行基因预测，对非冗余基因集进行物种注释，提供病毒及微生物种类注释信息。 5.4. 样本binning构建MAG集和geneset：使用metaspades将reads拼接为scaffolds等级，利用scaffolds的k-mer频率、GC含量等组成特征进行分类，使用MetaBAT2或Semibin2进行物种binning，使用checkm2对binning的MAGs结果进行质控，选取中高质量MAGs使用	提供制造商授权	1							

W08	W08-02	病毒宏转录组测序	例	例	1800	国产	1.样本类型：可开展人源、啮齿类动物、蝙蝠、蚊虫等粪便、唾液、肠道、研磨液、组织分离培养物等多种类型样本病毒及宏基因组检测，可开展环境样本如污水、土壤等类型样本检测； 2.技术优势：可提供极端环境，如低氧高盐高乙醇等极端环境样本解决方案； 3.样本：由 RNA 提取试剂盒提取获得高质量总 RNA，RNA 总量>1 μg，RIN>4，1.5<OD260/280<2.2，OD260/230≥1.0，峰图基线平整，无明显降解；采用合适的建库试剂盒进行宏转录组文库构建； 4. 测序平台：使用二代测序平台进行信息采集； 数据质量：原始下机数据测序质量要求：Q20≥90%，Q30≥90%；数据量：每个样本≥10 G raw data； 5. 生物信息学分析内容： 5.1 原始数据处理：去除低质量，rRNA，宿主污染以及去除核糖体 RNA 后 有效数据不低于80%，用于保证后续分析数据可靠；将 reads 拼接成序列，contig，并统计长度；对拼接的序列进行 CDS 区预测，从而获得基因序列； 5.2基因表达：计算基因覆盖度，通过覆盖度来计算 RPKM 值，从而获得基 因表达量信息，需计算非冗余基因在所有样本中的基因丰度表，包括 count 表、 FPKM 表与 TPM 表；通过与不同数据库中的功能基因进行比对，预测基因的 功能； 5.3 差异表达分析（样本数≥2），差异表达法倍数分析、火山图、通路富 集分析等。使用Wilcoxon检验比较两组样本中病毒及微生物种类物种的丰度、出现频率和秩次，计算p值和q值筛选显著差异物种，生成箱线图展示物种在两组中的分布差异用于生物标志物分析 5.4 使用R randomForest包对profile进行模型构建，对模型进行k-fold交叉验证，计算ROC曲线和AUC。通过特征重要性分析识别对分类或回归贡献最大的物种或基因。 使用 R ggplot2 包绘制火山图，展示差异物种或功能的显著性（p-value）和变化倍数（log2 fold change） 5.6 使用 pheatmap 或 ComplexHeatmap（R包）绘制聚类热图，展	提供制造商授权	1							
W09	W09-01	基于云服务器平台的生物信息数据分析	份	份	100	国产	1、支持多组学数据分析，配备多样化自动化分析流程，包括：stereo-seq、stereo-cell、单细胞组学、全基因组、普通转录组、宏基因组等基础分析，可提供宿主分析、病毒鉴定、病毒分布多样性、系统发育进化分析、特定病毒深度分析、新病毒分析、病毒与宿主联合分析，以及其它个性化分析内容；每份待分析数据量≥20G，不足20G按1份计算。 2、提供云服务器分析平台，可提供8核、32核、64核、128核等，可以提供AI-模型推理(10B参数)。 3、支持个性化敲代码分析或自行安装软件、搭建流程，交互式分析流程。 4、可根据用户待分析数据量大小自由选择计算类别；支持多种类型序列数据上传。 5、具备完善的数据安全管理条例保证云数据安全；支持将云平台私	提供制造商授权	1							